



单一来源采购专家论证意见表

时间: 23 年 12 月 28 日

主管部门	莎车县卫生健康委员会
使用单位	莎车县人民医院
项目名称	高清电子结肠镜
项目金额	50万

专家论证意见:

高分辨率的高清电子结肠镜，经内镜活检
清晰观察病变部位、性质作出诊断，从技术参数
和设备设施设备先进、成熟，为配备一台，符合医疗机构
诊疗规范：足以满足临床需要。

故建议采购单一来源方式采购。

专家姓名: 盖宏峰

工作单位: 莎车县人民医院

职称: 高级工程师

注: 每位参与论证专家必须本着公平、公正的原则, 独立填写本表。

单一来源采购专家论证意见表

时间:2024年12月2日

主管部门	莎车县卫生健康委员会
使用单位	莎车县人民医院
项目名称	高清电子结肠镜
项目金额	50万

专家论证意见:

莎车县人民医院计划采购的高清电子结肠镜，在深圳中星医疗设备有限公司有现货，供货商报价为12.5万元，经比价和询价，该国产产品与进口产品价格一致，性价比高。根据《中华人民共和国政府采购法》第二十一条、第二十九条：“能从唯一供应商处采购的”情形，符合政府采购单一来源方式，故向财政厅申请单一来源采购。

专家姓名: 张伟强 工作单位:新疆人一附属医院
职称: 主任医师

注: 每位参与论证专家必须本着公平、公正的原则, 独立填写本表。



单一来源采购专家论证意见表

时间:2021年11月15日

主管部门	莎车县卫生健康委员会
使用单位	莎车县人民医院
项目名称	高清电子结肠镜
项目金额	50万

专家论证意见:

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第款规定:只能从唯一供应商处采购和自然灾害、社会经济影响单一来源采购,必须满足与原有项目一致性或配套服务的要求。莎车县人民医院此次计划采购的电子结肠镜与原有胃肠道工作站配套使用,为保障使用一致性、只能采购原设备品牌一致的产品,其他品牌不兼容。

建议此次采购采用单一来源方式以质优价廉!

专家姓名:于彦桥

工作单位:河南科技大学附属医院

职称:高级工程师

注:每位参与论证专家必须本着公平、公正的原则,独立填写本表。

单一来源采购专家论证意见表

时间 2023 年 10 月 23 日

主管部门	莎车县卫生健康委员会
使用单位	莎车县人民医院
项目名称	高清电子结肠镜
项目金额	50万

专家论证意见:

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款：只能从唯一供应商处采购的有关规定，结合政府采购单一来源方式，必须保证与原有项目一致性或配套服务的要求，建议发单经单一来源进行预算采购！

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款：只能从唯一供应商处采购的有关规定，结合政府采购单一来源方式，必须保证与原有项目一致性或配套服务的要求，建议发单经单一来源进行预算采购！

专家姓名：王晓清 工作单位：新疆医科大学附属口腔医院 职称：高级工程师

注：每位参与论证专家必须本着公平、公正的原则，独立填写本表。

单一来源采购专家论证意见表

时间 2023 年 12 月 4 日

主管部门	莎车县卫生健康委员会
使用单位	莎车县人民医院
项目名称	高清电子结肠镜
项目金额	50万
专家论证意见:	<p>为确保与现有主机配套设备的兼容性，莎车县人民医院计划采购的高清电子结肠镜其具有性能稳定、图像质量好、操作性好等优势。</p> <p>根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款：只能从唯一供应商处采购的自然灾害、突发事件采购、来源于救灾、救援项目一致性和配套服务的，可以采用单一来源的方式从原厂采购。</p>

专家姓名: 苏俊江 工作单位: 自治区人民医院 职称: 主任医师

注: 每位参与论证专家必须本着公平、公正的原则, 独立填写本表。



政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	莎车县人民医院
拟采购产品名称	高清电子结肠镜
拟采购产品金额	50万元
采购项目所属项目名称	
采购项目所属项目金额	
二、申请理由	
<input checked="" type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取	
<input type="checkbox"/> 3. 其他。	
原因阐述：我院现有内镜工作站为进口设备，结肠镜是胃肠镜工作站的重要部件及主要诊断依据，设备的好坏直接影响诊断质量。 进口产品优于同类国内产品的主要技术指标和性能比较：目前国内同类产品尚不能完全满足以下要求：1、国产电子肠镜钳子管道内径普遍较窄3.7mm左右、进口3.8mm。2、有效长度较短1350mm、进口1500mm以上。在器械的整体性能方面与进口产品比较存在较大的差距。进口产品具有不可替代性。3、具备构造强调和轮廓强调功能可使病变的结构更为明显，可精确了解病变范围，病变的边沿，能够满足实际工作需要。 进口电子胃肠镜系统包括图像处理器、光源及内窥镜等，硬件方面的性能和稳定性、匹配度优于国产设备。鉴于国内同类产品不能满足以上需求，特申请购置进口产品。	
三、专家论证意见	
<p>进口内窥镜手控具有高精度分辨率，镜头插件 有光学设计，将光学波段对物用其下的角度进行 诊断分型，国产产品化的设备无法满足，建议允 许进口产品采购</p>	
专家签字 <u>高志刚</u>	
2021年11月25日	

专家单位：新疆维吾尔自治区人民医院

电话号码：18609010017



政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	莎车县人民医院
拟采购产品名称	高清电子结肠镜
拟采购产品金额	50万元
采购项目所属项目名称	
采购项目所属项目金额	
二、申请理由	
<input checked="" type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取	
<input type="checkbox"/> 3. 其他。	
原因阐述：我院现有内镜工作站为进口设备，结肠镜是胃肠镜工作站的重要部件及主要诊断依据，设备的好坏直接影响诊断质量。 进口产品优于同类国内产品的主要技术指标和性能比较：目前国内同类产品尚不能完全满足以下要求：1、国产电子肠镜钳子管道内径普遍较窄3.7mm左右、进口3.8mm。2、有效长度较短1350mm、进口1500mm以上。在器械的整体性能方面与进口产品比较存在较大的差距。进口产品具有不可替代性。3、具备构造强调和轮廓强调功能可使病变的结构更为明显，可精确了解病变范围，病变的边沿，能够满足实际工作需要。 进口电子胃肠镜系统包括图像处理器、光源及内窥镜等，硬件方面的性能和稳定性、匹配度优于国产设备。鉴于国内同类产品不能满足以上需求，特申请购置进口产品。	
三、专家论证意见	
<p>该产品在国内尚未有生产，而国外同类产品技术参数无法完全满足临床诊疗需求，并符合财政部关于采购进口产品审核指导意见，建议允许进口产品采购。</p>	
专家签字：夏江	
2023年11月15日	
专家单位：新疆大学附属莎车医院	电话号码：13579830881



政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	莎车县人民医院
拟采购产品名称	高清电子结肠镜
拟采购产品金额	50万元
采购项目所属项目名称	
采购项目所属项目金额	
二、申请理由	
<input checked="" type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取	
<input type="checkbox"/> 3. 其他。	
原因阐述：我院现有胃肠镜工作站为进口设备，设备的好坏直接影响诊断质量。进口产品优于同类国内产品的主要技术指标和性能比较：目前国内同类产品尚不能完全满足以下要求：1、国产电子肠镜钳子管道内径普遍较窄3.7mm左右、进口3.8mm。2、有效长度较短1350mm、进口1500mm以上。在器械的整体性能方面与进口产品比较存在较大的差距。进口产品具有不可替代性。3、具备构造强调和轮廓强调功能可使病变的结构更为明显，可精确了解病变范围，界定病变的边沿，能够满足医院实际工作需要。	
进口电子胃肠镜系统包括图像处理器、光源及内窥镜等，硬件方面的性能和稳定性、匹配度优于国产设备。鉴于国内同类产品不能满足以上需求，特申请购置进口产品。	
三、专家论证意见	
<p>根据设备采购需求而清晰的图像画质(1080P)、物理等离子成像技术具有更高的穿透力及优异的操控性能。国内生产的电子肠镜普遍，建议采购进口产品。</p>	
专家签字 <u>王德明</u>	

专家单位：新疆维吾尔自治区人民医院

2023年11月9日

电话号码：13999919071



政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	莎车县人民医院
拟采购产品名称	高清电子结肠镜
拟采购产品金额	50万元
采购项目所属项目名称	
采购项目所属项目金额	
二、申请理由	
<input checked="" type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取	
<input type="checkbox"/> 3. 其他。	
<p>原因阐述：我院现有内镜工作站为进口设备，结肠镜是胃肠镜工作站的重要部件及主要诊断依据，设备的好坏直接影响诊断质量。</p> <p>进口产品优于同类国内产品的主要技术指标和性能比较：目前国内同类产品尚不能完全满足以下要求：1、国产电子肠镜钳子管道内径普遍较窄3.7mm左右、进口3.8mm。2、有效长度较短1350mm、进口1500mm以上。在器械的整体性能方面与进口产品比较存在较大的差距。进口产品具有不可替代性。3、具备构造强调和轮廓强调功能可使病变的结构更为明显，可精确了解病变范围，病变的边沿，能够满足实际工作需要。</p> <p>进口电子胃肠镜系统包括图像处理器、光源及内窥镜等，硬件方面的性能和稳定性、匹配度优于国产设备。鉴于国内同类产品不能满足以上需求，特申请购置进口产品。</p>	
三、专家论证意见	
<p>除以上理由属实外，进口产品光源系统特殊光模式也可以对病变及血管、肿瘤的性质等做出更好的判别等优点，国产设备尚有差距，建议购买进口产品。</p>	
专家签字 王海燕	
2023年12月25日	

专家单位：乌鲁木齐友谊医院

电话号码：18095963976



政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	莎车县人民医院
拟采购产品名称	高清电子结肠镜
拟采购产品金额	50万元
采购项目所属项目名称	
采购项目所属项目金额	
二、申请理由	
<input checked="" type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取	
<input type="checkbox"/> 3. 其他。	
原因阐述：我院现有胃肠镜工作站为进口设备，电子结肠镜是胃肠镜工作站的重要部件，是目前消化道疾病的主要诊断依据，设备的好坏直接影响诊断质量。 进口产品优于同类国内产品的主要技术指标和性能比较：目前国内同类产品尚不能完全满足以下要求：1、国产电子肠镜钳子管道内径普遍较窄3.7mm左右、进口3.8mm。2、有效长度较短1350mm、进口1500mm以上。在器械的整体性能方面与进口产品比较存在较大的差距。进口产品具有不可替代性。3、具备构造强调和轮廓强调功能可使病变的结构更为明显，可精确了解病变范围，界定病变的边沿，能够满足医院实际工作需要。 进口电子胃肠镜系统包括图像处理器、光源及内窥镜等，硬件方面的性能和稳定性、匹配度优于国产设备，且进口品牌的图像质量较优、控制性能更好。鉴于国内同类产品不能满足以上需求，特申请购置进口产品。	
三、专家论证意见	
该医院此次采购进口产品符合《政府采购进口产品管理办法》 以及本文件在《政府采购进口产品审核指导原则》(2021年版) 的内容指导意见允许进口设备采购	
专家签字 李治平	
2023年11月30日	

专家单位：新疆维吾尔自治区药品监督管理局

电话号码：0991-2849119



单一来源采购专家论证意见表

时间：2022年12月1日

主管部门	莎车县卫生健康委员会
使用单位	莎车县人民医院
项目名称	高清电子结肠镜
项目金额	40万

专家论证意见：

高分辨率的高清电子结肠镜，视野宽广、
可以清晰地观察肠道粘膜，以便做出诊断。从技术
参数和该设备有设备兼容性好，为配套合理。根据“中华
人民共和国政府采购法”第三十条，第一款，（二）只能从唯一供应商处
采购的货物和服务。综合该设备的单一来源性，必须选择原有供
商—麦瑞斯医疗有限公司，建议单一来源采购。

专家姓名：苏宏峰工作单位：莎车县人民医院高分辨率

注：每位参与论证专家必须本着公平、公正的原则，独立填写本表。

单一来源采购专家论证书意见表

SCRMYY-YZK-JL-LC-1688/1.0

时间:2023年12月,7日

主管部门	莎车县卫生健康委员会		
使用单位	莎车县人民医院		
项目名称	高清电子结肠镜		
项目金额	40万		
专家论证书意见:	<p>该产品采办前有需求士服务征求意见、 购货公司、用能主要用于胃肠的柔软膜布是否 进行观察诊断、提高诊断的准确性和 完整性。做准确诊断。建议采购配置的用 能稳定与现有产品配套兼容。为保 证产品能够与主机相适应,根据《中华人民 共和国政府采购法》第三十二条第一款:只能从 唯一供应商处采购的相规定,符合政府采购 的唯一来源方式,少选择与原有吸风-虹 吸式配温各的要求,建议单一来源原厂 采购。</p>		
专家姓名:	刘军	工作单位:	宁波市奉化区卫生健康局

注:每位参与论证专家必须本着公平、公正的原则,独立填写本表。

单一来源采购专家论证意见表

时间:2023年1月16日

主管部门	莎车县卫生健康委员会
使用单位	莎车县人民医院
项目名称	高清电子结肠镜
项目金额	40万

专家论证意见: 该产品拟采购的供应商为下述。
优点: 视频观察与诊断系统集成度高, 互
机连接方便/以便兼容, 才能正常运行, 保证
产品与主机相适应。根据中华人民共和国采
购法, "第三十二条"第一款: 从预算-供应商
处采购只能从相关机构, 包含政府采购单一来源
方式, 以确保采购子项目的一致性和采购
服务的要求, 建议单一来源采购。

专家姓名: 李伟平 工作单位: 莎车县人民医院 职称: 副主任技师

注: 每位参与论证专家必须本着公平、公正的原则, 独立填写本表。

单一来源采购专家论证意见表

时间:2022年1月2日

主管部门	莎车县卫生健康委员会
使用单位	莎车县人民医院
项目名称	高清电子结肠镜
项目金额	40万

专家论证意见: 购买的设备为高清电子结肠镜，是
胃肠镜手术的需要部件。其质量可靠，所
谓清晰、分辨率好，稳定性优，所
用的产品与你公司一致，价格统一
能体现。为保证产品的质量与你公司相适应
之。根据《中华人民共和国政府采购法》
的规定，第三十条第一款相关法律规定。
建议单一来源采购。

专家姓名: 杨桂梅 工作单位: 新疆维吾尔自治区立达技师

注: 每位参与论证专家必须本着公平、公正的原则, 独立填写本表。



政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	莎车县人民医院
拟采购产品名称	高清电子肠镜
拟采购产品金额	40万元
采购项目所属项目名称	
采购项目所属项目金额	
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取	
<input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他。	
原因阐述： 为了安全高效地完成消化道疾病检查和治疗，需要该设备具备高清晰的图像画质（1080P）、特殊光成像技术、具备附送水管道以及优异的操控性能，保障患者权益；后期可兼容超声内镜等以满足未来学术发展的需要，提高医疗技术水平以进一步更好地服务广大患者。申请采购原装进口产品。	
三、专家论证意见	
<p>根据我单位设备采购需求，高清电子肠镜具备高清晰画质(1080P)、特殊光成像技术、具备附送水管道以及优异的操控性能，保障患者权益；后期可兼容超声内镜等以满足未来学术发展的需要，提高医疗技术水平以进一步更好地服务广大患者。申请采购原装进口产品。</p>	
专家签字 <u>王忠财</u>	
2023年11月1日	
专家单位：	电话号码：13999919071

新疆维吾尔自治区人民医院



政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	莎车县人民医院
拟采购产品名称	高清电子肠镜
拟采购产品金额	40万元
采购项目所属项目名称	
采购项目所属项目金额	
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取	
<input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他。	
原因阐述: 为了安全高效地完成消化道疾病检查和治疗，需要该设备具备高清晰的图像画质 (1080P)、特殊光成像技术、具备附送水管道以及优异的操控性能，保障患者权益； 后期可兼容超声内镜等以满足未来学术发展的需要，提高医疗技术水平以进一步更好地 服务广大患者。申请采购原装进口产品。	
三、专家论证意见	
<p>该医院拟采购的胃肠镜采购项目，购方需分辨率高，图像高清，且具备组织特殊检查功能。就目前而言国内生产的同类产品，效果达不到临床需求，建议采购进口产品。</p>	
专家签字：吕文标	
2023年12月1日	
专家单位：新疆武警总队医院 电话号码：18999223157	

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	莎车县人民医院
拟采购产品名称	高清电子肠镜
拟采购产品金额	40 万元
采购项目所属项目名称	
采购项目所属项目金额	
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取	
<input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他。	
原因阐述： 为了安全高效地完成消化道疾病检查和治疗，需要该设备具备高清晰的图像画质（1080P）、特殊光成像技术、具备附送水管道以及优异的操控性能，保障患者权益；后期可兼容超声内镜等以满足未来学术发展的需要，提高医疗技术水平以进一步更好地服务广大患者。申请采购原装进口产品。	
三、专家论证意见	
该院拟采购消化内镜室，肠镜，主要用于肠道粘膜病变进行诊断，提高诊断的准确性和稳定性，做正确确诊，建议购置进口产品。	
专家签字	王青 2023年12月4日
专家单位	新疆医科大学第六附属医院 电话号码：1399910050



莎车县人民医院

SCRMYY-YZK-JL-LC-1687/1.0

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	莎车县人民医院
拟采购产品名称	高清电子肠镜
拟采购产品金额	40万元
采购项目所属项目名称	
采购项目所属项目金额	
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取	
<input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他。	
原因阐述：	
为了安全高效地完成消化道疾病检查和治疗，需要该设备具备高清晰的图像画质（1080P）、特殊光成像技术、具备附送水管道以及优异的操控性能，保障患者权益；后期可兼容超声内镜等以满足未来学术发展的需要，提高医疗技术水平以进一步更好地服务广大患者。申请采购原装进口产品。	
三、专家论证意见	
<p>该产品拟采购高清电子肠镜设备，综合目前国内外市场情况，该设备具有以下优势：</p> <p>1. 高清清晰分辨率，可实现早期病变筛查，早诊断。 2. 进口设备学术造诣较高，后期可扩展，3. 进口设备稳定性好，售后服务经验丰富，为更好服务临床，建议优先进口设备。</p>	
专家签字	李鹤南
专家单位	乌鲁木齐第一人民医院
电话号码	13569330976
日期	2023年12月6日



莎车县人民医院

SCRMYY-YZK-JL-LC-1687/1.0

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	莎车县人民医院
拟采购产品名称	高清电子肠镜
拟采购产品金额	40万元
采购项目所属项目名称	
采购项目所属项目金额	
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取	
<input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他。	
原因阐述： 为了安全高效地完成消化道疾病检查和治疗，需要该设备具备高清晰的图像画质（1080P）、特殊光成像技术、具备附送水管道以及优异的操控性能，保障患者权益；后期可兼容超声内镜等以满足未来学术发展的需要，提高医疗技术水平以进一步更好地服务广大患者。申请采购原装进口产品。	
三、专家论证意见	
<p>上述采购进口设备应符合政府采购法和政府 采购进口产品管理办、法的相关规定。</p>	
专家签字	张晓宁 2013年11月17日
专家单位	上海市第六人民医院(多点执业) 电话号码：1999011845