

单一来源采购专家论证意见表

时间： 年 月 日

主管部门	
使用单位	叶城县人民医院
项目名称	GE PRESTIGE 3100 血管机 (DSA) 球管采购项目
项目金额	

专家论证意见:

血管造影机球管是设备的“核心”，其质量
 直接决定设备的成像质量。建议医院
 向原厂订购。原厂球管成像质量好，以
 后更换球管时，原厂球管与设备匹配需要
 最少。建议贵院采购第一原厂球管。

专家姓名:  工作单位:  职称: 



单一来源采购专家论证意见表

时间： 年 月 日

主管部门	
使用单位	叶城县人民医院
项目名称	GE PRESTIGE 3100 血管机 (DSA) 球管采购项目
项目金额	

专家论证意见:

GE血管机是高端精密设备,对其核心部件有严格的要求,只有GE原厂的原装球管才能完全匹配原血管机,保证机器的准确性和安全性。为使原设备稳定运行,依据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条:只能从唯一供应商处采购的,必须保证原有采购项目一致性或者服务配套要求,需要继续从原供应商处采购的规定,符合政府采购单一来源方式。建议单一

来源从原厂采购。

专家姓名:

马静

工作单位: 兵团医院

职称: 主任医师



单一来源采购专家论证意见表

时间: 2014年4月 日

主管部门	
使用单位	叶城县人民医院
项目名称	GE PRESTIGE 3100 血管机(DSA) 球管采购项目
项目金额	

专家论证意见:

贵院目前使用的3200 DSA血管造影机, X线球管是其核心指标, 使用原装血管机球管, 能保证其使用寿命长, 连续曝光时间长, 从而减少台连续工作时间, 与后设备性能相匹配, 使用原装球管为好。故建议贵院采购单一来源方式的球管产品。

专家姓名: 刘峰

工作单位: 新疆大学 职称: 主任医师



单一来源采购专家论证意见表

时间： 年 月 日

主管部门	
使用单位	叶城县人民医院
项目名称	GE PRESTIGE 3100 血管机 (DSA) 球管采购项目
项目金额	

专家论证意见:

贵院原购置之 GE PRESTIGE 3100 血管机, 已使用年限长, 现需更换球管, 因原厂该机型球管维修价格高, 且该机型球管使用寿命短, 经多方团队, 根据询价项目清单系统核算, 建议更换原厂球管。

专家姓名: 杨文强 工作单位: 喀什大学 职称: 主任医师



单一来源采购专家论证意见表

时间： 年 月 日

主管部门	
使用单位	叶城县人民医院
项目名称	GE PRESTIGE 3100 血管机(DSA) 球管采购项目
项目金额	

专家论证意见:

X线球管是大型血管造影机(DSA)设备的最主要部件之一,其性能和数量决定着设备图像、射线剂量与辐射安全及设备的寿命。原厂X线球管与设备整体具有更好的契合及性能配合,从而保证设备图像和辐射安全。因此建议采购单一来源(原厂)GE X线球管,以保证设备的稳定高效运行。

专家姓名: 袁祖强 工作单位: 新疆日报 职称: 主任医师

