


单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 胡琼
	职称: 主任技师
	工作单位: 乌鲁木齐市中心医院
项目信息	项目名称: 和田地区妇幼保健院2024年检验试剂采购项目(四)
	供应商名称: 新疆石榴籽医疗设备有限公司
专业人员 论证意见	<p>和田地区妇幼保健院拟采购的玖诺位格试剂在业内属于第一台自主研发的仪器和多种试剂, 在国内多个同类型产品的厂商由于其知识产权和技术壁垒, 生产的试剂均不能通用, 产品具有唯一性和不可替代使用。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条, 74号令第七条第一款采购的相关条款, 建议采用单一来源方式采购。</p>
专业人员签字	<p>胡琼</p> <p>2024年 7月 21日</p>

注: 本表中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 杨晓梅
	职称: 副主任医师
	工作单位: 新疆维吾尔自治区妇幼保健院
项目信息	项目名称: 和田地区妇幼保健院2024年检验试剂采购项目 供应商名称: 新疆石榴籽医疗设备有限公司
专业人员论证意见	<p>此项目采购的6个品牌试剂耗材均为目前医院使用的帝运全和迈克细胞分析仪配套使用的配套产品。因细胞分析仪用试剂的制造原理依据设备各自的特点适用该设备相关技术原理研发而成，每款设备的设计原理、试剂的制造原理和试剂的批号、试剂的规格、试剂的包装等均有不同，因此各品牌试剂、设备生产商均出具品牌的前置技术，使产品具有唯一性和不可替代性，其他品牌产品无法匹配使用。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条、74号令《政府采购非招标采购管理办法》的相关规定建议采用单一来源的方式进行采购。</p>
专业人员签字	 2024年7月21日

注：本表中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	刘军
	职称:	主任医师
	工作单位:	乌市第一人民医院
项目信息	项目名称:	和田地区妇幼保健院2024年检验试剂采购合同
	供应商名称:	新疆石榴籽医疗设备有限公司
专业人员 论证意见	<p>医院本次拟为目前现有在用的深圳帝迈公司生产的全自动血液细胞分析仪采购6种试剂、耗材。由于各设备生产厂家的设计思路、生产工艺和知识产权保护措施不同，各厂家生产的试剂、耗材的规格、试剂的配方、试剂的离子浓度也不同，各品牌间相互不能通用和替代，产品具有唯一性，为保证医院现有设备正常运行，根据政府采购法第二十一条、24号令关于单一来源采购的相关规定，建议采用单一来源方式采购与设备配套的试剂、耗材。</p>	
专业人员签字	<p>刘军</p> <p>2024年7月21日</p>	

注：本表中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 王忠明
	职称: 高工
	工作单位: 军区总医院
项目信息	项目名称: 和田地区妇幼保健院2024年检验试剂采购项目包四
	供应商名称: 新疆石榴籽医疗设备有限公司
专业人员论证意见	<p>(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由) 该院拟采购的6种血液细胞分析试剂,是与帝迈公司生产的全自动血液细胞分析仪配套使用的专用试剂及耗材,由于设备生产厂家的知识产权和技术保护措施,其他品牌的试剂均不能通用,也无替代产品,产品具有唯一性,根据《政府采购法》第三十一条、74号令《政府采购非招标采购方式管理办法》关于单一来源采购的相关规定,建议采用单一来源方式进行采购,</p>
专业人员签字	<p>王忠明</p> <p>日期: 2024年7月21日</p>

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: <u>李君莲</u>	
	职称: <u>主任技师</u>	
	工作单位: <u>胸科医院</u>	
项目信息	项目名称: <u>和田地区妇幼保健院2024年检验试剂采购项目包四</u>	
	供应商名称: <u>新疆石榴籽医疗设备有限公司</u>	
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一 供应商处采购的理由)	
	<p>该院拟为目前在用之帝迈全自动血细胞分析仪, 采购配套之6种试剂耗材, 均为该院现有仪器配套之专机专用试剂和耗材, 由于设备生产厂家知识产权和技术保护措施, 其它品牌不可替代通用, 产品具有唯一性, 为确保该院设备正常运行, 根据政府采购法第二十一条, 符合关于单一来源采购之相关规定, 建议采用单一来源方式进行采购。</p>	
专业人员签字	<u>李君莲</u>	日期 <u>2024年7月2日</u>

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 胡琼
	职称: 主任技师
	工作单位: 乌鲁木齐市疾控中心
项目信息	项目名称: 和田地区妇幼保健院2024年检验试剂采购项目
	供应商名称: 新疆石榴籽医疗设备有限公司
专业人员 论证意见	<p>和田地区妇幼保健院拟采购的电线在分析仪检测试剂盒,为该院检验科现在用仪口凯特一体机由电线在分析仪上主机专用试剂,目前国内同类产品均不能应用(仪口厂商的知识多技术和技术有限),产品具有唯一性,为保证仪口的正常运转,给临床提供准确可靠的诊断数据,根据《政府采购法》第三十一条,74号令有单一来源的相应规定,建议采用单一来源方式采购。</p>
专业人员签字	<p>胡琼</p> <p style="text-align: right;">2024年 7 月 21 日</p>

注: 本表中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 杨晓玲
	职称: 副主任医师
	工作单位: 乌鲁木齐市妇幼保健院
项目信息	项目名称: 和田地区妇幼保健院2024年检验试剂采购项目
	供应商名称: 新疆石榴籽医疗设备有限公司
专业人员论证意见	<p>此通单采购的4个品种试剂为目前临床使用设备: 凯尔奇全自动生化分析仪及配套用试剂, 固生生化分析仪所用试剂及耗材均按仪器性能、方法学、检测原理等技术参数研制, 方可匹配使用。因此, 不同品牌产品均具备相匹配的核心前处理技术, 受试剂规格和技术保护措施的限制, 使产品具有唯一性和不可替代性, 其他品牌产品无法匹配使用。根据政府采购法第31条、74号令的相关规定, 建议采用单一来源的方式进行采购。</p>
专业人员签字	<p>杨晓玲</p> <p>2024年 7 月 21 日</p>

注: 本表中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	刘军
	职称:	主任医师
	工作单位:	阜南第一人民医院
项目信息	项目名称:	和同地区妇幼保健院2024年校验试剂采购项目
	供应商名称:	新疆石榴籽医疗设备有限公司
专业人员 论证意见	<p>医院本次拟为目前现有在用的深圳凯特生物医疗电子科技有限公司生产的全自动电解质分析仪采购试剂、耗材。(4种)由于各设备生产厂家不同的设计思路、生产工艺和知识,采取保护措施,造成各厂家生产的仪器软硬件的技术参数各不相同,其配套的检测试剂、耗材的参数也不相同,各品牌间相互不能通用和替代,产品具有唯一性。为保证医院现有设备正常运行,根据政府采购法第21条、74号令关于单一来源采购的相关规定,建议采用单一来源试剂采购与设备配套的原厂试剂、耗材。</p>	
专业人员签字	<p>刘军</p> <p style="text-align: right;">2024年7月21日</p>	

注:本表中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 王忠明
	职称: 高工
	工作单位: 军区总医院
项目信息	项目名称: 和田地区妇幼保健院2024年检验试剂采购项目包四
	供应商名称: 新疆石榴科医疗设备有限公司
专业人员论证意见	<p>(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由) 该院拟采购的4种电解质分析试剂,是与凯特公司生产的全自动电解质分析仪配套使用的专机专用试剂,由于设备生产厂家知识产权和技术保护措施,其他品牌的药品均不能通用,也无替代产品,产品具有唯一性,根据《政府采购法》第三十一条,74号《政府采购非招标采购方式管理办法》关于单一来源方式采购的相关规定,建议采用单一来源方式进行采购。</p>
专业人员签字	<p>王忠明</p> <p>日期: 2024年7月2日</p>

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: <u>李君莲</u>	
	职称: <u>主任技师</u>	
	工作单位: <u>胸科医院</u>	
项目信息	项目名称: <u>和田地区妇幼保健院2024年检验试剂采购项目</u>	
	供应商名称: <u>新疆石榴籽医疗设备有限公司</u>	
专业人员论证意见	<p>(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由)</p> <p>该医院投的目前在用凯特全自动电解质分析仪,采购4种试剂耗材,均为该院配有在用仪器专用配套试剂和耗材,由于设备生产厂家知识产权和技术保护措施其他品牌不可替代通用,产品具有唯一性,为保证该院设备正常运行根据政府采购法第三十一条,符合关于单一来源采购的法规建议采用单一来源方式进行采购。</p>	
专业人员签字	<u>李君莲</u>	日期 <u>2024年7月2日</u>

注:本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 胡琼
	职称: 主任技师
	工作单位: 乌鲁木齐市疾控中心
项目信息	项目名称: 和田地区妇幼保健院2024年检验试剂采购项目
	供应商名称: 新疆石榴籽医疗设备有限公司
专业人员论证意见	<p>和田地区妇幼保健院拟采购的多项检验试剂。为该院检验科正在用瑞瑞一全血分析仪的血分析试剂和生用试剂。目前国内其他品牌的同类产品均不在此会议上通用(对仪口塔厂商知识产权和专利保护有限)。且县有叫5-45. 为高规格诊疗需求, 根据《政府采购法》第三十一条、74号令在单一来源采购方式和规定, 建议采用单一来源的方式采购。</p>
专业人员签字	<p>胡琼</p> <p>2024年 7 月 21日</p>

注: 本表中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 刘军
	职称: 副主任医师
	工作单位: 乌鲁木齐市第一人民医院
项目信息	项目名称: 和田地区妇幼保健院2024年检验试剂采购项目
	供应商名称: 新疆石榴籽医疗设备有限公司
专业人员论证意见	<p>医院本次拟采购为目前正在用的深圳锦瑞生物科技有限公司生产的特选蛋白分析仪采购10种试剂、耗材,由于该各生产厂家的设计思路、生产工艺和知识产权保护措施,造成各厂家生产的仪器软硬件的技术参数各不相同,其配套的检测试剂、耗材的参数也不相同,各品牌间相互不能通用和替代,产品具有唯一性。为保证医院现有设备正常运行,根据政府采购法第三十一条、74号令关于单一来源采购的相关规定,建议采用单一来源方式采购与设备配套的原厂试剂耗材。</p>
专业人员签字	<p>刘军</p> <p>2024年7月21日</p>

注: 本表中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 王忠明	
	职称: 高工	
	工作单位: 军区总医院	
项目信息	项目名称: 和田地区妇幼保健院2024年检验试剂采购项目	
	供应商名称: 新疆石榴特医疗设备有限公司	
专业人员论证意见	<p>(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由) 该院拟采购的10种特定蛋白分析试剂、耗材,是与锦瑞公司生产的自动特定蛋白分析仪配套使用的专用产品,由于设备生产厂家和仪器原理和技术保护措施,其他品牌的产品均不能通用,也无替代品,产品具有唯一性,根据《政府采购法》第三十一条74号令《政府采购非招标采购方式管理办法》关于单一来源采购的相关规定,建议采用单一来源方式进行采购。</p>	
专业人员签字	王忠明	日期: 2024年7月24日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: <u>李君莲</u>	
	职称: <u>主任技师</u>	
	工作单位: <u>胸科医院</u>	
项目信息	项目名称: <u>和田地区妇幼保健院 2024年检验试剂采购项目四</u>	
	供应商名称: <u>新疆石榴籽医疗设备有限公司</u>	
专业人员论证意见	<p>(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由)</p> <p>该院拟为目前在用心电图仪及配套心电纸专用试剂耗材,由于设备生产厂家知识产权和技术保护措施,其他品牌不可通用,产品具有唯一性,为确保设备正常运行,根据政府采购法第三十一条74号令关于单一来源采购的相关规定,建议采用单一来源方式进行采购。</p>	
专业人员签字	<u>李君莲</u>	日期 <u>2024年7月2日</u>

注:本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 胡琼
	职称: 主治医师
	工作单位: 乌鲁木齐市第一人民医院
项目信息	项目名称: 和田地区妇幼保健院2024年检验试剂采购项目
	供应商名称: 新疆石榴籽医疗设备有限公司
专业人员论证意见	<p>和田地区妇幼保健院拟采购的“阴道分泌物分析仪”,为该院拟采购使用“北京中星-阴道分泌物分析仪”上配套使用配套检测试剂,目前国内其他同类商品的产品均不能在上述仪器上使用,产品品种有限,为保证检测项目的正常开展和检测结果的准确性,根据《政府采购法》第三十一条,符合单一来源采购的相关规定,建议采用单一来源方式采购。</p>
专业人员签字	<p>胡琼, 2024年7月21日</p>

注: 本表中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 杨晓旭
	职称: 副主任技师
	工作单位: 乌鲁木齐友谊医院
项目信息	项目名称: 和田地区妇幼保健院2024年检验试剂采购项目
	供应商名称: 新疆石榴籽医疗设备有限公司
专业人员论证意见	<p>此项目拟采购的1个品种的试剂为目前临床检验科使用的北京中生阴道分泌物分析仪及配套产品,由于该品种试剂技术含量高,且价格昂贵,且该产品为北京中生阴道分泌物分析仪的配套试剂,其原理研发定制的产品,该产品具有唯一性和不可替代性,其他品牌产品无法替代和混用。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条、74号令《政府采购货物招标投标管理办法》关于单一来源采购的相关规定,建议采用单一来源采购方式进行采购。</p>
专业人员签字	<p>杨晓旭</p> <p>2024年7月2日</p>

注: 本表中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 刘军
	职称: 工程师
	工作单位: 阜康市第一人民医院
项目信息	项目名称: 和田地区妇幼保健院2024年检验试剂采购项目
	供应商名称: 新疆石榴籽医疗设备有限公司
专业人员 论证意见	<p>医院本次拟为目前正在用的北京中生公司生产的阴道分泌物分析系统采购试剂。由于各设备生产厂家在设计思路、生产工艺和知识产权保护措施,造成各厂家生产的试剂、软硬件的兼容性各不相同,其配套的检测试剂的配方参数也不相同,各品牌试剂不能通用和替代,产品具有唯一性。为保证医院现有设备正常运行,根据政府采购法第三十一条、74号令关于单一来源采购的相关规定,建议采用单一来源方式采购与设备配套的原厂试剂。</p>
专业人员签字	<p>刘军</p> <p>2024年7月21日</p>

注: 本表中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 王忠明	
	职称: 高工	
	工作单位: 军区总医院	
项目信息	项目名称: 和田地区妇幼保健院2024年检验试剂采购项目包四	
	供应商名称: 新疆石榴籽医疗设备有限公司	
专业人员论证意见	<p>(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由) 该院拟采购的1种阴道分泌物分析试,是与北京中生公司生产的阴道分泌物分析仪配套使用的专用试剂,由于设备生产厂家知识产权和技术保护措施,其他品牌的产品均不能通用,也无替代品,产品具有唯一性,根据《政府采购法》第三十一条,74号令《政府采购和招标投标管理办法》第六十一条原方式采购的相关规定,建议采用单一来源方式进行采购。</p>	
专业人员签字	王忠明	日期: 2024年7月2日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: <u>李君莲</u>
	职称: <u>主任技师</u>
	工作单位: <u>胸科医院</u>
项目信息	项目名称: <u>和田地区妇幼保健院2024年检验试剂采购项目包四</u>
	供应商名称: <u>新疆石榴籽医疗设备有限公司</u>
专业人员论证意见	<p>(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由)</p> <p>该院拟为目前在用由北京中全阴道分析仪采购1种试剂,为该院现有在用仪器之配套试剂耗材,属于专用耗材,由于设备生产厂家知识产权和技术保护措施,其他品牌不可通用,产品具有唯一性,为保证该院设备正常运行,根据政府采购法第三十一条,74号令关于单一来源采购之相关规定,因此采用单一来源方式进行采购。</p>
专业人员签字	<u>李君莲</u>
	日期 <u>2024年7月1日</u>

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。