

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	胡琼
	职称:	主任技师
	工作单位:	乌鲁木齐市中医院
项目信息	项目名称:	和田地区妇幼保健院2024年检验试剂采购项目
	供应商名称:	和田易安医疗科技有限责任公司
专业人员 论证意见	<p>和田地区妇幼保健院拟采购的试剂耗材经政府采购中心之单一来源论证后已通过上会用以试剂盒、试剂四套机及闻试剂。现因试剂盒同产品由生产厂家告知该产品和试剂技术有限，不能在该试剂四套机上使用。产品具有唯一性，为保证检测结果准确性和治疗准确性，根据《政府采购法》第31条、74号令有关规定和相关规定，建议采用单一来源方式进行采购。</p>	
专业人员签字	<p>胡琼 2024年7月21日</p>	

注: 本表中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	杨晓艳
	职称:	副主任技师
	工作单位:	绥芬河市友谊医院
项目信息	项目名称:	和田地区妇幼保健院2024年检验试剂采购计划
	供应商名称:	和田易安医疗科技有限责任公司
专业人员 论证意见	<p>外购试剂盒有361个品种的试剂耗材均为临床 使用中的全自动生化分析仪和凝血检测配套 产品，因生化试剂检测原理及方法不同，每个检测 项目在不同设备上应用参数可能有异，改善程序 样品加样量、试剂R₁、R₂和加样量也不同，生产厂商 需将其研发至最佳状态，经试验检测后满足需求，因 此，试剂与设备生产商都必须掌握研发项目前沿技术 ，反复其研发数据和技术创新点，试剂必须具备各 品牌试剂的唯一性和不可替代性，其次该单 独无法匹配使用，根据近年来国家政策要求 的药品集采、74号令的规定，建议采用单 一来源采购方式进行采购。</p>	
专业人员签字	 2024年 7月 21日	

注: 本表中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	刘革
	职称:	副主任技师
	工作单位:	和田地区妇幼保健院
项目信息	项目名称:	和田地区妇幼保健院2024年检验试剂采购项目
	供应商名称:	和易安医疗科技有限公司
专业人员 论证意见	<p>因该批次拟为国家没有在用的迪尔全自动生化分析仪采购的试剂耗材，由于该设备生产了新的设计理念、生产工艺及独特的保护措施。造成各厂家生产的仪器软硬件的技术参数不相同，其配套的检测试剂、耗材也不相同，各厂家试剂的配方参数也不相同，各厂家试剂不能通用和替代，产品具有唯一性，为保证医疗机构现有设备正常运行，根据政府采购法第三十二条、74号令关于单一来源采购的相关规定，建议采用单一来源方式采购与设备配套的原厂试剂、耗材。</p>	
专业人员签字	刘革	
	2024年7月21日	

注：本表中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 王忠明	
	职称: 高工	
	工作单位: 军械总医院	
项目信息	项目名称: 和田地区妇幼保健院2024年检验试剂采购项目三	
	供应商名称: 和田易安医疗科技有限公司	
专业人员论证意见	<p>(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由) 该试剂采购的61种生化试剂及耗材,是与中元公司生产的全自动生化分析仪配套使用的专用产品。由于设备生产厂家组织生产和技术保护措施,其他品牌的產品均不能通用,也无法替代产品,产品具有唯一性,根据《政府采购法》第三十二条、74号令《政府采购非招标方式管理办法》关于单一来源采购的相关规定,建议采用单一来源方式进行采购。</p>	
专业人员签字	王忠明	日期 2024年7月2日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 李君莲	
	职称: 立体技师	
	工作单位: 内蒙古自治区人民医院	
项目信息	项目名称: 和田地区妇幼保健院2024年检验试剂采购包三	
	供应商名称: 和田易安医疗科技有限责任公司	
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由)	
	该医院拟为目前在用且无完全替代分析仪采购配套耗材试剂,均为该医院仅有仪器配套耗机专用耗材和试剂,由于设备生产厂家知识产权和技术保护措施,其它品牌不可替代通用,产品具有唯一性,为确保该医院设备正常使用根据政府采购法第三十一条、74号令关于单一来源采购人相关规定,建议采用单一来源方式进行采购。	
专业人员签字	李君莲	日期 2024年7月2日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。