

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 胡琼
	职称: 主任技师
	工作单位: 乌鲁木齐市口腔医院
项目信息	项目名称: 和田地区妇幼保健院2024年检验试剂采购项目
	供应商名称: 乌鲁木齐瑞斯源商贸有限公司
专业人员论证意见	<p>和田地区妇幼保健院拟采购的多种血细胞分析仪使用试剂,为该院现在用的迈克令的血细胞分析仪使用试剂,其他国内其他同类产品均不能通用,产品具有唯一性(该厂家的知识产权和专利技术保护),为该院临床检验结果的准确性和信用的数据的工作,根据《政府采购法》第三十一条,符合单一来源采购的相应规定,建议采用单一来源的方式采购。</p>
专业人员签字	<p>胡琼, 2024年7月21日</p>

注: 本表中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 杨晓梅
	职称: 副主任技师
	工作单位: 潍坊市妇幼保健院
项目信息	项目名称: 莱阳地区妇幼保健院2024年轻体检测试剂采购项目二
	供应商名称: 鲁械华瑞斯源商贸有限公司
专业人员论证意见	<p>此项目采购的21种试剂耗材均为目前市场上的主流产品，使用广泛且质量稳定。经查阅相关资料，发现市场上存在多种品牌的产品，但其检测原理、检测精度、检测速度、使用寿命、使用耗材等方面均存在差异。因此，各品牌产品的性能和质量并不完全一致。建议采购时，应选择具有良好口碑和稳定性能的产品，以确保检测结果的准确性和可靠性。</p>
专业人员签字	<p>杨晓梅</p> <p>2024年 7月 21日</p>

注：本表中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 刘军
	职称: 理化技师
	工作单位: 乌鲁木齐市第一人民医院
项目信息	项目名称: 和田地区妇幼保健院2024年检验试剂采购项目二
	供应商名称: 乌鲁木齐华瑞斯源商贸有限公司
专业人员论证意见	<p>医院本次拟为目前现有在用的四川迈克公司生产的凝血酶微纳膜分析仪, 采购21种试剂, 耗材, 由该设备生产厂家设计思路, 生产工艺和知识产权保护措施, 造成各厂家生产的仪器软件中的技术参数各不相同, 其配套的检测试剂, 耗材的配件参数也不相同, 各品牌间相互不能通用和替代, 产品具有唯一性, 为保证医院现有设备正常运行, 根据政府采购法第三十一条, 74号令等单一来源采购的相关规定, 建议采用单一来源方式采购与设备配套的厂家试剂, 耗材。</p>
专业人员签字	<p>刘军</p> <p>2024年7月21日</p>

注: 本表中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 王忠明	
	职称: 高工	
	工作单位: 军区总医院	
项目信息	项目名称: 和田地区妇幼保健院2024年检验试剂采购项目二	
	供应商名称: 乌鲁木齐华瑞斯源商贸有限公司	
专业人员论证意见	<p>(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由) 该院拟采购的血液细胞分析试剂耗材共21种,是与迈克公司生产的自动血液细胞分析仪配套使用的专用产品,由于设备生产厂家知识产权和技术保护措施,其他品牌的产品均不能通用,也无替代品,产品具有唯一性,根据《政府采购法》第三十一条,74号令《政府采购非招标采购方式管理办法》关于单一来源采购的相关规定,建议采用单一来源方式进行采购。</p>	
专业人员签字	王忠明	日期 2024年7月2日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: <u>李思莲</u>
	职称: <u>主任技师</u>
	工作单位: <u>胸科医院</u>
项目信息	项目名称: <u>和田地区妇幼保健院 2024年检验试剂采购项目</u>
	供应商名称: <u>乌鲁木齐华瑞斯源商贸有限公司</u>
专业人员论证意见	<p>(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由)</p> <p>该院目前在用迈克全自动血液细胞分析仪采购配套的21种试剂耗材,均为该院目前在用仪器配套专用设备专用耗材试剂,由于设备生产厂家的知识产权和技术保护措施,其它品牌不能替代通用,为保证该院设备正常运行,产品具有唯一性,根据政府采购法第三十一条74号令关于单一来源采购的相关条款,建议采用单一来源方式进行采购。</p>
专业人员签字	<u>李思莲</u>
	日期: <u>2024年7月1日</u>

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 胡琼
	职称: 主任技师
	工作单位: 乌鲁木齐市疾控中心
项目信息	项目名称: 和田地区妇幼保健院2024年检验试剂采购项目
	供应商名称: 鲁木齐瑞斯源商贸有限公司
专业人员论证意见	<p>和田地区妇幼保健院拟采购的该批检验试剂现在用的迈克-金铂试剂为进口免收折扣价上使用的试剂盒, 为整机配套试剂. 由于知识产权和专利技术限制, 我国同类产品均不能替代进口试剂, 产品共有15-45, 为试剂盒进口, 瑞源和核科试剂的供应商, 满足招标的询价要求. 根据《政府采购法》第三十一条. 74号令政府采购方式的和规定, 建议采购单一来源方式采购.</p>
专业人员签字	<p>胡琼</p> <p>2024年7月21日</p>

注: 本表中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 杨晓琦
	职称: 副主任技师
	工作单位: 乌鲁木齐市妇幼保健院
项目信息	项目名称: 和田地区妇幼保健院2024年检验试剂采购项目二
	供应商名称: 乌鲁木齐华瑞斯源商贸有限公司
专业人员论证意见	<p>此项目采购的71个品种试剂均为临床检验常用试剂，用途广泛，且各品牌试剂在性能、稳定性、准确性等方面存在差异。由于试剂种类繁多，且各品牌试剂在性能、稳定性、准确性等方面存在差异，因此各品牌试剂在性能、稳定性、准确性等方面存在差异。因此，建议采用单一来源的方式进行采购。</p>
专业人员签字	<p>杨晓琦</p> <p>2024年 7 月 21日</p>

注：本表中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 刘军
	职称: 生化技师
	工作单位: 乌市第一人民医院
项目信息	项目名称: 和田地区妇幼保健院2024年检验试剂采购项目
	供应商名称: 淄博齐华瑞斯商贸有限公司
专业人员 论证意见	<p>医院本次拟为目前现有在用的贝克曼公司生产的全自动化学发光免疫分析仪, 采购71种试剂、耗材, 由于各设备生产厂家在设计思路、生产工艺和知识产权保护措施, 造成各厂家生产的仪器、软件的技术参数各不相同, 其配套的检测试剂、耗材的配套参数也不相同, 各品牌间相互不能通用和替代, 产品具有唯一性, 为保证医院现有设备正常运行, 根据政府采购法第三十一条、74号令关于单一来源采购的相关规定, 建议采用单一来源方式采购与设备配套的原厂试剂、耗材。</p>
专业人员签字	<p>刘军</p> <p>2024年7月21日</p>

注: 本表中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 王忠明	
	职称: 高工	
	工作单位: 军区总医院	
项目信息	项目名称: 和田地区妇幼保健院2024年检验试剂采购项目	
	供应商名称: 乌鲁木齐华瑞斯源高贸有限公司	
专业人员论证意见	<p>(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由) 该院拟采购的71种化学发光免疫分析试剂耗材,是与迈克公司生产的全自动化学发光免疫分析仪配套使用的专机专用产品,由于设备生产厂家知识产权和技术保护措施,其他品牌的产品均不能通用,也无替代品。产品具有唯一性,根据《政府采购法》第三十条、74号令《政府采购非招标采购管理办法》关于单一来源采购的相关规定,建议采用单一来源方式进行采购。</p>	
专业人员签字	王忠明	日期: 2024年7月24日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: <u>李君莲</u>
	职称: <u>主任技师</u>
	工作单位: <u>胸科医院</u>
项目信息	项目名称: <u>和田地区妇幼保健院2024年检验试剂采购项目</u>
	供应商名称: <u>乌鲁木齐华瑞斯源商贸有限公司</u>
专业人员论证意见	<p>(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由)</p> <p>该院拟为目前使用的迈克金敏生化总发光免疫分析仪采购配套自71种耗材试剂,均为该院现有仪器配套心专机专用耗材和试剂。由于设备生产厂家知识产权和技术保护措施,其他品牌不可替代通用,产品具有唯一性,为确保该院设备正常运转,根据政府采购法第三十一条,号令关于单一来源采购的相关规,建议采用单一来源方式进行采购。</p>
专业人员签字	<u>李君莲</u>
	日期 <u>2024年7月21日</u>

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。