

表 3

政府采购单一来源专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	伊犁哈萨克自治州中心血站
拟采购产品名称	核酸检测试剂
拟采购产品金额	561444 元
二、申请理由	
原因阐述： 我站的血液核酸筛查工作具有检测量大、项目多、集中化处理的特点。为达到筛查结果准确、满足单采血小板等保存期较短的血液制品及时出具报告的要求，需采用连续上样，流水线式的单人份核酸检测技术。目前我站使用的 Panther 全自动核酸检测分析系统为封闭式设计，采用 TMA 核酸检测技术，只能使用与之配套的乙型肝炎病毒、丙型肝炎病毒、人类免疫缺陷病毒（1+2 型）核酸检测试剂盒（TMA-化学发光法）（英文名：Procleix Ultrio Elite Assay），国产试剂不能在该检测系统上使用。为保障采血工作的正常开展，确保血液质量安全，拟采用单一来源方式采购以上产品。	
三、专家论证意见	
原因阐述： 此试剂属于专机专用，对国产试剂不开放使用，为保障采血工作质量，同意单一来源采购。	
专家签字：  工作单位：伊犁州友谊医院 职务：基地报教字报 职称：报教老师 2014 年 3 月 21 日	

表 3

政府采购单一来源专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	伊犁哈萨克自治州中心血站
拟采购产品名称	核酸检测试剂
拟采购产品金额	561444 元
二、申请理由	
原因阐述： 我站的血液核酸筛查工作具有检测量大、项目多、集中化处理的特点。为达到筛查结果准确、满足单采血小板等保存期较短的血液制品及时出具报告的要求，需采用连续上样，流水线式的单人份核酸检测技术。目前我站使用的 Panther 全自动核酸检测分析系统为封闭式设计，采用 TMA 核酸检测技术，只能使用与之配套的乙型肝炎病毒、丙型肝炎病毒、人类免疫缺陷病毒（1+2 型）核酸检测试剂盒（TMA-化学发光法）（英文名：Procleix Ultrio Elite Assay），国产试剂不能在该检测系统上使用。为保障采血工作的正常开展，确保血液质量安全，拟采用单一来源方式采购以上产品。	
三、专家论证意见	
原因阐述： 国产试剂无法达到仪器的使用要求。	
专家签字：刘建刚 工作单位：伊犁州妇幼保健院 职务：检验科副主任 职称：副主任技师 2014 年 3 月 21 日	

表 3

政府采购单一来源专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	伊犁哈萨克自治州中心血站
拟采购产品名称	核酸检测试剂
拟采购产品金额	561444 元
二、申请理由	
原因阐述： 我站的血液核酸筛查工作具有检测量大、项目多、集中化处理的特点。为达到筛查结果准确、满足单采血小板等保存期较短的血液制品及时出具报告的要求，需采用连续上样，流水线式的单人份核酸检测技术。目前我站使用的 Panther 全自动核酸检测分析系统为封闭式设计，采用 TMA 核酸检测技术，只能使用与之配套的乙型肝炎病毒、丙型肝炎病毒、人类免疫缺陷病毒（1+2 型）核酸检测试剂盒（TMA-化学发光法）（英文名：Procleix Ultrio Elite Assay），国产试剂不能在该检测系统上使用。为保障采血工作的正常开展，确保血液质量安全，拟采用单一来源方式采购以上产品。	
三、专家论证意见	
原因阐述： Panther 全自动核酸检测分析系统为封闭设计，采用 TMA 检测技术具有检测量大，项目多，集中化处理特点，专机专用，只能使用与之配套的核酸检测试剂盒，国产试剂不能在该检测系统上使用，为确保血液质量安全，同意采用单一来源方式采购以上产品	
专家签字： 王平	工作单位： 伊犁州疾病预防控制中心
职务： 检验科科长	职称： 副主任检验师
2024 年 3 月 20 日	