

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

| | | |
|----------|--|--|
| 专业人员信息 | 姓名: <u>薛双</u> | |
| | 职称: <u>工程师</u> | |
| | 工作单位: <u>白河中西医结合医院</u> | |
| 项目信息 | 项目名称: <u>一次性充气式保温毯</u> | |
| | 供应商名称: <u>3M公司</u> | |
| 专业人员论证意见 | <p>白河中西医结合医院此次采购一次性充气式保温毯是临床病人保暖及急救必备设备。通过市场调研的情况,其他产品无法替代是配套部件。为满足临床实际需求,依据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条之规定符合单一来源采购的条件,建议采取单一来源方式采购,采购符合的一次性充气式保温毯。</p> | |
| 专业人员签字 | <u>薛双</u> | 日期 <u> </u> 年 <u> </u> 月 <u> </u> 日 |

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

| | | |
|----------|---|-----------|
| 专业人员信息 | 姓名: 贺申 | |
| | 职称: 高工 | |
| | 工作单位: 新医大五附院 | |
| 项目信息 | 项目名称: 一次性充气式保温毯 | |
| | 供应商名称: 3M公司 | |
| 专业人员论证意见 | 该采购项目是为了拟医院手术室现有设备: 3M充气式保温毯配套使用的耗材, 专机专用。依据《中华人民共和国政府采购法》第31条, 《政府采购非招标采购方式管理办法》第74号令, 建议采用单一来源方式从原厂授权的经销商处采购。 | |
| 专业人员签字 | 贺申 | 日期: 年 月 日 |

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

| | | |
|----------|---|----------|
| 专业人员信息 | 姓名: 李健 | |
| | 职称: 副主任技师 | |
| | 工作单位: 军区药品仪器检验所 | |
| 项目信息 | 项目名称: 一次性充气式保温毯 | |
| | 供应商名称: 3M 公司 | |
| 专业人员论证意见 | <p>医院手术室现有充气式保温毯(进口3M), 在手术病人体温控制过程中, 需要一次性充气保温毯, 因主机与保温毯连接式, 管路尺寸, 控温线, 电源接口等等不相同, 其它品牌一次性充气保温毯无法联机使用, 根据政府采购法第二十一号, 74号令相关规定, 建议采用单一来源采购方式. 从设备配套保温毯供应商处采购.</p> | |
| 专业人员签字 | 李健 | 日期 年 月 日 |

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源论证专家名单

| 专家类别 | 姓名 | 工作单位 | 职称 | 联系电话 | 备注 |
|------|----|----------------|-------|-------------|----|
| 技术专家 | 李健 | 新疆军区保障部药品仪器检验所 | 副主任技师 | 13999172927 | |
| 技术专家 | 薛双 | 新疆维吾尔自治区中医医院 | 工程师 | 13579871998 | |
| 技术专家 | 贺丰 | 新疆医科大学第五附属医院 | 高级工程师 | 13201397051 | |