

# 乌鲁木齐市米东区中医医院脑病科重症心电监护仪采购项目

## 目质疑回复函

质疑供应商：新疆麓山医疗器械有限公司

地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区鸿泰路 66 号万科大都会八号楼 15 层 1504 房  
邮编：830000

联系人：陈敏 联系电话：18188963547

授权代表：游思程

联系电话：18099682540

地址：乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路 213 号 3 号楼 5 单元 602 号  
邮编：830000

贵公司关于 CSY2024-77；乌鲁木齐市米东区中医医院脑病科重症心电监护仪采购项目，本单位于 2024 年 11 月 28 日收悉。

收到新疆麓山医疗器械有限公司所提质疑函后，采购人对采购技术参数和质疑函进行审核，答复如下：

质疑事项 1：监测参数：26、 $\geq 6$  道 IBP 波形叠加显示

**回复：修改为“ $\geq 5$  道 IBP 波形叠加显示”**

质疑事项 2：监测参数 28、配置呼吸末二氧化碳模块（2）采用测量方法：红外光谱法；

**回复：“（2）采用测量方法:红外光谱法；”此条删除**

质疑事项 3：监测参数:28、配置呼吸末二氧化碳模块（3）集成模块化设计，支持热插拔，可在插件式监护仪上显示监测的内容，与科室现有监护仪兼容；

**回复：“与科室现有监护仪兼容”为了满足医院工作内容需求，此参数不做更改**

质疑事项 4：监测参数：30、配置 BIS 监测模块或者单机。（1）麻醉深度监测脑电双频指数（BIS）技术，模块化设计，支持 BISx4 监测，可对单侧或双侧大脑半球进行 BIS 监测。

**回复：修改为“30、具备 BIS 监测模块或者单机。（1）麻醉深度监测脑电双频指数（BIS）技术，模块化设计，可对单侧或双侧大脑半球进行 BIS 监测。”**

质疑事项 5：监测参数：31、可升级有创连续心排量（PiCCO）技术监测功能，非

漂浮导管热稀释法或无创阻抗法，可监测胸腔内血容量（ITBV）、血管外肺水（EVLW），肺毛细血管通透性指数（PVPI）等参数，提供完整的血流动力学参数监测。

**回复：修改为“31、可升级有创连续心排量（PICCO）技术监测功能，可监测胸腔内血容量（ITBV）、血管外肺水（EVLW），肺毛细血管通透性指数（PVPI）等参数。”**

质疑事项 6：38、提供血流动力学软件工具，显示完整血流动力学参数，并以图形化界面显示病人心脏收缩力，外周血管阻力等状态，提供电子化血流动力学实验记录，重点参数蛛网图显示评估病人相关参数变化。

**回复：修改为“38、提供血流动力学软件工具，可监测血流动力学参数。”**

此次招标的技术参数没有标记“\*”的重点参数，均是普通参数，且本次采取综合量化评审法，包括价格部分、商务部分及技术部分等各因素量化得分。本次采购允许技术参数负偏离，技术参数负偏离并非实质性废标条款，仅作为评审技术扣分因素。评审组根据各投标产品量化评审综合得分最高推荐为第一中标候选人，因此，部分技术参数偏离并非中标与否唯一决定性因素。修改后的采购文件会在新疆政府采购网-政采云平台（<https://www.zcygov.cn>）上传，请潜在投标人及时获取。

感谢你单位对政府采购活动的参与、支持和监督如果你单位对本质疑答复不满意，可以在本答复之日起十五个工作日内按照《政府采购供应商投诉处理办法》的规定向同级财政部门依法提起投诉。

新疆诚晨项目管理咨询有限公司

2022年12月02日

