


单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名： 胡君
	职称： 副主任医师
	工作单位： 乌鲁木齐市友谊医院
项目信息	项目名称：一氧化氮检测器项目
	供应商名称：新疆欣诚源商贸有限公司
专业人员	昌吉市人民医院拟购一氧化氮检测器项目对应仪器为合肥微谷HFVG-F012主机使用，其设备为专机专用，其他厂家无法匹配使用。根据《中华人民共和国政府采购法》第31条规定，同意单一来源方式采购。新疆欣诚源商贸有限公司是授权经销商
专业人员签字	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: right;">             日期：2024.7.12           </div> </div>

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写



## 单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 李建	
	职称: 副主任师	
	工作单位: 军区药品检验所	
项目信息	项目名称: 一氧化氮检测器项目	
	供应商名称: 新疆欣诚源商贸有限公司	
专业人员	<p style="text-align: center;">医院现有一氧化氮检测器(微管HPWG-F02)</p> <p>在进行一氧化氮检测时, 须使用原厂配套试剂耗材, 其它品牌试剂耗材无法在该机上完成检测, 无法获取检测报告, 因此, 根据政府采购法第二十二条, 74号令相关规定, 同意采用单一来源采购。</p>	
专业人员签字	李建	日期: 2024.7.12

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写



## 单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 李强	
	职称: 主任技师	
	工作单位: 新医大附院	
项目信息	项目名称: 一氧化氮检测器项目	
	供应商名称: 新疆欣诚源商贸有限公司	
专业人员	<p>该项目为使用单位已有设备合肥微谷HFWG-F012呼吸机套使用试剂,其他品牌试剂无法在该机使用,属专机专用试剂。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条规定,同意采用单一来源方式从具有生产厂家授权的供应商处采购。</p>	
专业人员签字	李强	日期: 2024.7.12

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写



## 单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	胡 平	
	职称:	高级工程师	
	工作单位:	医科大学二附院	
项目信息	项目名称:	一氧化氮检测器项目	
	供应商名称:	新疆欣诚源商贸有限公司	
专业人员	<p>医院拟采购的一氧化氮检测器之原型是用于一氧化氮检测分析仪所用的配套耗材。目前医院在用的原型为合肥张谷谷产，机号为HTWC-F012。其他厂家生产的产品无法与现有的机型配套使用。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十条，74号令相关法律法规，同意采用单一来源的方式进行采购。</p>		
专业人员签字	胡平	日期:	2024.7.12

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写



## 单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名： <span style="font-size: 1.5em; font-family: cursive;">王清</span>
	职称： <span style="font-size: 1.5em; font-family: cursive;">高级工程师</span>
	工作单位： <span style="font-size: 1.5em; font-family: cursive;">新医大一附院</span>
项目信息	项目名称：一氧化氮检测器项目
	供应商名称：新疆欣诚源商贸有限公司
专业人员	<p>医院拟采购一氧化氮检测器，目前医院使用的设备是合肥微合 HFWG-F012 主机，配套的一氧化氮检测器是配套配件，其他厂家的配件无法匹配。根据《政府采购法》第31条相关规定，同意从授权经销商新疆欣诚源商贸有限公司采购。</p>
专业人员签字	王清
	日期：2024.7.12

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写

