

单一来源采购方式专业人员论证签到表

项目名称: 乌鲁木齐市米东区中医医院脾胃病科医疗设备采购项目 (进口)

论证时间: 2024年9月27日

序号	姓名	身份证号	手机	工作单位	职称
1	李俊	6531221968/0120210	13999172927	军区教人卫装备研究所	副主任技师
2	李辉	650102196812254548	13638950066	新医大七附院	副主任医师
3	刘振宇	65425197112020793	13369895699	解放军第18医院	副主任医师
4					
5					

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 李华	
	职称: 主任技师	
	工作单位: 新医大七附院	
项目信息	项目名称: 乌鲁木齐市米东区中医医院脾胃病科医疗设备采购项目 (放大胃镜)	
	供应商名称: 上海蔚来澜图商贸有限公司	
专业人员 论证意见	该单位拟采购产品要求视野角广角观察 $\geq 140^\circ$ 放大观察 $\geq 85^\circ$, 插入部外径 $\leq 9.6\text{mm}$, 先端部外径 $\leq 9.9\text{mm}$, 且具有3束导束, 画面亮度均匀, 以上指标其它品牌产品不能在单位已有主机上连接使用, 目前采购单位已有奥林巴斯的主机与光源设备。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条及《政府采购非招标采购方式管理办法》相关规定, 同意采用单一来源方式采购项目 (放大胃镜)	
专业人员签字	李华	日期: 年 月 日

注: 本表格中专业人员论证意见有专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 李斌	
	职称: 副主任医师	
	工作单位: 军区总医院仪器控制所	
项目信息	项目名称: 乌鲁木齐市米东区中医医院脾胃病科医疗设备采购项目 (放大胃镜)	
	供应商名称: 上海蔚来澜图商贸有限公司	
专业人员论证意见	<p>进口放大胃镜成像清晰, 可连续HDV成像, 对病灶细节各别清晰, 不易漏诊, 视野角大, 放大倍数≥ 85, 翻板$\geq 210^\circ$, 可在病灶处隐蔽部位进口十二指肠镜, 视野角$\geq 100^\circ$, 有效长度$\geq 1240\text{mm}$, 有效视野$\geq 105^\circ$, 可以有效观察病灶较远端的病灶, 防止漏诊. 医院现有奥林巴斯主机系统, 因连接线, 接口尺寸, 材质等各不相同, 其他品牌单放大胃镜, 十二指肠镜均无法在该机上使用. 而使用原厂配套放大胃镜和十二指肠镜, 符合国家发展和改革委员会第三十一条, 74号《政府采购非招标采购方式管理办法》相关规定, 同意采用单一来源方式采购本项目.</p>	
专业人员签字	李斌	日期: 年 月 日

注: 本表格中专业人员论证意见有专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 刘振东	
	职称: 副主任医师	
	工作单位: 解放军第18医院	
项目信息	项目名称: 乌鲁木齐市米东区中医医院脾胃病科医疗设备采购项目 (放大胃镜)	
	供应商名称: 上海蔚来澜图商贸有限公司	
专业人员论证意见	<p>进口放大胃镜具有窄谱特殊光学观察模式, 采用旋转放大操作方式, 操作方便易于对焦. 常规观察视野角大于等于140°, 放大观察下 ≥85°. 景深毫米观察 ≥7-100mm, 放大观察 ≥1.5-3mm. 插入部外径 ≤9.6mm. 先端部外径 ≤9.9mm. 具有传导光束, 画面亮度均匀的白光. 十二指肠镜视野角 100°. 工作斜视 105°. 景深 5-60mm. 钳道直径 ≥4.1mm, 更易于操作. 进口设备有奥林巴斯和电子镜, 目前其他品牌放大胃镜和十二指肠镜无法在该主机使用. 根据中华人民共和国政府采购法第31条, 74号令《政府采购非招标采购办法》的相关规定, 同意采用单一来源方式采购本项目.</p>	
专业人员签字	刘振东	日期: 年 月 日

注: 本表格中专业人员论证意见有专业人员手工填写。