

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 杨利	
	职称: 高级技师	
	工作单位: 自治区人民医院	
项目信息	项目名称: DS 稀释液等 7 项 (血球分析仪-迈瑞 BC-3000)	
	供应商名称: 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	
专业人员论证意见	<p>血球分析仪是利用电荷原理对血液样本中的红细胞、血小板等进行计数。该院拟购置的 DS 稀释液是该院现有的迈瑞生物医疗电子股份有限公司的 BC-3000 相配套使用，由于各厂家的设计理念、试剂以及检测流程各不相同，由于条件下条件的不同，由厂家下条件的不同，其检测结果也未开放，根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条及 74 号令的相关规定，同意单一来源的采购。</p>	
专业人员签字	杨利	日期 年 月 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件



单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 许政
	职称: 高级工程师
	工作单位: 乌市农道医院.
项目信息	项目名称: DS 稀释液等 7 项 (血球分析仪-迈瑞 BC-3000)
	供应商名称: 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
专业人员论证意见	<p>申请单位拟采购 DS 稀释液 7 项用于血液分析仪 BC-3000 型设备专用。由于该设备使用的是 DS 稀释液只适用于该型号设备。其他厂家的品牌稀释液无法替代、匹配。因此，根据《中华人民共和国政府采购法》第三十二条、74 号令《政府采购非招标采购方式管理办法》的相关规定，同意采用单一来源方式采购。</p>
专业人员签字	<p>许政</p> <p>日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日</p>

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名： 	
	职称： 主任技师	
	工作单位： 乌市血液中心	
项目信息	项目名称：DS 稀释液等 7 项（血球分析仪-迈瑞 BC-3000）	
	供应商名称：深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	
专业人员论证意见	<p>本次项目为 DS 稀释液等 7 项，为该院现有设备血球分析仪-迈瑞 Be 3000 为专用试剂。其它试剂无法替代，据法律法规依据《中华人民共和国政府采购法》第二十一条，74号令《政府采购非招标采购方式管理办法》关于单一来源方式进行采购的相关规定，同意采用单一来源方式进行采购。</p>	
专业人员签字		日期 年 月 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。