

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 谭利	
	职称: 高级药师	
	工作单位: 白云区人民医院	
项目信息	项目名称: $\alpha$ -L-岩藻糖苷酶等 24 项 (全自动生化分析仪 BS-2000M、BS-2800M)	
	供应商名称: 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	
专业人员论证意见	<p>全自动生化分析仪能够同时检测多种项目指标,该院此次拟申请的 <math>\alpha</math>-L-岩藻糖苷酶等 24 项是与该院现有的全自动生化分析仪 BS-2000M, BS-2800M 配套使用,由于各家设计理念,设备的结构以及检测的流程各不相同,同时考虑到保护知识产权,核心技术未对外开放,其他厂家的试剂无法与该院现有的设备相匹配完成检测。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条以及 74 号令的相关规定,同意采用单一来源的采购量</p>	
专业人员签字	谭利	日期 年 月 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	王冰	
	职称:	工程师	
	工作单位:	自治区第二人民医院	
项目信息	项目名称:	α-L-岩藻糖苷酶等 24 项 (全自动生化分析仪 BS-2000M、BS-2800M)	
	供应商名称:	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	
专业人员论证意见	<p>该单位拟采购的 α-L-岩藻糖苷酶等 24 项, 是适用于深圳迈瑞全自动生化分析仪 BS-2000M、BS-2800M 专用耗材, 无开放通道, 为保证设备正常使用, 满足均一性, 依照《中华人民共和国政府采购法》第三十一条、74号令《政府非招标采购方式管理办法》相关规定, 同意采用单一来源方式采购。</p>		
专业人员签字	王冰	日期	年 月 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 许政
	职称: 高级工程师
	工作单位: 乌市长道至陵
项目信息	项目名称: $\alpha$ -L-岩藻糖苷酶等 24 项 (全自动生化分析仪 BS-2000M、BS-2800M)
	供应商名称: 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
专业人员论证意见	<p>申请单位拟采购 <math>\alpha</math>-L-岩藻糖苷酶等 24 项, 使用和型生化分析仪 BS-2000M, BS-2800M。该设备由于在制造和设计上有其自身的专利技术和知识产权要求, 不支持其他 <math>\alpha</math>-L-岩藻糖苷酶等 24 项的测试的通道开放。其他品牌无法匹配通过。因此, 根据《中华人民共和国政府采购法》第三条及《政府采购法实施条例》的相关规定, 同意采用单一来源方式办理。</p>
专业人员签字	<p>许政</p> <p>日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日</p>

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。