

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名： <u>牙利</u>
	职称： <u>高级工程师</u>
	工作单位： <u>自治区人民</u>
项目信息	项目名称： <u>白蛋白测定试剂盒（溴甲酚绿法）等32项（全自动生化分析仪-贝克曼 BeckmanAU5800）</u>
	供应商名称： <u>贝克曼库尔特实验系统（苏州）有限公司</u>
专业人员论证意见	<p>全自动生化分析仪能够同时检测多种生化指标，该院此次拟购置的白蛋白测定试剂盒32项是与该院现有的贝克曼 Beckman AU5800 配套使用，由于各家设计理念，设备的结构，工艺，检测的液路各不相同，且对于知识产权保护的原因，其核心技术未对外开放，其它厂家的试剂无法与该院现有的设备相匹配完成检测，根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条以及74号令的相关规定，建议采用单一来源的方式进行购置。</p>
专业人员签字	<u>牙利</u> 日期 <u> </u> 年 <u> </u> 月 <u> </u> 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件



单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	刘大为	
	职称:	工程师	
	工作单位:	自治区第三人民医院	
项目信息	项目名称:	白蛋白测定试剂盒(溴甲酚绿法)等32项(全自动生化分析仪-贝克曼 Beckman AU5800)	
	供应商名称:	贝克曼库尔特实验系统(苏州)有限公司	
专业人员论证意见	<p>该单位拟采购的白蛋白测定试剂盒(溴甲酚绿法)等32项,是适用于贝克曼全自动生化分析仪 Beckman AU 5800 的专用耗材,因各厂家技术、材料、设计理念不同,试剂通道未开放,无法匹配其它同类产品,为满足设备正常使用,保持设备统一性,依据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条74号条款相关规定,同意采用单一来源方式采购。</p>		
专业人员签字	刘大为	日期	年 月 日

注:本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名： 	
	职称： 主任技师	
	工作单位： 乌市血液中心	
项目信息	项目名称：白蛋白测定试剂盒（溴甲酚绿法）等32项（全自动生化分析仪-贝克曼 BeckmanAU5800）	
	供应商名称：贝克曼库尔特实验系统（苏州）有限公司	
专业人员论证意见	<p>本次项目白蛋白测定试剂盒（溴甲酚绿法）等32项，为全自动生化分析仪-贝克曼 Beckman AU5800）专用试剂。</p> <p>根据《中华人民共和国政府采购法》第三十条74号令《政府采购非招标采购管理办法》关于单一来源采购的相关规定，同意采用单一来源方式进行采购。</p>	
专业人员签字		日期 年 月 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。