

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 隋利	
	职称: 高级工程师	
	工作单位: 自治区人民医院	
项目信息	项目名称: 免疫球蛋白 A 测定试剂盒(免疫比浊法)等 3 项 (全自动生化分析仪-贝克曼 BeckmanAU5800)	
	供应商名称: 北京安图生物工程有限公司	
专业人员论证意见	<p>全自动生化分析仪能够同时检测多种生化指标, 该院此次拟申请的免疫球蛋白 A 测定试剂盒 3 项均与该院现有的贝克曼 Beckman AU5800 配套使用, 由于各家设计理念, 设备的结构、工艺、检测的原理都不相同, 同时由于知识产权保护的原因, 其核心技术未对外开放, 其它厂家的试剂无法与该院现有的设备相匹配完成检测, 根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条以及 74 号令的相关规定, 建议采用单一来源的方式购置。</p>	
专业人员签字	隋利	日期 年 月 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 尹强	
	职称: 主任医师	
	工作单位: 复因检测中心	
项目信息	项目名称: 免疫球蛋白A测定试剂盒(免疫比浊法)等3项(全自动生化分析仪-贝克曼 BeckmanAU5800)	
	供应商名称: 北京安图生物工程有限公司	
专业人员论证意见	<p>拟采购的免疫球蛋白A测定试剂盒(免疫比浊法)等3项为贝克曼 Beckman Au5800 的专用耗材, 该单位现用 5800 仪器, 由于该设备生产厂家知识更新和技术升级措施, 其它品牌的耗材不能通用, 也无替代品, 产品具有唯一性, 为工作开展根据《中华人民共和国政府采购法》第31条, 74号令《政府采购非招标采购办法》的相关规定, 同意采用单一来源方式进行采购。</p>	
专业人员签字	尹强	日期: 年 月 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 译政
	职称: 高级工程师
	工作单位: 乌鲁木齐检验检疫局
项目信息	项目名称: 免疫球蛋白 A 测定试剂盒(免疫比浊法)等 3 项 (全自动生化分析仪-贝克曼 BeckmanAU5800)
	供应商名称: 北京安图生物工程有限公司
专业人员论证意见	<p>申请单位拟采购免疫球蛋白 A 测定试剂盒(免疫比浊法)试剂,用于全自动生化分析仪检测使用。该单位所使用的设备是贝克曼 Beckman AU 5800 型,该设备目前只有该厂家的试剂才能使用,其他厂家的试剂不匹配,无法检测数据。因此,只能使用北京安图的产品。根据《政府采购法》第三十一条、74号令《政府采购非公开招标项目管理办法》相关规定,同意采用单一来源方式采购。</p> <p style="text-align: right;">译政</p>
专业人员签字	日期: 年 月 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。