


附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名： 王芳利	
	职称： 高级工程师	
	工作单位： 自治区人民医院	
项目信息	项目名称： 样本稀释液等 5 项（自动粪便分析系统（沃文特）FA-160）	
	供应商名称： 四川沃文特生物工程股份有限公司	
专业人员论证意见	<p>自动粪便分析系统通过自动化技术手段，对粪便样本进行分析和检测，该院此次拟申请的免疫球管样本稀释液等 5 项主要与该院现有的沃文特 FA-160 配套使用，由于各厂家设计理念，设备的结构、工艺、检测的流程各不相同，同时由于技术保密的原因，其核心技术未对外开放，其它厂家的试剂无法与该院现有的设备相匹配完成检测，根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条及 74 号令的相关规定，建议采用单一来源采购。</p>	
专业人员签字		日期 年 月 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名： 李	
	职称： 主任技师	
	工作单位： 乌市血液中心	
项目信息	项目名称：样本稀释液等5项（自动粪便分析系统（沃文特）FA-160）	
	供应商名称：四川沃文特生物工程股份有限公司	
专业人员论证意见	本次项目为样本稀释液等5项为自动粪便分析系统（沃文特）FA-160专用试剂，根据法律依据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条，74号令《政府采购非招标采购管理办法》关于单一来源方式采购的相关规定，同意采用单一来源方式进行采购。	
专业人员签字	李	日期 年 月 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 刘忠
	职称: 文化药师
	工作单位: 复团疾控中心
项目信息	项目名称: 样本稀释液等5项(自动粪便分析系统(沃文特)FA-160)
	供应商名称: 四川沃文特生物工程股份有限公司
专业人员论证意见	<p>拟采购的样本稀释液等5项为该院自动粪便分析系统(沃文特)FA-160的专用耗材, 由于机设备厂家知识产权和技术保护措施, 其它品牌的耗材不能通用, 也是替代品, 产品具有唯一性, 为正常开展工作, 根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第(四)项“政府采购非招标采购办法”的相关规定, 同意采用单一来源的方式进行采购。</p>
专业人员签字	<p>刘忠</p> <p>日期: _____年____月____日</p>

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。