

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 王 忠 明
	职称: 高 工
	工作单位: 军区总医院
项目信息	项目名称: 若羌县人民医院主动脉内球囊反搏器采购项目
	供应商名称: 国药控股新疆新特西部药业有限公司
专业人员论证意见	<p>该院拟采购的主动脉内球囊反搏泵,是医院ICU、心内科、心胸外科、急诊科等心脏患者心衰、心源性休克、极低血压、房颤改善高风险病人手术支持的重要设备,对于顽固性心绞痛、急性冠状动脉综合症处理,PCI手术中及术后支持等能够快速改善并有效提升病人的心脏功能,提高病人心脏冠脉灌注,降低心脏的负荷。该产品只可从国药控股新疆新特西部药业有限公司处独家采购。根据《政府采购法》第二十一条,74号令《政府采购非招标采购方式管理办法》关于单一来源采购的相关规定,同意采用单一来源方式采购。</p>
专业人员签字	<p>王 忠 明</p> <p>日期: 年 月 日</p>

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 贺丰
	职称: 高工
	工作单位: 新医大五附院
项目信息	项目名称: 若羌县人民医院主动脉内球囊反搏器采购项目
	供应商名称: 国药控股新疆新特西部药业有限公司
专业人员论证意见	<p>本项目拟采购的主动脉内球囊反搏器是用于支持病人心脏功能, 有效提高病人冠脉供血和改善病人低心排, 低血压状况, 是医院必备的抢救设备。ICU, 心脏内、外科心脏病人在PCI术前都需用此设备增加心肌供血, 降低左心室做功。设备采用双泵马达, 恒定动力压力$\geq 400\text{mmHg}$, 驱动马达速度≥ 1500转/分钟, 辅助比为: 1:1, 1:2, 1:3, R波信号检测时间$< 30\text{ms}$。其它类似产品不能同时满足上述性能, 无法替代该设备。根据《中华人民共和国政府采购法》第31条, 财政部74号令的相关规定, 同意采用单一来源方式, 从具有厂家授权的供应商处采购, 满足临床需求。</p>
专业人员签字	<p>贺丰</p> <p>日期: 年 月 日</p>

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 吕子新,
	职称: 副主任医师
	工作单位: 武警医院
项目信息	项目名称: 若羌县人民医院主动脉内球囊反搏器采购项目
	供应商名称: 国药控股新疆新特西部药业有限公司
专业人员论证意见	<p>该院拟购置的主动脉球囊反搏器, 主要用于支持病人的心脏功能, 有效提高病人冠脉的供血, 改善病人低排和缺血的状态, 要求设备具有自动和手动模式, 自动模式具有六种模式可选, 同时具有7种最佳ECG导联的自动选择, 反搏频率可达200次/分, 反搏容量0~50ml可调, 具有自动气溶剂泵功能, 内置各种参数波形和生理数据, 能满足临床功能, 符合ICU术中及术毕支持心脏循环的产品, 据了解仅有一家产品, 具备唯一性, 国药控股新疆新特西部药业有限公司是唯一代理商, 依据《政府采购法》和《军令规定》, 同意采用单一来源采购方式采购。</p>
专业人员签字	<p>吕子新</p> <p>日期: 年 月 日</p>

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写

论 证 专 家 签 到 表

序号	姓名	性别	职务/职称	所 属 单 位	联系电话	签到
1	贺丰	女	高级工程师	新疆医科大学第五附属医院	13201397051	贺丰
2	吕文标	男	副主任技师	武警新疆总队医院	18999923157	吕文标
3	王忠明	男	高级工程师	中国人民解放军新疆军区总医院	13999919071	王忠明
4						
5						
6						
7						
8						
9						