

论 证 专 家 签 到 表

序号	姓 名	性 别	职务/职称	所 属 单 位	联系电话	签到
1	盖岩峰	男	高级工程师	新疆维吾尔自治区第三人民医院	18999929066	盖岩峰
2	郑得宁	男	副主任技师	武警新疆总队医院	18999223158	郑得宁
3	蒋秉梁	男	高级工程师	新疆医科大学第一附属医院	13999959081	蒋秉梁
4						
5						
6						
7						
8						
9						



单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 郑得宁
	职称: 副主任技师
	工作单位: 武警新疆总队医院
项目信息	项目名称: 若羌县人民医院 DSA 移机服务
	供应商名称: 西安洛瑞电子科技有限公司
专业人员论证意见	<p>拟采购的项目为飞利浦M15血管机进行移机,此设备为大型精密医疗设备,包括与之配套使用的附属设备,重点在于安装和调试需要厂家独有的软件支持和硬件的使用,需要有经厂家培训的工程师和授权的公司。西安洛瑞电子科技有限公司作为飞利浦在新疆唯一授权服务商;根据法律《中华人民共和国政府采购法》第三十一条、74号令《政府采购非招标采购管理办法》关于单一来源采购的相关规定,建议采用单一来源方式进行采购。</p>
专业人员签字	<p>郑得宁</p> <p>日期: 2024年7月28日</p>

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写



单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: <u>姜岩峰</u>
	职称: <u>高工</u>
	工作单位: <u>白台区第三人民医院</u>
项目信息	项目名称: 若羌县人民医院 DSA 移机服务
	供应商名称: 西安洛瑞电子科技有限公司
专业人员论证意见	<p>用户需对现有飞利浦 Azurion 3 MIS 型数字减影血管造影机进行移机服务, 该服务包含硬件搬移和软件匹配并升级的内容, 由于设备制造商知识产权和技术保护措施, 未取得制造商合法授权的其他厂商无法对用户现有设备进行移机服务, 该服务内容具有唯一性。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条; 74号令《政府采购非招标采购方式管理办法》关于单一来源采购的相关规定, 本项目只能采用单一来源采购方式从产品合法授权唯一代理商西安洛瑞电子科技有限公司进行采购。</p>
专业人员签字	<p><u>姜岩峰</u> 日期: 2024年7月28日</p>

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写



单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 蒋秉梁
	职称: 高级工程师
	工作单位: 新疆医科大学第一附属医院
项目信息	项目名称: 若羌县人民医院 DSA 移机服务
	供应商名称: 西安洛瑞电子科技有限公司
专业人员论证意见	<p>数字剪影 (DSA) 系统是一套比较复杂的影像系统。在其搬迁的过程中, 需要有专业的移机团队来完成。因设备控制系统多, 搬迁之后还要做设备校准, 方能达到使用的需求。此设备价值高, 系统复杂, 故搬迁 DSA 需要有原厂授权的厂家团队来完成, 以确保设备的安全, 以保证 DSA 设备的长期使用。西安洛瑞电子科技有限公司为 DSA 授权的服务商, 建议由该公司完成此次移机工作。</p>
专业人员签字	<p>蒋秉梁</p>
	日期: 2024 年 7 月 28 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写

