


单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 张文峰
	职称: 工程师
	工作单位: 自治区人民医院
项目信息	项目名称: 新疆医科大学附属肿瘤医院超声电子上消化道内窥镜采购项目
	供应商名称: 新疆嘉勃医疗科技有限公司
专业人员论证意见	<p>采购人医科大学附属肿瘤医院拟采购超声电子上消化道内窥镜用于配套医院现有内镜主机使用,因本局各内窥镜品牌所使用规格、接口均为各自标准,品牌间无法相互通用,为保证医院诊疗工作正常开展,原有内镜主机的正常使用,根据政府采购法第三十条及74号令相关单一来源的规定,同意采取单一来源方式从唯一指定供应商“新疆嘉勃医疗科技有限公司”处招标采购。</p>
专业人员签字	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: right;"> 日期: 2024年9月29日 </div> </div>

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 王清	
	职称: 高级工程师	
	工作单位: 新医大附院	
项目信息	项目名称: 新疆医科大学附属肿瘤医院超声电子上消化道内窥镜采购项目	
	供应商名称: 新疆嘉勃医疗科技有限公司	
专业人员论证意见	<p>肿瘤医院拟采购超声电子上消化道内窥镜, 该设备是配套科室现有的超声内镜主机。要求插入部外径$\leq 12-6\text{mm}$, 内镜视野角$\geq 100^\circ$。视野方向$\geq 55^\circ$。目前这些技术指标只有国产内窥镜可以匹配主机, 其他厂家的内窥镜均不匹配。根据《中华人民共和国政府采购法》第31条以及74号令等相关规定, 只能从授权单位新疆嘉勃医疗科技有限公司处以单一来源方式采购。</p>	
专业人员签字	王清	日期 2024年 9月 29日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: <u>姜岩峰</u>	
	职称: <u>高工</u>	
	工作单位: <u>自治区第三人民医院</u>	
项目信息	项目名称: <u>新疆医科大学附属肿瘤医院超声电子上消化道内窥镜采购项目</u>	
	供应商名称: <u>新疆嘉勃医疗科技有限公司</u>	
专业人员论证意见	<p>用户要求购置的超声电子上消化道内窥镜采用电子凸阵扫描, 频率包含 5; 6; 7.5; 10; 12MHz, 插入部外径 $\leq 12.6\text{mm}$, 视野角 $\geq 100^\circ$, 器械通道 $\geq 3.7\text{mm}$, B超模式扫描范围 $\geq 180^\circ$. 并与科室现有超声内镜主机匹配, 由于主机设备生产厂家知识产权和技术保护措施, 其他厂家的产品无法与用户现有主机匹配, 产品具有唯一性。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条, 财政部 74 号令《政府采购非招标采购方式管理办法》关于单一来源采购的相关规定, 同意采用单一来源方式从产品合法授权代理商新疆嘉勃医疗科技有限公司进行采购。</p>	
专业人员签字	<u>姜岩峰</u>	日期 <u>2024 年 9 月 24 日</u>

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。