

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名： 胡玉华
	职称： 正高级工程师
	工作单位： 医科大二附院
项目信息	项目名称： 新疆维吾尔自治区肿瘤医院 PET-CT 维保服务采购项目
	供应商名称： 成都新锦润进出口贸易有限公司
专业人员论证意见	<p>医院使用的PET-CT为飞利浦原装进口设备,为保证设备正常运行,现需购买维保服务.因原装进口设备设计结构复杂,主要部件CT球管,高压发生器等其厂家无法替代.维保工程师需具备厂家专业培训且有专业维修工具.根据《中华人民共和国政府采购法》第三十条.74号令和《政府采购非招标采购方式管理办法》相关规定.同意医院采用单一来源方式从“成都新锦润进出口贸易有限公司”购买维保服务。</p>
专业人员签字	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">胡玉华</div> <div style="text-align: right;">日期 2024年10月 日</div> </div>

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 李建
	职称: 副主任技师
	工作单位: 宁夏药品检验研究所
项目信息	项目名称: 新疆维吾尔自治区肿瘤医院 PET-CT 维保服务采购项目
	供应商名称: 成都新锦润进出口贸易有限公司
专业人员论证意见	<p>医院PET-CT为进口飞利浦品牌, 保修期已临近, 该设备利用正电子衰变标记作显像剂, 可以清晰获得病变解剖结构, 获得CT解剖图像, PET功能代谢图像, 对肿瘤进行全面准确判断。不同厂家PET-CT零配件不同, 接口线, 尺寸各不相同, 该设备软件知识产权保护, 维修调试程序需要原厂密码, 因此, 根据政府采购法第二十一, 74号令相关规定, 拟采用单一来源采购方式采购维保服务。</p>
专业人员签字	<p>李建</p> <p>日期 2024年10月17日</p>

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 王树娟
	职称: 副主任医师
	工作单位: 新疆维吾尔自治区肿瘤医院
项目信息	项目名称: 新疆维吾尔自治区肿瘤医院 PET-CT 维保服务采购项目
	供应商名称: 成都新锦润进出口贸易有限公司
专业人员论证意见	<p>新疆维吾尔自治区肿瘤医院PET-CT为进口飞利浦品牌。目前维保期临近,该设备可用正电子核素标记的显像剂才可以清晰获得病变解剖结构,对肿瘤进行定向精确诊断。目前不同厂家的PET-CT零配件不同,接口方式、尺寸各不相同。还存在如设备数据保护等诸多方面的问题,维保及调试程序需要原厂7字密码。因此,经推举论证结论第三十一号及74号予以批复认定。同意该项目采用单一来源方式进行采购。</p>
专业人员签字	<p>王树娟</p> <p>日期 2020年10月17日</p>

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。