

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 张波	
	职称: 工程师	
	工作单位: 自治区人民医院	
项目信息	项目名称: 新疆医科大学附属肿瘤医院电子肠镜维修项目	
	供应商名称: 新疆嘉勃医疗科技有限公司	
专业人员论证意见	医科大学附属肿瘤医院拟采购项目为电子肠镜购置及维修, 目标产品为奥林巴斯电子肠镜, 该设备各配件均为原厂进口, 市场上无通用配件可替代, 且所有维修工作均需厂家授权经销商及技术人员开展进行, 非授权维修工作均可能导致产品损坏、报废等情况。"新疆嘉勃医疗科技有限公司"是该品牌新疆唯一指定代理商, 根据政府采购法第三十一条及44号令关于单一来源采购的相关规定, 同意采取单一来源方式进行采购。	
专业人员签字	张波	日期 2024年9月29日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 王清	
	职称: 高级工程师	
	工作单位: 新疆医科大学附属医院	
项目信息	项目名称: 新疆医科大学附属肿瘤医院电子肠镜维修项目	
	供应商名称: 新疆嘉勃医疗科技有限公司	
专业人员论证意见	肿瘤医院拟对现有的电子肠镜进行维修。该镜型号是奥林巴斯CF-HQ2902。该设备目前CCD组件损坏,需要具有原厂配件和维修能力的技术人员维修。原厂技术人员经过专业培训,熟悉镜体结构。根据《中华人民共和国政府采购法》第31条以及74号令等相关规定,建议从授权经销商新疆嘉勃医疗科技有限公司处以单一来源方式进行采购维修。	
专业人员签字	王清	日期: 2024年9月29日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: <u>盖岩峰</u>	
	职称: <u>高工</u>	
	工作单位: <u>自治区第三人民医院</u>	
项目信息	项目名称: 新疆医科大学附属肿瘤医院电子肠镜维修项目	
	供应商名称: 新疆嘉勃医疗科技有限公司	
专业人员论证意见	同户现有的电子肠镜为奥林巴斯CF-HQ290I型, 由于设备生产厂家知识产权和技术保护措施, 维修使用的零部件及维修工艺均不对外开放, 第三方维修只能使用拆机件或替代品进行维修, 根本无法保证产品的维修质量, 更无法保证医疗安全, 因此只能选择原厂服务进行维修, 本项目具有唯一性。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十条, 财政部74号令《政府采购非招标采购方式管理办法》关于单一来源采购的相关规定, 同意采用单一来源方式从产品厂家合法授权代理商处进行采购。	
专业人员签字	<u>盖岩峰</u>	日期 <u>2024</u> 年 <u>9</u> 月 <u>28</u> 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。