

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 张峰	
	职称: 工程师	
	工作单位: 自治区人民医院	
项目信息	项目名称: 新疆医科大学附属肿瘤医院超声小探头采购项目	
	供应商名称: 新疆嘉勃医疗科技有限公司	
专业人员论证意见	新疆医科大学附属肿瘤医院拟采购超声小探头用于上消化道疾病诊断。该探头需与科室现有超声内镜主机无缝连接使用。因技术垄断及知识产权保护等客观因素,不同生产厂家品牌之间因接口不同无法替代使用,只能配置原厂生产超声探头使用“新疆嘉勃医疗科技有限公司”为该探头新疆区域唯一指定经销商。根据政府采购法第三十一条及74号令相关规定,同意采取单一来源方式采购。	
专业人员签字	张峰	日期 2024 年 9 月 29 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	王清
	职称:	高级工程师
	工作单位:	新医大之医院
项目信息	项目名称:	新疆医科大学附属肿瘤医院超声小探头采购项目
	供应商名称:	新疆嘉勃医疗科技有限公司
专业人员论证意见	肿瘤医院拟采购超声小探头,该设备是配套科室现有的超声内镜主机。要求设备的频率达到20MHz,内镜钳道≤ 2.8mm,有效长度≥ 2050mm。目前这些技术指标具有反超声小探头可以匹配主机。其他探头均不匹配。根据《中华人民共和国政府采购法》第31条以及24号令等相关规定,只能从授权单位新疆嘉勃医疗科技有限公司处以单一来源方式采购。	
专业人员签字	王清	日期 2024年9月29日

注:本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 姜岩峰	
	职称: 高工	
	工作单位: 自治区第三人民医院	
项目信息	项目名称: 新疆医科大学附属肿瘤医院超声小探头采购项目	
	供应商名称: 新疆嘉勃医疗科技有限公司	
专业人员论证意见	用户需采购的超声小探头频率为20MHz, 插入管外径$\leq 2.4\text{mm}$, 适用内镜鞘径$\leq 2.8\text{mm}$ 有效长度$\geq 2050\text{mm}$, 全长$\geq 2140\text{mm}$。并且与科室现有内镜主机匹配使用, 由于主机生产厂家知识产权和技术保护措施, 其他厂商产品无法与用户现有主机配套使用, 产品具有唯一性。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条, 财政部74号令《政府采购非招标采购方式管理办法》关于单一来源采购的相关规定, 同意采用单一来源方式从产品生产商合法授权代理商新疆嘉勃医疗科技有限公司进行采购。	
专业人员签字	姜岩峰	日期: 2024年9月24日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。