

和田县维吾尔医医院“两专科一中心”建设项目

公开采购招标文件

项目编号：HTXZFCG(2025FS)18号

采购人：和田县维吾尔医医院

采购代理机构：新疆弘伟工程项目管理有限公司

2025年03月

公开采购招标文件

项目名称:和田县维吾尔医医院“两专科一中心”建设项目

招标单位: 和田县维吾尔医医院

联系人: 努尔艾力·麦麦提艾力

联系电话: 0903-2934722

招标代理: 新疆弘伟工程项目管理有限公司

联系人: 鲁彦铭

联系电话: 0991-6614262、13999274643

地址: 新疆和田地区和田市肖尔巴格乡库木巴格村270号

目 录

招标公告	4
第一章 供应商须知	8
第二章 投标须知	16
第三章 采购需求	44
第四章 合同条款（仅供参考）	63
第五章 投标文件格式	79

招标公告

和田县维吾尔医医院“两专科一中心”建设项目公开招标公告

项目概况

关于和田县维吾尔医医院“两专科一中心”建设项目的潜在供应商应在新疆政府采购网（www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）线上获取下载招标文件，并于2025年04月01日11:00（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：

项目名称：和田县维吾尔医医院“两专科一中心”建设项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）：1200000.00元

最高限价（元）：1200000.00元

标项一：

标项名称：和田县维吾尔医医院“两专科一中心”建设项目

数量：1批

预算金额（元）：1200000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍：采购磁刺激仪，移动式C形臂X射线机等一批治疗设备，远程培训设备等（具体参数详见招标文件）。

合同履行期限：签订合同后30天内完成供货、安装、调试、验收并投入使用，如未在规定时间内完成供货、安装、调试、验收等工作，则需承担相应的违约责任。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：2.1 中小企业政策

本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

本项目专门面向 中小 小微企业 采购。即：提供的货物或服务全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

本项目为专门面向中小企业项目，参加投标的供应商须为中小企业，否则投标无效。因本项属于专门面向中小企业采购，故小型和微型企业不享受价格扣除优惠政策。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型和微型企业。

本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求

（1）财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号文）；

（2）财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号文）；

（3）财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号文）；

（4）市场监管总局《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）；

（5）财政部、工业和信息化部《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库[2020]46号文）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财

库[2022]19号文)执行;

(6) 财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141号);

(7) 财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号文);

(8) 财政部、生态环境部、国家邮政局《关于印发《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》的通知》(财办库〔2020〕123号)。

标项 1:

(1) 投标人须具有独立法人资格, 具备有效的三证合一营业执照;

(2) 法定代表人投标需提供法定代表人证明书及法定代表人身份证, 委托代理人投标需提供法定代表人授权委托书及委托代理人身份证; 投标人需提供本单位缴纳的近三个月社保缴纳证明(社保缴费凭证, 新成立不足三个月的公司以实际发生的为准);

(3) 投标人需提供 2023 年度或 2024 年度由第三方财务审计机构出具的财务审计报告(新成立的公司可不提供但需提供银行出具的近三个月的资信证明);

(4) 投标人需提供税务部门出具近三个月依法缴纳税收的完税证明(需含增值税、印花税等税种; 如当月无需缴税需提供税务机关出具的无欠税证明), 新成立公司按实际发生提供税务机关出具的无欠税证明;

(5) 供应商近三年应在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)未被列入失信被执行人记录、重大税收违法案件当事人名单且在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)没有相关主体政府采购严重违法失信行为记录(被禁止在一定期限内参加政府采购活动但期限届满的除外);

(6) 提供参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录的书面声明;

(7) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商, 不得参加同一合同项下的政府采购活动。(提供承诺函);

(8) 是否按照采购文件要求足额缴纳保证金或电子保函;

(9) 本项目不接受联合体投标。

3. 特定资格要求: 所投产品制造商提供《医疗器械生产许可证》, 代理商或经销商提供《医疗器械经营许可证》, 提供所投产品的《医疗器械注册证》, 所有证件均应在有效期内。

三、获取采购文件

时间: 2025年03月11日至2025年03月31日, 每天上午00:00至12:00, 下午12:00至23:59(北京时间)

地点: 新疆政府采购云平台 <https://www.zcygov.cn/>

方式: 供应商登录新疆政府采购云平台 <https://www.zcygov.cn/>在线申请获取采购文件(进入“项目采购”应用, 在获取采购文件菜单中选择项目, 申请获取采购文件)。

售价(元): 0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间: 2025年04月01日11:00分(北京时间)

地点: 请登录政采云投标客户端投标

五、响应文件开启

开启时间: 2025年04月01日上午11:00(北京时间)

地点: 政采云平台(<https://www.zcygov.cn/>)线上

六、公告期限

本项目公告期限为5个工作日, 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的, 可以自收到招标采购文件之日(发售截止日之后收到招标采购文件的, 以发售截止日为准)或者招标采购文件公告期限届满之日起7个工作日内, 以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。分散采购限额标准以上的项目, 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的, 可以在答复期满

后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

七、其他补充事宜

1、本项目实行网上投标，采用电子响应文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

2、各供应商应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用 WIN7 及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网 (<http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/>) 下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线 400-881-7190 进行咨询。

4、有意向参与新疆区域电子开评标的供应商，可访问新疆数字证书认证中心官方网站 (<https://www.xjca.com.cn/>) 或下载“新疆政务通”APP 自行进行申领。如需咨询，请联系新疆 CA 服务热线 0991-2819290。

5、根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财库[2020]46号)，投标人及其所投产品的制造商均属于《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]450号)中规定的小型、微型企业标准的，按谈判文件格式提供《中小企业声明函》等政府采购政策。《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)。

特别提示：

1、采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

2、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

3、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用政府采购法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%~5%作为其价格分。

4、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用政府采购法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分。

七、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称：和田县维吾尔医医院

地址：和田县百和镇

联系方式：0903-2052275

2. 采购代理机构信息

名称：新疆弘伟工程项目管理有限公司

地址：新疆和田地区和田市肖尔巴格乡库木巴格村 270 号

项目联系人：鲁彦铭

联系方式：0991-6614262、13999274643

3. 政府采购监督管理部门

名称：和田县政府采购办公室

联系人：张先生

联系电话：13279061956

第一章 供应商须知

供应商须知前附表

序号	条款名称	说明和要求
1	采购人	名称：和田县维吾尔医医院 地址：和田县百合镇 联系人：努尔艾力·麦麦提艾力 联系电话：0903-2934722
2	采购代理机构	招标代理机构：新疆弘伟工程项目管理有限公司 联系人：鲁彦铭 联系电话：0991-6614262、13999274643 联系地址：新疆和田地区和田市肖尔巴格乡库木巴格村 270 号
3	采购项目名称	和田县维吾尔医医院“两专科一中心”建设项目
	标项名称	和田县维吾尔医医院“两专科一中心”建设项目
4	采购内容	标项名称：和田县维吾尔医医院“两专科一中心”建设项目 数量：1 批 预算金额（元）：1200000.00 简要规格描述或项目基本概况介绍：采购磁刺激仪，移动式 C 形壁 X 射线机等一批治疗设备，远程培训设备等（具体参数详见招标文件）。
5	采购项目编号	HTXZFCG(2025FS)18 号
6	资金来源	2025年中央医疗服务能力与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金。
7	采购预算额度	采购预算价：1200000.00 元（此采购预算为最高限价、如超过预算价的报价为无效报价）。 在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。敬请投标人注意！
8	采购方式	公开招标
9	评标方法	综合评分法
10	供货期及交货地点	供货期：签订合同后30天内完成供货、安装、调试、验收并投入使用，如未在规定时间内完成供货、安装、调试、验收等工作，

序号	条款名称	说明和要求
		则需承担相应的违约责任 交货地点：和田县维吾尔医医院（具体以甲方指定地点为准）
11	质保期	整机质保≥3年，（包含所有零配件）备品备件保证8年以上供应。
12	联合体投标	不接受联合体投标
13	询问和质疑	联系人：鲁彦铭 联系电话：0991-6614262、13999274643 邮箱地址：2115355327@qq.com 注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出招标文件、评标过程及评标结果的范围及时效限制。
14	供应商对招标文件提出质疑的时间	自招标文件发售时间起的5个工作日内。
15	分包履约	/
16	构成招标文件的其他文件	招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为询价文件的有效组成部分。
17	投标截止时间	2025年04月01日上午11:00（北京时间）
18	报价文件有效期	90日历天（从投标截止之日算起）
19	投标保证金	投标保证金金额： 10000.00元（大写：壹万元整）； 投标保证金缴纳方式：投标保证金必须从投标人基本账户支出，可以自主选择以电汇、保函或网银转账方式缴纳。 投标保证金缴纳账户： 开户银行：中国农业银行股份有限公司和田县支行 户名：和田县公共资源交易中心 银行帐号：3058 0801 0400 05315 注：（1）投标保证金请于2025年04月01日11:00之前（北京时间）缴入指定账户，各投标企业保证金缴纳只接受企业基本帐户足额对公转帐，其他以私人名义或现金缴纳等存入、汇款方式均视为无效投标保证金，未按规定时间交保证金的投标商不得参加本次投标（以到账时间为准）。（2）投标人以保函形式缴纳投标保证金的，向保证人购买电子投标保函所支付的费用应从投标人的企业账户汇出（个体工商户除外），保函办理成功后将保函放入投标文件中。未按规定时间缴纳保证金的投标商不得参加本次

序号	条款名称	说明和要求
		投标。 保函投保金额（元）：10000.00 元（壹万元整） 保函承保期限：2025 年 04 月 01 日—2025 年 06 月 29 日(90 日历天)
20	备选投标方案和报价	不接受备选投标方案和多个报价。
21	递交投标文件的地点及方式	投标人应于 2025 年 04 月 01 日 11:00 时整之前 将电子投标文件上传到“政采云”平台。应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

序号	条款名称	说明和要求
22	投标人资格条件	<p>1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；</p> <p>2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：2.1 中小企业政策 <input checked="" type="checkbox"/>本项目不专门面向中小企业预留采购份额。</p> <p>标项 1：</p> <p>(1) 投标人须具有独立法人资格，具备有效的三证合一营业执照；</p> <p>(2) 法定代表人投标需提供法定代表人证明书及法定代表人身份证，委托代理人投标需提供法定代表人授权委托书及委托代理人身份证；投标人需提供本单位缴纳的近三个月社保缴纳证明（社保缴费凭证，新成立不足三个月的公司以实际发生的为准）；</p> <p>(3) 投标人需提供 2023 年度或 2024 年度由第三方财务审计机构出具的财务审计报告（新成立的公司可不提供但需提供银行出具的近三个月的资信证明）；</p> <p>(4) 投标人需提供税务部门出具近三个月依法缴纳税收的完税证明（需含增值税、印花税等税种；如当月无需缴税需提供税务机关出具的无欠税证明），新成立公司按实际发生提供税务机关出具的无欠税证明；</p> <p>(5) 供应商近三年应在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人记录、重大税收违法案件当事人名单且在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有相关主体政府采购严重违法失信行为记录（被禁止在一定期限内参加政府采购活动但期限届满的除外）；</p> <p>(6) 提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；</p> <p>(7) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（提供承诺函）；</p> <p>(8) 是否按照采购文件要求足额缴纳保证金或电子保函；</p> <p>(9) 本项目不接受联合体投标。</p> <p>3. 特定资格要求：所投产品制造商提供《医疗器械生产许可证》，代理商或经销商提供《医疗器械经营许可证》，提供所投产品的《医疗器械注册证》，所有证件均应在有效期内。</p>

序号	条款名称	说明和要求
23	投标文件解密时间	开标时间后 60 分钟内（2024 年 03 月 28 日上午 11:00-12:00 前）供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内（2024 年 03 月 28 日上午 12:00 前）未按时解密的，视为投标文件撤回。
24	考察现场	由供应商自行组织
25	评标委员的组建	评标委员会构成：5 人或 5 人以上单数组成，其中业主代表 1 人。 评标专家确定方式：由招标代理在开标前 48 小时内政采云专家中随机抽取此次评标专家。
26	开标时间	开标时间：2025 年 04 月 01 日 11 时 00 分（北京时间）
27	代理服务费方式	1、代理费用收取方式及标准，采用以下方式：标准：按照《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299 号）代理费由中标方支付。收费按差额定率累进法计算，中标金额 100 万元以下部分费率按 1.58%，（100 万-500 万）以下部分费率按 1.16%；最终按照中标价格，参照上述文件规定收取。 2、代理报酬支付方式：由中标人支付 3、代理报酬的支付时间：由中标人领取中标通知书前支付 4、账户信息： 单位名称：新疆弘伟工程项目管理有限公司 开户行：中国建设银行股份有限公司和田迎宾路支行 开户行账号：6505 0110 1024 0000 1321
28	不予退还保证金的情形	有下列情形之一的，保证金不予退还： （1）供应商在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的； （2）供应商在投标文件中提供虚假材料的； （3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的； （4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的； （5）招标文件规定的其他情形。
29	履约保证金	甲乙双方签订合同时约定

序号	条款名称	说明和要求
	<p style="text-align: center;">政府采购政策支持</p>	<p>根据《中华人民共和国政府采购法》、财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知财库〔2022〕19号》等有关法律法规执行；</p> <p>价格扣除幅度：货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠，由财库〔2020〕46号文件规定的6%—10%提高至10%—20%。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠幅度由2%—3%提高至4%—6%。政府采购工程的价格评审优惠按照财库〔2020〕46号文件的规定执行。</p> <p>注：供应商应当对《中小企业声明函》、监狱企业证明文件、《残疾人福利性单位声明函》的真实性负责，上述材料与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任，中小企业应当提供《中小企业声明函》。</p> <p>潜在供应商属于中小小微企业的，请在投标文件中提供“中小企业声明函”，如果未提供或提供虚假的“中小企业声明函”，供应商将承担由此造成的一切不利后果。</p> <p>本项目所属行业（货物）：工业-制造业-专用设备制造业-医疗仪器设备及器械制造)</p>
<p style="text-align: center;">30</p>	<p style="text-align: center;">小微企业政策扣减</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 投标人为非联合体投标的，对其投标货物的制造商为小型、微型企业的给予10%的扣除，以扣除后的报价参与评审。 2. 接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%（4%—6%由采购人在幅度范围内确定）的扣除，用扣除后的价格参加评审。 3. 监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 4. 如专门面向中小企业的采购项目，不再享受价格扣除。

序号	条款名称	说明和要求
31	其他说明	<p>特别提醒：</p> <p>1、所有投标人的报价高于采购预算额度视为无效报价（即作否决投标处理）。</p> <p>2、相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。</p> <p>3、所有投标人的报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应证明材料。投标人不能合理或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标视为无效标处理。</p> <p>3、更正补充公告请自行登录新疆政府采购网查看下载。</p> <p>4、招标文件中部分加“*”、“★”、加粗、加下划线、废标、无效标、投标被拒绝字样的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标人概不负责。</p> <p>5、投标文件中有弄虚作假的内容，其投标文件作废（如假证书、假业绩、隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非本单位在职员工的相关证件及不符合招标文件规定的条款等）；在签订合同之前，投标人如发现投标人的投标文件有弄虚作假内容，招标人可拒绝与其签订合同。并将其列入政府采购黑名单库。</p> <p>6、投标供应商制作投标文件的 CA 锁必须和开标解密的 CA 锁为同一把锁，在解密过程中因为 CA 锁不同而导致解密失败的，由投标供应商自行承担。</p>
<p>注：投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任的同时不得耽误本项目供应。</p>		

本表的具体资料是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本前附表为准。

第二章 投标须知

① 总 则

1、**适用范围：**本招标文件仅适于本次招标公告中所述的采购及服务。

2、合格的供应商

(1) 具有经年审合格的三证合一营业执照；

(2) 法定代表人投标需提供法定代表人证明书及法定代表人身份证，委托代理人投标需提供法定代表人授权委托书及委托代理人身份证；投标人需提供本单位缴纳的近三个月社保缴纳证明（社保缴费凭证，新成立不足三个月的公司以实际发生的为准）；

(3) 投标人需提供近两年任意一年（2023年或2024年）由第三方财务审计机构出具的财务审计报告；（新成立的公司可不提供但需提供银行出具的近三个月的资信证明）；

(4) 投标人需提供税务部门出具近三个月依法缴纳税收的完税证明（需含增值税、印花税等税种；如当月无需缴税需提供税务机关出具的无欠税证明），新成立公司按实际发生提供税务机关出具的无欠税证明；

(5) 提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

(6) 近三年拟参加本次招标项目的投标人在“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”被列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单（尚在处罚期内的）；在“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），经营异常名录的取消投标资格；

(7) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（提供声明函）；

(8) 是否按照采购文件要求足额缴纳保证金或电子保函；

(9) 本项目不接受联合体投标。

2.1 本项目特定资格要求：投标人为生产商须提供具有有效期内的《医疗器械生产许可证》；投标人若为经销商须具有《医疗器械经营许可证》

3. 投标费用

3.1、无论投标结果如何，凡参与招标、投标活动有关的所有费用将由投标方自行承担。

3.2、供应商被视为熟悉本招标项目的各种情况以及与履行合同有关的一切情况。

4、定义

4.1 “采购人”为和田县维吾尔医医院。

4.2 “供应商”系指响应招标，并按照招标文件的要求参与设备采购竞争的法人。

4.3 “招标机构”为新疆弘伟工程项目管理有限公司。

4.4 “货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的一切采购货物及其它技术资料 and 材料。

4.5 “工程”系指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。

4.6 “服务”系指合同规定卖方须承担的运输、装卸、仓储、安装、调试、校准、培训、质保、技术协助和交付使用后免费维护期内应履行的义务及售后服务等其他类似的义务。

4.7 “卖方”系指提供合同货物和服务的法人。

4.8 “买方”系指购买货物的单位。

4.9 采购信息安全产品的，应当采购经国家认证的信息安全产品；供应货物中的相关产品，供应商应提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

4.10 “节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购品目清单》内并获得认证的产品及《环境标志产品政府采购品目清单》内并获得认证的产品。

4.11 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财库

[2007]119 号)。

4.12 “响应”系指投标人根据招标代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

4.13 “标段/标项（包）”系指一个完整独立的投标项目。

二、招标文件

5、招标文件

5.1 招标文件用以阐明所招标的内容，招标投标程序及合同条款，包括：

5.1.1 招标书；

5.1.2 供应商须知；

5.1.3 技术规格要求；

5.1.4 合同条款；

5.1.5 特殊条款；

附件：

（1）投标书；

（2）法定代表人授权委托书；

（3）报价一览表；

（4）技术规格偏离表；

（5）合同条款偏离表；

5.2 供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容。招标机构将拒绝未按招标文件的要求提供全部资料或提交的响应性文件未对招标文件作出实质性响应的投标。

6、招标文件的澄清

6.1 任何要求澄清招标文件的供应商，均应在投标截止日期 5 天前以书面形式或传真、电报通知招标机构。招标机构将以书面形式予以答复，同时将书面通知每个购买招标文件的供应商。供应商不得与采购人私下就设备采购的有关实质性的问题进行谈判。

7、招标文件的修改

7.1 在投标截止时间 24 小时以前，采购人都可能以《招标文件补充》的方式修改招标文件。并将以书面形式通知所有购买招标文件的供应商。

7.2 《招标文件补充》作为招标文件的组成部分，对供应商具有同等约束力。如果招标文件补充内容与在此招标文件补充发出之前的招标文件等书面材料中相关内容相冲突，请供应商执行招标文件补充的相关内容，先前发出的招标文件等书面材料中相关内容自动废止。

7.3 为使供应商在编制响应性文件时把《招标文件补充》内容考虑进去，采购人可以相应延长投标截止日期，具体时间将在《招标文件补充》中写明。

三、投标文件的编制

8、投标文件的编写

8.1 供应商应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求。在充分理解招标文件提出的技术要求、服务和商务条件后，编制投标文件。

9、投标的语言

9.1 供应商的投标文件以及供应商与招标机构就有关招标活动的所有来往函电均应使用中文。如果投标文件或与投标有关的其它文件、信件及来往函电以其他语言书写，供应商应将其译成中文。

9.2 投标文件中使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

10、投标文件的格式

10.1 供应商应按招标文件提供的格式及投标报价说明完整地填写所提供的产品、服务、数量及价格。

10.2 如供应商认为需要对招标文件的有关内容做详细的阐述而招标文件中提供的投标文件格式又不能满足，供应商可以在投标文件相关格式后另行添加表格或文字，对招标文件的有关内容做详细的阐述。但阐述的内容不能偏离招标文件的实质性内容，且应完整、表达清晰、准确。如果阐述的内容偏离了招标文件的实质性内容，投标文件按废标处理。

11、投标人的投标文件应包括以下部分。

11.1.1 投标书；

11.1.2 报价一览表（报价一览表需按招标文件提供的格式填写，统一

规范，不得自行增减内容）；

11.1.3 报价明细表；

11.1.4 投标方的资格声明；

11.1.5 投标单位简介；

11.1.6 法人营业执照函（格式见附件）；

11.1.7 法定代表人证明书（格式见附件）；

11.1.8 法定代表人授权委托书（格式见附件）；

11.1.9 投标保证金缴纳凭证或保函（如是保函，还需提供由基本账户转账支付凭证复印件）；

11.1.10 开户银行资信证明(如有)（格式见附件）；

11.1.11 投标人为制造商的，提供《医疗器械生产许可证》，还需提供投标人具备特种设备制造许可证(A5)；投标人为经销商的，投标货物若属于三类医疗器械，须提供《医疗器械经营企业许可证》，投标货物若属于二类医疗器械，提供《二类医疗器械的经营备案凭证》，投标货物若属于一类医疗器械，则无须提供此项；投标产品须在其经营范围内，所有证件必须在有效期内；

11.1.12 投标货物属于《医疗器械监督管理条例》规定的第一类医疗器械产品应提供《第一类医疗器械备案凭证》，属于第二类、第三类医疗器械产品应取得《医疗器械注册证》(如有注册登记表应提供)，所有证件必须在有效期内；

11.1.13 审计报告；

11.1.14 完税证明；

11.1.15 网站截图；

11.1.16 近三年类似项目情况表；

11.1.17 服务承诺书；

11.1.18 商务条款偏离表；

11.1.19 质量保证措施；

11.1.20 投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书；

11.1.21 项目团队人员；

11.1.22 投标人企业信誉证明文件；

11.1.23 资格认证证书；

11.1.24 投标企业认为有必要提供的声明及文件资料（投标人按招标文件要求自行编制，包含但不限于企业内部管理制度、履约经验、进度安排、研究方案及对项目的认知等）。

11.1.25 技术参数、功能偏离表；

11.2.26 中小企业声明函（如是）；

11.2.27 节能、环保产品证明（如有）

★注：1. 电子投标文件按政采云平台供应商电子招投标操作指南。建议根据招标文件合格供应商的资格要求、投标文件的编制及资格评审、响应性评审、详细评审等内容一一关联投标文件按统一格式、顺序编写。

2. 在投标过程中，投标人根据评标委员会书面形式要求提供的澄清文件是投标文件的有效组成部分。

3. 供应商无论中标与否，其投标文件不予退还。

12、投标报价：

12.1 供应商应在投标的报价表上标明单价和总价。单价和总价要相符。

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。供应商应在投标报价表中标明其提供的所有货物及其相关工作范围内所在费用的总价，不接受有任何选择性询价报价。

12.2 除非合同中另有规定，供应商对《投标报价表》中的全部服务的报价应包括所投本项目工作所发生的全部费用以及供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方及相关监督部门协商同意，供应商不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标单位所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

12.3 供应商应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其

中部分内容者，其投标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则供应商可以根据自己经营许可内容有选择地只投其中一个或几个或全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

12.4 一项投标内容只允许一个报价，采购人不接受任何有选择性的投标报价。

12.5 投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的主要条款另有规定。

12.6 投标报价作为此次评标的评定因素之一，同时也是中标后在本次项目中的收费标准，不得进行更改。

12.7 投标报价是履行合同的最终价格，应包括下列几项费用：

(1) 招标文件中特别要求的备品备件、易损件和专用工具的费用；
(2) 招标文件中特别要求的安装、调试、培训、运输、保险及其它附带服务的全部费用；

(3) 投标人提供的在中华人民共和国制造的货物，其货物的投标价即交货价中，包括制造、组装该货物所使用的零部件及原材料已付的全部关税、销售税和其他税。

(4) 综合单价必须包括货物、安装、调试、技术支持、运输保险、售后服务、培训及其它必需服务的报价。

12.8 证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

12.8.1 投标人应提交证明文件证明其拟投标的货物的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

12.8.2 投标人的服务承诺应按不低于招标文件中要求的服务标准做出响应。

12.8.3 上述文件可以是文字资料、图纸和数据等，并提供：

(1) 货物主要技术及性能特点的详细描述；
(2) 货物主要部件的详细资料，包括检验报告等；
(3) 一份在技术规格中规定的保证服务正常和连续运转期间所需要的所有备件和专业工具的详细清单包括供货来源信息。

12.8.4 没有按要求提供资料或提供资料不完全的或仅仅复制招标文件提供的技术参数与实际提供设备参数不符，将被视为对招标文件没有做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。

12.8.5 投标人提供的设备必须是正规厂家生产的高质量产品，不能提供劣质三无产品（无厂址，无商标，无合格证）。

12.8.6 产品资料和检测报告所反映的技术参数和性能指标将作为验收产品实物的依据。

12.8.7 对照招标文件技术规格、参数与要求，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格、参数与要求做出了实质性的响应，或申明与技术规格、参数与要求条文的偏差和例外。特别对于有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。

12.8.8 投标人在阐述上述时应注意招标文件“货物技术规格、参数与要求”中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在响应中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求，并且使采购方满意。

13、供应商应逐条仔细阅读招标文件有关要求，表明所提供的服务是否对招标文件做出实质性响应。

14、投标文件的有效期

14.1 投标有效期见投标人须知前附表，在此期间投标文件对投标人具有法律约束力，以保证采购人有足够的时间完成评标、定标以及签订合同。投标有效期从投标人须知前附表规定的投标截止之日起计算。投标有效期不足的，在评标时将其视为无效投标。

14.2 特殊情况需延长投标有效期的，采购人或采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，采购人或采购代理机构的要求与投标人的答复均应为书面形式。投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期届满后将不再有效，但有权收回其投标保证金；投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不允许修改或撤回投标文件。

15、投标文件的签署、递交、准备和解密时间要求

15.1 投标人应于 2025 年 04 月 01 日 11:00 时整之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

15.2 投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

15.4 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定

代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

15.5 本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

15.6 各供应商应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

15.7 本项目为电子招投标，投标人需要使用 CA 加密设备，有意向参与新疆区域电子开评标的供应商，请访问新疆数字证书认证中心官方网站 (<https://www.xjca.com.cn/>) 或下载；“新疆政务通”APP 自行进行申领。如需咨询，请联系新疆 CA 服务热线 0991-2819290。

15.8 供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用 WIN7 及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网 (<http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/>) 下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线 400-881-7190 进行咨询。

15.9 开标时间后 60 分钟内（2025 年 04 月 01 日上午 11:00-12:00 前）供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内（2025 年 04 月 01 日上午 12:00 前）未按时解密的，视为投标文件撤回。

16. 投标保证金

16.1 投标保证金数额**详见供应商须知前附表第 19 条**。

16.2 投标保证金用于应对本次招标因供应商违规、违约而产生的风险。

16.3 供应商必须于投标截止时间之前（**详见供应商须知前附表第 19 条规定**）按将投标保证金交纳至规定的帐号，对未按要求提交投标保证金的投标书，招标机构将视为不响应投标予以拒绝。

16.4 投标保证金应以银行转账汇款方式提交。

16.5 在招标方规定的投标有效期满之前，招标方将以书面形式发出《中标通知书》，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

16.6 发生以下情况投标保证金被没收：

16.6.1 供应商在投标有效期内撤回投标的；

16.6.2 中标人未按本章第 29 条规定签订合同；

16.6.3 供应商在投标过程中有违反有关法律法规行为的。

16.7 询价保证金的退还时间：

16.7.1 在成交通知书发出后 5 个工作日内退还未中标供应商的投标保证金，在采购合同签订后 5 个工作日内退还中标供应商的投标保证金。

四、投标文件的递交

17. 投标文件的准备和解密

17.1 本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

17.2 各供应商应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

17.3 本项目为电子招投标，投标人需要使用 CA 加密设备，有意向参与新疆区域电子开评标的供应商，请访问新疆数字证书认证中心官方网站 (<https://www.xjca.com.cn/>) 或下载；“新疆政务通”APP 自行进行申领。如需咨询，请联系新疆 CA 服务热线 0991-2819290。

17.4 供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用 WIN7 及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网 (<http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/>) 下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线 400-881-7190 进行咨询。

17.5 开标时间后 60 分钟内（2025 年 04 月 01 日上午 11:00-12:00 前）供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内（2025 年 04 月 01 日上午 12:00 前）未按时解密的，视为投标文件撤回。

17.6 因系统（非投标供应商行为）的原因，造成投标供应商未能在规

定的解密时限内解密的，请及时与招标代理机构或与新疆政府采购网投标客户端进行联系。

17.7 投标文件未按规定上传的，视为其自动放弃投标。

18. 投标文件的修改与撤回

18.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章后，作为投标文件的组成部分。

18.2 投标人在投标截止期后不得修改、撤回投标文件。投标人在投标截止期后修改投标文件的，其投标无效。

18.3 若供应商在规定的时间内（“投标人须知前附表”的中规定）未能解密的，也将被视为供应商对其投标文件的撤回。

19. 投标无效的情形

19.1 实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

五、开标

20、开标

20.1 招标代理机构按“投标人须知前附表”规定的时间和地点开标，届时请监督人和投标方代表参加并签到。

20.2 本次采用不见面方式网上开标。

20.3 开标由招标代理机构主持，招标人、投标人和有关方面代表参加。

20.4 开标时，由采购代理机构工作人员当众在不见面开标大厅解密，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标

人不足 3 家的，不得开标。

20.5 开标时，投标报价以系统显示投标报价为准。

20.6 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

20.7 投标人代表在开标过程中未提出异议的，视为认可本次开标及开标过程的全部事宜。

六、评标、定标

21、评标

21.1 评标委员会或评标小组

21.1.1 评标委员会或评标小组（以下简称评标委员会）的评标工作由招标单位负责组织，具体评标事务由评标委员会负责，并独立履行其法规规定的职责。

21.1.2 评标委员会构成：参照供应商须知前附表第 25 条

21.1.3 评标委员会或评标小组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

21.1.3.1 审查投标文件是否符合招标文件的要求，并作出评价；

21.1.3.2 可以要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或澄清；

21.1.3.3 向招标单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

21.1.4 评标委员会成员应当履行下列义务：

21.1.4.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

21.1.4.2 按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

21.1.4.3 对评标过程和结果，以及供应商的商业秘密保密；

21.1.4.4 参与评标报告的起草；

21.1.4.5 配合财政部门的投诉处理工作；

21.1.4.6 配合招标单位答复投标供应商提出的质疑。

21.2 按《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国财政部令第87号—政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定，本项目采用综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的依次排序，作为中标候选人或者中标人的评标方法。

综合评分因素的主要因素为实施方案、价格、财务状况、信誉、服务以及对招标文件的响应程度等。每一供应商的最终得分为所有评委评分的算数平均值。（总分100分：其中商务技术部分占70分，投标报价部分占30分），最终合计得分【为所有评委评分总和的算术平均值】，按得分高低排序，确定中标候选人；

21.3 评标的依据为招标文件和投标文件。

21.4 评标过程的保密性。开标后，直到授予供应商合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等均不得向供应商或其他无关的人员透露。

21.5 供应商在评标过程中所进行的力图影响评标结果、有悖于招标规则的活动，导致取消其中标资格。

21.6 与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。且此重大偏离在开标后不许修改。

21.7 根据国家计委等七部委颁发的《评标委员会和评标方法暂行规定》以下为**重大偏离**：

（一）投标保证金的缴纳主体与供应商不一致的，没有按照招标文件要求提供投标担保，或者所提供的投标担保有瑕疵的；

（二）投标文件没有供应商法定代表人或其授权代表签字（章）和加盖投标单位公章的；

（三）投标文件记载的招标项目完成期限超过招标文件规定的完成期限；

（四）商务条款有偏离情况的；

（五）投标附有采购人不能接受的条件；

(六) 不符合招标文件中规定的其他实质性要求

(七) 投标报价不符合招标文件规定的要求。

投标文件有上述情形之一的，视为非实质性响应招标，并按规定作废标处理。招标文件对重大偏差另有规定的，从其规定。

评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。未能在实质上响应招标的投标，将作废标处理。

22、对投标文件的初步审查和响应性确定

22.1 开标后采购人将审查投标文件的完整性、准确性以及保证金提交、文件签署情况。在审查时，投标报价大写与数字有出入，以大写金额为准。若供应商拒绝接受上述修正，其投标将被拒绝。

22.2 在对投标文件进行详细评估之前，评标委员会将审查每一份投标文件是否对招标文件的要求作出了实质性的响应。实质性响应的投标文件应该是与招标文件的全部条款、条件和技术规格相符，而没有重大偏离。

22.3 采购人判断投标文件的响应性是基于投标文件本身而不靠外部证据。

22.4 采购人将拒绝被定为非响应性的投标，供应商不能通过修正或撤消不符之处而使其投标成为响应性投标。

22.5 投标评审标准：

附表 1、 供应商资格审查

附表 2、 投标文件评审表

附表 3、 详细评审表

资格审查表

序号	评审内容	供应商		
		是否合格	是否合格	是否合格
1	具有经年审合格的三证合一营业执照；			
2	法定代表人投标需提供法定代表人证明书及法定代表人身份证，委托代理人投标需提供法定代表人授权委托书及委托代理人身份证；投标人需提供本单位缴纳的近三个月社保缴纳证明（社保缴费凭证，新成立不足三个月的公司以实际发生的为准）；			
3	投标人需提供近两年任意一年（2023年或2024年）由第三方财务审计机构出具的财务审计报告；（新成立的公司可不提供但需提供银行出具的近三个月的资信证明）；			
4	投标人需提供税务部门出具近三个月依法缴纳税收的完税证明（需含增值税、印花税等税种；如当月无需缴税需提供税务机关出具的无欠税证明），新成立公司按实际发生提供税务机关出具的无欠税证明；			
5	提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；			
6	近三年拟参加本次招标项目的投标人在“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”被列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单（尚在处罚期内的）；在“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），经营异常名录的取消投标资格；			
7	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（提供声明函）；			
8	是否按照采购文件要求足额缴纳保证金或电子保函；			
9	本项目不接受联合体投标。			
10	投标人为生产商须提供具有有效期内的《医疗器械生产许可证》；投标人若为经销商须具有《医疗器械经营许可证》			
通过上述资格性检查，可初步判定投标人的投标文件是否符合招标文件的要求。对于上述审查内容，投标人必须响应，否则其投标文件作废标处理。				
评标委员会成员签字：				

符合性审查表

序号	评审内容	评审意见
		是否合格
1	需要提交的证明文件不全，或者不符合招标文件标明的证明文件要求的；	
2	响应文件无法定代表人签字或盖章和加盖了投标企业的公章；或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；	
3	投标代表人出具的身份证明或与法定代表人授权委托人的身份是否相符的；	
4	响应文件不齐全或者内容虚假的；	
5	是否满足采购人的其他条件；	
6	投标报价不高于采购预算价；	
7	投标有效期、服务期限等相关条款是否能满足招标文件要求；	
8	是否实质性响应招标文件要求或者响应文件没有招标方不能接受的附加条件的；	
注：通过的打“√”；未通过的打“×”		
评标委员会成员签名：		
备注：如果响应文件中有一项未通过上述审查标准，评标委员会将认定整个响应文件不响应招标文件而予以废标，并且不允许供应商通过修改或撤是否实质性响应招标文件要求或者响应文件没有招标方不能接受的附加条件的；销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。		

附表 3、

详细评审表

序号	评审类型	评分因素及权重	评分标准
1	价格部分	报价（30分）	以满足采购文件要求且最终报价最低的报价为评标基准价，其价格为满分 30 分，其他供应商的价格得分按照下列公式计算：报价得分=（评标基准价/最终报价）×30%×100，报价高于预算价的，按无效报价处理。
2	技术和商务评审（70分）	技术参数的响应程度（30分）	<p>技术参数：根据所投产品的配置与性能指标响应程度打分。完全满足招标要求的得 30 分，每有一项负偏离扣 2 分；直至扣完为止。</p> <p>注：投标时提供对应的证明材料，包括但不限于（证明材料为厂家出具的对应产品的白皮书，第三方检测机构出具的完整的检测报告，技术规格彩页，功能截图，查询链接等），若未提供有效证明材料或不符合要求的，视为不响应技术参数，则该参数将被视为负偏离。</p>
		项目实施方案（18分）	项目实施方案(验收方案、装卸方案、运输方案、安装方案、调试方案、退换货方案)，根据技术指标要求及参数等综合评判，内容详细满分 18 分，提供的方案中，每有一项内容缺失的扣 3 分，每有一处具有缺陷(缺陷是指:存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、方案中内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、不符合项目实际情况等)的扣 1 分，扣完为止。
		项目培训方案（4分）	投标单位提供本项目培训方案，方案需包括①培训的思路②内容专

	分)	<p>业度③安排的合理度④培训人员专业资格等因素，评估培训方案与本项目需求的吻合程度等进行评比。</p> <p>注：以上每提供一项内容得 1 分，共 4 分，有一处有缺陷或表述不清晰的扣 1 分，扣完为止。未提供者不得分。</p> <p>注：缺陷指：方案内容与项目实际情况不符或与相对应评分标准不符、套用其他项目方案或存在明显与本项目无关的文字内容、内容前后矛盾或存在逻辑错误或表述错误或科学原理错误或涉及的规范及标准错误、存在不可能实现的情形等任意一种情形。</p>
	其它技术支持（2分）	提供关于服务期内设备的维修、维保、配件更换等工作，保证设备正常使用的承诺函，提供得 2 分。
	业绩（5分）	投标产品近三年（2022 年 03 月至今）以来所投产品的同类项目经营业绩，最多提供 5 个，提供中标通知书和销售合同证明材料并加盖投标单位公章，1 份业绩得 1 分，最高得分为 5 分。
	质保期（4分）	①投标人满足招标文件要求的质保期得 2 分；②评标委员会根据每项产品质保要求每增加 1 年得 1 分（备注：出具质保期承诺书，不提供承诺书不得分），此项满分 4 分。
	售后服务体系（4分）	招标文件中有明确售后服务体系，并提供相关证明材料的得基本分 2 分，否则不得分。 设有常驻专业维修工程师以提供技术服务支持（2 分）；附相应证明材料，否则不得分。
	售后服务响应时间（3分）	投标人需提供 24 小时的维修响应服务，在接到报修电话后 6 小时内响应并解决故障得 3 分，12 小时内响应并解决故障得 2 分，24 小时内响应并解决故障得 1 分，不提供则不得分。（提供承诺函）
合计		100 分
<p>注： 1、计算过程中，算术平均值保留 2 位小数（百分比亦取 2 位小数），第三位小数四舍五入。</p> <p>2、投标人的最终得分为：所有评委对其评分的算术平均值。</p>		

评标委员会将根据政府采购政策支持中小企业政策对最后报价进行价格折扣，折扣的价格将作为评审价格。

(1) 节能产品及环保产品价格折扣比例及方法

序号	项目	折扣比例及方法
1	节能产品	折扣金额=（节能清单部分产品的价格/首次报价）×3%×最后报价
2	环保产品	折扣金额=（环境清单部分产品的价格/首次报价）×3%×最后报价
3	证明材料说明	1、须提供中国政府采购网节能环保查询结果

说明：1. 如有多种产品符合此项政策时，折扣价格为每种产品的折扣金额汇总。

2. 若所投产品同时属于节能产品及环保产品，只进行一次价格折扣认定。

(2) 中小企业价格折扣比例及方法

根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件的规定，属于中小企业评审优惠内容及幅度如下：

(13) 中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准（按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行）；

②提供本企业制造的货物、承担的项目或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。

本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；

(二) 价格扣除办法：

①对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业（或联合体各方均为小型、微型企业的，残疾人福利性单位、监狱企业视为小微企业）产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与价格的评审。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

(三) 小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料：

①、供应商《中小企业声明函》或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件；

供应商应同时提供以上材料，否则将不给予价格扣除。若所供应产品为进口产品的，不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。中标单位符合小微企业投标时享受中小企业扶持政策的，将随中标结果公开中标供应商的企业类型声明函。

23、投标文件的澄清

23.1 评标委员会在评标过程中有权随时请投标人就投标文件中含混之处加以澄清或答疑。

23.2 投标人对要求澄清的问题应以书面形式明确答复，并应有法人授权代表的签署。

23.3 投标人的澄清文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清的部分。

23.4 投标文件的澄清不得改变投标的实质内容。

23.5 如果投标人在投标文件中未对招标文件中的条款或参数要求提出偏离意见或澄清将视同投标人同意招标文件的全部或部分要求。

24、定标

24.1 评标委员会有权选择和拒绝投标人中标，且无需向投标人进行任何有关评标解释工作。

24.2 评标委员会通过上述评标方法以**最终合计得分最高的投标人作为第一中标候选人，以此类推确定第二、第三中标候选人。**

24.3 招标人根据评标委员会的评标报告，应以排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

25、中标的标准

25.1 资格审查文件完整无缺；

25.2 已交纳投标保证金；

25.3 报价合理，承诺条件优惠；

25.4 投标文件与招标文件无重大偏离；

25.5 有较强的技术力量，能提供完善的技术服务，有较好的行业业绩；

25.6 其他；

25.7 在合同签订之前，招标人和招标代理人有权对中标单位的履约能力进行最后审查，审查方式包括询问、调查和实地考察，如发现中标单位提供的投标文件中有虚假或对招标书所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，则有权取消其中标资格，其投标保证金不予退回，并在有效期内另行评定中标者。

26、中标通知

26.1 中标公示期：1个工作日。

26.2 招标代理机构根据定标结果，在投标有效期届满前，以书面形式向中标单位发出中标通知书。

26.3 招标代理机构将定标结果及时通知未中标单位并退还投标保证金。无需解释落标原因。

27、拒绝某些或所有投标的权力

27.1 招标人有权在定标之前拒绝任何有不正当行为或扰乱正常招标工

作的投标人，由此对投标人造成的损失不负任何责任，同时对此无需做任何解释。

28、付款方式：详见投标须知前附表及招标书特别提示。

七、签定合同

29、签定合同

29.1 招标人和中标人在自中标通知书发出之日起 30 日内，依据《中华人民共和国合同法》和有关法规及招、投标文件签定合同。

29.2 中标合同不得转让。如中标后要进行劳务分包，需经招标人同意。否则，招标人有权取消中标人的中标资格。

29.3 招标人如遇中标人违约，可从侯选中标人中重新选定中标人，并签定经济合同。

29.4 合同的制订由招标人、中标人、招标代理机构三方参加，为确保合同双方的利益均等，由招标代理机构在合同制订过程中进行协调。

29.5 合同一式肆份，需经招标人、中标人双方签字盖章后即生效。招标人、中标人亦可自愿申请公证。

30、合同的组成

30.1 下列文件均为合同不可分割部分：

30.1.1 专用合同；

30.1.2 合同条款；

30.1.3 中标通知书；

30.1.4 乙方中标的投标文件；

30.1.5 招标文件；

30.1.6 评标答疑记录。

31、履约保证金

31.1 中标的投标人应按业主要求提交履约保证金（履约保证金金额在甲乙双方签订合同时约定）。

31.2 中标人与招标人签订合同的同时提交履约保证金，如中标人未按招标文件规定的服务期限供货的，则扣除履约保证金，且三年内不得参加和田地区所有政府采购招投标活动。

31.3 履约保证金（无息）将在乙方履行完成合同所有义务后凭乙方的收款收据在五天内退返乙方。

八、质疑及答复

32、质疑的提出

32.1 本采购文件中所称质疑及答复，是指参加本次采购活动的供应商对政府采购活动中的采购文件、采购过程和中标结果向采购方提出质疑，采购方答复质疑的行为。

32.2 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购方提出质疑。

32.2.1 供应商应知其权益受到损害之日是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

32.3 对可以质疑的采购文件提出质疑的，质疑人为参与本项目的报价方或潜在报价方。可质疑的文件为采购公告以及采购文件（包括属于其组成部分的澄清、修改、补充文件和评审标准、合同文本等）。

32.4 对采购过程和中标结果提出质疑的，质疑人为直接参与本项目的报价方。采购过程，即从采购项目信息公告发布起到中标结果公告止，包括采购文件的发出、提交响应文件、响应文件开启、评审等各个采购程序环节。

32.5 提出质疑应当符合下列条件：

（一）质疑主体应当符合有关规定；

（二）在质疑法定期限内提出；

（三）属于可以提出质疑的政府采购事项受理范围和本项目采购人的管辖权范围；

（四）政府采购法律、法规、规章规定的其他条件。

32.6 提出质疑应当具有明确的请求和提供必要的证明材料。明确的请求，即质疑人在质疑函中提出的，要求采购方对其予以支持的主张。必要的证明材料，即能够证明质疑人的质疑请求成立的必要材料，包括相关证据、依据和其他有关材料。

32.7 质疑人所提供的证明材料应当具有真实性、合法性以及与质疑事项的关联性和证明力，否则不能作为认定该质疑事项成立的依据。

32.8 质疑人提出质疑时应当提交质疑函。质疑函包括下列内容：

（一）提出质疑的质疑人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

（二）质疑项目的名称、编号；

-
- (三) 质疑事项;
 - (四) 事实依据和证明材料;
 - (五) 法律依据;
 - (六) 提出质疑的日期。

32.9 质疑函采用实名制。质疑人为自然人的应当由本人签字，并附有效身份证明文件；质疑人为法人或者非法人组织的应当由法定代表人或者负责人签字并加盖公章，并附有效身份证明文件。

32.10 质疑人可以委托代理人进行质疑。代理人应当提交授权委托书。授权委托书应当载明委托代理的具体权限、期限和相关事项。

33、质疑的审查和受理

33.1 采购方在收到质疑函后应当及时审查是否符合质疑受理条件，对符合质疑受理条件的，及时予以受理。

33.2 对不符合质疑受理条件的，分别按照下列不同情形予以处理：

(一) 质疑函内容不符合规定的，告知质疑人进行修改并重新提出质疑。修改后质疑事项仍不具体、不明确或者最终递交质疑函的时间超过质疑法定期限的，不予受理；

(二) 质疑主体不符合有关规定的，告知质疑人不予受理；

(三) 超过质疑法定期限提出质疑的，告知质疑人不予受理；

(四) 对不属于可以提出质疑的政府采购事项提出质疑的，告知质疑人不予受理；

(五) 质疑不属于本项目采购方管辖的，告知质疑人向有管辖权的采购人提出质疑；

(六) 质疑不符合其他条件的，告知质疑人不予受理。

34、质疑的处理和答复

34.1 按照《政府采购质疑和投诉办法（财政部 94 号令）》处理及答复质疑。

34.2 采购方受理质疑后，将及时把质疑函发送给被质疑人，并要求其在一定限期人提交书面答复，同时提供有关证据、依据和相关材料。

34.3 对于质疑事项中涉及的问题较多、情况比较复杂的，为了全面查清事实、取得充分的证据，采购方认为有必要时，可以进行调查取证或者组织质证。

34.4 对评审过程、中标结果提出质疑的，采购方可以组织原评审委员会协助答复质疑。

34.5 质疑处理过程中，质疑人书面申请撤回质疑的，将终止质疑处理程序。

34.6 质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将按质疑

人自动撤回质疑处理；被质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将视同其认可质疑事项。

34.7 采购方将在正式受理质疑后 7 个工作日内作出答复，但处理质疑需要进行调查取证、组织专家评审、质疑人及被质疑人提交或补正材料等所需时间，不计算在质疑处理期限内。

34.8 采购方经调查、论证、核实，认定质疑不能成立的，继续开展采购活动；认定质疑成立的，按照以下情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；对中标结果构成影响但依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动，否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；对中标结果构成影响但合格报价方仍不少于 3 家时，依法从合格的中标候选人中另行确定中标报价方，否则将重新开展采购活动。

34.9 采购方将书面答复质疑，质疑答复包括下列内容：

- （一）质疑人名称；
- （二）收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号；
- （三）质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；
- （四）告知质疑人依法投诉的权利；
- （五）质疑答复日期。

34.10 质疑人有下列行为之一的，属于虚假、恶意质疑，将由采购方建议财政部门将其列入不良行为记录名单，禁止其 1 至 3 年内参加政府采购活动：

- （一）受理后发现投诉不符合法定受理条件；
- （二）投诉事项缺乏事实依据，投诉事项不成立；
- （三）投诉人捏造事实或者提供虚假材料；
- （四）投诉人以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。
- （五）法律法规规定的其他违法情形。

质疑函

致：_____

依据政府采购相关法规，我公司对 _____ 的项目（项目编号：_____）评审活动存在疑问，特提出质疑（详见下表）。

我公司和本人对此质疑函内容的真实性负责，并愿意承担由此引起的相应处理和法律责任。

法定代表人（签字并盖名章）：

身份证号码：

固话：

传真：

手机：

本项目授权委托人（签字并盖名章）：

身份证号码：

固话：

传真：

手机：

公司地址：

邮编：

质疑人（公章）

年 月 日

质疑内容

项目名称： _____

项目编号： _____

具体内容	质疑事项：
	主要内容：
	事实依据：
	适应法规条款：
	佐证材料：

备注：

1、质疑人的法定代表人办理质疑事务的，在提交质疑函（无需填写授权委托人）的同时，还应提交加盖质疑人公章的营业执照副本复印件和法定代表人的身份证复印件。请持身份证原件用于核对。

2、授权本项目评审委托人办理质疑事务的，除提交质疑书、加盖质疑人公章的营业执照副本复印件和法定代表人的身份证复印件外，还应当提交由质疑人出具的明确载明授权委托的具体权限和事项的法定代表人授权委托书以及授权委托人的身份证复印件。

3、“具体的质疑事项及事实依据”一栏填写不下时，质疑人可另附页（A4），但附纸要求加盖质疑人公章。

4、与质疑事项有关的材料应与质疑函合并装订。

5、质疑函一式三份。

九、法律责任

35. 法律责任

35.1 投标人有下列情形之一的，处以政府采购项目采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- （一）提供虚假材料谋取中标的；
- （二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
- （三）与招标人、采购人、其他投标人恶意串通的；
- （四）向招标人、采购人行贿或者提供其他不正当利益的；
- （五）在招标过程中与招标人、采购人进行协商谈判、不按照招标文件、投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
- （六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标无效。

35.2 中标人有下列情形之一的，招标人不予退还其缴纳的投标保证金；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

- （一）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；
- （二）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经招标人同意，将中标项目转包给他人的；
- （三）拒绝履行合同义务的。

十、特别提示

36、投标人应认真研读招标文件，充分考虑招标文件中的采购需求和合同条款后编制投标文件。

37、如招标文件中未提供的各类表格样式，投标人可另行设计表格样式，但力求内容完整，表达清晰、准确。

38、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

39、各供应商应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

40、本项目为电子招投标，投标人需要使用 CA 加密设备，有意向参与

新疆区域电子开评标的供应商，请访问新疆数字证书认证中心官方网站（<https://www.xjca.com.cn/>）或下载；“新疆政务通”APP 自行进行申领。如需咨询，请联系新疆 CA 服务热线 0991-2819290

41、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用 WIN7 及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（<http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/>）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线 400-881-7190 进行咨询。

42、本招标文件是根据《中华人民共和国招标投标法》规定编制的，解释权属新疆弘伟工程项目管理有限公司。

十一、招标失败条件

- 43. 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 44. 因重大变故，采购任务取消的；
- 45. 询价响应文件截止时间后，实际参与的供应商不足法定家数的；
- 46. 最终报价均超过采购预算的；
- 47. 对询价文件作出实质性响应的供应商不足法定家数的；

十二、其他事项

(1) 招标代理服务费

(2) 中标单位必须在招标工作结束后向新疆弘伟工程项目管理有限公司一次付清招标代理服务费（即中标人在领取中标通知书时支付）。

(3) 招标代理服务费按新疆弘伟工程项目管理有限公司与甲方签订合同的约定执行。

注：本招标文件是根据《中华人民共和国招标投标法》规定编制的，解释权属新疆弘伟工程项目管理有限公司。

第三章 采购需求

序号	设备名称	规格参数	单位	数量	备注
1	康复治疗床	1. 床头配有呼吸塞和手托板，提高患者俯卧治疗的舒适性。 2. 最大静态承重 $\geq 200\text{kg}$ 。 3. 配备置物底板，方便储物，节省空间。 4. 床体采用实木结构，环保漆面，安全可靠。 5. 外形尺寸(L*W*H)：1900mm*690mm*650mm(±20%)，床面尺寸(L*W)：1900mm*635mm(±20%)。	台	15	
2	特定电磁波治疗仪(单头)	1. 样式及特点：立式、照射头直径 $\geq 25\text{CM}$ 。2. 计时方式：机械定时(0-60')及常通。3. 设备倾倒可自动断电。4. 可根据需要设定时间。5. 支臂灵活，多段可调，便于调节角度。6. 自带滑轮及滑轮锁。7. 电压：220V 8. 功率：300W 9. 频率：50Hz 10. 光谱波长：2-25 μm 11. 辐射板直径：166 12. 活动臂伸缩范围：0-600mm 13. 俯仰角：270° 14. 转角：360°	台	10	
3	打印机	双面打印 手动双面打印 最大处理幅面 A4 涵盖功能 打印/复印/扫描 最大原稿尺寸 A4 进纸盒容量 250 张(纸盒)+1 张(手动) 出纸盒容量 100 张 介质类型 普通纸, 厚纸, 铜版纸, 再生纸, 信封, 纸标签 介质尺寸 A4, Letter, B5 (ISO/JIS), A5, A5 (Long Edge), B6 (ISO), A6, Executive, 16K 介质重量 标准:60-105g/m ² , 手动:60-163g/m ² 耗材型号 随机硒鼓寿命:12000 页 随机墨粉容量:2600 页 零售硒鼓型号/容量:LD2451/12000 页 零售墨粉型号/容量:LT2451/1500 页;LT2451H/2600 页 接口类型 USB 2.0 接口 处理器 266MHz 内存大小 32MB	台	15	

	<p>操作面板 10 字符×2 行 中文液晶显示</p> <p>打印参数</p> <p>打印速度 28 页/分钟</p> <p>打印分辨率 HQ1200, 600×600dpi</p> <p>打印机语言 GDI</p> <p>首页打印时间 <8.5 秒</p> <p>复印参数</p> <p>复印速度 28 页/分钟</p> <p>复印分辨率 600×600dpi</p> <p>连续复印 1-99 页</p> <p>复印缩放 25%-400%</p> <p>首页复印时间 <10 秒</p> <p>扫描参数</p> <p>扫描元件 CIS</p> <p>扫描分辨率 光学分辨率:600*2400dpi, 最大分辨率:19200×19200dpi</p> <p>外观参数</p> <p>尺寸 409×398.5×267 mm</p> <p>重量 9.55kg</p> <p>其它参数</p> <p>适用平台 Windows XP Home Edition, XP Professional Edition, XP professional x64 Edition, Server 2003(Network only), Server 2003 x64 Edition(Network only), Vista, Server 2008 (Network only), Server 2008 R2(Network only), 7, 8, 8.1, Server 2012(Network only), Server 2012 R2(Network only)</p> <p>Mac OS X v10.7.5, 10.8.x, 10.9.x (Download only)</p> <p>CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 environment)</p> <p>其它性能 一键多份身份证/票证双面复印, 高清输出</p> <p>特色功能: 支票打印, 海报打印, 多合一打印, 页眉页脚打印, 一键票证复印, 身份证双面复印, 省墨打印, 墨粉浓度调整, Airprint, 支持打印工场</p>			
--	--	--	--	--

		认证信息:CCC, 节能认证, 环境认证, 能效标识。			
4	腿浴治疗器	1、输入功率: 1200VA 2、水箱容积: 50L, 重量: 6KG 3、外形尺寸: (cm)49.5(L)X45(W)X53(H) 4、有温度时间调节功能, 水温调节范围 35℃--48℃, 时间调节范围 0-30 分钟 5、有磁疗作用, 作用区域交变磁场强度最大值小于 0.1 特斯拉, 基波频率范围: 22kHz-38kHz 调制 频率范围: 100hz+10 。	台	6	
5	电子针治疗仪	1、输出功率 10.0VA 2、输出电流限值 $\leq 10\text{mA}$ (2500 Ω 负载阻抗下) 3、输出脉冲波形非对称双向脉冲波 4、输出直流分量 0mA 5、输出脉冲路数六路输出 6、输出脉冲宽度 0.2 \pm 30% 7、最大输出功率 0.3VA [2500 Ω 负载阻抗下) 8、体积 345X225x94mm ³ 9、输出脉冲频率 1~100Hz 可调, 允差为 $\pm 15\%$ 重量 1.15 千克 11、工作模式: ①连续工作模式 ②断续波工作模式: 工作 15 秒, 停 5 秒 ③疏密波工作模式: 疏液频率与密波频率之比为 1:5, 疏波 5 秒, 密波 10 秒。	台	2	

6	电脑中频治疗仪	<p>1、供电电源：AC：220V±22V 50Hz±1Hz 输入功率：65VA</p> <p>2、环境温度：+10℃~+40℃ 环境湿度：30%~75% 大气压力：700hpa~1060hpa</p> <p>★3、中频频率：1kHz~10kHz 误差：±30%</p> <p>★4、脉冲宽度：50us~500us 误差：±30%</p> <p>★5、调制波频率：0~440Hz 误差：±30%</p> <p>★6、调制幅度：0~100% 误差：±5%</p> <p>★7、差频频率范围：在0~100Hz 范围内。</p> <p>★8、动态节律：4s~10s。</p> <p>★9、差频变化周期：15s~30s。</p> <p>7、输出方式：</p> <p>① 电脑中频（中、低频双向电流） ② 温热输出（0~3档可调温热输出）</p> <p>10、调制波形：基波：脉冲方波 调制波：指数波、前三角波、后三角波、等幅波、正弦波、三角波、阶梯波、等幅波</p> <p>11、最大输出电流：最大输出电流的有效值不大于100mA。</p> <p>12、断路提示及恢复：本产品在工作过程中（输出剂量大于10），若输出断路，黄色指示灯亮。若输出断路故障消除，黄色指示灯灭。</p> <p>13、加热状态下极板温度不高于60℃</p> <p>14、连续运行工作时间：不低于4小时。</p> <p>15、本产品有效负载阻抗为500欧姆，以上技术参数应在此负载下测量。</p> <p>16、当用本说明书中规定负载范围内误差不超过±10%的负载电阻进行测量时，测量值对随机文件中规定的或设备标识的脉冲宽度、脉冲重复频率、幅度值的偏差必须不大于±30%。</p> <p>17、本产品主要由主机、输出电极、导线组成。</p> <p>18、本产品具有4个输出通道、4块液晶块显示区域、无防护盖。</p> <p>19、运输和贮存的环境条件：</p> <p>环境温度：-20℃~55℃ 环境湿度：≤95% 大气压力：700hpa~1060hpa</p>	台	6	
---	---------	--	---	---	--

7	微波治疗仪	<p>输出功率:理疗 0-80W, 治疗 0-99W;时间控制:治疗时:0-99 秒, 以 1 秒步进;理疗时:0-30 分, 以 1 分步进;以上范围内可调;且二者都有报警声响提示;微波频率:2450MHZ±50 MHZ;注册证号:国械注准 20173250178 体积:53*50*95CM 外壳泄露:≤2MW/CM2;无用辐射:≤2MW/CM2;</p>	台	4	
8	吞咽神经和肌肉电刺激仪	<p>技术参数</p> <p>1. 产品组成: 由主机、输出线、电源线、手持控制器、电极组成。</p> <p>2. ▲操作方式: 彩色液晶触摸屏, 配合一键飞梭进行定位操作(提供专利证书)。</p> <p>3. 通道数量: 双通道柜式一体机。</p> <p>4. 治疗功能: 同时具备评估、治疗及训练三种功能。</p> <p>5. 辅极小脑顶核电刺激功能</p> <p>四种基本频率: 23.81Hz、15.87Hz、15.87Hz、11.90Hz;</p> <p>辅极脉宽 500 μs ±15%。</p> <p>6. 5 种输出模式: 成人连续模式, 儿童交替模式, 手控触发脉冲模式, 自动触发脉冲模式, 评估模式(选配手持电极具有手持电极模式)。</p> <p>7. ▲设备内置电极放置和粘贴示意图, 便于临床操作人员根据不同病症灵活选择。</p> <p>8. ▲患者病历信息管理: 记录患者详情信息, 可新增、查询、删除、导出病历信息。</p> <p>9. 成人连续模式</p> <p>输出电流: 0~80mA, 分 160 档连续可调;</p> <p>脉冲宽度: 1~31 档可调, 即 100 μs~400 μs 可调;</p> <p>脉冲间隔: 100 μs;</p> <p>脉冲频率: 20Hz~100Hz。</p> <p>10. 儿童交替模式</p> <p>输出电流: 0~80mA, 分 160 档连续可调;</p> <p>脉冲宽度: 1~31 档可调, 即 100 μs~400 μs 可调;</p> <p>脉冲间隔: 100 μs;</p> <p>脉冲频率: 20Hz~100Hz ;</p> <p>11. 手控触发脉冲模式、自动触发脉冲模式</p> <p>输出电流: 0~25mA, 分 50 档连续可调。</p> <p>脉冲宽度: 1~28 档可调, 即 10ms~1000ms 可调;</p>	台	1	

		<p>自动触发脉冲模式：脉冲间隔 1~5 档可调，即 1~5s 可调； 自动触发脉冲模式脉冲频率：0.154Hz~0.985Hz。</p> <p>12. 评估模式 波形：三角波和方波 输出电流：0~25mA； 脉冲宽度：1000ms、500ms； 脉冲间隔：5s； 脉冲频率：当脉冲宽度为 1000ms 时，脉冲频率为 0.167Hz；当脉冲宽度为 500ms，脉冲频率为 0.182Hz。</p> <p>13. 手持电极模式（选配手持电极可用） 输出电流：0~80mA，分 160 档连续可调； 脉冲宽度：1~31 档可调，即 100 μs~400 μs 可调； 脉冲间隔：100 μs； 脉冲频率：20Hz~100Hz；</p> <p>14. 具有定时功能，时间范围 1~99 分钟，步长为 1 分钟。</p> <p>15. 电源要求：220V，50Hz。</p> <p>16. 电刺激仪连续工作时间大于 8h。</p> <p>17. ▲本产品取得计算机软件著作权（提供软著证书）。</p> <p>18. 输入功率：120VA。</p> <p>19. ▲支持选配手持电极手柄和手持电极：棉签电极、Y 状双极性电极、球状电极、板状圆形电极、单点球状电极、两点球状电极、Y 状电极、梨状电极（提供专利证书）。</p> <p>20. 手持电极手柄对进液的防护程度为 IPX7。</p> <p>21. 净重：17.6kg，尺寸：530*460*1025mm。</p>			
9	扫床车	<p>1、规格：950×530×880mm。</p> <p>2、全不锈钢材质，板材厚度≥0.8mm。</p> <p>3、配防水布护理袋，可拆卸清洗，三层搁物台面，三面带围栏，配高档静音耐磨脚轮。</p> <p>4、底部 4 个豪华静音脚轮，两个带刹车，推动无声音。</p> <p>5、▲产品具有 ISO 9001:2015 质量管理体系认证, ISO 14001:2015 环境管理体系认证, ISO 13485:2016 医疗器械质量管理认证</p>	台	1	

10	条码机	<p>127mm/s 高速打印</p> <p>碳带容量 90m</p> <p>打印机构模块设计</p> <p>超大内存容量 8MB Flash、8MB SDRAM</p> <p>配备 microSD 卡插槽</p> <p>USB 2.0 标准通讯接口</p>	台	5	
11	磁刺激仪 (盆底治疗仪)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 适用范围：用于人体中枢神经和外周神经刺激，用于神经电生理检查，用于心境低落、焦虑、失眠及性症状的辅助治疗（需提供产品注册证）； 2. 整机通过 YY/T 0994-2015 磁刺激设备行业标准（需提供证明材料）； 3. 整机通过电磁兼容性 EMC 测试（需提供证明材料）； ★4. 采用风冷冷却技术，非线圈内置风扇，主机和线圈内无任何液体，无漏液风险及后续维护（提供风冷技术证明材料）； ★5. 风冷冷却系统可满足常用 50Hz 临床治疗方案，可连续工作 24 小时（提供至少 24 小时连续工作第三方检测报告）； 6. 标配不少于 2 个风冷线圈（盆底专用风冷线圈和骶神经专用风冷线圈），可适应不同治疗场景下的患者治疗需求； ★7. 可选配风冷深部双锥线圈和风冷动物线圈，以满足不同科研需求（提供深部双锥线圈磁场深度 6cm 以上第三方检测报告）； ★8. 盆底专用线圈为符合盆底解剖设计的线圈，磁场深度可达 6-8cm，距离线圈中心表面 6cm 处磁场强度仍\geq1T（提供盆底线圈磁场深度 6cm 以上第三方检测报告） 9. 标配的骶神经刺激线圈为风冷，且中间带孔，方便骶神经刺激定位，进行精准骶神经刺激； 10. 根据临床需求，盆底专用线圈和骶神经专用线圈可由治疗师在 30 秒内快速切换； ★11. 标配双通道无线运动诱发电位检查模块，用于运动诱发电位检查； ★12. 运动诱发电位检查模块传输方式：无线； 13. 双通道无线运动诱发电位检查模块为便携式，非固定在设备上，方便不同临床场景应用； 14. 磁刺激主机、座椅、线圈等采用分体式设计，产品在日常维护保养等方面方便易行； 	台	1	

	<p>15. 标配盆底磁刺激专用座椅，座椅靠背角度可调，可放平至 180° ；</p> <p>★16. 骶神经刺激具有俯卧位与仰卧位二种刺激模式，可根据临床实际需要满足不同的骶神经调控治疗；</p> <p>17. 标配可调节脚凳，可根据患者实际情况变换不同高度，满足多种治疗体位需求；</p> <p>★18. 标配触控式一体机电脑，非笔记本，无跌落风险，可进行触控与鼠标双模式操作；</p> <p>19. 一体机电脑整机通过电磁兼容性（EMC）认证，更安全；</p> <p>20. 触屏一体机电脑支架可 360° 旋转，方便操作与调节，触屏一体机电脑屏幕尺寸 ≥15 寸；</p> <p>21. 磁刺激强度可进行电脑软件与磁刺激主机旋钮双模式调节，操作更加方便；</p> <p>22. 开放式设计平台，具备触发输入输出通用接口，可兼容肌电图等设备；</p> <p>23. 最大磁感应强度：≥6T；</p> <p>24. 输出脉冲重复频率：≥100Hz 可调；</p> <p>★25. 输出脉冲重复频率最小步长 0.01Hz（提供软件截图）；</p> <p>26. 脉冲上升时间：50 μs ±10 μs；</p> <p>27. 脉冲持续时间：340 μs ±20 μs；</p> <p>28. 磁感应强度最大变化率范围：40kT/s~80kT/s；</p> <p>29. 上位机软件通过 GB/T 25000.51 软件工程产品质量要求与评价（需提供证明材料）；</p> <p>30. 可实现单脉冲刺激、重复脉冲刺激和模式化刺激（含 TBS 模式）等多种刺激模式，满足临床多种治疗场景需要；</p> <p>31. 内置治疗方案库，方案可自定义编辑；</p> <p>32. 刺激方案具有数字和图形两种展示方式，实时展示磁刺激输出过程；</p> <p>★33. 具有智能温度保护功能，刺激线圈温度达到 40℃ 会自动停止输出，确保治疗安全及稳定；</p> <p>34. 标配打印机，自动化报告生成与打印，也可根据需要自定义编辑，方便医护人员操作；</p> <p>35. 患者基本信息、临床方案、诊疗记录等信息海量存储，并可实时查询、编辑及导出数据备份保存；</p>			
--	--	--	--	--

	<p>36. 含波形设置、权限设置等多种自设功能，满足用户多种临床及科研需求；</p> <p>37. 兼容云互联及电子病历系统，实现设备间的数据互联互通，信息共享，减少临床工作量，提高临床的治疗效率；</p> <p>38. 具有在国内外发表过本品牌磁刺激仪治疗盆底相关疾病的10篇以上的文献证明。</p> <p>配置一台无线低中频</p> <p>★1. 系统由主机、无线低频仪、电极线等组成，主机部分具有2一路低频输出通道，无线低频仪数量≥2个；</p> <p>★2. 无线低频仪为可穿戴式，体积小巧且方便携带，外形尺寸≤55mm×50mm×15mm，单体重量≤30g；</p> <p>★3. 配置好治疗方案的无线接收器，可以脱离主机和充电座独立使用，且不受距离限制，实现跨楼层和跨楼栋的低频治疗；</p> <p>★4. 包含手部、腿部、舒缓和吞咽四个模式的康复训练功能</p>			
12	<p>艾灸治疗室抽烟设备</p> <p>1)升降器+伸缩管：升降器可以拉至2米左右高度，软管材质是加厚铝箔管材质</p> <p>2)拉线盒(升降器)：钢丝加粗1.5mm,黑色的拉线盒跟升降器组装一起，钢丝材质不易损坏，伸展自由</p> <p>3)大方罩：罩子采用耐高温材质PC材质，尺寸64*44*15cm</p> <p>4)2米铝箔管：采用双层结构加厚的材质，内径10公分，外径11公分</p> <p>5)风机：名称：斜流式增压管道风机，品牌：培氧型号：315P风机，防水等级：IPX2。功率320瓦，风量：2500m³/h；噪音：66dB，尺寸：385*300*280mm(不同床位配置不一样)</p> <p>6)导轨：1.5米加厚的铝制导轨，不生锈</p> <p>7)小转接头：110-100铝制大小头，用于衔接三通管连接2米铝箔管</p> <p>8)三通：160转110三通PVC材质，用于衔接160mm的主管道(排烟管)</p> <p>9)大小头：315转160大小头PVC材质，用于风机跟主管道衔接的大小头因为风机是尺寸是315mm的所以这个地方的尺寸采用的也是315mm的口径，160mm是主管道的口径</p> <p>10)喉箍：铝制的，用于固定铝箔管衔接使用</p> <p>11)膨胀螺丝：配套的螺丝平头4*35纤维钉，用于固定导轨两端</p>	套	1	

		12) 堵头: PVC 材质主管道配置是 160 尺寸的, 堵头作用就是堵住管道的前端 防止漏烟 13) 开 关 : 无极调速开关, 连接电源控制风机多档无极调速			
13	手提消毒 灭菌锅	材质 全不锈钢 容积 75L 电源 380V 功率 4.5Kw 灭菌室尺寸 $\Phi 380 \times 530\text{mm}$ 净重 77Kg 包转尺寸 630 \times 630 \times 1440mm	台	1	
14	微创治疗 室治疗柜	规格: 900*400*1800mm。整柜由优质碳钢板材经焊接而成, 板材厚度 $\geq 0.6\text{mm}$; 外型美观, 平整、端正、四角平行, 表面无锋棱、毛刺等明显缺陷, 各焊接部件打磨平整光滑, 抛光均匀, 耐腐蚀; 表面经多次处理后静电喷塑。上层玻璃门带锁, 内分二层, 中间带 2 个抽屉, 下层柜门带锁, 内分二层。	台	1	
15	儿童直立 床(电动)	外形尺寸/cm: 165 \times 80 \times 105 (平放) 165 \times 80 \times 182 (直立) 床面高度: 51cm 床面宽度: 60.5cm 床面角度转动范围: 0 $^{\circ}$ -85 $^{\circ}$ 额定载荷: 1200N 平均角度速度: 1.67 $^{\circ}$ /S 输入功率: 250VA	台	1	
16	认知能力 训练系统	套认知评估和训练; 系统包含 20 多类认知卡品, 可通过闪卡, 顺序切换, 图集的方式进行学习认知; 也可以通过图片配对, 声音配对, 图集测试的方式进行认知评估, 并系统的将各模式下的认知训练档案和成绩进行保存; 方便进行成绩比对; (套)	台	1	
17	分指板	用途: 防止和矫正手指痉挛畸形及屈肌痉挛	台	2	
18	踝关节矫 正站立板	90 \times 54 \times 68cm, 座面高度 40cm, 座面宽度 40cm, 椅座调节范围 0 \sim 14cm. 座位垫额定载荷 80kg, 靠背垫额定载荷 70kg. 用于踝关节屈伸功能障碍, 患者可做主动和被动训练	台	1	

19	木钉盘	36×29×10cm, 规格直径 2.5×10cm, 数量 20 个 22×18×9cm, 规格直径 1.8×0.9cm, 数量 20 个 18×14×8cm, 规格直径 1.3×0.8cm, 数量 20 个	台	1	
20	康复训练器	外形尺寸/cm: 63×41×58~75 扶手高度调节范围/cm: 53~68 坐垫高度调节范围/cm: 39~53 坐垫前后调节范围/cm: 0~25 座垫额定承载: 1200N 适用于 2~6 岁儿童进行下肢活动训练。 用途: 适用于 2~6 岁儿童进行下肢活动训练。	台	1	
21	脚步器	70×56×100CM, 扶手杆宽 45cm, 高扶手杆高 80cm, 低扶手杆高 60cm, 额定负载 80kg, 油缸阻力 12 档可调, 下肢关节活动度及肌力训练。用途: 下肢关节活动度及肌力训练。	台	1	
22	套圈	规格: 42×42×19cm	台	1	
23	珠数板	用途: 用于训练患者眼-手协调功能。 配置;算珠、支架	台	1	
24	儿童桌椅	提高认知训练 (用于作业治疗)	台	1	
25	儿童平行杠及附件	尺寸: 283×90×54-80cm, 高度调节范围 57~87cm, 宽度调节范围 34~64cm, 杠杆直径 ϕ 3.2cm, 杠杆静载荷不小于 80kg。借助上肢帮助进行步态训练, 矫正行走中的足外翻、髌外展, 增加行走的稳定性。	台	1	
26	肢体康复器	51×46×57cm 移动拉杆调节范围 mm520~840, 摇把上下角度调节范围 0° ~ 90° , 摇把前后角度调节范围 0° ~120° , 额定负载 kg20kg 材质: ϕ 25X2, ϕ 19X2 圆管, 20X20X1.5, 25X25X1.5F 方管 外壳、手脚把柄、脚轮为塑胶, 整体机械为全钢改善四肢关节活动度范围, 进行四肢肌力及协调性训练	台	1	

27	液晶拼接单元	<p>单屏幕：55寸</p> <p>屏幕比例：16:9</p> <p>分辨率 1920*1080</p> <p>高清标准：1080p（全高清）</p> <p>拼接缝隙：窄边</p> <p>组合方式：任意行×任意列</p> <p>安装方式：机柜，机架，壁挂</p>	台	8	
28	图像拼接处理器	<p>图像处理：支持 HDMI、DVI 等高清信号的实时显示与叠加。</p> <p>图像显示：可输入分辨率为：800×600- 1920×1200；最高可支持高达 4096×1536 等多种超高或特殊分辨率信号输入。单个屏内可以同时显示 8 路信号图像窗口，各图像窗口可以同时任意叠加显示。</p> <p>图形处理器多功能输入端口：DVI、HDMI 可将任意一路的图像窗口复制显示 32 个或更多的窗口，在大屏上同时显示所有输入输出模块及电源可在系统不断电的情况下进行更换、升级，不影响系统的正常运行。可 24 小时*7 天的连续运行；稳定性高，具有高度的可靠性、稳定性、兼容性和匹配性。</p>	台	1	
29	数字视频矩阵	8 路输入 8 路输出，支持 4K 、1080P，接:HDMI\DVI，前面板 LCD 屏可实时显示设备当前切换信息及工作状态。	台	1	
30	拼接屏支架	定制，独立大屏钢结构焊接、组装	套	1	
31	包边	定制，电视墙 27 m²装修及大屏包边	项	1	
32	HIS 接口改造费	提供和田县维吾尔医医院 his、pacs 系统与和田地区远程医疗服务平台数据对接，实现病例资料采集与共享。	项	1	
33	移动式 C 形壁 X 射线机	<p>（含 4 套防辐射帽、围领、围裙（长袖）等）</p> <p>一、总体要求</p> <p>1.1 设备用途：适用脊柱外科、骨科、创伤科、疼痛科、手术室等科室</p> <p>1.2 设备要求：移动式平板 C 形臂</p> <p>二、主要技术参数</p> <p>2.1 高压发生器</p>	台	1	

	<p>2.1.1 高压发生器：自主研发高频高压发生器</p> <p>2.1.2 最大输出功率：≥5kW</p> <p>★2.1.3 发生器频率：>105kHz</p> <p>2.1.4 透视最大KV值：≥120kV</p> <p>2.1.5 脉冲透视最大mA值：>27mA</p> <p>2.1.6 脉冲透视：具备自动变频控制技术</p> <p>2.1.7 摄片最大mA值：≥100mA</p> <p>2.1.8 数字化摄片功能：具备</p> <p>2.2 球管</p> <p>2.2.1 透视焦点：小焦点≤0.4mm，大焦点≤1.6</p> <p>2.2.2 阳极热容量：≥45KHU</p> <p>2.3 数字化影像系统</p> <p>2.3.1 探测器类型：非晶硅</p> <p>2.3.2 探测器闪烁体类型：碘化铯</p> <p>2.3.3 动态平板探测器：具备</p> <p>2.3.4 成像范围：≥9英寸×9英寸（21cm×21cm）</p> <p>2.3.5 动态范围：≥16位</p> <p>2.3.6 采集矩阵：≥1024×1024</p> <p>2.3.7 工作站监视器尺寸：≥19英寸</p> <p>2.3.8 工作站监视器：2台1M灰阶医用显示器，用于图像分屏显示</p> <p>2.3.9 主机监视器：1台1M灰阶医用显示器，用于近台观察图像</p> <p>2.3.10 主机监视器尺寸：≥19英寸；</p> <p>2.3.11 工作站软件：登记：登记保存、病历查询、Worklist；采集：开始采集、准备录像、重置、水平镜像、垂直镜像、调窗、放大镜、负像、边缘增强、递归降噪；处理：锐化、水平镜像、垂直镜像、文字标注、长度测量；报表：保存、预览、专家模板；</p> <p>2.3.12 图像处理软件：具有快速动态图像处理与显示平台（RCDPS），多分辨率分析图像增强处理技术。</p> <p>2.3.13 自动亮度跟踪功能：具备</p> <p>2.3.14 多重自动保护及故障代码提示功能，维修更方便：具备</p> <p>2.3.15 标配DICOM3.0接口：具备</p> <p>2.3.16 DAP辐射剂量显示功能：具备</p> <p>2.4 C形臂机架</p>			
--	---	--	--	--

		<p>2.4.1SID: $\geq 1000\text{mm}$</p> <p>2.4.2 开口: $\geq 800\text{mm}$</p> <p>2.4.3 垂直升降: 电动$\geq 400\text{mm}$</p> <p>2.4.4 左右摆角: $\geq +/ -14^\circ$</p> <p>2.4.5C 臂旋转角度: $\geq \pm 180^\circ$</p> <p>2.4.6C 臂轨道内运动角度: $\geq 130^\circ$</p> <p>2.4.7 导向轮及主轮: 导向轮可以任意方向转动, 主轮 90° 旋转</p> <p>2.4.8 激光定位功能: 具备机架双向定位配置</p> <p>2.4.9 手持控制器: 具备曝光条件调节, 运动控制功能</p> <p>2.4.10 主机操作界面: 智能人体图形化触摸屏</p> <p>2.4.11C 臂机架自平衡, 在不锁的情况下不会滑动, 防止机架滑动撞到病人: 具备</p>			
34	高分子绷带石膏锯	锂电池充电	套	1	
35	普通石膏锯	插电式 (带全套锯片)	套	1	
36	洗胃机	<p>1. 电源: AC220V 50Hz</p> <p>2. 输入功率: 250VA</p> <p>3. 流量: $\geq 2\text{L}/\text{min}$</p> <p>4. 自控: 冲液量为 $250\sim 350\text{ml}/\text{次}$ 吸液量为 $300\sim 450\text{ml}/\text{次}$</p> <p>5. 压力控制: 冲、吸压力设定为 $47\sim 67\text{KPa}$</p> <p>6. 外包装尺寸: $46.5\text{cm}\times 42.5\text{cm}\times 92\text{cm}$</p> <p>7. 毛/净重: $22\text{kg}/19\text{kg}$</p>	台	1	

37	冷藏柜	<p>【容 积】50L</p> <p>【冷冻室容积】5L</p> <p>【额定电压】220V</p> <p>【额定频率】50Hz</p> <p>【额定输入功率】 85W</p> <p>【额定电流】0.55A</p> <p>【耗电量】0.36kWh/24h</p> <p>【能效等级】1 级</p> <p>【噪声（声功计）】39dB(A)</p> <p>【箱内温度控制范围】0~10℃</p> <p>【冷冻室温度控制范围】0~-6℃</p> <p>【防触电保护类型】 I</p> <p>【箱体尺寸】（W x D x H）430 x 470 x 520</p> <p>【制冷剂/用量】R600a/22g</p> <p>【箱体净重】15 kg</p> <p>【箱体毛重】17 kg</p> <p>1. 采用微电脑控制系统，性能更加稳定。</p> <p>2. 档位设定温度，控温精度高。</p> <p>3. 采用压缩机制冷技术，噪声低于 39dB（A）</p> <p>4. 低功耗：日耗电量仅 0.38KWh</p> <p>5. 安全优质材料，操作方便，美观大方，储存物品更加安全。</p> <p>6. 直径 4mm 漆包层架，自由调节，操作方便简单。</p>	台	1	
----	-----	--	---	---	--

38	<p>配置： 臂带、说明书(附鱼跃产品保证书)、保修卡、合格证、4节5号碱性干电池(试用)</p> <p>产品参数：</p> <p>显示方式：LCD 数字显示</p> <p>测量方法：示波测定法</p> <p>测量范围：压力测量范围：0~280mmHg(0~37.3kPa) 脉搏：40~200次/分</p> <p>精度：压力：±3mmHg(±0.4kPa) 以内</p> <p>脉搏：读数的±5%以内</p> <p>运行模式分类：连续运行</p> <p>设备类型：非 AP/APG 设备(不能在有与空气混合的易燃麻醉气或与氧或氧化亚氮混合的易燃麻醉气情况下使用的设备)</p> <p>进液防护程度：IPX 0</p> <p>压力传感器：半导体式压力传感器</p> <p>加压方式：压力泵自动加压</p> <p>排气方式：自动快速排气</p> <p>电源：4 节 5 号干电池(DC6V)或电源适配器</p> <p>电源适配器：输入 AC100V~240V, 0/60Hz, 0.15A</p> <p>输出 DC6V 600mA</p> <p>电池寿命：4 节 5 号高性能碱性干电池能测量约 300 次[在室温 23℃，每次加压至 190mmHg(25.3kPa) 的条件下] 因附带的干电池只作试用，故可能用不到 300 次。</p> <p>适合臂围：22 厘米~32 厘米</p> <p>本机重量：约 252 克(不含电池)</p> <p>外形尺寸：约长 120.5 毫米×宽 100 毫米×高 69.3 毫米</p> <p>声明：本设备所测量的血压值和听诊法的测量值等价，其误差符合 YY0667-2008 规定的要求。</p> <p>工作温湿度：+5℃~+40℃ 15%RH~80%RH</p> <p>工作大气压力：80kPa~105kPa</p> <p>运输、保存温湿度：-20℃~+55℃</p>	台	1	
39	<p>加压方式 拟合加压，自动调整适当加压</p> <p>测量范围 收缩压：60-280mmHg 舒张压：40-160mmHg</p> <p>脉率：30-200bpm 压力显示范围：0-299mmHg</p> <p>检测原理示波法</p>	台	2	

	<p>★测量精度压力：±2mmHg 脉搏：±5%</p> <p>袖带 适用臂围：20-35cm</p> <p>安全系统 超压保护：压力超出 299mmHg 时，快速释放压力； 急停保护：测量时，按“M 键”可快速释放压力。</p> <p>触碰保护 按键锁定功能，防止误触碰</p> <p>测量模式 手动测量：测量中可根据需要按“S 测量键”进行测量； 自动测量：手动间隔模式、自动间隔模式、自动表模式（可在 24 小时内任意设置 6 个测量间隔）。</p> <p>自动补测 测量失败，自动补测一次</p> <p>电池 2×LR6（AA）型碱性电池</p> <p>测量环境 +10℃--+40℃，低于 85%RH（室内温度） 储存环境 -20℃--+55℃，低于 95%RH（室内湿度）</p> <p>尺寸 ≤70（W）×97（D）×26（H）mm</p> <p>重量 ≤130g（不含电池）</p> <p>数据端口 标准 USB2.0 数据接口</p> <p>软件功能 全中文分析软件：设置记录盒；病例管理；预览、打印报告（自动生成数据汇总报告、趋势图、柱状图、饼图、数据列表等）</p> <p>★临床验证 经 CFDA 注册临床机构验证，需提供临床验证报告。 注册认证 CFDA 认证, 计量器具型式批准证书</p> <p>★产品认证 CE 认证、ROHS 认证</p> <p>质量认证 ISO13485 质量体系证书</p> <p>性能标准 应符合 YY 0670-2008《无创自动测量血压计》的规定，需提供证明</p> <p>专用标准 应符合 YY 0667-2008《第 2-30 部分：自动循环无创血压监护设备的安全和基本性能专用要求》的规定，需提供证明</p> <p>电磁兼容 符合 YY0505-2012《医用电气设备第 1-2 部分：安全通用要求并列标准 电磁兼容要求和试验》的规定</p> <p>软件认证 计算机软件著作权登记证书</p>			
--	---	--	--	--

40	座式体重计	量程 200kg 分度值 0.1kg 线性±0.3kg 秤体材质碳钢 稳定时间 s55 秤体尺寸 54*66*93cm 外箱尺寸 77*66*112.5cm 净重 25kg 毛 35kg	台	1	
41	电动护理床	规格：2180×1080×430-630（mm） 四、功能部件及设备技术参数要求： 1. 调节范围：背部倾斜 70°±5°，腿部倾斜 40°±5°，整床水平升降高度 430-630mm，前、后倾斜 0-13°±2°，背部腿部联动功能，床体动态承载重量：≥240kg。 2. 床板：采用 1.2mm 厚度冷轧钢板模压一次成型，具有多孔设计，便于透气，兼有防滑功能，床板除模压造型设计外，更有多条加强骨，床面板四侧增加 2 条加强筋，整床承载力度高，造型美观。 3. 背部床板：采用支撑卸力结构，加固加厚型碳素钢管，均匀分散压力，增强背部板安全性能，摇把操作更轻松。 4. 电机：采用四电机控制系统，多功能手控器，标识清楚，操作简单、易明，升降自如，无噪音，推力达 4000-6000N。 5. 床头床尾板：采用优质 ABS 强化塑料一次性吹塑成型，弧线形欧式款设计，线条美观大方，中间带颜色装饰贴纸，床头床尾板采用插入式装置，设计新颖，操作简单，拆卸方便，拆卸后床头床尾框无突出异物，可兼作 CPR 急救，满足临床需求；床尾板外侧有病人信息卡插槽。 6. 防撞轮：床体四边配备 4 寸内置轴承防撞滚轮，确保推动过程中的保护，整体美观时尚。 7. 豪华式护栏：配 4 块欧式豪华型加高 ABS 护栏，一体吹塑成型，不变形，无缝隙，下隐式收藏，不占空间，带助力器，升降更方便，不使用时可轻松旋下，牢固可靠耐用。 8. 角度显示仪：4 块护栏均附带角度显示仪，床体升降时，能准确显示床体各部位角度，方便医护人员调整到最佳的倾斜角度，给患者带来舒适的躺卧姿势。	台	1	

	<p>9. 脚轮：采用中控豪华脚轮，一脚制动刹车，稳固可靠；轮面采用超级聚氨脂材料，静音耐磨，防缠绕，永不生锈。</p> <p>10. 输液架插座：床边具备四个输液架插孔。</p> <p>11. 输液架：采用手控伸缩双段设计，可调节高度 1000 mm-1600 mm，操作灵活，不锈钢材料、轻巧、对称式回钩以满足临床需要。</p> <p>五、工艺：</p> <p>1. 采用机器人焊接，所焊出的焊缝基本上消除了焊缝的气孔，焊接质量稳定（机器人焊接比传统人工焊接使用寿命长三倍以上）。</p> <p>2. 床体表面涂装采用双重涂层技术，经去油、除锈、环保硅烷皮膜剂处理后静电喷塑，表面静电喷塑材料具有完美的外观和极强的耐化学腐蚀性和电绝缘性，喷塑颜色可选择，喷塑材料环保无毒、抗菌，防霉（附权威机构检测报告）；涂层表面光洁亮丽，不脱落，不生锈、防静电，附着力高，企业自有喷涂生产线设备。</p>			
--	---	--	--	--

（一）技术参数

备注：

- 1、 投标报价不得有选择性报价和附有条件的报价，投标单价不得高于采购目录中预算单价，否则其投标无效。
- 2、 投标人需对所投分包中所有项进行报价，不得缺项漏项。如果报价不符合要求则为无效投标，不得自行更改格式及文本信息。
- 3、 投标人报价单位必须与采购目录中价格单位一致，且只接受一个报价。
- 4、 本章节中的参数只作为参考，但所投产品参数不得低于上述要求。
- 5、 所有供应商必须提交《医疗器械注册证》（或备案证明）（含附页、附表），产品检测报告，彩图。
- 6、 技术参数要求中如存在参数为某品牌所特有的，投标人可选择达到使用功能或优于其技术参数的产品均可。

二、商务要求

（一）投标产品质量要求：

- 1、资质证书合法、手续齐全；
- 2、投标产品实际品牌、规格型号、生产厂家、质量必须与投标书内所投产品描述一致；
- 3、投标人应对所提投产品的质量和由于产品质量原因而造成的后果负责。若出现质量问题的，投标人应及时予以退、换等处理。经退换后仍存有质量问题的，院方可向有关部门报告，经查实无误后，院方有权终止合同并视情况提出索赔；
- 4、有足够的物资供应配送能力、较好的售后服务保障能力和支持仪器性能校准验证能力；
- 5、商业信誉良好，在经营活动中无违法记录、无不良销售记录和不规范销售行为记录；
- 6、具有合法的产品来源，符合法律法规规定的其它条件。
- 7、投标人必须提供企业及产品的有效资质证明文件，具备该行业国家规定必备的资质、资格，且符合参投品种的经营范围；
- 8、提供所投产品的检测报告；提供产品图片资料及产品说明书(如有)；
- 9、因国家政策变化项目取消时，所涉及该项目中的产品合同自动终止。

（二）供货周期及供货量

- 1、中标人自公布中标结果之日起成为院方中标供货商；
- 2、供货量按需供应；
- 3、若中标商品有断货或停货等特殊状况时，供货商必须提前 30 日通知采购方，并出示加盖公章的停货书面说明。断货期间，医院有权向其他供货商购买同类产品，直到原供货方能继续供货为止。

（三）售后服务要求：

- 1、售后服务人员需具备良好的服务态度和形象。
- 2、提供不少于 2 名专业工程师需熟练掌握医疗器械的操作和维修技

能，保证产品在后期出现故障及时解决。

3、提供设备的安装、调试、培训服务，确保设备正常运行和客户熟练使用。

4、培训工程师需具备相关医疗器械或相关课程的培训经验。

5、投标人应建立完善的售后服务体系，提供全方面的售后服务保障。

6、建立售后服务回访和反馈机制，定期收集和分析客户反馈意见，及时处理和解决问题。

7、建立售后服务数据记录机制，记录并整理所有售后服务数据，以便进行服务质量评估和改进。

8. 维修响应时间：设备出现故障供应商需及时响应解决客户问题，立即派专业技术人员前往现场进行检修和维修。

9、投标人需提供 24 小时的电话技术支持及上门服务，确保用户在遇到问题时能够及时得到解决。

10、定期对设备进行保养和维护，确保设备保持良好状态。

11. 维修范围：维修范围包括对设备的全面检查、清洁、维护和修理。对于重大故障或需要更换重要部件的情况，供应商应提供相应的解决方案和报价。

12. 维修人员：投标人应派遣经验丰富、技能熟练的专业维修人员前往现场进行维修。维修人员应具备相应的资质和经验，能够准确判断和解决设备故障。

13. 维修质量：投标人需保证维修质量，确保维修后的设备能够正常运行，并提供相应的质量保证。

14. 维修记录：投标人提供详细的维修记录，包括维修时间、地点、人员、故障原因、解决方法等内容，以便于后续的查询和管理。

15. 备品备件：投标人需提供必要的备品备件，以确保在设备出现故障时能够及时更换。备品备件的数量和质量应符合合同或招标文件的要求。

（四）其他要求：

-
- 1、货物必须为按照招标文件要求，质量达到国家有关标准，投标人供货时须提供有关货物相关合格证明材料、详细技术资料或检测报告等。
 - 2、货物采取双层包装袋，即：外包装和内包装。
 - 3、投标人应保证货物为合格产品。并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。投标人应保证所提供的货物在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物质量保证期内投标人应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或者故障负责。
 - 4、当招标文件中的技术要求以及货物备品备件的互换性标准与国家标准或者行业标准等不一致时，应以国家标准或者相关行业标准等为准。
 - 5、交货期：中标单位在合同正式签订 30 天内完成安装调试（具体以签订合同为准）
 - 6、质保期：整机质保 ≥ 3 年，（包含所有零配件）备品备件保证 8 年以上供应。
 - 7、供货要求：设备到场验收安装完毕后可正常运行（包含运输、装卸、税金等各项费用），供应商不得另外加收费用；如若雇佣当地农民工需支付相应的装卸费用；卸载过程中出现设备破损一律拒收。
 - 8、货物验收工作:货物到场后经甲方完成初步抽检验收合格后方可送至指定地点，产生的所有费用由中标单位承担。所提供产品必须按照招标文件规定的每项产品技术要求，为采购单位提供证明材料或合格证明材料（以招标文件每项产品技术要求为准）
 - 9、付款方式：签订合同支付 30%，到货安装调试验收完毕支付 50%，验收合格之后两个月后 20%（具体以签订合同为准）
 - 10、违约处罚：如核查中发现中标商所供货物与招标文件规定不符，则取消其中标资格，承担相应的法律后果并赔偿业主方的损失。
 - 11、交货地点：配送至和田县维吾尔医医院(具体以甲方指定地点为准)
 - 12、验收标准：所投产品需执行财库[2016]205 号，甲方应当依法组织履约验收工作，验收时完整细化验收方案，明确验收方式、时间、程序等内容。应当邀请实际使用人参与验收，甲方也可邀请第三方专业机构进行验收，并出具验收人员名单及意见，验收时严格按照采购合

同对每项技术、服务、安全标准的情况进行验收，并出具验收报告，验收结果报告由参与验收所有人员共同签署并存档。验收合格后，甲方根据采购合同支付采购资金。

13、对于一些需要指导的新产品，供货商必须做好相关培训工作，培训产生的费用由供货商负责；

14、投标文件应标明参投的医疗用品的名称、品牌、规格、生产厂家等详细资料。按顺序装订成册。

15、价格补充说明

15.1 合同期限内，国家对医用设备有相关法律法规有另行规定的，双方按法律法规协商执行。

15.2 国家和自治区对中标物品的价格下调低于合同价格，合同价格在调价文件生效之日起随即下调至文件规定的价格，直到供货期限满为止。

第四章 合同条款（仅供参考）

请参照服务类政府采购合同参考范本订立采购合同。

（以最终签订合同为准，本合同条款仅供参考）

（设备名称）

合 同

买方（甲方）：_____

卖方（乙方）：_____

合同编号：

年 月 日

合 同

甲方（买方）：

地址：

乙方（卖方）：

地址：

双方根据《中华人民共和国民法典》、财办库[2020]23号《财政部办公厅关于疫情防控采购便利化的通知》、新疆维吾尔自治区财政厅《关于做好疫情防控期间政府采购管理工作的通知》等规定，本着平等、自愿、互利、互惠的原则，经各方协商一致，订立本合同。

第一部分 通用条款

在此供应的货物，乙方同意做如下保证：

一、乙方供应的全部货物，必须在不涉及任何担保、留置权、专利权使用费的情况下，交付与本合同规定完全相同的货物。

二、不能将甲方全部或部分付款看作是对有缺陷的工艺或不合格货物的认可。

三、所供货物均须符合相应图纸和技术规范中的相关规定，并且不涉及到任何侵权行为或任何索赔。

四、甲方收到本合同项下的货物，并不表示甲方自动放弃因延期交货、货物不合格或货物与本合同不相符造成的损失而提出索赔的权利。若货物名称、型号、规格、数量、质量等不符合本合同约定，甲方可在收货后随时向乙方提出异议，乙方应免费更换直至货物完全符合本合同约定，且乙方需承担逾期交货的责任。

甲方未提出异议的，乙方仍应于货物质保期内承担保固责任。甲方对货物的验收手续仅仅证明乙方交货的行为，并不能免除乙方应当承担的货物质量责任。

因乙方货物质量瑕疵原因导致甲方对其他第三方承担的违约金、损失赔偿等任何赔偿责任，甲方均有权将该赔偿责任转移给乙方，乙方对此无异议。

五、甲方有要求乙方延迟一段合理时间再行交货的权利。

六、除非甲方要求，乙方必须在本合同规定时间内进行交货。乙方同意偿付甲方可能因无法按照本合同约定时间进行交货而引起的所有额外的违约金、赔偿金以及其他费用。

七、在项目终止或甲方订立本合同所依据的本项目合同终止时，甲方经书面通知可解除本合同，此种情况不作违约处理。

八、所有交付到甲方现场的货物必须附有交货单。签字的交货单必须附在所有发票上作为本合同付款的前提条件。

九、所有交货费用均由乙方承担，乙方保证使甲方免于承担全部运费、快递费、保险费、装卸费、其他杂费以及由此带来的任何索赔，本合同专用条款有特别约定的，从特别约定。

十、乙方分批供应货物的，甲方有权对任何一批货物的数量进行抽查核实，如果实际数量与乙方所提供的数量有短缺的，则乙方此前所供货物的全部数量均应按本批货物短缺比例作相应减少计算。

十一、因乙方所交货物的权利瑕疵、品质瑕疵等导致甲方遭受任何损失的，乙方保证承担全部赔偿责任。在因上述瑕疵导致甲方陷入索赔纠纷或诉讼中的，在该索赔纠纷或诉讼未得到解决之前，供甲方的结算可按甲方的意见作延迟处理，直至上述索赔得到解决或乙方提供令甲方满意的赔偿为止。

十二、因乙方全部或部分违约导致双方发生的诉讼/仲裁或甲方与第三方发生的诉讼/仲裁，乙方同意承担甲方因此而支出的全部诉讼费、律师费、调查费、交通费及其他合理费用。

十三、未经甲方书面同意，乙方不得将本合同的工作内容全部或部分转让给任何第三人。

十四、乙方声明、陈述和保证其是合法设立并有效存续的独立法人，其授权代表已获得法人授权可代表其签署合同。

十五、甲方作为提供本合同的一方，已经郑重提醒乙方注意本合同的所有条款，并且甲方已经按照乙方的要求，对每一条款均予以了说明。本合同通用条款与专用条款约定不一致的，应以专用条款约定为准。

第二部分 专用条款

一、 合同标的

1、 货物

乙方提供的货物为全新产品，并符合合同附件的技术规格所述的标准及相关的国家标准和行业标准，这些标准必须是合同签订时有关机构发布的最新的有效版本。除非技术规格中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

注：乙方应保证，甲方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、工业设计权或其他知识产权的起诉。

2、 数量及价格：详细技术要求见附件

序号	货物名称	品牌	型号规格	计量单位	数量	含税单价 (元)	合计金额 (元)

总价（人民币）	小写：¥ 元 大写：
---------	------------------------------

3、本协议项下的产品规格、参数等内容，必须与招、投标文件保持一致，任何一方不得私自更改，如在合同履行过程中，出现合同中约定的产品规格、参数等内容与招投标文件不一致的，以招投标文件规定的内容为准；私自更改产品规格、参数的一方，承担因此给对方造成的一切损失。但因产品升级换代而改变产品规格、参数的情形除外，此种情形需形成书面情况说明，并由双方盖章或签字确认后执行。

二、合同总额

1、本合同为固定单价，合同总价以甲方实际采购并验收合格的数量结合上表标明单价进行结算支付。本合同总金额（暂定）为_____元，大写人民币_____。上述合同总额包括全部设备价、税费、包装费、运输、保修费、保险、调试（简单安装）必不可少的部件等费用，以及已支付或将支付的营业税和其它税费等所有费用；乙方应保证甲方除支付合同约定的上述款项外，无需再支付其他任何费用及款项。

2、价格清单表是基于乙方在完全理解本项目材料所需为前提，同时甲方对清单中的名称、规格、材质及数量等没有校对的义务，乙方在合同有效期内不得对清单的综合费用提出任何费用的增加。实际供货数量以双方签字确认的数量为准。

三、质量保证

1、乙方保证本合同货物是符合国家技术规格和国家质量标准的出厂原装合格产品，产品型号、数量、规格及技术、质量标准、售后服务必须满足甲方和自治区政府采购协议定点采购要求。

2、货物在交货过程中，发生意外事故和故障损失，如撞、刮、裂、损等均由供方承担责任；货物交货后，除货物本身质量问题外供方概不负责。

3、乙方保证所提供的本合同标的物必须符合本合同及招标文件约定的“质量标准”，

达到产品各项性能指标和参数，并保证其销售的产品不存在任何权利上

的瑕疵；若因此造成任何损失，由乙方承担全部赔偿责任；另外，乙方应保证产品完整无损，是全新的、未使用过的，是原装原厂的，是用先进工艺和优质材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。若标的物质量存在瑕疵，乙方应承担甲方相关损失及相应违约责任。

4、乙方的安装调试人员有义务对甲方的设备维修人员及使用人员进行免费培训，确保维修人员能对设备进行日常维护和一般性故障的查找及故障的排除，确保使用人员能够熟练掌握设备的各项功能和操作。

四、质量保证期

1、合同内货物质保期至少为____年，质保期自甲方书面验收合格后，乙方开具发票之日起计算。具体质保期以相关产品生产厂家提供的质保期为准。生产厂家提供的质保期少于____年的，以____年为准；生产厂家提供的质保期长于____年的，以生产厂家提供的质保期为准。在质量保证期内，因产品质量出现问题，乙方负责免费维修或更换新机，并承担与维修和更换相关的运费、保险等一切费用。超过质保期后只收取更换部件成本费用，不收取服务费。

2、质保期内，如产品发生质量问题，乙方应在【__小时】内到场进行维修。对设备出现的较大的问题，解决时间不得超过____个日历日。乙方接到甲方通知后未依照约定时间到场的，甲方有权另行聘请专业人员进行维修，产生的合理费用在质保金中予以扣除，不足部分，乙方应予以补足。同时，应向甲方提供同类型的应急代用设备，如相同的事故出现两次将无偿更换新机或退回甲方已支付的全部货款。

3、保修期外，乙方承诺提供终身免费维修，定期保养，按成本价收取零配件、易损件和耗材费用。

五、交货（或安装）时间、地点

1、乙方于____年____月____日前将货物送达（并安装调试完毕）至以下指定地点：____，并确保在____天内配合甲方完成验收工作。

2、到货地点和接货单位（或接货人）____。甲方指定的接货人为：姓名：____，电话：____；双方明确，除该指定接货人外，其他任何人员（包

括甲方的其他任何工作人员) 签署的接货单, 甲方均不予认可。

3、在交付时, 乙方必须对货物进行消杀并向甲方提供物品详细的中文版说明书、使用手册、维修手册及电路原理图等一切与该设备的安装、维修、保养有关的技术图纸及文字资料。否则, 甲方有权不予付款且不承担违约责任。乙方应同时提供该设备彩页资料和公司、产品资质, 并承担由此发生的全部费用。

六、验收

1、在交货前, 乙方应确保制造商对货物的有关内在和外观质量、规格、性能、数量和重量进行准确的和全面的检验, 并出具货物符合合同规定的检测报告及合格证。检测报告及合格证将作为申请付款单据的必要条件。

2、货物运至交货地点、完成设备安装调试当日, 双方应对货物的型号、技术参数、数量、产地, 并根据制造商签发的《产品合格证》、《出厂清单》、《技术文件》进行现场初验, 待安装调试完毕且正常运行后, 由甲、乙双方共同组织验收, 并出具验收单。该验收单将作为申请付款单据的必要条件。

3、数量: 乙方交货时, 甲乙双方应各指定一名工作人员对货物数量进行统计, 交货完成后, 就甲方验收合格的货物数量, 由双方各自指定的工作人员在交货清单上签字确认, 交货清单一式两份, 作为今后双方结算的依据。

4、自产品交货后当日, 甲方应依照双方在本合同中约定的质量要求和技术标准, 对产品的质量进行验收。验收不合格的, 应及时向乙方提出书面异议, 乙方应在接到异议及检测报告后及时进行更换, 直至验收合格, 如果因乙方供货质量原因造成的甲方受到的损失, 乙方还应承担相应违约责任并承担相应赔偿。

5、如乙方交付设备维修调试后达不到合同或招投标文件规定的质量或技术指标要求, 甲方有权提出退货, 并要求乙方全额退回货款。

6、如果在合同规定的质量保证期内, 发现货物的质量或规格与合同规

定不符，或货物有缺陷，包括内在隐蔽瑕疵或使用不合适的原材料或不科学的设计等，甲方有权根据质量保证条款向乙方主张质保责任，并在乙方构成违约或侵权时主张索赔。

七、售后服务

上述产品的免费保修期为交货并验收合格后_____；
免费更换配件（人为因素除外）时间为交货并验收合格后_____；
乙方售后服务联系人 _____；
联系电话 _____；

八、货款的支付

1、本合同为 _____，合同_____甲方实际采购并验收合格的数量确定总价进行支付；

2、本协议签订后，货物全部抵达交货地点并安装、调试完毕且经甲方全部书面验收合格，甲方在收到和田县财政拨付资金后向乙方支付合同总金额的 90%，即人民币大写：_____元整；小写：_____元。

3、剩余的合同总金额的 10%，即人民币大写：_____元整；小写：_____元作为质量保证金，经甲方验收合格并使用_____后，经甲方再次书面验收合格，如无任何产品质量及技术问题，甲方在收到和田县财政拨付资金后无息支付给乙方；

4、甲方支付上述任何一笔款项前，乙方应提供符合甲方财务做账要求的正规增值税发票，否则，甲方有权拒付款项且不承担违约责任。

5、乙方银行账户信息：

开户行：

账户名称：

银行账号：

甲方向以上账户付款，即为完成本合同项下对乙方相应的付款义务。乙方对上述账户信息的准确性和可用性承担全部责任。若上述账户状态或信息发生任何变更，乙方应提前 7 个工作日使甲方获悉，否则甲方不对乙

方迟延收到或未能收到任何款项承担责任。

九、违约责任

1、甲方违约责任

1) 乙方按协议约定履行完协议义务后,甲方无任何理由拒绝验收的(因疫情等特殊原因无法抗力等因素外),甲方逾期验收承担违约责任,按照中国人民银行同期存款利率向乙方承担违约金。如遇特殊情况甲方要求推迟履行协议的,可事先征得乙方的同意。

2、乙方违约责任

1) 乙方应严格按照合同约定的时间交货,如乙方延迟交货(因疫情等特殊原因无法抗力的原因,经甲方书面同意可除外),甲方有权追究乙方延迟交货的违约责任。每逾期一日,乙方按合同总额的千分之一承担违约金,乙方逾期供货超出交付期十天(含十天)以上的,甲方有权解除合同并追究乙方的违约责任,甲方解除合同的,乙方应支付合同总价款 20%的违约金,乙方支付上述违约金不足以赔偿甲方损失的,甲方有权另行向乙方索赔(包括但不限于第三方索赔、律师费、诉讼费、鉴定费、公证费、差旅费等甲方采取诉讼途径发生的一切费用)。

2) 在履行合同过程中,如果乙方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时,应及时以书面形式将拖延的事实,可能拖延的时间和原因通知甲方。甲方在收到乙方通知后,应尽快对情况进行评价,并于 7 日内确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。乙方延期交货应通过签订补充协议的方式经甲方盖章确认。

3) 乙方所交产品品种、型号、规格、质量、性能不符合合同规定的,由乙方负责包换或包修,并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。乙方不能修理或者不能调换的,按合同总额的百分之二十承担违约金。

4) 乙方在协议供货有效期内违反本有关质量保证及售后服务的,甲方有权要求乙方支付合同总价款 20%的违约金,乙方支付上述违约金不足以赔偿甲方损失的,甲方有权另行向乙方索赔(包括但不限于第三方索赔、律

师费、诉讼费、鉴定费、公证费、差旅费等甲方采取诉讼途径发生的一切费用)。

5) 乙方向甲方承诺, 如发生乙方向甲方指定人员或与该业务有关的任何工作人员行贿、送礼等行为, 或与甲方相关工作人员串通, 做出损害甲方利益的任何行为, 每次按合同总金额的 30% 的数额向甲方承担违约金。

6) 本合同签订后, 乙方不得以货物市场价格上涨等各种理由断货、中止供货或要求甲方调价, 否则, 甲方有权解除合同并拒绝支付任何合同款项, 乙方向甲方支付合同总价 20% 的违约金。

十、赔偿、追索权:

1、本合同中所涉及到的乙方应支付甲方的损害赔偿、违约金等, 在质保期内, 甲方有权从合同总金额_____的质保金中直接扣除, 对不足以抵偿的部分, 甲方保留追索权; 设备质保期以外, 甲方保留追索的权利, 包括从甲、乙双方所签署的其他合同乙方的权利中, 追偿上述经济损失及违约金。

2、本合同所有条款约定的违约金、赔偿金等均以人民币的方式支付, 双方明确按照第一次购汇当日的银行汇卖价, 即购汇凭单上的购汇汇率, 作为今后违约金、赔偿金等结算支付的汇率。

十一、不可抗力

1、甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时, 应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由, 在取得有关主管机关证明以后, 允许延期履行、部分履行或者不履行合同, 并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

2、“不可抗力”是指甲乙双方不能合理控制、不可预见或即使预见亦无法避免的事件, 该事件妨碍、影响或延误任何一方根据合同履行其全部或部分义务。该事件包括但不限于政府行为、电信行业行为、自然灾害、战争或任何其它类似事件;

十二、争议解决

本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，可向甲方所在地人民法院起诉。

十三、合同的文本及生效

1、本合同一式陆份，甲方执肆份、乙方执贰份。

2、本合同经双方法定代表人签字或单位盖章或双方委托代理人签字成立生效。

3、合同内容如遇国家法律、法规及政策另有规定的，从其规定。

十四、其他约定事项

1、和本合同相关的双方往来函件(包括传真件、电子邮件)与原件具有同等的法律效力，修改无效。

2、与本合同有关的招投标文件、答疑附件、合同附件均是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，其他未尽事宜从其规定。

3、本合同中所载的书面通知方式仅指当事人亲自送达、挂号信、EMS方式。一方采取当事人亲自送达方式的，另一方有积极配合签收的义务。如一方拒绝签收而使另一方变更送达方式的，由此所生的费用应当由违约方承担；如以EMS或快递方式寄送的，如无相反证据证明，自寄送之日起的第三日为送达之日。

4、本合同首部双方的联系方式及地址均为双方有效的送达地址，如有一方地址发生变更，应在变更后当日向对方书面通知，如因变更方未及时通知，相对方按合同尾部地址送达的，视为送达成功。

(以下无正文，为本合同签署页)

甲方：

乙方：

甲方法人：

乙方法人：

（签字）

（签字）

甲方代表：

乙方授权代表：

（签字）

（签字）

合同专用章：

单位地址：

合同专用章：

单位电话：

维修工程师电话：

单位地址：

开户行：

帐号：

单位电话：

合同签订时间： 年 月 日

合同签订时间： 年 月 日

第五章 投标文件格式

_____（项目名称）

招标文件编号： _____

投 标 文 件

投标人： _____（盖单位章）

法定代表人： _____（签字、盖章）

年 月 日

目 录

- 1、投标书；
- 2、报价一览表（报价一览表需按招标文件提供的格式填写，统一规范，不得自行增减内容）；
- 3、报价明细表；
- 4、投标方的资格声明；
- 5、投标单位简介；
- 6、法人营业执照函（格式见附件）；
- 7、法定代表人证明书（格式见附件）；
- 8、法定代表人授权委托书（格式见附件）；
- 9、投标保证金缴纳凭证或保函（如是保函，还需提供由基本账户转账支付凭证复印件）；
- 10、开户银行资信证明(如有)；
- 11、投标人为制造商的，提供《医疗器械生产许可证》，还需提供投标人具备特种设备制造许可证(A5)；投标人为经销商的，投标货物若属于三类医疗器械，须提供《医疗器械经营企业许可证》，投标货物若属于二类医疗器械，提供《二类医疗器械的经营备案凭证》，投标货物若属于一类医疗器械，则无须提供此项；投标产品须在其经营范围内，所有证件必须在有效期内；
- 12、投标货物属于《医疗器械监督管理条例》规定的第一类医疗器械产品应提供《第一类医疗器械备案凭证》，属于第二类、第三类医疗器械产品应取得《医疗器械注册证》(如有注册登记表应提供)，所有证件必须在有效期内；
- 13、审计报告；
- 14、完税证明；
- 15、网站截图；
- 16、近三年类似项目情况表；
- 17、售后服务承诺书；
- 18、商务条款偏离表；
- 19、质量保证措施；
- 20、投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书；
- 21、项目负责人简历表及拟投入本项目主要成员表
- 22、投标人企业信誉证明文件；
- 23、资格认证证书；
- 24、投标企业认为有必要提供的声明及文件资料（投标人按招标文件要求自行编制，包含但不限于企业内部管理制度、履约经验、进度安排、研究方案及对项目的认知等）。
- 25、技术参数、功能偏离表；
- 26、中小企业声明函（如是）；
- 27、节能、环保产品证明（如有）
- 28、残疾人福利性单位声明函（如有）

1、投 标 书

招标人：_____：

我们收到你们的_____号招标文件，经认真研究，我们决定参加投标。

1、按照招标文件中的一切要求，提供招标货物的供应、运输和相关服务。总价格¥：人民币_____万元（用阿拉伯数字书写），明细见投标报价表。

2、如果我们的投标书被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项义务和要求，按期、按质、按量完成交货。

3、我们同意按招标文件的规定，本投标书的有效期为开标后90天。

4、我们愿意提供招标人在招标文件中要求的所有资料。

5、我们认为你们有选择或拒绝任何投标者中标的权力。我们理解，最低报价不是中标的唯一条件。

6、我们愿按合同法履行自己的全部责任。

7、我们愿意遵守国家有关规定和招标文件中规定的收费标准，承付招标代理服务费。

8、该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

9、我们同意按招标文件规定，交纳 _____ 元的投标保证金。

10、其它说明。

11、所有有关本标书的函电，请按下列地址联系：

投标单位： _____（公章）

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）： _____

地址：

电话：

电报挂号：

传真：

邮政编码：

联系人：

年 月 日

2、报价一览表

项目名称/标项：

项目编号：

序号	内容		备注
1	投标人名称		
2	报价总价	大写： 元 小写： 元	
3	供货期		
4	其他事项申明		

注：

1、报价如修改，应在修改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字、盖章，否则其投标文件作无效标处理。

2、此表需单独提供一份，报价一览表需按招标文件提供的格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

投标单位： _____（公章）

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）： _____

日期： 年 月 日

3、报价明细表

项目名称/标项：

项目编号：

序号	货物名称	规格及型号	单位	数量	综合单价（元）	总价（元）	品牌及产地	制造商	备注	
合计金额（小写）										
合计金额（大写）：										
质保年限										

（此表可延长，未填写的按废标处理）

投标单位： _____（公章）

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）： _____

日期： 年 月 日

注：1、合计金额应为各分项价格之和。

2、上述报价包含一切由供方承担的费用。

3、请各投标人根据投标方案，在本表中详细写明所有产品型号规格、主要技术参数、数量、综合单价、总价及品牌和产地。

4、综合单价必须包括货物、安装、调试、技术支持、运输、保险、售后服务、培训及其它必需服务的报价。

配置清单

项目名称/标项：

项目编号：

单 位：元

序号	货物名称	规格型号	产地	制造商	数量	单价	总价	备注
1								
2								
3								
..								
..								
合 计	小写（元）： 大写（元）：							

注：此表必须详列投标设备的配置清单。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

日期： 年 月 日

备品备件价格清单表

免费提供备损耗件备品备件清单品备件清单			
序号	备品备件名称	价格	备注
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
		/	
收费损耗件备品备件清单			
序号	备品备件名称	价格	备注

服务质保期内免费提供损耗件备品备件

4、投标方的资格声明

招标人：_____：

关于贵方_____年__月__日发出的_____项目招标文件，本投标方愿意参加投标，并证明资格文件中中和所要求的说明是真实和准确无误的。

本投标方对可能要求的进一步的资格资料表示理解和同意，并同意按贵方的要求提供任何有关资料。

投标单位名称：_____（公章）

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：_____

地址：_____

传真：_____

电话：_____

5、投标单位简介

投标人自行编制

附：投标人单位相关资质证件

6、出具法人营业执照函

招标人：_____：

现附上由_____（签发机关名称）签发的
我方法人营业执照复印件，该执照已经年检，真实有效。

投标单位：_____（公章）

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：_____

日期： 年 月 日

附：投标单位三合一营业执照复印件

7、法定代表人证明书

单位名称： _____

地址： _____

姓名： _____ 性别： _____ 年龄： _____ 职务： _____

系 _____ 的法定代表人。

投标单位名称： _____ （公章）

法人身份证复印件（正面）

法人身份证复印件（反面）

日期： 年 月 日

**注：如法人开标需严格按照以上格式开标时出示此表
后附：需提供近法人三个月社保缴纳个人明细。**

8、法定代表人授权委托书

招标人：_____：

_____（投标单位名称）法定代表人授权__为本公司的合法代理人，参加贵方组织的_____项目招标文件采购招标活动，全权代表我方处理招标活动中的一切事宜和签署一切文件，被授权人无转委托权，特此委托。

本授权书于_____年____月____日签字生效，特此声明。

附：法定代表人身份证明

法人身份证复印件

被委托人身份证复印件

法人身份证复印件（反面）

被委托人身份证复印件（反面）

投标单位名称：_____（公章）

法定代表人签字或盖章：_____

日期：_____年____月____日

被授权人姓名：_____

职 务：_____

详细通讯地址：_____

邮政编码：_____

传 真：_____

电 话：_____

注：如委托人开标需严格按照以上格式开标时出示此表

9、投标保证金缴纳凭证或保函（如是保函，还需提供由基本账户转账支付凭证复印件）；

10、开户银行资信证明(如有)；

11、投标人为生产商须提供具有有效期内的《医疗器械生产许可证》；
投标人若为经销商须具有《医疗器械经营许可证》

12、投标人需提供近两年任意一年（2023年或2024年）由第三方财务审计机构出具的财务审计报告；（新成立的公司可不提供但需提供银行出具的近三个月的资信证明）；

13、投标人需提供税务部门出具近三个月依法缴纳税收的完税证明（需含增值税、印花税等税种；如当月无需缴税需提供税务机关出具的无欠税证明），新成立公司按实际发生提供税务机关出具的无欠税证明；

15、投标人提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn>）查询结果并加盖鲜公章；

17、承诺书

投标人必须按提交的售后承诺书，提供服务。

- 一、拟提供售后服务的项目：
- 二、所投产品免费质保期限：
- 三、免费质保期后，如维修是否收取材料费：
- 四、免费质保期后，如维修是否收取服务费：
- 五、服务响应及到达现场的时间：

投标单位： _____（公章）

法定代表人或授权代表人（签字）： _____

日期： 年 月 日

18、商务条款偏离表

项目名称 _____ 项目编号: _____

序号	招标文件 条目号	招标文件的商务 条款	投标文件的商务条款	说明
1				
2				
3				
...				

说明：1、本项目商务条款至少包括：供货期、采购内容、投标保证金响应、投标文件有效期、履约保证金等，投标人必须按招标文件给定的条款填写，否则视为不响应招标。

2、招标文件条目指投标须知所对应项目名称。

3、偏离情况指正偏离、负偏离、无偏离，投标人根据投标响应情况自行填写。

投标单位： _____ (公章)

法定代表人或授权代表人（签字）： _____

日期： 年 月 日

19、售后服务承诺书

供应商根据招标文件中采购需求和评分标准表自行拟定，格式自拟。

投标单位： _____（公章）

法定代表人或授权代表人（签字）： _____

日期： 年 月 日

20、投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书

我公司承诺在_____公开招标活动中，不给予国家工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《政府采购法》、《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

投标单位： _____（公章）

法定代表人或授权代表人（签字）： _____

日期： 年 月 日

21、项目负责人简历表及拟投入本项目主要成员表

1、项目负责人简历表

姓名		年龄		身份证号码	
毕业学校				专业	
学位		职称		职务	
现所在机构或部门				服务时间	
主要经历					
日期	参加过的项目名称	担任何职务		备注	

2、拟投入本项目的主要成员表

序号	姓名	性别	职称	岗位	从事该岗位时间
1					
2					
3					
...					

注：后附人员相关资格证书复印件。

本工程一旦我单位中标，将配备上述项目管理人员。上述填报内容真实，如不真实，将按照有关规定接受处理。

投标单位：_____（公章）

法定代表人或授权代表人（签字）：_____

日期： 年 月 日

22、投标人企业信誉证明文件（如有，提供复印件）；

23、资格认证证书（如有）；

24、投标企业认为有必要提供的声明及文件资料（投标人按招标文件要求自行编制，包括但不限于企业内部管理制度、履约经验、质量保证措施、进度安排、研究方案及对项目的认知等）。

25、技术参数、功能偏离表

项目名称_____ 招标编号：_____

序号	招标文件规格条目号	招标规格	投标规格	偏离	说明
1					
2					
3					
...					

注：与招标文件要求逐条对应填写。

投标单位：_____（公章）

法定代表人或授权代表人（签字）：_____

日期： 年 月 日

26、技术文件

根据采购需求及评分标准版拟定方案，上述内容仅供参考，如有不足，请自行补充提供（验收方案、装卸方案、运输方案、安装方案、调试方案、退换货方案），格式自拟；

投标单位： _____（公章）

法定代表人或授权代表人（签字）： _____

日期： 年 月 日

27、中小企业声明函（如是）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。（若响应文件中无上述文件，则在评审时不考虑对该小、微企业的相关优惠。）

28、节能、环保产品证明（如有）

致：_____（采购人名称）：

现附上_____（节能、环保产品产品目录）_____证明文件（可在_____网站名称_____网站进行查询）复印件，该证件真实有效。

注：节能、环保产品须提供“财政部、国家发展改革委公布的节能、环保产品清单目录”并在有效期内的复印件或影印件，并能在投标人提供的网站上查询到相关内容（未提供查询网站，或在其提供的查询网站上查询不到相关内容的，将不予认可），由投标人加盖公章并注明“与原件一致”。

投标人（加盖公章）：_____

投标人代表（签字）：_____

日期：_____年_____月_____日

29、残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（加盖公章）：_____

投标人代表（签字）：_____

日期： 年 月 日