






单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 
	职称: 
	工作单位: 
项目信息	项目名称: 铁门关市人民医院大型医疗设备维保服务
	供应商名称: 西门子医疗系统有限公司
专业人员论证意见	<p>(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由)</p> <p></p>
专业人员签字	
	2024年10月15日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

## 单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 蒋颖	
	职称: 主任医师	
	工作单位: 第二附属医院	
项目信息	项目名称: 铁门关市人民医院大型医疗设备维保服务	
	供应商名称: 西门子医疗系统有限公司	
专业人员论证意见	<p>(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由)</p> <p>本院论证的西门子设备维保服务, 如更换CT滑环、核磁共振体线圈、DSA平板等大型进口零部件, 需具备高水准维修实力, 拥有进口设备长久宕机, 原具有稳定的售后服务工程师, 技术力量、配件、维保响应时间更有保障, 更能保障设备完好率和维修后的运行质量, 符合单一来源采购需求。</p>	
专业人员签字	蒋颖	2024年10月15日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

## 单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 方婷婷	
	职称: 副主任医师	
	工作单位: 第二师库尔勒医院	
项目信息	项目名称: 铁门关市人民医院大型医疗设备维保服务	
	供应商名称: 西门子医疗系统有限公司	
专业人员论证意见	<p>(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由)</p> <p>本次项目涉及西门子公司高端64排CT、1.5T磁共振、高端数字减影机等设备,以上属于精密影像设备,其硬件更换有严格统一要求,只有原厂提供的全新零部件、专业的工程师、迅速的配件更换速度,才能更好的保障设备及配套性的需求,且数字减影机是治疗型设备,不当维修不但影响手术开展还会造成严重医疗事故,建议采用单一来源方式进行采购。</p>	
专业人员签字	方婷婷	2024年10月15日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。