

新疆生产建设兵团第八师石河子市中心血站

关于石河子市中心血站《血筛 PCR 试剂专用耗材采购项目》使用单一来源采购方式的情况说明

中心血站所采购的血筛 PCR 试剂（药准字试剂）及专用耗材属于专机专用，无法使用第三方厂家生产试剂及耗材。为保证检验结果的准确性只能使用单一来源的采购方式采购本项目，以保证临床用血的安全。

特此说明！

石河子市中心血站

2024 年 4 月 8 日



核酸试剂及耗材 合计: 500597.4

序号	货品名称	规格	单位	数量	单位	控制单价 (元)	小计:	备注
1	乙型肝炎病毒 丙型肝炎病毒 人类免疫缺陷病毒 (I型) 核酸检测试剂盒 (PCR-荧光法) —核酸提取试剂	24个人份/盒	人份	8400	人份	52	436800	表中采购数量暂定为数量,以实际需要量为准。
	乙型肝炎病毒 丙型肝炎病毒 人类免疫缺陷病毒 (I型) 核酸检测试剂盒 (PCR-荧光法) —核酸扩增及质控品试剂							
2	HBV/HCV/HIV-1核酸混合血清标准物质	1.2ml/管	管	150	管	180	27000	
3	1000ulAutoDA枪头 (带滤芯)	1000ul/支	支	9216	支	1.8	16588.8	
4	200ulAutoDA枪头 (带滤芯)	200ul/支	支	6912	支	1.8	12441.6	
5	枪头导出套	48个/箱	个	240	个	7.2	1728	
6	八联排离心管	125条/包	条	0	条	7.2	0	
7	5ml灭菌运输管	5.0ml/个	个	350	个	1.62	567	
8	2.0ml灭菌冻存管	2.0ml/个	个	500	个	0.324	162	
9	200 μl带滤芯枪头	200ul/支	支	0	支	0.54	0	
10	1000 μl带滤芯枪头	1000ul/支	支	0	支	0.54	0	
11	无尘布	21X21	包	10	包	72	720	
12	丁晴手套 (无粉)	100只/盒	盒	0	盒	90	0	
13	塞子	B2-1胶塞, 紫色	个	10000	个	0.459	4590	
14	一次性薄膜手套	100只/包	包	0	包	11.7	0	
	合计						500597.4	

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 阳坤	
	职称: 化验师	
	工作单位: 石河子疾控中	
项目信息	项目名称: 八师石河子市中心血站乙型肝炎病毒 丙型肝炎病毒 人类免疫缺陷病毒(I型)核酸检测试剂盒(PCR-荧光法)及专用耗材项目	
	供应商名称: 广州达安基因股份有限公司	
专业人员论证意见	石河子中心血站检测通道不开放, 只有采购原配套试剂和耗材, 无其他任何同品牌试剂可替代。	
专业人员签字	阳坤	日期: 2024年10月11日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。


附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：陈志刚	
	职称：主任技师	
	工作单位：石河子大学第一附属医院	
项目信息	项目名称：八师石河子市中心血站乙型肝炎病毒丙型肝炎病毒人类免疫缺陷病毒（I型）核酸检测试剂盒（PCR-荧光法）及专用耗材项目	
	供应商名称：广州达安基因股份有限公司	
专业人员论证意见	血站现有达安机型所用试剂必须用该机型相匹配，厂家的无体替代，属于开放专用试剂，根据政府采购办法相关规定，同意单一来源采购。	
专业人员签字	陈志刚	日期 2022年4月1日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：刘晓聪	
	职称：副主任技师	
	工作单位：石河子市人民医院	
项目信息	项目名称：八师石河子市中心血站乙型肝炎病毒 丙型肝炎病毒 人类免疫缺陷病毒（1型）核酸检测试剂盒（PCR-荧光法）及专用耗材项目	
	供应商名称：广州达安基因股份有限公司	
专业人员论证意见	<p>石河子市中心血站检测乙肝、丙肝、HIV核酸的检测项目所使用之提取试剂盒扩增试剂盒试剂耗材均有达安基因试剂提取仪（DA300）、实时荧光定量PCR仪（A71480）设备相匹配。经市场调研，目前只有广州达安基因股份有限公司试剂符合需求。符合单一来源采购需求。建议单一来源招标。</p>	
专业人员签字		日期 2024年4月2日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。