


单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名： 王江涛
	职称： 副主任技师
	工作单位： 新疆生产建设兵团北屯医院
项目信息	项目名称： 石河子市人民医院妇孺科流水线试剂
	供应商名称： 建发致新（乌鲁木齐）医学科技有限公司
专业人员论证意见	<p>迈瑞 M1500 超声仪器的试剂耗材，均为专用配套使用，其他品牌无法替代使用。且无法保证检测精度、准确性及溯源。选择试剂专用可最大程度降低误差，可保证检测结果准确性。建议选择迈瑞试剂。附件检测报告和医疗安全。</p>
专业人员签字	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%; text-align: center;">  </div> <div style="width: 45%; text-align: center;"> 日期：2024 年 <u>8</u> 月 <u>10</u> 日 </div> </div>

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。