


# 单一来源采购方式申请表

申请单位（公章）

经办人：柏晓磊

联系电话：18709936202

2024年8月13日

采购人 (申请单位)	石河子市人民医院		
采购项目 名称	肾病内科血透室血透智能系统扩充点位项目	项目预算 (万元)	24.00
项目概况	<p>(详细列明采购项目所包含的具体货物服务内容及数量，字数较多表格内无法全部列明的可提供附件)</p> <p>肾病内科血透室血透智能系统原有点位为40个，因新院区血透室床位扩充，现需要增加20个点位。</p>		
拟申请唯一 供应商	名称	学透通医疗科技（上海）有限公司	
	地址	上海市静安区恒丰北路100号2308室	
申请单一来源 采购方式的理 由	<p>√1. 因货物或者服务使用不可替代的专利、专有技术，或者公共服务项目具有特殊要求，导致只能从某一特定供应商处采购的；</p> <p><input type="checkbox"/>2. 发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；</p> <p><input type="checkbox"/>3. 必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的；</p> <p><input type="checkbox"/>4. 公开招标过程中提交投标文件或经评审实质性响应招标文件要求的供应商只有一家的（有其他符合资格条件的供应商拟参与投标的除外）。</p>		
主管部门 意见	<p>申请单位的主管预算单位意见：</p> <p>分管领导（签字）：  (公章)</p>		
财政部门 审核意见	<p>审核人： _____ 联系电话： _____ 年 月 日</p>		

填报说明：

- 1、本表中的主管预算单位是指采购人的上级主管部门（一级预算单位）。
- 2、在“申请单一来源采购方式的理由”所列项目前的“□”中选择打“√”。
- 3、本表一式两份填报，申请单位填写（可打印）后加盖公章，经主管预算单位批准后再报送财政部门。
- 4、财政部门审批依据：《政府采购法》、《政府采购法实施条例》、财政部《政府采购非招标采购方式管理办法》、《八师石河子市政府采购非招标采购方式审批管理办法》。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员 信息	姓名：邵闻珠	
	职称： 副教授	
	工作单位： 石河子大学网络与信息中心	
项目信息	项目名称： 肾病内科血透室血透智能系统扩充点位项目	
	供应商名称： 学透通医疗科技（上海）有限公司	
专业人员 论证意见	<p>本次采购是在原有的学透通血液透析管理系统中新增席位设置增加授权，学透通医疗科技（上海）有限公司是唯一授权单位，涉及到：源代码、授权及系统一致性，具有唯一性和不可替代性，建议该项目采用单一来源采购方式，由学透通医疗科技（上海）有限公司承担。</p>	
专业人员 签字	邵闻珠	日期 2014年8月14日

# 单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: <u>王悦</u>
	职称: <u>高级工程师</u>
	工作单位: <u>石河子大学第一附属医院</u>
项目信息	项目名称: <u>肾病内科血透室血透智能系统扩充点位项目</u>
	供应商名称: <u>学透通医疗科技(上海)有限公司</u>
专业人员论证意见	<p><u>(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由)</u></p> <p>由于石河子人民医院肾病内科血透室血透智能系统扩充点位项目是在原有学透通血液透析管理系统中新增床位设置,而学透通医疗科技(上海)有限公司拥有这些产品的著作权及源代码,系统设置床位数增加授权必须由该公司给予,因此必须向该系统产品供应商采购。</p> <p>鉴于以上原因,需用单一来源采购方式采购本货物和服务。</p>
专业人员签字	<u>王悦</u>
	日期 <u>2024</u> 年 <u>8</u> 月 <u>14</u> 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写

## 单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 杨忠洋	
	职称: 主任医师	
	工作单位: 石河子大学第一附属医院	
项目信息:	项目名称: 肾病内科血透室血透智能系统扩充点位项目	
	供应商名称: 学透通医疗科技(上海)有限公司	
专业人员 论证意见	<p style="text-align: center;">(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一 供应商处采购的理由)</p> <p>近年来尿毒症患者快速上升, 血液透析作为尿毒症患者主要的治疗尤为重要。在透析治疗前采集患者透析数据的实时性、准确性有着极高的刚性要求; 同时透析过程中所需监测指标数据丰富, 医护人员既要监测患者生命体征, 也要兼顾透析调节和透析节奏的时间把握。因此, 一套功能强大的信息化管理信息系统成为透析中心的刚需。</p> <p>学透通智慧血透管理系统, 实现对患者上下机管理以及实时监测和数据存储分析, 保证数据采集的准确性和实时性, 大大减轻医护人员工作强度, 提高工作效率。</p> <p>全套血透智慧管理系统均有各自的产品码和源代码, 不能互相替代, 因此床位量的增加, 意味着增加代码的点位数, 建议继续使用学透通智慧血透管理系统供应商采购该产品。</p>	
专业人员签字	杨忠洋	日期 2024年 8 月 15 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写



# 第八师石河子市卫生健康委员会 会议决议承办单

(编号: [2024] 149号)

会议基本信息			
会议名称	第八师石河子市卫生健康委员会党委会		
会议时间	2024年10月12日	会议主持	刘晓晶
会议地点	师市卫健委会议室(10408室)	会议记录	周厚禄
参与人员	彭莉、农谦	应到	4
未到人员	于昕冉(借调兵团巡视组)	未到	1
提交议题单位/科室	健康服务科	责任领导	彭莉
会议决定			
审议通过关于师市总医院使用单一来源方式采购一批信息化建设项目(预算金额149.1万元)的请示。			
承办单位/科室签字			
承办人: 王磊			
承办时间: 2024.10.12			

金鑫

# 石河子市人民医院请示报告单

请示人	金鑫	请示时间	2024-05-08 21:02
请示人所属部门	肾病内科、风湿免疫科 (血透中心)	序号	请示报告-20240508-51
请示事件	有关肾病内科血透室血透智能系统扩充点位的请示		
附件	有关肾病内科血透室血透智能系统扩充点位的请示.doc 21.5K 2024-05-08 21:02		
处理部门	柏晓磊		
处理部门意见	经了解，该项目去年没有做预算，为今年新增采购需求。经过与学透通公司沟通，其公司给予1.2万元/床位的价格扩充床位，20张床位合计24万元。 经我科在“医疗机构采购支持平台”查询，该公司新增点位价格普遍为1.2万元，最低一家为1.15万元，且一次购买了91张床位。 请相关部门审核。 信息科/柏晓磊 2024-05-10 13:42:19		
相关科室意见	情况属实，目前血透共计59台设备，属于单一来源谈判，妥否，请领导指示。 设备科办公室/范健 2024-05-10 19:01:34  预算外开支。 会计室/贺娇 2024-05-10 16:24:55		
处理部门复审意见	请张院审核。 信息科/柏晓磊 2024-05-10 19:39:50		
分管领导阅签	同意，下半年增加预算项目。 院领导/张永军 2024-05-10 19:55:13		
主要领导阅签	提交办公会 院领导/刘成刚 2024-05-13 11:47:51		
	经2024年5月15日院长办公会研究：同意使用单一来源的采购方式扩充血透智能系统点位，再提交党委会研究决定。		

<b>会议研究决定</b>	经2024年5月15日党委会研究：同意使用单一来源的采购方式扩充血透智能系统点位。  医院办公室  2024年5月16日  医院办公室/戚慧询 2024-05-16 13:11:50
<b>办理结果</b>	请招标办按流程办理。  会计室/范峰叠 2024-05-16 13:48:00

## 有关肾病内科血透室血透智能系统扩充点位的请示

院领导：

肾病内科血透室血透智能系统原有点位为 40 台，因新院区血透室床位扩充，现需要增加 20 个点位，预计费用约 24 万。

妥否？请批示。

肾病内科、风湿免疫科

金鑫

2024 年 5 月 8 日