

附件：

## 单一来源采购公示

### 一、项目信息

采购人：石河子市人民医院

项目名称：石河子市人民医院采购全自动化学发光测定仪试剂

拟采购的货物或服务的说明：石河子市人民医院采购全自动化学发光测定仪试剂

拟采购的货物或服务的预算金额：2,999,880 元

采用单一来源采购方式的原因及说明：医院检验科所使用的基蛋MAGICL6000全自动发光测定仪是封闭试剂，其他品牌试剂无法满足使用。

### 二、拟定供应商信息

名称：新疆乾禾铂悦商贸有限公司

地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区天柱山街28号天鹅湖社区303

公示时间：2024年11月8日至2024年11月14日(公示期限不得少于5个工作日)

### 四、其他补充事宜：无

### 五、联系方式

1. 采购人：石河子市人民医院

联系人：刘雨婷

联系地址：新疆省石河子市北一路411号石河子市人民医院

联系电话： 18509939072

2. 财政部门

联系人： 程丰

联系地址： 新疆生产建设兵团第八师财政局

联系电话： 0993-2068632

3. 采购代理机构(如有)

联系人：         

联系地址：         

联系电话：         

## 六、 附件

专业人员论证意见（见附件）

# 关于石河子市人民医院单一来源采购全自动化学发光测定仪试剂的说明

医院检验科所使用的基蛋 MAGICL6000 全自动发光测定仪，目前市面同类化学发光分析仪所用的试剂均为专机专用，无其他品牌可以替代，故采用单一来源方式采购。

特此说明！



# 单一来源采购方式专业人员论证意见表

专业人员信息	姓 名	马秀子
	职 称	主任医师
	工作单位	新疆医科大学附属医院
项目信息	项目名称	第八师石河子市总医院检验科采购化学发光分析仪配套试剂
	供应商名称及联系方式	新疆乾禾铂悦商贸有限公司 王键宗：13999983983
专业人员论证意见	<p>急诊科快速检测试剂具有标本先进性，在急诊检验方面有不可替代的优势。配套试剂耗材和定标品俱备，形成完整的检测体系。同时配套试剂由我所自主研发，目前化学发光分析仪是检验行业比较先进的检测仪器。从专业角度出身为急诊检测的结果，TAT高，降本增效。</p>	
专业人员签字	马秀子	日期：2024年10月11日

注：每位参与论证专家必须本着公平、公正的原则，手工填写论证意见。

# 单一来源采购方式专业人员论证意见表

专业人员信息	姓名	高婷	
	职称	副高	
	工作单位	新疆儿童医院	
项目信息	项目名称	第八师石河子市总医院检验科采购化学发光分析仪配套试剂	
	供应商名称及联系方式	新疆乾禾铂悦商贸有限公司 王键宗：13999983983	
专业人员论证意见	<p>行业中化学发光各厂家产品大部分拥有专利或专有技术，所以为当地原有仪器设备的一致性或必须配套使用的要求，应选择单一来源采购。现阶段该设备大多适用于急诊检测，在胸痛指南中也明确指出心肌标志物检测结果为20min以内。该设备出检测结果时间12min左右，具有领先性、单一性。为避免使用其他试剂造成检测时间加长，影响急诊科室对临床病患的诊疗时机，在使用设备配套试剂。</p>		
专业人员签字	高婷	日期：2024年10月11日	

注：每位参与论证专家必须本着公平、公正的原则，手工填写论证意见。

# 单一来源采购方式专业人员论证意见表

专业人员信息	姓名	牛莉莉	
	职称	副高	
	工作单位	昌吉州人民医院	
项目信息	项目名称	第八师石河子市总医院检验科采购化学发光分析仪配套试剂	
	供应商名称及联系方式	新疆乾禾铂悦商贸有限公司 王键宗：13999983983	
专业人员论证意见	<p>根据医院实际设备使用情况：                      医院使用设备情况：型号为MAGLICK6000的小型全自动发光测定仪。现阶段由于检验技术在同类产品下还未达到高层次水平，无法做到全通道开放，基本均是发光试剂专用。同时该设备兼容样本类型较多，包含：血清、血浆、末梢血、全血、尿液等，其中尤其是全血检测具有HCT功能，只有使用配套试剂才能进行检测。因此医院可以按照该型号设备进行采购。</p>		
专业人员签字	牛莉莉	日期：2024年10月11日	

注：每位参与论证专家必须本着公平、公正的原则，手工填写论证意见。