

政府采购 竞争性谈判文件

采购项目名称：都兰县紧密型健康服务共同体2025
年医疗服务与保障能力提升项目

政府采购编号：青海骁驰竞谈（货物）2025-112

采 购 人：都兰县紧密型健康服务共同体

采购代理机构：青海骁驰项目管理有限公司

目 录

第一部分 谈判邀请	4
第二部分 谈判须知	8
一、说明	8
1. 适用范围	8
2. 采购人及代理机构	8
3. 供应商的资格要求	8
4. 谈判费用	8
二、谈判文件	9
5. 谈判文件的组成	9
6. 谈判文件的澄清或者修改	9
7. 谈判文件的询问或质疑	9
三、响应文件	10
8. 一般要求	10
9. 报价要求	10
10. 保证金	11
11. 响应文件的组成	12
12. 响应文件有效期	13
13. 响应文件的签署及规定	13
四、响应文件的递交	14
14. 响应文件的密封和标记	14
15. 响应文件的递交与接收	14
16. 响应文件的补充、修改或者撤回	14
五、响应文件的评审与谈判	14
17. 谈判小组	15
18. 响应文件审查	16
19. 谈判程序	16
20. 澄清	17
21. 退出谈判	18
22. 最终报价	18
23. 确定成交供应商	18
24. 重新评审	19
25. 谈判终止	19
26. 串通情形认定及处理	20
六、成交结果信息公布与授予合同	21
27. 成交信息的公布与通知	21
28. 授予合同	21
29. 履约验收	22
七、询问与质疑	22
30. 对采购过程、结果的询问及质疑	22
八、政府采购政策	23
31. 政府采购政策	23

九、其他规定	24
32. 代理服务费	24
十、其 他	24
第三部分 采购需求	25
十一、响应说明	25
十二、重要指标	25
项目概况及技术参数	26
第四部分 谈判响应文件格式	26
十三、谈判响应文件的组成	54
(一) 资格审查部分	54
(二) 有效性、完整性、响应程度审查部分	54
十四、谈判响应文件	55
青海省政府采购项目	55
格式 1: 响应函	56
格式 2: 法定代表人证明书	55
格式 3: 法定代表人授权书	58
格式 4: 供应商承诺函	59
格式 5: 供应商诚信承诺书	60
格式 6: 供应商资格证明文件	61
格式 7: 财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明	62
格式 8: 无重大违法记录声明	63
格式 9: 谈判保证金证明	64
格式 10: 谈判首次报价表	66
格式 11: 分项报价表	67
格式 12: 技术规格响应表	68
格式 13: 具备履行合同所必须的设备和专业技术能力证明材料	69
格式 14: 投标产品相关资料	70
格式 15: 投标供应商的业绩证明材料	71
格式 16: 供应商认为在其他方面有必要说明的事项	72
格式 17: 享受政府采购政策优惠的证明资料	73
格式 18.1: 中小企业声明函	74
格式 18.2: 中小企业(监狱企业)声明函	75
格式 19: 残疾人福利性单位声明函	76
格式 20: 最终报价表	77
格式 21: 最终分项报价表	78
第五部分 青海省政府采购项目合同书范本	79
青海省政府采购项目合同书	79
合同通用条款	84

第一部分 谈判邀请

青海骁驰项目管理有限公司（以下均简称“采购代理机构”）受都兰县紧密型健康服务共同体（以下均简称“采购人”）委托,拟对都兰县紧密型健康服务共同体 2025 年医疗服务与保障能力提升项目,采购项目编号：青海骁驰竞谈（货物）2025-112 进行国内竞争性谈判，现予以公告，欢迎潜在的供应商参加本次政府采购活动。

采购项目名称	都兰县紧密型健康服务共同体2025年医疗服务与保障能力提升项目
采购项目编号	青海骁驰竞谈（货物）2025-112
采购方式	竞争性谈判
采购预算额度	800000.00元（其中包一：400000.00元，包二：400000.00元）
最高投标限价	800000.00元（其中包一：400000.00元，包二：400000.00元）
项目分包个数	1个包
供应商资格条件	1、符合《中华人民共和国政府采购法》第22条及政府采购法实施条例第17条的规定并提供下列材料： （1）投标供应商的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。 （2）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 （3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 （4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 （5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 2、经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消谈判资格。（附“信用中国”网站“下载信用信息报告”栏中的法人和其他组织信用信息，时间为谈判文件响应截止时间前10天内）； 3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同

	供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，取消谈判资格； 4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动； 5、本次采购要求投标供应商为生产商的，须具备有效的医疗器械生产许可证和所投产品的医疗器械注册证或备案凭证；投标供应商为代理商的，营业执照内须包含相关货物的经营范围，具备有效的医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证及所投产品的医疗器械注册证或备案凭证。
是否接收联合体形式	本项目不接受供应商以联合体方式进行谈判。
进口产品	本项目 <u>拒绝</u> （接受/拒绝）进口产品参加谈判采购。
谈判文件的实质性变动内容	允许根据谈判工作实际情况，对___/___内容进行实质性修改（包括技术、服务和合同条款）。
公告发布时间	<u>2025年7月7日</u> （北京时间）
文件发售起止时间	<u>2025年7月8日</u>至<u>2025年7月10日</u>（北京时间） 上午：<u>00时00分</u>至<u>12时00分</u>下午：<u>12时00分</u>至<u>23时59分</u>（午休、节假日除外）
获取方式	政采云线上报名，具体方式请咨询线上电子化交易系统；咨询电话：政采云400-811-7190。《青海省政府采购网》下载采购文件。（提示：请潜在供应商报名前务必完成网上企业注册及CA锁办理等手续；具体操作详见附件操作指南）。
文件售价	<u>0.00</u> 元（谈判文件售后不退，谈判资格不能转让）
文件发售地点	政采云平台线上获取：供应商登录政采云平台 https://www.zcygov.cn/ 在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

购买谈判文件时应提供的材料	供应商营业执照副本复印件、法定代表人授权书（参考采购文件格式3）扫描（均需盖章）上传到系统内。
采购人名称、地址、电话、联系人	采购人：都兰县紧密型健康服务共同体 联系人：赵老师 联系电话：0977-8233681 联系地址：青海省海西蒙古族藏族自治州都兰县察汗乌苏镇和平街7号
采购代理机构及联系人电话	采购代理机构：青海骁驰项目管理有限公司 联系人：祁女士 电话：0971-5165338 电子邮箱：xctendering@163.com 联系地址：青海省西宁市城中区香格里拉8号21号楼8-172室
保证金	<u>包一：8000.00元</u> <u>包二：8000.00元</u> 开户银行： <u>青海银行城中支行</u> 收款账号： <u>1001201000300115</u> 交付方式：谈判保证金应当以转账、支票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。供应商未按照谈判文件要求提交谈判保证金的，谈判无效。 交纳时间：投标及开标截止前，以银行到账时间为准。
响应文件有效期	自谈判提交响应文件截止之日起不少于60天
响应文件的递交截止时间	2025年7月11日下午14时30分（（北京时间））
开启时间及谈判地点	请登录政采云客户端进行线上投标 青海省西宁市城中区香格里拉8号21号楼8-172室
财政部门指定的媒体	《青海省政府采购网》、《青海省电子招标投标公共服务平台》
政策功能	对于提供节能、环保标志产品，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节

	能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。对属于小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位的供应商，按照国家相关规定给予10%的价格扣除。
其他规定	1、本次招标采用线上提交响应文件的方式进行评审，线上响应文件必须在响应文件递交截止时间前上传政采云平台。 2、若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云(https://www.zcygov.cn/)，点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。CA问题联系电话(人工)：天谷CA400-087-8198。 3、公告期限：自青海省政府采购网发布之日起3个工作日；公告内容以青海省政府采购网发布的为准，本公告同时在青海省电子招投标公共服务平台发布。
财政监管部门及电话	单位名称：都兰县财政局 联系电话：0977-8232061

青海骁驰项目管理有限公司
2025年7月7日

第二部分 谈判须知

一、说明

1. 适用范围

1.1 本竞争性谈判文件仅适用于前述【谈判邀请】中所叙述的采购项目。

2. 采购人及代理机构

2.2 采购人名称、地址、电话、联系人见【谈判邀请】。

2.3 采购代理机构名称、地址、电话、联系人、邮箱见【谈判邀请】。

3. 供应商的资格要求

3.1 供应商是指响应谈判文件要求、参加竞争性谈判采购的法人、其他组织或者自然人。

3.2 供应商应当符合【谈判邀请】规定的供应商资格条件。

3.3 【谈判邀请】规定接受联合体形式的，供应商除应符合上述资格条件的规定外，还应遵守以下规定：

(1) 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

(2) 联合体各方应按谈判文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务、合同工作量比例；

(3) 联合体各方签订联合体协议书后，不得再单独参加或者与其他供应商组成新的联合体参加同一合同项下的采购活动。

4. 谈判费用

无论谈判的结果如何，供应商应自行承担所有与竞争性谈判采购活动有关的全部费用。

二、谈判文件

5. 谈判文件的组成

5.1 谈判文件由下列文件组成：

- (1) 谈判邀请
- (2) 谈判须知
- (3) 采购需求
- (4) 谈判响应文件格式
- (5) 政府采购项目合同书范本

5.2 采购人、采购代理机构或者谈判小组在提交首次响应文件截止之日前对已发出的谈判文件进行的澄清或者修改，构成谈判文件的组成部分。

5.3 谈判文件中，谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容见【谈判邀请】。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分。

6. 谈判文件的澄清或者修改

6.1 在提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改。

6.2 澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日 3 个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足 3 个工作日的，顺延供应商提交首次响应文件截止时间。

7. 谈判文件的询问或质疑

7.1 供应商对谈判文件有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

7.2 提出质疑的供应商应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定，对谈判文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起 7 个工作日内，按照法律法规及其规章的规定向采购人、采购代理机构书面提出质疑。

7.3 供应商认为谈判文件使自己的权益受到损害的,应以书面形式提出质疑(不接受匿名质疑),供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

三、响应文件

8. 一般要求

8.1 供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容,按谈判文件的要求编制响应文件,并保证所提供的全部资料的真实性,以使其响应文件对谈判文件做出实质性的响应。任何对谈判文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由,其风险由供应商承担。

8.2 供应商提交的响应文件及供应商与采购人或采购代理机构、谈判小组就有关谈判的所有来往函电均使用中文。附有外文资料的,须翻译成中文并加盖供应商公章,若翻译的中文资料与外文资料存在差异和矛盾,则以中文资料为准。其准确性由供应商负责。

8.3 除谈判文件中另有规定外,谈判响应文件所使用的度量衡单位,均须采用国家法定计量单位。未列明时应默认为我国法定计量单位。

8.4 响应文件应采用电子文档上传形式,电报、传真、电子邮件、书面形式的响应文件概不接受。

8.5 供应商应按谈判文件中提供的响应文件格式进行填写。

9. 报价要求

9.1 供应商应当根据谈判文件“分项报价表”逐一报价;

9.2 在首次报价表、分项报价表、最终报价表填写报价时应注意下列要求:

(1) 采购需求要求的安装、调试、培训、售后服务及其他附加服务的费用。

(2) 所有根据合同或其他原因应由供应商缴纳和支付的税款和费用。

(3) 供应商报价应为完成本竞争性谈判文件中所要求的货物/服务/工程所应包括

内容的所有价格。

9.3 供应商的每次报价均不得超过采购项目预算，否则视为无效响应。采购项目预算见【谈判邀请】。

9.4 供应商提交的最终报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应而被拒绝。

9.5 谈判报价为总价。供应商须按要求填写谈判总报价，最终报价不得出现两个或两个以上的报价方案。

9.6 报价币种为人民币。

10. 保证金

10.1 竞争性谈判供应商须在谈判截止期前按以下要求缴纳谈判保证金
谈判保证金：

包一：8000.00 元（大写：捌仟元整）；

包二：8000.00 元（大写：捌仟元整）；

收款单位：青海骁驰项目管理有限公司

开 户 行：青海银行城中支行

银行账号：1001201000300115

交纳时间：投标及开标截止前，以银行到账时间为准。（在附言中备注项目名称）

如采购项目变更开标时间，则保证金交纳时间相应顺延。

10.2 供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者共同缴纳保证金，其缴纳的保证金，对联合体各方均具有约束力。

10.3 保证金的退还按以下规定办理：

（1）成交供应商的保证金，在政府采购合同签订后 5 个工作日内退还，但因供应商自身原因导致无法退还的除外。

(2) 未成交供应商的保证金，在中标通知书发出后 5 个工作日内退还。

(3) 终止竞争性谈判采购活动的，在发布项目终止公告后 5 个工作日内退还。

10.4 有下列情形之一的，保证金不予退还，并上缴同级财政国库：

(1) 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

(2) 供应商在响应文件中提供虚假材料的；

(3) 除因不可抗力或谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

(4) 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

(5) 谈判文件规定的其他情形。

11. 响应文件的组成

11.1 响应文件包括下列内容：

供应商应提交相关证明材料，作为其参加谈判和成交后有能力履行合同的证明。编写的谈判响应文件须包括以下内容（格式详见谈判文件第四部分内容）：

11.1.1 资格审查部分

1、响应函

2、法定代表人证明书

3、法定代表人授权书

4、供应商承诺函

5、供应商诚信承诺书

6、供应商资格证明文件

7、财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明

8、无重大违法记录声明

9、谈判保证金证明

11.1.2 有效性、完整性、响应程度审查部分

10、谈判首次报价表

11、分项报价表

12、技术规格响应表

13、具备履行合同所必须的设备和专业技术能力证明

14、投标产品相关资料

15、投标供应商的类似业绩证明材料

16、供应商认为在其他方面有必要说明的事项

17、享受政府采购政策优惠的证明资料

18、中小企业声明函、中小企业（监狱企业）声明函

19、残疾人福利性单位声明函

20、最终报价表

21、最终分项报价表

供应商须按上述内容、顺序和格式编制响应文件，并按要求编制目录、页码，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。

11.2 在谈判过程中，供应商根据谈判小组要求提交的最终报价是响应文件的有效组成部分。

12. 响应文件有效期

响应文件有效期见【谈判邀请】在此期间响应文件对供应商具有法律约束力，从提交首次响应文件截止时间之日起计算。响应文件有效期不足的将被视为无效响应。

13. 响应文件的签署及规定

13.1 响应文件应按谈判文件要求签字盖章。供应商代表可为供应商法定代表人（非法人组织为负责人或合伙人、个体工商户为负责人，谈判文件统称单位负责人）；供应

商代表不是供应商的法定代表人（单位负责人）的，应提供法定代表人（单位负责人）授权委托书。

13.2 供应商应按照谈判文件所提供的文件格式，分别填写谈判文件第四部分的内容，应分别注明所提供项目的名称、技术参数要求、价格等内容；谈判文件要求签字、盖章的地方必须由供应商的法定代表人或委托代理人签字、盖章。

四、响应文件的递交

14. 响应文件的密封和标记

14.1 本项目采用在线电子评审，对响应文件的密封不作要求。按“投标供应商须知前附表”注明的时间、地址上传。

14.2 如果投标供应商未按第 13.1-13.2 条要求将谈判响应文件上传，采购代理机构对误投或过早启封概不负责。

14.3 投标供应商以邮寄、电报、电话、传真形式投标的，采购代理机构概不接受。

15. 响应文件的递交与接收

供应商应在【谈判邀请】规定的时间和地点提交响应文件。在截止时间后送达的响应文件为无效文件，采购人、采购代理机构或者谈判小组拒收逾期送达的响应文件。

16. 响应文件的补充、修改或者撤回

供应商在谈判截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分，补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

五、响应文件的评审与谈判

17. 谈判小组

17.1 竞争性谈判小组由采购人代表和评审专家共3人组成(3人以上单数组成),其中评审专家2名(评审专家人数不得少于竞争性谈判小组成员总数的2/3)。采购人不得以评审专家身份参加本采购项目的评审。谈判小组评审专家从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。

17.2 谈判由采购代理机构负责组织,具体谈判事务由依法组建的谈判小组负责,并独立履行下列职责:

- (1) 确认谈判文件;
- (2) 审查供应商的响应文件并作出评价;
- (3) 要求供应商对谈判文件有关事项作出澄清或者说明;
- (4) 编写评审报告;
- (5) 确定成交候选人名单,以及根据采购人委托直接确定成交供应商;
- (6) 告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

17.3 谈判小组应遵守并履行下列义务:

- (1) 遵纪守法,客观、公正、廉洁地履行职责;
- (2) 按照谈判文件规定的成交方法评审,对评审意见承担谈判小组成员责任;
- (3) 对谈判响应文件、谈判情况和谈判中获悉的国家秘密、商业秘密保密;
- (4) 参与评审报告的起草;
- (5) 配合采购人、采购代理机构答复供应商提出的质疑;
- (6) 配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

17.4 谈判小组成员有下列情形之一的,应当回避:

- (1) 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系;
- (2) 参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事;
- (3) 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人;

(4) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系;

(5) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

18. 响应文件审查

18.1 谈判小组应当对响应文件进行评审, 并根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。

18.2 在对供应商进行审查时, 存在下列情况之一的, 按无效处理:

- (1) 不符合谈判文件第一部分谈判邀请“供应商资格条件”的;
- (2) 未按第 11.1 (1-15) 款要求提供相关资料的;
- (3) 响应文件没有按谈判文件规定和要求签字、盖章的;
- (4) 谈判有效期不能满足谈判文件要求的;
- (5) 谈判报价超过谈判文件规定的采购预算额度的;
- (6) 所提供产品的技术规格、技术标准不符合采购项目要求的;
- (7) 谈判响应文件含有采购人不能接受的附加条件的;
- (8) 响应文件不满足谈判文件实质性要求和条件的;
- (9) 谈判小组认为应按无效谈判处理的其他情况;
- (10) 法律、法规规定的其他情形。

19. 谈判程序

19.1 在谈判过程中, 谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判, 负责审议所有通过资格条件供应商的谈判响应文件, 给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。供应商应派其代表参加谈判。在谈判过程中谈判的任何一方不得向他人透露与谈判有关的技术资料、价格或其他信息。

19.2 在谈判过程中, 谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动技术标准

及要求中的技术参数以及合同草案条款,但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容,须经采购人代表确认,谈判小组将以书面形式将修改内容同时通知所有参加谈判的供应商。

19.3 供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件,并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的,应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的,应当由本人签字并附身份证明。

19.4 响应文件中首次报价表内的报价为首次报价,根据技术、服务等满足谈判文件要求的情况,供应商可进行二次报价。

19.5 谈判小组认为供应商的最终报价明显低于其他通过有效性、完整性、响应程度审查供应商的报价,有可能影响产品质量或者不能诚信履约的,应当要求其在谈判现场合理的时间内提供书面说明,必要时提交相关证明材料;供应商不能证明其报价合理性的,谈判小组应当将其作为无效谈判处理。

19.6 谈判工作在有关部门的监督下依法开展,任何单位和个人不得非法干预、影响谈判工作和谈判结果。

20. 澄清

20.1 谈判小组在对响应文件(包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件)的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查时,可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

20.2 供应商的澄清、说明或者更正响应文件应当采用电子文档形式进行上传,由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的,应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的,应当由本人签字并附身份证明,供应商的澄清、说明或者更正不得超出谈判文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

21. 退出谈判

供应商在提交最终报价之前,可以根据谈判情况退出谈判,并由法定代表人或其授权代表签字或加盖公章书面通知采购人、采购代理机构或者谈判小组。采购人、采购代理机构按规定退还退出谈判的供应商的保证金。

22. 最终报价

22.1 谈判结束后,符合谈判文件规定的实质性要求和条件的供应商不少于3家的,谈判小组应当要求符合谈判文件规定的实质性要求和条件的供应商在规定时间内提交最终报价。最终报价应由供应商代表签字或者加盖供应商单位公章。

22.2 谈判文件不能详细列明采购需求的要求,需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的,谈判结束后,谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案,并要求其在规定时间内提交最终报价。

22.3 最终报价的评审

(1) 最终报价出现大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准。

(2) 需落实政府采购政策的,按相关规定进行价格扣除。

22.4 最终报价如果高于其响应文件中的首次报价的,以最终报价为准。

22.5 采购人、采购代理机构在按规定公布供应商的最终报价前,不得公开供应商的技术资料、价格和其他信息。

22.6 若最终报价时出现最低价相同的情形,谈判小组应召集报价相同的供应商进行再次报价(或直接提出成交候选人)(由采购人、代理机构自主选择)。

23. 确定成交供应商

23.1 谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中,按照最终报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人,并编写评审报告。供应商最终报价涉及算术修正、需落实政府采购政策的,按上款规定由低到高顺序排序。

23.2 谈判小组应当根据评审记录和评审结果编写评审报告。评审报告应当由谈判小组全体人员签字认可。谈判小组成员对评审报告有异议的,按照少数服从多数的原则推荐成交候选人,采购程序继续进行。对评审报告有异议的谈判小组成员,应当在报告上签署不同意见并说明理由,由谈判小组书面记录相关情况。谈判小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的,视为同意评审报告。

23.3 采购代理机构应当在评审结束后 2 个工作日内将评审报告送采购人确认。

23.4 采购人应当在收到评审报告后 5 个工作日内,从评审报告提出的成交候选人中,根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最终报价最低的原则确定成交供应商,也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。

23.5 采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的,视为确定评审报告提出的最终报价最低的供应商为成交供应商。

24. 重新评审

24.1 除资格审查认定错误和价格计算错误外,采购人、采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。

24.2 采购人、采购代理机构发现谈判小组未按照谈判文件规定的评定成交标准进行评审的,应当重新开展采购活动,并同时书面报告同级财政部门。

25. 谈判终止

25.1 出现下列情形之一的,采购人、采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动,在指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因,重新开展采购活动:

(1) 因情况变化,不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的;

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的;

(3) 在采购过程中符合谈判要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的,或者提交最终报价的供应商少于 3 家的;

(4) 因重大变故，采购任务取消的。

26. 串通情形认定及处理

26.1 供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者谈判小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。

26.2 有下列情形之一的，成交无效，对供应商依照《政府采购法》第七十七条的规定追究法律责任：

(1) 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；

(2) 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

(3) 供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

(4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

(5) 供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；

(6) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

(7) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

26.3 有下列情形之一的，视为供应商串通，其响应无效：

(1) 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

(2) 不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜；

(3) 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(4) 不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

(5) 不同供应商的响应文件相互混装；

(6) 不同供应商的保证金从同一单位或者个人的账户转出。

六、成交结果信息公布与授予合同

27. 成交信息的公布与通知

27.1 代理机构应自确定成交供应商之日起 2 个工作日内在青海政府采购信息网上公告成交结果，同时向成交供应商发出《中标通知书》。中标通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

27.2 成交结果公告应当包括以下内容：

- (1) 采购人和采购代理机构的名称、地址和联系方式；
- (2) 项目名称和项目编号；
- (3) 成交供应商名称、地址和成交金额；
- (4) 主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求；
- (5) 谈判小组成员名单。

27.3 《中标通知书》发出后，采购人不得违法改变采购结果，成交供应商无正当理由不得放弃。

28. 授予合同

28.1 谈判文件、成交供应商的响应文件及其补充的响应文件、中标通知书等均为签订政府采购合同的依据。

28.2 采购人与成交供应商双方应当自《中标通知书》发出之日起 30 日内，按照谈判文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

28.3 采购人不得向成交供应商提出超出谈判文件以外的任何要求作为订立合同的条件，不得与成交供应商订立背离谈判文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

28.4 采购人或采购代理机构应当自采购合同签订之日起2个工作日内,将采购合同在青海省政府采购网上公告,但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

29. 履约验收

29.1 履约保证金:本项目须缴纳5%的履约保证金。

29.2 采购人或者采购代理机构应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收,并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

29.3 采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

29.4 采购人应当加强履约管理,并按照采购合同约定,及时向成交供应商支付采购资金。对于成交供应商违反采购合同约定的行为,采购人应当及时处理,依法追究其违约责任。

29.5 采购人、采购代理机构应当建立真实完整的谈判档案,妥善保存谈判的相关资料。

七、询问与质疑

30. 对采购过程、结果的询问及质疑

30.1 供应商对政府采购过程、结果有疑问的,可以向采购人、采购代理机构提出询问。

30.2 参与所质疑项目的供应商认为采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的,可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内,以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

30.3 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

八、政府采购政策

31. 政府采购政策

31.1 节能产品、环境标志产品的采购：

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

31.2 价格评审优惠：

（1）供应商为小型、微型企业，且提供本企业生产的货物或者提供其他小型、微型企业生产的货物，价格按相关规定给予 10%-20%的价格折扣，用扣除后的价格参与评审。本项目所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；

（2）接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或多家小微企业分包的采购项目，对于联合体协议或者分包意向协议约定小微企业的协议金额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或大中型企业的报价给予 4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审；

（3）监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

31.3 供应商同时符合小型、微型企业及监狱企业、残疾人福利性单位要求的，评审时只有一种类型享受价格评审优惠政策；

31.4 响应文件符合本章前款规定的，供应商应提供相关证明资料，且所提供资料必须真实可信。如有虚假，将依法承担相应责任。

31.5 进口产品是指符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）和《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）文件规定的

产品。除【谈判邀请】另有规定外，采购项目接受进口产品参加谈判。本款规定同意购买进口产品的，不限制满足谈判文件要求的国内产品参与谈判竞争。

九、其他规定

32. 代理服务费

32.1收取对象：成交供应商

32.2收取金额：在领取中标通知书前向采购代理机构缴纳。

包一：6000元；包二：6000元。

说明：根据《关于进一步放开建设项目专项业务服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）规定，实行市场调节价，应严格遵守《价格法》、《关于商品和服务实行明码标价的规定》等法律法规的规定，由采购人和采购代理机构共同确定合理的收费金额。

十、其他

其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规的有关条款执行。

第三部分 采购需求

十一、响应说明

1. 供应商可以按照谈判文件规定的包号选择响应,但必须对所响应包号中的所有内容作为一个整体进行响应,不能拆分或少报,如有缺项、漏项,其响应无效。
2. 供应商必须如实填写“项目需求及技术参数表”,在响应产品“技术参数”栏中列出所响应产品的具体技术参数、指标;如果与谈判文件中提供的产品直接复制谈判文件“技术参数”内容的,按无效响应处理。
3. 谈判内容中未特别标注为“原装进口”字样的产品,供应商必须提供国产产品;标注为“原装进口”字样的产品,供应商应该提供进口产品,但如果因信息不对称等原因,仍有满足采购需求的国内产品要求参与采购竞争的,可以提供国产产品,并且按照公平竞争原则实施采购。
4. 所提供产品或其任何一部分不得侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权。

十二、重要指标

1. 谈判文件在技术参数中列出了采购人可以接受的最低技术指标,供应商必须对“项目概况及技术参数表”中各项产品和指标进行实质性响应,所推荐的每一项产品在性能上不能低于所列的各项指标。否则,响应无效。
2. 交货时间:合同签订后 15 个工作日内交货完成。
3. 交货地点:都兰县紧密型健康服务共同体指定地点。
4. 付款方式:甲乙双方签订合同前,乙方向甲方支付 5%的履约保证金,甲乙双方签订合同后,待货物到达交货地点,并由甲方验收合格后,由甲方向乙方支付合同总价的 100%,5%的履约保证金自动转为质量保证金,质量保证金自项目验收之日起壹年且产品无质量问题后付清。
5. 质保期:1 年。
6. 其他:所投设备的金额不可超出设备的单项预算金额,否则视为无效投标。

十三、项目概况及技术参数

包一：

预算金额：400000.00 元

宗加镇卫生院医疗设备			
序号	设备名称	数量	单价(元)
1	离心机	1 台	8000
2	便携式彩超机	1 台	300000
3	移动式紫外线灯	2 台	1000
4	手功能训练仪	2 台	1500
5	平衡杠	1 台	1500
6	助行器	2 台	750
7	二道微量注射泵	1 台	20000
8	轮椅	2 台	500
9	颈椎牵引椅	2 台	15000
10	抢救推车	1 台	10000
11	智能体检机	1 台	23000

一、离心机技术参数

数量：1 台

- 1、触摸面板、数码显示，操作简便。
- 2、采用微机控制、直流无刷电机，转速控制精度高。
- 3、自动计算 RCF 值，具有 RCF/rpm 转换键，最短加/减速时间 20/25s。
- 4、采用特殊的减震器（三级减震），减震效果良好，具有自动平衡功能。
- 5、机械门锁，简单耐用。故障报错，自动停机。
- 6、10 档升降速（0 档为自由停车），10 种自定义工作模式。
- 7、最高转速：4000r/min。
- 8、最大相对离心力：2250×g。
- 9、最大容量：6×50ml。
- 10、显示类型：数码显示。
- 11、时间控制：0sec-99min。
- 12、电机功率：直流无刷电机 150W。
- 13、转速精度：±20rpm。
- 14、噪音：≤50 dB(A)。
- 15、电源：DC220V/110V 50Hz 2A。
- 16、外形尺寸：≥485×320×255mm（LxWxH）。
- 17、重量：≥23Kg。

二、便携式彩超机技术参数

数量：1 台

- 1、设备名称：便携式彩色多普勒超声波诊断仪
- 2、设备用途说明：主要用于腹部、妇产、心脏、泌尿、外周血管、小器官、肌肉骨骼、神经、术中，介入等方面的临床诊断。
- 3、主要规格及系统概述：
 - 3.1 数字化二维灰阶成像单元。
 - 3.2 数字化彩色多普勒单元。
 - 3.3 数字化频谱多普勒显示和分析单元。
 - 3.4 数字化能量血流成像单元。
 - 3.5 全数字式波束形成器。
 - 3.6、B 模式/ CFM / PWD 模式分别独立角度偏转功能。
 - 3.7 两种组织谐波成像模式，可用于全部 2D 探头和 4D 探头，谐波频率明确显示，可视可调。
 - 3.8 高清晰斑点噪音抑制技术。
 - 3.9 空间复合成像技术。
 - 3.10 系统动态范围 $\geq 280\text{dB}$ ，2dB 逐级调节，数值明确显示。
 - 3.11 支持跟踪对比技术，可将不同日期，不同时间、不同病人图像进行同屏对比显示，支持不同探头图像、动静态图像同屏对比显示，便于疾病的归类统计示教，且所对比的左右两幅图像大小一致，并可进行图像处理和测量注释。
 - 3.12 梯形成像、凸型扩展功能。
 - 3.13 全屏放大显示功能。
 - 3.14 Zoom 局部放大功能。
 - 3.15 双幅实时成像，成像大小不变。
 - 3.16 ≥ 8 个焦点可调。
 - 3.17 实时双同步、三同步。
 - 3.18 自动优化。
 - 3.19 具备穿刺引导，并具备三种引导方式。
 - 3.20 支持 Needle enhancement 穿刺增强技术，根据不同的进针角度，适时调节声束的角度，增强组织与穿刺针的显示能力，提高穿刺的准确性和成功率。(请提供双幅对比

证明图片)

3.21 原始数据处理功能, 数据储存后, 可对回放的常规图像进行 20 种参数调节。

3.22 自动 workflow, 可根据医生习惯自定义检查规范, 减少重复操作, 并具备智能化操作流程编辑功能, 如: 自动注释、体标(体标上探头的位置和方向)等, 提高扫查效率。

3.23 测量和分析: (B 型、M 型、频谱多普勒、彩色模式)

3.23.1 一般测量。

3.23.2 急诊、肾内、麻醉、重症、肌骨测量包。

3.23.3 妇、产科测量包, 支持产科自动测量。

3.23.4 血管测量包。

3.23.5 泌尿科测量与分析, 支持膀胱自动测量。

3.23.6 肾脏测量包。

3.23.7 容积测量包。

3.23.8 多普勒血流测量与分析。

3.23.9 自动多普勒血流测量与分析。

3.23.10 客户自定义测量。

3.24 图像存储与(电影)回放重现单元。

3.25 输入/输出信号:

3.25.1 输入: 音频。

3.25.2 输出: DVI、音频。

3.26 连通性: AVI, VRD, 可支持 DICOM3.0, 医学数字图像格式(DICOM 可以作为中央服务器远程读取、调入、存储图像)。

3.27 图像管理与记录装置:

3.27.1 超声图像存档与病案管理系统。

3.27.2 硬盘 $\geq 120\text{GB}$ 。

3.27.3 一体化原始数据的简帖版可以存储和回放动态及静态图像以往图像与当前图像同屏对比显示。

3.27.4 DVD - RW。

3.27.5 ≥ 2 个 USB 接口, 可一键快速将图像存储至 USB、硬盘, 无需其他格式转换操作,

无需进入病人档案或系统设置。

3.27.6 客户报告系统。

四、技术参数及要求：

4.1 系统通用功能：

4.1.1 ≥ 15 英寸高分辨率液晶监视器。

4.1.2 ≥ 8 英寸电容操作触摸屏，可进行滑动翻页，并可在触摸屏上进行注释和体表图操作。

4.1.3 支持触摸屏参数、功能布局界面任意移动，实现专属定制

4.1.4 触摸屏可手写画图、手动圈注、手写标记示教，方便远程诊断、学生带教等场景进行互动交流

4.1.5 整机重量 $\leq 4\text{Kg}$ 。

4.2 探头规格：

4.2.1 探头可与同品牌部分型号台式机通用。

4.2.2 探头数量：2 个(浅表探头，腹部凸阵探头,)。

4.2.3 同品牌三探头接口台车一辆，拉杆箱一个

4.2.4 频率：宽频带或变频探头，所有探头及所有模式有明确的工作频率显示，实现二维、彩色、多普勒频率独立可调，基波中心频率可选择 ≥ 4 种，谐波频率可选 ≥ 4 种，多普勒可选不同频率 ≥ 3 种。

4.2.5 探头频率最高可达 16MHz，可在屏幕上显示。（请提供证明图片）

4.2.6 凸阵探头频率范围 2-5MHZ，线阵探头频率范围 6-16MHZ，相控阵探头频率范围 2-5MHZ，腔内探头频率范围 4-9MHZ。

4.2.7 振子：凸阵探头有效振子数 ≥ 128 振子。

4.2.8 相控阵探头角度 $\geq 120^\circ$ 。

4.2.9 探头可配穿刺导向装置。

4.3 二维灰阶显像主要参数：

4.3.1 扫描速率：凸阵探头，全视野，18cm 深度时，帧速率 ≥ 30 帧/秒。（请提供证明图片）

4.3.2 扫描线：每帧线密度 ≥ 512 超声线。

4.3.3 发射声束聚焦：连续聚焦。

- 4.3.4 接收方式：多倍信号并行处理。
- 4.3.5 数字式声束形成器：数字式全程动态连续聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D $\geq 12\text{bit}$ 。
- 4.3.6 回放重现：回放时间 ≥ 1000 秒。
- 4.3.7 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，并可以图形化标志显示选择界面，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节。
- 4.3.8 增益调节：B/M 可独立调节，TGC 分段调节。
- 4.3.9 最大显示深度 $\geq 38\text{cm}$ 。（请提供证明图片）
- 4.4 频谱多普勒：
- 4.4.1 方式：脉冲波多普勒：PWD
- 4.4.2 PWD：最高测量速度 $\geq 9\text{m/s}$ 。最低测量速度 $\leq 1\text{mm/s}$ (非噪声信号)。
- 4.4.3 显示方式：B/PWD、B/CF+PWD。
- 4.4.4 取样宽度及位置范围：宽度 0.5mm 至 30mm。
- 4.4.5 显示控制：反转显示(左/右；上/下)零移位。
- 4.4.6 频谱自动跟踪与测量。
- 4.5 彩色多普勒：
- 4.5.1 显示方式：速度方差显示、能量显示，速度显示、方差显示。
- 4.5.2 具有双同步 / 三同步显示(B/PW/CF、B/PW/PDI)。
- 4.5.3 彩色模式下支持彩色立体血流显示功能（提供线阵探头临床图片证明）
- 4.5.4 彩色显示帧频：凸阵探头、最大角度，18cm 深时，彩色显示帧频 ≥ 15 帧/秒。
- 4.5.5 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围： $-20^{\circ} \sim +20^{\circ}$ 。
- 4.5.6 显示控制：零位移动分 12 级、黑/白与彩色比较、彩色对比。
- 4.5.7 彩色多普勒能量图，彩色方向性能量图。
- 4.5.8 彩色显示速度：最低平均血流显示速度 $\leq 1\text{cm/s}$ （非噪声信号）。
- 五、备件、资料及其它。
- 5.1 备件：为保证设备正常运行，卖方存入所有必须的备件，并保证 10 年以上的供应期。
- 5.2 资料。
- 5.2.1 卖方须向买方提供操作手册一套。

5.2.2 卖方须向买方提供设备的运行、安装、使用环境要求。

5.3 技术服务。

5.3.1 在货物到达使用单位后，卖方应在 7 天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。

5.3.2 设备安装后，医院按国家标准进行质量验收，并有权委托有资格的第三方对上述仪器进行精度校核。

六、技术培训要求。

6.1 现场培训：卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。

6.2 集中培训：根据设备技术要求，可向买方提供使用和维修技术人员培训。

三、移动式紫外线灯技术参数

数量：2 台

含双灯管，紫外线波长为 253.7A，电源电压 220V50Hz，功率为 2*30W，灯臂调节角度 0-180 度。采用双灯管结构，也可单独使用，灯臂角度可以调节。不用时可垂放，关上保护门，以免灯管破坏，又能保持灯管清洁。定时器可以在 120 分钟内定时控制消毒时间，定时器工作完毕会自行断路而灯管熄灭。

1. 紫外线波长为 253.7A，电源电压 220V50Hz，功率为 2*30W，灯臂可以调节，调节角度 0-180 度。
2. 采用双灯管结构，也可单独使用，不用时可垂放，关上保护门，以免灯管破坏，又能保持灯管清洁。
3. 传动部位采用内置式分离结构，使用高强度韧性工程塑料，具有耐氧化，抗辐射，使用寿命长等特点。
4. 灯架部分线束采用新型内置排线，定位灯脚座，解决间距不固定，易变形的问题。
5. 定时器可以在 120 分钟内定时控制消毒时间，定时器工作完毕会自行断路而灯管熄灭。

四、手功能训练仪技术参数

数量：2 台

1. 规格：架子 $\geq 500 \times 150 \times 520\text{mm}$ ，小平板 $\geq 300 \times 300 \times 80\text{mm}$ ，大平板 $\geq 600 \times 400 \times 110\text{mm}$ 。
2. 用途：改善手指对指功能，提高手的协调性、灵活性，还可用于手的感觉功能练习。
3. 材质：实木、多层板。
4. 结构形式：底座、手柄。

五、平衡杠技术参数

数量：1 台

- 1、规格：3500×1150×800～1250mm，允差±15mm。
- 2、矫正板坡度：15°。
- 3、杠杆直径：Φ38mm。
- 4、杠杆宽度调节范围：340～600mm，允差±20mm。
- 5、额定载荷：≥135kg。
- 6、用途：借助上肢帮助进行步态训练，矫正行走中的足外翻、髌外展，增加行走的稳定性。适合于骨关节、神经系统疾病患者及老年人的步态练习。
- 7、材质：型材、多层板、橡胶、地板革。
- 8、结构形式：底架、扶手、矫正板。

六、助行器技术参数

数量：2 台

1. 总长度：最长 590mm。
2. 主要材料： 铝合金管表面氧化。
3. 总宽： $\geq 500\text{mm}$ 。
4. 总高： $\geq 910\text{mm}$ 。
5. 调节范围： 780~900mm。
6. 适用人群：适用于残疾或行动不便者等人时。
7. 净重量： $\geq 3.2\text{kg}$ 。
8. 排直承重：动载不超过 100kg。

七、二道微量注射泵技术参数

数量：1 台

1. 注射速度设定范围 (ml/h)

50ml/60ml 注射器：0.1-100，最小步进数 0.1

20ml 注射器：0.1-100，最小步进数 0.1

10ml 注射器：0.1-100，最小步进数 0.1

2. 注射平均速度精度： $\geq \pm 3\%$

3. 注射量预置范围 (ml) 0-9999.9 最小步进数 0.1

4. 注射量误差： $\pm 2\%$

5. 快速推注速度 (ml/h) 及误差

50ml/60ml 注射器： $200 \pm 10\%$

20ml 注射器： $100 \pm 10\%$

10ml 注射器： $100 \pm 10\%$

6. 阻塞报警值

高：20ml、50ml： $90\text{Kpa} \pm 30\text{Kpa}$

10ml： $100\text{Kpa} \pm 30\text{Kpa}$

低：20ml、50ml： $50\text{Kpa} \pm 30\text{Kpa}$

10ml： $70\text{Kpa} \pm 30\text{Kpa}$

7. KVO 流速：0.1ml/h ± 0.02 ml/h

8. 功能：具有丸剂/快排功能。

9. 报警功能

阻塞报警、暂停超时报警、电池电量低报警、接近完成报警、注射完成报警、接近推空报警、管路推空报警、规格识别错误报警、推柄装卡错误报警、电路故障报警、电池耗尽报警、电池故障报警，自动消除注射器推柄和注射泵推柄之间的间隙。

八、轮椅技术参数

数量：2 台

- 1、侧面全椅尺寸： $\geq 94.5\text{cm}$
- 2、侧面座椅尺寸： $\geq 40\text{cm}$
- 3、座宽： $\geq 46\text{cm}$
- 4、正面全椅尺寸： $\geq 62.5\text{cm}$
- 5、座高： $\geq 50\text{cm}$
- 6、背垫高： $\geq 46\text{cm}$
- 7、整个轮椅高： $\geq 88\text{cm}$
- 8、折叠后尺寸宽度： $\geq 27\text{cm}$

九、颈椎牵引椅技术参数

数量：2 台

- 1、电源电压：AC220V $\pm$ 22V 50HZ $\pm$ 1HZ。
- 2、额定输入功率：75VA。
- 3、颈椎牵引力：0~300N 连续可调。
- 4、颈椎牵引行程：0~300mm。
- 5、牵引总时间：0~99min 连续可调。
- 6、持续牵引时间：0~9min 连续可调。
- 7、间歇牵引时间：0~9min 连续可调。
- 8、牵引力自动补偿功能。
- 9、具备牵引力过大自动保护功能。
- 10、具备通过手动按钮调整牵引力大小的功能，且可做牵引前的自动预拉紧功能。
- 11、配备颈部固定装置，可在牵引过程中对颈椎实行稳定保护作用。

十、抢救推车技术参数

数量：1 台

1. 外形尺寸： $\geq 850\text{mm} \times 520\text{mm} \times 940\text{mm}$
2. 整体组合拼装式，结构新颖、实用；
3. 车身配有 1 只脚踏开盖式污物桶、1 只针头处理器、1 个活动抽板、1 只透明文件盒、1 只氧气瓶挂架、1 套电源插座、1 个仪器支架、1 套四钩输液架，1 个小药盒，2 个中药盒，1 个大药盒。
4. 脚踏开盖式污物桶：采用 ABS 塑钢材质注塑成型制作，外形圆滑平顺，脚踏开盖灵活、方便，双桶方便垃圾区分。注：此脚踏开盖式污物桶于 2014 年获国家实用新型专利。
活动抽板（写字板）：隐藏式副工作台，有效延展工作台面使用空间。
5. 四钩输液架：304#优质不锈钢， $\phi 22\text{mm}$ ，其特点是轻松操作即可达到输液高度，任意调节，操作方便，四爪头挂钩。
6. 小药盒： $558\text{mm} \times 408\text{mm} \times 63\text{mm}$ (可自由分格)
7. 中药盒： $558\text{mm} \times 408\text{mm} \times 125\text{mm}$ (可自由分格)
8. 大药盒： $558\text{mm} \times 408\text{mm} \times 195\text{mm}$ (可自由分格)
9. 工作台面为 ABS 工程塑料，模具注塑一次成型，夹层结构，材料抗腐蚀抗撞击，不起皮，不掉粉，不浸色，表面美观，经久耐用，手感舒适。不锈钢围栏高度为 45mm，可防止物品滚落，便于清洁。
10. 车体内装有五层抽屉，1 只小号抽屉（屉高 70mm）、2 只中号抽屉（屉高 140mm）、1 只大号抽屉（屉高 280mm）；
11. 抽屉滑道采用三节式静音滑道，有自锁功能，活页采用排版式活页，抽拉时静音、平稳、无倾斜、无下垂等现象。
12. 抽屉主要由抽屉面板、抽屉框架、抽屉塑料药盘和活动分格板组成；大、中、小三种药盘均能移出使用；
13. 脚轮采用优质 ≥ 5 寸双面豪华高强度静音万向轮，脚轮内置轴承滑动，可防杂物缠绕，负载强度高，推行灵活、耐磨损、无噪音，其中两只带刹，踏板采用高分子材料通过模具加工工艺一次成型，刹车性能稳定可靠，整车移动灵活。

十一、智能体检机技术参数

数量：1 台

操作方式	自助操作，≥10.2 寸液晶触摸屏，测量过程人机互动，语音动画视频引导检测人员自主完成健康体检。触屏操作，并提供现场打印体检结果服务。
通讯方式	提供 RS232 接口，可选配 WiFi/蓝牙等无线接口，可与第三方系统数据通信
体重测量方式	中航高精度桥式平衡梁式压力传感器，灵敏度高，测量快速精准，耐疲劳，寿命长
体重测量范围	1-500kg 分度值：0.1kg
身高测量方式	超声波探头测高，不受外界环境影响，测量精度高，站位靠前靠后都可以精准识别，实时双温度补偿。
身高测量范围	0-210cm 分度值：0.1cm
体型指数	通用体型指数(BMI)，自动计算，提示体型（偏瘦、正常、偏胖、肥胖）
血压测量	臂筒式电子血压计，支持测量左右臂血压，柯式音法全自动测量伸缩压及舒张压、心率 范围：血压：0-299mmHg(0-39.9kpa) 脉搏：40-180times/min 精度：压力：±3mmHg（±0.4kpa）内 脉搏数：±5% 臂桶直径 17-42cm
旋转血压计底托	血压计可根据测量人员姿态上下 10° 左右 90° 左右旋转\上下旋转。让用户姿态舒适，体验感更好，测量值更精准，具备一种可旋转血压计安装结构专利证书

脂肪率测量	人体电阻法精准测量脂肪量、脂肪率、基础代谢量、 体水分量、体水分率、肌肉量、肌肉率、蛋白质量、蛋白质率、 骨盐重量、去脂体重、细胞内液量、细胞内液率、细胞外液量、细胞外液率，内脏脂肪等级，骨量等多种健康信息，手握脂肪把手，即可测量，操作简单，使用方便。 身体脂肪率：5.0%-50% 分度值：0.5%
血氧测量	指夹式血氧仪检测人体血氧饱和度 范围：35%-100%（95%-99%正常状态）
体温测量	设备机身内置测温装置（非外挂体温枪），专业人体红外线测温芯片，无需接触人体表面，自动测量体温，实时监测环境温度，温度补偿，误差值不超过±0.2 度 体温范围：34℃-43℃ 分度值：0.1℃ 测量距离 1-5cm
视力色盲测量	国际标准视力表，通过点击触摸屏操作，检测左右眼视力，检测色盲及疑似色盲。
外观	设备机头部分搭载三个暖色灯箱，独特视觉效果，打造舒适体检环境，让体检人员放松舒缓的进入体检状态。
双系统配置	设备操作系统可根据用户单位实际需求，自行切换操作模式，如：按照流程顺序逐个功能依次检测，或：主屏幕自助选择检测项目。
打印功能	高速热敏易装打印机，实现自动打印，换纸方便，打印身高体重 BMI, 健康小贴士和体重正常范围等多种信息，还可设置打印医疗卫生单位名称。例如：某某医院，祝您身体健康！
自动语音播报	清晰语音报出测量结果，实时引导测量。
数据推送	测量数据可微信扫码实时推送至手机端，生成健康体检报告，方便用户及时了解自身体质状况。

电源电压	采用 AC100V-240V/12V 直流电源，输入宽电压适合电压不稳定地区
消耗功率	$\leq 10\text{W}$
工作环境	$-10^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$
外形尺寸	$\geq 61(\text{L}) \times 43(\text{W}) \times 240(\text{H})\text{cm}$

包二:

预算金额: 400000.00 元

香日德镇卫生院医疗设备			
序号	设备名称	数量	单价(元)
1	便携式彩超机	1 台	300000
2	抢救推车	2 台	10000
3	高压灭菌蒸汽锅	1 个	20000
4	便携式胎心监护仪	2 台	20000
5	二道微量注射泵	1 台	20000

一、便携式彩超机技术参数

数量：1 台

- 1、设备名称：便携式彩色多普勒超声波诊断仪
- 2、设备用途说明：主要用于腹部、妇产、心脏、泌尿、外周血管、小器官、肌肉骨骼、神经、术中，介入等方面的临床诊断。
- 3、主要规格及系统概述：
 - 3.1 数字化二维灰阶成像单元。
 - 3.2 数字化彩色多普勒单元。
 - 3.3 数字化频谱多普勒显示和分析单元。
 - 3.4 数字化能量血流成像单元。
 - 3.5 全数字式波束形成器。
 - 3.6 B 模式/ CFM / PWD 模式分别独立角度偏转功能。
 - 3.7 两种组织谐波成像模式，可用于全部 2D 探头和 4D 探头，谐波频率明确显示，可视可调。
 - 3.8 高清晰斑点噪音抑制技术。
 - 3.9 空间复合成像技术。
 - 3.10 系统动态范围 $\geq 280\text{dB}$ ，2dB 逐级调节，数值明确显示。
 - 3.11 支持跟踪对比技术，可将不同日期，不同时间、不同病人图像进行同屏对比显示，支持不同探头图像、动静态图像同屏对比显示，便于疾病的归类统计示教，且所对比的左右两幅图像大小一致，并可进行图像处理和测量注释。
 - 3.12 梯形成像、凸型扩展功能。
 - 3.13 全屏放大显示功能。
 - 3.14 Zoom 局部放大功能。
 - 3.15 双幅实时成像，成像大小不变。
 - 3.16 ≥ 8 个焦点可调。
 - 3.17 实时双同步、三同步。
 - 3.18 自动优化。
 - 3.19 具备穿刺引导，并具备三种引导方式。
 - 3.20 支持 Needle enhancement 穿刺增强技术，根据不同的进针角度，适时调节声束的角度，增强组织与穿刺针的显示能力，提高穿刺的准确性和成功率。(请提供双幅对比

证明图片)

3.21 原始数据处理功能,数据储存后,可对回放的常规图像进行 20 种参数调节。

3.22 自动 workflow,可根据医生习惯自定义检查规范,减少重复操作,并具备智能化操作流程编辑功能,如:自动注释、体标(体标上探头的位置和方向)等,提高扫查效率。

3.23 测量和分析:(B 型、M 型、频谱多普勒、彩色模式)

3.23.1 一般测量。

3.23.2 急诊、肾内、麻醉、重症、肌骨测量包。

3.23.3 妇、产科测量包,支持产科自动测量。

3.23.4 血管测量包。

3.23.5 泌尿科测量与分析,支持膀胱自动测量。

3.23.6 肾脏测量包。

3.23.7 容积测量包。

3.23.8 多普勒血流测量与分析。

3.23.9 自动多普勒血流测量与分析。

3.23.10 客户自定义测量。

3.24 图像存储与(电影)回放重现单元。

3.25 输入/输出信号:

3.25.1 输入:音频。

3.25.2 输出:DVI、音频。

3.26 连通性:AVI,VRD,可支持 DICOM3.0,医学数字图像格式(DICOM 可以作为中央服务器远程读取、调入、存储图像)。

3.27 图像管理与记录装置:

3.27.1 超声图像存档与病案管理系统。

3.27.2 硬盘 $\geq 120\text{GB}$ 。

3.27.3 一体化原始数据的简帖版可以存储和回放动态及静态图像以往图像与当前图像同屏对比显示。

3.27.4 DVD - RW。

3.27.5 ≥ 2 个 USB 接口,可一键快速将图像存储至 USB、硬盘,无需其他格式转换操作,

无需进入病人档案或系统设置。

3.27.6 客户报告系统。

四、技术参数及要求：

4.1 系统通用功能：

4.1.1 ≥ 15 英寸高分辨率液晶监视器。

4.1.2 ≥ 8 英寸电容操作触摸屏，可进行滑动翻页，并可在触摸屏上进行注释和体表图操作。

4.1.3 支持触摸屏参数、功能布局界面任意移动，实现专属定制

4.1.4 触摸屏可手写画图、手动圈注、手写标记示教，方便远程诊断、学生带教等场景进行互动交流

4.1.5 整机重量 $\leq 4\text{Kg}$ 。

4.2 探头规格：

4.2.1 探头可与同品牌部分型号台式机通用。

4.2.2 探头数量：2 个(浅表探头，腹部凸阵探头,)。

4.2.3 同品牌三探头接口台车一辆，拉杆箱一个

4.2.4 频率：宽频带或变频探头，所有探头及所有模式有明确的工作频率显示，实现二维、彩色、多普勒频率独立可调，基波中心频率可选择 ≥ 4 种，谐波频率可选 ≥ 4 种，多普勒可选不同频率 ≥ 3 种。

4.2.5 探头频率最高可达 16MHz，可在屏幕上显示。（请提供证明图片）

4.2.6 凸阵探头频率范围 2-5MHZ，线阵探头频率范围 6-16MHZ，相控阵探头频率范围 2-5MHZ，腔内探头频率范围 4-9MHZ。

4.2.7 振子：凸阵探头有效振子数 ≥ 128 振子。

4.2.8 相控阵探头角度 $\geq 120^\circ$ 。

4.2.9 探头可配穿刺导向装置。

4.3 二维灰阶显像主要参数：

4.3.1 扫描速率：凸阵探头，全视野，18cm 深度时，帧速率 ≥ 30 帧/秒。（请提供证明图片）

4.3.2 扫描线：每帧线密度 ≥ 512 超声线。

4.3.3 发射声束聚焦：连续聚焦。

- 4.3.4 接收方式：多倍信号并行处理。
- 4.3.5 数字式声束形成器：数字式全程动态连续聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D $\geq 12\text{bit}$ 。
- 4.3.6 回放重现：回放时间 ≥ 1000 秒。
- 4.3.7 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，并可以图形化标志显示选择界面，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节。
- 4.3.8 增益调节：B/M 可独立调节，TGC 分段调节。
- 4.3.9 最大显示深度 $\geq 38\text{cm}$ 。（请提供证明图片）
- 4.4 频谱多普勒：
- 4.4.1 方式：脉冲波多普勒：PWD
- 4.4.2 PWD：最高测量速度 $\geq 9\text{m/s}$ 。最低测量速度 $\leq 1\text{mm/s}$ (非噪声信号)。
- 4.4.3 显示方式：B/PWD、B/CF+PWD。
- 4.4.4 取样宽度及位置范围：宽度 0.5mm 至 30mm。
- 4.4.5 显示控制：反转显示(左/右；上/下)零移位。
- 4.4.6 频谱自动跟踪与测量。
- 4.5 彩色多普勒：
- 4.5.1 显示方式：速度方差显示、能量显示，速度显示、方差显示。
- 4.5.2 具有双同步 / 三同步显示(B/PW/CF、B/PW/PDI)。
- 4.5.3 彩色模式下支持彩色立体血流显示功能（提供线阵探头临床图片证明）
- 4.5.4 彩色显示帧频：凸阵探头、最大角度，18cm 深时，彩色显示帧频 ≥ 15 帧/秒。
- 4.5.5 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围： $-20^{\circ} \sim +20^{\circ}$ 。
- 4.5.6 显示控制：零位移动分 12 级、黑/白与彩色比较、彩色对比。
- 4.5.7 彩色多普勒能量图，彩色方向性能量图。
- 4.5.8 彩色显示速度：最低平均血流显示速度 $\leq 1\text{cm/s}$ （非噪声信号）。
- 五、备件、资料及其它。
- 5.1 备件：为保证设备正常运行，卖方存入所有必须的备件，并保证 10 年以上的供应期。
- 5.2 资料。
- 5.2.1 卖方须向买方提供操作手册一套。

5.2.2 卖方须向买方提供设备的运行、安装、使用环境要求。

5.3 技术服务。

5.3.1 在货物到达使用单位后，卖方应在 7 天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。

5.3.2 设备安装后，医院按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收。买方有权委托中国有资格的单位对上述仪器进行精度校核。

六、技术培训要求。

6.1 现场培训：卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。

6.2 集中培训：根据设备技术要求，可向买方提供使用和维修技术人员培训。

二、抢救推车技术参数

数量：2 个

1. 外形尺寸：≥850mm×520mm×940mm
2. 整体组合拼装式，结构新颖、实用；
3. 车身配有 1 只脚踏开盖式污物桶、1 只针头处理器、1 个活动抽板、1 只透明文件盒、1 只氧气瓶挂架、1 套电源插座、1 个仪器支架、1 套四钩输液架，1 个小药盒，2 个中药盒，1 个大药盒。
4. 脚踏开盖式污物桶：采用 ABS 塑钢材质注塑成型制作，外形圆滑平顺，脚踏开盖灵活、方便，双桶方便垃圾区分。注：此脚踏开盖式污物桶于 2014 年获国家实用新型专利。
活动抽板（写字板）：隐藏式副工作台，有效延展工作台面使用空间。
5. 四钩输液架：304#优质不锈钢， $\phi 22\text{mm}$ ，其特点是轻松操作即可达到输液高度，任意调节，操作方便，四爪头挂钩。
6. 小药盒：558mm×408mm×63mm(可自由分格)
7. 中药盒：558mm×408mm×125mm(可自由分格)
8. 大药盒：558mm×408mm×195mm(可自由分格)
9. 工作台面板为 ABS 工程塑料，模具注塑一次成型，夹层结构，材料抗腐蚀抗撞击，不起皮，不掉粉，不浸色，表面美观，经久耐用，手感舒适。不锈钢围栏高度为 45mm，可防止物品滚落，便于清洁。
10. 车体内装有五层抽屉，1 只小号抽屉（屉高 70mm）、2 只中号抽屉（屉高 140mm）、1 只大号抽屉（屉高 280mm）；
11. 抽屉滑道采用三节式静音滑道，有自锁功能，活页采用排版式活页，抽拉时静音、平稳、无倾斜、无下垂等现象。
12. 抽屉主要由抽屉面板、抽屉框架、抽屉塑料药盘和活动分格板组成；大、中、小三种药盘均能移出使用；
13. 脚轮采用优质 5 寸双面豪华高强度静音万向轮，脚轮内置轴承滑动，可防杂物缠绕，负载强度高，推行灵活、耐磨损、无噪音，其中两只带刹，踏板采用高分子材料通过模具加工工艺一次成型，刹车性能稳定可靠；整车移动灵活。

三、高压灭菌蒸汽锅技术参数

数量：1 个

手轮平移式快开结构：具有干燥功能优质不锈钢材料微电脑自动控制，任意设定灭菌参数安全联锁装置数码显示，触摸式按键配有标准测试接口自涨式密封 自动保护功能：超温保护；超压保护；低水位保护，防干烧不锈钢内筒(或网篮)灭菌结束蜂鸣器提醒，自动停机自动排放冷空气，灭菌结束自动排放蒸汽

技术参数

容积：≥35L

功率：2.5kw

电压：AC 220V、50HZ

设计压力：0.25MPa

额定工作压力：0.22MPa

额定工作温度：134℃

灭菌温度选择范围：116℃-134℃

灭菌时间选择范围：4~120min

灭菌室容积：Φ300 x 500

内筒尺寸：≥Φ280 x 400

外形尺寸：≥400 x 436 x 840

四、便携式胎心监护仪

数量：2 台

1. 监护参数：胎心率（FHR），宫缩压力（TOCO），胎动（FM）；
2. 多晶片 1MHz 超声胎心探头，超声波束声强： $I_{ob} < 1 \text{ mW/cm}^2$ ，胎心率范围：30~240bpm
分辨率：1bpm，精度： $\pm 2\text{bpm}$ ；
3. 无凸点设计的宫缩探头，0-100 相对单位，分辨率 1，非线性误差 $\leq \pm 10\%$ ，归零方式：
自动/手动；
4. 探头 IPX8 防水等级；
5. 探头可在水下 1.1m 工作 24 小时，支持水中分娩，需提供相应检测报告说明；
6. 宫缩压探头采用防水透气设计，不受水压和温度变化影响，确保 TOCO 测量的精准性，
需提供相应的证明文件；
7. 胎动：手动/自动胎动检测，显示并打印胎儿活动图；
8. ≥ 5.6 英寸高清 TFT 液晶屏， 90° 角度内任意翻转；
9. 多种监护界面，显示胎儿监护曲线及数字，支持大字体显示；
10. 监护曲线显示支持 30 ~ 240（美标）和 50 ~ 210（国际）两种标准；
11. 一体化探头架设计，支持挂墙放置探头、移动放置探头；
12. 隐藏式提手，方便移动；
13. 内置式 152mm（或 150mm）宽行打印，符合国际标准，连续准确记录胎心率、宫缩压
14. 曲线及胎儿活动曲线；
15. 打印机走纸速度 1、2、3cm/min 可调，支持缺纸缓存打印，选段打印和定时长打印
功能，定时时长范围：10-90min；
16. 胎心率报警范围可调，当胎心率过缓或过速时自动报警，报警内容中文显示，报警
持续时间可调；
17. 具有超声传感器信号质量指示功能，以得到准确和稳定的胎心参数值和曲线。

五、二道微量注射泵技术参数

数量：1 台

1. 注射速度设定范围 (ml/h)

50ml/60ml 注射器： 0.1-100，最小步进数 0.1

20ml 注射器： 0.1-100，最小步进数 0.1

10ml 注射器： 0.1-100，最小步进数 0.1

2. 注射平均速度精度： $\geq \pm 3\%$

3. 注射量预置范围 (ml) 0-9999.9 最小步进数 0.1

4. 注射量误差： $\pm 2\%$

5. 快速推注速度 (ml/h) 及误差

50ml/60ml 注射器： $200 \pm 10\%$

20ml 注射器： $100 \pm 10\%$

10ml 注射器： $100 \pm 10\%$

6. 阻塞报警值

高： 20ml、50ml： $90\text{Kpa} \pm 30\text{Kpa}$

10ml： $100\text{Kpa} \pm 30\text{Kpa}$

低： 20ml、50ml： $50\text{Kpa} \pm 30\text{Kpa}$

10ml： $70\text{Kpa} \pm 30\text{Kpa}$

7. KVO 流速： 0.1ml/h ± 0.02 ml/h

8. 功能： 具有丸剂/快排功能。

9. 报警功能

阻塞报警、暂停超时报警、电池电量低报警、接近完成报警、注射完成报警、接近推空报警、管路推空报警、规格识别错误报警、推柄装卡错误报警、电路故障报警、电池耗尽报警、电池故障报警，自动消除注射器推柄和注射泵推柄之间的间隙。

第四部分 谈判响应文件格式

十三、谈判响应文件的组成

（一）资格审查部分

- 1、响应函
- 2、法定代表人证明书
- 3、法定代表人授权书
- 4、供应商承诺函
- 5、供应商诚信承诺书
- 6、供应商资格证明文件
- 7、财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明
- 8、无重大违法记录声明
- 9、谈判保证金证明

（二）有效性、完整性、响应程度审查部分

- 10、谈判首次报价表
- 11、分项报价表
- 12、技术规格响应表
- 13、具备履行合同所必须的设备和专业技术能力证明
- 14、投标产品相关资料
- 15、投标供应商的类似业绩证明材料
- 16、供应商认为在其他方面有必要说明的事项
- 17、享受政府采购政策优惠的证明资料
- 18、中小企业声明函、中小企业（监狱企业）声明函
- 19、残疾人福利性单位声明函
- 20、最终报价表
- 21、最终分项报价表

十四、谈判响应文件

青海省政府采购项目 谈判响应文件

（资格审查部分）

采购项目编号：青海骁驰竞谈（货物）2025-112

采购项目名称：都兰县紧密型健康服务共同体 2025 年医疗服务与
保障能力提升项目

投标包号：

供应商名称：

单位名称：_____（公章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）

年 月 日

格式 1：响应函

响 应 函

致：青海骁驰项目管理有限公司

我们收到 _____（项目名称及编号）谈判文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表供应商（供应商名称、地址）提交谈判响应文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、我方已详阅谈判文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2、若在响应文件发出后，我方在响应文件有效期_____内撤回或成交后不签约的，谈判保证金将被贵方没收。

3、我方同意按照贵方要求提供与谈判有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4、与本次竞争性谈判有关的一切正式往来通信请寄：

地址：_____ 邮编：_____

电话：_____ 传真：_____

法定代表人姓名：_____ 职务：_____

单位名称：_____（公章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）

年 月 日

格式 2：法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：青海骁驰项目管理有限公司

_____(法定代表人姓名)_____现任我单位_____职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：_____年龄：_____民族：_____

地址：_____

身份证号码：_____

附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件，身份证双面扫描（或复印）件上面须由法定代表人签字。

单位名称：_____（公章）

法定代表人：_____（签字）

年 月 日

格式 3：法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：青海骁驰项目管理有限公司

(供应商名称)系中华人民共和国合法企业，法定地址_____。

(法定代表人姓名)特授权(委托代理人姓名)代表我单位全权办理针对项目的谈判、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

授权期限：自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。

被授权人联系电话：_____

被授权人（委托代理人）签字：_____ 职务：_____

授权人（法定代表人）签字：_____ 职务：_____

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件，身份证双面扫描（或复印）件上面须由被授权人签字。

单位名称：_____（公章）

法定代表人：_____（签字）

年 月 日

格式 4：供应商承诺函

供应商承诺函

致：青海骁驰项目管理有限公司

关于贵方_____年__月__日_____（项目名称及编号）采购项目，本签字人愿意参加谈判，提供采购一览表中要求的所有产品，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（供应商名称），在此作如下承诺：

- 1、完全理解和接受谈判文件的一切规定和要求；
- 2、若成交，我方将按照谈判文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时交货，提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现质量、数量出现问题，我方一定尽快更换或补退货，并承担相应的经济责任；
- 3、我方保证甲方在使用该产品或其任何一部分时，不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉，若有违反，愿承担相应的一切责任。
- 4、我方承诺，除谈判文件中规定的优质产品外，所投的产品均为国产产品，且均符合国家强制性标准。若有不实，愿承担相应的责任。
- 5、在整个谈判过程中我方若有违规行为，贵方可按谈判文件之规定给予处罚，我方完全接受。
- 6、若成交，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

单位名称：_____（公章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）

年 月 日

格式 5：供应商诚信承诺书

供应商诚信承诺书

致：青海骁驰项目管理有限公司

为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

1、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的供应商平等参加政府采购活动。

2、参加青海骁驰项目管理有限公司组织的政府采购活动时，严格按照谈判文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假响应，不虚列业绩。

3、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

4、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

5、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名（加盖单位公章和法定代表人签名）反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

6、认真履行成交供应商应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对供应商的相关处理。

本承诺是采购项目谈判响应文件的组成部分。

单位名称：_____（公章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）

年 月 日

格式 6：供应商资格证明文件

供应商资格证明文件

资格证明材料包括：提供有效的营业执照、开户许可证、税务登记证、机构代码证或三证（五证）合一统一社会信用代码证及其他资格证明文件（扫描或复印件）。

1、企业法人需提交“统一社会信用代码的营业执照”，未换证的提交“营业执照、组织机构代码证、税务登记证”；事业法人需提交“统一社会信用代码的事业单位法人证书”，未换证的提交“事业单位法人证书或组织机构代码证”；其他组织需提交“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”，未换证的提交“社会团体法人登记证书”或“民办非企业单位登记证书”或“基金会法人登记证书”和“组织机构代码证”；个体工商户需提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；自然人需提交身份证明。

2、谈判文件规定的有关资格证书、许可证书、认证等；

3、竞争性谈判供应商认为有必要提供的其他资格证明文件。

格式 7：财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明

财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明

按照《政府采购法》第 22 条规定提供以下相关材料：

- 1、供应商是法人的，提供2024年度经审计的财务状况报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表及其附注或其基本开户银行本年度出具的资信证明；供应商是其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供基本开户银行出具的资信证明。
- 2、提供近半年内连续三个月依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料，或相关行政机关出具无欠缴应纳税款或社会保障资金的证明材料。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

格式 8：无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

致：青海骁驰项目管理有限公司

我单位参加本次政府采购项目活动前三年内，在经营活动中无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

附“信用中国”网站“下载信用信息”栏中的信用信息，时间为谈判文件响应截止时间前10天内。

单位名称：_____（公章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）

年 月 日

格式 9：谈判保证金证明

谈判保证金证明

致：青海骁驰项目管理有限公司

我方为_____（采购项目名称）项目（采购项目编号为：_____）递交保证金人民币 _____（大写：人民币_____元）已于____年____月____日以转账方式汇入你方账户。

附件：保证金交款证明复印件、基本存款账户开户许可证（加盖公章）

退还保证金时请按以下内容汇入至我方账户（同递交保证金账户）。若因提供内容不全、错误等原因导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。

户 名：

开户银行：

开户账号：

单位名称：_____（公章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）

年 月 日

青海省政府采购项目 谈判响应文件

（有效性、完整性、响应程度审查部分）

采购项目编号：青海骁驰竞谈（货物）2025-112

采购项目名称：都兰县紧密型健康服务共同体 2025 年医疗服务与
保障能力提升项目

投标包号：

供应商名称：

单位名称：_____（公章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）

年 月 日

格式 10：谈判首次报价表

谈判首次报价表

供应商名称：

单位：人民币(元)

项目名称	首次报价	交货期	备注
	大写：		
	小写：		
其他承诺及需要说明的事项：			

注：1、填写此表时不得改变表格形式。

2、响应文件报价为总价。包括产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、售前、售中、售后服务费、成交服务费、税金及不可预见费等全部费用。

3、“交货期”是指产品能够交付使用的具体时间（工作日）。

单位名称：_____（公章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）

年 月 日

格式 11：分项报价表

分项报价表

项目名称：

单位：人民币(元)

序号	产品名称	品牌	规格型号	生产厂家	数量及 单位	单价	合计	备注
1								
2								
3								
4								
...								
其他承诺及需要说明的事项：								
总价		大写： 小写：						

注：本表应依照每包采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，不得修改格式，否则，按无效投标处理。

单位名称：_____（公章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）

年 月 日

格式 12：技术规格响应表

技术规格响应表

项目名称：

	采购需求技术参数、指标		投标产品技术参数、指标		偏离
序号	名称	技术参数、指标及配置	名称	技术参数、指标及配置	
1					
2					
...					

1、本表应按照采购分项报价表中“产品名称”及采购一览表中产品序号的指标逐项填写，不得遗漏。否则，按无效响应处理。

2、“投标产品技术参数、指标”必须与谈判响应文件中提供的产品证明材料的实质性响应情况相一致。若在评审环节发现该项目与谈判响应文件中提供的产品实质性响应情况不一致或直接复制谈判文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效响应处理。

单位名称：_____（公章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）

年 月 日

格式 13: 具备履行合同所必须的设备和专业技术能力证明材料

具备履行合同所必须的设备和专业技术能力证明

为保证本项目合同的顺利履行,竞争性谈判供应商必须具备履行合同的设备和专业技术能力,须提供必须具备履行合同的设备和专业技术能力的承诺函(格式自拟),并提供相关设备的购置发票或相关人员的职称证书和用工合同等证明材料。

格式 14：投标产品相关资料

投标产品相关资料

根据项目内容，根据采购项目内容，投标时提供国家认可的质监机构出具的投标产品的产品检验报告、证明技术参数响应的相关资料、彩页(或厂家公开发布的资料参数)、相关认证等资料。

格式 15：投标供应商的业绩证明材料

投标供应商的业绩证明材料

提供投标截止日近 3 年的投标人类似业绩证明材料, 提供的业绩为 2022 年 7 月 11 日至 2025 年 7 月 10 日。类似业绩是指与采购项目存在相同或相近的项目。需提供包含合同首页、标的及金额所在页、供货合同签字盖章页的扫描(或复印)件和中标通知书复印件。(至少三项)。

格式 16：供应商认为在其他方面有必要说明的事项

投标人认为在其他方面有必要说明的事项

(格式自定)

格式 17：享受政府采购政策优惠的证明资料

节能产品、环境标志产品证明材料

产品属于品目清单范围的，实施政府优先采购和强制采购。供应商应提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并加盖供应商单位公章。

格式 18.1：中小企业声明函

中小企业声明函

(不满足以下条件的无需填写)

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（制造）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（制造）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的，采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。

3、若无此项内容，可不提供此函。

格式 18.2：监狱企业证明资料

监狱企业声明函

备注：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件(复印件)。

企业名称(盖章)：

日期：

注：投标人参加本次采购活动时，提供虚假监狱企业声明函的，以提供虚假材料谋取成交处理。

注：无此项内容的可不提供此函。

格式 19：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

(不属于残疾人福利性单位的无需填写)

致：青海骁驰项目管理有限公司

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位在职职工人数为_____人，安置的残疾人人数_____人。且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：若无此项内容，可不提供此函。

企业名称：_____（公章）

企业法定代表人：_____（签字或盖章）
年 月 日

格式 20：最终报价表

最终报价表

项目名称：

项目编号：

单位：人民币(元)

(本表在谈判结束后单独填写并提交)

包号	最初报价	最终报价	交货期
	大写：	大写：	
	小写：	小写：	
最终确定的质量保证及服务承诺			

注：此表不需编制在响应文件中，在谈判期间，由谈判小组确定合格的供应商上传至政采云平台进行最终报价、盖章。

单位名称：_____（公章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）

年 月 日

格式 21：最终分项报价表

最终分项报价表

供应商名称：

单位：人民币(元)

序号	产品名称	品牌	规格型号	生产厂家	数量及 单位	单价	合计	备注
1								
2								
3								
4								
...								
其他承诺及需要说明的事项：								
总价		大写： 小写：						

注：此表不需编制在响应文件中，在谈判期间，由谈判小组确定合格的供应商上传至政采云平台进行最终报价、盖章。

单位名称：_____（公章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）

年 月 日



第五部分 青海省政府采购项目合同书范本

青海省政府采购项目合同书

采购项目名称：都兰县紧密型健康服务共同体 2025 年医疗服务与保障能力提升项目

采购项目编号：青海骁驰竞谈（货物）2025-112

采购合同编号: QHXC-2025-112

合同金额（人民币）：

采购单位（甲方）： (盖章)

成交供应商（乙方）： (盖章)

甲、乙双方根据 2025 年____月____日 _____项目(项目编号: _____)的谈判文件要求和采购机构出具的《中标通知书》, 并经双方协商一致, 达成合同总价款为 _____的_____项目采购合同:

一、签订本政府采购合同的依据

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分:

1. 谈判文件;
2. 谈判文件的更正、变更公告;
3. 成交供应商提交的谈判响应文件;
4. 政府采购合同通用条款;
5. 履约保证金回单;
6. 中标通知书。

二、合同标的及金额

单位:

包号	标的名称	型号规格	数量	单价	总价	备注

根据上述政府采购合同文件要求, 本政府采购合同的总金额为人民币____
_____(大写)_____元。

本合同以人民币进行结算, 合同总价包括产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、售前、售中、售后服务费、成交服务费、税金及不可预见费等全部费用。

三、交付时间、地点和要求

1. 交货时间：_____；

交货地点：_____；

2. 乙方提供不符合谈判文件、谈判响应文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受。

3. 乙方应将提供产品的装箱清单、用户手册、资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4. 甲方应当在到货（安装、调试完）后____个工作日内进行验收。验收合格后，由甲乙双方签署产品验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5. 甲方在履行合同过程中发现乙方有违约问题，可按谈判文件、谈判响应文件的规定要求乙方及时予以解决。

6. 乙方向甲方提供产品相关完税销售发票。

四、付款方式

甲乙双方签订合同前，乙方向甲方支付5%的履约保证金，即人民币：____大写：_____，甲乙双方签订合同后，待货物到达交货地点，并由甲方验收合格后，由甲方向乙方支付合同总价的100%，即人民币：_____大写：_____，5%的履约保证金，即人民币：_____大写：_____，自动转为质量保证金，质量保证金自项目验收之日起壹年且产品无质量问题后付清。

五、合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第 50 条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2. 乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

六、违约责任

1. 乙方所提供的产品规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换；更换不

及时的,按逾期交货承担违约责任;因质量问题甲方不同意接收的,甲方有权扣除质保金,并由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失。

2. 乙方提供的货物如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的,均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏,甲方有权拒收。

4. 甲方无故延期接收货物和乙方逾期交货的,每天应向对方偿付未交货物的货款的违约金,但违约金累计不得超过违约货款的 5%,超过 15 个工作日 对方有权解除合同,违约方承担因此给对方造成的经济损失。

5. 乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的,乙方应按本合同合计金额的 5%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质量保证期内,因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题,由乙方负责,费用从质量保证金中扣除,不足另补。

7. 其他违约行为按违约货款额 5%收取违约金并赔偿经济损失。

七、不可抗力

1. 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的,双方应通过协商在 天内达成进一步履行合同的协议,因不可抗力致使合同不能履行的,合同终止。

2. 除法律、法规规定的不可抗力情形外,双方约定出现非人为情况亦视为不可抗力。

八、知识产权:

九、其他约定:

十、合同争议解决

1. 因产品质量问题发生争议的,应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。产品符合标准的,鉴定费由甲方承担;产品不符合标准的,鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议,甲乙双方应首先通过友好协商解

决，如果协商不能解决，可按下列第____种方式解决：

- (1) 向甲方所在地人民法院起诉。
- (2) 向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁；

3. 诉讼期间，本合同继续履行。

十一、合同生效及其他：

1. 本合同一式六份，经双方签字，并加盖公章即为生效。
2. 本合同未尽事宜，按《中华人民共和国民法典》有关规定处理。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

地址：

地址：

法定代表人或委托代理人：

法定代表人或委托代理人：

开户银行：

联系电话：

账号：

联系电话：

签约时间： 年 月 日

合同备案部门：

负责人：

经办人：

合同备案时间： 年 月 日

合同通用条款

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，合同双方经协商达成一致，自愿订立本合同，遵循公平原则明确双方的权利、义务，确保双方诚实守信地履行合同。

1. 定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”指甲乙双方签署的、载明的甲乙双方权利义务的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2 “合同金额”指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价款。

1.3 “合同条款”指本合同条款。

1.4 “货物”指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切产品、设备、机械、仪表、备件等，包括辅助工具、使用手册等相关资料。

1.5 “服务”指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其他义务。

1.6 “甲方”指购买货物和服务的单位。

1.7 “乙方”指提供本合同条款下货物和服务的公司或其他实体。

1.8 “现场”指合同规定货物将要运至和安装的地点。

1.9 “验收”指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同条款下的货物符合合同规定的活动。

1.10 原厂商：产品制造商或其在中国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外，本合同文件所述的制造商、产品制造商、制造厂家、产品制造厂家均为原厂商。

1.11 原产地：指产品的生产地，或提供服务的来源地。

1.12 “工作日”指国家法定工作日，“天”指日历天数。

2. 技术规格要求

2.1 本合同条款下提交货物的技术规格要求应等于或优于谈判文件、谈判响应文件技术规格要求。若技术规格要求中无相应规定，则应符合相应的国家有关部门最新颁布的相应正式标准。

2.2 乙方应向甲方提供货物及服务有关的标准的中文文本。

2.3 除非技术规范中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3. 合同范围

3.1 甲方同意从乙方处购买且乙方同意向甲方提供的设备及其附属设备，消耗性材料、专用工具等，包括各项技术服务、技术培训及满足合同设备组装、检验、培训、技术服务、安装调试指导、性能测试、正常运行及维修所必需的技术文件。

3.2 乙方应负责培训甲方的技术人员。

3.3 按照甲方的要求，乙方应在合同规定的质量保证期和免费保修期内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，对软件产品进行免费升级，同时在合同规定的质量保证期和免费保修期满后，以最优惠的价格，向买方提供合同设备大修和维护所需的配件及服务。

4. 合同文件和资料

4.1 乙方在提供仪器设备时应同时提供中文版相关的技术资料，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册等。

4.2 未经甲方事先的书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给予履行本合同无关的任何其他人，如向与履行本合同有关的人员提供，则应严格保密并限于履行本合同所必须的范围。

5. 知识产权

5.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。

5.2 任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。

5.3 双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，相互尊重对方的知识产权，对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反，违约方负相关法律责任。

5.4 在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料和信息知识产权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有，另有约定的除外。

5.5 乙方保证拥有由其提供给甲方的所有软件的合法使用权，并且已获得进行许可的正当授权及其有权将软件许可及其相关材料授权或转让给甲方。甲方可独立对本合同条款下软件产品进行后续开发，不受版权限制。乙方承诺并保证甲方除本协议的付款义务外无需支付任何其他的许可使用费，以非独家的、永久的、全球的、不可撤销的方式使用本合同条款下的软件产品。

6. 保密

6.1 在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。

6.2 保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，具体包括：

6.2.1 任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；

6.2.2 任何对方的技术措施、技术方案、软件应用及开发，硬件设备的品种、质量、数量、品牌等；

6.2.3 任何对方的技术秘密或专有知识、文件、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识、贸易秘密。

6.3 乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议,保密协议与本条款存在不一致的,以保密协议为准。

7. 质量保证

7.1 货物质量保证

7.1.1 乙方必须保证货物是全新、未使用过的,并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

7.1.2 乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养,在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内,乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责,并免费予以改进或更换。

7.1.3 根据乙方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果,发现货物的数量、质量、规格与合同不符;或者在质量保证期内,证实货物存在缺陷,包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等,甲方应书面通知乙方。接到上述通知后,乙方应及时免费更换或修理破损货物。乙方在甲方发出质量异议通知后,未作答复,甲方在通知书中所提出的要求应视为已被乙方接受。

7.1.4 乙方在收到通知后虽答复,但没有弥补缺陷,甲方可采取必要的补救措施,但由此引发的风险和费用将由乙方承担。甲方可从合同款或乙方提交的履约保证金中扣款,不足部分,甲方有权要求乙方赔偿。甲方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

7.1.5 合同条款下货物的质量保证期自货物通过最终验收起算,合同另行规定除外。

7.2 辅助服务质量保证

7.2.1 乙方保证免费提供合同条款下的软件产品原厂商至少一年软件全部功能及其换代产品的升级与技术支持服务(包含任何版本升级、产品换代、更新及在原有产品基础上的拆解、完善、合并所产生的新产品,提供升级产品介质及授权,要求原厂商承诺,

并加盖原厂商公章)，不得出现因货物停售、转产而无法提供上述支持服务。

7.2.2 乙方应保证合同条款下所提供的服务包括培训、安装指导、单机调试、系统联调和试验等，按合同规定方式进行，并保证不存在因乙方工作人员的过失、错误或疏忽而产生的缺陷。

8. 包装要求

8.1 除合同另有约定外，乙方提供的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。

8.2 包装应适应于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。

8.3 乙方所提供的货物包装均为出厂时原包装。

8.4 乙方所提供货物必须附有质量合格证，装箱清单，主机、附件、各种零部件和消耗品，有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。

8.5 货物运输中的运输费用和保险费用均由乙方承担。运输过程中的一切损失、损坏均由乙方负责。

9. 价格

9.1 乙方履行合同所必须的所有费用，包括但不限于货物及部件的设计、检测与试验、制造、运输、装卸、保险、单机调试、安装调试指导、技术资料、培训、交通、人员、差旅、质量保证期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、调试、验收、试运行费用等均已包括在合同价格中。

9.2 本合同价格为固定价格，包括乙方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及乙方应承担的一切税费。

9.3 检验费用

9.3.1 乙方必须负担本条款下属于乙方负责的检验、测试、调试、试运行和验收的所有费用，并负责乙方派往买方组织的检验、测试和验收人员的所有费用。

9.3.2 甲方按合同计划参加在乙方工厂所在地检验、测试和验收的费用全部由乙方负责并已包含在合同总价中。

9.3.3 甲方检验人员已到卖方所在地，测试无法依照合同进行，而引起甲方人员延长逗留时间，所有由此产生的包括甲方人员在内的直接费用及成本由乙方承担。

10. 交货方式及交货日期

交货方式：现场交货，乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。

交货日期：所有货物运抵现场并经双方开箱验收合格之日。

11. 检验和验收

11.1 开箱验收

11.1.1 货物运抵现场后，双方应及时开箱验收，并制作验收记录，以确认与本合同约定的数量、型号等是否一致。

11.1.2 乙方应在交货前对货物的质量、规格、数量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验。

11.1.3 开箱验收中如发现货物的数量、规格与合同约定不符，甲方有权拒收货物，乙方应及时按甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至开箱验收合格，甲方视为乙方完成交货。

11.2 检验验收

11.2.1 交货完成后，乙方应及时组装、调试、试运行，按照合同专用条款规定的试运行完成后，双方及时组织对货物检验验收。合同双方均须派人参加合同要求双方参加的试验、检验。

11.2.2 在具体实施合同规定的检验验收之前,乙方需提前提交相应的测试计划(包括测试程序、测试内容和检验标准、试验时间安排等)供甲方确认。

11.2.3 除需甲方确认的试验验收外,乙方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等做妥善记录。如甲方要求,乙方应提供这些记录给买方。

11.2.4 检验测试出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标,甲方有权选择下列任一处理方式:

- a. 重新测试直至合格为止;
- b. 要求乙方对货物进行免费更换,然后重新测试直至合格为止;

无论选择何种方式,甲方因此而发生的因卖方原因引起的所有费用均由乙方负担。

11.3 使用过程检验

11.3.1 在合同规定的质量保证期内,发现设备的质量或规格与合同规定不符,或证明设备有缺陷,包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等,由甲方组织质检(相关检测费用由卖方承担),根据质检报告及质量保证条款向卖方提出索赔,此索赔并不免除乙方应承担的合同义务。

11.3.2 如果合同双方对乙方提供的上述试验结果报告的解释有分歧,双方须于出现分歧后 10 天内给对方声明,以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。

12. 付款条件: 本合同条款下的付款方法和条件在“合同专用条款”中具体规定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应在合同签订后,按合同专用条款的约定提交履约保证金。

13.2 履约保证金用于补偿甲方因卖方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

13.3 履约保证金应使用本合同货币,按下述方式之一提交(谈判文件中另有约定的除外):

13.3.1 甲方可接受在中华人民共和国注册和营业的银行出具的履约保函;

13.3.2 应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.4 乙方未能按合同规定履行其义务,甲方有权从履约保证金中取得补偿。货物验收合格后,甲方将履约保证金退还乙方或转为质量保证金。

14. 索赔

14.1 货物的质量、规格、数量、性能等与合同约定不符,或在质量保证期内证实货物存有缺陷,包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等,甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔(但责任应由保险公司或运输部门承担的除外)。

14.2 在履约保证期和检验期内,乙方对甲方提出的索赔负有责任,乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜:

14.2.1 在退货期内,乙方应按合同规定将货款退还给甲方,并承担由此发生的一切损失和费用,包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其他必要费用。如已超过退货期,但卖方同意退货,可比照上述办法办理,或由双方协商处理。

14.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额,经甲乙双方商定降低货物的价格,或由有资质的中介机构评估,以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分,乙方应承担一切费用和 risk,并负担甲方所发生的一切直接费用。同时,乙方应相应延长修补或更换件的履约保证期。

14.3 乙方收到甲方发出的索赔通知之日起5个工作日内未作答复的,甲方可从合同款或履约保证金中扣回索赔金额,如金额不足以补偿索赔金额,乙方应补足差额部分。

15. 迟延交货

15.1 乙方应按照合同约定的时间交货和提供服务。

15.2 除不可抗力因素外,乙方迟延交货,甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

15.3 在履行合同过程中,乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况,应及时以书面形式将不能按时交货的理由、逾期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后,认为其理由正当的,可酌情延长交货时间。

16. 违约赔偿

除不可抗力因素外,乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务,甲方可要求乙方支付违约金。违约金每日按合同总价款的千分之五计收。

17. 不可抗力

17.1. 双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力,致使合同履行受阻时,履行合同的期限应予延长,延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

17.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后以书面形式通知另一方。

17.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的, 双方应通过协商达成进一步履行合同的协议,因不可抗力致使合同不能履行的,合同终止。

18. 税费

与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

19. 合同争议的解决

19.1 甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时,双方可先通过协商解决。

19.2 任何一方不愿通过协商或通过协商仍不能解决争议,则双方中任何一方均应向甲方所在地人民法院起诉。

20. 违约解除合同

20.1 出现下列情形之一的,视为乙方违约。甲方可向乙方发出书面通知,部分或全部终止合同,同时保留向乙方索赔的权利。

20.1.1 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内,提供全部或部分货物的;

20.1.2 乙方未能履行合同规定的其他主要义务的;

20.1.3 乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的。

20.2 甲方全部或部分解除合同之后,应当遵循诚实信用原则购买与未交付的货物类似的货物或服务,乙方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的,乙方应继续履行合同中未解除的部分。

21. 破产终止合同

乙方破产而无法完全履行本合同义务时,甲方可以书面方式通知乙方终止合同而不予乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

22. 转让和分包

22.1 政府采购合同不能转让。

22.2 经甲方书面同意乙方可以将合同条款下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件,并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务,接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

23. 合同修改

甲方和乙方都不得擅自变更本合同,但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时,当事人双方须共同签署书面文件,作为合同的补充。

24. 通知

本合同任何一方给另一方的通知,都应书面形式发送,而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

25. 计量单位

除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

26. 适用法律: 本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释。