

磋商文件

采购项目编号：青海界志竞磋(货物)2025-014

项目名称：文成路社区卫生服务站建设项目医疗设
备采购（二次）

采购人：西宁市城西区卫生健康局

采购代理机构：青海界志工程项目管理有限公司

2025年7月

目录

第一部分 投标邀请.....	3
第二部分 供应商须知前附表.....	6
第三部分 供应商须知.....	8
第四部分 采购项目合同书.....	17
第五部分 响应文件格式.....	30
第六部分 采购项目要求及技术参数.....	52

第一部分 投标邀请

项目概况

文成路社区卫生服务站建设项目医疗设备采购（二次）的潜在供应商应在政采云平台(<https://www.zcygov.cn/>)获取采购文件，并于2025年07月29日上午09：30(北京时间)前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：青海界志竞磋(货物)2025-014

项目名称：文成路社区卫生服务站建设项目医疗设备采购（二次）

采购方式：竞争性磋商

预算金额：68.3万元

最高限价(如有)：68.3万元

采购需求：

序号	标项名称	数量	预算金额 (元)	单位	简要规格描述	备注
1	文成路社区卫生服务站建设项目医疗设备采购（二次）	详见磋商文件	683000.00	详见磋商文件	医疗设备采购	/

合同履行期限：合同签订后30日历日。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第22条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
3. 本项目的特定资格要求：

(1) 供应商须具备有效的营业执照，并在人员、设备、资金等方面具备相应的能力；。

(2) 经信用中国(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采

购严重违法失信行为记录名单的，取消磋商资格。（提供“信用中国”网站无任何不良记录的查询截图，时间为磋商响应文件递交截止时间前10天内）。

(3)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消磋商资格。

(4)为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

(5)供应商所投医疗器械须符合《医疗器械注册管理办法》等政策法规要求，并具有中华人民共和国医疗器械注册证或备案凭证；投标单位为生产商的，须具备所投产品的有效医疗器械生产许可证和医疗器械注册证；投标单位为代理商的，具备有效的医疗器械经营许可证或经营备案凭证、所投产品生产厂家的医疗器械生产许可证和医疗器械注册证。

(6)其他资格条件：无。

三、获取采购文件

时间：2025年7月18日至2025年7月25日，每天00:00至23:59

地点：通过政采云平台线上获取

获取方式：供应商登录政采云平台(<https://www.zcygov.cn/>)在线申请获取采购文件(进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件)。

采购文件售价：0元

四、响应文件提交截止时间：2025年07月29日上午09:30(北京时间)

地点：请登录政采云投标客户端投标

五、响应文件开启：

时间：2025年07月29日上午09:30(北京时间)

地点：政采云平台线上开启

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜：

1. 本次招标采用线上提交响应文件的方式进行采购，线上响应文件必须在响应文件递交截止时间前上传平台。并在响应文件递交截止时间后30分钟内完成解密。

2. 若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云(<https://www.zcygov.cn/>)，点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）：天谷CA400-087-8198。

3. 本公告在《青海政府采购网》、《青海省公共资源交易网》同时发布。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：西宁市城西区卫生健康局

地址：西宁市城西区富兴路8号

项目联系人：任先生

项目联系方式：0971-8275131

2. 采购代理机构信息

名称：青海界志工程项目管理有限公司

地址：青海省西宁市城西区绿地公馆2栋1楼

项目联系人：雷先生

项目联系方式：0971-3639512

青海界志工程项目管理有限公司

2025 年 07 月 17 日

第二部分 供应商须知前附表

序号	内容	
1	采购项目编号	青海界志竞磋（货物）2025-014
2	采购项目名称	文成路社区卫生服务站建设项目医疗设备采购（二次）
3	采购人	西宁市城西区卫生健康局
4	采购代理机构	青海界志工程项目管理有限公司
5	采购方式	竞争性磋商
6	评分办法	综合评分法
7	采购预算额度	68.3万元
8	项目分包个数	1个
9	采购要求	详见磋商文件第六部分
10	供应商资格条件	详见第一部分投标邀请“申请人的资格要求”
11	磋商保证金	磋商保证金：本项目不收取磋商保证金 收款单位：青海界志工程项目管理有限公司 开户行：青海西宁农村商业银行股份有限公司西川南路支行 银行账号：82010000000778237 缴费时间：投标截止期前，以银行到账时间为准。
12	缴费方式	缴费方式：磋商保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。通过银行转账的，必须由供应商(需提供开户许可证)汇(转)入采购代理机构指定账户。 供应商未按照磋商文件要求提交磋商保证金的，投标无效。
13	磋商保证金退还	未成交供应商的磋商保证金在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交供应商的磋商保证金在采购合同签订后5个工作日内退还。
14	递交响应文件方式	通过政采云投标客户端上传

15	提交响应文件截止时间	2025年07月29日上午09：30(北京时间)
16	响应文件开启时间	2025年07月29日上午09：30(北京时间)
17	提交响应文件地点	政采云平台（ https://www.zcygov.cn/ ）
18	答疑澄清方式	线上答疑，应在规定的时间内通过政采云平台进行答疑澄清，如在规定的时间内未按要求进行答疑澄清，视同放弃答疑澄清。
19	代理服务费收取	收取对象：成交供应商 收费金额：以实际成交金额作为计算基数,参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）以及《关于进一步放开建设项目专项业务服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）规定执行。
20	合同签订有效期	自成交通知书发出之日起30日内与采购人签订书面合同
21	政府采购合同备案	采购合同全数返回采购代理机构鉴证，盖章。 采购代理机构留存一份原件备案。
22	磋商有效期	磋商有效期为自磋商开始之日起60天
23	其他事项	无

第三部分 供应商须知

一、说明

1. 适用范围

本次采购依据采购人的采购计划，仅适用于本磋商文件中所叙述的项目。

2. 采购方式、合格的供应商

2.1 本次采购采取竞争性磋商方式。

2.2 合格的供应商：详见第一部分投标邀请“申请人的资格要求”

3. 磋商费用

供应商应自愿承担与参加本次投标有关的费用。采购代理机构对供应商发生的费用不承担任何责任。

二、磋商文件说明

4. 磋商文件的构成

4.1 磋商文件包括：

(1) 投标邀请

(2) 供应商须知前附表

(3) 供应商须知

(4) 采购项目合同书

(5) 响应文件格式(相关附件)

(6) 采购项目要求及技术参数

(7) 磋商过程中发生的澄清、变更和补充文件

4.2 供应商应认真阅读磋商文件中列示的事项、格式、条款和要求等内容。如果供应商未按磋商文件要求提交全部资料，或者对磋商文件未作出实质性响应的，将视为无效响应。

5. 磋商文件的质疑

供应商对磋商文件有异议的，应在提交首次响应文件截止时间至少1日前以书面形式以书面形式提出(不接受匿名质疑)，采购代理机构在收到供应商的书面质疑后视情况予以答复，并将变更事宜在青海政府采购网上发布公告，告知本项目的所有潜在供应商。

6. 磋商文件的澄清、修改

6.1 提交首次响应文件截止之日前，采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的

内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构应在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

6.2在提交响应文件截止时间前，采购代理机构可以视采购具体情况，延长提交响应文件截止时间和开启时间，并在磋商文件中要求的提交响应文件截止时间和开启时间的三日前，将变更公告发布在青海省政府采购网上。

三、响应文件的编制

7. 响应文件的语言及度量衡单位

7.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就此磋商发生的所有来往函电均应使用简体中文。

7.2除磋商文件中另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3附有外文资料的，须翻译成中文并加盖供应商公章，如果翻译的中文资料与外文资料存在差异和矛盾时，以中文资料为准。其准确性由供应商负责。

8. 磋商保证金

8.1供应商须在磋商文件开启时间前缴纳磋商保证金；未成交供应商的磋商保证金在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交供应商的磋商保证金在采购合同签订后5个工作日内退还。

8.2磋商保证金由供应商以转款方式直接缴入“青海界志工程项目管理有限公司”保证金专用帐户。

8.3有下列情形之一的，磋商保证金不予退还：

- (1) 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
- (2) 供应商在响应文件中提供虚假材料的；
- (3) 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
- (4) 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- (5) 磋商文件规定的其他情形。

9. 磋商有效期

磋商有效期为自磋商开始之日起60天

10. 响应文件构成

10.1供应商应提交相关证明材料，作为其参加投标和成交后有能力履行合同的证明。编写的响应文件须包括以下内容(格式详见磋商文件第五部分内容)：

- (1) 磋商函
- (2) 法定代表人证明书
- (3) 法定代表人授权书
- (4) 磋商供应商承诺书
- (5) 供应商诚信承诺书
- (6) 资格证明材料
- (7) 财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明
- (8) 具备履行合同所必须的设备和专业技术能力证明
- (9) 无重大违法记录声明
- (10) 磋商保证金证明
- (11) 竞争性磋商首次报价表
- (12) 分项报价表
- (13) 技术规格响应表
- (14) 磋商产品相关资料
- (15) 磋商供应商的类似业绩证明材料
- (16) 中小企业声明函（货物）
- (17) 监狱企业证明资料
- (18) 残疾人福利性单位声明函
- (19) 磋商供应商认为在其他方面有必要说明的事项
- (20) 磋商最终报价表

注：本项目采用线上评审，编制响应文件时磋商文件格式作为参考。

11. 响应文件编印和签署

11.1 磋商文件要求签字、盖章的地方必须由供应商的法定代表人或委托代理人按要求签字和盖章。

11.2 响应文件中不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，须由供应商法定代表人或其委托代理人签字和盖章。

四、响应文件的递交

12. 响应文件的密封和标记

12.1 本项目采用在线电子评审，对响应文件的密封不做要求。

12.2 供应商以电报、电话、传真形式投标的，采购代理机构概不接受。

13. 提交响应文件截止时间、地点

13.1响应文件提交的截止时间及地点详见“供应商须知前附表”。

13.2采购代理机构将拒绝接受在提交响应文件截止时间之后送达的响应文件。

五、磋商过程

14. 磋商过程

14.1采购代理机构按本磋商文件中确定的时间和地点组织本项目的磋商活动。供应商应由其法定代表人或委托代理人参加。

14.2磋商时，对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.3磋商工作由采购代理机构组织，采购人、采购监管、纪检监察等有关方面代表可根据采购项目的具体情况列席。

14.4磋商过程有专人记录，并存档备查。

六、磋商程序及方法

15. 磋商小组

15.1采购代理机构将根据采购项目的特点依法组建磋商小组，其成员由具有一定专业水平的技术、经济等方面的专家和采购人代表等三人以上单数组成。其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。

15.2磋商由采购代理机构负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责，并独立履行下列职责：

- (1)审查响应文件是否符合磋商文件要求，并作出评价；
- (2)要求供应商对响应文件有关事项作出解释或澄清；
- (3)推荐预成交候选供应商；
- (4)对非法干预评标工作的人员和机构进行举报或投诉。

15.3磋商小组应遵守并履行下列义务：

- (1)遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
- (2)按照磋商文件规定的评审方法和评审标准进行评审，对评审意见承担磋商小组成员责任；
- (3)对响应文件、磋商情况和磋商中获悉的商业秘密保密；
- (4)参与磋商报告的起草；
- (5)解答供应商及有关方面的质疑；
- (6)配合纪检部门进行投诉处理工作。

15.4磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

15.5磋商工作在有关部门的监督和严格保密的情况下依法开展，任何单位和个人不得非法干预、影响磋商工作和磋商结果。

16. 磋商程序

16.1进入磋商阶段后，磋商小组成员按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立开展评审工作，负责审议所有响应文件，并按先初审、后详审的程序对响应文件进行评审、评分。

16.2初审阶段为资格性审查和符合性审查。响应文件在响应磋商文件要求方面出现的偏离，分为实质性偏离和非实质性偏离。

16.2.1实质性偏离是指响应文件未能实质性响应磋商文件的要求。以下情况属于实质性偏离，响应文件有下列情况之一的，按无效文件处理。

- (1) 不符合第2.2款“合格的供应商”之规定的；
- (2) 未按磋商文件要求交纳或未足额交纳磋商保证金的；
- (3) 未按第10.1款(1)–(13)要求提供相关资料的；
- (4) 响应文件内容没有按磋商文件规定和要求签字、盖章的；
- (5) 响应文件编排混乱，且擅自修改磋商文件规定的格式内容的；
- (6) 交货时间、磋商有效期、法定代表人授权期限不能满足磋商文件要求的；
- (7) 投标产品的技术规格、技术标准明显不符合采购项目要求的；
- (8) 响应文件中附有采购人不能接受的条件的；
- (9) 投标报价超过采购预算额度的；
- (10) 磋商小组认为应按无效响应处理的其他情况；
- (11) 法律、法规规定的其他情形。

16.2.2非实质性偏离指磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

16.2.3在响应文件初审、详审过程中，如果磋商小组成员出现对评审结果有不同意见的，应当以书面形式反映，磋商报告中应注明该不同意见。磋商小组成员拒绝在磋商报告中签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意磋商结果。

16.3在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或委托代理人签字或者加盖公章。

16.4经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

17. 评审办法

17.1依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的规定，结合该项目的特点制定本评审办法。本次评审采用综合评分法。

17.2评审标准和分值分配：

评标项	分值	评分标准
投标报价 30 分	投标报价 (30 分)	以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分；其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格分值 注：1. 对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业的报价，残疾人福利性单位、监狱企业的报价给予 10%的扣除，用扣除后的价格计算投标报价得分，须提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、监狱企业证明材料。 2. 残疾人福利性单位（监狱企业）属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
技术水平 41 分	技术参数 (40 分)	投标产品技术参数要求和配置完全满足招标文件要求的得 40 分，技术指标每一项负偏离扣 5 分，扣完为止。（此项评分以产品彩页、产品检验报告或产品技术白皮书等为依据）
	节能环保 (1 分)	所投产品为节能产品，每提供 1 份得 0.5 分，满分 0.5 分；所投产品为环保产品，每提供 1 份得 0.5 分，满分 0.5 分；未提供不得分。该项得分的认定以《国家节能产品认证证书》、《中国环境标志产品认证证书》为依据。
履约能力	类似业绩 (10 分)	类似业绩情况：提供投标截止日近 3 年的投标人类似业绩证明材料。每提供 1 项得 2 分, 满分 10 分；不提供不得分。（以

24 分		合同为准（包含合同首页、标的及金额所在页、交货合同签字盖章页的扫描（或复印）件）
	项目管理及实施方案（10 分）	①备货方案:生产货品、订货及有关货物的质量检查工作内容；②运输方案:运输路线、配车保障方案。③进度计划安排:根据本次采购文件的要求及项目的特点确定实施工作顺序，并做出具体的实施进度计划安排，保证货物及时供应。④货物安装工艺方案:提供货物现场组合组装成型的具体安装方案，有相应的安全、文明、环保措施。⑤质量保障措施:有货物质量保证的承诺、质量保证体系及质量保证措施等。实施方案内容完整齐全、与项目实施要求完全匹配、思路清晰、层次结构细化，有具体详细的文字阐述的得满分 10 分;每缺少一项内容扣 2 分；方案中每有一处内容存在缺陷或不足的扣 1 分；扣完为止。
	项目管理机构（4 分）	设置了项目管理机构，包含①项目管理机构人员配置，职责划分②人员管理制度。人员配备方案科学、具体，管理措施能够结合项目特点制定。项目人员管理措施内容齐全可行性及针对性强，有具体详细的人员安排计划的得满分 4 分;每缺少一项内容扣 2 分；方案中每有一处内容存在缺陷或不足的扣 1 分；
售后服务 5 分	售后服务计划、措施及服务承诺（5 分）	针对该项目须有完善的售后服务体系。包含：①售后服务方案及售后服务机构和人员②售后服务内容和流程③在保证期内，对于产品质量问题造成的损坏，免费提供咨询、部件更换、维修服务，如果主机发故障，具备备份机器提供给采购人使用④提供售后服务相关承诺⑤培训计划及相关承诺。以上内容完全响应得 5 分，每有一项内容表达不清晰、内容不完整的扣 1 分，未提供不得分

七、确定成交供应商

18. 推荐并确定成交供应商

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐2名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

19. 成交通知

19.1采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内,在青海政府采购网上公告成交结果,同时向成交供应商发出成交通知书。19.2《成交通知书》发出后,采购人改变成交结果的,或者成交供应商无正当理由放弃成交项目的,依法承担法律责任。

八、授予合同

20. 签订合同

20.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内,按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

20.2采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件,不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

20.3签订合同时,成交供应商应当以支票、汇票、本票等非现金形式向采购人指定的账户交纳履约保证金。

20.4成交供应商拒绝签订政府采购合同的,采购人可以按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十八条第二款规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同,也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

九、磋商活动终止

21. 终止情形

出现下列情形之一的,采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动,发布项目终止公告并说明原因,重新开展采购活动:

- (1)因情况变化,不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的;
- (2)出现影响采购公正的违法、违规行为的;
- (3)在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足2家的。

十、处罚

22. 处罚情形

成交供应商有下列情形之一的,中标无效,磋商保证金不予退还。情节严重的,报同级财政部门依法进行处理:

- (1)提供虚假材料谋取中标、成交的;
- (2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的;

- (3)与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- (4)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
- (5)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
- (6)向磋商小组行贿或者提供其他不正当利益。

十一、招标代理服务收费标准

1、收取对象：成交供应商

2、收费金额：以实际成交金额作为计算基数,参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）以及《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）规定执行。

十二、其他

其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律法规的有关条款执行。

第四部分 采购项目合同书

(本合同为参考样本，具体内容以甲方协商为准)

青海省政府采购项目合同书

采购项目名称：_____

采购项目编号：青海界志竞磋（货物）2025-014_____

采购合同编号：_____

合同金额（人民币）：_____

采购人（甲方）：_____

成交人（乙方）：_____

采购日期：_____

采 购 人（以下简称甲方）： _____

供 应 商（以下简称乙方）： _____

甲、乙双方根据 2025 年 X 月 X 日 （采购项目名称） 采购项目（采购项目编
号）的竞争性磋商文件要求和采购代理机构出具的《成交通知书》，并经双方协
商一致，签订本合同协议书。

一、签订本政府采购合同的依据

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1. 竞争性磋商文件；
2. 竞争性磋商文件的更正、变更公告（如有）；
3. 成交人提交的响应文件；
4. 竞争性磋商文件中规定的政府采购合同通用条款；
5. 成交通知书；
6. 最终报价表。
7. 履约保证金缴费证明（如有）。

二、合同标的及金额

单位：元

包号	标的名称	规格型号	数量及单 位	单价	总价	备注

根据上述政府采购合同文件要求，本政府采购合同的总金额为人民币 _____
（大写） _____ 元。

本合同以人民币进行结算，合同总价必须满足服务要求及其他不可预见费等
全部费用，以竞争性磋商文件的内容和要求作为报价依据。

三、交付时间、地点和要求

1. 交货期限：合同签订后30日历日。
交货地点：按采购合同约定执行；
2. 采购内容：详见第六部分 采购项目要求

四、付款方式

1. 签订合同前，乙方向甲方支付3%的履约保证金，甲乙双方签订合同后，甲

向乙支付30%预付款，安装验收完成后支付70%，履约保证金转为质保金，质保一年无任何质量问题支付3%履约保证金。

五、合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2. 乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

六、违约责任

1. 乙方所提供的服务质量、技术标准、材料等质量不合格的，应及时调整或更换；调整不及时，按逾期处罚；因质量问题甲方不同意接收的，质保金全额扣除，并由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失。

2. 乙方提供的货物如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4. 甲方无故延期接受货物和乙方逾期交货的，每天应向对方偿付未交货物的货款3%的违约金，但违约金累计不得超过违约货款的5%，超过15天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失。

5. 乙方未按本合同和竞争性磋商文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的5%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

7. 其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

七、不可抗力

1. 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在15天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

2. 除法律、法规规定的不可抗力情形外，双方约定出现 / 情况亦视为不可抗力。

八、知识产权：

九、其他约定：

十、合同争议解决

1. 因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。

产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间，本合同继续履行。

十一、合同生效及其它：

1. 本合同一式___份，经双方签字，并加盖公章即为生效。

2. 本合同未尽事宜，按《中华人民共和国民法典》有关规定处理。

3. 本合同的组成包含《合同通用条款》，可自行在青海政府采购网下载《合同通用条款》。

甲方（盖章）：

法定代表人或委托代理人：

联系电话：

乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人：

开户银行：

账号：

联系电话：

签约时间： 年 月 日

采购代理机构（盖章）：

负责人或经办人：

合同备案时间：2025年 月 日

合同通用条款

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，合同双方经协商达成一致，自愿订立本合同，遵循公平原则明确双方的权利、义务，确保双方诚实守信地履行合同。

1. 定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”指甲乙双方签署的、载明的甲乙双方权利义务的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2 “合同金额”指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价款。

1.3 “合同条款”指本合同条款。

1.4 “货物”指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切产品、设备、机械、仪表、备件等，包括辅助工具、使用手册等相关资料。

1.5 “服务”指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

1.6 “甲方”指购买货物和服务的单位。

1.7 “乙方”指提供本合同条款下货物和服务的公司或其他实体。

1.8 “现场”指合同规定货物将要运至和安装的地点。

1.9 “验收”指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同条款下的货物符合合同规定的活动。

1.10 原厂商：产品制造商或其在中国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外，本合同文件所述的制造商、产品制造商、制造厂家、产品制造厂家均为原厂商。

1.11 原产地：指产品的生产地，或提供服务的来源地。

1.12 “工作日”指国家法定工作日，“天”指日历天数。

2. 技术规格要求

2.1 本合同条款下提交货物的技术规格要求应等于或优于磋商文件、响应文件技术规格要求。若技术规格要求中无相应规定，则应符合相应的国家有关部门最新颁布的相应正式标准。

2.2 乙方应向甲方提供货物及服务有关的标准的中文文本。

2.3 除非技术规范中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3. 合同范围

3.1甲方同意从乙方处购买且乙方同意向甲方提供的货物及其附属货物,消耗性材料、专用工具等,包括各项技术服务、技术培训及满足合同货物组装、检验、培训、技术服务、安装调试指导、性能测试、正常运行及维修所必需的技术文件。

3.2乙方应负责培训甲方的技术人员。

3.3按照甲方的要求,乙方应在合同规定的质量保证期和免费保修期内,免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机,对软件产品进行免费升级,同时在合同规定的质量保证期和免费保修期满后,以最优惠的价格,向买方提供合同货物大修和维护所需的配件及服务。

4. 合同文件和资料

4.1乙方在提供仪器设备时应同时提供中文版相关的技术资料,如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册等。

4.2未经甲方事先的书面同意,乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人,如向与履行本合同有关的人员提供,则应严格保密并限于履行本合同所必须的范围。

5. 知识产权

5.1乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。

5.2任何第三方提出侵权指控,乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。

5.3双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定,相互尊重对方的知识产权,对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反,违约方负相关法律责任。

5.4在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料和信息知识产权,仍应属于其各自的原权利人所有或享有,另有约定的除外。

5.5乙方保证拥有由其提供给甲方的所有软件的合法使用权,并且已获得进行许可的正当授权及其有权将软件许可及其相关材料授权或转让给甲方。甲方可独立对本合同条款下软件产品进行后续开发,不受版权限制。乙方承诺并保证甲方除本协议的付款义务外无需支付任何其它的许可使用费,以非独家的、永久的、全球的、不可撤销的方式使用本合同条款下软件产品。

6. 保密

6.1在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候,任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任,未经对方书面同意不得向第三方透露,否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。

6.2保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息,具体包括:

6.2.1任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息;

6.2.2任何对方的技术措施、技术方案、软件应用及开发,硬件设备的品种、质量、数量、品牌等;

6.2.3任何对方的技术秘密或专有知识、文件、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识、贸易秘密。

6.3乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议,保密协议与本条款存在不一致的,以保密协议为准。

7. 质量保证

7.1 货物质量保证

7.1.1乙方必须保证货物是全新、未使用过的,并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

7.1.2乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养,在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内,乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责,并免费予以改进或更换。

7.1.3根据乙方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果,发现货物的数量、质量、规格与合同不符;或者在质量保证期内,证实货物存在缺陷,包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等,甲方应书面通知乙方。接到上述通知后,乙方应及时免费更换或修理破损货物。乙方在甲方发出质量异议通知后,未作答复,甲方在通知书中所提出的要求应视为已被乙方接受。

7.1.4乙方在收到通知后虽答复,但没有弥补缺陷,甲方可采取必要的补救措施,但由此引发的风险和费用将由乙方承担。甲方可从合同款或乙方提交的履约保证金中扣款,不足部分,甲方有权要求乙方赔偿。甲方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

7.1.5合同条款下货物的质量保证期自货物通过最终验收起算,合同另行规定除外。

7.2 辅助服务质量保证

7.2.1 乙方保证免费提供合同条款下的软件产品原厂商至少一年软件全部功能及其换代产品的升级与技术支持服务(包含任何版本升级、产品换代、更新及在原有产品基础上的拆解、完善、合并所产生的新产品,提供升级产品介质及授权,要求原厂商承诺,并加盖原厂商公章),不得出现因货物停售、转产而无法提供上述支持服务。

7.2.2 乙方应保证合同条款下所提供的服务包括培训、安装指导、单机调试、系统联调和试验等,按合同规定方式进行,并保证不存在因乙方工作人员的过失、错误或疏忽而产生的缺陷。

8. 包装要求

8.1 除合同另有约定外,乙方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装,且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。

8.2 包装应适应于远距离运输,并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施,以确保货物安全运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装,以防止货物在转运中损坏或变质。

8.3 乙方所提供的货物包装均为出厂时原包装。

8.4 乙方所提供货物必须附有质量合格证,装箱清单,主机、附件、各种零部件和消耗品,有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。

8.5 货物运输中的运输费用和保险费用均由乙方承担。运输过程中的一切损失、损坏均由乙方负责。

9. 价格

9.1 乙方履行合同所必须的所有费用,包括但不限于货物及部件的设计、检测与试验、制造、运输、装卸、保险、单机调试、安装调试指导、技术资料、培训、交通、人员、差旅、质量保证期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、调试、验收、试运行费用等均已包括在合同价格中。

9.2 本合同价格为固定价格,包括了乙方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及乙方应承担的一切税费。

9.3 检验费用

9.3.1乙方必须负担本条款下属于乙方负责的检验、测试、调试、试运行和验收的所有费用，并负责乙方派往买方组织的检验、测试和验收人员的所有费用。

9.3.2甲方按合同计划参加在乙方工厂所在地检验、测试和验收的费用全部由乙方负责并已包含在合同总价中。

9.3.3甲方检验人员已到卖方所在地，测试无法依照合同进行，而引起甲方人员延长逗留时间，所有由此产生的包括甲方人员在内的直接费用及成本由乙方承担。

10. 交货方式及交货日期

交货方式：车下交货，乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。

交货时间应根据产品的特点实事求是填写，进口产品90个工作日内，国产产品60个工作日内。特殊产品交货时间需说明。

交货日期：所有货物运抵现场并经双方开箱验收合格之日。

11. 检验和验收

11.1 开箱验收

11.1.1货物运抵现场后，双方应及时开箱验收，并制作验收记录，以确认与本合同约定的数量、型号等是否一致。

11.1.2乙方应在交货前对货物的质量、规格、数量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验。

11.1.3开箱验收中如发现货物的数量、规格与合同约定不符，甲方有权拒收货物，乙方应及时按甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至开箱验收合格，方视为乙方完成交货。

11.2 检验验收

11.2.1交货完成后，乙方应及时组装、调试、试运行，按照合同专用条款规定的试运行完成后，双方及时组织对货物检验验收。合同双方均须派人参加合同要求双方参加的试验、检验。

11.2.2在具体实施合同规定的检验验收之前，乙方需提前提交相应的测试计划(包括测试程序、测试内容和检验标准、试验时间安排等)供甲方确认。

11.2.3除需甲方确认的试验验收外，乙方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应提供这些记录给买方。

11.2.4检验测试出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

- a. 重新测试直至合格为止；
 - b. 要求乙方对货物进行免费更换，然后重新测试直至合格为止；
- 无论选择何种方式，甲方因此而发生的所有费用均由乙方负担。

11.3 使用过程检验

11.3.1 在合同规定的质量保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，由甲方组织质检（相关检测费用由卖方承担），据质检报告及质量保证条款向卖方提出索赔，此索赔并不免除乙方应承担的合同义务。

11.3.2 如果合同双方对乙方提供的上述试验结果报告的解释有分歧，双方须于出现分歧后10天内给对方声明，以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。

12. 付款条件

本合同条款下的付款方法和条件在“青海省政府采购合同书”中具体规定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应在合同签订前，按磋商文件的约定提交履约保证金。13.2 履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

13.3 履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交（磋商文件中另有约定的除外）：

13.3.1 甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具的履约保函；

13.3.2 支票或汇票。

13.4 乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。货物验收合格后，甲方将履约保证金退还乙方或转为质量保证金。

14. 索赔

14.1 货物的质量、规格、数量、性能等与合同约定不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

14.2 在履约保证期和检验期内，乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1 在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费

、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可依照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有资质的中介机构评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的履约保证期。

14.3乙方收到甲方发出的索赔通知之日起5个工作日内未作答复的，甲方可从合同款或履约保证金中扣回索赔金额，如金额不足以补偿索赔金额，乙方应补足差额部分。

15. 迟延交货

15.1乙方应按照合同约定的时间交货和提供服务。

15.2除不可抗力因素外，乙方迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

15.3在履行合同过程中，乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

16. 违约赔偿

除不可抗力因素及合同另有约定外，乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金按未交货物的货款3%/日计收。

17. 不可抗力

17.1. 双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

17.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后以书面形式通知另一方。

17.3不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

18. 税费

与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

19. 合同争议的解决

19.1甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过协商解决。

19.2任何一方不愿通过协商或通过协商仍不能解决争议，则双方中任何一方均应向西宁仲裁委员会申请仲裁。

20. 违约解除合同

20.1出现下列情形之一的，视为乙方违约。甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方索赔的权利。

20.1.1乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

20.1.2乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

20.1.3乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的。20.2甲方全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则购买与未交付的

货物类似的货物或服务，乙方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。

部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

21. 破产终止合同

乙方破产而无法完全履行本合同义务时，甲方可以书面方式通知乙方终止合同而不给予乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

22. 转让和分包

22.1政府采购合同不能转让。

22.2经甲方书面同意乙方可以将合同条款下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

23. 合同修改

甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，做为合同的补充。

24. 通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

25. 计量单位

除技术规范中另有规定外, 计量单位均使用国家法定计量单位。

26. 适用法律

本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释。

第五部分磋商响应文件格式

磋商响应文件封面

正本/副本

青海省政府采购项目

磋商响应文件

采购项目编号：

采购项目名称：

供应商： （公章）

法定代表人或委托代理人： （签字或盖章）

年 月 日

磋商响应文件目录

(1) 磋商函·····	所在页码
(2) 法定代表人证明书·····	所在页码
(3) 法定代表人授权书·····	所在页码
(4) 磋商供应商承诺书·····	所在页码
(5) 供应商诚信承诺书·····	所在页码
(6) 资格证明材料·····	所在页码
(7) 财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明·····	所在页码
(8) 具备履行合同所必须的设备和专业技术能力证明·····	所在页码
(9) 无重大违法记录声明·····	所在页码
(10) 磋商保证金证明·····	所在页码
(11) 竞争性磋商首次报价表·····	所在页码
(12) 分项报价表·····	所在页码
(13) 技术规格响应表·····	所在页码
(14) 磋商产品相关资料·····	所在页码
(15) 磋商供应商的类似业绩证明材料·····	所在页码
(16) 中小企业声明函（货物）·····	所在页码
(17) 监狱企业证明资料·····	所在页码
(18) 残疾人福利性单位声明函·····	所在页码
(19) 磋商供应商认为在其他方面有必要说明的事项·····	所在页码
(20) 磋商最终报价表	

格式1、磋商函

磋商函

致：青海界志工程项目管理有限公司

我单位收到项目名称（项目编号）磋商文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表供应商（供应商名称、地址）提交磋商响应文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 我方已详阅磋商文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2. 磋商有效期自开标之日起内有效。如果在规定的开标时间后，我方在磋商有效期内撤回磋商或成交后不签约的，磋商保证金将被贵方没收。

3. 我方同意按照贵方要求提供与磋商有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4. 与本磋商有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：邮编：

电话：传真：

法定代表人姓名：职务：

供应商：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

年 月 日

格式2、法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：青海界志工程项目管理有限公司

（法定代表人姓名）现任我单位职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别： 年龄： 民族：

地址：

身份证号码：

附：法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件。

供应商：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

年月日

格式3、法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：青海界志工程项目管理有限公司

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，法定地址。

（法定代表人姓名）特授权（被授权人姓名）代表我单位全权办理项目的磋商、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签名：授权人（法定代表人）签名：

职务：职务：

附：被授权人身份证正、反面扫描（或复印）件。

供应商：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

年月日

格式4、磋商供应商承诺书

磋商供应商承诺书

致：青海界志工程项目管理有限公司

关于贵方年月日(项目名称)采购项目，本签字人愿意参加磋商，提供采购项目参数及要求中要求的所有产品，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表(供应商名称)，在此作如下承诺：

- 1、完全理解和接受磋商文件的一切规定和要求；
- 2、若成交，我方将按照磋商文件的具体规定与采购单位签订合同，并且严格履行合同义务，按时交货，提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现质量出现问题，我方一定尽快更换或保修，并承担相应的经济责任；
- 3、在整个磋商过程中我方若有违规行为，贵方可按磋商文件之规定给予惩罚，我方完全接受。
- 4、若成交，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

供应商：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

年月日

格式5、供应商诚信承诺书

供应商诚信承诺书

致：青海界志工程项目管理有限公司

为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容做出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的供应商平等参加政府采购活动。

二、参加采购代理机构组织的政府采购活动时，严格按照磋商文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名（加盖单位章和法定代表人签名）反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行成交人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对供应商的相关处理。

本承诺是采购项目磋商响应文件的组成部分。

供应商：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

年月日

格式6、资格证明材料

资格证明材料

资格证明材料包括：

- （1）单位法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证；
- （2）磋商文件规定的有关资格证书、许可证书、认证等；
- （3）磋商供应商简介及获得相关证书证明文件；
- （4）磋商供应商认为有必要提供的其他资格证明文件。
- （5）不存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消磋商资格”的承诺函。
- （6）不存在“为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。”的承诺函。

格式7、财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明

财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明

按照磋商文件第2.2款（1）中规定提供以下相关材料。

1. 供应商基本开户银行近三个月内出具的资信证明或经第三方机构出具近一年（2024年度）财务状况审计报告（扫描或复印件应全面、完整、清晰），包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务（会计）报表附注,并提供第三方机构的营业执照、执业证书；
2. 近半年内任意三个月内的依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料（如公司成立不足三个月，提供自成立之日起至今的依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料）；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

格式8、具备履行合同所必须的设备和专业技术能力证明

具履行合同所必须的设备和专业技术能力证明

为保证本项目合同的顺利履行，供应商必须具备履行合同的设备和专业技术能力，须提供履行合同的设备和专业技术能力的承诺函（格式自拟）。

格式9、无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

致：青海界志工程项目管理有限公司

（供应商名称）郑重声明，我方参加本项目竞磋活动前三年内无重大违法活动记录，符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

（提供“信用中国报告”“中国政府采购网”网站无任何不良记录的查询截图，时间为投标截止时间前10天内并附上“信用中国”完整的《信用信息报告》）

供应商：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

年月日

格式10、磋商保证金证明

磋商保证金证明

（本项目不适用）

致：青海界志工程项目管理有限公司

我方为（项目名称：）项目（采购编号为：）递交保证金人民币（大写：人民币元）已于年月日以基本户转账方式汇入你方账户。

附件：保证金交款证明及开户许可证复印件（加盖磋商供应商公章）

退还保证金时请按以下内容汇入至我方账户（同递交保证金账户）。若因提供内容不全、错误等原因导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。

户名：

开户银行：

开户帐号：

供应商：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

年月日

格式11、竞争性磋商首次报价表

竞争性磋商首次报价表

采购项目名称：

采购项目编号：

供应商名称：

单位：人民币（元）

项目名称	磋商首次报价	交货期	备注
	大写：		
	小写：		

注：1、填写此表时不得改变表格形式（可按所投包增加行）。

2、“磋商报价”为磋商总价。磋商报价必须包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、售前、售中、售后服务费、税金及不可预见费等全部费用。

3、“交货期”是指产品能够交付使用的具体时间。

4、磋商报价不能有两个或两个以上的报价方案。

供应商：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

年月日

格式12、分项报价表

分项报价表

采购项目名称：

采购项目编号：

单位：人民币（元）

序号	产品名称	品牌	规格 型号	生产厂家	数量及单 位	单价	合计	备注
1								
2								
3								
4								
...								
优惠承诺及其他：								
投标总价		小写：						
		大写：						

注：1、本表应依照采购项目参数及要求中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏。

2、“分项报价表”须为打印版，手写无效。

供应商：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

年月日

格式13、技术规格响应表

技术规格响应表

采购项目名称：

采购项目编号：

序号	采购需求技术参数、指标			投标产品技术参数、指标					偏离
	名称	技术参数及配置	数量	名称	品牌	规格型号、产地	技术参数及配置	数量	
1									
2									
3									
4									
...									

注：1. 本表应按照每包“项目概况及技术参数”中产品序号的指标逐项填写，不得遗漏，否则，按无效标处理。

2. “投标产品技术参数、指标”必须与投标文件中提供的产品检测报告、彩页等证明材料的实质性响应情况相一致。若在评标环节发现该项与投标文件中提供的产品检测报告或彩页（或厂家公开发布的资料参数）等证明材料的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

3. 填写此表时以招标项目参数要求为基本投标要求，满足招标项目参数要求的指标需列出“0”；超出、不满足招标项目参数要求的指标需列出“+”、“-”偏差，并做出详细说明；如果只注明“+”、“-”或未填写，将视为该项指标不响应。

4. 投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、编造证明材料的，按照实质性不响应处理。对伪造、编造证明材料的，将报告本级财政部门。

供应商：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

年月日

格式14、磋商产品相关资料

磋商产品相关资料

根据采购项目内容，磋商时提供国家认可的质监机构出具的磋商产品的产品的检验报告或证明技术参数响应的相关资料（或厂家公开发布的资料参数）、相关认证等资料。

格式15、磋商供应商的类似业绩证明材料

磋商供应商的类似业绩证明材料

提供2022年以来供应商的类似业绩证明材料。类似业绩是指与采购项目在产品类型、使用功能、合同规模等方面相同或相近的项目。需提供包含合同首页、标的及金额所在页、供货合同签字盖章页扫描(或复印)件。

格式16、中、小型企业声明函

中小企业声明函（货物）

（不满足以下条件的无需填写）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的服务的（全部）供应商符合政策要求的中小企业，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）具体情况如下：

1. （文成路社区卫生服务站建设项目医疗设备采购（二次）），属于（ ）行业，制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（公章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

格式17、监狱企业证明资料

监狱企业证明资料
(不属于监狱企业的无需提供)

备注：按《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》
(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。

单位名称：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

年月日

残疾人福利性单位声明函

致：青海界志工程项目管理有限公司

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位在职职工人数为人，安置的残疾人人数人。且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：若无此项内容，可不提供此函。

企业名称：（公章）

企业法定代表人：（签字或盖章）

年月日

格式19、磋商供应商认为在其他方面有必要说明的事项

磋商供应商认为在其他方面有必要说明的事项

磋商供应商在参加本项目磋商中根据磋商文件的要求认为需要说明的事项，如没有说明事项，此项可忽略。（格式可自定）

格式20、磋商最终报价表（单独提交）

磋商最终报价表

磋商供应商名称：

单位：元

项目名称	投标报价	交货期	备注
	大写：		
	小写：		

注：此表以政采云平台线上发起最终报价为准，供应商应在收到二轮报价通知30分钟内按系统提示提供最终报价。

供应商：（公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）

年月日

第六部分 采购项目要求及技术参数

(一) 投标要求

1. 投标说明

1.1 供应商对本磋商文件中所有内容必须作为一个整体进行投标，不能拆分或少报，否则投标无效。

1.2 项目中标后分包情况：不允许。

2. 报价说明

本次磋商文件中规定的采购最高限价为**68.3万元**，磋商供应商的磋商报价不得超出此额度。否则，磋商无效。

3. 商务要求

3.1. 交货时间：合同签订后30日历日。

3.2. 交货地点：按采购合同约定执行；

3.3. 付款方式：详见“第三部分青海省政府采购项目合同书范本”中“四”付款方式”的规定。

3.4. 免费质保期：3 年。

(二) 采购要求

采购技术参数

序号	设备名称	数量	要求	参数
1	血红蛋白机	1 台	便携	测试原理:反射光度法 试剂片:血红蛋白试剂片测试速度:小于 12 秒 测试范围:40g/L-240g/L 显示:液晶显示屏,测试结果 SI 国际单位 存储功能:可保存试剂片代码,并可自动存储和更新 250 个样品的测试结果。校正功能:自我校正。 其他: 自动判断故障并显示故障代码使用期限:5 年。
2	温湿度记录仪	1 台	可连接手机	温度量程 $-40^{\circ}\text{C}\sim+120^{\circ}\text{C}$ 功能 测量、记录存储、数据 、传送
3	成人身高体重秤	1 台	电子	测高范围:0-200cm,分度值通常为 0.5cm。 称重范围:0-200kg,分度值为 0.1kg。 自动测量\语音播报\折叠功能\自检系统 材质:秤体采用耐腐蚀的材料制成 显示屏:数码显示屏,显示测量结果。
4	儿童身高体重称(竖式)	1 台	电子	体重量程:0kg-100kg 分度值:50g 身高量程:60cm-150cm 分度值:1mm 坐高量程:50cm-90cm 分度值:1mm 电源:DC7.5V/3A
5	3 岁以下儿童量床(卧式)	1 个	需带放置台,卧式身高体重秤	身高测量 测量范围:30 - 110 厘米(适用于婴幼儿) 测量精度:能达到 ± 0.2 厘米。 体重测量 测量范围:0 - 50 公斤(针对婴幼儿及较小儿童) 测量精度: ± 0.01 公斤 其他参数 显示方式:LED 高亮数码显示或触摸屏显示,方便读数。 电源:电源电压交流 110V - 240V、50HZ , 或直流 12V $\pm 10\%$; 消耗功率通常 $\leq 10\text{W}$ 。 机身材质:环保塑料。 工作环境温度: $+10^{\circ}\text{C}\sim+40^{\circ}\text{C}$, 能确保设备在不同温度环境下正常工作。

6	西药柜	5 个	双面、层数 ≥ 7 层、长度 ≥ 2 米	1、规格 800×860×2000mm。 2、冷轧钢板制作，配防脱导轨，静电喷塑，每盘载重量 10 公斤。 3、两面共可设 10-16 层抽屉式药盘，层距可自行调节，药盘可斜放或平放。 4、每层盘配有活动隔片，可根据药量自行调节。 5、标签式插板，更换药品标签。 6、底脚子弹头式调节脚，使药架放置平稳
7	冷藏冷冻冰箱	2 台	上冷藏下冷冻	冷藏 ≥ 180 升，冷冻 ≥ 90 升 储存温度上室: $2^{\circ}\text{C} \sim 8^{\circ}\text{C}$ 下室: $-10^{\circ}\text{C} \sim -26^{\circ}\text{C}$ 气候类型 N 输入功率 302W 发泡料 环戊烷 制冷剂及装入量上室: R600a/22g 下室: R600a/60g
8	2-8° 冷藏可视冰箱	2 台	双开门、可视	储存温度 $2^{\circ}\text{C} \sim 8^{\circ}\text{C}$ 有效容积 $\geq 725\text{L}$ 气候类型 N 输入功率 650W 发泡料 环戊烷 电源连接条件 Y 制冷剂及装入量 R290/85g
9	冷藏可视冰箱	1 台	单开门、可视	容积: 280 升。 温度范围: 2°C 至 48°C 可调 储存温度 $2^{\circ}\text{C} \sim 8^{\circ}\text{C}$ 控温方式: 智能电脑温度控制器，传感器控制、显示、报警。 制冷方式: 风冷，强制空气循环，确保箱体恒温。 报警功能: 高温、低温、系统故障、断电报警、传感器故障等多种报警功能。 外观设计: 立式旁开门，安全门锁，外门配锁，底部带脚轮，内部可调式层架。 材料: 结构钢板经喷涂工艺处理，内壁为易于清洁的材料，高密度聚氨酯整体发泡保温材料。 其他特性: 键盘锁定功能，防止随意调整运行参数; 无霜，不需人工除霜; 箱体照明灯; 断电报警功能; 防凝露玻璃门，适合高温高湿环境使用; 直立式安装，节省空间。
10	固定紫外线消毒灯	12 台	各房间和照明灯一起	1. 紫外线波长: $\leq 253.7\text{nm}$ 。 2. 紫外线强度范围: $70\text{--}100 \mu\text{W}/\text{cm}^2$ 。 3. 功率根据消毒空间大小选择 25W、36W、60W 等。 4. 灯管寿命: 通常在 8000 至 1 万小时以上。 5. 吊顶式紫外线灯管。

11	全自动血细胞分析仪	1 台	可做超敏 C 反应蛋白	1、检测模式：具有 CBC、CBC+DIFF、CBC+DIFF+CRP、CBC+CRP、CRP 等 5 种及以上全血检测模式。 2、进样方式：全自动进样，单管封闭进样；急诊位有单管封闭进样仓，有效降低生物污染风险 3、进样模式：静脉全血、末梢全血、预稀释血检测模式 4、样本用量：五分类+CRP 模式$\leq 40 \mu\text{l}$，CRP 模式$\leq 20 \mu\text{l}$ 5. 具有原厂配套的试剂、校准品、质控品。
12	尿常规分析仪	1 台		1. 测试速度 连续测试：≥ 500 条/小时。 单条测试：支持急诊插入功能。 2. 样本需求 尿样量：$< 2\text{mL}$（微量检测）。 样本容器：支持普通离心管、玻璃试管。 3. 试纸条处理 自动选择：兼容 11 项、12 项、14 项试纸条。 废条抛弃：自动丢弃已使用试纸条至废料盒（容量≥ 500 条）。 4. 清洗与维护 自动清洗：开关机自动清洗液路，采样针内外壁清洗。 防污染：全封闭检测，符合生物安全要求。 操作与显示 5. 显示界面 屏幕：≥ 8 寸触摸式 TFT 彩色液晶屏（中英文切换）。 结果输出：半定量符号（如+、++）及国际单位（SI）显示。 6. 数据管理 存储容量：常规/急诊/质控记录各≥ 10 万条。 通讯接口：RS232 串口、USB、局域网接口（支持 LIS 系统连接）。 条码识别：支持试管条码扫描（PS/2 接口） 7. 其他实用功能 1. 急诊模式：支持急诊样本优先检测 2. U 盘升级：通过 U 盘更新仪器软件 3. 打印输出：内置热敏打印机，支持外接针式打印机。
13	中医 TDP 治疗仪	2 台	双头	使用环境：温度$+10$ 至$+40^{\circ}\text{C}$、相对湿度小于等于 80%、大气压力 700-1060hPa。 治疗板使用寿命：$\geq 1000\text{h}$（提供生产厂家技术资料）。 治疗头工作寿命，在额定功率下使用，$\geq 2000\text{h}$（提供生产厂家技术资料）。
14	12 导心电图机	2 台	便携	1.1 显示屏≥ 10.0 英寸，屏幕亮度可调，支持背景网格显示，支持全屏触控操作。 1.2 一体化标准物理全键盘，支持拼音、五笔等输入法。

			1.3 患者信息录入：支持手动输入，条码枪、磁卡读卡器、身份证读卡器读取，WORKLIST 快速下载排队预约的患者信息 3 种方式。 1.4 内置热敏点阵打印机，并支持通过有线/无线方式外接激光打印机打印 A4 报告，在无网格纸上打印网格功能； 1.5 支持通过有线、无线、移动网络的方式进行联网，内置 WIFI 模块，可支持 2.4GHz/5GHz 双频带传输； 1.6 心电数据传输，可实现将本机采集的心电数据与心电网络平台的双向传输。 2.1 标准 12 导联心电信号同步采集。 2.2 导联选择：手动/自动可选。 2.3 实时采样、预采样、触发采样、周期采样模式，节律分析。 2.4 同屏显示 12 导同步心电波形，同时支持 3*4、3*4+1R、3*4+3R、6*2、6*2+1R、6*2+3R、12*1 等多种显示布局。 2.5 屏幕显示信息：心电波形、时间、心率、ID、工作状态、导联脱落信息、联网状态信息、外接设备状态信息等。 2.6 自动异常报警功能：可自动对异常心率、导联脱落、外设连接、高频信号干扰情况进行实时监测报警。 2.7 热敏打印布局：3*4、3*4+1R、3*4+3R、6*2、6*2+1R、6*2+3R、12*1。 2.8 热敏记录纸：折叠纸。 2.9 设备内置存储器，可存储病历≥ 20000 例，存储满后机器可循环存储，支持扩展存储及数据导出。 2.10 U 盘和 SD 卡直接导出不同格式的 report。 2.11 波形冻结与波形浏览功能。 2.12 有病历管理功能，可对存储的病历进行查询、浏览、修改、导出、传输、打印，方便医生调阅病人信息，并且支持病例重新编辑，具备病例模板与自定义病例模板的添加功能，方便医生在屏诊断时快速输入诊断结论。 2.13 权限管理，可对设置权限进行密码管控，包含传输、纸速、增益、报告模板等设置。 2.14 支持快速模式，采集与打印同步。 2.15 支持导联接反检测。 电源 交直流两用且自动转换， 内置锂电池充满电后可连续工作≥ 6 小时。
--	--	--	---

15	电子 血压 计	10 台	有外 置电 源、 可充 电	一、测量参数 测量位置：上臂。 适应手臂周长：一般为 12~50cm(标配袖带 22~32cm)， 提供多种可选袖带以适应不同臂围。 压力测量范围：0~300mmHg。 脉搏测量范围：40~200 次/分。 二、测量精度 压力精度：±3mmHg（±0.4KPa）。 脉搏测量精度：±3%。
16	血糖 仪	8 台	中标 血糖 仪所 用试 条可 网采 的机 型	1. 血样量：1 μL 2. 血样类型：新鲜毛细血管全血、静脉全血、动脉全血 及新生儿全血 3. 检测原理：葡萄糖脱氢酶 4. 测试范围：1.1/~33.3mmol/L 5. 测量时间：5 秒 6. 加样方式：顶端加样+自动虹吸 7. 记忆容量：500 个血糖测试值，100 个质控液测试值 8. 调码方式：自动调码 9. HCT 范围：10~70% 10. 测试温度：10~40° C 11. 测试湿度：≤90% 12. 储存条件：温度 5° C~30° C，相对湿度≤95% 13. 准确度：符合 GB 标准
17	氧饱 仪	10 台	指尖	1. 测量范围与精度 血氧饱和度： 测量范围：通常 35%~100%； 精度：±2%~±3%（70%~100%区间）。 2. 脉率： 测量范围：25~250 次/分钟； 精度：±1%或±1 次/分钟（取较大值）。 3. 抗干扰能力：运动伪差抑制。环境光抗干扰。 4. 电池与续航 类型：AAA 电池或锂电池； 续航：20~100 小时（因设备功耗而异）。 5. 显示与报警功能 显示屏类型：OLED、LCD 或数码管； 报警阈值：可自定义低血氧/高脉率提醒。 6. 防水防尘等级 如 IP22（防溅水）或更高，适合户外或医疗环境。 7. 温度补偿 自动校正低温导致的末梢循环不良误差。
18	成人 视力 灯箱	2 个	电子 显示	视标类型：E 视标 光源类型：LED 灯 尺寸：90cm*60cm

19	儿童视力表	1 个	电子显示	视力类型：图形视力表 检查距离：5 米 尺寸：90cm*60cm
20	中药打粉机	2 台	高质量、大型、不焦糊	- 容量：≥4500 克大容量。 - 刀片材质：加厚加硬钢刀。 - 功能：开盖断电。 - 主轴转速：11000r/min。 - 电机功率：1300w。 - 刀片撞击与剪切实现干式粉碎，细度可达 80-200 目。 - 特性：不锈钢刀片及粉碎槽，配备风冷系统、吸尘装置和过热保护机制。 - 刀头：八叶金刚刀头。 - 内胆材质：加厚 304 不锈钢材质。
21	儿保床	1 个	有柜体和防护软垫	尺寸和结构:150*80*100 cm 柜体：150*80*80 cm 材质： 床板使用多层复合板材，厚度不低于 15 毫米，承重能力达到 50 公斤以上侧栏垂直高度不低于 60 厘米，护栏间隙控制在 6-8 厘米之间。 床角进行圆弧处理，倒圆半径不小于 3 厘米。 床垫选择抗菌防过敏材质，厚度 5-8 厘米，内芯采用高密度慢回弹记忆棉，外套使用可拆卸防水面料。
22	彩色多普勒超声诊断仪	1 台	便携式，可外带	高分辨率液晶显示器≥15 英寸 二维灰阶成像单元 彩色多普勒血流成像单元 频谱多普勒显示和分析单元 能量多普勒，方向性能量图 空间复合成像技术 斑点噪声抑制技术 一键实时扫查优化技术 应变式 弹性成像及定量分析技术 脉冲反相谐波成像 宽景成像，可用于包含相控阵在内的所有 2D 探头 组织多普勒成像 二维灰阶血流成像：非多普勒成像原理，真实反应血管内血流状态，无取样框、无角度依赖，清晰显示血流动力学状态 凸形扩展功能，可用于线阵、相控阵探头 内置快捷操作指导模块：通过文字、图片、视频等形式 系统内置操作切面实时指导工具：可在屏幕上分屏显示各脏器标准扫查切面超声图与扫查手法图片、flash 动画图并配以文字说明，可实时指导操作者找到标准切面并进行正确测量 语音备注：连接外接话筒，在图像上添加一段语音备注，与图像一起存储，支持调看图像时回放。 乳腺自动化扫查流程：自动化扫查囊括了基础乳腺扫查切面及成像模式，包括 2D/PDI/图像存储；规范的工作流程，协助初学扫查者避免扫查区域的遗漏，提供专门的乳腺报告设计；能自动描记病灶对组织结构进行测量，并备注病变结构特征，进

			行 Bi-RADS 分级； 甲状腺智能工具包：能自动描记病灶对组织结构进行测量，并备注病变结构特征，进行 Ti-RADS 分级；提供专门的甲状腺报告设计 智能随访工具包：可将前次扫描图像与当前实时扫描图像进行同屏对比，还原前次图像的扫查参数，并具有影像融合技术显示功能个数≥ 4 个 轨迹球操作 内置单块锂电池时间为≥ 50 分钟 探头规格 探头接口 2 个 频率：宽频、变频探头，可视可调中心频率范围 1.7-18 MHz，以具体数值显示 标配探头二维灰阶显示中心频率≥ 7 种 频率自动调节功能：在彩色和其他多普勒模式下，随着取样位置深度的变化自动调节频率 支持探头类型：支持凸阵、线阵、相控阵、微凸阵、术中探头等 穿刺导向：具有穿刺引导线 扫描频率： 电子凸阵：可视可调中心频率 2.0—5.0 MHz； 电子线阵：可视可调中心频率 4.0—13.0 MHz； 相控阵探头：可视可调中心频率 1.7—4.0 MHz； 成人相控阵探头扫描角度$\geq 120^\circ$ B 型成像主要参数 ≥ 256 灰阶 发射声束聚焦：≥ 8 段 回放重现：灰阶图像回放≥ 5000 帧、回放时间≥ 60 秒 增益调节：B/M/CF/D 可独立调节，TGC 调节≥ 8 段 超声系统最大探查深度$\geq 30\text{cm}$ 系统动态范围$\geq 261\text{ dB}$ 凸阵探头最大视角，18 cm 深度时，帧频≥ 40 帧； 相控阵探头 90° 视角，18 cm 深度时，帧频≥ 60 帧 频谱多普勒 方式：脉冲波多普勒 PWD；高脉冲重复频率 HPRF；连续波多普勒 CWD 多普勒发射频率可视可调 最大测量速度：PWD：$\geq 20\text{m/s}$ ； CWD：$\geq 40\text{m/s}$； 最小测量速度：$\leq 1\text{mm/s}$ 多普勒取样容积距离体表的深度可在屏幕上实时显示 PW 取样容积宽度 1-16mm 彩色多普勒 显示方式：速度分散显示、能量显示、速度显示、方差显示 彩色多普勒频率具体数值可视可调 双幅实时显示、包括双幅不同模式实时显示（B/B；B/CFM） 凸阵探头最大视角，最大取样框，18cm 深度时，彩色帧频≥ 8 帧； 相控阵探头 90° 视角，最大取样框，18cm 深度时，彩色帧频≥ 12 帧； 测量和分析：(B 型、M 型、频谱多普勒、彩色模式) 一般测量
--	--	--	---

				妇产科测量 多普勒血流测量与计算 频谱多普勒自动包络测量和计算,可自动测量和计算≥ 12 个参数 泌尿科测量与分析,支持膀胱容积自动测量 血管内中膜厚度自动测量 电影回放重现及病案管理单元 同屏一体化智能剪贴板,可以实时同屏存储和回放动态及静态图像,将存储的图像显示在屏幕上实时图像的下方,随时调阅、删除、导出图像 原始数据处理,可对回放的图像进行≥ 30 种参数调节 USB 一键快速存储: 只需一个按键一步操作即可把屏幕上的图像传输至 U 盘或移动硬盘中 内置硬盘$\geq 256\text{GB SSD}$ 输入、输出信号 输入、输出接口: S-Video、USB、HDMI 等 UPS 电源,配两把探头
23	医用屏风	5 个	带轮	一、尺寸参数 高度: 1800mm。 宽度: 四折。 透明部分高度: 透明部分的高度不小于 900mm。 二、防护参数 材料: 面板材料防尘、抗菌、易清洗; 框架材料: 不锈钢。 三、其他参数 布料: 蓝色
24	治疗车	1 个		1. 尺寸: 长 80cm 宽 50cm 高 90cm 2. 材质不锈钢,带刹车
25	抢救车	1 个		1. 尺寸: 长 80cm-120cm 宽 50cm-60cm 高 90cm-100cm 2. 材质不锈钢 3. 功能: 多层隔板、抽屉; 配备独立电源系统; 配备急救灯、输液架等,带刹车
26	心脏除颤仪	1 台	带柜体,也可移动。带监护功能	多种能量选择,包括 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、15、20、30、50、70、85、100、120、150、200 焦耳。 患者阻抗范围为 15-300 欧姆。 充电到最大能量的时间不超过 7 秒,对于 75-100 欧姆的患者,充电时间为 4.8 秒。 同步及非同步模式可切换。 体外除颤把手功能键包括能量调节、充电、放电及打印控制按钮。 除颤能量可显示在监护仪界面,并记录于带状打印纸和事件回顾软件。 多功能缆线可用于连接多功能电极片或外部手柄。 内置自动除颤测试,可测试输出能量、多功能电缆线和手柄,并记录在打印纸和内存。 使用者可在设备前面板或除颤手柄选择能量大小。

			设备前面板和手柄前端都具备充电按钮。 3. 心肺复苏提示和实时反馈功能 有胸外按压效果直观图。 设备可提供实时的语音及可视 CPR 速率、深度反馈。 能测量按压深度，范围为 1.9-7.6 厘米。 能测量按压频率，范围为 50-150 次/分钟。 当按压深度不足时，设备能提供语音指导用力按压。 设备使用最新的 AHA 指南标准，并可随时进行软件升级。 设备可提供是否将 CPR 数据记录在内存中的选项。 具备 CPR 数据分析软件，可提供完整的按压分析报告。 CPR 反馈功能可在移动的环境下使用。 CPR 反馈功能可用于电极片贴于前胸-后背位置。 当电极片或手柄缆线连接到设备时，CPR 反馈功能自动启动。 4. 监护功能 心电导联选择：支持 3 导联、5 导联和 12 导联，可连接多功能电极片或手柄。 心率监护范围：0 至 300 次/分。 ECG 导联：Paddles (Pads)、I、II、III、aVR、aVL、aVF、V4。 频率响应：电极片/除颤手柄为 0.67-20Hz 或 0.67-40Hz（用户可选），3/5 导联持续监护为 0.67-20Hz 或 0.67-40Hz（用户可选），诊断模式为 0.525-40Hz。 设备可选择患者类型并在屏幕上显示。 设备具有探测植入起搏器脉冲的专用电路。 设备在心电图轨迹上可显示标准起搏脉冲记号。 ECG 大小：0.125、0.25、0.5、1.0、1.5、2.0、3.0cm/mV 以及自动设换范围。 当触发心率报警时，监护仪显示报警信息、发出可视报警声，并可自动打印。 监护参数报警范围可调。 5. 显示 至少配备 7 寸彩色显示屏。 像素至少为 800X480。
27	双目 视力 筛查 仪	1 台	低龄 儿童 视力 普查 和初 筛 1、显示屏幕：≥5.0 英寸彩色触摸操作 LCD 显示屏幕，45° 前倾屏幕；无线测量：支持 802.11b/g/n。 2、锂离子电池或交流电直接供电；电池寿命：2.5 年（正常使用）；测量范围与精确度：球镜度数：-7.50D+7.50D，每 0.25D 递增；柱镜度数：-1.50D 到 +1.50D，±0.50D；-3.00D 到 +3.00D，±1.00D；轴位范围：1° 至 180°，1° 递增；瞳孔尺寸范围：4.0mm 至 9.0mm，每 0.1mm 递增；瞳距范围：35mm 至 80mm，每 1mm 递增；固视测量：0 至 20 度，1 度递增，包括鼻侧、

				颞侧、上方、下方；精确度：球镜度数：-3.50D 到+3.50D，$\pm 0.50D$；-7.50D 到-3.50D，$\pm 1.00D$；+3.50D 到+7.50D，$\pm 1.00D$；柱镜度数：-1.50D 到+1.50D，$\pm 0.50D$；-3.00D 到+3.00D，$\pm 1.00D$；瞳孔尺寸：$\pm 0.1mm$（或$\pm 0.4mm$，不同资料可能有所不同）；瞳距：$\pm 0.1mm$；固视测量：0 至 5 度（± 1 度）；5 至 20 度（± 2 度）； 3、筛查内容：屈光筛查（近视、远视、散光、屈光参差）、眼位变化、瞳孔大小及间距、矫正视力等；操作省时：双目同步筛查；检查智能化：全智能化。
28	全自动电子血压计	2 台	带柜体，较大，操作简单居民可自行测量	1、测量范围压力测量范围：一般为 0-300mmHg 或 0-40kPa。脉率测量范围：通常在 40-200 次/分。测量精度压力精度：一般为$\pm 3mmHg$（$\pm 0.4kPa$）。脉率测量精度：通常为$\pm 5\%$。 2、显示方式：如 7 段 LCD 大屏等。测量位置：上臂。自带袖带适应手臂周长：常见的有 12-50cm 等不同范围。电源：交直流两用，或使用 4 节 AA 碱性电池、5V DC 等。操作环境：温度一般为$+5^{\circ}C$-$+40^{\circ}C$，湿度 15%RH-85%RH。储存环境：温度$-20^{\circ}C$-$60^{\circ}C$，湿度 10%RH-95%RH。 3、数据存储：可存储 999 组等不同数量的测量数据。语音播报：具有语音播报功能，可播报测量结果。自动关机：一般无操作 3 分钟后自动关机。特殊功能：如不规则脉波检测功能、测量过程中身体移动检测功能、心率不齐标记等。
29	尿布整理台	1 台	牢固、挂墙	婴儿护理台的打开尺寸为 $850 \times 560 \times 495mm \pm 10mm$ 材质和承重： 采用高密度聚乙烯材料，合页支架为金属，承重可达 20 千克以上； 有合页式结构、安全带、卫生垫纸储存和尿布袋挂钩等。
30	婴儿床	1 个	牢固	尺寸：$73 \times 42 \times 76cm$，$155 \times 80 \times 125cm$，$186 \times 80 \times 90cm$，尺寸公差不超过+1cm 材质：由不锈钢管、钢管、不锈钢板、薄钢板压制、折弯、组装焊接后成型。
31	空气消毒机	2 台	人机共存	一、基本参数 消毒因子：紫外线。 适用空间体积：表示消毒机适用的房间大小，$\leq 120m^3$。 安装方式：移动式。 二、消毒和洁净性能 循环风量：$\geq 900m^3/h$。 杀灭率：对白色葡萄球菌的杀灭率$\geq 99.90\%$。 臭氧泄漏量：表示消毒机在工作时臭氧的泄漏量，应低于一定标准，$\leq 0.005mg/m^3$。 紫外线辐照强度：机内紫外线强度应达到一定标准，$\geq$

				20000 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$。 三、其他参数 噪音：$\leq 45\text{dB}$。 过滤系统：如初效网、中效网、高效网尘埃过滤。 负离子发生器释放量：$\geq 6 \times 10^7$ 个/m^3。 风速选择：高、中、低风速可选。 显示屏和触摸键：用于显示消毒机的状态和进行操作。 紫外线故障自动检测：自动检测紫外线灯管是否故障，并提醒更换。 净化指标：机器工作 90 分钟房间内净化度可达十万级。
32	小儿 血压 计	2 台	腕带 式	儿童血压计 测量范围：压力 (0~270) mmHg [(0~36) kPa] 脉率数 40 次/分~180 次/分 测量准确度：压力 $\pm 3\text{mmHg}$ ($\pm 0.4\text{kPa}$) 以内 脉率数 $\pm 5\%$ 以内 存储容量：可存储 200 组测量数据 电源：Li 电池 (DC3.7V) 或电源适配器 (输入：AC100-240V 50/60Hz, 0.5A, 输出：6V/1A) 使用温 湿度：5℃~40℃, 15%RH~80%RH 运输和贮存温湿 度：-20℃~+55℃, $\leq 93\%\text{RH}$ 运行大气压 力：80kPa~106kPa 运输和贮存大气压力：50kPa~106kPa 袖带适用周长范围：15cm~22cm