

乌什县应急救援医疗设备采购项目

项目编号：WSX[2025]-118

竞争性谈判文件

采 购 人：乌什县人民医院

采购代理机构：新疆疆裕百川工程项目管理有限公司

二〇二五年七月

竞争性谈判文件

项 目 名 称:乌什县应急救援医疗设备采购项目

采 购 人（公章）：乌什县人民医院

法定代表人（签字或盖章）：

联 系 人：王森林

电 话：15569378800

采购代理机构（公章）：新疆疆裕百川工程项目管理有限公司

法定代表人（签字或盖章）：

联 系 人：江鑫

电 话：17699528101

地 址：阿克苏市虹桥街道长安社区友谊北路阿克苏丝路古镇奇石玉石博览旅游文化中心 16-001

2025 年 07 月 04 日

目 录

第一章 采购公告	3
第二章 供应商须知	7
供应商须知前附表	7
供应商须知	16
1. 采购依据以及原则	16
2. 合格的供应商	16
3. 保密	17
4. 语言文字、计量单位、时间单位、报价有效期以及参与采购活动费用	17
5. 踏勘现场	18
6. 询问	18
7. 偏离	18
8. 履约担保	18
9. 采购代理服务费率	18
10. 采购文件	19
11. 响应文件的组成	21
12. 响应报价	21
13. 响应文件格式以及编制要求	21
14. 响应文件的密封和标记	22
15. 响应文件的递交	22
16. 响应文件的修改与撤回	22
17. 保证金	23
18. 开标、谈判、成交	23
19. 质疑	32
20. 投诉	33
21. 其他需补充的内容	34
第三章 采购需求	35
1. 项目说明	35

第四章 评审办法 53

 1. 评审附表 53

 2. 评审方法 53

 3. 评审标准 54

 4. 评审程序 54

第五章 签订合同、合同主要条款 56

 1. 签订合同 56

 2. 追加合同金额 56

 3. 货物质量与验收 57

 4. 合同主要条款 57

第六章 响应文件格式 63

第一章 采购公告

乌什县应急救援医疗设备采购项目的潜在供应商应在政采云平台获取采购文件，并于 2025 年 07 月 11 日 11 点 00 分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：WSX[2025]-118

项目名称：乌什县应急救援医疗设备采购项目

采购方式：竞争性谈判

预算金额：1000000.00 元

最高限价：1000000.00 元

采购需求：应急救援医疗设备采购（详见采购清单）

标项名称：乌什县应急救援医疗设备采购项目

数量：1

单位：项

简要规格描述：应急救援医疗设备采购（详见采购清单）。

合同履行期限：45 日历天内完成供货。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小企业

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）；

（2）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）；

（3）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）；

(4) 《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

(5) 《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号），投标产品为计算机、打印机、空调、照明产品、电视机、电热水器、显示器、便器、水嘴等九大类政府强制采购的产品，必须为国家财政部、环境保护部、国家发改委等有关部门发布的《环境标志产品政府采购清单》和《节能产品政府采购清单》中的产品。

3. 本项目的特定资格要求：

投标产品属于医疗器械的，投标人应提供符合《医疗器械监督管理条例》等有关法规要求的资质。即投标产品及生产方具有有效的医疗器械注册、医疗器械生产许可证明文件；投标人具有有效的医疗器械经营许可证明文件及备案凭证。

三、获取采购文件

时间：2025年07月07日至2025年07月09日，每天上午10点00分至14点00分，下午16点00分至20点00分（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台

方式：政采云平台报名报名成功后自行下载

售价：0元

四、响应文件提交

截止时间：2025年07月11日11点00分（北京时间）

地点：电子加密响应文件上传至政府采购云平台投标客户端。

五、响应文件开启

开启时间：2025年07月11日11点00分（北京时间）

地点：政府采购云平台线上开启

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、本公告在新疆政府采购网发布，请投标单位随时关注本项目的澄清、答疑、变更事项。

2、本项目实行不见面开标（网上投标，网上开标、评标），供应商需办理 CA 锁。已办理 CA 锁的，需添加在政府采购云平台使用的功能。CA 锁办理或升级地址：阿克苏市行政服务中心一号楼二楼 D5 数字证书窗口（地址位于阿克苏市多浪河二期），联系人：卢海霞，咨询电话：0997-2151777。或潜在供应商自行登录新疆数字认证中心网站 <https://www.xjca.com.cn/> 办理。供应商因未注册入政府采购云平台“供应商库”、或未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

3、各政府采购供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过 <https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding> 自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：<https://service.zcygov.cn/#/help>，“项目采购”——“操作流程-电子招投标”——“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可拨打 400-881-7190 客服电话。

特别提示：

1、超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。

2、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予 10%~20%（工程项目为 3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标

时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 3%~5% 作为其价格分。

3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 4%~6%（工程项目为 1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 1%~2%作为其价格分。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：乌什县人民医院

地 址：乌什县林基路西街 31 号

联系方式：15569378800

2. 采购代理机构信息

名 称：新疆疆裕百川工程项目管理有限公司

地 址：阿克苏市虹桥街道长安社区友谊北路阿克苏丝路
古镇奇石玉石博览旅游文化中心 16-001

联系方式：17699528101

3. 项目联系方式

项目联系人：江鑫

电 话：17699528101

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

序号	条款名称	编列内容
1	采购人	名称：乌什县人民医院 地址：乌什县林基路西街 31 号 联系人：王森林 电话：15569378800
2	采购代理机构	名称：新疆疆裕百川工程项目管理有限公司 地址：阿克苏市虹桥街道长安社区友谊北路阿克苏丝路古镇奇石玉石博览旅游文化中心 16-001 联系人：江鑫 电话：17699528101
3	项目名称	乌什县应急救援医疗设备采购项目
4	项目编号	WSX[2025]-118
5	资金来源	财政资金
6	采购内容	应急救援医疗设备采购（详见采购清单）。
7	最高限价	1000000.00 元（大写：壹佰万元整）
8	交货期	45 日历天内完成供货
9	交货地点	甲方指定地点，运费由供应商自行承担
10	是否专门面向中小企业	☐ 是 ☒ 否
11	是否接受联合体报价	☒ 不接受 ☐ 接受，应满足下列要求：_____
12	报价有效期	自报价截止之日起 <u>30</u> 个日历天。
13	履约担保	☒ 不需要 ☐ 需要，履约保证金的金额：成交合同金额的 <u> / </u> % （履约保证金须以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交）
14	采购代理服务费用支付	☐ 由采购人支付 ☒ 由成交供应商支付

		按照发改计价格【2002】1980号文件计算、【2015】299号文件执行，由中标单位在领取中标通知书前一次性支付。
15	构成采购文件的其他材料	补充文件
16	供应商要求澄清采购文件的截止时间	采购文件发售截止之日 17 点前
17	供应商确认收到采购文件澄清或修改的时间	从补充文件发布时间开始 48 小时内
18	供应商资格条件	1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2. 落实政府采购政策需满足的资格要求： （1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）； （2）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）； （3）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）； （4）《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）； （5）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号），投标产品为计算机、打印机、空调、照明产品、电视机、电热水器、显示器、便器、水嘴等九大类政府强制采购的产品，必须为国家财政部、环境保护部、国家发改委等有关部门发布的《环境标志产品政府采购清单》和《节能产品政府采购清单》中的产品。 3. 本项目的资格要求： （1）投标产品属于医疗器械的，投标人应提供符合《医疗器械监督管理条例》等有关法规要求的资质。即投标产品及生产方具有有效的医疗器械注册、医疗器械生产许可证明文件；投标人具有有效的医疗器械经营许可证证明文件及备案凭证。 （2）具备有效的三证合一营业执照；

		(3) 法人代表或其委托代理人应提供本人身份证，委托代理人还应提供《法人代表授权委托书》； (4) 提供 2024 年财务审计报告或财务报表，企业成立不足一年的，须提供企业成立以来的财务报表 (5) 近三个月完税证明及社保缴纳明细； (6) “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)（列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单）和“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)的查询结果的截图（评标时专家评委可再次通过系统查询进行资格审查确认）。 (7)与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段谈判，否则，相关投标均无效； (8) 本项目不接受联合体投标。
19	是否允许递交备选报价方案	☒ 不允许 ☐ 允许。要求：只有成交供应商所递交的备选报价方案方可予以考虑。谈判小组认为成交供应商的备选报价方案优于其按照采购文件要求的报价方案,采购人可以接受该备选报价方案。
20	响应报价的范围	含税全包价，包括产品的设计、制作、包装、保险、运输、装卸、安装、调试、培训、验收、保修等一切费用。
21	响应报价的次数	本次响应报价实行多轮谈判报价，原则上第二轮报价为最终报价。
22	进口产品投标	☒ 不允许 ☐ 允许，产品名目清单：_____
23	样品	☒ 不需要 ☐ 需要，样品要求如下： 1. 样品：采购文件中带“※”标注的货物为供应商开标时应提供的样品。 2. 样品的生产、安装、运输费、保全费等一切费用由供应商自理。 3. 送样截止时间：20____年__月__日__时__分， 4. 送样送达地点：_____。逾

		期送达或未送达到指定地点的拒绝接收。 5. 供应商应按照采购代理机构的要求摆放样品并做好展示，样品不能有供应商的标识及品牌，样品将进行统一编号。 6. 若需要现场演示的，供应商应提前做好演示准备（包括电源线等），届时未能演示的，后果自负。 7. 宣布评审结果前，供应商不得将样品整理、装箱或者撤离展示区；遇到特殊情况需要对样品进行整理、装箱或者移动样品的，供应商必须书面提出申请，采购代理机构同意后方可移动样品。谈判小组已经确定供应商响应无效或者废标的，供应商签字确认后可以进行样品整理、装箱或者撤离展示区，但不得影响或者损害其他供应商的样品，否则将承担相应的法律责任。 8. 宣布评审结果后，成交供应商与采购人、采购代理机构共同清点、检查和密封样品，由成交供应商送至采购人指定地点封存。
24	保证金的交纳	本项目不做要求
25	响应文件编制	1. 本项目采用电子交易方式，供应商可前往新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区，下载政采云电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云电子投标客户端时，建议使用 WIN7 及以上操作系统。如有问题可拨打政采云客户服务热线 400-881-7190 进行咨询。 2. 响应文件内容。供应商应按照竞争性谈判文件的要求编写响应文件；对竞争性谈判文件要求填写的表格或者资料不得缺少或者留空，响应文件不得加行。 3. 响应文件应编制目录，目录、内容标注连续页码，页码从目录编起，标注于页面底部居中位置。 4. 中标结果公示结束后，前三名供应商应按招标代理的要求提供叁份纸质响应文件（电子版投标文件 U 盘三份） 地址：阿克苏市虹桥街道长安社区友谊北路阿克苏丝路古镇奇石玉石博览旅游文化中心 16-001

		联系电话：17699528101
26	响应文件签署和盖章	1. 竞争性谈判文件要求供应商法定代表人或者被授权代表签字处，均须加盖其个人电子印章，并逐页加盖单位公章的电子印章。 2. 被授权代表人签章的，响应文件应附法人授权委托书。 3. 供应商在响应文件以及相关书面文件中的单位盖章（包括印章、公章等）均指与供应商名称全称相一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”、“合同章”、“财务章”、“业务章”等）的印章。
27	响应文件加密、上传	本项目采用不见面开标，供应商须在投标截止时间前，将生成的“电子加密响应文件”上传递交至“政府采购云平台”，投标截止时间以后上传递交的响应文件将被“政府采购云平台”拒收。备注：供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”——“操作流程-电子招投标”——“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。
28	供应商签到及电子响应文件解密	供应商登录政采云平台，在投标截止时间前必须完成签到，（本项目解密时长为：30 分钟，签名时长为：10 分钟）开标时间后 30 分钟内（用“项目采购-开标评标”功能进行解密响应文件。若供应商在规定时间内未按时签到或解密的，视为无效投标。解密与加密响应文件须为同一个 CA。
29	递交响应文件截止时间	时间：2025 年 07 月 11 日 11 点 00 分
30	开标时间及地点	时间：2025 年 07 月 11 日 11 点 00 分 地点：政府采购云平台线上开启
31	谈判小组	谈判小组共 <u>3</u> 人，其中：

		采购人代表 <u>0</u> 人，评审专家 <u>3</u> 人。
32	评审办法	最低评标价法
33	是否授权谈判小组确定成交供应商	☐ 是，每包确定一个成交供应商，成交结果在新疆政府采购网发布，公告期限为1个工作日。 ☒ 否，推荐的成交候选供应商个数： <u>3</u>
34	是否退还响应文件	除供应商需收回的资格、资信等证明文件中的证明材料原件（如营业执照、合同、相关资质证书等）外，其他文件概不退还。
35	其他需补充的内容	
35.1	供应商电子不见面开标注意事项	本次采购活动不要求供应商到场递交响应文件，仅需在政采云平台递交已加密的电子响应文件，并注意以下事项： 1. 本项目为电子招投标项目，供应商需要使用 CA 加密设备，凡参加本项目供应商可通过新疆数字证书认证中心官网(https://www.xjca.com.cn/)或下载“新疆政务通”APP 自行进行线上申领，如有操作性问题可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：400-881-7190。 2. 供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 3. 使用政采云投标客户端时，建议使用谷歌浏览器，电脑配置满足 win7+64 位以上操作系统（不能用 mac 或者 linux 系统）。客户端请至新疆政府采购网（www.ccgp-xinjiang.gov.cn）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线 400-881-7190 进行咨询。
35.2	定义	原件：最初产生的区别于复制件的原始文件或文件的原本或公证处出具的文件复制件公证书。 书面形式：包括文字的打印或复印件、传真、信函、电传、电报、电子邮件、相关网站发布的公告等可以有形地表现所载内容的形式。

35.3	分包和非主体、非关键性工作	☒ 不允许 ☐ 允许,供应商根据采购文件载明的标的采购项目实际情况,拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的,应当在响应文件中载明。
35.4	多包成交规则	分包采购的项目,供应商可以选择__个包报价,但只能成交__个包。 供应商可依照采购文件要求进行多个包报价。若所投多个包的报价排位均第一,由供应商自行选择其中个包成交;其他包参与报价排序,排序第一也不成交,成交顺延排序第二的供应商,以此类推。
35.5	监督	本次采购活动以及相关当事人应当接受项目所在地财政局监督管理部门依法实施的监督。
35.6	场地费	本项目不做要求
36	本项目所属行业	工业
37	对招标过程和拟中标结果的质疑 1、投标人认为招标过程和拟中标结果使自己的权益受到损害的,可以在投标人于新疆政府采购网发布拟中标结果之日起7个工作日内,由质疑方的法定代表人或授权投标人以书面形式或邮件方式向投标人递交质疑函(原件扫描)。质疑函须有法定代表人亲笔签字,除应说明需要质疑的内容外,还应提供能够证明质疑内容的相关书面证据。质疑函应内容真实,证据充分,不得进行恶意质疑。由法定代表人递交质疑函时,提供法定代表人身份证复印件;由授权投标人递交质疑函时,还须提供法人投标授权函和质疑授权函(均为原件)及被授权投标人的身份证复印件。身份证复印件须正反面清晰、有效,并要求由该身份证持有人在复印件正反面非空白位置注明“该复印件用于在(项目名称)”字样,并由身份证持有人签字确认。上述资料均须加盖公章。 2、招标人应在受理投标人的书面质疑后,根据质疑函的具体内容及时向递交质疑函的投标人作出答复或不予答复,答复内容不得涉及商业秘密。作出答复的以书面形式通知递交质疑的投标人和其他有关投标人。递交质疑的投标人和其他有关投标人在被告知、收到上述公告、通知或答疑书后,应立即向招标人回函确认。未确认情况应当视为对质疑答复的知晓,也将视为对质疑答复内容接受的默认。 澄清或质疑不予受理的情况,有下列情形之一的,属于无效质疑,被质疑人不予受理,由此产生的影响由投标人自行承担: (一)不是参与该政府采购项目活动供应商的; (二)被质疑人为采购人或政府采购代理机构之外的; (三)所有质疑事项超过质疑有效期的;	

	(四)以具有法律效力的文书送达之外方式提出的； (五) 未按上述规定递交澄清或质疑函的； (六) 其它不符合受理条件的情形。 3、其他 质疑函的递交方式：以书面形式递交或者电子邮件的方式发送 上述质疑材料递交邮箱时需提供原件扫描件， 邮箱号：1656255300@qq.com 澄清或质疑函递交地点：阿克苏市虹桥街道长安社区友谊北路阿克苏丝路古镇奇石玉石博览旅游文化中心 16-001 联系电话：17699528101
38	投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务(包括部分使用)时， 承诺不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷， 如因专利权、商 标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任的同时不得耽误本项目实施。
39	招标文件中如出现前后不一致情况，均以前附表内容为准。
40	若参数中出现品牌型号，仅供参考，采购人未指定任何品牌及型号
41	支持中小企业发展，《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）： ☐ 本项目专门面向中小企业采购，投标人为中小企业，不再执行价格评审优惠政策。 ☒ 非专门面向中小企业采购，给予符合规定的小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的报价扣除 10%后参与评审。 注：（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）。 1、采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。 2、超过 200 万元的货物和服务采购项目，预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。 3、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的 40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。 4、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予 10%~20%（工程项目为 3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 3%~5%作为其价格分。 5、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多

	家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 4%~6%（工程项目为 1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 1%~2%作为其价格分。
--	---

供应商须知

1. 采购依据以及原则

- 1.1 《中华人民共和国政府采购法》；
- 1.2 《中华人民共和国合同法》；
- 1.3 《中华人民共和国政府采购法实施条例》；
- 1.4 《政府采购非招标采购方式管理办法》；
- 1.5 《政府采购供应商投诉处理办法》；
- 1.6 其他有关法律、行政法规以及省市规范性文件规定。

2. 合格的供应商

- 2.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；
- 2.2 符合本采购文件规定的资格要求，且按照要求提供相关证明材料；
- 2.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
- 2.4 供应商资格要求中，代理商须提供产品制造商针对本项目的唯一授权的，同一品牌的同品目产品，只允许一个供应商参加报价；
- 2.5 供应商须知前附表规定接受联合体报价的，应符合以下规定：
 - 2.5.1 联合体各方应按照采购文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；
 - 2.5.2 联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；
 - 2.5.3 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
 - 2.5.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
 - 2.5.5 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。
 - 2.5.6 鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体报价，但联合体各方均应符合上述规定。
- 2.6 除采购人拟采购进口产品通过财政部门审核外，供应商不得提供直接进口或者

委托进口产品（包括已进入中国境内的进口产品）。

2.7 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.8 供应商提供的证明材料内容必须真实可靠。

符合上述条件的供应商即为合格供应商，具有参与竞争性谈判的资格。

3. 保密

参与竞争性谈判活动的当事人应对采购文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

4. 语言文字、计量单位、时间单位、报价有效期以及参与采购活动费用

4.1 语言文字

除专用术语外，与竞争性谈判活动有关的语言均使用简体中文。必要时专用术语应附有中文注释。如供应商提交的支持文件和印刷的文献使用另一种语言，应附有相应内容的中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。

4.2 计量单位

除采购文件另有规定外，计量均应采用中华人民共和国法定计量单位；所有报价一律使用人民币，货币单位为“元”。

4.3 时间单位

除采购文件中另有规定外，采购文件所使用的时间单位“天”、“日”均指日历天，时、分均为北京时间。

4.4 报价有效期

4.4.1 在供应商须知前附表规定的报价有效期内，响应文件以及其补充、承诺等部分均保持有效。

4.4.2 在采购文件规定的响应文件有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人或者采购代理机构可在报价有效期内要求供应商延长有效期，要求与答复均以书面通知为准并作为采购文件和响应文件的组成部分；供应商可以拒绝上述要求而其保证金不被没收，拒绝延长响应文件有效期的，其响应失效；同意上述要求的，既不能要求也不允许其修改响应文件，有关退还和没收保证金的规定在报价有效期的延长期内继续有效。

4.5 参与采购活动费用

供应商应自行承担其准备和参加采购活动发生的所有费用。

5. 踏勘现场

5.1 供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人必须按照规定时间、地点组织供应商踏勘项目现场，以便供应商获取有关编制响应文件和签署合同所涉及现场的资料。供应商承担踏勘现场所发生的自身费用。

5.2 采购人向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能使供应商利用的资料，采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论不负责任。

5.3 供应商经过采购人允许，可以进入项目现场踏勘，但不得因此使采购人承担有关责任和蒙受损失。除采购人原因外，供应商应对踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及其它任何损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

6. 询问

6.1 供应商对竞争性谈判活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问；采购代理机构应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

6.2 询问及答复既可以采取书面形式，也可以采取电话、面谈等口头方式。

7. 偏离

采购人允许响应文件偏离采购文件某些非实质性要求的，偏离应当符合采购文件规定的偏离范围和幅度。

8. 履约担保

8.1 在签订合同前，成交供应商应按照有关规定或者事先经过采购人书面认可的履约担保要求向采购人提交履约担保。除另有规定外，履约担保金额不超过成交合同金额的10%。

8.2 成交供应商未按照要求提交履约担保的，视为放弃成交资格，其保证金不予退还，给采购人造成的损失超过保证金的，成交供应商应当对超过部分予以赔偿。

9. 采购代理服务 fee

9.1 采购代理服务 fee 收取按照原国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）、国家发展改革委办公厅《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号）和国家发展改革委《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534号）规定，以中标金额为

基准计算并收取。中标金额在 5 亿元以上的代理服务费实行收费上限，货物类代理服务费上限为 350 万元。

9.2 采购代理服务费在审批的项目预算中已经列支的，由采购人支付，并按照财政部门规定列支；在审批的项目预算中未列支的，采购代理服务费用由成交供应商支付，见供应商须知前附表。

9.3 采购代理服务费采用差额定率累进计费方式。标准如下：

中标金额（万元）	服务类型	费率	货物
	费率		
100 以下			1.5%
100-500			1.1%
500-1000			0.8%
1000-5000			0.5%
5000-10000			0.25%
10000-100000			0.05%
100000 以上			0.01%

10. 采购文件

10.1 采购文件的组成

10.1.1 采购文件是用以阐明所需货物以及服务、谈判程序和合同格式的规范性文件。采购文件主要由以下部分组成：

- （1）采购公告；
- （2）供应商须知前附表；
- （3）供应商应当提交的资格、资信等证明文件；
- （4）采购需求；
- （5）供应商须知；
- （6）开标、谈判、成交；
- （7）纪律要求；

(8) 签订合同、合同主要条款；

(9) 响应文件格式；

(10) 供应商须知前附表规定的其他材料。

10.1.2 根据本章第 10.2 款对采购文件所作的澄清和修改，构成采购文件的组成部分。

10.1.3 除非有特殊要求，采购文件不单独提供项目所在地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

10.2 采购文件的澄清和修改

10.2.1 采购人对已发出的采购文件进行必要澄清或者修改的，应当在采购文件要求提交首次响应文件截止之日 3 个工作日前，报监管部门批准并在当地政府采购网上发布更正公告，通知所有采购文件收受人，但不指明澄清问题的来源。不足 3 个工作日的，采购人应当顺延提交首次响应文件截止之日，具体时间将在更正公告中予以明确。

10.2.2 供应商应仔细检查采购文件是否齐全。如有残缺、遗漏或者不清楚的，应在供应商须知前附表规定的时间前，以加盖供应商单位公章的书面文件提出，采用信函、传真或者直接送达的形式通知采购代理机构，同时将电子版文件以电子邮件的形式发送至采购代理机构的电子信箱，否则，由此引起的损失由供应商自负。同时，供应商有义务对采购文件的准确性进行复核，如发现有任何错误（打印的错误、逻辑的错误）或者前后矛盾的，应在规定提交答疑的时间内提交给采购人或采购代理机构，否则，供应商应无条件接受采购文件所有条款。

10.2.3 采购文件的澄清或者修改文件在当地政府采购网上发布公告，方可作为采购文件组成部分并具有法律效力，任何口头答复、通知无效。采购文件的澄清或者修改在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的公告为准。

10.2.4 供应商认为采购文件存在歧视性条款或者不合理要求等需要澄清的，应在规定时间内一次性全部提出。在规定时间内未一次性提出或者对已澄清的条款再提异议者，即视为同意和接受相关条款。

10.2.5 从更正公告发布时间开始，供应商应在供应商须知前附表规定的时间内从当地政府采购网上下载或者从网上直接打印公告，加盖供应商单位公章以及确认日期，采用信函、传真或者直接送达的形式通知采购代理机构。否则，即视为同意和接受该公告内容。

10.3 延长报价截止时间和开标时间

采购人可以视采购具体情况，延长报价截止时间和开标时间，但至少应当在采购文件要求提交首次响应文件的截止时间3个工作日前，在当地政府采购网上发布更正公告，通知所有采购文件收受人。

11. 响应文件的组成

11.1 供应商应按照采购文件的要求以及格式编制响应文件，并保证其真实性、准确性以及完整性，并按照采购文件要求提交全部资料并做出实质性响应。

11.2 响应文件组成：详见“第六章 响应文件格式”。

11.3 采购文件要求和供应商认为应介绍或者提交的资料 and 文件。

12. 响应报价

12.1 响应报价的范围：见供应商须知前附表。

12.2 供应商应对所投包中的货物进行报价，对每一包货物的报价必须全部报齐。

12.3 响应报价的次数：见供应商须知前附表。

12.4 供应商不得以任何方式或者方法提供报价以外的任何附赠条款。

12.5 供应商应按照采购文件中要求的内容填写报价，并由法定代表人或者被授权代表签署。

12.6 供应商须按照附件格式表中的各单项明细逐项填写，以方便谈判小组对各响应文件进行比较。

12.7 开标时，响应文件中《报价一览表》内容与《分项报价明细表》内容不一致的，以《报价一览表》为准。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。按照以上原则对错误报价的修正，供应商应签字确认。

12.8 唱标时，采购代理机构只对按照采购文件要求编制的响应报价进行唱标。

12.9 供应商的成交价格在合同执行中是固定不变的，不得以任何理由予以变更，不得出现任何包含价格调整的要求。

12.10 采购人不接受未经中国海关报验放进入中国境内且产自关境外的货物报价。

12.11 供应商须知前附表未规定可以采购进口产品的，不允许进口产品参加报价。

13. 响应文件格式以及编制要求

13.1 响应文件应按所投包分别进行编制。

13.2 响应文件编制装订：见供应商须知前附表。

13.3 响应文件签署和盖章：见供应商须知前附表。

13.4 供应商可对供货现场以及其范围环境进行考察，以获取有关编制响应文件和签署实施合同所需的各项资料，供应商应承担现场考察的费用、责任和风险。

13.5 供应商编制响应文件时，应当如实在技术响应表和资信以及商务响应表中填写响应情况。

13.6 响应文件份数及要求：见供应商须知前附表。

14. 响应文件的密封和标记

见供应商须知前附表。

15. 响应文件的递交

15.1 供应商应在报价截止时间前递交响应文件。

15.2 供应商递交响应文件的时间、地点和要求：见供应商须知前附表。

15.3 供应商有下列情况之一，采购人或者采购代理机构应当拒绝接收供应商的响应文件：

15.3.1 逾期送达的或者未送达指定地点的。

15.3.2 响应文件未按采购文件要求密封的。

15.3.3 递交响应文件时法定代表人未出示法定代表人身份证明原件和身份证原件的；被授权代表未出示授权委托书原件和身份证原件的。

15.4 除供应商须知前附表另有规定外，不论采购过程和结果如何，供应商的响应文件均不退还。

16. 响应文件的修改与撤回

16.1 供应商在采购文件要求提交响应文件截止时间前，可以补充、修改、替代或者撤回已提交的响应文件，并书面形式通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容为响应文件的组成部分。

16.2 供应商对响应文件的补充、修改，应按照本采购文件有关规定进行编制、密封、标记、盖章和递交，并在响应文件密封袋上，清楚标明“修改响应文件”或者“撤回报价”字样。

16.3 在提交响应文件截止时间后到采购文件规定的报价有效期终止之前，在采购文件没有变动的情况下，供应商不得补充、修改、替代或者撤回其响应文件。供应商撤回

全部或者部分响应文件的，其保证金将被没收。

17. 保证金

17.1 保证金的交纳

17.1.1 保证金的交纳金额和形式：见供应商须知前附表。

17.1.2 保证金以到账时间为准。

17.1.3 供应商为联合体的，联合体牵头人交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

17.2 保证金的退还

17.2.1 供应商在采购文件要求提交响应文件截止时间前书面要求撤回响应文件的，采购人或者采购代理机构自收到供应商书面撤回文件之日起5日内退还已收取的保证金。

17.2.2 采购代理机构在成交通知发出后5个工作日内退还未成交供应商的保证金，在采购合同签订并备案后5个工作日内退还成交供应商的保证金。

17.3 保证金的不予退还

17.3.1 供应商有下列情形之一的，保证金将不予退还：

- (1) 提供的有关资料不真实或者提供虚假材料的；
- (2) 报价截止时间后供应商撤回全部或者部分响应文件的；
- (3) 损害采购人或者采购代理机构合法权益的；
- (4) 供应商向采购代理机构、采购人、专家提供不正当利益的；
- (5) 经谈判小组认定有故意哄抬报价、串标或者其它违法行为的；
- (6) 成交供应商未按照采购文件规定签订合同或者未按照采购文件规定提供履约保证金的；
- (7) 法律、行政法规以及有关规定的其它情形。

17.3.2 不予退还的保证金应在规定时间内上缴国库。

18. 开标、谈判、成交

18.1. 开标程序

18.1.1 宣布开标纪律；

18.1.2 宣布主持人、唱价人、记录人等有关人员姓名；

18.1.3 公布在报价截止时间前递交响应文件的供应商名称及签到顺序；

18.1.4 供应商相互检查响应文件密封情况，并签字确认；

18.1.5 开启响应文件，按照签到顺序公布供应商名称、报价等内容，并记录在案；

18.1.6 供应商法定代表人（或者被授权代表）、采购人代表、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

18.1.7 开标结束。

18.2. 开标

18.2.1 开标应当在竞争性谈判文件确定的提交响应文件截止时间的同一时间公开进行。开标地点应当为竞争性谈判文件中预先确定的地点。

18.2.2 供应商应在供应商须知规定的时间内完成解密。

18.2.3 由采购代理机构工作人员唱标。

唱标人当众宣读供应商名称、响应报价、采购文件允许提供的备选报价方案和响应文件的其他主要内容，并不得拒绝任何符合要求的响应报价。供应商若有报价和优惠未被唱出，应在开标时及时声明或者提出，否则采购代理机构对此不承担任何责任。

18.2.4 开标和唱标由采购代理机构指定专人负责，开标记录由供应商法定代表人或者被授权代表、采购人代表、记录人等有关人员签字确认，采购代理机构负责存档备查。

18.2.5 供应商对开标有异议的，应当在开标现场以书面形式提出，采购人或者采购代理机构应当场给予答复，并制作记录，供应商法定代表人或者被授权代表、采购人代表、采购代理机构（包括公证机构人员）签字确认。

18.3 谈判小组

18.3.1 谈判小组的组成

采购人按照《中华人民共和国政府采购法》以及有关规定组建谈判小组。谈判由依法组建的谈判小组负责。谈判小组由采购人代表和评审专家共同组成，成员人数为三人以及以上单数，其中采购人代表只限一人，技术、经济等方面的评审专家不得少于成员总数的三分之二。

18.3.2 评审专家的抽取

18.3.2.1 采用随机抽取方式从政府采购监管部门依法设立的专家库中确定谈判小组成员。任何单位和个人都不得指定评审专家或干预评审专家的抽取工作。

18.3.2.2 参加评审专家抽取的有关人员对被抽取的专家的姓名、单位和联系方式等内容负有保密的义务。谈判小组成员的名单在评审结果确定前必须严格保密。

18.3.3 谈判小组成员不得参加与自己有利害关系的评审活动，与自己有利害关系的

应当回避，已经进入的必须更换。

18.3.4 谈判小组负责对各响应文件进行评审、比较、评定，并按本采购文件的规定确定成交供应商或者推荐中标候选人。

18.3.5 谈判小组具有依据采购文件进行独立评审的权力，且不受外界任何因素的干扰。谈判小组成员必须独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。对评审结果有不同意见的谈判小组成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评审报告应当注明不同意见。评审委员会成员拒绝评审或者拒绝在评审报告上签字并且又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审结果。

18.3.6 谈判小组的职责：

18.3.6.1 审查响应文件是否符合采购文件要求，进行资格性审查和符合性审查，并做出评价；

18.3.6.2 要求供应商对响应文件有关事项做出解释或者澄清；

18.3.6.3 推荐中标候选人名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定成交供应商；

18.3.6.4 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告非法干预评审工作的行为。

18.3.6.5 对围、串标等违法违规行为作出认定。

18.3.7 谈判小组的义务：

18.3.7.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

18.3.7.2 提出真实、可靠的评审意见；

18.3.7.3 严格遵守评审纪律，不得向外界泄露评审情况；

18.3.7.4 发现供应商在招报价活动中有不正当竞争或者恶意串通等违规行为，应及时向监督部门报告并加以制止；

18.3.7.5 按照采购文件规定的评审方法和评审标准进行评审，对评审意见承担个人责任；

18.3.7.6 编写评审报告；

18.3.7.7 配合采购人或者采购代理机构答复供应商提出的质疑；

18.3.7.8 对评审过程和结果，以及采购人、供应商的商业秘密保密；

18.3.7.9 配合监管部门处理投诉；

18.3.8 谈判小组成员有下列情形之一的，应当回避：

18.3.8.1 供应商或者供应商主要负责人的近亲属；

18.3.8.2 项目主管部门或者行政监督部门的人员；

18.3.8.3 与供应商有经济利益关系；

18.3.8.4 曾因在采购、评审以及其他与政府采购有关系活动中从事违法行为而受到行政处罚或者刑事处罚的；

18.3.8.5 与供应商有其他利害关系。

18.4 评审程序

18.4.1 宣布评审纪律以及回避提示；

18.4.2 组织推荐谈判小组组长；

18.4.3 资格性审查；

18.4.4 符合性审查；

18.4.5 技术评审；

18.4.6 澄清有关问题；

18.4.7 谈判

18.4.8 确定成交供应商或者推荐成交候选人名单；

18.4.9 编写评审报告；

18.4.10 宣布评审。

18.5 评审

18.5.1 资格性审查

18.5.1.1 谈判小组依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明、保证金等进行审查，以确定供应商是否具备报价资格。

18.5.1.2 采购人、采购代理机构通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询供应商信用记录，查询时要将查询网页、内容进行截图或拍照，以作证据留存，截图或拍照内容要完整清晰，应包括网站网址、查询内容、电脑截屏时间。采购人或者采购代理机构应当对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参加政府采购活动，其响应无效；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录，其响应无效。

信用信息查询记录及相关证据应当与其他采购文件一并保存。

18.5.1.3 供应商资格要求中，代理商须提供产品制造商针对本项目的唯一授权的，同一品牌同品目产品只允许一个供应商参加报价，产品制造商和代理商同时报价的，制造商响应有效，代理商响应无效；不同代理商代理同一品牌同品目产品报价的，按照各代理商提供《产品授权书》的时间先后顺序认定，先获得《产品授权书》的响应有效，后获得《产品授权书》的响应无效，时间相同时由谈判小组现场抽签决定。

18.5.2 符合性审查

谈判小组依据采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

18.5.3 在资格性和符合性审查同时，对属于不合格供应商或者采购人或者其委托公证人员依据法律法规和采购文件的规定，分别与供应商共同对其商务部分响应文件中的资格证明、保证金等进行审查，以确定供应商是否具备报价资格，填写资格审查表并签字确认后，提交谈判小组审核的供应商，谈判小组必须提出不合格或者响应无效的事实依据，并出具不合格或者响应无效说明，供应商签字确认。供应商签字确认后谈判小组全体成员签字。供应商拒绝签字确认的不影响谈判小组做出的不合格或无效裁定。

18.5.4 技术评审

18.5.4.1 按照采购文件要求，审查报价供应商所投货物和服务的规格、质量、数量及服务要求等技术要求和参数，并记录实质性响应、技术偏离等事项，进行技术部分的符合性审查。

18.5.4.2 对技术复杂或性质特殊、响应文件技术或指标不一致的，谈判小组应根据采购文件以及各响应文件情况，在确保采购需求、质量和服务相等的前提下，按同等或者略高于采购文件标准确定统一谈判技术指标（包括强制性标准和行业标准），谈判现场形成书面技术要求并经谈判小组全体成员签字确认，该标准是评审报告的组成部分，谈判技术指标经所有参与谈判供应商书面承诺后方可进行谈判。

18.5.4.3 对不能事先计算出价格总额、响应报价（含单项报价）超出市场价格但总价不高于本次采购预算金额，以及市场价格波动较大的，谈判小组应根据本次采购预算金额、市场价格以及供应商响应报价，在确保采购需求、质量和服务相等的前提下，谈判小组必须集体讨论确定谈判标底和报价轮次，该标底必须低于本次开标报价的最低报价并低于市场价格。标底和谈判轮次经谈判小组全体成员签字确认后单独信封密封方可进行谈判。谈判轮次应告知参与谈判的供应商，但标底必须保密。

18.6 澄清有关问题

18.6.1 对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组应以书面形式要求供应商做出必要的澄清、承诺、说明或者纠正。供应商的澄清、承诺、说明或者纠正应采取书面形式，由法定代表人或者被授权代表签字，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

18.6.2 谈判小组判断响应文件的响应性仅基于响应文件本身而不靠外部因素。未响应实质性条款的，谈判小组有权确定其响应无效，供应商不能通过修正、撤销或者澄清不符之处而使其报价成为实质性响应的报价。

18.6.3 谈判小组可以允许供应商修改或者澄清其响应文件中不构成实质偏离的、微小的、非正规的不一致或者不规则的地方。

18.7 谈判

18.7.1 谈判前，谈判小组应核实供应商对统一谈判技术标准（包括强制性标准和行业标准）等是否全部承诺或者确认。

18.7.2 谈判小组所有成员集中与单一供应商进行谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

18.7.3 谈判实行多轮报价，原则上第二轮报价为最终报价。超过二轮报价的由谈判小组现场集体决定，但最后一轮报价前必须告知所有参加谈判的供应商，并以最后一轮报价为最终报价；供应商后一轮报价不得高于其前一轮报价；否则谈判小组有权据此确定为无效报价，参与谈判的供应商少于三家的予以废标。

特殊情况及处置：（1）采购范围变化且总价不超过预算价的；（2）采购货物的市场价格明显降价的；（3）报价明细中个别报价明显高于市场价且无明确报价依据的；（4）最后一轮报价中最低报价相同的。发生上述情形之一的，谈判小组有权予以废标或者与供应商进行谈判后继续报价。

18.8 成交

18.8.1 本次采购采用最低评标价法，是指以价格为主要因素确定成交供应商的评审方法。即在全部满足采购文件实质性要求，且采购需求、质量和服务相等的前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，按最终报价由低到高的顺序排序，确定成交供应商或推荐成交候选供应商的评审方法。

18.8.2 采购人授权谈判小组确定成交供应商的，最终报价结束后，谈判小组按照上述的规定，对供应商进行排序并确定排序第一的为成交供应商；

18.8.3 采购文件规定推荐成交候选供应商的,成交候选供应商数量应当根据采购需要并在采购活动开始前确定,由谈判小组按照上述规定的评审办法确定各供应商排列顺序,依照顺序推荐成交候选供应商,并出具评审报告,采购人应当在收到评审报告后5个工作日内,从评审报告提出的成交候选人中,根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。

18.8.4 按照有关规定成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的须顺延排序第二的供应商成交的,或者采购人推荐排序第二的供应商成交的,其原响应报价不得超过原成交供应商响应报价与保证金之和,报经监督部门核准后可以确定排序第二的供应商成交。否则应予废标,由采购人依法重新组织采购。

18.8.5 谈判结果应通知所有参加谈判的供应商。

18.8.6 优先成交

有下列情况之一的,谈判小组必须给予优先成交:

18.8.6.1 根据财政部、工业和信息化部(财库〔2011〕181号)文件规定,供应商属小型或微型企业并以其自身产品和服务报价,或者提供其他小微企业制造的货物,在满足采购需求且质量和服务相等的情况下,其最终报价再给予6%的价格扣除后价格最低或与最低价相同的,须提供《中小企业声明函》并对声明函的真实性负责,否则不予价格扣除。

18.8.6.2 根据财政部、国家发展改革委、省财政厅有关规定,报价供应商所投产品为政府优先采购节能产品、环保产品的,须提供最新发布的“节能产品政府采购清单”或“环境标志产品政府采购清单”,在满足采购需求且质量和服务相等的情况下,其最终报价中的节能产品、环保产品价格再给予4%的价格扣除后价格最低或与最低价相同的。

以上两项政策价格扣除不超过10%。

18.9 成交结果公告以及成交通知书

18.9.1 采购人或者采购代理机构应当自成交供应商确定之日起2个工作日内,发出成交通知书,并在相关媒介公告成交结果(公告期限为1个工作日),采购文件随成交结果同时公告。

18.9.2 采购人或采购代理机构不按照规定发布成交结果公告或者发布成交结果公告后不签发成交通知书的,应当承担法律责任,给成交供应商造成经济损失的应承担赔偿责任。

18.9.3 成交通知书对采购人和成交供应商都具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交，应当依法承担法律责任。

18.10 响应无效

出现下列情形之一的，响应无效：

18.10.1 响应报价高于采购预算的；

18.10.2 对采购需求未做出实质性响应或者发生负偏离的；

18.10.3 应提供政府强制采购节能产品而未提供政府强制采购节能产品的；

18.10.4 对允许偏离的非实质性条款，偏离采购文件规定的偏离范围和幅度的；

18.10.5 不按照采购文件规定报价、没有分项报价、拒绝报价、有多个报价（采购文件另有规定的除外）、有选择性报价、附有条件的报价或者拒绝修正报价的；

18.10.6 响应文件正副本未区分或者内容严重不一致的；

18.10.7 供应商未按采购文件要求交纳保证金的；

18.10.8 报价有效期不满足采购文件要求的；

18.10.9 报价超出营业执照经营范围的；

18.10.10 谈判小组 2/3 及以上成员认定报价方案技术含量低、偏离范围超出允许幅度、不符合采购文件要求的；

18.10.11 谈判小组判定供应商涂改证明材料或者提供虚假材料和承诺的；

18.10.12 未按采购文件规定编制、签署、盖章、装订和密封响应文件的；

18.10.13 代理商未按采购文件要求提供产品制造商针对本项目的唯一授权的；

18.10.14 采购文件第三章第 1 条规定供应商应当提交的资格、资信等证明文件未提供、提供不齐全或者复印件未装订于响应文件中的；

18.10.15 资格、资信等证明文件可以为复印件的，复印件未加盖单位公章的；

18.10.16 不符合法律、法规和采购文件中规定的其他要求的。

对响应无效的认定，必须经谈判小组集体做出决定并出具响应无效的事实依据，由供应商法定代表人或者被授权代表签字确认，拒绝签字的，不影响谈判小组做出的决定。

18.11 废标

18.11.1 出现下列情形之一的，应予废标：

18.11.1.1 在报价截止时间结束后参加报价的供应商不足 3 家，符合采购文件规定条件的供应商不足 3 家或者对采购文件作实质性响应的供应商不足 3 家的；

18.11.1.2 出现影响采购公正的违法违规行为的；

18.11.1.3 供应商的报价均超过采购预算的；

18.11.1.4 因重大变故，采购任务取消的；

18.11.1.5 法律、法规以及采购文件规定的其他废标情形。

18.11.2 废标后，采购人或者采购代理机构应当将废标理由通知所有供应商。

18.12 特殊情况处置程序

18.12.1 谈判小组成员的更换

18.12.1.1 谈判小组应当执行连续评审的原则，按照采购文件规定的程序、内容、方法、标准完成全部评审工作。出现评审专家临时缺席、回避等情形导致评审现场专家数量不符合法定标准的，采购人或者采购代理机构要按照有关程序及时补抽专家，继续组织评审。如无法及时补齐专家，则要立即停止评审工作，封存采购文件和所有响应文件，择期重新组建谈判小组进行评审。

18.12.1.2 退出谈判小组的成员，其已完成的评审行为无效。由采购人向监督人员提出更换谈判小组成员意见并获准后，根据本采购文件规定的谈判小组成员产生方式另行确定替代者进行评审。

18.12.2 记名投票

在评审过程中，谈判小组发生分歧或者评审结论有异议需表决的，按照少数服从多数的原则，由谈判小组全体成员以记名投票方式表决。

18.12.3 延期开标

因特殊情况需要推迟开标时间的，采购人或者采购代理机构必须提前报监督部门审批，经批准后按规定提前告知所有参加报价的供应商，否则必须按时开标。

18.13 违法违规情形

18.13.1 有下列情形之一的，属于供应商相互串通报价：

18.13.1.1 供应商之间协商响应报价等响应文件的实质性内容；

18.13.1.2 供应商之间约定成交供应商；

18.13.1.3 供应商之间约定部分供应商放弃报价或者成交；

18.13.1.4 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同报价；

18.13.1.5 供应商之间为谋取中标或者排斥特定供应商而采取的其他联合行动。

18.13.2 有下列情形之一的，视为供应商相互串通报价，谈判小组应当出具违法违规认定意见并作响应无效处理：

- 18.13.2.1 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
- 18.13.2.2 不同供应商委托同一单位或者个人办理报价事宜；
- 18.13.2.3 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人；
- 18.13.2.4 不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；
- 18.13.2.5 不同供应商的响应文件相互混装；
- 18.13.2.6 不同供应商的保证金从同一单位或者个人的账户转出。
- 18.13.3 有下列情形之一的，属于采购人与供应商串通报价：
 - 18.13.3.1 采购人在开标前开启响应文件并将有关信息泄露给其他供应商；
 - 18.13.3.2 采购人直接或者间接向供应商泄露标底、谈判小组成员等信息；
 - 18.13.3.3 采购人明示或者暗示供应商压低或者抬高响应报价；
 - 18.13.3.4 采购人授意供应商撤换、修改响应文件；
 - 18.13.3.5 采购人明示或者暗示供应商为特定供应商中标提供方便；
 - 18.13.3.6 采购人与供应商为谋求特定供应商中标而采取的其他串通行为。

在开标、评审过程中发现以上违法违规情形的，首先由谈判小组作出认定，对认定确有以上违法违规情形的供应商，按无效报价处理，再进入正常评审程序。

18.14 违规处理

供应商有下列情形之一的，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加阿克苏市政府采购活动：

- 18.14.1 提供虚假报价材料谋取中标、成交的；
- 18.14.2 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- 18.14.3 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

19. 质疑

19.1 参加本次政府采购活动的供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑。

19.2 质疑书内容应包括以下主要内容：

- 19.2.1 质疑人的名称、地址、电话等；
- 19.2.2 具体的质疑事项、证据以及法律、法规依据；
- 19.2.3 提出质疑的日期。

19.3 质疑书应当署名，一式叁份。由法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章后

生效。代理人办理质疑事务时，还应当提交授权委托书，授权委托书应当载明代理的具体权限和事项。否则采购人或者采购代理机构不予受理。

19.4 除书面形式外，其他任何方式的质疑，采购人或者采购代理机构均不予接受和回复。

19.5 采购人或者采购代理机构在收到质疑书后 7 个工作日内做出书面答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商，但答复不得涉及商业秘密。

19.6 质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向同级监管部门投诉。

20. 投诉

20.1 按照《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）文件以及相关的法律、法规及规定，质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向同级监管部门投诉。

20.2 投诉人提起投诉应符合下列条件：

20.2.1 投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；

20.2.2 提起投诉前已依法进行质疑；

20.2.3 投诉书内容符合财政部《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号规定）；

20.2.4 在投诉有效期限内提起投诉；

20.2.5 属于本财政部门管辖；

20.2.6 同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

20.2.7 法律法规规定的其他条件。

20.3 投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。

20.4 投诉书应当包括以下主要内容：

20.4.1 投诉人和被投诉人的名称、地址、电话等；

20.4.2 具体的投诉事宜以及事实依据；

20.4.3 质疑书和质疑答复情况以及相关证明材料；

20.4.4 提起投诉的日期。

20.5 投诉书应当署名。投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

20.6 投诉人可以委托代理人办理投诉事务。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当向同级监管部门提交投诉人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

20.7 投诉人不符合上述规定提起的投诉，监管部门不予受理。

21. 其他需补充的内容

其他需补充的内容：见供应商须知前附表。

第三章 采购需求

1. 项目说明

1.1 本章内容是根据采购项目的实际需求制定的。

1.2 货物必须为合格产品，质量达到国家有关标准，成交供应商供货时应当提供有关货物的合格证明材料等。

1.3 供应商应保证货物是全新、未使用过的合格产品。并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。成交供应商应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养后，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物质量保证期内成交供应商应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或者故障负责。所投产品应提供详细的技术资料，应有检测报告等详细资料。

1.4 进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

政府采购应当采购本国产品。采购人确需采购进口产品的，应在采购活动开始前，按照财政部《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）文件规定办理审核手续，通过财政部门审核后，方可采购进口产品，否则采购人不得采购进口产品，供应商不得提供直接进口或者委托进口产品（包括已进入中国境内的进口产品）。

采购人或采购代理机构在采购进口产品时不得拒绝国产相同质量产品的制造商或代理商参与报价。

采购需求参数表

序号	产品名称	规格参数及技术要求	数量	计量单位	单价(元)	总价(元)	备注
1	应急救援包(背囊)	一、主要技术参数 1.急救背囊(10套) 1.1 功能定位：主要用于发生灾难事故时，医护人员在紧急情况下为伤者提供身体诊察、伤口止血、消毒、包扎、输氧等院前急救帮助。 1.2 技术参数： 1.2.1 组成结构：背囊由主体和内装装备组成； 1.2.2 背囊功能：用于贮存和携带急救用品及装备； 1.2.3 内部格局：能快速直接将急救用品及器材装备装载到背囊内隔层或格袋； ▲1.2.4 携带方式：支持双肩背、手提2种方式； 1.2.5 背囊质量：空囊应<2.5Kg； ▲1.2.6 材料性能：布料采用1680D双股牛津材料，具备防溅水及抗震功能，沾水等级≥4级，色牢度≥5级，各连接部位抗拉力≥250N，背带抗拉力≥500N，拉链耐用度≥5000次； 1.2.7 背囊颜色：外包着色为红色，应符合卫生急救背囊相关要求； 1.2.8 背囊标示：背囊上方印制“中国卫生”LOGO，背囊正面印制“急救之星”LOGO及急救背囊字样，正侧面均有反光警示织条。 ▲1.3 配置清单：血压计（表式）1具、听诊器（双用）1具、手动吸引器（R型）1套、叩诊锤（圆头）1把、体温计（水银）1支、敷料镊（12.5cm/平镊）1把、敷料镊（12.5cm/有齿镊）1把、小砂轮1个、医用剪1把、压舌板（金属）2个、氧气瓶（2L）1个、医用纱布（7.5*7.5cm）10片、酒精棉片（5*5cm）10片、碘伏棉片（5*5cm）10片、纱布绷带5卷、医用棉球（5粒装）2包、急救毯（120*200cm，±10cm）1包、三角巾（100*100*140cm）1包、急救背囊1个。 2.复苏（抗休克）背囊(10套) 2.1 功能定位：主要用于发生灾难事故时，医护人员在紧急情况下为伤者提供心肺复苏、气管插管、抗休克等院前急救帮助。 2.2 技术参数：	50	套			

	2.2.1 组成结构：背囊由主体和内装装备组成； 2.2.2 背囊功能：用于贮存和携带急救用品及装备； 2.2.3 内部格局：能快速直接将急救用品及器材装备装载到背囊内隔层或格袋； ▲2.2.4 携带方式：支持肩背、手提、拉杆 3 种方式； 2.2.5 背囊质量：空囊应<6Kg； ▲2.2.6 材料性能：布料采用 1680D 双股牛津材料，具备防溅水及抗震功能，沾水等级≥4 级，色牢度≥5 级，各连接部位抗拉力≥250N，背带抗拉力≥500N，拉链耐用度≥5000 次； 2.2.7 背囊颜色：外包着色为红色，应符合卫生急救背囊相关要求； 2.2.8 背囊标示：背囊上方印制“中国卫生”LOGO，背囊正面印制“急救之星”LOGO 及复苏背囊字样，正侧面均有反光警示织条。 ▲2.3 配置清单：抗休克裤（充气式，带压力表）1 条、口咽通气道（3/5/7#）10 支、喉镜（金属大/中/小 3 叶片）2 套、喉罩 10 个、简易呼吸器（PVC）10 套、气管插管（2.5~7.5#）10 支、牙垫 10 个、雾化器（电动手持式）3 套、加压输液器（500ml）10 套、复苏背囊 1 个。 3.清创背囊（10 套） 3.1 功能定位：主要用于发生灾难事故时，医护人员在紧急情况下为伤者提供初级清创缝合、气管切开辅助呼吸、基础缝合手术等院前急救帮助。 3.2 技术参数： 3.2.1 组成结构：背囊由主体和内装装备组成； 3.2.2 背囊功能：用于贮存和携带急救用品及装备； 3.2.3 内部格局：能快速直接将急救用品及器材装备装载到背囊内隔层或格袋； ▲3.2.4 携带方式：支持单肩背、双肩背、手提、拉杆 4 种方式； 3.2.5 背囊质量：空囊应<4Kg； ▲3.2.6 材料性能：布料采用 1680D 双股牛津材料，具备防溅水及抗震功能，沾水等级≥4 级，色牢度≥5 级，各连接部位抗拉力≥250N，背带抗拉力≥500N，拉链耐用度≥5000 次； 3.2.7 背囊颜色：外包着色为红色，应符合卫生急救背囊相关要求； 3.2.8 背囊标示：背囊上方印制“中国卫生”LOGO，背囊正面印制“急救之星”LOGO 及清创背囊字样，正侧面均有反光警示织条。 ▲3.3 配置清单：清创缝合包 5 套、气管切开包 5 套、综合急救手术包 5 套、手术辅助包 10 套、可					
--	--	--	--	--	--	--

	塑夹板 5 卷、颈托 2 套、清创背囊 1 个。 4. 输注背囊（10 套） 4.1 功能定位：主要用于发生灾难事故时，医护人员在紧急情况下为伤者提供急救药品输注的院前医疗救护。 4.2 技术参数： 4.2.1 组成结构：背囊由主体和内装装备组成； 4.2.2 背囊功能：用于贮存和携带急救用品及装备； 4.2.3 内部格局：能快速直接将急救用品及器材装备装载到背囊内隔层或格袋； ▲4.2.4 携带方式：支持双肩背、手提 2 种方式； 4.2.5 背囊质量：空囊应<2Kg； ▲4.2.6 材料性能：布料采用 1680D 双股牛津材料，具备防溅水及抗震功能，沾水等级≥4 级，色牢度≥5 级，各连接部位抗拉力≥250N，背带抗拉力≥500N，拉链耐用度≥5000 次； 4.2.7 背囊颜色：外包着色为红色，应符合卫生急救背囊相关要求； 4.2.8 背囊标示：背囊上方印制“中国卫生”LOGO，背囊正面印制“急救之星”LOGO 及输注背囊字样，正侧面均有反光警示织条。 ▲4.3 配置要求：加压输液器 2 套、体温计 1 支、伤员分类卡 5 张、输液贴 1 包、小砂轮 1 个、酒精棉球 2 瓶、碘伏棉球 2 瓶、药瓶 5 个、止血带 1 条、创口贴 20 片、医用剪 1 把、医用镊 1 把、医用棉签 2 包、输注背囊 1 个。 5. 搬运背囊（10 套） 5.1 功能定位：主要用于发生灾难时，医护人员在紧急情况下为伤员提供院前的专业转移搬运帮助。 5.2 技术参数： ▲5.2.1 携带方式：支持双肩背、手提 2 种方式； ▲5.2.2 材料性能：布料采用 1680D 双股牛津材料，具备防溅水、防摔功能； 5.2.3 背囊颜色：外包着色为红色，应符合卫生急救背囊相关要求； 5.2.4 背囊标示：背囊上方印制“中国卫生”LOGO，背囊正面印制“急救之星”LOGO 及搬运背囊字样，正侧面均有反光警示织条； ▲5.2.5 结构组成：①内部：内含 10 组网兜，可自由组装配，内部空间可安放 2L 供氧装置、小型医用设备，两侧各有 1 组松紧带可固定背囊内配置；②外部：正面中间 1 个大口袋，左右侧各 1 个					
--	--	--	--	--	--	--

		网兜口袋；③拉链：1组双向拉链，1组单项拉链。 ▲5.3 配置清单：软担架1套、折叠担架1套、负压真空担架1套、搬运背囊1个、文件柜2个。 注：背囊配置清单内物品属于医疗器械或作医疗器械管理的，务必提供有效的医疗器械生产许可证件和医疗器械注册证明文件。 二、售后及其他 1. 要求背囊内配置的医疗器械效期不少于18个月；验收合格后，免费质保三年。 2. 除标准配置外，单独提供药品保障背囊（空囊，背囊标示要求同上，印制药品保障背囊字样）2个，心理干预背囊（空囊，背囊标示要求同上，印制心理干预背囊字样）1个。				
2	体外便携式除颤仪	一、整机要求：轻便式设计，体积小巧，重量轻，便于携带转运，能够满足多种复杂环境场景应用。 二、技术参数 ▲1. 彩色 TFT 显示屏≥ 7 英寸，分辨率$\geq 800*480$，可显示≥ 4 道监护参数波形，有高对比度显示界面，整机重量（含附件）$< 5\text{Kg}$； 2. 具备手动除颤、心电监护、自动体外除颤（AED）功能； ▲3. 手动除颤分同步和非同步，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量为360J； ▲4. 除颤充电迅速，充电至$200\text{J} < 3\text{s}$，完成除颤波形恢复$< 2.5\text{s}$； 5. 体外除颤电极板手柄支持能量选择、充电和放电三步操作； 6. 成人、小儿一体化电极板设计，支持快速切换； 7. 病人阻抗范围：体外除颤$20\sim 250\Omega$，体内除颤：$15\sim 250\Omega$； ▲8. 标配 SpO_2、NIBP 监护功能，具有≥ 27 种心律失常分析； ▲9. 支持 3/5/6/12 导和自动导联心电监测，具备 12 导联心电静息报告输出功能； 10. 配备 1 块外置智能锂电池，可支持 360J 除颤 200 次以上，电池体上自带电量指示装置； 11. 具备生理报警和技术报警功能； 12. 配置 50mm 记录仪，单次波形实时记录时间$> 30\text{s}$、支持连续波形记录； 13. 具备抢救过程录音功能，记录时长$> 60\text{min}$； 14. 关机状态下设备可自动运行自检，支持大能量自检（不低于 200J）、屏幕、按键检测。 三、售后及其他 1. 要求设备出厂时间为近半年内；验收合格后，免费质保三年；终身维修；接到维修通知后，2 小时内响应，48 小时内实施维修服务；终身免费提供技术支持及咨询服务。	1	台		

		2. 除标准配置外，额外提供原厂外置智能锂电池 1 块、血氧探头 1 套、血压袖带 1 套作为备用。					
3	便携式心电图机	一、整机要求：轻便式设计，体积小巧，重量轻，便于携带转运，能够满足多种复杂环境场景应用。 二、技术参数 1. ECG 信号输入 1.1 输入通道：12 导联同步采集； 1.2 导联选择：标准、Cabrera； ▲1.3 输入阻抗：$\geq 50\text{M}\Omega$（10Hz）； ▲1.4 频率响应：0.01~300Hz（-3dB）； 1.5 定标电压：$1\text{mV}\pm 2\%$； 1.6 内部噪声：$\leq 12.5\mu\text{V}_{\text{p-p}}$ 1.7 时间常数：$\geq 3.2\text{s}$； ▲1.8 共模抑制比：$\geq 110\text{dB}$； 1.9 耐极化电压：$\pm 550\text{mV}$； 1.10 输入电流：$\leq 0.01\mu\text{A}$； 1.11 具有抗除颤电击保护功能； 1.12 导联线内附抗除颤电击保护功能。 2. 波形处理 2.1 A/D 转换：24bit； ▲2.2 采样率：$> 12000\text{Hz}$； 2.3 灵敏度选择：2.5、5、10、20、10/5 mm/mV、AGC； 2.4 抗干扰滤波：①交流滤波器：50Hz/60Hz/关闭；②基漂滤波器：0.01Hz/0.05Hz/0.32Hz/0.67Hz；③肌电滤波器：25Hz/35Hz/45Hz/关闭；低通滤波器：300Hz/270Hz/150Hz/100Hz/75Hz；采用高精度数字滤波器消除基线漂移和其他干扰，不对心电波形造成失真，抗基线漂移能力强，便于波形判读。 2.5 具备 12 导联同步分析功能； 2.6 具备自动诊断功能。	3	台			

	3. 连接与存储 3.1 内置存储器，存储病历>600 例； 3.2 支持通过 USB 接口导入导出数据； 3.3 支持外接方式扩展存储空间和 SD 卡存储； ▲3.4 支持二维条码扫描、无线传输功能（内置 WiFi）； 3.5 具备 USB 接口（2 个）、网络接口、电源适配器输入接口、SD 卡槽； 4. 设备硬件 4.1 ≥5 英寸高清彩色液晶触摸屏，分辨率≥800*480； ▲4.2 整机轻巧便携，重量<1.5kg； 4.3 同屏显示 12 导心电图波形； 4.4 主界面显示包括病人 ID、姓名、性别、年龄、起搏器、电池电量、WIFI、时间、波形、心率、采样时间、功能按键、电极状态等信息； 4.5 支持设置屏幕背景网格显示； 5. 记录打印 5.1 采用高分辨率热点阵输出（垂直 8 点/mm，水平 40 点/mm），记录频响≤300Hz； 5.2 走纸速度：5、6.25、10、12.5、25、50mm/s 可选； 5.3 记录模式：自动记录、手动记录、节律记录、R-R 模式可选； 5.4 自动记录格式：①热敏：3×4、3×4+1R、3×2+2×3 可选；②USB：3×4、3×4+1R、3×4+3R、6×2、6×2+1R、1×12 可选； 5.5 记录纸规格：①热敏卷纸：80mm*20m；②热敏折叠纸：80mm*70mm； 5.6 打印方式：实时同步或连续 12 道心电图波形，分段打印； 5.7 支持短 2.5s 波形、中 5s 波形、长 10s 波形打印； 5.8 记录内容：包括心电图波形、分析结果、明尼苏达码、平均模板以及导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、患者信息、标记等信息； 5.9 可直接外接打印机，通过 A4 纸打印 12 道心电图波形和报告； 5.10 具备自动心律失常延长打印功能； 5.11 具备在无网格纸上打印网格功能。 ▲6. 电源：直流电源，内置可充电锂离子电池，满电状态下工作时间≥8h；					
--	--	--	--	--	--	--

		7. 软件功能 7.1 支持中文输入、中文操作提示和中文报告； 7.2 支持接触不良电极指示； 7.3 支持多种文件格式输出（DAT、PDF、SCP、FDA-XML、DICOM 等）； 7.4 支持数据通过有线网络、WiFi 传输至 PC 端软件系统，接入医院信息化系统； 7.5 提供原厂数据管理软件。 三、售后及其他 1. 要求设备出厂时间为近半年内；供货方负责设备接入医院信息化系统及产生的有关费用；验收合格后，免费质保三年；终身维修；接到维修通知后，2 小时内响应，48 小时内实施维修服务；终身免费提供技术支持及咨询服务。 2. 配备心电图机用便携包 3 个，便于外出携带防护；配置专用台车 3 个； 3. 除标准配置外，额外提供心电导联线 6 套、心电吸球（胸电极）18 只、电极夹子（肢电极）12 个、儿童用心电吸球（胸电极）18 只、儿童用电极夹子（肢电极）12 个； 4. 配备工作站电脑 3 台：台式电脑 1 台（品牌原装；CPU i5 十代以上；RAM≥16G；硬盘：≥512G SSD；显示器≥23"，分辨率≥1920*1080）；笔记本电脑 2 台（CPU：i7 13 代及以上，线程数≥20；RAM：≥16GB；集成显卡；显示：屏幕尺寸≥16 英寸、分辨率≥2560*1600（2K 以上）、刷新率≥120Hz、高色域（100%sRGB）、高屏占比≥85%、护眼认证；硬盘容量：1TB；系统：Windows 11（自带 Office）；网络传输：无线网卡（双天线 WiFi 6）、蓝牙；整机厚度：14~18mm；国产一线原装品牌）； 5. 配备激光打印机 3 台（A4 规格；适配 388/88A 墨盒；提供 5 套适配墨盒）、SD 卡 3 张（512G）、U 盘 3 个（64G）； 6. 额外提供配套热敏记录折叠纸 10 本、热敏记录卷纸 50 卷。				
4	心电监护仪	一、主要技术参数 1. 产品为适用于手术室、ICU、CCU 等重症病房监护及床旁监护的插件式病人监护仪。 ▲2. ≥12 英寸 LED 高清液晶电容屏，分辨率≥1280*800 像素，屏幕具有亮度自动调节功能，支持触摸操作。 3. 主机具有≥4 个插件槽，支持连接模块插件箱，最多可扩展≥7 个插件参数模块。 ▲4. 标配转运监测模块 3 个：≥5 英寸彩色触摸电容屏，配置便携式插件箱，扩展参数插槽；标配心电、血氧、脉搏、无创血压、呼吸、体温等监测参数，适用于成人、小儿和新生儿；配置锂电池，工作时间≥8h；可显示弱灌注指数（PI），范围：0.02~20%；支持外接显示屏，外接显示器可独立	6	台		

	操作和显示。 5. 具备单独的电池仓，支持免工具拆卸。 6. 无风扇设计。 7. 配置心电、血氧、脉搏、无创血压、呼吸、体温等监测参数，适用于成人、小儿和新生儿。 ▲8. 支持升级 IBP、ETCO₂、C.O. AG、氧浓度、窒息唤醒等参数模块。 9. 支持 3/5/6/12 导心电，具有智能导联脱落、多导联同步分析功能。 10. 心电抗干扰能力强，耐极化电压$\geq \pm 850\text{mV}$。 11. 心电模式具有诊断、手术、监护、ST 模式。 12. 具有 ST 段分析和 ST View 功能，可实时监测 ST 段，测量范围$-2.5\text{mV} \sim +2.5\text{mV}$。 13. 具有 QT/QTc 测量功能，提供 QT、QTc 参数值，测量范围：200~800ms。 14. 心率测量范围：成人 15~300bpm，小儿/新生儿 15~350bpm，分辨率 1bpm。 ▲15. 心律失常分析≥ 25 种，包括房颤、室颤、停搏等。 16. 具备心拍类型识别功能，可区分正常心拍、异常心拍、起搏心拍。 17. 具有心动干扰（CVA）识别功能。 18. 具有手动、自动、序列、整点和连续测量等无创血压测量模式。 19. 具有动态血压分析功能，支持查看测量时间段内的正常数据、异常数据的百分率以及收缩压/舒张压的平均值、最大值和最小值。 20. 血氧可显示弱灌注指数（PI），范围：0.02~20%。 21. 支持双通道体温监测，支持至少 2 种不同类型体温探头。 22. 具备监护、插管、体外循环、待机、隐私、夜间等模式。 23. 具备标准、大字体、动态趋势、呼吸氧合、单血氧、CCHD、它床观察等多种显示界面功能。 ▲24. 具备 24h 心电概览报告，支持查看心率统计、心律失常事件统计、QT/QTc 统计、ST 段统计、起搏统计等信息。 25. 支持计时器功能，可同时显示≥ 4 个计时器，可分别对每个计时器进行设置。 26. 具有药物计算、肾功能计算、氧合计算、通气计算、血流动力学计算和滴定表等计算功能。 27. 数据存储和回顾：支持≥ 48 小时全息波形、支持≥ 48 小时心律失常数据的存储和回顾。 28. 内置 HL7 协议，支持与医院 HIS 系统连接和病人监测数据传输。 29. 主机和转运监测模块标配 ECG、SpO₂、NIBP、TEMP 完整附件各 1 套。 二、售后及其他 1. 要求设备出厂时间为近半年内；验收合格后，免费质保三年；终身维修；接到维修通知后，2 小时内响应，48 小时内实施维修服务；终身免费提供技术支持及咨询服务。 2. 除标准配置外，额外提供原厂 ECG、SpO₂、NIBP、TEMP 完整附件 6 套、主机和转运监测模块锂电池					
--	---	--	--	--	--	--

		各 3 块作为备用。 3. 提供双有创血压（IBP）、呼气末二氧化碳（ETCO₂）参数模块各 2 套，参数模块提供配套完整附件（ETCO₂ 模块提供配套耗材 5 套）。					
5	便携式电子血压计	一、主要技术参数 ▲1. 血压测量范围：0~300mmHg（0.0~40.0kPa），精度±3mmHg（±0.4kPa）； ▲2. 脉搏测量范围：40~200bpm； 3. 测量方式：臂式/示波测定法； 4. 臂围范围：22~32cm； 5. 屏幕显示：>3.5 寸 LCD 显示屏； ▲6. 具备智能预警提示，包括误动作提示、袖带佩戴自检、不规则脉波提示等； ▲7. 支持血压和脉波同时监测； 8. 记忆组数≥74*2 组记忆值； 9. 支持两种供电模式（干电池/电源适配器），并提供电源适配器； 10. 具备三次平均值显示； 11. 一键操作，使用后 3min 内自动关机。 二、售后及其他 1. 要求设备出厂时间为近半年内；验收合格后，免费质保三年；终身维修；接到维修通知后，2 小时内响应，48 小时内实施维修服务；终身免费提供技术支持及咨询服务。 2. 除标准配置外，额外提供原厂配套血压袖带 7 套作为备用。	7	台			
6	便携式担架	一. 主要技术参数 1. 折叠式担架 5 副 1.1 尺寸：展开长度 180~210cm（适用于成人身高范围）；展开宽度 40~55cm；折叠后长度约 100cm，宽度 10~20cm，厚度 5~10cm；便于收纳和携带。 1.2 承重：120~150kg。 1.3 材质：框架采用轻量化高强度铝合金；担架面采用牛津布/尼龙；配备软垫。 1.4 整体重量：5~8kg（便携型），单人可轻松携带。 1.5 功能设计：①折叠方式：四折式，便于车载或背包携带；②安全带：2~4 条横向固定带，配备肩部和腿部约束带；③头部固定装置：可调节软垫或卡扣；④抬升把手：两侧设有防滑橡胶把手，符	7	副			

	合人体工程学。 1.6 环境适应性：①防水等级为 IPX4 防水标准，可在雨天或潮湿环境中使用；②耐温范围：常规使用温度为-20~60℃，适应不同气候条件；③抗冲击性：通过跌落测试（如从 1.5 米高度跌落至水泥地面不变形）。 1.7 附加功能：①急救附件：配氧气瓶固定支架、监护仪托盘等；②内置储物袋，用于存放急救药品、绷带等物品；③标识与反光条：担架表面配备反光条，便于夜间或低光环境下识别；国际通用急救标识（如红色十字标志）。 1.8 适用场景：医疗转运（院内短距离搬运、救护车接送患者）、户外救援（地震、山地、水域等复杂环境中的伤员转移）、应急救援（紧急情况下快速展开，满足批量伤员转运需求）。 2. 救护车担架 2 副 2.1 尺寸：≥1900*500mm（长、宽）； 2.2 材质：担架由高强度铝合金制成，垫子采用防水海绵或 PVC 材料； 2.3 承重：>150Kg； 2.4 调节功能：离地高度至少 34~98cm，多档位调节；背靠角度最大仰角 60°； 2.5 担架面一端可插输液架，并配置输液架； 2.6 担架面护栏采用回转式弹性锁紧装置，并配置保险带； 2.7 适用救护车、院内运送患者； 2.8 配置 2 块医用转移板（过床板），参数要求： 2.8.1 尺寸：>1800*450mm（长、宽）； 2.8.2 重量：≤3Kg； 2.8.3 承重：≥135Kg； 2.8.4 材质：高强度塑料，坚固轻便，易于清洁消毒； 2.8.5 表面光滑且具有防滑功能； 2.8.6 板体边缘圆角设计； 2.8.7 易于抓握手柄设计； 2.8.8 可折叠设计； 2.8.9 与各种病床、转运床（车）等设备兼容； 2.8.10 透 X 射线设计；					
--	--	--	--	--	--	--

		3. 折叠式担架、救护车担架与转移板要求均具有医疗器械注册证明文件。 二、售后服务：验收合格后，免费质保三年。					
7	指夹式脉搏血氧仪	一、主要技术参数： ▲1. 血氧显示范围：0~100%，分辨率 1%； ▲2. 脉率显示范围：25~250bpm； ▲3. OLED 显示，重力传感，支持四方向显示； 4. 一键操作，测量时间<10s； 5. 无手指状态下 10 秒内自动关机，节能省电； 6. 优质 ABS 外壳，坚固耐用，并配挂绳。 二、售后及其他：要求设备出厂时间为近半年内；验收合格后，免费质保三年；终身维修；接到维修通知后，2 小时内响应，48 小时内实施维修服务；终身免费提供技术支持及咨询服务。	8	个			
8	便携式 B 超	一、主要技术参数 1. 技术规格 ▲1.1 ≥15 寸医用专业彩色显示屏，分辨率≥1280*1024，亮度自动调节； ▲1.2 探头接口 1 个，可扩展到 3 个； 1.3 支持用户自定义按键数量≥4 个，同一自定义键支持≥4 个功能； 1.4 支持中文、英语等语种（包括键盘输入、注释、操作面板等）； 1.5 主机自带 QWERTY 物理英文全键盘，支持多语言输入。 2. 二维灰阶模式 2.1 组织谐波成像； 2.2 组织特异性成像； ▲2.3 多角度空间复合成像，支持≥7 条偏转线，多级可调，支持线阵和凸阵探头； 2.4 频率复合成像； 2.5 斑点噪声抑制成像； 2.6 回波增强技术； 3. M 型成像模式 3.1 彩色 M 型； ▲3.2 解剖 M 型，取样线≥2 条，可 360 度任意旋转，支持实时扫描和离线重构 M 型图像。	1	台			

	4. 彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式） 4.1 超宽动态血流技术； 4.2 高分辨率血流成像； 4.3 双实时同屏对比显示； 4.4 自动调节取样框角度及位置。 5. 频谱多普勒成像 5.1 脉冲多普勒、高脉冲重复频率； 5.2 连续多普勒； 5.3 智能多普勒自动优化频谱多普勒取样线角度、快速矫正取样角度。 6. 组织多普勒成像及定量分析单元 ▲6.1 支持 TDI、TEI、TVD、TVM 模式； 6.2 专用 TDI 速度、应变、应变率定量分析工具； 6.3 曲线解剖 M 型。 7. 组织追踪定量分析单元 7.1 自动追踪心肌运动； 7.2 可分析≥6 个心脏切面，提供速度、位移和应变率等测量； 7.3 牛眼图显示参数分析结果； 7.4 支持左、右心室的追踪。 8. 弹性成像及定量分析单元 8.1 组织硬度定量分析软件和压力曲线提示图标； 8.2 支持应变率测量和肿块周边组织弹性定量分析。 9. 实时宽景成像，支持凸阵、线阵和相控阵探头，具有扫描速度提示功能，可 360° 旋转 10. 一键自动优化，可应用于二维、彩色、频谱模式、TDI 及造影等 11. 图像放大技术 11.1 一键全屏放大； 11.2 10 倍局部放大（支持前端、后端放大）。 12. 自动工作流协议 12.1 自定义检查规范；					
--	--	--	--	--	--	--

	12.2 自动打开彩色、频谱成像模式，自动添加体位图和注释； 13. 超声教学助手，提供标准超声声像图、解剖示意图、手法图及扫查技巧提示等。 14. 测量分析和报告 14.1 常规测量，支持距离、椭圆、描迹测、体积、斜率等； 14.2 多普勒测量，自动或手动包络测量，自动计算测量参数； 14.3 妇科/产科专用测量及分析； 14.3.1 含多胎测量、胎儿生理评分、中国人群产科公式等 14.3.2 自动产科测量，支持双顶径、头围、枕额径、股骨长、腹围等 ▲14.4 心脏功能专用测量及分析，包括 Simpson BP、Tei 指数分析、PISA 等，血管内中膜自动测量，自动生成测量结果。 15. 射血分数自动测量 15.1 自动识别左室舒张期切面和左室收缩期切面； 15.2 自动包络心内膜边界，自动计算左室舒张期容积、左室收缩期容积，左室射血分数 EF 以及每搏量 SV； 15.3 支持心室容积变化曲线。 16. 儿科髋关节测量、神经测量和急重症测量 17. 电影回放及原始数据处理 17.1 电影回放； 17.1.1 所有模式下支持手动、自动回放 17.1.2 支持向后存储和向前存储，时长可预置，向后存储≥ 5分钟电影 17.1.3 支持保存后的图像同屏对比分析（动态、静态） 17.2 原始数据处理，可对回放图像进行≥ 19个参数调节。 18. 检查存储和管理 18.1 $\geq 512\text{G}$ 固态硬盘； 18.2 内置超声工作站，支持同步存储； 18.3 支持一键存储，保证突发停电关机检查资料不丢失。 19. 技术参数要求 19.1 二维灰阶模式					
--	---	--	--	--	--	--

	19.1.1 动态可调; 19.1.2 扫描频率: 电子凸阵, 支持扩展成像; ▲19.1.3 电子相控阵: 扫描角度$\geq 90^{\circ}$; ▲19.1.4 最大显示深度:$\geq 39\text{cm}$; 19.1.5 TGC: ≥ 8 段, LGC: ≥ 4 段; 19.1.6 动态范围: 30-190dB, 可视可调; 19.1.7 增益调节: B/M/D 分别独立可调, ≥ 100; 19.1.8 伪彩图谱: ≥ 8 种; 19.1.9 扫描帧率: 相控阵探头 18cm 深, 全视野二维帧频≥ 50 帧/秒; 凸阵探头 18cm 深, 全视野二维帧频≥ 40 帧/秒。 19.2 彩色多普勒成像 19.2.1 包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等; 19.2.2 显示方式: B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW; 19.2.3 取样框偏转: $\geq \pm 20^{\circ}$ (线阵探头); 19.2.4 扫描帧率: 相控阵探头 18cm 深, 高线密度全视野彩色帧频≥ 4 帧/秒; 凸阵探头 18cm 深, 高线密度全视野彩色帧频≥ 6 帧/秒; 19.2.5 支持 B/C 同宽。 20. 连通性 20.1 参考信号: 心电、心电触发等; 20.2 数据接口: HDMI、USB 接口、音频接口等; 20.3 支持数据无线传输; 20.4 支持 DICOM 3.0 系统, 配有 DICOM 妇产科、心脏、血管、乳腺结构化报告; 20.5 外设数据模块: S-视频、VGA 视频接口、高清音视频接口等。 ▲21. 配置要求: 便携式 B 超主机 1 台、腹部探头 1 把、浅表探头 1 把、小儿心脏探头 1 把、成人心脏探头 1 把、专用台车、探头扩展器、内置电池、专用拉杆箱。 二、售后及其他 1. 要求设备出厂时间为近半年内; 供货方负责设备接入医院信息化系统及产生的有关费用; 验收合格后, 免费质保三年; 终身维修; 接到维修通知后, 2 小时内响应, 48 小时内实施维修服务; 终身					
--	--	--	--	--	--	--

		免费提供技术支持及咨询服务。 2. 配备图文报告工作站（含品牌原装电脑、彩色 A4 多功能打印机、医学图像处理软件等）1 套； 3. 配备人体工学电脑桌椅 1 套； 4. 配备超声检查用诊疗床 1 张。					
9	发电机 (移动式)	柴油发电机组 额定电流(A)；1800 输出电压(v)；400/230 移动静音箱尺寸(mm)；6000x2300x2700 重量(kg)；9000 频率(HZ)；50 功率因数；滞后 0.8 相数与线制；三相四线 稳定电压调整率； $\leq \pm 1\%$ 瞬态电压调整率； $\leq \pm 15\%$ 执行标准；国标 GB/T2820-2009；国标 ISO9001 认证 柴油机 输出功率(KW)；1310 转速(Rpm/min)；1500 缸径 x 行程(mm)；138x168 排气量(l.)；33.8 调速方式；电子调速 引擎结构形式；十二缸、V 列、四冲程、增压中冷、 冷却方式；闭式强制水冷 启动方式；24V 直流电起动 燃油消耗率(100%)g/kw.h；215 发电机 结构、励磁方式 无刷、自励磁、自散热、全铜线绕制 调节方式；AVR 自动调压；相制；三相四线 过载能力及时间；10%，12 小时内允许 1 小时	1	台			

	额定电压(V)； 400/230 额定功率(KW)； 1000 防护等级； IP23 绝缘等级； H 功率因数； 0.8 额定电流(A)； 1800 选型机组/控制系统； 自动化、移动电站、静音型、防雨型、多台并机并网。 要求：提供 1. 出具出厂检验合格证书、使用情况说明、现场指导培训使用。2. 配置 50 米电缆线满足市电/发电机输出电量（220 伏）3. 适合本发电机篷布（具有良好的透气性，需要通过蜡或涂层处理来实现防水功能，常用于传统的帐篷、船帆等；涤纶帆布则更耐用，防霉性好，现代多混合防水涂层，）4. 质保期 3 年。5. 配四个原装轮胎轮轴/中标方根据甲方的要求提供固定式或移动式。6、货物到货后全部安装调试运行正常。					
合计（大写）：						
备注：1. 投标产品为医疗器械的，投标产品须符合《医疗器械注册管理办法》要求并提供中华人民共和国医疗器械注册/备案证明材料，投标人须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供医疗器械生产或经营企业许可证（加盖鲜章复印件）； 不接受联合体投标。2. 经营范围：符合医疗器械经营相关要求。3. 设备免费质保详见参数；总价包括设备的运输、安装、培训等费用，以及其他与上述设备有关的网络接口等费用；定期开展售后服务及保养；设备出厂时间要求详见参数。4. 售后保障 7*24 小时提供技术协助，出现故障 48 小时内解决。5. 采购单位提供现场勘查。6. 投标人提供安装、调试等本项目相关的一切服务。						

3. 技术要求（不允许负偏离）

4. 商务条件（不允许负偏离）

4.1 交货期

45 日历天内完成供货，按照采购方要求负责运送到指定的地点，运费由供应商承担。

4.2 交货地点

甲方指定的地点，运费由供应商承担。

4.3 付款方式

甲乙双方签订合同时自行约定。

4.4 验收

货物运抵现场后，采购人将对货物数量、质量、规格等进行抽样检测并做留样检验。如发现货物检验不合格或货物与招标文件、响应文件、合同不符，采购人有权根据检验结果要求立即更换中标人或者提出索赔要求，已经发放并使用的货物如果抽样不合格，采购方不会退回，造成的损失由中标方自行承担。

4.5 质保期

要求本次提供的设备出厂时间为近半年内。

质保期：自验收合格之日起3年，国家主管部门或者行业标准对货物本身有更高要求的，从其规定并在合同中约定，供应商亦可提报更长的质保期。且对维修响应时间、维修服务方案、技术支持时间、咨询服务做出相关方案及承诺。

第四章 评审办法

1. 评审附表

条款号		评审标准
		投标产品属于医疗器械的，投标人应提供符合《医疗器械监督管理条例》等有关法规要求的资质。即投标产品及生产方具有有效的医疗器械注册、医疗器械生产许可证明文件；投标人具有有效的医疗器械经营许可证明文件及备案凭证。
2.2.1	资格性审查	具备有效的三证合一的营业执照且符合竞争性谈判文件要求
		提供法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书
		提供 2024 年财务审计报告或财务报表，企业成立不足一年的，须提供企业成立以来的财务报表
		近三个月完税证明
		近三个月社保缴纳明细
		“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）（列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）的查询结果的截图（评标时专家评委可再次通过系统查询进行资格审查确认）
2.2.2	符合性审查	响应文件格式符合竞争性谈判文件要求
		响应文件的签名盖章符合竞争性谈判文件要求
		投标有效期符合竞争性谈判文件要求
		交货期、质保期符合竞争性谈判文件要求
		货物质量符合竞争性谈判文件要求
		商务偏离、技术偏离符合竞争性谈判文件要求
		按照竞争性谈判文件规定报价只有一个有效报价且没有漏项
		按竞争性谈判文件要求编制了目录及页码

		其他不符合竞争性谈判文件的实质性要求
--	--	--------------------

2. 评审方法

采用的评审方式:最低评标价法,是指以价格为主要因素确定成交供应商的评审方法。即在全部满足竞争性谈判文件实质性要求,且采购需求、质量和服务相等的前提下,依据统一的价格要素评定最低报价,第一轮审查投标供应商的响应文件,响应文件报价为供应商第一次报价,第二轮投标供应商提供的技术参数满足竞争性谈判文件要求的技术参数的供应商进行第二次报价,第二轮为供应商最终报价,按最终报价由低到高的顺序排序,确定成交供应商或推荐成交候选人的评审方法。

3. 评审标准

3.1 初步评审标准

3.1.1 资格性审查:评标办法前附表

3.1.2 符合性审查:评标办法前附表

4. 评审程序

4.1 初步评审

4.1.1 谈判小组可以要求供应商提交第二章“供应商须知”第 30.1 项规定的有关证明和证件的原件,以便核验。谈判小组依据本章第 2.1 款规定的标准对响应文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的,作废标处理。

4.1.2 供应商有以下情形之一的,其投标作废标处理:

- (1) 串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的;
- (2) 不按谈判小组要求澄清、说明或补正的。
- (3) 投标函中投标报价与工程量汇总价不一致时响应文件作废标处理。
- (4) 提供虚假资料的其响应文件作废标处理。
- (5) 供应商在开标时资格审查时递交的法人授权委托书公证件原件,其内容应与资格预审、响应文件的内容一致,其中委托代理人均为同一人,不一致作废标处理。
- (6) 谈判小组认定供应商以低于成本报价竞标的。
- (7) 供应商附有采购人不能接受的条件。
- (8) 响应文件偏离竞争性谈判文件实质性要求和条件的。
- (9) 一个供应商递交两份或多份内容不同的响应文件,或在一份响应文件中对同一招标项目有两个或多个报价,且未声明哪一个报价有效的。

4.1.3 投标报价有算术错误的,谈判小组按以下原则对投标报价进行修正,修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的,其投标作废标处理。

(1) 响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2) 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

4.2 详细评审

由谈判小组与供应商进行谈判，供应商进行二轮报价。第一轮报价为响应文件内报价，第二轮报价所有供应商同时报价。以最后一轮的最终报价由低到高进行排序，谈判小组推荐报价最低的三名供应商为成交候选人推荐给招标人，由招标人确定一名供应商为成交供应商。

4.3、谈判结束，主持人公布谈判结果。

4.4、谈判中的注意事项：

谈判时由谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判。谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息；

谈判文件有实质性变动的，谈判小组应当以书面形式通知参加谈判的供应商。

第五章 签订合同、合同主要条款

1. 签订合同

1.1 采购人应当自成交通知书发出之日起 30 日内,按照采购文件和成交供应商响应文件的约定,与成交供应商签订书面合同。所签订合同不得对采购文件和成交供应商响应文件作实质性修改。

1.2 签订的合同原则以本章第 4 条的规定为基础,并根据评审、答疑情况进行修改补充,但该款并不限制采购人以其他方式签订合同的权利。采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求,作为签订合同的条件,不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

1.3 采购文件、响应文件、书面承诺和成交通知书均作为经济合同的一部分,且具有法律效力。成交供应商应严格履行经济合同所规定的各项义务和责任,否则将依法处理。

1.4 有关法规或者采购文件明确不允许分包方式履行合同的,成交供应商不得分包履行合同,否则将依法承担法律责任。采购文件明确允许分包方式履行合同的,按照采购文件相关规定执行。

当成交供应商放弃成交结果或者因被质疑、投诉,经查属实或者因不可抗力而不能履行合同的,采购人可从推荐中标候选人名单中按顺序重新确定成交供应商,但应符合相关规定;否则采购人应重新组织采购。

1.5 采购人应当自采购合同签订之日起 7 个工作日内,将采购合同副本报同级财政部门 and 有关部门备案。

1.6 法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同,依照其规定。

2. 追加合同金额

政府采购合同履行中,采购人需要追加与合同标的相同的货物的,在不改变合同其他条款的前提下并且在签订合同后 1 年内,经采购人报同级财政部门批准后,可以与成交供应商协商签订补充合同,但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的 10%,否则采购人应重新组织采购。

采购合同双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的,双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方

应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担责任。

3. 货物质量与验收

3.1 采购文件中的货物按照国标、部标、行业标准或者双方技术协议或者采购文件、响应文件、书面承诺的技术要求制造。货到后，由采购人组织验收小组对货物进行验收（以《项目验收报告单》为准）。如对货物质量有争议，采购人可委托国家认定的相关部门对货物进行质量检验，并以质检部门出具的检验报告为准，并由责任方承担全部责任。

3.2 货物制造完毕经出厂检验合格后方能发货，并提供货物合格证书。

3.3 货物的表面涂漆颜色：由采购人和中标供应商商定。

3.4 货物包装按照国标、部标以及有关标准执行。

4. 合同主要条款

合同编号：_____

签 订 地：_____

甲方（采购人）：_____

住所地：_____

乙方（成交供应商）：_____

住 所 地：_____

乙方于20____年____月____日参加了（采购人）组织的“（项目名称及项目编号）”政府采购活动，经谈判小组评审确定乙方为（包及包名称）成交供应商，按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》和相关的法律法规规定，以及采购文件规定，经甲乙双方协商一致，签订本政府采购合同。

第一条 货物条款

乙方向甲方提供以下货物

货物名称	品牌、规格型号（技术参数）	单价	数量	小 计
合 计				

注：如上述表格不适用相关货物的，具体品牌、数量、规格型号（技术参数）及质保期等可用附件形式列明，作为本合同组成部分。

.....

第二条 合同总金额

合同总金额为人民币（大写）：_____（¥_____）

此价格为合同执行不变价，不因国家政策变化而变化，该价款包括了货物及与之配套的设计、制造、正版软件、检验、包装、运输、保险、税费以及安装、组织验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸提供等）、质保期服务等全部价款，除此之外，甲方不再向乙方支付其他任何费用。

.....

第三条 质量要求及技术标准

1. 货物原产地：

2. 货物的质量要求：

.....

3. 货物的技术标准：

.....

第四条 交货

1. 交货日期：

2. 交货地点：

.....

第五条 包装、装运及运输

1. 乙方负责包装、装运和运输，由于不适当的包装、装运和运输造成货物有任何损坏均由乙方负责。

2. 包装费、运费及相关费用已包含在合同总金额内。

.....

第六条 货款支付

1. 货物运到交货地点，经甲乙双方共同验收合格后由甲方负责办理货款支付手续。

2. 属国库集中支付资金，甲方应按照双方约定的付款期限，及时向同级财政部门报送资金支付申请，同级财政部门对支付申请审核无误后，将货款直接支付至乙方账户。

3. 付款方式

可采用一次性付款方式，也可以采用分期付款方式，具体由甲乙双方协商约定。采用一次性付款方式的，应约定支付的时间；采用分期付款方式的，应约定首付、分期支付的时间、条件及支付资金的比例；甲方根据采购货物的具体情况确定是否预留质保金。

.....

第七条 履约保证金

1. 乙方须向甲方交纳人民币(大写)_____ (¥_____) 作为本合同的履约保证金。

2. 履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行或不能完全履行合同义务而蒙受的损失。

3. 履约保证金在货物交付验收合格____月无质量问题后，填写《当地政府采购项目履约保证金退付表》、《当地政府采购项目验收单》和资金往来收款收据交监督部门审核后 20 个工作日内退还。

.....

第八条 售后服务及承诺

1. 乙方有完善的服务体系，有能力提供持续的、本地化售后服务。

2. 乙方负责系统安装和调试以及操作人员培训，并制定详细的培训计划，使操作人员能独立进行管理、操作、维护和故障处理等工作，做好相关记录及技术文档收集整理，待验收合格后移交给甲方。

3. 供货及服务范围：乙方负责货物的供应、运输、安装调试、免费培训、售后服务。

.....

第九条 验收

1. 货物运抵现场后，采购人将对货物数量、质量、规格等进行检验。如发现货物和规格或者两者都与合同不符，采购人有权根据检验结果要求成交供应商立即更换或者提出索赔要求。

2. 开箱检查设备外观，如有损伤或质量缺陷，乙方应及时更换。

3. 依据合同设备清单，对设备品牌、规格型号（技术参数）、数量、质保书等必备附件进行检查。

4. 货物由成交供应商进行安装，完毕后，采购人应对货物的数量、质量、规格、性能等进行详细而全面的检验。安装调试完毕____日内，证明货物以及安装质量无任何问题，甲乙双方共同确认设备正常运行后，由采购人组成的验收小组签署验收报告，作为

付款凭据之一。

.....

第十条 知识产权

1. 乙方保证,甲方在使用该货物或者货物的任何一部分时,免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷,由乙方承担一切责任;如因此给甲方造成损失的,乙方负责全额赔偿。

2. 乙方为执行本合同而提供的技术资料或者其他相关资料、软件等由甲方永久免费使用。

.....

第十一条 甲方责任

1. 及时办理付款手续。
2. 负责提供工作场地,协助乙方办理有关事宜。
3. 对合同条款及所知悉的乙方商业秘密负有保密义务。

.....

第十二条 乙方责任

1. 保证所供货物均为响应文件承诺的货物,符合相关质量检测标准,具有该产品的出厂标准或国家鉴定证书,保证其全部部件为全新的未使用的且符合相关质量要求。

2. 保证货物的售后服务,严格依据响应文件及相关承诺,对货物及系统进行保修、维护等服务。

3. 保证其所供货物不存在侵犯第三方知识产权的行为,否则由此产生的损失由乙方承担。

.....

第十三条 违约责任

1. 甲乙双方任意一方无故终止合同的,违约方应当按照合同总金额的 20%向守约方支付违约金。

2. 乙方逾期交付货物时,每逾 1 日乙方向甲方支付合同总金额 0.5%的滞纳金。逾期交货超过 30 日的,甲方有权决定是否继续履行合同,如甲方决定终止履行合同的,乙方应按照第 1 款的规定赔偿甲方违约金。

3. 乙方所供货物品牌、规格型号、质量等不符合合同约定标准,甲方有权拒收,以及甲方收货后,发现产品出现质量问题不能使用的,甲方有权终止合同,同时,乙方向

甲方支付合同总金额 20%的违约金，如果违约金不足以支付甲方所受损失的，甲方有权要求其赔偿。

4. 在质保期内产品出现质量问题，乙方必须在接到甲方通知后____小时内到达现场解决，否则甲方有权另请单位解决，由此产生的费用由乙方承担，甲方有权从质保金中扣除相关费用，产生的损失由乙方赔偿。

5. 甲乙双方违背其他合同条款，违约方赔偿对方损失。

.....

第十四条 不可抗力

甲乙双方的任何一方由于不可抗力不能履行合同时，应当及时通知对方不能履行或不能完全履行的情况和理由；在取得有关主管机关证明后，允许延期履行、部分履行或者终止履行合同的，根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

.....

第十五条 保密

乙方在合同履行期间知悉甲方的工作秘密（包括相关业务信息），不得透露或以其他方式提供给合同双方以外的其他方（包括乙方内部与本合同无关的任何人员），乙方的保密责任不因本合同的终止而终止。

乙方违反本合同所规定的保密义务，应按照本合同总金额的 10%支付违约金。

.....

第十六条 争议解决

甲乙双方在合同履行中发生争议，应通过协商解决。如协商不成，可以向合同签订地法院提起诉讼。

.....

第十七条 合同生效及其它

1. 除采购文件规定且甲方事先书面同意外，乙方不得部分或者全部转让、分包履行其应履行的合同项下的义务。

2. 合同由甲、乙双方法定代表人（或者被授权代表）签字并加盖单位公章，以最后一方签字日期为合同生效日期。

3. 本合同一式六份，甲方一份，乙方一份，采购代理机构二份，市财政局一份，市公共资源交易管理办公室一份。

.....

第十八条 本合同附件

1. 成交通知书；
2. 政府采购采购文件（含采购文件的澄清、修改等）；
3. 乙方响应文件；
4. 成交供应商在评审过程中做出的有关澄清、说明、承诺或者补正文件（材料）；

.....

第六章 响应文件格式

密封档案袋封面格式：

项目

项目编号：

响 应 文 件

供应商名称：_____（盖章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

供应商地址：_____

联 系 人：_____ 联系电话：_____

年 月 日

在 年 月 日 时 分之前不得启封

(响应文件标书封皮)

正(副)本

*****项目

项目编号:

响 应 文 件

供应商名称: _____ (盖章)

法定代表人: _____ (签字或盖章)

年 月 日

目 录

- 一、报价函
- 二、报价一览表
- 三、分项报价明细表
- 四、联合投标协议书（本次不接受联合体投标）
- 五、法定代表人身份证明（或法定代表人授权委托书）
- 六、供应商基本情况表（附营业执照等）
- 七、社保缴纳凭证及完税证明
- 八、财务状况
- 九、商务偏离表
- 十、技术偏离表
- 十一、无重大违法记录的书面声明
- 十二、信用中国、中国政府采购网网上公示报告
- 十三、其他资料

一、报价函

（采购人）：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址_____。

我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（项目名称）（编号为_____）的报价，为此，我方就本次报价有关事项郑重声明如下：

- 1、我方已详细审查全部采购文件，同意采购文件的各项要求。
- 2、我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。
- 3、若中标，我方将按照采购文件规定履行合同责任和义务。
- 4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。
- 5、响应文件自开标日起有效期为___日历日。
6. 以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果。

供应商名称：_____（盖章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

日期：_____年_____月_____日

二、报价一览表（第一轮报价）

项目名称	
项目编号	
采购内容	
交货期	
质量要求	
质保期	
总报价	小写： _____ 大写： _____ （注：该报价含货物采购、运输、安装、调试、售后及税费等一切费用）
备注	

供应商名称： _____（盖章）

法定代表人： _____（签字或盖章）

日期： _____年_____月_____日

三、分项报价明细表

项目名称：

项目编号：

序号	货物名称	品牌	型号	数量	单位	单价（元）	小计（元）
1							
2							
3							
4							
5							
.....							
.							
总报价（元）		小写： 大写：					
（注：该报价含货物采购、运输、安装、调试、售后及税费等一切费用）							

供应商名称：_____（盖章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

日期：_____年_____月_____日

四、联合投标协议书(本项目不接受联合体)

甲方：

乙方：

(如果有的话，可按照甲、乙、丙、丁…序列增加)

联合体各方经协商，就响应 _____ 组织实施的编号为 _____ 号的采购活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、联合体各方一致决定，以 _____ 为主办人进行投标，并按照采购文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次投标过程中，主办人的法定代表人或者授权代理人根据采购文件规定以及投标内容对采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清以及响应等对联合体各方均有约束力。如果中标并签订合同，则联合体各方将共同履行对采购人或者采购代理机构所负有的全部义务，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合体各方保证对主办人为响应本次采购而提供的产品和服务提供全部质量保证以及售后服务支持。

四、本次联合投标中，联合体各方承担的工作和义务：

甲方承担的工作和义务为：

乙方承担的工作和义务为：

五、有关本次联合投标的其他事宜：

六、本协议提交采购人或者采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或者撤销。

七、本协议共__份，联合体各方各持一份，并作为响应文件的一部分。

甲方单位： (公章)

乙方单位： (公章)

法定代表人： (签章)

法定代表人： (签章)

日期： 年 月 日

日期： 年 月 日

五、法定代表人身份证明

供应商名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____

系_____（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

注：1、法定代表人参加本次投标的应签署本文件并附本人身份证复印件；

2、如法定代表人不参加本次投标，应签署《法定代表人授权委托书》。

供应商：_____（公章）

_____年_____月_____日

五、法定代表人授权委托书

_____(采购人)_____:

我_____(姓名)系_____(供应商名称)法定代表人,现授权委托我公司的_____(姓名、职务或者职称)为我公司本次_____项目的授权代表,代表我方办理本次报价、签约等相关事宜,签署全部有关的文件、协议、合同并具有法律效力。

在我方未发出撤销授权委托书的书面通知以前,本授权委托书一直有效。被授权人签署的所有文件(在授权书有效期内签署的)不因授权撤销而失效。

被授权代表无权转让委托权。特此授权。

本授权委托书于_____年_____月_____日签字生效,特此声明。

(附法人代表身份证以及被授权代表身份证复印件)

被授权代表姓名:	性 别:	年 龄:
单 位:	部 门:	职 务:

供应商(公章):

法定代表人(签字):

日 期: 年 月 日

六、供应商基本情况表（附营业执照等）

供应商名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电 话		
	传 真			网 址		
法定代表人	姓 名		技术职称		电 话	
成立时间						
营业执照号		企业人员				
注册资金						
开户银行						
账 号						
经营范围						
备 注						

注：本表后应附企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、开户许可证等相关材料的复印件。（供应商可根据本表自行编制）

七、社保缴纳凭证及完税证明

八、财务状况

九、商务偏离表

序号	采购文件内容	响应文件内容	偏离情况
1			
2			
3			
4			
5			
.....			

注：偏离情况填写为正偏离、负偏离、无偏离。

1、供应商应根据自身的商务指标，对照竞争性谈判文件中“第三章 采购需求-4. 商务要求”中的各项商务要求，如实逐条一一对应填写响应情况，如有未响应商务要求，评标委员会有权视其为负偏离；

2、请供应商在“偏离情况”一栏详细描述存在正偏离或负偏离商务指标，并标明偏离情况；

3、竞争性谈判文件商务指标未做要求的，不视为正偏离。

4、商务要求不允许负偏离，负偏离视为不响应竞争性谈判文件。

供 应 商：_____（盖单位
公章）

法定代表人：_____（签字或
盖章）

日 期：_____年___月___日

十、技术偏离表

序号	采购文件内容	响应文件内容	偏离情况
1			
2			
3			
4			
5			
.....			

注：偏离情况填写为正偏离、负偏离、无偏离（本项目不允许负偏离）。

1、供应商应根据“第三章 采购需求 3.技术要求”，如实逐条一一对应填写响应情况，如有未响应技术指标，评标委员会有权视其为负偏离；

2、请供应商在“偏离情况”一栏详细描述存在正偏离或负偏离技术指标，并标明偏离情况；

3、采购文件技术指标未做要求的，不视为正偏离。

4、技术要求不允许负偏离，负偏离视为不响应竞争性谈判文件。

供 应 商：_____（盖单位
公章）

法定代表人：_____（签字或
盖章）

日 期：_____年___月___日

十一、在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我方在参加_____（项目名称）政府采购活动前3年内，我方被公开披露或查处的违法违规行为有：_____，但在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

供 应 商：_____（盖单位
公章）

法定代表人：_____（签字或
盖章）

日 期：_____年____月____日

备注：供应商没有被公开披露或查处违法违规行为的，注明“无”即可。

十二、信用中国及中国政府采购网网上公示报告截图

十三、其他资料

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加____（单位名称）的____（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业**制造**。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. ____（标的名称），属于____（采购文件中明确的所属行业）行业；**制造商**为____（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于____（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. ____（标的名称），属于____（采购文件中明确的所属行业）行业；**制造商**为____（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于____（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度（2024年度）数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

企业名称（盖章）：

日期：

（二）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖公章）：_____
法定代表人或其授权委托人（签字）：_____
年 月 日

说明：填写本声明函时应详细阅读《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），投标人不满足此要求则无须提供，一旦提供将视为满足其要求，如有虚假，将依法承担相应责任。

（三）监狱企业声明函

本单位郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱单位，且本单位参加单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（盖章）_____
法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：_____

_____年___月___日

说明：填写本声明函时应详细阅读《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），投标人不满足此要求则无须提供，一旦提供将视为满足其要求，如有虚假，将依法承担相应责任。

中小企业划型标准规定（工信部联企业[2011]300号）

行业	中小微型企业（或）			中型企业（且）			小型企业（且）			微型企业（或）		
	从业人员	营业收入	资产总额	从业人员	营业收入	资产总额	从业人员	营业收入	资产总额	从业人员	营业收入	资产总额
农、林、牧、渔业		20000 万元以下			500 万元及以上			50 万元及以上			50 万元以下	
工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）	1000 人以下	40000 万元以下		300 人及以上	2000 万元及以上		20 人及以上	300 万元及以上		20 人以下	300 万元以下	
建筑业		80000 万元以下	80000 万元以下		6000 万元及以上	5000 万元及以上		300 万元及以上	300 万元及以上		300 万元以下	300 万元以下
批发业	200 人以下	40000 万元以下		20 人及以上	5000 万元及以上		5 人及以上	1000 万元及以上		5 人以下	1000 万元以下	
零售业	300 人以下	20000 万元以下		50 人及以上	500 万元及以上		10 人及以上	100 万元及以上		10 人以下	100 万元以下	
交通运输业（不含铁路运输业）	1000 人以下	30000 万元以下		300 人及以上	3000 万元及以上		20 人及以上	200 万元及以上		20 人以下	200 万元以下	
仓储业	200 人以下	30000 万元以下		100 人及以上	1000 万元及以上		20 人及以上	100 万元及以上		20 人以下	100 万元以下	
邮政业	1000 人以下	30000 万元以下		300 人及以上	2000 万元及以上		20 人及以上	100 万元及以上		20 人以下	100 万元以下	
住宿业	300 人以下	10000 万元以下		100 人及以上	2000 万元及以上		10 人及以上	100 万元及以上		10 人以下	100 万元以下	

餐饮业	300 人 以 下	10000 万 元 以下		100 人 及 以上	2000 万 元 及 以 上		10 人 及 以 上	100 万 元 及 以上		10 人 以 下	100 万 元 以 下	
信息传输业（包 括电信、互联网 和相关服务）	2000 人 以 下	100000 万 元 以下		100 人 及 以上	1000 万 元 及 以 上		10 人 及 以 上	100 万 元 及 以上		10 人 以 下	100 万 元 以 下	
软件和信息技术 服务业	300 人 以 下	10000 万 元 以下		100 人 及 以上	1000 万 元 及 以 上		10 人 及 以 上	50 万 元 及 以上		10 人 以 下	50 万 元 以 下	
房地产开发经营	200000 万 元 以下	10000 万 元 以下			1000 万 元 及 以 上	5000 万 元 及 以上		100 万 元 及 以上	2000 万 元 及 以 上		100 万 元 以 下	2000 万 元 以 下
物业管理	1000 人 以 下	5000 万 元 以 下		300 人 及 以上	1000 万 元 及 以 上		100 人 及 以上	500 万 元 及 以上		100 人 以 下	500 万 元 以 下	
租赁和商务服务 业	300 人 以 下		120000 万 元以下	100 人 及 以上		8000 万 元 及 以上	10 人 及 以 上		100 万 元 及 以 上	10 人 以 下		100 万 元 以 下
其他未列明行业 （包括 科学研 究和技术服务 业，水利、环境 和公共 设施管 理业，居民服务、 修理和其他服务 业，社 会工作， 文化、体育和	300 人 以 下			100 人 及 以上			10 人 及 以 上			10 人 以 下		

娱乐业等)												
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

