

阿克苏地区第一人民医院采购医疗设备维修服务 服务项目二次

招标文件

项目编号：分2025-01-192

招标人：阿克苏地区第一人民医院

招标代理机构：新疆国信天翌工程项目管理有限公司

二〇二五年六月

目 录

第一章	招标公告	2
第二章	供应商须知	7
第三章	采购需求	34
第四章	政府采购合同	62
第五章	评标办法	66
第六章	投标文件格式	72

第一章 招标公告

阿克苏地区第一人民医院采购医疗设备维修服务项目二次 公开招标公告

项目概况

阿克苏地区第一人民医院采购医疗设备维修服务项目二次的潜在投标人应在政采云平台线上获取招标文件，并于2025年7月14日10:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：分 2025-01-192

项目名称：阿克苏地区第一人民医院采购医疗设备维修服务项目二次

采购方式：公开招标

预算金额（元）：2041980

最高限价（元）：2041980

采购需求：采购医疗设备维修服务（具体内容详见招标文件采购需求）

合同履行期限：自甲乙双方签订合同之日起 180 天

本项目（否）接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力本度的通知》（财库〔2022〕19 号）；《关于印发统计上大中小微型企业划分办法(2017)的通知》的规定；

（2）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）；

（3）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141 号。

（4）财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整

优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9 号文）；

（5）财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18 号文）；

（6）财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19 号文）；

（7）市场监管总局《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019 年第 16 号）；

3. 本项目的特定资格要求：所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供投标人有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供投标人有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证证明文件）。

三、获取采购文件

时间：2025 年 6 月 23 日至 2025 年 6 月 30 日，每天上午 10：00 至 14:00，下午 16:00 至 20：00（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台

方式：供应商登录政采云平台 <https://www.zcygov.cn/> 在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件），或者点击采购公告底部潜在供应商“获取采购文件”，页面跳转后登陆，直接获取采购文件。

售价：0 元

四、响应文件提交

截止时间：2025 年 7 月 14 日 10:30（北京时间）

地点：请登录政采云投标客户端投标。

五、开启

时间：2025 年 7 月 14 日 10:30（北京时间）

地点：投标人登录政采云平台 <https://www.zcygov.cn/>，进入“项目采购-开标评标-右边选择对应项目点击“进入项目”进入开标大厅。

六、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

七、其他补充事宜

1. 本公告同时在新疆政府采购网、阿克苏地区行政公署网同时发布。

2. 相互关联的存在实际控制、管理关系的两个企业，不得同时参加同一项目的投标。

3. 供应商应仔细阅读招标公告的所有内容，按公告的要求制作投标文件，并保证所提供全部资料的真实性，以使其对招标文件作出实质性响应。否则，视为不响应招标文件，将拒绝其投标。开标时，供应商对招标公告要求提供的资质证明文件缺项或不真实，将拒绝其投标。投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密响应文件”上传递交至“政府采购云平台”，投标截止时间以后上传递交的响应文件将被“政府采购云平台”拒收。

4. 本项目实行不见面开标（网上投标、开标、评标），投标人需办理 CA 锁。已办理 CA 锁的，需添加在政府采购云平台使用的功能，本项目采用不见面开标，供应商须在投标截止时间前通过 CA 在政采云平台上传加密的电子响应文件。备注：供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过 <https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding> 自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：<https://service.zcygov.cn/#/help>，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。供应商因未注册进入政府采购云平台“供应商库”、或未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商

自行承担。本项目实行网上投标，采用电子响应文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

5. 供应商可前往新疆政府采购网 (<http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/>) 下载专区，下载政采云电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云电子投标客户端时，建议使用 WIN7 及以上操作系统。如有问题可拨打政采云客户服务热线 400-881-7190 进行咨询。

6. 供应商在开标前须提前配置好电脑浏览器（建议使用 360 浏览器或谷歌浏览器），开标时请使用制作加密电子响应文件的 CA 锁进行解密及报价确认。本项目响应文件解密时间定为 30 分钟，如因自身原因导致无法正常解密，后果由供应商自行承担。

特别提示

1. 采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

2. 超过 200 万元的货物和服务采购项目，预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。

3. 超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的 40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。

4. 对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予 10%-20%（工程项目为 3%-5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 3%-5%作为其价格分。

5. 接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家 或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业

的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 4%-6%（工程项目为 1%-2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 1%-2%作为其价格分。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：阿克苏地区第一人民医院

地 址：阿克苏市北京西路 25 号

联系方式：0997-2129520

2. 采购代理机构信息

名 称：新疆国信天翌工程项目管理有限公司

地 址：新疆阿克苏地区阿克苏市南城街道丽都社区中原路 16 号院内办公楼二楼 1204 室

联系方式：19390877775

3. 项目联系方式

项目联系人：屈芳媛

电 话：19390877775

第二章 供应商须知

投标人须知前附表

序号	条款名称	编列内容
1	采购人	名称：阿克苏地区第一人民医院 地址：阿克苏市北京西路 25 号 联系人：郭琦 联系方式：0997-2129520
2	采购代理机构	名称：新疆国信天翌工程项目管理有限公司 地址：新疆阿克苏地区阿克苏市南城街道丽都社区中原路 16 号院内办公楼二楼 1204 室 联系人：屈芳媛 电话：19390877775
3	监管部门	名称：阿克苏地区政府采购管理办公室 地址：阿克苏市文化路 28 号阿克苏地区综合办公区 联系人：李峰 电话：0997-2123301
4	项目名称	阿克苏地区第一人民医院采购医疗设备维修服务项目二次
5	项目编号	分 2025-01-192
6	资金来源	自有资金
7	采购内容	采购医疗设备维修服务（具体内容详见采购需求）
8	最高限价	小写：2041980元，大写：贰佰零肆万壹仟玖佰捌拾元整
0	服务目标	合格，并满足招标人的要求和服务需求。
10	合同履行期限	自甲乙双方签订合同之日起 180 天
11	项目实施地点	业主指定服务地点
12	实质性要求和条件是否允许偏离	☒ 不允许 ☐ 允许，偏差范围：/ 最高项数：/
13	是否专门面向小微企业	☒ 是 ☐ 否
14	是否允许投报进口产品	/
15	是否接受联合体报价	☒ 不接受 ☐ 接受，应满足下列要求：_____
16	投标有效期	自投标截止之日起_60_日历天。

17	踏勘现场	☒ 不组织，自行踏勘 ☐ 组织，踏勘时间：_____ 踏勘地点：_____
18	履约保证金	不需要
19	采购代理服务费支付	☐ 由采购人支付 ☒ 由成交供应商支付
20	构成采购文件的其他材料	招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。
21	招标人书面澄清的时间	投标截止时间前 5 天
22	投标人对招标文件提出质疑的时间	潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。 对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起 7 个工作日内提出。
23	供应商资格条件	1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加政府招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）法律、行政法规规定的其他条件。 2、落实政府采购政策需满足的资格要求： （1）新疆维吾尔自治区政府采购促进中小企业发展管理实施办法》（新财规〔2021〕6 号）； （2）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）； （3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51 号）； （4）《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141 号； （5）《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号），投标产品遵照《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）相关规定执行； （6）《关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知》新财购〔2022〕22 号

		3、本项目的特定资格要求：所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供投标人有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供投标人有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）。 4、以下资料需体现在响应文件中 1. 有效经年检的营业执照； 2. 法定代表人身份证明、授权委托人须提供法定代表人授权委托书及被委托人身份证； 3. 提供近一年任意一个月公司相关人员社保缴纳明细需盖有社保部门印章（退休人员提供退休证）； 4. 提供近一年任意一个月公司完税证明，新成立公司按实际发生提供或由税务局出具的无欠税证明； 5. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，需提供 2024 年度财务审计报告（成立不足一年的企业可提供成立至今的财务报表。包含资产负债表、现金流量表、利润表）并加盖单位公章； 6. “信用中国”网站查询截图和信用信息报告，中国政府采购网被列入严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），经营异常名录的，将拒绝其参加本次政府采购活动（自投标文件提交截止时至评审结束（评标委员会在评审报告上签字完成）期间，以评标现场查询结果为准。） 7. 投标人应遵守国家有关的法律、法规和政策；投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 8. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明文件； 9. 提供单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动的书面声明（格式自拟）； 10. 供应商作为中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》； 11. 投标单位(供应商)《反商业贿赂承诺书》 供应商通过账号密码或 CA 登录客户端进行响应文件制作，将以上资格审查资料按要求上传至电子响应文件中。
24	是否允许递交备选报价方案	☒ 不允许 ☐ 允许。要求：只有成交供应商所递交的备选报价方案方可予以考虑。磋商小组认为成交供应商的备选报价方案优于其按照采购文件要求的报价方案，采购人可以接受该备选报价方案。

25	响应报价的范围	含税全包价。
26	保证金的交纳	本项目不做要求
27	响应文件编制装订	1. 本项目拟采用政采云不见面开标系统进行开评标，投标人制作电子投标文件时须进行加密。不可涂改并在规定加盖公章处加盖电子公章，否则投标文件按无效响应处理。 2. 不分册装订，应采用 A4 纸印刷，装订（胶装）成册，编制目录和页码，不得采用活页装订。A4 纸面大小，左、下侧对齐，左侧胶装成册。 3. 响应文件分技术文件、商务文件。 4. 响应文件内容。供应商应按照招标文件的要求编写响应文件；对招标文件要求填写的表格或者资料不得缺少或者留空，响应文件不得加行。 5. 响应文件应编制目录，目录、内容标注连续页码，页码从目录编起，标注于页面底部居中位置。 6. 供应商中标后应按要求提供纸质响应文件。
28	响应文件签署和盖章	企业公章 企业法定代表人签章或授权委托人签字 投标文件须逐页加盖企业公章
29	响应文件份数及要求	纸质响应文件应一式肆份：其中正本壹份，副本叁份，U 盘 4 份，（正本盖章扫描件，PDF 格式）。 招标结束后，如需提供纸质版投标文件，所有供应商按采购人要求提供纸质版响应文件。
30	响应文件密封和标记	本项目拟采用政采云不见面开标系统进行开评标，投标人制作电子投标文件时须进行加密
31	递交响应文件截止时间	截止时间：2025 年 7 月 7 日 10 点 30 分（北京时间）
32	开标时间及地点	开标时间：2025 年 7 月 7 日 10 点 30 分（北京时间） 提交响应文件地点：政采云平台（www.zcygov.com） 投标人应于 2025 年 7 月 7 日 10 点 30 分时整之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。
33	专家小组的组建及评审专家的确定方式	评标委员会由 5 人构成。其中采购人代表 1 人（应当具备评标专家相应的或者类似的条件），专家 4 人。 评标专家确定方式：从政府采购评审专家库中随机抽取。
34	评审办法	综合评分法

35	是否授权评标委员会确定中标人	☐ 是，确定一个成交供应商，成交结果在相关媒介发布，公告期限为 1 个工作日。 ☒ 否，推荐的成交候选人数：3 人
36	是否退还投标文件	除供应商需收回的资格、资信等证明文件中的证明材料原件（如营业执照、合同、相关资质证书等）外，其他文件概不退还。
37	中标成交结果公告	新疆政府采购网、阿克苏地区行政公署网
38	其他需补充的内容	
1	供应商需提交的资料	本项目实行电子招投标，投标单位不用现场投标，按规定时间上传电子投标书即可。招标结束后，如需提供纸质版投标文件，所有供应商按采购人要求提供纸质版响应文件。
2	定义	原件：最初产生的区别于复制件的原始文件或文件的原本或公证处出具的文件复制件公证书。 书面形式：包括文字的打印或复印件、传真、信函、电传、电报、电子邮件、相关网站发布的公告等可以有形地表现所载内容的形式。
3	分包和非主体、非关键性工作	☒ 不允许 ☐ 允许，供应商根据采购文件载明的标的采购项目实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在响应文件中载明。
4	重大违法记录	供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚
5	监督	本次采购活动以及相关当事人应当接受当地监督管理部门依法实施的监督。
6	节能、环保政府采购政策	严格执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19 号）、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18 号）、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019 年第 16 号），本次采购产品类别属于政府强制采购产品类别的，应当按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则响应文件无效；属于政府优先采购产品类别的，应当按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则不予认定。
7	中小企业扶持政	根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政

	策	府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46 号)文件的规定,属于中小企业评审优惠内容及幅度如下:在政府采购活动中,供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的,享受本办法规定的中小企业扶持政策: (一)在货物采购项目中,货物由中小企业制造,即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标; (二)在工程采购项目中,工程由中小企业承建,即工程施工单位为中小企业; (三)在服务采购项目中,服务由中小企业承接,即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中,供应商提供的货物既有中小企业制造货物,也有大型企业制造货物的,不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动,联合体各方均为中小企业的,联合体视同中小企业。其中,联合体各方均为小微企业的,联合体视同小微企业。 本项目专门面向小微企业,对供应商的投标报价不再进行扣除。 所属行业:其他未列明行业
8	标前准备	1、本项目实行网上投标,采用电子投标文件。若供应商参与投标,自行承担投标一切费用。 2、各供应商应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商,并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后,可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时,建议使用 WIN7 及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网(http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/)下载专区查看,如有问题可拨打政采云客户服务热线 400-881-7190 进行咨询。 4、本项目采用新疆政府采购网政采云不见面开标系统进行开评标,各合格投标人须及时办理 CA 锁,不见面开标系统中上传的投标文件须进行 CA 加密上传。各投标人须在开标时及时对所上传投标文件进行解密;投标人在制作投标文件时须关联相关评审点,如因此原因出现废标、扣分等情况,各投标人自行负责。 5. 投标供应商应当在投标截止时间前,将生成的“JMBS 格式电子加密响应文件”上传递交至“政府采购云平台”,投标截止时间以后上传递交的响应文件将被“政府采购云平台”拒收。 6. 招标结束后,各投标单位须在一周内按招标文件要求将纸质版投

		标文件递交至招标代理处（所产生的的费用投标单位自理）。纸质版投标文件可通过加密电子版投标文件打印生成，应当与电子版投标文件一致。【1、份数要求：正本壹份、副本叁份，电子标肆份（U 盘）。2、装订要求：响应文件商务技术部分装订成一册，响应文件的装订必须采用死页胶粘本。】
9	投标文件解密时间	供应商应当在响应文件提交截止时间前，将生成的“电子加密响应文件”上传递交至“政府采购云平台”。响应文件提交截止时间以后上传提交的响应文件将被“政府采购云平台”拒收。 响应文件开启时间后 30 分钟内供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密响应文件。若供应商在规定时间内未按时解密的，视为响应文件撤回。
10	相关费用	1、场地费：/ 2、代理服务费：由成交供应商支付，按照发改价格〔2015〕299 号通知要求，参照发改价格〔2011〕534 号文的差额定率累进法计算，以中标金额为基准价收取招标代理服务费。
11	低价不正当竞争预防措施	根据“财政部 87 号令《政府采购货物服务招标投标管理办法》”第六十条之规定：评标委员会认为投标人报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的或未在规定时间内递交有效书面说明的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。
12	投标人不得存在下列情形之一	（1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性； （2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人； （3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

		(4) 被依法暂停或者取消投标资格； (5) 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照； (6) 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； (7) 被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单； (8) 被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单； (9) 在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的； (10) 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。
13	其他要求	1. 为保证本项目质量，良好的售后服务，最低报价不作为中标的唯一依据。 2. 各投标人的投标期间所产生的费用自理。无论结果如何，投标人均应自行承担投标所需一切费用。 3. 采购人若发现中标候选人在投标过程中提供虚假证明文件，故意隐瞒不良信誉和财务状况，以及存在可能对合同正常履行造成风险的其他因素等，则按规定取消其中标资格。

注意事项：

- 1、请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。
- 2、请务必确保投标文件制作时所用的 CA 锁与投标文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。
- 3、本表内容与招标文件其它内容不一致的，应当以本表内容为准。

投标人须知正文部分

一、总则

1、说明

1.1 本招标文件适用于本次招标采购项目的招标投标。

2、定义

2.1 “采购人”见“投标人须知前附表”。

2.2 “采购代理机构”见“投标人须知前附表”。

2.3 “招标货物”指招标文件第三部分所述所有货物。

2.4 “潜在投标人”指符合招标文件各项规定的投标人。

2.5 “投标人”指符合招标文件规定并参加投标的投标人。

2.6 “投标人公章”在投标文件中指与投标人标准公章一致的投标人签章。

3、合格投标人的条件

3.1 具有本项目生产、制造、供应或实施能力，符合、承认并承诺履行本文件各项规定的国内投标人均可参加投标。

3.2 遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国政府采购法》和本文件中规定的条件：

- 1) 具有独立承担民事责任的能力；
- 2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- 4) 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- 5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- 6) 法律、行政法规规定的其他条件；
- 7) 具有本招标文件第二章“投标人须知前附表”中规定的资格条件。

3.3 投标人之间如果存在下列情形之一的，不得同时参加同一包（标段）或

者不分包（标段）的同一项目投标：

3.3.1 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人；

3.3.2 母公司、全资子公司及其控股公司；

3.3.3 参加投标的其他组织之间存在特殊的利害关系的；

3.3.4 法律和行政法规规定的其他情形。

3.4 投标人委托代理人须持有《法定代表人授权委托书》。

3.5 本次招标是否允许由两个以上投标人组成一个联合体以一个投标人身份共同投标，按照招标文件第二章“投标人须知前附表”中规定。如果允许，除应符合上述规定外，还应符合下列要求：

1) 联合体投标应提供“联合投标协议书”，该协议书对联合投标各方均具有法律约束力。联合投标体必须确定其中一方为投标的全权代表参加投标活动，并承担投标及履约活动中的全部责任与义务，且联合体各方无论是否实际参加、发生的情形怎样，一旦该联合体实际开始投标，联合体各方均应当就本次采购所引起或相关的任何或所有事项、义务、责任、损失等承担连带责任。申请参与本项目联合投标成员各自均应具备政府有权机构核发的有效营业执照；均应是自主经营、独立核算、处于持续正常经营状态的经济实体。

2) 联合体各方中至少应当有一方对应满足本项目规定的相应资质条件，并且联合体投标人整体应当符合本项目的资质要求，否则，其提交的联合投标将被拒绝。

3) 由不同专业的投标人组成的联合体，首先以投标的全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据；涉及行业专属的资质，按照所属行业所对应的投标人的应答材料确定。

4) 联合体中标后，合同应由各成员的合法授权代表签字并加盖各成员公章，以便对联合体成员作为整体和他们各自作为独立体均具有法律约束力，但

若该等签字或公章不齐全或缺乏，该联合体的牵头人的签署或类似的意思表示人具有代表该联合体的签署或意思表示的法律效力，并且据此各成员为履行合同应向采购代理机构与采购人承担连带责任。

5) 联合体或其成员不得将其在合同项下的权利或义务全部或部分转让给第三人，有关分包事项或服务委托等须事先取得采购代理机构书面同意并且须遵守相关法律、法规、本次招标的全部相关规定。

6) 联合体各方均不得同时再以自己独立的名义单独投标，也不得再同时参加其他的联合体投标。若该等情形被发现，其单独的投标和与此有关的联合体的投标均将被一并拒绝。

3.6 投标人不得与采购人、采购代理机构等有利害关系。

3.7 投标人合法从采购代理机构处获得招标文件。

4、投标费用

4.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

5、纪律

5.1 投标人的投标行为应遵守国家的有关法律、法规和规章。

5.2 投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

5.2.1 有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

5.2.1.1 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

5.2.1.2 投标人之间约定中标人；

5.2.1.3 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

5.2.1.4 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

5.2.1.5 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动

5.2.2 有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

5.2.2.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

5.2.2.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

5.2.2.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

5.2.2.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.2.2.5 不同投标人的投标文件相互混装；

5.2.2.6 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

6、通知

6.1 对与本项目有关的通知，采购代理机构将以书面或邮件形式向潜在投标人发出。收到通知的投标人须立即予以回复确认，但投标人未回复或采购代理机构未收到回复时，并不应当被理解为采购代理机构知道或应当知道投标人是否收到通知。因登记有误、传真线路故障或其它任何意外情形，导致所发出的通知延迟送达或无法到达投标人，采购代理机构不因此承担任何责任，有关的招标活动可以继续有效地进行。

7、偏离

7.1 除法律、法规和规章规定外，招标文件中用文字规定或标注“★”符号的条款为实质性要求和条件；未用文字规定或“★”符号标注的条款为非实质性要求和条件。

7.2 偏离是指投标文件不满足或者不响应招标文件的要求。偏离分为偏离招标文件的实质性要求和条件及偏离招标文件的非实质性要求和条件。

7.3 投标文件偏离招标文件的实质性要求和条件，在评标时其投标将被否决

7.4 投标文件偏离招标文件的非实质性要求和条件见投标人须知前附表。

二、招标文件

8、招标文件组成

招标文件由招标文件目录所列内容组成。

9、踏勘现场

9.1 本项目是否统一组织投标人踏勘现场见招标文件第二章“投标人须知前附表”中的规定。无论是否统一组织，投标人应对供货现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件所需的资料。

9.2 踏勘现场所发生的费用由投标人自行承担。采购人向投标人提供的有关供货现场的资料和数据，是采购人现有的能使投标人利用的资料。采购人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。投标人未到供货现场实地踏勘的，中标后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同价款或索赔的要求。

9.3 除非有特殊要求，招标文件不单独提供供货使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

9.4 除采购人原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

10、知识产权

10.1 投标人须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，投标人须承担全部赔偿责任。

10.2 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人须提供开发接口和开发手册等技术文档。

11、招标文件的澄清和修改

11.1 投标人如果对招标文件有疑问或要求进行澄清的，应按照招标文件第二章“投标人须知前附表”中规定向采购代理机构提出。提出后，请投标人及时领取答疑文件或澄清文件。必要时，采购代理机构将组织相关专家召开答疑会，如召开，答疑会安排另行通知。投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问或要求澄清的，采购代理机构将视其为同意，对在“答疑接受时间”后就招标文件内容提出的疑问及澄清要求将不予受理。

11.2 无论出于何种原因，采购代理机构主动或出于解答投标人疑问对已发出的招标文件进行必要澄清或修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间 15 日前，以当面交接、邮寄、传真或电子邮件、网站披露等其中至少一种方式，向潜在投标人发出澄清、修改的补充文件。需要为此调整投标文件提交截止时间的，应当重新确定，并就变更后的投标截止时间重新发出通知。

特殊情况下，采购代理机构发布澄清、修改文件后，征得投标人同意，可不改变投标截止时间和开标时间。

11.3 采购代理机构一旦对招标文件作出了澄清、修改，即刻发生效力，采购代理机构有关的补充文件，将作为招标文件的组成部分，对所有现实的或潜在的投标人均具有约束力，而无论是否已经实际收到上述文件。同时，采购代理机构和投标人的权利及义务将受到新的截止期的约束。

11.4 采购代理机构对招标文件作出的澄清、修改以书面或邮件形式向潜在投标人发出。因登记有误等其它任何意外情形，导致投标人未及时获取的，采购代理机构不因此承担任何责任，且有关的招标活动继续有效地进行。当招标文件的澄清、修改及进行其他答复等就同一内容的表述不一致时，以最后发布的内容为准。

11.5 澄清、修改文件发出后，投标人必须使用最新的答疑、澄清文件制作

投标文件，否则后果自负。

三、投标文件

12、投标文件的语言及计量单位

12.1 投标人提交的投标文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。

12.2 原版为外文的证书类文件，以及由外国人作出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖投标人公章。必要时评标委员会可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。原版为外文的证书类、证明类文件，与投标人名称或其他实际情况不符的，投标人应当提供相关证明文件。

12.3 除非招标文件另有规定，投标文件所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

12.4 对违反上述规定情形的，评标委员会有权要求投标人限期提供相应文件或决定对其投标予以拒绝。

12.5 电报、电话、传真形式的投标概不接受。投标人的投标文件一律不予退还。

13. ★响应文件的编制、数量和签署（实质性要求）

13.1 供应商应提交响应文件份数：按照供应商须知“条款 ”执行。

13.2 响应文件电子版要求：按照本采购文件“第六章 投标文件格式”编写，在响应文件中逐页加盖公章，内容应完整详细，否则响应文件按无效处理。

13.3 供应商必须对响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并接受采购代理机构、采购人及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。

13.4 传真或电传的响应文件将拒绝接收。

★14、响应报价说明

14.1 本次采购，供应商必须就所有内容进行响应报价，漏项无效。

14.2 响应报价应包含完成本次采购所有内容的费用，包含各种税务费及合同实施过程中的不可预见费用等全部费用（含竞争性谈判文件所要求的必要的辅助材料费用）和售后服务费等。

14.3 响应报价应包括所提供服务的专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

14.4 供应商的响应报价在合同执行期间是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

14.5 成交后开出的所有发票必须与成交供应商的名称一致。

14.6 不接受选择性报价，否则，在评审时将其视为无效响应。

15、投标有效期

15.1 本项目的投标有效期按照招标文件第二章“投标人须知前附表中”中的规定。投标有效期自投标截止之日起计算，短于规定期限的投标将按无效投标处理。

15.2 在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标有效期。这种要求和答复都应以书面或邮件形式进行。此时，规定的投标保证金的有效期也相应延长。投标人可以拒绝接受延期要求而不会被没收保证金。同意延长有效期的投标人除按照采购代理机构要求修改投标有效期外，不能修改投标文件的其他内容。

16、投标内容填写说明

16.1 投标人应详细阅读招标文件的全部内容。投标文件须对招标文件中的内容作出实质性和完整的响应，如果投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将可能导致投标被拒绝。

16.2 投标文件须严格按照招标文件第六章规定的格式提交，并按规定的统一格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项，应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。由于编排混乱导致投标文件被拒绝的，其责任由投标人承担。投标文件未按规定提交或留有空项，将被视为不完整响应的投标文件，其投标有可能被拒绝。

16.3 开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式统一填写，不得自行增减内容。

16.4 投标人须注意：为合理节约政府采购评审成本，提倡诚实信用的投标行为，特别要求投标人应本着诚信精神，在本次投标文件的偏离表中，均以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明不能确定的字样。任何情况下，对于投标人没有在偏离表中明确、清楚地披露的事项，包括可能属于被投标人在偏离表中遗漏披露的事项，一旦在评审中被发现存在偏离或被认定为属于偏离，则评标委员会有权视具体情形评审时予以处理，乃至对该投标予以拒绝。

16.5 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购代理机构或评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求。

16.6 投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的文件中的单位盖章、印章、公章等处均指与当事人全称相一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”等字样的印章）。不符合本条规定的按无效投标处理。

四、投标保证金（本项目不做要求）

17、投标保证金

17.1 投标人应按照招标文件第二章“投标人须知前附表”中的规定交纳。

17.2 未按要求提交投标保证金的，将被视为无效投标。

17.3 未中标的投标人的投标保证金在中标通知书发出之日起 5 个工作日内退还；中标人的投标保证金将在交纳履约保证金并于合同生效后 5 个工作日内退还。

17.4 投标保证金退还一律采用网上银行转帐方式退还至投标人的汇款帐户，资金原路返回。

五、响应文件的递交

18. 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前递交，并将加密的投标文件上传到“政采云”平台。

18.1 在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，为无效投标文件，采购代理机构将拒绝接收。

20、响应文件的修改和撤回

20.1 供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或撤回，并以书面形式通知采购代理机构。在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其响应文件做出任何的补充和修改。

20.2 供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按竞争性谈判文件要求的签署、盖章，作为响应文件的组成部分。

六、开标

21、开标

（1）采购人和采购代理机构将按规定的开标时间和地点组织评审。监督部门将视情况派代表到现场进行监督。供应商不足 3 家的，不得评审。

（2）供应商在开标前，提前登录政采云平台做好准备，并保证设备正常。供应商应于投标文件提交截止时间之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。应按照本项目投标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。

（3）开标时将检查所有投标文件（加密电子标书上传）情况，并在确认无误后，供应商在政采云平台解密投标文件（30 分钟），对投标文件进行唱标。唱标以供应商提交的投标文件中“开标一览表”的内容为准，并对唱标内容作以记录。电子开标系统开标后需供应商在线确认报价时，各供应商应在规定的时间内确认报价，若超出时间未进行确认报价的供应商，系统将自动默认该供应商已经确认报价。

（4）开标时，由采购代理机构向评审小组介绍项目基本情况并宣布有关纪律和开标程序。

（5）评审小组依据法律法规和招标文件中规定的内容，对供应商进行资格审查。未通过资格审查的供应商不得进入详细评审，其投标文件将被拒绝。

（6）评审小组开启供应商公开报价并进行初步审查和详细评审（只有初步审查合格的供应商，其投标文件方可进入评审阶段。）

（7）供应商代表对评审过程和评审记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

注：在开标过程中如评审小组对评标文件有疑问，询标内容汇总后将发起询标函，供应商应对询标函提出的问题做出澄清或说明

七、评标步骤和要求

21. 组建评标委员会

21.1 采购代理机构根据有关法律法规和本招标文件的规定，结合招标项目的特点组建评标委员会，对投标文件进行评估和比较。评标委员会由三人以上单数组成，其中经济、技术等方面的专家不少于三分之二。

21.2 参与过本项目的论证专家不得作为评标专家参加评标，采购人不得以专家身份参与评标。

22. 资格审查

22.1 开标过程中，采购人及监督人员依法对投标人的资格进行核实。合格投标人不足 3 家的，不得评标。

23. 响应文件的评审

23.1 响应文件初步评审。

23.1.1 资格性检查。响应小组依据法律法规和招标文件的规定，对响应文件中的营业执照、信誉等进行审查，以确定供应商是否具备响应资格。

23.1.2 符合性检查。响应小组依据评定成交的标准、响应文件规定，对响应文件中的供应商名称、响应文件格式的有效性、完整性和对响应文件的响应程度进行审查，以确定是否对响应文件的实质性要求作出响应。

23.2 响应文件的澄清。

23.2.1 对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，响应小组可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。根据供应商须知第 23.2.2 条规定，凡属于响应小组在评审中发现的计算错误进行核实的修改不在此列。

23.2.2 响应文件计算错误的修正

23.2.2.1 响应小组将对确定为实质上响应响应文件要求的响应文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下。

23.2.2.2 响应文件的总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

23.2.2.3 按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的响应报价，供应商同意后，调整后的响应报价对供应商起约束作用。

24、投标的澄清

24.1 评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明或者补正。该要求应当采用书面形式，并由评标委员会成员签字。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或者补正。

24.2 投标人必须按照评标委员会通知的内容和时间做出书面答复，该答复经法定代表人或授权代理人的签字认可，将作为投标文件内容的一部分。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可拒绝该投标。

24.3 如评标委员会一致认为某个投标人的报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履行的可能时，评标委员会有权决定是否通知投标人限期进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该投标人在规定期限内未做出解释、作出的解释不合理或不能提供证明材料的，经评标委员会取得一致意见后，可拒绝该投标。

25. 详细评审

25.1 评标委员会只对实质上响应招标文件的投标进行评价和比较；评审应严格按照招标文件第二章“投标人须知前附表”中规定以及招标文件的要求进行。具体要求等详见招标文件第四章“评审方法”。

25.2 评标委员会依法独立评审，严格遵守评审工作纪律。对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出评审结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见并说明理由，不签署不同意见的视为同意。

26. 确定中标人

26.1 评标委员会根据评审结果及招标文件的规定确定中标候选人。

27. 评标过程要求

27.1 开标之后，直到签订合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及定标意向等，均不向投标人或者其他与评标无关的人员透露。

27.2 在确定中标人之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评标时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

28. 投标人瑕疵滞后发现的处理规则

28.1 无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该投标人进入初审、综合评审或其他后续程序，包括已经签订合同的情形，一旦投标人被拒绝或该投标人的此前评议结果被取消，其现有的位置将被其他投标人依序替代，相关的一切损失均由该投标人承担。

29. 采购项目废标

29.1 在评标过程中，评标委员会发现有下列情形之一的，应对采购项目予以废标：

- 1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人数量不足，导致进入详细评审、打分阶段的投标人不足 3 家的；
- 2) 投标人的报价均超过了采购预算；
- 3) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 4) 因重大变故，采购任务取消的。

除前款第四项规定的情形外，项目废标后，如未变更采购方式，采购代理机构将依法重新组织招标。

八、履约保证金

30、履约保证金：见投标须知前附表

九、代理服务费

31、代理服务费

31.1 代理服务费按照招标文件第二章“投标人须知前附表”中规定由中标人交纳，请投标人在测算投标报价时充分考虑这一因素。

十、签订、审核合同

32、中标通知

32.1 中标人确定后,采购代理机构将发布中标公告，并以书面形式向中标人发出中标通知书，但该中标结果的有效性不依赖于未中标的投标人是否已经收到该通知。中标人应缴纳代理服务费并经采购代理机构确认后，委派专人持介绍信或授权书和身份证件前往采购代理机构领取中标通知书。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

32.2 采购代理机构对未中标的投标人不作未中标原因的解释，但中标结果的有效性不以未中标的投标人是否收到相应的通知为前提。

32.3 中标通知书是合同的组成部分。

33、签订合同

33.1 中标人须在中标通知书发出之日起 15 日内与采购人签订采购合同。

33.2 中标人须按照招标文件、投标文件及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与采购人签订合同。中标人不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其他协议或声明。

33.3 采购人如需追加与合同标的相同的货物，在不改变合同其他条款的前提下，提交追加合同的申请经审核后，可与中标人签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。

33.4 中标人一旦中标及签订合同后，不得转包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让。

33.5 中标人不履行合同的，采购人可在报经同级人民政府财政部门核准后，与排位在中标人之后的第一位中标候选投标人签订合同，以此类推；或在报经同级人民政府财政部门核准后重新组织采购。

33.6 违反 32.1 条、32.2 条的规定，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

34、审核合同

34.1 中标人持政府采购合同于签订合同之日起 3 个工作日内进行备案留存。

十一、处罚、询问和质疑

35、处罚

35.1 发生下列情况之一，投标人的保证金不予退还；情节严重的将其列入不良记录名单。

- 1) 开标后在投标有效期内，投标人撤回其投标；
- 2) 中标后无正当理由不与采购人签订合同的；
- 3) 中标人与采购人订立背离合同实质性内容的其他协议；
- 4) 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购代理机构同意，将中标项目分包给他人的；
- 5) 存在串通投标行为的；
- 6) 存在弄虚作假或提供虚假材料谋取中标的；
- 7) 投标人其他未按招标文件规定和合同约定履行义务的行为。

36、询问

36.1 投标人对采购事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。

37、投标人有权就招标事宜提出质疑

37.1 投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式提出质疑。

37.2 质疑应当按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购供应商投诉处理办法》等法律法规的相关规定，以书面形式向采购代理机构提出。

37.3 质疑书应当附上相关证明材料，否则质疑将视为无有效证据支持，将被予以驳回，并不得以上述理由要求延长质疑有效期。未递交投标文件的投标人，其未参加后续采购活动，不得对递交投标文件截止后的采购过程、采购结果提出质疑。

37.4 质疑人可以采取直接送达或者邮寄方式提交质疑书。采购代理机构收到质疑书后，对质疑书进行审查，对符合质疑条件的将办理签收手续，自签收质疑书之日起即为受理。

37.5 采购代理机构将在受理书面质疑后 7 个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑人和其他相关投标人，但答复的内容不涉及商业秘密。

37.6 投标人进行虚假和恶意质疑的，采购代理机构将提请有关部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。

37.7 质疑人对答复不满意以及采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向上级部门投诉。

37.8 供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

十二、保密和披露

38. 保密和披露

38.1 投标人自领取招标文件之日起，须承担本招标项目保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定

的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

38.2 采购代理机构有权将投标人提供的所有资料向有关政府部门或评审标书的有关人员披露。

38.3 在采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购代理机构无须事先征求投标人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

附件：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项 2

.....

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求:

签字(签章):

公章:

日期:

质疑函制作说明:

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第三章 采购需求

维修服务内镜等设备一批参数					
序号	采购项目名称	维保服务内容	数量	单位	备注
1	眼底广域成像系统维修服务	设备名称：眼底广域成像系统 设备型号：NatusReCamProtable 故障描述：广域眼底照相机镜头破损 维修服务内容包含且不限于：更换原厂广域眼底照相机镜头，并进行整机调试保养，镜头提供360天质保。	1	次	
2	胆道镜维修服务	设备名称：胆道镜 设备型号：奥林巴斯CHF-V(STERRADNX)(CHINA) 故障描述：胆道镜锥形套破损、漏水，粘结剂脱落，插入管漏水、插入管凹陷 维修服务内容包含且不限于：更换原厂全新先端部组件RU129400+蛇管+弯曲管；插入管RU133300；弯曲橡皮GE648800；IG护套GL839600等；拆卸及重新封装，校准、清洁整个内部光学系统，泄露和震荡测试，模拟诊断测试负责配送，一年2次点检。（配件需满足全新，合格正规渠道的来源证明）。	1	次	
3	支气管镜维修服务	设备名称：电子支气管镜 设备型号：奥林巴斯BF-Q290(CHINA) 故障描述：图像黑屏，插入管多处压痕，操作部外壳磨损，导光软管护套变色，开关老化，插入管旋转环结晶故障 维修服务内容包含且不限于：更换原厂全新先端组件、SW1按钮+开关组件、把手组件等；NS组件/插入部组件RU797700；1#遥控外壳RU235500；4#遥控外壳RU235600；开关盒RU260800；1#~4#遥控RU321200；2、3号开关RU260900；把手RU690000；操作部组件RU260500；URF-V2的旋转结构RU273200；密封圈GE860600；导光软管URU277700等；拆卸及重新封装，校准、清洁整个内部光学系统，泄露和震荡测试，模拟诊断测试负责配送，一年2次点检（配件需满足全新，合格正规渠道的来源证明）。	1	次	
4	电子肠镜维修服务	设备名称：电子肠镜 设备型号：奥林巴斯CF-H02901(CHINA) 故障描述：下角度不足，打下角度紧，开关磨损，导光软管褶皱，光束玻璃破损 维修服务内容包含且不限于：更换原厂全新蛇管+弯曲管c盖RC001400；弯曲橡皮RC040900；AW软管组件RU062000；弯曲软管组件RU523700；IGP连接软管组件RU523800；J管道组件RU526000；CH（钳子）管RU695100；LG目镜URU407900；喷嘴RU266700；LG目镜URU407800；1号按钮GL719800；内窥镜专用开关(非电路)GV173600；遥控按钮盒RU216200；LG蛇管URU215700等；拆卸及重新封装，校准、清洁整个内部光学系统，泄露和震荡测试，模拟诊断测试负责配送，一年2次点检（配件需满足全新，合格正规渠道的来源证明）。	1	次	

5	电子腹腔镜维修服务	设备名称：电子腹腔镜 设备型号：A50002A 故障描述：LG盖玻璃缺损，LG导光束折损、发黄，导光软管划伤，UP板开裂，把手腐蚀、脱皮、连接桥污垢 维修服务内容包含且不限于：更换原厂全新20012001CCD组件；31033103开关组件更换；32013201LG蛇管更换；50045004外管更换式PL；电线组件更换；OUTERGRIPUNITW7063275；纤维锥7063300等；拆卸及重新封装，校准、清洁整个内部光学系统，泄露和震荡测试，模拟诊断测试负责配送，一年2次点检(配件需满足全新，合格正规渠道的来源证明)。	1	次	
6	放射性溶液自动分装仪维修服务	设备名称：放射性溶液自动分装仪 设备型号：RM-905adp 故障描述：无法吸取分装碘溶液和分装精度误差大 维修服务内容包含且不限于：更换电磁阀北昂P20T12-02#3套；专用管路SantGPR-0089；探头电路；注射器SEG；碘131提取器，整体维护保养，提供180天定期巡检保养服务	1	次	
7	电动升降床、全自动起立床维修服务	设备名称：电动升降床、全自动起立床 设备型号：广州一康YK-8000A、YK-8000E 故障描述：电动升降床升降电机齿轮老化，变形磨损；全自动起立床电机断裂 维修服务内容包含且不限于：更换电动升降床电机2套、全自动起立床升降电机1套，整体维护保养，提供180天定期巡检保养服务	1	次	
8	更换灭菌器补水泵服务	迈柯唯（上海）570086301(配件需满足全新，合格正规渠道的来源证明)，灭菌器整体维护保养，提供180天定期巡检保养服务	1	次	
9	更换灭菌器腔体压力开关服务	迈柯唯（上海）469517302，灭菌器整体维护保养，提供180天定期巡检保养服务	1	次	
10	输尿管镜维修服务	狼牌1100648057，维修服务内容包含且不限于：拆卸及重新封装，校准、清洁整个内部光学系统，泄露和震荡测试，模拟诊断测试更换原厂全新管鞘，物镜镜头等组件，负责配送，一年2次点检，并进行密封、侧漏测距调焦、高温测试等整机维护保养(配件需满足全新，合格正规渠道的来源证明)	1	次	
11	电切镜维修服务	设备名称：电切镜 设备型号：Hdscope576216 故障描述：无图像;光学透镜缺失、断裂崩边;物镜系统丢失;光纤损耗断裂40%、表面磨损;工作管表面有凹痕;光学系统有残渣 维修服务内容包含且不限于：更换原厂全新光学透镜、物镜系统、工作管、导光束等组件；拆卸及重新封装，校准、清洁整个内部光学系统，泄露和震荡测试，模拟诊断测试负责配送，一年2次点检，并进行整机维护保养(配件需满足全新，合格正规渠道的来源证明)。	1	次	

12	输尿管镜维修服务	设备名称：输尿管镜 设备型号：狼牌1100501004 故障描述：图像模糊、器械通道损伤、光纤折损 维修服务内容包含且不限于：更换原厂全新物镜和光学系统、镜棒等组件，清理及调整光学系统、调校目镜、重新校对图像、密封内窥镜负责配送，一年2次点检，并进行整机维护保养(配件需满足全新，合格正规渠道的来源证明)。	1	次	
13	摄像头维修服务	沈大内窥镜系统摄像头维修服务包含且不限于：更换原厂全新摄像头连接线，摄像头内置主板等组件，负责配送，一年2次点检，并进行密封、侧漏、对焦等整机维护保养(配件需满足全新，合格正规渠道的来源证明)。	1	次	
14	胃镜维修服务	设备名称：胃镜系统 设备型号：奥林巴斯GIF-H260/2244221 故障描述：角度不足，角度紧涩；插入部隆起；吸引缸体磨损；导光束老化、水汽管漏水 维修服务内容包含且不限于：更换原厂全新先端组件、蛇骨、螺旋管、插入管、吸引缸、水汽管、光束、钳道等组件；拆卸及重新封装，校准、清洁整个内部光学系统，泄露和震荡测试，模拟诊断测试负责配送，一年2次点检，并进行整机维护保养(配件需满足全新，合格正规渠道的来源证明)。	1	次	
15	椎间孔镜维修服务	设备名称：椎间孔镜 设备型号：joimaxFX6342208C 故障描述：无图像，光学透镜分离3个，物镜系统分离、泄漏，导光束断裂15%、表面损;工作管表面有凹痕，光学系统有液体，钳子管出口处磨损、变形，水管出口变形。 维修服务内容包含且不限于：更换原厂全新光学透镜、物镜系统、工作管、导光束、钳子管等组件；拆卸及重新封装；校准清洁整个内部光学系统、泄露和震荡测试、模拟诊断测试负责配送，一年2次点检，并进行整机维护保养(配件需满足全新，合格正规渠道的来源证明)。	1	次	
16	腹腔镜维修服务	设备名称：腹腔镜系统 设备型号：奥林巴斯A50002A 故障描述：图像暗、光纤严重折断、外管断裂、线缆老化折损 维修服务内容包含且不限于：更换原厂全新光束、线缆、外管总成等组件；拆卸及重新封装，校准、清洁整个内部光学系统，泄露和震荡测试，模拟诊断测试负责配送，一年2次点检，并进行整机维护保养(配件需满足全新，合格正规渠道的来源证明)。	1	次	
17	腹腔镜维修服务	设备名称：腹腔镜系统 设备型号：奥林巴斯A50000A 故障描述：维修服务软管，护套，光束，线缆 维修服务内容包含且不限于：更换原厂全新软管，护套，光束，线缆等组件；拆卸及重新封装，校准、清洁整个内部光学系统，泄露和震荡测试，模拟诊断测试负责配送，一年2次点检，并进行整机维护保养(配件需满足全新，合格正规渠道的来源证明)。	1	次	

18	电切镜维修服务	更换奥林巴斯电切镜A22001A的原厂全新定位针(配件需满足全新,合格正规渠道的来源证明),拆卸及重新封装,校准、清洁整个内部光学系统,泄露和震荡测试,模拟诊断测试,整体维护保养	1	次	
19	更换主板服务	更换施乐辉内镜刨削系统主机、脚踏主板(配件需满足全新,合格正规渠道的来源证明),整体维护保养,提供180天定期巡检保养服务	1	次	
20	更换内轴组件服务	更换美敦力铣刀保护套AF02内轴组件(配件需满足全新,合格正规渠道的来源证明),速度校准调试,整体维护保养,提供180天定期巡检保养服务	1	次	
21	博士伦超乳手柄维修服务	博士伦BL3170超乳手柄维修服务(配件需满足全新,合格正规渠道的来源证明),提供180天定期巡检保养服务	2	次	
22	更换卡式灭菌器电磁阀组件密封圈服务	设备名称:卡式灭菌器 设备型号:赛康 故障描述:电磁阀组件不动作,密封圈老化漏气,密封不严 维修服务内容包含且不限于:更换原厂卡盒密封圈;电磁阀组件(配件需满足全新,合格正规渠道的来源证明),提供180天定期巡检保养服务	1	次	
23	更换驱动器服务	更换血液回收机BW-8100A驱动器(配件需满足全新,合格正规渠道的来源证明),整体维护保养,提供180天定期巡检保养服务	1	次	
24	胆道镜维修服务	设备名称:胆道镜系统 设备型号:奥林巴斯CHF-V 故障描述:电缆软管、基板、1号按钮组件、按钮1/2、开关 维修服务内容包含且不限于:更换原厂全新电缆软管、基板、1号按钮组件、按钮1/2、开关等组件;拆卸及重新封装,校准、清洁整个内部光学系统,泄露和震荡测试,模拟诊断测试,负责配送,一年2次点检,并进行整机维护保养(配件需满足全新,合格正规渠道的来源证明)。	1	次	
25	支气管镜维修服务	设备名称:支气管镜系统 设备型号:奥林巴斯BF-Q290 故障描述:先端组件+蛇管+弯曲管故障 维修服务内容包含且不限于:更换原厂全新先端组件+蛇管+弯曲管等组件;拆卸及重新封装,校准、清洁整个内部光学系统,泄露和震荡测试,模拟诊断测试负责配送,一年2次点检,并进行整机维护保养(配件需满足全新,合格正规渠道的来源证明)。	1	次	
26	眼科蔡司显微镜维修服务	设备名称:眼科手术显微镜 设备型号:蔡司OPMILumeraT 故障描述:电磁锁故障导致显微镜支臂失灵 维修服务内容包含且不限于:更换电磁锁手柄,原厂全新配件,并进行整机维护保养(配件需满足全新,合格正规渠道的来源证明),提供180天定期巡检保养服务	1	次	

27	联影uMR588核磁维修服务	设备名称：核磁 设备型号：联影uMR588 故障描述：插上线圈报线圈调谐状态异常无法使用 维修服务内容包含且不限于：更换扫描床方形射频井组件（扫描床插座接口板），调试输出电压，检测输出功率，支持多种射频线圈该组件能够兼容多种射频线圈，原厂全新配件（配件需满足全新，合格正规渠道的来源证明），提供180天定期巡检保养服务	1	次	
28	高压注射器维修服务	设备名称：高压注射器 设备型号：米特朗 Accutron HP 832 故障描述：高压注射器无法自动与DSA联动使用，联动盒损坏无法使用 维修服务内容包含且不限于：更换联动盒损组件(配件需满足全新，合格正规渠道的来源证明)，提供180天定期巡检保养服务	1	次	
29	注射泵维修服务（更换电池）	设备名称：注射泵 设备型号：迈瑞SK-803EX(SK801EX) 故障描述：开机自检系统故障，无法进入下一步 维修服务内容：更换注射泵电池7.2V，容量不小于2600mAh，与原注射泵设计的电池类型完全匹配，可重复充电，修复完成后须用质控工具对设备整体性能检测。	3	次	
30	注射泵维修服务（更换电池）	设备名称：注射泵 设备型号：迈瑞SK-803EX(SK801EX) 故障描述：开机自检系统故障，无法进入下一步 维修服务内容：更换注射泵电池7.2V，容量不小于2600mAh，与原注射泵设计的电池类型完全匹配，可重复充电，修复完成后须用质控工具对设备整体性能检测。	2	次	
31	注射泵维修服务（更换电池）	设备名称：注射泵 设备型号：迈瑞SK-803EX(SK801EX) 故障描述：开机自检系统故障，无法进入下一步 维修服务内容：更换注射泵电池7.2V，容量不小于2600mAh，与原注射泵设计的电池类型完全匹配，可重复充电，修复完成后须用质控工具对设备整体性能检测。	3	次	
32	注射泵维修服务（更换电池）	设备名称：注射泵 设备型号：迈瑞SK-803EX(SK801EX) 故障描述：开机自检系统故障，无法进入下一步 维修服务内容：更换注射泵电池7.2V，容量不小于2600mAh，与原注射泵设计的电池类型完全匹配，可重复充电，修复完成后须用质控工具对设备整体性能检测。	3	次	
33	注射泵维修服务（更换电池）	设备名称：注射泵 设备型号：迈瑞SK-803EX(SK801EX) 故障描述：开机自检系统故障，无法进入下一步 维修服务内容：更换注射泵电池7.2V，容量不小于2600mAh，与原注射泵设计的电池类型完全匹配，可重复充电，修复完成后须用质控工具对设备整体性能检测。	1	次	

34	注射泵维修服务（ 更换电池）	设备名称：注射泵 设备型号：迈瑞SK-803EX (SK801EX) 故障描述：开机自检系统故障，无法进入下一步 维修服务内容：更换注射泵电池7.2V，容量不小于2600mAh，与原注射泵设计的电池类型完全匹配，可重复充电，修复完成后须用质控工具对设备整体性能检测。	5	次	
35	注射泵维修服务（ 更换电池）	设备名称：注射泵 设备型号：迈瑞SK-803EX (SK801EX) 故障描述：开机自检系统故障，无法进入下一步 维修服务内容：更换注射泵电池7.2V，容量不小于2600mAh，与原注射泵设计的电池类型完全匹配，可重复充电，修复完成后须用质控工具对设备整体性能检测。	2	次	
36	注射泵维修服务（ 更换电池）	设备名称：注射泵 设备型号：迈瑞SK-803EX (SK801EX) 故障描述：开机自检系统故障，无法进入下一步 维修服务内容：更换注射泵电池7.2V，容量不小于2600mAh，与原注射泵设计的电池类型完全匹配，可重复充电，修复完成后须用质控工具对设备整体性能检测。	1	次	
37	呼吸机维修服务（ 更换蓄电池）	设备名称：呼吸机 设备型号：德尔格Savina（300） 故障描述：开机内置电池故障报警，提示更换蓄电池，使用过程中关机重启 维修服务内容：更换呼吸机蓄电池12V，容量不小于3.4Ah（2块），与原设计的电池类型完全匹配，可重复充电，进行除尘维护保养，修复完成后须用质控工具对设备整体性能检测。	3	次	
38	心电图机维修服务 （更换电池）	设备名称：心电图机 设备型号：厦门纳龙科技RAGE-12 故障描述：电池无法充电，待无法待机使用 维修服务内容：更换心电图机电池，4.2V容量不小于10000mAh，与原设计的电池类型完全匹配，可重复充电，进行除尘维护保养，修复完成后须用质控工具对设备整体性能检测。	1	次	
39	除颤仪维修服务（ 更换电池）	设备名称：AED除颤仪（除颤监护仪） 设备型号：迈瑞D1 故障描述：开机内置电池没电，设备无法开机使用 维修服务内容：更换除颤仪电池，12V容量不小于4200mAh，原厂/兼容性能达标完全匹配；修复完成后须用质控工具对设备整体性能检测。	1	次	

40	心电图机维修服务 (更换电池)	设备名称: 心电图机 设备型号: 光电 故障描述: 电池无法充电, 待无法待机使用 维修服务内容: 更换心电图机电池, 12V容量不小于2800mAh, 与原设计的电池类型完全匹配, 可重复充电, 进行除尘维护保养, 原厂/兼容性能达标完全匹配; 修复完成后须用质控工具对设备整体性能检测。	1	次	
41	呼吸机维修服务 (更换氧电池)	设备名称: 呼吸机 设备型号: 迈瑞SV300 故障描述: 氧浓度报警, 自检时氧电池自检不通过, 无法正常检测氧浓度 维修服务内容: 更换呼吸机氧电池, 与原设计的氧电池类型完全匹配, 进行除尘维护保养, 校准呼吸机氧电池; 修复完成后须用质控工具对设备整体性能检测。	9	次	
42	注射泵维修服务 (更换电池)	设备名称: 注射泵 设备型号: 迈瑞SK-803EX (SK801EX) 故障描述: 开机自检系统故障, 无法进入下一步 维修服务内容: 更换注射泵电池7.2V, 容量不小于2600mAh, 与原注射泵设计的电池类型完全匹配, 可重复充电, 修复完成后须用质控工具对设备整体性能检测。	20	次	
43	除颤仪维修服务 (更换电池)	设备名称: 除颤仪 设备型号: 飞利浦M3516A 故障描述: 内置电池没电, 设备无法待机使用 维修服务内容: 更换除颤仪电池, 12V容量不小于2.3Ah, 原厂/兼容性能达标完全匹配; 修复完成后须用质控工具对设备整体性能检测。	1	次	
44	呼吸机维修服务 (更换蓄电池)	设备名称: 呼吸机 设备型号: 哈美顿C1 故障描述: 开机内置电池故障报警, 提示更换蓄电池, 使用过程中关机重启 维修服务内容: 更换呼吸机蓄电池10.8V, 容量不小于7000mAh, 与原设计的电池类型完全匹配, 可重复充电, 进行除尘维护保养; 修复完成后须用质控工具对设备整体性能检测。	1	次	

45	AED除颤仪维修服务（更换电池）	设备名称：AED除颤仪（除颤监护仪） 设备型号：迈瑞D1 故障描述：开机内置电池没电，设备无法开机使用 维修服务内容：更换除颤仪电池，12V容量不小于4200mAh，原厂/兼容性能达标完全匹配；修复完成后须用质控工具对设备整体性能检测。	4	次	
46	心电图机维修服务（更换电池）	设备名称：心电图机 设备型号：厦门纳龙科技 故障描述：电池无法充电，待无法待机使用 维修服务内容：更换心电图机电池，14.8V容量不小于25000mAh，与原设计的电池类型完全匹配，可重复充电，进行除尘维护保养，原厂/兼容性能达标完全匹配；修复完成后须用质控工具对设备整体性能检测。	2	次	
47	心电图机维修服务（更换电池）	设备名称：心电图机 设备型号：理邦SE-1201 故障描述：内置电池无法充电，设备无法待机使用 维修服务内容：更换呼吸机蓄电池14.8V，容量不小于25000mAh，与原设计的电池类型完全匹配，可重复充电，进行除尘维护保养，原厂/兼容性能达标完全匹配；修复完成后须用质控工具对设备整体性能检测。	1	次	
48	更换管路服务（加温管路，水罐，鼻氧管）	设备名称：高流呼吸机 设备型号：斯百瑞 维修服务内容：更换加温管路，水罐，鼻氧管，原厂全新配件；修复完成后须用质控工具对设备整体性能检测。	2	次	
49	AED除颤维修服务（更换电极片）	设备名称：AED除颤仪（除颤监护仪） 设备型号：迈瑞D1 故障描述：电极片到期，需进行更换 维修服务内容：更换除颤仪电极片，与原设计的电极片类型完全匹配；修复完成后须用质控工具对设备整体性能检测。	1	次	
50	呼吸机维修服务（更换管路）	设备名称：呼吸机 设备型号：飞利浦DreamStation 维修服务内容：更换呼吸机管路，原厂全新配件；修复完成后须用质控工具对设备整体性能检测。	2	次	

51	更换管路服务（加温管路，水罐，鼻氧管）	设备名称：高流呼吸机 设备型号：斯百瑞 维修服务内容：更换加温管路，水罐，鼻氧管，原厂全新配件；修复完成后须用质控工具对设备整体性能检测。	5	次	
52	更换管路服务（加温管路，水罐，鼻氧管）	设备名称：高流呼吸机 设备型号：鱼跃HF-60A 维修服务内容：更换加温管路，水罐，鼻氧管，原厂全新配件；修复完成后须用质控工具对设备整体性能检测。	9	次	
53	更换管路服务（加温管路，水罐，鼻氧管）	设备名称：高流呼吸机 设备型号：迈思 维修服务内容：更换加温管路，水罐，鼻氧管，原厂全新配件；修复完成后须用质控工具对设备整体性能检测。	30	次	
54	更换L型硅胶呼吸机管路服务	L型硅胶呼吸机管路（病人端连接软管，硅胶可重复消毒使用）呼吸机通用	20	次	
55	更换新生儿流量传感器服务（包含外壳、内芯）	设备名称：呼吸机 设备型号：德尔格VN500 维修服务内容：更换流量传感器外壳、内芯，原厂全新配件，校准呼吸机流量传感器	10	次	
56	更换流量传感器服务（内芯）	设备名称：呼吸机 设备型号：德尔格VN500 维修服务内容：更换流量传感器内芯（一盒5个），原厂全新配件，校准呼吸机流量传感器	2	次	
57	更换流量传感器服务	设备名称：呼吸机 设备型号：迈瑞SV600 维修服务内容：更换流量传感器，原厂全新配件，提供定标服务和性能检测服务。	10	次	
58	更换加热导丝服务	设备名称：呼吸机管路潮湿加湿器 设备型号：费雪派克MR850 维修服务内容：更换加热导丝1.1米，原厂全新配件；检测校准温度	5	次	

59	更换加湿水罐服务	设备名称：呼吸机管路潮湿加湿器 设备型号：费雪派克MR850/810 维修服务内容：更换新生儿加湿水罐，原厂全新配件，； 修复完成后须用质控工具对设备整体性能检测。	8	次	
60	更换管路服务（加温管路，鼻氧管，面罩）	设备名称：高流呼吸机 设备型号：飞利浦 维修服务内容：更换加温管路，水罐，面罩，原厂全新配件； 检测、校准输出流量	5	次	
61	更换管路服务（加温管路，水罐，鼻氧管）	设备名称：高流呼吸机 设备型号：斯百瑞 维修服务内容：更换加温管路，水罐，鼻氧管，原厂全新配件； 检测、校准输出流量	7	次	
62	更换流量传感器服务	设备名称：呼吸机 设备型号：迈瑞SV600 维修服务内容：更换流量传感器，原厂全新配件； 检测、校准输出流量	2	次	
63	更换加热导丝连接线转接头服务	设备名称：呼吸机管路潮湿加湿器 设备型号：费雪派克MR810 维修服务内容：更换加热丝转接头，原厂全新配件	13	次	
64	更换温度探头服务	设备名称：呼吸机管路潮湿加湿器 设备型号：费雪派克MR810 维修服务内容：更换内部加热盘温度传感器，原厂全新配件； 检测输出功率	1	次	
65	呼吸机空压机维修服务	设备名称：医用空气压缩机 设备型号：广东鸽子PN3000 维修服务内容：更换泵芯，原厂全新配件； 修复完成后须用质控工具对设备整体性能检测。	1	次	

66	更换注射泵触摸屏服务	设备名称：注射泵 设备型号：科曼M300 维修服务内容：更换触摸屏，原厂全新配件；修复完成后须用质控工具对设备整体性能检测。	1	次	
67	更换导联接口板服务	设备名称：心电图机 设备型号：理邦se1200 维修服务内容：更换导联接口板，原厂全新配件，进行维护保养，并检测运行状态；修复完成后须用质控工具对设备整体性能检测。	1	次	
68	除颤仪主板维修服务	设备名称：除颤仪 设备型号：普美康M110 维修服务内容：维修服务主板开机自检故障报警，修复完成后须用质控工具对设备整体性能检测。	1	次	
69	更换参数板服务	设备名称：监护仪 设备型号：迈瑞监护仪iPM12 维修服务内容：更换监护仪控制板，并检测运行状态；修复完成后须用质控工具对设备整体性能检测。	1	次	
70	L12-5探头维修服务	设备名称：超声诊断仪 设备型号：飞利浦iUElite探头 维修服务内容包含且不限于：L12-5探头维修服务，修复完成后须用质控工具对设备整体性能检测。	1	次	
71	理邦胎监探头维修服务	设备名称：胎心监护仪 设备型号：理邦 维修服务内容：理邦胎监探头维修，提供一年定期巡检保养服务，修复完成后须用质控工具对设备整体性能检测。	6	个	
72	胎心监护仪维修服务	设备名称：胎心监护仪 设备型号：理邦FTS-6 维修服务内容：理邦胎心监护仪更换原厂全新一体机主板，更新软件，修复完成后须用质控工具对设备整体性能检测。	1	次	

73	更换注射泵屏幕服务	设备名称：注射泵 设备型号：迈瑞SK803-EX 维修服务内容：更换注射泵显示屏，原厂全新配件；修复完成后须用质控工具对设备整体性能检测。	1	次	
74	优亿可视喉镜维修服务	更换原厂全新显示屏及连接线，并检测运行状态，提供清洗，除垢服务	1	次	
75	电子秤维修服务（更换电池）	设备名称：电子秤 设备型号：奥马 故障描述：开机内置电池没电，设备无法开机使用 维修服务内容：更换电池，4V容量不小于4.5Ah，与原设计的电池类型完全匹配，校准电子秤测量值	8	次	
76	空气消毒机维修服务（更换紫外线灯管）	适配于我院移动式、壁挂式、柜式的空气消毒机使用，与原设计的灯管类型完全匹配，更换空气消毒机故障灯管，含1年4次保养除尘	200	次	
77	空气消毒机维修服务（更换镇流器）	适配于我院移动式、壁挂式、柜式的空气消毒机使用，与原设计的灯管类型完全匹配，更换空气消毒机故障灯管，含1年4次保养除尘	20	次	
78	空气消毒机维修服务（更换过滤网）	适配于我院移动式、壁挂式、柜式的空气消毒机使用，与原设计的灯管类型完全匹配，内部除尘清洁，过滤网为带活性炭网块，含1年4次保养除尘	100	次	
79	空气消毒机维修服务（更换消毒机灯管）	西安维安、老肯空气消毒机维保24W、U型紫外线灯管更换（含1年4次保养除尘）ZW36D17WH386	12	次	
80	红外线理疗机维修服务（更换灯泡）	设备名称：红外线理疗机 维修服务内容：更换红外线理疗机圆形、螺纹口、飞利浦150W灯泡，检测输出能量	1	次	

81	无影灯维修服务（更换灯泡）	设备名称：手术无影灯 维修服务内容：更换手术无影灯欧司朗24V150W灯泡，检测输出亮度	100	次	
82	更换导光束服务（光源线）	奥林巴斯内镜系统(配件需满足全新，合格正规渠道的来源证明)，并检测运行状态，提供清洗，除垢服务	3	次	
83	内窥镜维修服务（更换疝气灯泡）	设备名称：内窥镜 维修服务内容：更换奥林巴斯原厂内窥镜300WMD-631疝气灯泡，进行维护保养，校准并检测运行状态	2	次	
84	眼科显微镜维修服务（更换灯泡）	设备名称：眼科显微镜 维修服务内容：更换蔡司12V100W灯泡，进行维护保养，校准并检测运行状态	20	次	
85	腹腔镜维修服务（更换灯泡）	设备名称：腹腔镜 维修服务内容：更换奥林巴斯腹腔镜光源，进行维护保养，校准并检测运行状态	10	次	
86	泌尿外科显微镜维修服务（更换灯泡）	设备名称：泌尿外科显微镜 维修服务内容：更换泌尿外科显微镜15V150W灯泡，进行维护保养，校准并检测运行状态	4	次	
87	神经外科显微镜维修服务（更换灯泡）	设备名称：神经外科显微镜 维修服务内容：更换神经外科显微镜蔡司原厂pentero800300w，疝气灯泡，进行维护保养，校准并检测运行状态	1	次	
88	耳鼻喉科显微镜维修服务（更换灯泡）	设备名称：耳鼻喉科显微镜 维修服务内容：更换耳鼻喉科显微镜蔡司原厂氙气灯泡180W，进行维护保养，校准并检测运行状态	2	次	

89	牙椅维修服务（更换灯泡）	设备名称：牙椅 维修服务内容：更换菲曼特牙椅12V50W灯泡，进行维护保养，校准并检测运行状态	20	次	
90	裂隙灯维修服务（更换灯泡）	设备名称：裂隙灯 维修服务内容：更换苏州六六裂隙灯12V300W灯泡，进行维护保养，校准并检测运行状态	10	次	
91	显微镜维修服务（更换灯泡）	设备名称：检验显微镜 维修服务内容：更换检验奥林巴斯显微镜6V20W灯泡，进行维护保养，校准并检测运行状态	5	次	
92	显微镜维修服务（更换灯泡）	设备名称：检验显微镜 维修服务内容：更换检验奥林巴斯显微镜6V30W灯泡，进行维护保养，校准并检测运行状态	15	次	
93	更换射线警示指示灯服务	与院内射线指示灯规格一致	2	次	
94	视野分析仪维修服务（更换灯泡）	设备名称：视野分析仪 维修服务内容：更换蔡司视野分析仪欧司朗64260，12V30W灯泡，进行清洁维护保养，校准并检测运行状态	4	次	
95	手术无影灯维修服务（更换电源）	45. 设备名称：手术无影灯 维修服务内容：更换手术无影灯YC1E05+5灯泡，进行清洁维护保养，校准并检测运行状态	5	次	
96	半导体激光治疗仪维修服务（更换灯头散热风扇）	设备名称：半导体激光治疗仪 维修服务内容：更换半导体激光治疗仪灯头12V0.51A散热风扇，进行清洁维护保养，校准并检测运行状态	1	次	

97	护理通讯系统维修服务（更换无线呼叫器主机）	1. 频率范围:315MHz±75KHz 2. 接收灵敏度:-110db±10% 3. 支持分机数:≥256个 4. 数码管大小:≥0.8寸 5. 调制方式:调幅 6. 24位显示 7. 点位安装编号调试系统	1	次	
98	更换无线呼叫器显示屏服务	主机尺寸:605*208*28mm±10% 主机电源:12V/1A 工作频率:315MHz±75KHz 音量:数控可调 输出功率:>300mW 调制方式:ASK调幅 安装并调试系统	1	次	
99	更换管路服务（加热管路电源线、加热管路、温度传感器）	设备名称: 加热式超声雾化器 设备型号: 西安医心演绎WH-VII 故障描述: 管路破损漏气, 温度传感器故障, 无法显示温度, 加热丝无法加热 维修服务内容: 更换加热管路电源线、加热管路、温度传感器, 原厂全新配件	2	次	
100	更换胸呼吸心电鼾声体位传感器更换服务	设备名称: 睡眠检测仪 设备型号: 北京怡和嘉业YH-2000A 故障描述: 胸呼吸心电鼾声体位传感器故障, 无法检测参数 维修服务内容: 更换胸呼吸心电鼾声体位传感器, 原厂全新配件, 整机维护保养	1	次	
101	氧气瓶减压阀更换服务	G5/8, 气源压力范围0—20MPa, 流量设置0-15连续可调	1	次	
102	卫生间呼叫器电源更换服务	5V2A调试系统主机, 编号校准	1	次	
103	卫生间呼叫器电源更换服务	5V2A调试系统主机, 编号校准	1	次	
104	卫生间呼叫器电源更换服务	5V2A调试系统主机, 编号校准	1	次	
105	山东亚华护理通讯维修服务（更换呼叫器主机）	规格YH-968K-98更换主机, 铺设线路调试系统	1	次	
106	山东亚华护理通讯维修服务（更换呼叫器主机）	规格YH-968K-60更换主机, 铺设线路调试系统	1	次	

107	便携式低频脉冲治疗仪维修服务（更换乳房电极片）	设备名称：便携式低频脉冲治疗仪 设备型号：北京拓殖智业TZ-CH180 维修服务内容：更换低频脉冲治疗仪乳房电极片，原厂全新配件，校准调试输出能量	8	片	
108	便携式低频脉冲治疗仪维修服务（更换腹部电极片）	设备名称：便携式低频脉冲治疗仪 设备型号：北京拓殖智业TZ-CH180 维修服务内容：更换低频脉冲治疗仪腹部电极片，原厂全新配件，校准调试输出能量	4	片	
109	低频脉冲治疗仪维修服务（更换电极片）	设备名称：低频脉冲治疗仪 设备型号：武汉优瑞YR-380C 维修服务内容：更换低频脉冲治疗仪环形2个，圆形2个，椭圆形2个，原厂全新配件，校准调试输出能量	3	对	
110	层流净化系统维修服务（更换电加热片）	设备名称：层流净化系统 设备型号：雅士复苏室机组 维修服务内容：更换电加热片220V4500W，全新配件，调整阶梯输出控制，漏电检测	10	组	
111	西贝吞咽治疗仪维修服务（更换电极片）	西贝吞咽治疗仪更换TENS MEDS84电极片，校准调试输出能量	800	对	
112	加热式超声雾化器维修服务（更换管路温度传感器）	设备名称：加热式超声雾化器 设备型号：西安医心演绎WH-VII/WH-V 维修服务内容：更换加热管路温度传感器各2条，原厂全新配件，校准调试输出能量	4	次	
113	加热式超声雾化器维修服务（更换管路加热管路电源线）	设备名称：加热式超声雾化器 设备型号：西安医心演绎WH-VII 维修服务内容：更换加热管路连接电源线，原厂全新配件，校准调试输出能量	2	次	
114	视野分析仪维修服务	更换光源欧司朗64260，12V30W，含连接板，校准光源亮度，清洁内部遮光片，镜头	1	次	
115	更换指脉氧导联线服务	设备名称：血氧饱和度检测仪 设备型号：理邦H100B 维修服务内容：更换指脉氧导联线，原厂全新配件，并检测运行状态	3	次	
116	更换电子血压计袖带服务	成人上臂式绑带袖带，臂围尺寸22-42cm，含延长管路、接头，并检测运行状态	2	次	

117	更换电极线服务	设备名称：便携式低频脉冲治疗仪 设备型号：北京拓殖智业TZ-CH180 维修服务内容：更换低频脉冲治疗仪电极线，原厂全新配件，检测输出能量	6	次	
118	更换电机传动皮带服务	2083，6条;1905，4条;1397，2条;1143，2条;1448，4条;1651，4条;1346，2条	24	次	
119	更换低频脉冲治疗仪电极线服务	设备名称：低频脉冲治疗仪 设备型号：武汉优瑞YR-380C 维修服务内容：更换低频脉冲治疗仪电极线单头2根，双头2根，原厂全新配件，检测输出能量	4	次	
120	更换玻璃瓶连接软管服务（电动吸引器）	更换电动吸引器的玻璃瓶连接软管，可重复消毒使用的硅胶软管	2	次	
121	更换瓶盖服务（电动吸引器）	更换电动吸引器的2500ml玻璃瓶瓶盖，可重复消毒使用	1	次	
122	更换瓶盖服务（电动吸引器）	更换电动吸引器的2500ml玻璃瓶瓶盖，可重复消毒使用	9	次	
123	水浴箱维修服务（更换加热管）	更换U型加热管1.5KW，检测输出功率	1	次	
124	更换小表头氧气减压器服务	小表头输出压力0-2.5MPa,气瓶压力0-25MPa,螺纹规格G5/8、M16*1.5	2	次	
125	更换小表头氧气减压器服务	小表头输出压力0-2.5MPa,气瓶压力0-25MPa,螺纹规格G5/8、M16*1.5	1	次	
126	更换小表头氧气减压器服务	小表头输出压力0-2.5MPa,气瓶压力0-25MPa,螺纹规格G5/8、M16*1.5	2	次	
127	更换呼叫器显示屏服务	亚华，含信号连接线≥200米，原厂全新配件	5	次	
128	更换氧气终端服务	提供国标接口，维修完漏气测试	100	次	
129	更换负压终端服务	提供国标接口，维修完漏气测试	50	次	
130	更换负压终端服务	提供德标接口，维修完漏气测试	30	次	
131	更换氧气终端服务	提供德标接口，维修完漏气测试	50	次	
132	更换呼叫器分机服务	亚华YH-968系列，含安装燕尾丝≥300个，原厂全新配件，提供调铃服务	150	次	
133	更换呼叫器分机手柄服务	亚华YH-968系列，原厂全新配件，提供调铃服务	150	次	
134	更换监护仪旋钮编码器服务	迈瑞系列监护仪，原厂全新配件，提供除尘，清理污垢服务，电器安全检测服务	10	次	
135	更换氧气减压表服务	输出压力0-2.5MPa,气瓶压力0-25MPa,螺纹规格G5/8、M16*1.5	10	次	

136	更换弹簧全启式安全阀服务	A48Y-16CDN40(0.7~1.0MPa)	1	次	
137	更换弹簧全启式安全阀服务	A42Y-16CDN40(0.3~0.7MPa)	1	次	
138	更换氧气压力表服务	YT0-60ZT(0~1MPa)精度: 2.5; 60轴向, 螺纹: npt¼; 禁油	13	次	
139	更换氧气压力表服务	YT0-50ZT(0~1MPa)精度: 2.5; 61轴向, 螺纹: npt¼; 禁油	3	次	
140	更换氧气压力表服务	Y0-100(0~1MPa)精度: 2.5; 禁油	3	次	
141	更换空气压力表服务	Y0-100(0~1.6MPa)精度: 2.5; 禁油	2	次	
142	更换后氧气压力表服务	Y0-60((0~2.5MPa)精度: 2.5; 禁油	3	次	
143	更换氧气压力表服务	Y0-60((0~25MPa)精度: 2.5; 禁油	4	次	
144	更换空气压力表服务	YTN-60Z(0~1.6MPa)精度: 2.5; 60轴向, 螺纹: npt¼; 禁油	3	次	
145	更换氧气压力表服务	YT0-60ZT(0~1MPa)精度: 2.5; 60轴向, 螺纹: npt¼; 禁油	25	次	
146	更换储气罐服务	1.0m³ 简单压力容器	1	次	
147	便携式低频脉冲治疗仪维修服务(更换显示屏)	设备名称: 便携式低频脉冲治疗仪 设备型号: 北京拓殖智业TZ-CH180 维修服务内容: 更换低频脉冲治疗仪显示屏, 原厂全新配件	1	次	
148	便携式低频脉冲治疗仪维修服务(更换电源模块)	设备名称: 便携式低频脉冲治疗仪 设备型号: 北京拓殖智业TZ-CH180 维修服务内容: 更换充电板1块, 充电座电路板1套, 原厂全新配件	1	次	
149	更换轮子服务	设备名称: 亚低温治疗仪 设备型号: 珠海和佳HGT-200IV 维修服务内容: 更换万向轮子, 带刹车, 原厂全新配件, 提供四轮找平, 除垢等服务	2	次	
150	更换轮子服务	设备名称: 排痰机 设备型号: 郑州阳坤YK6001 维修服务内容: 更换万向轮子, 带刹车, 原厂全新配件, 提供四轮找平, 除垢等服务	1	次	

151	更换电动起立床遥控器服务	设备名称：电动起立床 设备型号：人来康复RLRF212 维修服务内容：更换遥控器，原厂全新配件，整机维护保养	2	次	
152	维修服务屏幕主板服务	设备名称：上下肢康复训练系统 设备型号：MOTOmedviva2 维修服务内容：更换屏幕控制主板，原厂全新，整机维护保养	1	次	
153	更换三芯护套线服务	更换手术室吊塔三芯护套线 ≥ 10 平方多芯软铜线	120	米	
154	更换电线服务	更换手术室吊塔电线三芯护套线 ≥ 6 平方单芯铜线	15	米	
155	更换插座服务（五孔双排）	更换手术室吊塔插座（五孔双排）	6	次	
156	更换纤维支气管镜负压吸引按钮服务	设备名称：纤维支气管镜 设备型号：优亿TIC-13 维修服务内容：更换纤维支气管镜负压吸引按钮，原厂全新配件，提供除尘，清理污垢服务，电器安全检测服务	2	次	
157	更换纤维支气管镜负压吸引按钮服务	设备名称：纤维支气管镜 设备型号：优亿TIC-13 维修服务内容：更换纤维支气管镜负压吸引按钮，原厂全新配件拆卸及重新封装，校准、清洁整个内部光学系统，泄露和震荡测试，	2	次	
158	更换水浴箱控制器服务	设备名称：水浴箱 设备型号：余姚市上通温控仪表厂XMTD-6000 维修服务内容：更换水浴箱控制器，原厂全新配件	1	次	
159	更换转运床护栏卡板槽服务	更换江汉转运床TC1-1护栏卡板槽组件	10	次	
160	更换推座夹子服务	设备名称：注射泵 设备型号：北京鑫禾丰LP215 维修服务内容：更换注射泵推座夹子，原厂全新配件，修复完成后须用质控工具对设备整体性能检测。	1	次	
161	更换无线呼叫器分机服务（带手柄）	1. 分机尺寸:102x62x15mm $\pm 10\%$ 2. 手柄线长: ≥ 70 cm 3. 工作频率:调幅315MHZ ± 10 Hz 4. 电池规格:12V23A 5. 产品材质:ABS	8	次	
162	对接车校正加固服务	不锈钢轨道校正、焊接	1	次	

163	更换氧气传感器/ 铝件模块服务	气体探测器DR-700-02	1	次	
164	更换ABS滑轮服务	更换复式墙拉力器ABS滑轮，定位调整，保养涂油服务	2	次	
165	更换绳子服务	更换复式墙拉力器连接绳子定位调整，保养涂油服务	2	次	
166	更换不锈钢防水单 头水枪服务	更换清洗池不锈钢防水单头水枪，管路疏通服务	5	次	
167	更换水枪弹簧管服 务	更换清洗池水枪弹簧管，管路疏通服务	10	次	
168	更换无油空气压缩 机服务	更换无油空气压缩机功率 $\geq 3\text{KW}$, 排量 $\geq 0.3\text{m}^3/\text{min}$, 压力 $\geq 8\text{KG}$, 容积 $\geq 100\text{L}$, 噪音 $\leq 70\text{db}$; 并负责管路连接安装	1	次	
169	更换发热针服务	设备名称: 牙胶充填仪 设备型号: 思博安 维修服务内容: 更换M/10锥度发热针, 并检测运行状态	5	次	
170	更换电池按键面膜 服务	设备名称: 注射泵 设备型号: 思路高CP-2100 维修服务内容: 更换注射泵按键面板, 并检测运行状态	1	次	
171	更换控制板服务	设备名称: 消毒柜 设备型号: 康庭 维修服务内容: 更换控制主板板, 并检测温度、消毒效果等 相关参数	1	次	
172	更换监护仪旋钮编 码器服务	金科威系列监护仪, 并进行性能检测	10	次	
173	电动防护门维修服 务	直线加速器防护门驱动模块维修服务	1	次	
174	监护仪支架安装服 务	墙面固定, 铝合金材质, 承重 $\geq 20\text{Kg}$	8	次	
175	监护仪支架安装服 务	墙面固定, 铝合金材质, 承重 $\geq 20\text{Kg}$	6	次	
176	监护仪支架安装服 务	墙面固定, 铝合金材质, 承重 $\geq 20\text{Kg}$	2	次	
177	立式测温器安装服 务	测量范围: 测温范围 $32^{\circ}\text{C}-43^{\circ}\text{C}$ 响应时间: 响应时间 $\leq 1\text{秒}$ 感应距离: 具备 $1-20\text{cm}$ 温度分辨率: 温度分辨率 0.1°C 显示功能: 实时显示测量的数值 语音播报功能: 可选择开启或关闭语音播报功能	18	次	

178	雾化器安装服务	雾化颗粒：3-5 μm 雾化速率：不低于0.2ml/min 噪音控制：噪音 $\leq$ 65dB(A) 残留液量： $\leq$ 0.5ml	10	次	
179	实验室污水处理器维修服务	润洁PD-V1	1	次	
180	更换康复机触摸屏服务	ZEPUK2000F	1	次	
181	更换雾化平台总开关服务	百瑞，并进行校准调试	5	次	
182	更换电子秤充电器服务	5V1A，并进行校准调试	4	次	
183	更换电子秤压力传感器服务	200Kg传感器，并进行校准调试	1	次	
184	更换电子秤主板服务	奥马，并进行校准调试	2	次	
185	更换胎心多普勒探头服务	设备名称：胎心多普勒 设备型号：理邦SD3 维修服务内容：更换胎心多普勒探头，并检测运行状态	1	次	
186	更换红蓝光治疗仪主板服务	设备名称：红蓝光治疗仪 设备型号：吉斯迪GP680 维修服务内容：更换吉斯迪GP680红蓝光治疗仪灯头控制主板，并检测运行状态	2	次	
187	更换空气消毒机过滤网服务	新华移动式、壁挂式、柜式初校过滤器活性炭过滤网	100	次	
188	安装防火防爆柜服务	$\geq$ 15加仑	3	次	
189	安装氧气瓶架子服务	40升1托5	3	次	
190	安装氧气瓶架子服务	40升1托6	3	次	
191	更换奥林巴斯进气接头服务	14590-005校准清洁整个内部系统、泄露和震荡测试	2	次	
192	更换奥林巴斯进水接头服务	AW2校准清洁整个内部系统、泄露和震荡测试	2	次	
193	更换双向异径接头服务	山东新华1/4变1/8校准清洁整个内部系统、泄露和震荡测试	2	次	
194	更换富士能活检接头服务	山东新华14590-004校准清洁整个内部系统、泄露和震荡测试	22	次	
195	更换接头6组件服务	山东新华14510-317校准清洁整个内部系统、泄露和震荡测试	2	次	

196	更换洗消机触控屏服务	山东新华XTP05-48RP校准清洁整个内部系统、泄露和震荡测试	1	次	
197	更换直通插头服务	慈溪市华康供养设备YZCT8-VII校准清洁整个内部系统、泄露和震荡测试	10	次	
198	更换插头服务	慈溪市华康供养设备SH-1-17-03-02校准清洁整个内部系统、泄露和震荡测试	20	次	
199	更换负压插头服务	慈溪市华康供养设备国标，校准清洁整个内部系统	10	次	
200	更换进水接头服务	山东新华医疗23*25*17校准清洁整个内部系统、泄露和震荡测试	20	次	
201	更换电动推杆服务	山东新华医疗BID011-85-220-6-24-2500校准清洁整个内部系统、泄露和震荡测试	1	次	
202	更换电热管服务	山东新华医疗80E校准清洁整个内部系统、泄露和震荡测试	2	次	
203	更换电热管服务	山东新华医疗80E校准清洁整个内部系统、泄露和震荡测试	2	次	
204	更换电热管服务	山东新华医疗80E校准清洁整个内部系统、泄露和震荡测试	2	次	
205	更换温度传感器模块服务	更换费雪派克MR810加热底座温度传感器模块功率检测	1	次	
206	更换温度传感器模块服务	更换费雪派克MR810加热底座温度传感器模块功率检测	1	次	
207	更换温度传感器模块服务	更换费雪派克MR810加热底座温度传感器模块功率检测	2	次	
208	更换空气消毒机轮子服务	金属支架，可拆卸轮子，清理污垢，轮子找平	8	次	
209	更换交流接触器服务	220V20A系统调试，功能检测	4	次	
210	更换纯水机水泵服务	waters-1000L，380V，管路疏通，检测	1	次	
211	更换温控模块服务	更换冰箱温控模块，温度校准	1	次	
212	更换钳子管道开口阀服务	奥林巴斯MB-358校准清洁整个内部系统、泄露和震荡测试（1包10个）	1	包	
213	更换内窥镜送气送水按钮服务	奥林巴斯MH-438校准清洁整个内部系统、泄露和震荡测试	1	次	
214	更换内窥镜吸引按钮服务	校准清洁整个内部系统、泄露和震荡测试奥林巴斯MH-443	1	次	
215	更换注水瓶服务	奥林巴斯MAJ-901校准清洁整个内部系统、泄露和震荡测试	1	次	
216	更换新生儿暖箱袖套服务	宁波戴维婴儿培养箱原厂全新旋转窗口袖套	50	次	
217	更换新生儿暖箱进风口过滤棉服务	更换初校空气过滤棉，过滤级别 $\geq G4$ ，宽1m，厚1cm，过滤效果测试	10	米	

218	更换牙椅三用枪服务	菲曼特通用，提供180天定期巡检保养服务	10	次	
219	更换肌电图导联线服务	苏州乐普斯GWC-2.0C，提供180天定期巡检保养服务	1	次	
220	更换检验科离心机套盒服务	湖南湘仪CTK120C，提供180天定期巡检保养服务	2	次	
221	更换短波高频输出电缆服务	西贝Curapuls970，提供180天定期巡检保养服务	1	次	
222	更换短波970辐射头内金属连接杆服务	西贝Curapuls970，提供180天定期巡检保养服务	1	次	
223	更换短波治疗仪探头内金属连接杆服务	西贝Curapuls970，提供180天定期巡检保养服务	1	次	
224	更换吞咽治疗仪导联线服务	西贝TENSMEDS84，提供180天定期巡检保养服务	2	次	
225	更换吞咽治疗仪电极片服务	西贝TENSMEDS84，提供180天定期巡检保养服务	800	次	
226	更换脑电仿生电刺激仪导联线一套服务	上海乾康CVFT-MG201，提供180天定期巡检保养服务	2	次	
227	更换高压灭菌锅加热管组件服务	新华灭菌锅80L，提供180天定期巡检保养服务	1	次	
228	更换控制按键手柄按键服务	GEXR515DRXR515，提供180天定期巡检保养服务	2	次	
229	更换曝光手闸服务	GEXR515DRXR515，提供180天定期巡检保养服务	2	次	
230	控制按键手柄外壳服务	GEXR515DRXR515，提供180天定期巡检保养服务	1	次	
231	更换探测器平板防撞条服务	岛津移动DRMUX-201D，提供180天定期巡检保养服务	2	次	
232	更换球管立柱锁微动开关服务	岛津移动DRMUX-202D，提供180天定期巡检保养服务	2	次	
233	更换立柱电磁刹车服务	岛津移动DRMUX-203D，提供180天定期巡检保养服务	2	次	
234	更换机架橡胶按键整体服务	全景口腔CTPlanmecaProMax3DMid，提供180天定期巡检保养服务	1	次	
235	更换肩部电位器服务	全景口腔CTPlanmecaProMax3DMid，提供180天定期巡检保养服务	1	次	
236	更换红外防夹传感器套装服务	电动防护门，提供180天定期巡检保养服务	2	次	
237	更换滑轮组服务	电动防护门，提供180天定期巡检保养服务	3	次	
238	更换电池清水阀服务	自动洗胃机，提供180天定期巡检保养服务	1	次	

239	更换轮子服务	半导体激光治疗仪轮子外径74mm，高度98mm，清理污垢，找平定位	4	次	
240	更换对接线服务	半导体激光治疗仪JLT-MD500C，提供180天定期巡检保养服务	1	次	
241	更换过滤芯服务	达科为组织包埋盒打号机，提供180天定期巡检保养服务	1	次	
242	更换冰箱温控器服务	BCD-618，提供180天定期巡检保养服务	2	次	
243	更换冰箱电机服务	BCD-618、HYC-360，提供180天定期巡检保养服务	2	次	
244	更换冰箱压缩机服务	BCD-618，提供180天定期巡检保养服务	1	次	
245	更换冰箱温控器服务	BCD-418，提供180天定期巡检保养服务	2	次	
246	更换冰箱电机服务	BCD-618，提供180天定期巡检保养服务	2	次	
247	更换冰箱电机服务	HYC-360，提供180天定期巡检保养服务	1	次	
248	冰箱加制冷剂服务	HYC-360加注制冷剂，清洗散热片	2	次	
249	更换冰箱压缩机服务	HXC-258，提供180天定期巡检保养服务	1	次	
250	更换冰箱温控器服务	BCD-108，提供180天定期巡检保养服务	2	次	
251	联影uMR588核磁初级水冷系统保养服务	AQS0250ME-B/L	1	次	
252	联影uMR588核磁精密空调系统保养服务	COOLBLADED0050	1	次	
253	联影uMR586核磁初级水冷系统保养服务	AQS0250ME-B/L	1	次	
254	联影uMR586核磁精密空调系统保养服务	COOLBLADED0050	1	次	
255	更换空压机皮带轮服务（ON45-7.5）	广州凌格风CF90D2	2	次	
256	更换三相交流接触器服务	LC1D80M7C/220V50HZ系统调试，功能检测	2	次	
257	更换三相壳式断路器服务	上海施耐德MM1-250S/3300250A系统调试，功能检测	1	次	
258	更换BVR多股铜芯软线服务	特变电工BVR50平方系统调试，功能检测	5	米	
259	更换OT-250A铜鼻子服务	浙江正泰OT-250A（国标）系统调试，功能检测	5	次	

260	更换三相三级接触器服务	上海施耐德TeSysLC1D80A/M7CAC220V系统调试，功能检测	3	次	
261	更换三相三级接触器服务	上海施耐德TeSysLC1D65A/M7CAC220V系统调试，功能检测	3	次	
262	更换三相三级接触器服务	上海施耐德TeSysLC1D50A/M7CAC220V系统调试，功能检测	2	次	
263	更换三相壳式断路器服务	浙江正泰NM1B-250/S330AC250A系统调试，功能检测	2	次	
264	更换三相三级接触器服务	浙江正泰CJX2-5011AC220V系统调试，功能检测	2	次	
265	更换中间继电器服务	浙江正泰JZ7-44/AC380V系统调试，功能检测	5	次	
266	更换时间继电器服务	浙江正泰JS14P99S/AC380V系统调试，功能检测	2	次	
267	更换空压机进气阀总成服务	凌格风（上海）HF160A系统调试，功能检测	1	次	
268	三相45KW电机修理服务	小机组江门电机Y280S-6型6极/980转B3卧式45KW/380V	1	次	
269	更换压缩机服务	层流净化机组3, 4, 6, 7, 8间机组R22涡旋，提供180天定期巡检保养服务	2	次	
270	加注制冷剂服务	层流净化机组（2间），5P室外机加注制冷剂，清洗室外机散热盘管、散热片	2	次	
271	冷干机更换电机服务	JS75AC，提供180天定期巡检保养服务	2	次	
272	安装净化机组湿器排水组件服务	5707SL8，提供180天定期巡检保养服务	5	次	
273	安装净化机组湿器电磁阀服务	DC24，提供180天定期巡检保养服务	4	次	
274	安装净化机组加湿桶服务	MEU456-L，提供180天定期巡检保养服务	2	次	
275	安装净化机组加湿器排水组件服务	5707SL8，提供180天定期巡检保养服务	1	次	
276	自控柜改造服务	AHU-401系统调试，功能检测	1	次	
277	加注制冷剂服务	5P室外机加注制冷剂，清洗室外机散热盘管、散热片	3	次	
278	焊接蒸发器加注制冷剂服务	KFR-120W，焊接蒸发器盘管漏点，加注制冷剂，清洗室外机散热盘管，散热片	4	次	
279	核磁水冷系保养服务	EMERSONP2040	1	次	
280	清洗机组保养服务	EMERSONP2040	2	次	
281	空调故障维修及清洗服务	EMERSONP2040	1	次	

282	空调加注制冷剂服务	层流净化新风机组，室外机加注制冷剂，清洗室外机散热盘管，散热片	2	次	
283	更换压缩机服务	层流净化机组R22涡旋，提供180天定期巡检保养服务	1	次	
284	更换接触器服务	层流净化机组380v-400v，系统调试，功能检测	1	次	
285	加注制冷剂服务	5P室外机加注制冷剂，清洗室外机散热盘管、散热片	1	次	
286	加注制冷剂服务	5P室外机加注制冷剂，清洗室外机散热盘管、散热片	1	次	
287	更换接触器服务	380v-400v系统调试，功能检测	1	次	
288	加注制冷剂服务	5P室外机加注制冷剂，清洗室外机散热盘管、散热片	1	次	
289	焊接蒸发器加注制冷剂服务	KFR-120W，焊接蒸发器盘管漏点，加注制冷剂，清洗室外机散热盘管，散热片	1	次	
290	更换接触器服务	380v-400v系统调试，功能检测	1	次	
291	氧气房冷干机加注制冷剂服务	冷干机加注制冷剂	2	次	
292	更换接触器服务	380v-400v系统调试，功能检测	3	次	
293	焊接蒸发器加注制冷剂服务	KFR-120W，焊接蒸发器盘管漏点，加注制冷剂，清洗室外机散热盘管，散热片	1	次	
294	加注制冷剂服务	5P室外机加注制冷剂，清洗室外机散热盘管、散热片	1	次	
295	更换压缩机服务	R22涡旋，提供180天定期巡检保养服务	1	次	
296	加注制冷剂服务	5P室外机加注制冷剂，清洗室外机散热盘管、散热片	1	次	
297	更换过滤器服务	层流净化机组6, 7, 8间机组，提供180天定期巡检保养服务	1	次	
298	电动门维修服务	焊接维修服务	1	次	
299	更换减压表服务	干燥台空压机老肯系统调试，功能检测	1	次	
300	更换电动门轨道服务	电动手术门，提供180天定期巡检保养服务	1	次	
301	更换润滑油服务	凯斯普过氧化氢低温等离子灭菌器，提供180天定期巡检保养服务	1	次	
302	更换电源服务	无影灯24v10A系统调试，功能检测	2	次	
303	更换交流接触器服务	正泰控制面板系统调试，功能检测	3	次	

304	全自动软式内镜清洗消毒器维修服务	更换rider60B全自动软式内镜清洗消毒器盖门传感器，提供180天定期巡检保养服务	6	次	
305	更换清洗机清洗架轮子服务	迈柯唯（上海）50266730，提供180天定期巡检保养服务	10	次	
306	更换清洗机排水阀服务	迈柯唯（上海）502564402，提供180天定期巡检保养服务	1	次	
307	更换清洗机压力开关服务	迈柯唯（上海）2400122，提供180天定期巡检保养服务	1	次	
308	更换清洗机加热棒服务	迈柯唯（上海）6001134976，提供180天定期巡检保养服务	2	次	
309	更换清洗机干燥风机服务	迈柯唯（上海）50116500，提供180天定期巡检保养服务	1	次	
310	更换三相交流接触器服务	上海施耐德TeSysLC1D9A/M7CAC220V系统调试，功能检测	3	次	
311	更换开关断路器服务	上海施耐德GV2ME08C（2.5-4A）系统调试，功能检测	2	次	
312	更换灭菌器门封服务	迈柯唯（上海）579002801，提供180天定期巡检保养服务	8	次	
313	更换灭菌器加热棒服务	迈柯唯（上海）561026104，提供180天定期巡检保养服务	2	次	
314	更换灭菌器门封气动阀服务（不锈钢小气动阀）	迈柯唯（上海）570357801，提供180天定期巡检保养服务	1	次	
315	更换三相交流接触器服务	上海施耐德TeSysLC1D25A/B7CAC24V系统调试，功能检测	10	次	
316	更换三相交流接触器服务	上海施耐德TeSysLC1D25A/M7CAC220V系统调试，功能检测	5	次	
317	更换煮沸器加热棒服务	广州一芯3KW/380V，提供180天定期巡检保养服务	1	次	
318	更换煮沸器主板服务	广州一芯YC-II型，系统调试，功能检测，提供180天定期巡检保养服务	1	次	
319	更换清洗机干燥风机服务	迈柯唯（上海）50116500，提供180天定期巡检保养服务	1	次	
320	更换干燥柜温度传感器服务	杭州美美MMYGG-400S，提供180天定期巡检保养服务	1	次	
321	更换灭菌器小热交换器服务	迈柯唯（上海）561026601，提供180天定期巡检保养服务	1	次	
322	更换清洗机进水电磁阀服务	德国宝德8W/220V311burkert系统调试，功能检测	1	次	
323	更换清洗机电动排水阀服务	开利达（天津）KLD160P35W/24VBD-3DN-32，提供180天定期巡检保养服务	1	次	
324	更换灭菌器电加热棒服务	山东新华医疗15KW/380V，提供180天定期巡检保养服务	8	次	
325	更换灭菌器气动进气阀服务	迈柯唯（上海）570038801，提供180天定期巡检保养服务	1	次	

326	三相55KW电机维修服务	江门电机YE2-250M-2型55KW/380V2极/2970转B3卧式	1	次	
售后与供货要求: 1. 1至28项, 为设备维保服务, 其中内镜设备报修后备用镜须在5日内到位, 如果延期按此设备的平均每天收入计算, 延误多少天承担多少天损失。配件需满足全新、合格正规渠道的来源证明, 工程师响应时间≤1小时, 工程师到达现场时间≤24小时。 2. 29至74项, 保养、质检服务为紧急维修服务保养类, 急救生命支持类设备维修服务项目, 须在中标后10个工作日内完成供货、维修服务, 需派工程师到现场进行维修保养、质检服务。 3. 其余项目按照院方要求及时完成维修服务和保养, 并且免费承担所有配件的安装服务、确保所提供的配件与医院产品型号一致或兼容使用, 全新配件。(1. 如果提供的产品有质量问题造成设备损坏、安全隐患等, 中标公司需承担全部的责任, 并承担所有损失费用, 3. 单项维修服务时间≤2小时)。 4. 如果因为配件原因和技术原因造成设备不能及时修复, 按此设备的平均每天收入计算, 延误多少天承担多少天损失。 5. 需要投标人有固定的售后人员, 技术人员, 提供技术服务和保障或本地至少1名常驻售后人员, 技术人员, 提供技术服务和保障。 6. 所提供的的配件、维修服务, 提供180天的质保服务, 质保期内免费更换维修服务。					

第四章 政府采购合同

(本合同条款仅为参考范本, 具体内容双方签合同时协商添加条款及签订)

甲方(委托方):

单位地址:

乙方(受托方):

法定代表人:

公司地址：

本合同甲方委托乙方就_____项目进行服务，并支付服务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守：

一、乙方进行服务的内容、要求和方式

（一）服务内容：

（二）服务要求：

（三）服务方式：

二、乙方应当按照下列进度要求进行本合同项目的服务工作：

三、为保证乙方有效进行服务工作，甲方应当向乙方提供下列协作事项：

（一）提供服务资料：

（二）提供工作条件：

（三）其他：

四、甲方向乙方支付服务报酬及支付方式为：

（一）服务报酬总额为：

（二）服务报酬由甲方支付乙方。

具体支付方式和时间如下：

乙方开户银行名称、地址和帐号为：

开户银行：

地址：

帐号：

五、本合同的变更

必须由双方协商一致，并以书面形式确定。但有下列情形之一的，一方可以向另一方提出变更合同权利与义务的请求，另一方应当在 日内予以答复；逾期未予答复的，视为同意。

六、双方确定，按以下标准和方式对乙方提交的服务工作成果进行验收：

(一) 乙方提交服务工作成果的形式:

(二) 服务工作成果的验收方法:

七、双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下:

(一) 甲方:

保密内容(包括信息和经营信息): 未经乙方允许甲方不得将本项目对标文件提供给第三 方(环保管理部门除外)。

(二) 乙方:

保密内容(包括信息和经营信息): 未经甲方允许乙方不得将甲方向乙方提供的所有需要 保密的信息提供给第三方。

八、活动相关资料提交时间

乙方应当根据甲方的时间要求及时完成活动并提供活动相关资料。于 年 月 日前, 按照甲方的要求提交活动相关资料。

如在活动过程中出现不可预见的情况, 影响活动工作时间, 双方应协商变更约定事项。

九、乙方存在下列情况的, 甲方有权单方解除约定, 甲方并保留追究法律责任的权利:

(一) 故意隐瞒与报价文件不符的重大事实的;

(二) 将本业务转包或分包给相关企业的;

(三) 无法完成或拒不完成本合同约定内容的;

(四) 因违法、违规行为被国家有关主管部门给予没收违法所得、罚款、暂停执行部 分或全部业务、吊销有关执业许可证等行政处罚的;

(五) 严重违法甲方有关规定和要求, 拒不改正的;

(六) 违反保密义务, 将相关资料信息外泄的;

(七) 其他严重违法、违规行为。

十、本合同经双方签章后生效, 约定事项全部完成后失效。合同履行期间产生纠纷, 经协商不能解决时, 应向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十一、签约三方按照《中华人民共和国民法典》的规定承担违约责任。

十二、本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执壹份，并具有同等效力。

十三、如有未尽事宜，双方经协商后可签订补充合同，补充合同与本约定具有同等法律效力。

附件：项目组人员名单

甲方：

（盖章）

授权代表：

日期： 年 月 日

乙方：

（盖章）

授权代表：

日期： 年 月 日

第五章 评标办法

一、总则

1. 评标委员会

1.1 评标由依法组成的评标委员会负责。

2. 评标方法

2.1 评标方法：综合评分法，即投标文件能够最大限度的满足招标文件规定的各项综合评价标准且经评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《评标委员会和评标方法暂行规定》所规定的标准和补充规定等法律法规和有关实施办法。评标委员会将对各投标单位的投标文件，能否最大限度的满足招标文件中规定的各项要求和评价标准进行评审和比较。

2.2 本招标项目的评标因素：价格、技术、业绩、服务、对招标文件的响应程度，以及相应的比重或者权值等，但不包括第二章“投标须知”第 25 款规定的供应商资格条件。

二、评标程序

3. 投标文件的初步评审

3.1 初步评审为资格性检查和符合性检查。

3.1.1 资格性检查。根据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。

3.1.2 符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标文件有不真实、不正确的内容时除外。

3.1.3 供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

4、评标计算规则

评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

初步评审标准表

序号	评审内容		评审 意见	
			通过	不通过
1	资格性审查表	有效经年检的营业执照。		
2		所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供投标人有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供投标人有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证证明文件）。		
3		法定代表人身份证明、授权委托人须提供法定代表人授权委托书及被委托人身份证。		
4		提供近一年任意一个月公司相关人员社保缴纳明细需盖有社保部门印章（退休人员提供退休证）。		
5		提供近一年任意一个月公司完税证明，新成立公司按实际发生提供或由税务局出具的无欠税证明；		
6		具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，需提供 2024 年度财务审计报告（成立不足一年的企业可提供成立至今的财务报表。包含资产负债表、现金流量表、利润表）并加盖单位公章。		
7		“信用中国”网站查询截图和信用信息报告，中国政府采购网被列入严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），经营异常名录的，将拒绝其参加本次政府采购活动（自投标文件提交截止时至评审结束（评标委员会在评审报告上签字完成）期间，以评标现场查询结果为准。）。		
8		供应商作为中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》。		
1	符合性审查表	只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。		
2		投标人的投标报价不得超过招标最高限价。		
3		法定代表人或被授权委托人代表签字处未签字、投标文件未按招标文件要求签署、盖章的。		
4		不满足采购人技术参数要求或严重偏离的。		

5		内容不真实，提供虚假证明文件、虚假技术参数的。		
6		投标文件是否对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应，是否做出错误响应。		
7		采购人不能接受的条件。		
8		清单项不完整，填写漏项，无法确认供应商责任或投标意向的。		

备注：如果投标文件按有一项未通过上述审查标准，评标委员会将认定整个投标文件不响应招标文件而予以废标，备注：如果投标文件按有一项未通过上述审查标准，评标委员会将认定整个投标文件不响应招标文件而予以废标，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

商务部分评分标准

序号	评审指标	分值	评审内容及标准
1	报价得分	10 分	综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标要求且投标价格最高的投标下浮率为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算: 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权重*100。其价格得分计 10 分。

技术评分标准表

序号	评审指标	分值	评审内容及标准
1	团 队 成 员 配 置	9 分	1. 拟派驻的项目团队负责人具有（影像设备、急救类生命支持类、内窥镜类设备、超声类设备、高压灭菌类）维修资质工程师职称证得 3 分 2. 项目技术支撑团队成员具备（影像设备、急救类生命支持类、内窥镜类设备、超声类设备、高压灭菌类）维修资质工程师，每提供一人得 1 分，本项最高得 6 分 （注：1. 须提供相关工程师职称证书的扫描件2. 须提供劳动合同及身份证或社保缴纳证明的扫描件，不提供不得分）。

2	备件达现场时间	5 分	投标人承诺备件达现场时间 ≤ 24 小时的得 1 分；承诺备件达现场时间 ≤ 18 小时的得 2 分； 承诺备件达现场时间 ≤ 10 小时的得 3 分。承诺备件达现场时间 ≤ 8 小时的得 4 分。承诺备件达现场时间 ≤ 5 小时的得 5 分。
3	采购需求响应	21 分	投标人对招标内容及需求各项技术要求进行响应，技术指标全部满足招标文件要求的得 21 分。不满足招标文件要求的，每一项扣减 1 分，扣完为止，本项最高得 21 分。
4	项目服务实施方案	15 分	供应商需针对本项目提供详细的项目实施方案，内容包括但不限于： ①日常巡视保养和维修方案； ②设备的运行、养护、维修和管理方案； ③详细的进度安排； 评审标准： 根据投标人提供的以上内容进行评审，上述 3 项内容每项 0-5 分，满分 15 分，不提供不得分。
5	维保服务方案	16 分	维保服务方案内容包括但不限于： ①产品的维修方案（免费更换、维修服务等）； ②配件更换； ③设备升级； ④维修响应时间； ⑤维保日常维护内容； ⑥保养计划及保养内容； ⑦日常操作规程； ⑧巡检及管理制度等； 评审标准： 根据投标人提供的以上内容进行评审，上述 8 项内容每项 0-2 分，满分 16 分，不提供不得分。
6	应急方案	12 分	针对本项目项目实施过程可能发生的各类突发紧急情况的应急处理预案(包括但不限于： ①紧急情况报告机制； ②应急人员调配机制； ③应急处置措施等； 评审标准： 根据投标人提供的以上内容进行评审，上述 3 项内容每项 0-4 分，满分 12 分，不提供不得分。
7	维修备品备件	12 分	根据投标人提供的维修备品备件情况比较评审打分，包括但不限于： ①投标人或其服务机构的备件管理资料；

			②零配件仓库配置种类； ③零配件仓库配置每个种类的备件数量； ④零配件合法来源和供应保障； 评审标准： 根据投标人提供的以上内容进行评审，上述 4 项内容每项 0-3 分，满分 12 分，不提供不得分。
--	--	--	---

第六章 投标文件格式

正本(或副本)

项目名称：

响 应 文 件

项目编号：

采购人：

投标供应商全称：（名称及公章）

法人代表或授权代表签字：

地址：

联系人及联系电话：

____年____月____日

目 录

- 一、投标函
- 二、法定代表人（单位负责人）身份证明
- 三、授权委托书
- 四、联合体协议书（本项目不适用）
- 五、商务和技术偏差表
- 六、投标报价汇总表
- 七、资格审查资料
- 八、拟投入本项目的服务团队
- 九、中小企业声明函
- 十、反商业贿赂承诺书
- 十一、政府采购诚信承诺书
- 十二、其他需要补充的资料

注：投标文件的内容包括但不限于上述内容，如有不足请自行补充。

一、投标函

致：_____（采购人名称）

我公司收到贵单位_____（项目名称）招标文件，我方对本次招标文件已详细审阅，内容全部清楚。我方自愿对本次采购项目投标，现郑重声明以下诸点并对之负法律责任：

1. 按照招标文件中的一切要求，我方完全接受招标文件的规定和要求愿以_____元（大写：_____），服务期限：_____，完成上述项目的全部工作。

2. 如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量完成交货和完工任务。

3. 我们同意按招标文件的规定，本投标文件的有效期为投标截止时间后_____天。

4. 我们愿意提供采购人在招标文件中要求的所有资料。

5. 我们认为采购人有选择或拒绝任何供应商中标的权力。我们理解，最低报价不是中标的唯一条件。

6. 我们愿按合同法履行自己的全部责任。

7. 我方愿意遵守招标文件中规定的收费标准，承付采购代理服务费用。

8. 该项投标在投标截止时间后的投标有效期内保持有效，不作任何更改和变动。

9. 我们同意按招标文件规定，交纳_____元（大写：_____）的投标保证金

10. 我方同意响应文件的各项规定，赞同你方对招标文件的解释。

11. 我方提供的响应文件及资料、证照真实合法有效。

12. 我方愿向你方提供与本次招标有关的一切真实数据或资料。

13. 我方同意承担由响应文件内容填报不清或填报错误所造成的无效标、废标、落标等后果。

14. 我方赞同你方组织的评标委员会所做出的评审和选择，同意评标评标委员会成员无义务向供应商进行任何有关评标解释的规定。

15. 我方保证按照服务承诺提供及时有效的售后服务。

11. 我方提交的响应文件为电子投标文件。

12. 与本次招标的一切往来，请按下列方式联系：

法定代表人：_____（签字）手机：_____

委托全权代理人：_____（签字）手机：_____

供应商全称：_____（加盖单位公章）

签署日期： 年 月 日

二、法定代表人（单位负责人）身份证明

供应商名称：_____

姓名：_____性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____

系_____（供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证扫描件。

投标供应商全称：_____（盖单位章）

____年____月____日

三、授权委托书

本授权书声明：注册于（地区的名称）的（公司名称），在下面签字的法定代表人（姓名、职务），代表本公司委托在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的投标，以本公司的名义处理一切与之有关的事务。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期期满。

代理人无转委托权。

附：委托代理人的身份证复印件（加盖单位公章）

(身份证正面)	(身份证背面)
----------------	----------------

投标供应商全称：_____（盖章）

法定代表人签字或盖章:

身份证号码:

委托代理人签字: _____

身份证号码:

日期: 年 月 日

注：1.法定代表人签字或盖章必须是亲笔签名或相关主管行政部门备案的法定代表人印章。

四、联合体协议书（本项目不适用）

_____（所有成员单位名称）自愿组成_____（联合体名称）联合体，共同参加（项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. _____（某成员单位名称）为_____（联合体名称）牵头人。

2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招 标项目有关的一切事宜。

3. 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承 认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向采购人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：_____。

5. 本协议书自所有成员单位法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6. 本协议书一式_____份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称：_____（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：_____（签字或盖章）

联合体成员名称：_____（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：_____（签字或盖章）

联合体成员名称：_____（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：_____（签字或盖章）

年 月 日

五、商务和技术偏差表

项目名称：_____

项目编号：_____

序号	招标文件章节及条款号	投标文件章节及条款号	偏差说明

供应商保证：除上商务和技术偏差表列出的偏差外，供应商响应招标文件的全部要求。

投标供应商全称：_____（盖章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）

日 期：_____ 年__月__ 日

六、响应报价一览表

项目名称：

项目编号：

序号	投标报价（元）	服务期限
1	小写：_____ 大写：_____	

投标供应商全称：_____

法定代表人（单位负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：_____

日期：__ 年__ 月__ 日

报价明细表

项目名称：

项目编号：

序号	商品名称	维保服务内容	数量	单位	单价（元）	总价（元）

七、资格审查资料

供应商应根据供应商须知前附表要求提供相关证明材料。

附件一：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：_____。

主要专业技术能力有：_____。

投标供应商全称：_____

日期：____年____月____日

附件二：参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标供应商全称： _____

日期： ____ 年 ____ 月 ____ 日

附件三：

保密承诺书

____（招标人名称）：

我方参加____（项目名称）、（项目编号）项目采购活动，根据有关保密法规制度，知悉应当承担的保密义务和法律责任，承诺如下：

一、严格遵守国家的保密法律法规和规章制度，履行保密义务。

二、不得以任何方式泄露或传播本次采购项目相关信息。

三、不违规记录、存储、复制本次采购项目相关信息。

四、招标文件以及相关技术文件专室放置、专盘存储、专人管理。

五、未经采购机构审查批准，不得擅自在互联网、通讯媒体等发表涉及此次采购项目相关内容或资讯。

六、承诺处理该项目日常采购业务中使用专用电脑处理投标项目日常采购业务，投标供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等资料。

违反上述承诺，愿承担一切法律责任，接受相关采购管理部门和采购机构按国家相关规定作出的相关处罚。

投标供应商全称：_____（盖章）

法定代表人（或授权代表）：_____（签字）

年 月 日

八、拟投入本项目的服务团队

九、中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的相关产品全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中要求的行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中要求的行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：符合中小企业划型标准的企业请提供本函，不符合的不提供本函。

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

十、反商业贿赂承诺书

致：_____

为了进一步营造公平竞争的市场环境，维护市场秩序，我方在政府采购活动中郑重承诺：

一、依法参与政府采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购单位、代理机构和政府采购评审专家提供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门或纪检监察机关举报。

三、坚决做到不提供虚假资质文件和虚假材料谋取中标。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人，与其他投标人保持公平的竞争关系。

五、不与采购单位、代理机构和政府采购评审专家串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其他投标人串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维护国家利益、社会公共利益和采购单位的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定的责任和义务，保质保量地完成采购合同规定的任务，准确兑现售后服务承诺。

八、自觉接受并积极配合财政部门和纪检监察机关依法实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

投标供应商全称：_____

（加盖单位公章）

签署日期： 年 月 日

十一、政府采购诚信承诺书

（采购人），（采购代理机构）：

我公司_____（供应商名称）已详细阅读了_____项目（项目编号：_____）招标文件，自愿参加本次报价，现就有关事项做出郑重承诺如下：

一、诚信报价，材料真实。我公司保证所提供的全部材料、报价内容均真实、合法、有效，保证不出借或者借用其他企业资质，不以他人名义报价，不弄虚作假；

二、遵纪守法，公平竞争。不与其他供应商相互串通、哄抬价格，不排挤其他供应商，不损害采购人的合法权益；不向响应小组、采购人提供利益以牟取中标。

三、若中标后，将按照规定及时与采购人签订政府采购合同，不与采购人订立有悖于采购结果的合同或协议；严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不得擅自变更、中止、终止合同，或者拒绝履行合同义务；

若有违反以上承诺内容的行为，我公司自愿接受取消报价资格、记入信用档案、没收保证金、媒体通报、1-3年内禁止参与政府采购等处罚；如已中标的，自动放弃中标资格，并承担全部法律责任；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投标供应商全称：

法定代表人（签字）：

年 月 日

十二、其他需要补充的资料