

第二部分 报价部分



一、投标报价明细表

(一) 报价明细表

项目名称：吉林市人民医院亚（准）定点医院改造建设项目医疗设备购置项目（1包）

项目编号：采购计划-[2023]-00010号-1-J2023MGF065

序号	货物名称	性能技术指标要求	单位	数量	投标品牌/型号	单价(元)	合计(元)	备注
1	体外膜肺氧合系统 ECMO	<p>一、控制台</p> <p>1、控制台面板为中/英文触摸屏，操作简便；</p> <p>2、设置有 2 个温度传感器接口、4 个压力传感器接口、床旁模式可以安装第二路流量/气泡传感器接口，支持带分支回路的 ECMO 模式；</p> <p>3、工作模式灵活：除了常规的 VV/VA ECMO 模式，系统内对 VVA 及 VAV 等带分支回路 ECMO 模式的血流监测支持，便于医护人员选择最适合的支持方式；</p> <p>二、泵头驱动器 x2（一用一备）：</p> <p>1、驱动器面板为中/英文触摸屏，操作简便；可独立工作的泵头驱动器，方便悬挂。</p> <p>2、低剪切：独特的低速（<6000RPM）泵设计并在转速上限内尽可能减少预充量（24ml），从而避免高转速带来的高剪切血液损伤。</p> <p>3.泵头预充量：24 mL，转速区间：0 rpm~5500 rpm，泵流量范围：0 L/min~8 L/min，泵压降范围：0 mmHg~600 mmHg。</p> <p>4.工作原理：磁力耦合驱动，无金属轴承。</p> <p>5.可提供全套磷酸胆碱涂层耗材（成人，儿童：泵头、膜肺）。膜肺即氧合器，膜耗材为聚甲基丙烯酸甲酯，采用抗血浆渗漏的纤维组成的渗透膜，使用过程中不会产生血浆渗漏，能连续使用到 7 天。跨膜压超过 300mmHg，膜肺仍然能安全使用，不产生血栓。</p> <p>6、无网电源续航超过 2 小时，且可以连接直流电源进行供电；直流电源（备用）：确保持续续航。</p> <p>三、传感器附件</p> <p>1.床旁模式：控制台与泵头驱动器配合使用，泵头驱动器由控制台供电；转运模式：泵头驱动器独立工作，通过主流量/气泡传感器进行监测；具有可快速更换的内部电池，也可以由直流电源或者控制台供电。</p> <p>2.两个完全一致的泵头驱动器互为备份，可快速互换。</p> <p>四、产品优势</p> <p>1.便携性：泵头驱动器仅重 4kg 且可独立工作，可作为院内转运及长距离运输首选。</p> <p>2.长续航时间：便携泵头驱动器单电池独立工作 2 小时，且可以更换电池或使用直流电源进一步延长。</p> <p>3.工作模式灵活：除了常规的 VV/VA ECMO 模</p>	台套	1	赛腾 OASSIST®/ECOM (体外心肺支持辅助系统)	1450000	1450000	设备质保期 4 年。

	<p>式，还具有两路流量检测系统。</p> <p>五、监测功能</p> <p>1.流量监测：-8 L/min~8 L/min，允差：±5%，标配 1 路 3/8” 流量/气泡传感器，可选配第 2 路 3/8” 或 1/4” 流量/气泡传感器用于同时监测分支回路血流及气泡。 2.气泡监测：告警阈值≥500 uL。</p> <p>3.压力监测：-50 mmHg~500 mmHg，允差±3%，最多可选 4 路。 4.温度监测：10 ℃~42 ℃，允差±0.5 ℃，最多可选 2 路。 5.具有零流量模式及气泡零流量干预功能；具有流量、气泡、压力、温度告警功能。</p> <p>六、泵头驱动</p> <p>1、配套耗材：离心泵泵头。高可靠性：组合推拉式磁耦合设计，耦合强度大，确保在转速等复杂电磁环境下的稳定性，同时降低系统功耗； 2、低发热：较扁平的转子设计，可确保高输出时优化泵内流场，从而降低支撑点发热带来的血液损伤；</p> <p>七、空氧混合器</p> <p>八、变温水箱</p> <p>1、医用升温，降温水箱，可同时供变温毯和氧合器。 2、可同时供变温毯和氧合器。</p>								
<p>投标总价 (大写)</p>	<p>壹佰肆拾伍万元整</p>		<p>小写</p>	<p>1450000 元</p>		<p>供货期 (日历日)</p>	<p>合同签订后 30 日内</p>		

注：1、投标报价应包括材料款、货物款、附件款、安装调试费、运输费、税费、保险费、公证费及到达指定地点验收前的其它一切费用。

投标人：国药控股吉林市医药有限公司（盖章）

法定代表人或其委托代理人： 尹玉 （签字或盖章）

日 期：2023年8月14日

二、附件

(一) 中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加吉林市人民医院的吉林市人民医院亚（准）定点医院改造建设项目医疗设备购置项目（1包）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1、体外心肺支持辅助设备 STM001，属于医疗器械行业；制造商为江苏赛腾医疗科技有限公司，从业人员 185 人，营业收入为 1850 万元，资产总额为 4000 万元¹，属于（中型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。



企业名称（盖章）：国药控股吉林市医药有限公司

日期：2023年8月14日

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（二）监狱企业证明文件

本项目无。

企业名称（盖章）：国药控股吉林市医药有限公司

日期：2023年8月14日

备注：若有，后附行政主管部门出具的证明材料原件扫描件，并在开标前将证明材料原件提交给采购代理机构收存，评标时提交磋商小组进行审查，否则不给予价格扣除。



(三) 残疾人福利性单位声明函

本项目无。

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：国药控股吉林市医药有限公司

日期：2023年8月14日



备注：若有，后附行政主管部门出具的证明材料原件扫描件，并在开标前将证明材料原件提交给采购代理机构收存，评标时提交磋商小组进行审查，否则不给予价格扣除。