

二、竞标报价表

项 号	货物名称	数量 ①	单 位	品牌型号、规格、配置或性能、要求及技术指标	单价(元) ②	单项合价 (元) ③=①×②	备 注
1	实时荧光 定量 PCR 检测系统	1	套	伯乐生命医学产品(上海)有限公司, CFX96 Touch 一、参数 1、样品容量: 96×0.2ml 荧光模块, 可使用标准规格的 0.2ml 单管、八联管和 96 孔板, 可升级 96 深孔荧光模块、384 孔荧光模块; 亦可以更换为 96×0.2ml 梯度模块、2×48 梯度模块和 384 梯度模块, 实现一机多能; 2、加热/冷却技术(温控方式): 半导体; 3、最高升温 and 降温速率: $\geq 5^{\circ}\text{C}/\text{s}$; 4、控温温度范围: $0-100^{\circ}\text{C}$, 控温准确性: $\leq \pm 0.2^{\circ}\text{C}$ (达到 90°C 时测定, 需提供权威第三方检测报告), 均一性: $\leq \pm 0.4^{\circ}\text{C}$ (达到 90°C 时测定, 需提供权威第三方检测报告); ★5、带“动态温度”梯度功能, 一次可运行 8 个不同的温度梯度, 每个温度梯度有 12 个样品孔, 温度梯度控温均一性: $\leq \pm 0.4^{\circ}\text{C}$; 6、温度梯度选择范围: $30-100^{\circ}\text{C}$, 温度梯度范围: $1-24^{\circ}\text{C}$; 温度梯度控温准确性: $\leq \pm 0.2^{\circ}\text{C}$; 7、带有 ≥ 8.5 英寸超大屏幕彩色触摸屏, 无需按钮, 可直接触控式控制; 8、6 通道检测, 每孔可同时检测 5 个目标基因; 并专门有 FRET 通道用于研究分子(核酸、蛋白等分子)作用; ★9、光学检测系统: 6 个带滤光片的 LED 和 6 个带滤光片的光敏二极管, 可特异的激发及检测特异的荧光基团分子 (PAM/SYBR, HEX/TET/VIC, Texas Red/ROX, Cy5 等), 从而提供检测特异性及检测灵敏度; 无需每隔 2、3 个月矫正, 对结果没有影响; 10、激发/发射波长范围: $450-730\text{nm}$; 11、激发光源: 6 个带滤光片的长寿命 LED, 可特异、高效的激发不同激发波段的荧光分子; 12、检测器: 6 个带滤光片的光敏二极管, 可特异检测不同激发波段的荧光分子; 13、多重数据分析: 具多重 qPCR 数据分析功能, 可同时运行 6 个检测通道; 14、在反应前、反应中或运行完成后输入和编辑反应孔的信息; 15、数据分析模式: 标准曲线定量、溶解曲线、ΔCT 或 $\Delta\Delta\text{CT}$ 基因表达分析, 多内参基因分析和扩增效率计算、多个数据文件的基因表达分析、等位基因分析、终点分析、具有等位基因、溶解曲线分析功能; 16、软件可同时高达 5000 个不同时间点的测试文件	659500.00	659500.00	



			数据进行基因表达分析； 17、数据输出模式：可将实验结果以图形和表格的形式直接打印，也可拷贝后另存为 Word、Excel 或 Powerpoint 文件格式，详细的数据报告内容包括实验条件、数据坐标和表格，数据分析参数，可直接打印或保存为 PDF； 18、程序自动编辑，仅需输入 Tm 值及运行方式即可进行快速的编辑程序； 19、仪器不仅可脱离电脑独立运行，同时在仪器上还可以实时查看扩增曲线； ★20、操作系统：原厂中文和英文操作分析软件。 21、质保期：原厂质保不少于叁年； 22、搬动无须校正，无需每隔 2、3 个月校正，对结果没有影响，可用于移动 P3 实验室。 二、配置：高性能快速梯度荧光定量 PCR 仪主机 1 台、96 孔梯度荧光模块 1 套、中文和英文软件 1 套、品牌电脑 1 台、原装光学 8 联管（120 条/包）1 包。		
竞标报价（人民币大写）：陆拾伍万玖仟伍佰元整（¥ 659500.00 元）					
交付使用期：自签订合同之日起 5 日历天内安装调试完毕并交付使用。					
交货地点：采购人指定地点					
竞标报价应包含货物、随配附件、备品备件、工具、验收、货物运抵指定交货地点的各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。					

供应商(公章) 江西金智医疗设备有限公司

法定代表人或委托代理人签字 何家进

日期 2020 年 7 月 30 日

竞标说明：

- 1、供应商必须加盖单位公章并签字，无签字、盖公章的竞标无效。
- 2、凡在“技术参数、性能配置”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，供应商应在竞标报价表中将其标配参数详细列明，否则该竞标无效。
- 3、若此表由多页构成的，应逐页由法定代表人（或委托代理人）签字，否则竞标无效。