

一、开标一览表（报价表）

工程名称：二层 PCR-装饰工程

标段：

序号	名称	品牌	规格型号（或具体服务）	计量单位	工程量	单价	合价	备注
砌筑工程								
1	砌块墙	国标	1、部位：地上内隔墙 2、砖品种、规格、强度等级：A5/B07 蒸压加气混凝土砌块 3、墙体类型：填充墙 4、填充材料种类及厚度：150mm 以内 5、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆 DM M7.5 6、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	7.25	536.00	3886.00	
2	砌块墙	国标	1、部位：地上内隔墙 2、砖品种、规格、强度等级：A5/B07 蒸压加气混凝土砌块 3、墙体类型：填充墙 4、填充材料种类及厚度：200mm 以内 5、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆 DM M7.5 6、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	4.97	593.00	2947.21	
	小计						6833.21	
混凝土及钢筋混凝土工程								
3	圈梁	国标	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	1.21	701.00	848.21	
4	模板	国标	1、构件类型：圈梁 2、模板类型：复合木模	m2	17.84	86.00	1534.24	
5	过梁	国标	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	0.15	701.00	105.15	
6	模板	国标	1、构件类型：过梁 2、模板类型：复合木模	m2	2.86	86.00	245.96	
7	构造柱	国标	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	1.37	801.00	1097.37	
8	模板	国标	1、构件类型：构造柱 2、模板类型：复合木模	m2	25.2	67.00	1688.40	
9	后浇钢筋	国标	1、钢筋种类：综合 2、焊条标准详见结构总说明做法	t	0.4	5500.00	2200.00	

			3、满足文件、相关规范及图纸设计要求					
	小计							7719.33
	地面							
11	平面砂浆找平层	国标	1.最薄处 20 厚 1: 3 水泥砂浆找平 2.为完成与本项相关的所有事项, 具体做法及其他未尽事宜详见图纸和相关文件	m2	248.7	38.00		9450.60
12	楼(地)面涂膜防水	东方雨虹	1.1.5mm 聚氨酯防水涂料, 墙体四周按上返 350mm 高计入 2.为完成与本项相关的所有事项, 具体做法及其他未尽事宜详见图纸和相关文件	m2	32.81	49.00		1607.69
13	石材过门石	国标	1.石材过门石 2.30 厚 1: 3 干硬性水泥砂浆结合层 3.斜边磨角等为完成与本项相关的所有事项, 具体做法及其他未尽事宜详见图纸和相关文件	m2	0.31	650.00		201.50
14	石材挡水过门石	国标	1、5-18mm 厚专用粘贴剂 2、20mm 厚 C25 混凝土止水坎 3、不锈钢收边条 4、斜边磨角等为完成与本项相关的所有事项, 具体做法及其他未尽事宜详见图纸和相关文件	m2	1.59	672.00		1068.48
15	300*300 防滑地砖(有防水)	马可波罗	1.10 厚 300*300 防滑地砖面层, 相近色水泥勾缝; 2、5 厚素水泥粘接层 ; 3、30 厚 1:2.5 干硬性水泥砂浆结合层; 4、1.5 厚聚氨酯防水层, 遇墙翻起高度不小于 250mm ; (另计) 5、满刷地固两遍 ;	m2	21.5	213.00		4579.50
16	600*600 防滑地砖(有防水)	马可波罗	1.10 厚 600*600 防滑地砖面层, 相近色水泥勾缝; 2、5 厚素水泥粘接层 ; 3、30 厚 1:2.5 干硬性水泥砂浆结合层; 4、1.5 厚聚氨酯防水层, 遇墙翻起高度不小于 250mm ; (另计) 5、满刷地固两遍 ;	m2	9.59	236.00		2263.24
17	600*600 防滑地砖(无防水)	马可波罗	1.10 厚 600*600 防滑地砖面层, 相近色水泥勾缝; 2、5 厚素水泥粘接层 ; 3、35 厚 1:2.5 干硬性水泥砂浆结合层; 4、水泥浆一道(内掺建筑胶) ; 5、土建楼面(清理干净, 修补打磨) ;	m2	5.45	203.00		1106.35
18	2mm 厚 PVC 地板	金亿源	1、2mm 厚同质透心 PVC 卷材, 专用胶粘剂粘贴; 2、3mm 厚水泥基自流平 ; 3、素水泥浆一道 ; 4、40mm 厚 C20 细石混凝土垫层 ; 5、基层清理, 修补打磨 ; 6、原建筑钢筋混凝土楼板。	m2	210.16	216.00		45394.56

19	PVC 地板踢脚线	金亿源	1. 100mm 高 2 厚卷装 PVC 面层+专用金属压边条, 专用胶黏剂粘贴 2. 配套 R40PVC 地板阴角条 3. 造型处理等为完成与本项相关的所有事项, 具体做法及其他未尽事宜详见图纸和相关文件	m	169.7	44.00	7466.80	
20	块料踢脚线 (高度 100mm)	马可波罗	1. 10 厚面砖胶粘剂粘贴, 水泥浆擦缝或填缝剂填缝 2. 为完成与本项相关的所有事项, 具体做法及其他未尽事宜详见图纸和相关文件	m	8.9	43.00	382.70	
	小计						73521.42	
	墙面							
21	穿孔纤维硅酸钙板轻钢龙骨隔墙	宏丽	1、6 厚 600*600 穿孔纤维增强硅酸钙板; 2、12 厚 100 宽阻燃板基层板条, 横向间距 600mm ; 3、48kg/m ³ 吸音岩棉, 黑色无纺布六面包覆, 紧贴吸音板背面固定安装 ; 4、顶板和底板分别布置一道天地龙骨, 从底板距地 2.4 米、从顶板距顶 2.4 米处各布置一道横龙骨, 间距 400 布置一道 75 隔墙竖龙骨, 距地 1.5 米处布置一道 38*12 横贯龙骨 ; 5、原建筑墙体清理。	m ²	43	229.00	9847.00	
22	岩棉彩钢板	言信	1、50mm 厚岩棉彩钢夹心板通顶, 型材连接; 2、R50 铝合金阴阳角包边, PVC 连接件, 阴阳角连接处内垫 47*21*1 槽钢; 3、34*100*15 沿地可调型材龙骨用 M8*100 膨胀螺栓与钢筋混凝土楼板固定 ;	m ²	593	247.00	146471.00	
23	岩棉彩钢板	言信	1、100mm 厚岩棉彩钢夹心板通顶, 型材连接; 2、R50 铝合金阴阳角包边, PVC 连接件, 阴阳角连接处内垫 47*21*1 槽钢; 3、34*100*15 沿地可调型材龙骨用 M8*100 膨胀螺栓与钢筋混凝土楼板固定 ;	m ²	111.82	247.00	27619.54	
24	墙面涂膜防水	东方雨虹	1. 1.5mm 聚氨酯防水涂料 (淋浴 1800mm) 2. 10 厚专用抹灰砂浆打底找平 3. 专用修补材料修补墙面 4. 为完成与本项相关的所有事项, 具体做法及其他未尽事宜详见图纸和相关文件	m ²	25.6	41.66	1066.42	
25	块料墙面: 300*600 墙砖	马可波罗	1、白水泥勾缝 ; 2、10 厚墙面砖 ; 3、瓷砖背面涂刷背覆胶, 均匀洒上干净粗砂; 4、20 厚 1:2.5 水泥砂浆分两道粉平 ; 5、专用砂浆甩毛 ; 6、不同墙体交界处挂 20*20*0.7 镀锌钢丝网, 双边搭接不小于 300mm ; 7、土建墙体清理干净。	m ²	85.1	183.00	15573.30	
26	墙面喷刷无机抗菌涂料	立邦	1、涂料饰面, 一底两面 ; 2、满刮腻子两遍, 打磨平整 ;	m ²	101.97	74.51	7597.58	

			3、2-3 厚抗裂砂浆中间压入耐碱网格布。 4、20 厚 1:2.5 水泥砂浆分两道粉平； 5、冲筋找平,冲筋间距一般不大于 1.5m； 6、不同墙体交界处挂 20*20*0.7 镀锌钢丝网, 双边搭接不小于 300mm； 7、土建墙体清理干净。					
	小计							208174.84
	吊顶							
27	铝扣板吊顶	友邦	1.300*300*0.8 厚铝扣板面层, 嵌入安装 2、配套三角龙骨, 间距随板块大小而定; 3、CS60 主龙骨, 用挂件与三角龙骨连接 中距小于等于 1.2 米; 4、M8 膨胀螺栓固定及连接 M8 全牙吊筋, 用吊件与主龙骨连接, 双向中距 小于等于 1.2 米;	m2	21.56	178.00		3837.68
28	钢支撑	国产优质	天棚吊顶反支撑制作及安装 1、镀锌 40X40X4 角钢互相焊接固定;	t	1.668	8137.00		13572.52
29	岩棉彩钢板	言信	1、50mm 厚岩棉彩钢夹心板; 2、双 L25*25 彩板角(通长); 3、配套吊件; 4、M8 全牙吊杆; 5、钢筋混凝土楼板底面清理干净。	m2	210.16	247.00		51909.52
30	无机抗菌涂料吊顶	立邦	批腻子, 无机抗菌涂料二遍	m2	15.04	45.18		679.51
	小计							69999.22
	门窗							
31	医用彩钢板单开手动平开门 CM0922	言信	1. 门尺寸:900*2200, 2. 五金配件、玻璃安装、后塞口等为完成与本项相关的所有事项, 具体做法及其他未尽事宜详见图纸和相关文件	樘	2	2079.00		4158.00
32	医用彩钢板单开手动平开门 CM1022	言信	1. 门尺寸:1000*2200, 2. 五金配件、玻璃安装、后塞口等为完成与本项相关的所有事项, 具体做法及其他未尽事宜详见图纸和相关文件	樘	8	2310.00		18480.00
33	医用彩钢板单开手动平开门 CM1022(常闭)	言信	1. 门尺寸:1000*2200, 2. 五金配件、玻璃安装、后塞口等为完成与本项相关的所有事项, 具体做法及其他未尽事宜详见图纸和相关文件	樘	1	2310.00		2310.00
34	医用彩钢板双开手动平开门 CM1522	言信	1. 门尺寸:1500*2200, 2. 五金配件、玻璃安装、后塞口等为完成与本项相关的所有事项, 具体做法及其他未尽事宜详见图纸和相关文件	樘	4	3465.00		13860.00
35	医用彩钢板双开手动平开门	言信	1. 门尺寸:1500*2200, 2. 五金配件、玻璃安装、后塞口等为完成与本项相关的所有事项, 具体	樘	1	3465.00		3465.00

	CM1522(常闭)		做法及其他未尽事宜详见图纸和相关文件					
36	医用彩钢板单开手动平开门 CM0922-A	言信	1. 门尺寸:900*2200, 无观察窗 2. 五金配件、玻璃安装、后塞口等为完成与本项相关的所有事项, 具体做法及其他未尽事宜详见图纸和相关文件	樘	3	2079.00	6237.00	
37	医用彩钢板单开手动平开门 CM1022-A	言信	1. 门尺寸:1000*2200, 无观察窗 2. 五金配件、玻璃安装、后塞口等为完成与本项相关的所有事项, 具体做法及其他未尽事宜详见图纸和相关文件	樘	1	2310.00	2310.00	
38	医用彩钢板子母手动平开门 CZM1322	言信	1. 门尺寸:1300X2200, 2. 五金配件、玻璃安装、后塞口等为完成与本项相关的所有事项, 具体做法及其他未尽事宜详见图纸和相关文件	樘	2	3003.00	6006.00	
39	甲级双开防火门 FM 甲 1322	三荣	1. 门尺寸:1300X2200, 2. 闭门器、顺位器、防尘筒、五金配件、玻璃安装、后塞口等为完成与本项相关的所有事项, 具体做法及其他未尽事宜详见图纸和相关文件	樘	1	2003.40	2003.40	
40	乙级双开防火门 FM 乙 1522	三荣	1. 门尺寸:1500X2200, 2. 闭门器、顺位器、防尘筒、五金配件、玻璃安装、后塞口等为完成与本项相关的所有事项, 具体做法及其他未尽事宜详见图纸和相关文件	樘	2	2161.95	4323.90	
41	医用气密单开手动平开门 M1022	言信	1. 门尺寸:1000X2200, 2. 五金配件、玻璃安装、后塞口等为完成与本项相关的所有事项, 具体做法及其他未尽事宜详见图纸和相关文件	樘	1	2310.00	2310.00	
42	医用气密双开手动平开门 M1522	言信	1. 门尺寸:1500X2200, 2. 五金配件、玻璃安装、后塞口等为完成与本项相关的所有事项, 具体做法及其他未尽事宜详见图纸和相关文件	樘	3	3465.00	10395.00	
43	甲级单开防火门 FM 甲 1022	三荣	1. 门尺寸:1000X2200, 2. 五金配件、玻璃安装、后塞口等为完成与本项相关的所有事项, 具体做法及其他未尽事宜详见图纸和相关文件	樘	1	1577.10	1577.10	
44	乙级单开防火门 FM 乙 1022	三荣	1. 门尺寸:1000X2200, 2. 五金配件、玻璃安装、后塞口等为完成与本项相关的所有事项, 具体做法及其他未尽事宜详见图纸和相关文件	樘	4	1386.00	5544.00	
45	彩钢板气密窗 C1213	言信	1. 不锈钢包边, 双层 5 厚钢化玻璃 2. 五金配件、玻璃安装、橡胶收边条、后塞口等为完成与本项相关的所有事项, 具体做法及其他未尽事宜详见图纸和相关文件	套	2	1735.65	3471.30	
	小计						86450.70	
	其他							
46	40*40*1 不锈钢护角	国标	1. 材料品种、规格、颜色:40*40*1 不锈钢护角 2. 弯边、射钉等为完成与本项相关的所有事项, 具体做法及其他未尽事宜详见图纸和相关文件	m	11.2	40.00	448.00	
47	窗台板	国标	窗台板 1. 石材窗台板 2. 为完成与本项相关的所有事项, 具体做法及其他未尽事宜详见图纸和	m2	14.41	874.15	12596.47	

			相关文件					
48	窗帘盒	地平线	窗帘盒 1. 6mm 厚无机预涂板 2. 15mm 厚阻燃夹板 3. 50 系列轻钢覆面龙骨, 50 系列轻钢横撑龙骨 4. 为完成与本项相关的所有事项, 具体做法及其他未尽事宜详见图纸和 相关文件	m	14.41	98.80	1423.74	
49	吊顶与幕墙封堵	吉祥	吊顶与幕墙封堵 1. 铝塑板 2. 水泥压力板基层 3. 阻燃板木条框架	m ²	11.53	178.00	2052.34	
50	金属门窗套	国标	不锈钢窗套及不锈钢包边等 1. 1.0 厚 304 拉丝不锈钢窗套 2. 12 厚石膏板 3. 耐火阻燃 9 厘板	m ²	8.8	78.00	686.40	
51	定制检修口	国标	定制检修口 部位: 吊顶检修口及墙面检修口	个	22	45.00	990.00	
52	传递窗	中春	1、嵌入式传递窗, 带观察玻璃 2、尺寸 600x600	套	9	2080.00	18720.00	
53	卫生间成品隔断	国标	1、E1 级人造板含安装五金	m ²	5.95	336.00	1999.20	
54	成品淋浴房	恒洁	1、10mm 钢化玻璃含安装五金	套	1	1430.00	1430.00	
55	挡水条	佰图	淋浴处: 1. 人造大理石挡水条, 石材六面刷保护液; 2. 粘贴固定 3. 80mm 宽*60mm 高 4. 其他: 符合设计要求	m	2	81.00	162.00	
56	LC7.5 轻骨料混凝土垫层	国标	卫生间降板区 LC7.5 轻骨料混凝土垫层 1、300mm 厚现场搅拌 LC7.5 轻骨料混凝土垫层	m ³	0.68	590.00	401.20	
57	操作台	佰图	扩增分析 L 型操作台 1、操作台制作安装 7840mm*750B (按成品考虑)	m	7.84	1479.50	11599.28	
58	操作台	佰图	样本制备 L 型操作台 1、操作台制作安装 9500mm*750B (按成品考虑)	m	9.5	1479.50	14055.25	
59	操作台	佰图	扩增分析操作台 1、操作台制作安装 4540mm*750B (按成品考虑)	m	4.54	1479.50	6716.93	
58	遮阳卷帘	芯兰竹	1、成品遮阳卷帘购安 (阻燃性能需达 B1 级, 满足环保 (甲醛及芳香胺检测合格)、抗菌 (通过疾病预防控制中心检测)、遮光率 ≥ 90%, 含轨道、配件及一切工作)	m ²	30.26	115.00	3479.90	
	小计						76760.71	

措施项目								
59	满堂脚手架	国标	满堂脚手架	m2	281	2.00	562.00	
	合计						530021.43	
工程名称：二层检验科-装饰工程 标段：								
序号	项目名称	品牌	项目特征/规格型号（或具体服务）	计量单位	工程量	单价	合价	备注
砌筑工程								
1	砌块墙	国标	1、部位：地上内隔墙 2、砖品种、规格、强度等级：A5/B07 蒸压加气混凝土砌块 3、墙体类型：填充墙 4、填充材料种类及厚度：150mm 以内 5、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆 DM M7.5 6、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	77.75	536.00	41674.00	
	小计						41674.00	
混凝土及钢筋混凝土工程								
2	圈梁	国标	1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	4.38	701.00	3070.38	
3	模板	国标	1、构件类型：圈梁 2、模板类型：复合木模	m2	73.02	86.00	6279.72	
4	过梁	国标	1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	0.3	701.00	210.30	
5	模板	国标	1、构件类型：过梁 2、模板类型：复合木模	m2	7.56	86.00	650.16	
6	构造柱	国标	1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	1.38	801.00	1105.38	
7	模板	国标	1、构件类型：构造柱 2、模板类型：复合木模	m2	22.68	67.00	1519.56	
8	后浇钢筋	国标	1、钢筋种类:综合 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	1.07	5500.00	5885.00	

	小计							18720.50	
	地面								
9	平面砂浆找平层	国标	1.最薄处 20 厚 1: 3 水泥砂浆找平 2.为完成与本项相关的所有事项, 具体做法及其他未尽事宜详见图纸和相关文件	m2	836.95	38.00		31804.10	
10	楼(地)面涂膜防水	东方雨虹	1.1.5mm 聚氨酯防水涂料, 墙体四周按上返 350mm 高计入 2.为完成与本项相关的所有事项, 具体做法及其他未尽事宜详见图纸和相关文件	m2	173.66	49.00		8509.34	
11	石材过门石	国标	1.石材过门石 2.30 厚 1: 3 干硬性水泥砂浆结合层 3.斜边磨角等为完成与本项相关的所有事项, 具体做法及其他未尽事宜详见图纸和相关文件	m2	1.10	650.00		715.00	
12	石材挡水过门石	国标	1、5-18mm 厚专用粘贴剂 2、20mm 厚 C25 混凝土止水坎 3、不锈钢收边条 4、斜边磨角等为完成与本项相关的所有事项, 具体做法及其他未尽事宜详见图纸和相关文件	m2	2.36	672.00		1585.92	
13	600*600 防滑地砖(有防水)	马可波罗	1.10 厚 600*600 防滑地砖面层, 相近色水泥勾缝; 2、5 厚素水泥粘接层; 3、30 厚 1:2.5 干硬性水泥砂浆结合层; 4、1.5 厚聚氨酯防水层, 遇墙翻起高度不小于 250mm ; (另计) 5、满刷地固两遍 ;	m2	106.66	236.00		25171.76	
14	600*600 防滑地砖(无防水)	马可波罗	1.10 厚 600*600 防滑地砖面层, 相近色水泥勾缝; 2、5 厚素水泥粘接层; 3、35 厚 1:2.5 干硬性水泥砂浆结合层; 4、水泥浆一道(内掺建筑胶) ; 5、土建楼面(清理干净, 修补打磨) ;	m2	9.53	203.00		1934.59	
15	2mm 厚 PVC 地板	金亿源	1、2mm 厚同质透心 PVC 卷材, 专用胶粘剂粘贴; 2、3mm 厚水泥基自流平; 3、素水泥浆一道 ; 4、40mm 厚 C20 细石混凝土垫层; 5、基层清理, 修补打磨 ; 6、原建筑钢筋混凝土楼板。	m2	717.30	216.00		154936.80	
16	PVC 地板踢脚线	金亿源	1.100mm 高 2 厚卷装 PVC 面层+专用金属压边条, 专用胶黏剂粘贴 2.配套 R40PVC 地板阴角条 3.造型处理等为完成与本项相关的所有事项, 具体做法及其他未尽事宜详见图纸和相关文件	m	641.83	44.00		28240.52	
17	瓷砖踢脚线(高度 100mm)	马可波罗	1.10 厚面砖胶剂粘贴, 水泥浆擦缝或填缝剂填缝 2.为完成与本项相关的所有事项, 具体做法及其他未尽事宜详见图纸和相关文件	m	11.50	43.00		494.50	

	小计						253392.53	
	墙面							
18	轻钢龙骨+双面石膏板 隔断	龙牌	1. 12mm 双面耐火石膏板基层 2. 60 岩棉，容重 $\geq 100\text{kg}/\text{m}^3$ 3. 0.8mm 厚 75 型轻钢龙骨间距不大于 300mm 通顶设置 4. 为完成与本项相关的所有事项，具体做法及其他未尽事宜详见图纸和 相关文件	m2	254.16	115.89	29453.33	
19	轻钢龙骨+双层双面石 膏板 隔断	龙牌	1. 12mm*12mm 双层双面耐火石膏板基层 2. 60 岩棉，容重 $\geq 100\text{kg}/\text{m}^3$ 3. 0.8mm 厚 75 型轻钢龙骨间距不大于 300mm 通顶设置 4. 为完成与本项相关的所有事项，具体做法及其他未尽事宜详见图纸和 相关文件	m2	211.51	148.89	31490.67	
20	岩棉彩钢板	言信	1、50mm 厚岩棉彩钢夹心板通顶, 型材连接 ; 2、R50 铝合金阴阳角包边, PVC 连接件, 阴阳角连接处内垫 47*21*1 槽钢 ; 3、34*100*15 沿地可调型材龙骨用 M8*100 膨胀螺栓与钢筋混凝土楼板固 定 ;	m2	529.10	247.00	130687.70	
21	岩棉彩钢板	言信	1、100mm 厚岩棉彩钢夹心板通顶, 型材连接 ; 2、R50 铝合金阴阳角包边, PVC 连接件, 阴阳角连接处内垫 47*21*1 槽钢 ; 3、34*100*15 沿地可调型材龙骨用 M8*100 膨胀螺栓与钢筋混凝土楼板固 定 ;	m2	41.82	287.00	12002.34	
22	墙面涂膜防水	东方雨虹	1. 1.5mm 聚氨酯防水涂料 (整墙满涂) 2. 10 厚专用抹灰砂浆打底找平 3. 专用修补材料修补墙面 4. 为完成与本项相关的所有事项，具体做法及其他未尽事宜详见图纸和 相关文件	m2	397.10	41.66	16541.99	
23	块料墙面: 300*600 墙砖	马可波罗	1、白水泥勾缝 ; 2、10 厚墙面砖 ; 3、瓷砖背面涂刷背覆胶, 均匀洒上干净粗砂; 4、20 厚 1:2.5 水泥砂浆分两道粉平 ; 5、专用砂浆甩毛 ; 6、不同墙体交界处挂 20*20*0.7 镀锌钢丝网, 双边搭接不小于 300mm ; 7、土建墙体清理干净。	m2	397.10	183.00	72669.30	
24	墙面喷刷无机抗菌涂料 (砌 体墙面)	立邦	1、涂料饰面, 一底两面; 2、满刮腻子两遍, 打磨平整 ; 3、2-3 厚抗裂砂浆中间压入耐碱网格布。 4、20 厚 1:2.5 水泥砂浆分两道粉平 ; 5、冲筋找平, 冲筋间距一般不大于 1.5m ; 6、不同墙体交界处挂 20*20*0.7 镀锌钢丝网, 双边搭接不小于 300mm ;	m2	672.50	74.51	50106.63	

			7、土建墙体清理干净。					
25	墙面喷刷无机抗菌涂料 (石膏板墙面)	立邦	1、涂料饰面,一底两面; 2、满刮腻子两遍,打磨平整; 3、双层12厚纸面石膏板中间满刷白乳胶, 用自攻螺钉与龙骨固定,抗碱底漆一道 4、75(100)系列轻钢龙骨骨架,内填充隔音棉	m2	490.02	57.23	28041.39	
26	穿孔纤维硅酸钙板轻钢 龙骨 隔墙	宏丽	1、6厚600*600穿孔纤维增强硅酸钙板; 2、12厚100宽阻燃板基层板条,横向间距 600mm; 3、48kg/m³吸音岩棉,黑色无纺布六面包覆,紧贴吸音板背面固定安装; 4、顶板和底板分别布置一道天地龙骨,从底板距地2.4米、从顶板距顶 2.4米处各布置一道横龙骨, 间距400布置一道75隔墙竖骨,距地1.5米处布置一道38*12横贯龙骨; 5、原建筑墙体清理。	m2	63.19	229.00	14470.51	
	小计						385463.87	
	吊顶							
27	铝扣板吊顶	友邦	1.300*300*0.8厚铝扣板面层,嵌入安装 2、配套三角龙骨,间距随板块大小而定; 3、CS60主龙骨,用挂件与三角龙骨连接中距小于等于1.2米; 4、M8膨胀螺栓固定及连接M8全牙吊筋,用吊件与主龙骨连接,双向中距 小于等于1.2米;	m2	26.31	178.00	4683.18	
28	铝扣板吊顶	友邦	1.600*600*0.8厚铝扣板面层,嵌入安装 2、配套三角龙骨,间距随板块大小而定; 3、CS60主龙骨,用挂件与三角龙骨连接中距小于等于1.2米; 4、M8膨胀螺栓固定及连接M8全牙吊筋,用吊件与主龙骨连接,双向中距 小于等于1.2米;	m2	439.95	178.00	78311.10	
29	钢支撑	国产优质	天棚吊顶反支撑制作及安装 1、镀锌40X40X4角钢互相焊接固定;	t	6.46	8137.00	52565.02	
30	岩棉彩钢板	言信	1、50mm厚岩棉彩钢夹心板; 2、双L25*25彩板角(通长); 3、配套吊件; 4、M8全牙吊杆; 5、钢筋混凝土楼板底面清理干净。	m2	335.91	247.00	82969.77	
31	无机抗菌涂料吊顶	立邦	批腻子,无机抗菌涂料二遍	m2	19.42	45.18	877.40	
	小计						219406.47	
	门窗							

32	医用彩钢板单开手动平开门 CM1022	言信	1. 门尺寸:1000X2200, 2. 五金配件、玻璃安装、后塞口等为完成与本项相关的所有事项, 具体做法及其他未尽事宜详见图纸和相关文件	樘	5.00	2420.00	12100.00	
33	医用彩钢板双开手动平开门 CM1522	言信	1. 门尺寸:1500X2200, 2. 五金配件、玻璃安装、后塞口等为完成与本项相关的所有事项, 具体做法及其他未尽事宜详见图纸和相关文件	樘	1.00	3630.00	3630.00	
34	乙级双开防火门 FM 乙 1522	三荣	1. 门尺寸:1500X2200, 2. 闭门器、顺位器、防尘筒、五金配件、玻璃安装、后塞口等为完成与本项相关的所有事项, 具体做法及其他未尽事宜详见图纸和相关文件	樘	5.00	2264.90	11324.50	
35	乙级双开防火门 FM 乙 1522(常闭)	三荣	1. 门尺寸:1500X2200, 2. 闭门器、顺位器、防尘筒、五金配件、玻璃安装、后塞口等为完成与本项相关的所有事项, 具体做法及其他未尽事宜详见图纸和相关文件	樘	1.00	2264.90	2264.90	
36	乙级单开防火门 FM 乙 1022	三荣	1. 门尺寸:1000X2200, 2. 五金配件、玻璃安装、后塞口等为完成与本项相关的所有事项, 具体做法及其他未尽事宜详见图纸和相关文件	樘	8.00	1452.00	11616.00	
37	医用气密单开手动平开门 M1022	川岛	1. 门尺寸:1000X2200, 2. 五金配件、玻璃安装、后塞口等为完成与本项相关的所有事项, 具体做法及其他未尽事宜详见图纸和相关文件	樘	8.00	2420.00	19360.00	
38	医用气密双开手动平开门 M1522	川岛	1. 门尺寸:1500X2200, 2. 五金配件、玻璃安装、后塞口等为完成与本项相关的所有事项, 具体做法及其他未尽事宜详见图纸和相关文件	樘	6.00	3630.00	21780.00	
39	医用气密单开手动平开门 M1022-A	川岛	1. 门尺寸:1000X2200, 无观察窗 2. 五金配件、玻璃安装、后塞口等为完成与本项相关的所有事项, 具体做法及其他未尽事宜详见图纸和相关文件	樘	11.00	2420.00	26620.00	
40	彩钢板气密窗 C1513	言信	1. 不锈钢包边, 双层 5 厚钢化玻璃 2. 五金配件、玻璃安装、橡胶收边条、后塞口等为完成与本项相关的所有事项, 具体做法及其他未尽事宜详见图纸和相关文件	套	1.00	2170.35	2170.35	
41	乙级防火观察窗 FC 乙 1513	嘉豪	1. 不锈钢包边, 双层 5 厚钢化玻璃 2. 五金配件、玻璃安装、橡胶收边条、后塞口等为完成与本项相关的所有事项, 具体做法及其他未尽事宜详见图纸和相关文件	套	1.00	1184.00	1184.00	
42	乙级防火观察窗 FC 乙 3013	嘉豪	1. 不锈钢包边, 双层 5 厚钢化玻璃 2. 五金配件、玻璃安装、橡胶收边条、后塞口等为完成与本项相关的所有事项, 具体做法及其他未尽事宜详见图纸和相关文件	套	4.00	2300.00	9200.00	
	小计						121249.75	
	其他							
43	不锈钢防撞带	国标	1.0 厚原色拉丝不锈钢防撞带宽度 150mm	m	124	45.00	5580.00	
44	40*40*1 不锈钢护角	国标	1. 材料品种、规格、颜色:40*40*1 不锈钢护角 2. 弯边、射钉等为完成与本项相关的所有事项, 具体做法及其他未尽事宜详见图纸和相关文件	m	11.2	34.00	380.80	

45	窗台板	国标	窗台板 1. 石材窗台板 2. 为完成与本项相关的所有事项，具体做法及其他未尽事宜详见图纸和相关文件	m2	27.73	874.15	24240.12	
46	窗帘盒	地平线	窗帘盒 1. 6mm 厚无机预涂板 2. 15mm 厚阻燃夹板 3. 50 系列轻钢覆面龙骨，50 系列轻钢横撑龙骨 4. 为完成与本项相关的所有事项，具体做法及其他未尽事宜详见图纸和相关文件	m	27.73	98.80	2739.78	
47	吊顶与幕墙封堵	吉祥	吊顶与幕墙封堵 1. 铝塑板 2. 水泥压力板基层 3. 阻燃板木条框架	m2	22.18	178.00	3948.04	
48	定制检修口	国标	定制检修口 部位：吊顶检修口及墙面检修口	个	25.00	45.00	1125.00	
49	传递窗	中春	1、嵌入式传递窗，带观察玻璃 2、尺寸 600x600	套	5.00	2080.00	10400.00	
50	镜面玻璃	国标	1、卫生间成品银镜购买及安装（12mm 夹胶阻燃版基层，不锈钢包边）	m2	5.81	180.00	1045.80	
51	卫生间单盆洗手台	国标	卫生间单盆石材洗手台： 1、20mm 厚石材台面洗手台台下盆 2、12mm 厚阻燃版基层 3、L40*4 热镀锌角钢支撑间距 600 4、18mm 厚木饰面 5、石材磨斜边 6、台面开孔：2 个	m2	1.84	1361.85	2505.80	
52	卫生间双盆洗手台	国标	卫生间双盆石材洗手台： 1、20mm 厚石材台面洗手台台下盆 2、12mm 厚阻燃版基层 3、L40*4 热镀锌角钢支撑间距 600 4、18mm 厚木饰面 5、石材磨斜边 6、台面开孔：4 个	m2	2.04	1571.85	3206.57	
53	卫生间成品隔断	国标	1、E1 级人造板含安装五金	m2	24.17	336.00	8121.12	
54	LC7.5 轻骨料混凝土垫层	国标	卫生间降板区 LC7.5 轻骨料混凝土垫层 1、300mm 厚现场搅拌 LC7.5 轻骨料混凝土垫层	m3	4.71	590.00	2778.90	
55	遮阳卷帘	芯兰竹	1、成品遮阳卷帘购安（阻燃性能需达 B1 级，满足环保（甲醛及芳香胺检测合格）、抗菌（通过疾病预防控制中心检测）、遮光率≥90%，含轨道、配件及一切工作）	m2	58.23	115.00	6696.45	
	小计						72768.39	

措施项目								
56	满堂脚手架	国标	满堂脚手架	m2	1020	2.00	2040.00	
	合计						1114715.50	
工程名称：三层手术部、输血科-装饰工程 标段：								
序号	项目名称	品牌	项目特征/规格型号（或具体服务）	计量单位	工程量	单价	合价	备注
	砌筑工程							
1	砌块墙	国标	1、部位：地上内隔墙 2、砖品种、规格、强度等级：A5/B07 蒸压加气混凝土砌块 3、墙体类型：填充墙 4、填充材料种类及厚度：150mm 以内 5、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆 DM M7.5 6、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	85.85	536.00	46015.60	
2	砌块墙	国标	1、部位：地上内隔墙 2、砖品种、规格、强度等级：A5/B07 蒸压加气混凝土砌块 3、墙体类型：填充墙 4、填充材料种类及厚度：200mm 以内 5、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆 DM M7.5 6、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	3.92	593.00	2324.56	
	小计						48340.16	
混凝土及钢筋混凝土工程								
3	圈梁	国标	1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	7.46	701.00	5229.46	
4	模板	国标	1、构件类型：圈梁 2、模板类型：复合木模	m2	89.17	86.00	7668.62	
5	过梁	国标	1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	0.2	701.00	140.20	
6	模板	国标	1、构件类型：过梁 2、模板类型：复合木模	m2	13.2	86.00	1135.20	
7	构造柱	国标	1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25	m3	2.53	801.00	2026.53	

			3、满足文件、相关规范及图纸设计要求					
8	模板	国标	1、构件类型：构造柱 2、模板类型：复合木模	m2	41.58	67.00	2785.86	
9	后浇钢筋	国标	1、钢筋种类：综合 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	1.55	5500.00	8525.00	
	小计						27510.87	
	地面							
10	平面砂浆找平层	国标	1.最薄处 20 厚 1：3 水泥砂浆找平 2.为完成与本项相关的所有事项，具体做法及其他未尽事宜详见图纸和 相关文件	m2	1469	38.00	55822.00	
11	楼（地）面涂膜防水	东方雨虹	1.1.5mm 聚氨酯防水涂料，墙体四周按上返 350mm 高计入 2.为完成与本项相关的所有事项，具体做法及其他未尽事宜详见图纸和 相关文件	m2	224.99	49.00	11024.51	
12	石材过门石	国标	1.石材过门石 2.30 厚 1：3 干硬性水泥砂浆结合层 3.斜边磨角等为完成与本项相关的所有事项，具体做法及其他未尽事宜 详见图纸和相关文件	m2	0.58	650.00	377.00	
13	石材挡水过门石	国标	1、5-18mm 厚专用粘贴剂 2、20mm 厚 C25 混凝土止水坎 3、不锈钢收边条 4、斜边磨角等为完成与本项相关的所有事项，具体做法及其他未尽事宜 详见图纸和相关文件	m2	8.03	672.00	5396.16	
14	300*300 防滑地砖（有防水）	马可波罗	1.10 厚 300*300 防滑地砖面层，相近色水泥勾缝； 2、5 厚素水泥粘接层； 3、30 厚 1:2.5 干硬性水泥砂浆结合层； 4、1.5 厚聚氨酯防水层，遇墙翻起高度不小于 250mm；（另计） 5、满刷地固两遍；	m2	122.26	213.00	26041.38	
15	600*600 防滑地砖（有防水）	马可波罗	1.10 厚 600*600 防滑地砖面层，相近色水泥勾缝； 2、5 厚素水泥粘接层； 3、30 厚 1:2.5 干硬性水泥砂浆结合层； 4、1.5 厚聚氨酯防水层，遇墙翻起高度不小于 250mm；（另计） 5、满刷地固两遍；	m2	58.57	236.00	13822.52	
16	600*600 防滑地砖（无防水）	马可波罗	1.10 厚 600*600 防滑地砖面层，相近色水泥勾缝； 2、5 厚素水泥粘接层； 3、35 厚 1:2.5 干硬性水泥砂浆结合层； 4、水泥浆一道（内掺建筑胶）； 5、土建楼面（清理干净，修补打磨）；	m2	9.17	203.00	1861.51	

17	2mm 厚 PVC 地板	金亿源	1、2mm 厚同质透心 PVC 卷材,专用胶粘剂粘贴; 2、3mm 厚水泥基自流平 ; 3、素水泥浆一道; 4、40mm 厚 C20 细石混凝土垫层 ; 5、基层清理, 修补打磨 ; 6、原建筑钢筋混凝土楼板	m ²	1247.6	216.00	269481.60	
18	PVC 地板踢脚线	金亿源	1.100mm 高 2 厚卷装 PVC 面层+专用金属压边条, 专用胶黏剂粘贴 2. 配套 R40PVC 地板阴角条 3. 造型处理等为完成与本项相关的所有事项, 具体做法及其他未尽事宜详见图纸和相关文件	m	1116.9	44.00	49143.60	
19	瓷砖踢脚线 (高度 100mm)	马可波罗	1.10 厚面砖胶粘剂粘贴, 水泥浆擦缝或填缝剂填缝 2. 为完成与本项相关的所有事项, 具体做法及其他未尽事宜详见图纸和相关文件	m	12.32	43.00	529.76	
	小计						433500.04	
	墙面							
20	穿孔纤维硅酸钙板轻钢龙骨隔墙	宏丽	1、6 厚 600*600 穿孔纤维增强硅酸钙板; 2、12 厚 100 宽阻燃板基层板条, 横向间距 600mm ; 3、48kg/m ³ 吸音岩棉, 黑色无纺布六面包覆, 紧贴吸音板背面固定安装 ; 4、顶板和底板分别布置一道天地龙骨, 从底板距地 2.4 米、从顶板距顶 2.4 米处各布置一道横龙骨, 间距 400 布置一道 75 隔墙竖龙骨, 距地 1.5 米处布置一道 38*12 横贯龙骨 ; 5、原建筑墙体清理。	m ²	131.98	229.00	30223.42	
21	无机预涂板 1(靠土建墙侧)	地平线	1、6mm 无机预涂板面层粘接 ; 2、12mm 厚石膏板基层 ; 3、75 系列轻钢龙骨@300mm+38 穿心龙骨 @1000mm, 高度至吊顶+200mm ; 4、土建墙体。	m ²	441.09	145.53	64191.83	
22	无机预涂板 2(非土建墙侧)	地平线	1、6mm 无机预涂板面层粘接 ; 2、12mm 厚石膏板基层 ; 3、50mm 岩棉、容重 100g/m ³ 4、75/100 系列轻钢龙骨隔墙通顶 (75 系列轻钢龙骨@300mm+38 穿心龙骨 @1000mm)。	m ²	1016.09	167.49	170180.85	
23	涂料墙面 (土建墙面)	立邦	1、涂料饰面, 一底两面 ; 2、满刮腻子两遍, 打磨平整 ; 3、2-3 厚抗裂砂浆中间压入耐碱网格布。 4、20 厚 1:2.5 水泥砂浆分两道粉平 ; 5、冲筋找平, 冲筋间距一般不大于 1.5m ; 6、不同墙体交界处挂 20*20*0.7 镀锌钢丝网, 双边搭接不小于 300mm ; 7、土建墙体清理干净。	m ²	676.04	78.06	52768.98	

24	涂料墙面（非土建墙面）	立邦	1、涂料饰面，一底两面； 2、满刮腻子两遍，打磨平整； 3、双层12厚纸面石膏板中间满刷白乳胶，用自攻螺钉与龙骨固定，抗碱底漆一道 4、75(100)系列轻钢龙骨骨架，内填充隔音棉	m2	786.61	59.95	47157.27	
25	墙面涂膜防水	东方雨虹	1. 1.5mm 聚氨酯防水涂料（淋浴 1800mm） 2. 10 厚专用抹灰砂浆打底找平 3. 专用修补材料修补墙面 4. 为完成与本项相关的所有事项，具体做法及其他未尽事宜详见图纸和相关文件	m2	81.22	41.66	3383.38	
26	块料墙面：300*600 墙砖	马可波罗	1、白水泥勾缝； 2、8-10 厚墙面砖； 3、瓷砖背面涂刷背覆胶，均匀洒上干净粗砂； 4、20 厚 1:2.5 水泥砂浆分两道粉平； 5、专用砂浆甩毛； 6、不同墙体交界处挂 20*20*0.7 镀锌钢丝网，双边搭接不小于 300mm； 7、土建墙体清理干净。	m2	519.78	183.00	95119.74	
27	电解钢板墙面	奥玛	1、40*40*3 角钢骨架，30*50*1.2 镀锌方管龙骨结构 2、1.2mm 电解钢板面层，静电喷塑，挂板打胶 3、12mm 石膏板做隔音保温处理 4、含 R=300 模块化电解钢板成品过渡圆弧，阴角三维节点	m2	178.83	362.00	64736.46	
	小计						527761.93	
	吊顶							
28	铝扣板吊顶	友邦	1. 600*600*0.8 厚铝扣板面层，嵌入安装 2、配套三角龙骨，间距随板块大小而定； 3、CS60 主龙骨，用挂件与三角龙骨连接中距小于等于 1.2 米； 4、M8 膨胀螺栓固定及连接 M8 全牙吊筋，用吊件与主龙骨连接，双向中距小于等于 1.2 米；	m2	394.67	178.00	70251.26	
29	铝扣板吊顶	友邦	1. 300*300*0.8 厚铝扣板面层，嵌入安装 2、配套三角龙骨，间距随板块大小而定； 3、CS60 主龙骨，用挂件与三角龙骨连接中距小于等于 1.2 米； 4、M8 膨胀螺栓固定及连接 M8 全牙吊筋，用吊件与主龙骨连接，双向中距小于等于 1.2 米；	m2	238.04	178.00	42371.12	
30	无机预涂板吊顶	地平线	1、6mm 厚无机预涂板面层； 2、9.5mm 单层纸面石膏板基层； 3、50 系列轻钢次龙骨@400mm，50 系列轻钢横撑龙骨@600mm； 4、60 系列轻钢主龙骨@≤1200mm； 5、60 系列主龙骨吊件及 M8 全牙吊杆； 6、楼板。	m2	520.66	230.00	119751.80	

31	无机抗菌涂料吊顶	立邦	批腻子，无机抗菌涂料二遍	m2	57.1	45.18	2579.78	
32	电解钢板吊顶	奥玛	1、1.2mm 厚表面烤漆处理电解钢板， 内衬 12mm 防火石膏板，工厂预制，成品现场挂板安装；接缝处采用耐候胶填缝处理。 2、40*40*3 角钢骨架，30*50*1.2 镀锌方管龙骨结构 3、M8 全丝吊杆，吊点双向中距 900	m2	116.13	362.00	42039.06	
33	钢支撑	国产优质	天棚吊顶反支撑制作及安装 1、镀锌 40X40X4 角钢互相焊接固定；	t	9.9	8137.00	80556.30	
	小计						357549.32	
	门窗							
34	医用气密单开手动平开门 M0922-A	川岛	1. 门尺寸:900*2200, 1. 五金配件、玻璃安装、后塞口等为完成与本项相关的所有事项，具体做法及其他未尽事宜详见图纸和相关文件	樘	3	2178.00	6534.00	
35	医用气密单开手动平开门 M1022	川岛	1. 门尺寸:1000*2200, 2. 五金配件、玻璃安装、后塞口等为完成与本项相关的所有事项，具体做法及其他未尽事宜详见图纸和相关文件	樘	18	2420.00	43560.00	
36	医用气密双开手动平开门 M1522	川岛	1. 门尺寸:1500*2200, 2. 五金配件、玻璃安装、后塞口等为完成与本项相关的所有事项，具体做法及其他未尽事宜详见图纸和相关文件	樘	16	3630.00	58080.00	
37	医用气密单开手动平开门 M1022-A	川岛	1. 门尺寸:1000*2200，无观察窗 2. 五金配件、玻璃安装、后塞口等为完成与本项相关的所有事项，具体做法及其他未尽事宜详见图纸和相关文件	樘	14	2420.00	33880.00	
38	医用气密单开手动平开门 M0922-A	川岛	1. 门尺寸: 900*2200，无观察窗 2. 五金配件、玻璃安装、后塞口等为完成与本项相关的所有事项，具体做法及其他未尽事宜详见图纸和相关文件	樘	10	2178.00	21780.00	
39	医用气密单开手动平开门 M1022-C	川岛	1. 门尺寸:1000*2200，带防撞带 2. 五金配件、玻璃安装、后塞口等为完成与本项相关的所有事项，具体做法及其他未尽事宜详见图纸和相关文件	樘	1	2420.00	2420.00	
40	医用气密双开手动平开门 M1522-C	川岛	1. 门尺寸:1500*2200，带防撞带 2. 五金配件、玻璃安装、后塞口等为完成与本项相关的所有事项，具体做法及其他未尽事宜详见图纸和相关文件	樘	8	3630.00	29040.00	
41	医用气密自动平移门 ZDM1022	川岛	1. 门尺寸:1000*2200，带防撞带 2. 加固龙骨、电动装置、五金配件、玻璃安装、后塞口等为完成与本项相关的所有事项，具体做法及其他未尽事宜详见图纸和相关文件	樘	1	12000.00	12000.00	
42	医用气密自动平移门 ZDM1522-C	川岛	1. 门尺寸:1500*2200，带防撞带 2. 加固龙骨、电动装置、五金配件、玻璃安装、后塞口等为完成与本项相关的所有事项，具体做法及其他未尽事宜详见图纸和相关文件	樘	6	13000.00	78000.00	
43	乙级单开防火门 FM 乙.1022	三荣	1. 门尺寸:1000*2200 2. 五金配件、玻璃安装、后塞口等为完成与本项相关的所有事项，具体	樘	13	1452.00	18876.00	

			做法及其他未尽事宜详见图纸和相关文件					
44	乙级双开防火门 FM 乙 1522	三荣	1. 门尺寸:1500*2200 2. 闭门器、顺位器、防尘筒、五金配件、玻璃安装、后塞口等为完成与本项相关的所有事项, 具体做法及其他未尽事宜详见图纸和相关文件	樘	2	2264.90	4529.80	
45	乙级双开防火门 FM 乙 1522(常闭)	三荣	1. 门尺寸:1500*2200 2. 闭门器、顺位器、防尘筒、五金配件、玻璃安装、后塞口等为完成与本项相关的所有事项, 具体做法及其他未尽事宜详见图纸和相关文件	樘	2	2264.90	4529.80	
46	观察窗 C1513	言信	1. 不锈钢包边, 双层 5 厚钢化玻璃 2. 五金配件、玻璃安装、橡胶收边条、后塞口等为完成与本项相关的所有事项, 具体做法及其他未尽事宜详见图纸和相关文件	套	1	1243.00	1243.00	
47	谈话窗 THC1513	言信	1. 不锈钢包边, 双层 5 厚钢化玻璃 2. 五金配件、玻璃安装、橡胶收边条、后塞口等为完成与本项相关的所有事项, 具体做法及其他未尽事宜详见图纸和相关文件	套	2	1243.00	2486.00	
	小计						316958.60	
	其他							
48	无机涂料墙体幕墙封堵	龙牌	1. 涂料墙面 (另计) 2. 12 厚双层石膏板 3. 75 系列轻钢龙骨@300mm 60mm 岩棉、容重 100g/m ³ 填充 4. 密封胶收口	m ²	12.35	340.00	4199.00	
49	吊顶与幕墙封堵	吉祥	吊顶与幕墙封堵 1. 铝塑板 2. 水泥压力板基层 3. 阻燃板木条框架	m ²	26.84	178.00	4777.52	
50	40*40*1 不锈钢护角	国标	1. 材料品种、规格、颜色:40*40*1 不锈钢护角 2. 弯边、射钉等为完成与本项相关的所有事项, 具体做法及其他未尽事宜详见图纸和相关文件	m	145.6	34.00	4950.40	
51	窗台板	国标	窗台板 1. 石材窗台板 2. 为完成与本项相关的所有事项, 具体做法及其他未尽事宜详见图纸和相关文件	m ²	33.55	874.15	29327.67	
52	窗帘盒	地平线	窗帘盒 1. 6mm 厚无机预涂板 2. 15mm 厚阻燃夹板 3. 50 系列轻钢覆面龙骨, 50 系列轻钢横撑龙骨 4. 为完成与本项相关的所有事项, 具体做法及其他未尽事宜详见图纸和相关文件	m	33.55	98.80	3314.81	
53	定制检修口	国标	定制检修口 部位: 吊顶检修口及墙面检修口	个	33	55.00	1815.00	

54	传递窗	中春	1、嵌入式传递窗，带观察玻璃 2、尺寸 600x600 3、机械双向互锁，内置紫外线灭菌灯	套	3	2080.00	6240.00	
55	卫生间成品隔断	国标	1、E1 级人造板含安装五金	m2	23.04	336.00	7741.44	
56	成品淋浴房	恒洁	1、10mm 钢化玻璃含安装五金	套	1	1260.00	1260.00	
57	挡水条	佰图	淋浴处： 1. 人造大理石挡水条，石材六面刷保护液； 2. 粘贴固定 3. 80mm 宽*60mm 高 4. 其他：符合设计要求	m	2	81.00	162.00	
58	U 型输液导轨	凯茂	U 型输液导轨 1. 为完成与本项相关的所有事项，具体做法及其他未尽事宜详见图纸和相关文件	m	24	60.00	1440.00	
59	L 型医用隔帘导轨	凯茂	成品医用抗菌阻燃多元脂纤维隔帘采购及安装（含轨道及配件）	m	20.5	143.75	2946.88	
60	150mm 宽不锈钢防撞带	国标	1. 线条材料品种、规格、颜色：200mm 宽不锈钢防撞带 2. 弯边、射钉等为完成与本项相关的所有事项，具体做法及其他未尽事宜详见图纸和相关文件	m	129.94	45.00	5847.30	
61	LC7.5 轻骨料陶粒混凝土垫层	国标	卫生间降板区 LC7.5 轻骨料陶粒混凝土垫层 1、300mm 厚现场搅拌 LC7.5 轻骨料陶粒混凝土垫层	m3	3.4	590.00	2006.00	
62	护士台	佰图	手术部护士台 L2400*B600*H800 (按成品考虑)	m	2.4	3360.00	8064.00	
63	护士台	佰图	麻醉复苏护士台 L2400*B600*H800 (按成品考虑)	m	2.4	3360.00	8064.00	
64	操作台	佰图	治疗室操作台 1、操作台制作安装 3300mm*650B(按成品考虑)	m	3.3	1618.50	5341.05	
65	操作台	佰图	治疗室操作台 1、操作台制作安装 2730mm*650B(按成品考虑)	m	2.73	1479.50	4039.04	
66	操作台	佰图	检验操作台 1、操作台制作安装 4310mm*750B(按成品考虑)	m	4.31	1479.50	6376.65	
67	操作台	佰图	配血操作台 1、操作台制作安装 4250mm*750B(按成品考虑)	m	4.25	1479.50	6287.88	
68	遮阳卷帘	芯兰竹	1、成品遮阳卷帘购安（阻燃性能需达 B1 级，满足环保（甲醛及芳香胺检测合格）、抗菌（通过疾病预防控制中心检测）、遮光率≥90%，含轨道、配件及一切工作）	m2	70.46	115.00	8102.90	
69	消防栓暗门	国标	消防栓暗门 1、面板 0.8mm 镀锌钢板/芯材 12mm 厚铝蜂窝 2、暗门卡扣锁、异形铰链 3、门框水泥压力板刷白处理	m2	5.6	450.00	2520.00	
	小计						124823.51	

	措施项目								
70	满堂脚手架	国标	满堂脚手架	m2	1586	2.00	3172.00		
	合计						1839616.43		
工程名称：四层 ICU、中心供应-装饰工程									
序号	项目名称	品牌	项目特征/规格型号（或具体服务）	计量单位	工程量	单价	合价	备注	
	砌筑工程								
1	砌块墙	国标	1、部位：地上内隔墙 2、砖品种、规格、强度等级：A5/B07 蒸压加气混凝土砌块 3、墙体类型：填充墙 4、填充材料种类及厚度：150mm 以内 5、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆 DM M7.5 6、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	104.63	536.00	56081.68		
	小计						56081.68		
	混凝土及钢筋混凝土工程								
2	圈梁	国标	1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	6.15	701.00	4311.15		
3	模板	国标	1、构件类型：圈梁 2、模板类型：复合木模	m2	102.54	86.00	8818.44		
4	过梁	国标	1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	0.57	701.00	399.57		
5	模板	国标	1、构件类型：过梁 2、模板类型：复合木模	m2	12.31	86.00	1058.66		
6	构造柱	国标	1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	3.44	801.00	2755.44		
7	模板	国标	1、构件类型：构造柱 2、模板类型：复合木模	m2	56.7	67.00	3798.90		
8	后浇钢筋	国标	1、钢筋种类:综合 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	0.4	5500.00	2200.00		
	小计						23342.16		

	地面							
9	平面砂浆找平层	国标	1.最薄处 20 厚 1：3 水泥砂浆找平 2.为完成与本项相关的所有事项，具体做法及其他未尽事宜详见图纸和相关文件	m2	1067.26	38.00	40555.88	
10	楼（地）面涂膜防水	东方雨虹	1.1.5mm 聚氨酯防水涂料，墙体四周按上返 350mm 高计入 2.为完成与本项相关的所有事项，具体做法及其他未尽事宜详见图纸和相关文件	m2	292.32	49.00	14323.68	
11	石材过门石	国标	1.石材过门石 2.30 厚 1：3 干硬性水泥砂浆结合层 3.斜边磨角等为完成与本项相关的所有事项，具体做法及其他未尽事宜详见图纸和相关文件	m2	1.28	650.00	832.00	
12	石材挡水过门石	国标	1、5-18mm 厚专用粘贴剂 2、20mm 厚 C25 混凝土止水坎 3、不锈钢收边条 4、斜边磨角等为完成与本项相关的所有事项，具体做法及其他未尽事宜详见图纸和相关文件	m2	8.86	672.00	5953.92	
13	300*300 防滑地砖（有防水）	马可波罗	1.10 厚 300*300 防滑地砖面层，相近色水泥勾缝； 2、5 厚素水泥粘接层； 3、30 厚 1:2.5 干硬性水泥砂浆结合层； 4、1.5 厚聚氨酯防水层，遇墙翻起高度不小于 250mm ；（另计） 5、满刷地固两遍 ；	m2	29.86	213.00	6360.18	
14	600*600 防滑地砖（有防水）	马可波罗	1.10 厚 600*600 防滑地砖面层，相近色水泥勾缝； 2、5 厚素水泥粘接层； 3、30 厚 1:2.5 干硬性水泥砂浆结合层； 4、1.5 厚聚氨酯防水层，遇墙翻起高度不小于 250mm ；（另计） 5、满刷地固两遍 ；	m2	142.71	236.00	33679.56	
15	600*600 防滑地砖（无防水）	马可波罗	1.10 厚 600*600 防滑地砖面层，相近色水泥勾缝； 2、5 厚素水泥粘接层； 3、35 厚 1:2.5 干硬性水泥砂浆结合层； 4、水泥浆一道（内掺建筑胶） ； 5、土建楼面（清理干净，修补打磨） ；	m2	34.04	203.00	6910.12	
16	2mm 厚 PVC 地板	金亿源	1、2mm 厚同质透心 PVC 卷材，专用胶粘剂粘贴； 2、3mm 厚水泥基自流平； 3、素水泥浆一道 ； 4、40mm 厚 C20 细石混凝土垫层； 5、基层清理，修补打磨 ； 6、原建筑钢筋混凝土楼板。	m2	1473.71	216.00	318321.36	
17	PVC 地板踢脚线	金亿源	1.100mm 高 2 厚卷装 PVC 面层+专用金属压边条，专用胶黏剂粘贴 2.配套 R40PVC 地板阴角条 3.造型处理等为完成与本项相关的所有事项，具体做法及其他未尽事宜详见图纸和相关文件	m	1273.63	44.00	56039.72	

18	瓷砖踢脚线 (高度100mm)	马可波罗	1. 10 厚面砖胶剂粘贴, 水泥浆擦缝或填缝剂填缝 2. 为完成与本项相关的所有事项, 具体做法及其他未尽事宜详见图纸和相关文件	m	61.16	43.00	2629.88	
	小计						485606.30	
	墙面							
19	无机预涂板 1(靠土建墙侧)	地平线	1、6mm 无机预涂板面层粘接 ; 2、12mm 厚石膏板基层 ; 3、75 系列轻钢龙骨@300mm+38 穿心龙骨@1000mm, 高度至吊顶+200mm ; 4、土建墙体。	m ²	241.89	145.53	35202.25	
20	无机预涂板 2(非土建墙侧)	地平线	1、6mm 无机预涂板面层粘接 ; 2、12mm 厚石膏板基层 ; 3、50mm 岩棉、容重 100g/m ³ 4、75/100 系列轻钢龙骨隔墙通顶 (75 系列轻钢龙骨@300mm+38 穿心龙骨@1000mm)。	m ²	1063.98	167.49	178201.75	
21	涂料墙面 (土建墙面)	立邦	1、涂料饰面, 一底两面; 2、满刮腻子两遍, 打磨平整 ; 3、2-3 厚抗裂砂浆中间压入耐碱网格布。 4、20 厚 1:2.5 水泥砂浆分两道粉平 ; 5、冲筋找平, 冲筋间距一般不大于 1.5m ; 6、不同墙体交界处挂 20*20*0.7 镀锌钢丝网, 双边搭接不小于 300mm ; 7、土建墙体清理干净。	m ²	544.92	78.06	42534.28	
22	涂料墙面 (非土建墙面)	立邦	1、涂料饰面, 一底两面; 2、满刮腻子两遍, 打磨平整 ; 3、双层 12 厚纸面石膏板中间满刷白乳胶, 用自攻螺钉与龙骨固定, 抗碱底漆一道 4、75(100)系列轻钢龙骨骨架, 内填充隔音棉	m ²	588.26	59.95	35266.19	
23	墙面涂膜防水	东方雨虹	1. 1.5mm 聚氨酯防水涂料 (淋浴: 1800mm) 2. 10 厚专用抹灰砂浆打底找平 3. 专用修补材料修补墙面 4. 为完成与本项相关的所有事项, 具体做法及其他未尽事宜详见图纸和相关文件	m ²	67.77	41.66	2823.09	
24	块料墙面: 300*600 墙砖	马可波罗	1、白水泥勾缝 ; 2、10 厚墙面砖 ; 3、瓷砖背面涂刷背覆胶, 均匀洒上干净粗砂; 4、20 厚 1:2.5 水泥砂浆分两道粉平 ; 5、专用砂浆甩毛 ; 6、不同墙体交界处挂 20*20*0.7 镀锌钢丝网, 双边搭接不小于 300mm ; 7、土建墙体清理干净。	m ²	375.06	183.00	68635.98	
25	拉丝不锈钢墙面	国标	1、50x30 高承重方管龙骨墙体 2、1.2mm 拉丝不锈钢面层	m ²	111.1	580.00	64438.00	

			3、8mm 硅酸钙板做隔音保温处理					
26	穿孔纤维硅酸钙板轻钢龙骨隔墙	宏丽	1、6 厚 600*600 穿孔纤维增强硅酸钙板； 2、12 厚 100 宽阻燃板基层板条，横向间距 600mm ； 3、48kg/m ³ 吸音岩棉，黑色无纺布六面包覆，紧贴吸音板背面固定安装 ； 4、顶板和底板分别布置一道天地龙骨，从底板距地 2.4 米、从顶板距顶 2.4 米处各布置一道横龙骨，间距 400 布置一道 75 隔墙竖龙骨，距地 1.5 米处布置一道 38*12 横贯龙骨 ； 5、原建筑墙体清理。	m2	174.62	259.00	45226.58	
27	岩棉彩钢板	言信	1、50mm 厚岩棉彩钢夹心板通顶，型材连接 ； 2、R50 铝合金阴阳角包边，PVC 连接件， 阴阳角连接处内垫 47*21*1 槽钢 ； 3、34*100*15 沿地可调型材龙骨用 M8*100 膨胀螺栓与钢筋混凝土楼板固定 ；	m2	787.91	247.00	194613.77	
28	岩棉彩钢板	言信	1、100mm 厚岩棉彩钢夹心板通顶，型材连接 ； 2、R50 铝合金阴阳角包边，PVC 连接件， 阴阳角连接处内垫 47*21*1 槽钢 ； 3、34*100*15 沿地可调型材龙骨用 M8*100 膨胀螺栓与钢筋混凝土楼板固定 ；	m2	129.97	287.00	37301.39	
	小计						704243.28	
	吊顶							
29	铝扣板吊顶	友邦	1. 600*600*0.8 厚铝扣板面层，嵌入安装 2、配套三角龙骨，间距随板块大小而定 ； 3、CS60 主龙骨，用挂件与三角龙骨连接 中距小于等于 1.2 米； 4、M8 膨胀螺栓固定及连接 M8 全牙吊筋，用吊件与主龙骨连接，双向中距小于等于 1.2 米；	m2	479.41	178.00	85334.98	
30	铝扣板吊顶	友邦	1. 300*300*0.8 厚铝扣板面层，嵌入安装 2、配套三角龙骨，间距随板块大小而定 ； 3、CS60 主龙骨，用挂件与三角龙骨连接 中距小于等于 1.2 米； 4、M8 膨胀螺栓固定及连接 M8 全牙吊筋，用吊件与主龙骨连接，双向中距小于等于 1.2 米；	m2	24.43	178.00	4348.54	
31	岩棉彩钢板	言信	1、50mm 厚岩棉彩钢夹心板； 2、双 L25*25 彩板角 (通长) ； 3、配套吊件 ； 4、M8 全牙吊杆 ； 5、钢筋混凝土楼板底面清理干净。	m2	330.36	247.00	81598.92	
32	无机预涂板吊顶	地平线	1、6mm 厚无机预涂板面层； 2、9.5mm 单层纸面石膏板基层 ； 3、50 系列轻钢次龙骨@400mm，50 系列轻钢横撑龙骨@600mm ；	m2	587.57	230.00	135141.10	

			4、60系列轻钢主龙骨@≤1200mm； 5、60系列主龙骨吊件及M8全牙吊杆； 6、楼板。					
33	无机抗菌涂料吊顶	立邦	批腻子，无机抗菌涂料二遍	m ²	90.74	45.18	4099.63	
34	钢支撑	国产优质	天棚吊顶反支撑制作及安装 1、镀锌40X40X4角钢互相焊接固定；	t	11.09	8137.00	90239.33	
	小计						400762.50	
	门窗							
35	乙级防火双开平开门FM乙1522	三荣	1.门尺寸:1500*2200, 2.闭门器、顺位器、防尘筒、五金配件、玻璃安装、后塞口等为完成与本项相关的所有事项，具体做法及其他未尽事宜详见图纸和相关文件	樘	13	2264.90	29443.70	
36	医用气密单开手动平开门M1022	川岛	1.门尺寸:1000*2200, 2.五金配件、玻璃安装、后塞口等为完成与本项相关的所有事项，具体做法及其他未尽事宜详见图纸和相关文件	樘	14	2420.00	33880.00	
37	医用气密单开手动平开门M1122	川岛	1.门尺寸:1100*2200, 2.五金配件、玻璃安装、后塞口等为完成与本项相关的所有事项，具体做法及其他未尽事宜详见图纸和相关文件	樘	8	2662.00	21296.00	
38	医用气密单开手动平开门M1122-C	川岛	1.门尺寸:1100*2200, 2.五金配件、玻璃安装、后塞口等为完成与本项相关的所有事项，具体做法及其他未尽事宜详见图纸和相关文件	樘	1	2662.00	2662.00	
39	医用气密单开手动平开门M1022-A	川岛	1.门尺寸:1000*2200, 2.五金配件后塞口等为完成与本项相关的所有事项，具体做法及其他未尽事宜详见图纸和相关文件	樘	12	2420.00	29040.00	
40	医用气密单开手动平开门M1022-AC	川岛	1.门尺寸:1000*2200, 2.五金配件 后塞口等为完成与本项相关的所有事项，具体做法及其他未尽事宜详见图纸和相关文件	樘	1	2420.00	2420.00	
41	医用气密双开手动平开门M1522	川岛	1.门尺寸:1500*2200, 2.五金配件后塞口等为完成与本项相关的所有事项，具体做法及其他未尽事宜详见图纸和相关文件	樘	3	3630.00	10890.00	
42	医用气密单开手动平开门M0922	川岛	1.门尺寸:900*2200, 2.五金配件后塞口等为完成与本项相关的所有事项，具体做法及其他未尽事宜详见图纸和相关文件	樘	2	2178.00	4356.00	
43	医用气密单开手动平开门M0922-A	川岛	1.门尺寸:900*2200, 2.五金配件后塞口等为完成与本项相关的所有事项，具体做法及其他未尽事宜详见图纸和相关文件	樘	2	2178.00	4356.00	
44	医用气密单开手动平开门M0922-C	川岛	1.门尺寸:900*2200, 6.五金配件 后塞口等为完成与本项相关的所有事项，具体做法及其他未尽事宜详见	樘	1	2178.00	2178.00	

			图纸和相关文件					
45	医用气密单开手动平开彩钢板门 CM0922	言信	1. 门尺寸:900*2200, 2. 五金配件、玻璃安装、后塞口等为完成与本项相关的所有事项, 具体做法及其他未尽事宜详见图纸和相关文件	樘	1	2178.00	2178.00	
46	医用气密双开手动平开彩钢板门 CM1022	言信	1. 门尺寸:1000*2200, 2. 五金配件、玻璃安装、后塞口等为完成与本项相关的所有事项, 具体做法及其他未尽事宜详见图纸和相关文件	樘	6	2420.00	14520.00	
47	医用气密双开手动平开彩钢板门 CZM1322	言信	1. 门尺寸:1300*2200, 2. 五金配件、玻璃安装、后塞口等为完成与本项相关的所有事项, 具体做法及其他未尽事宜详见图纸和相关文件	樘	1	3146.00	3146.00	
48	医用气密双开手动平开彩钢板门 CM1322	言信	1. 门尺寸:1300*2200, 2. 五金配件、玻璃安装、后塞口等为完成与本项相关的所有事项, 具体做法及其他未尽事宜详见图纸和相关文件	樘	3	3146.00	9438.00	
49	医用气密双开手动平开彩钢板门 CM1522	言信	1. 门尺寸:1300*2200, 2. 五金配件、玻璃安装、后塞口等为完成与本项相关的所有事项, 具体做法及其他未尽事宜详见图纸和相关文件	樘	3	3630.00	10890.00	
50	乙级防火双开平开门 FM 乙 1322	三荣	1. 门尺寸:1300*2200, 2. 闭门器、顺位器、防尘筒、五金配件、玻璃安装、后塞口等为完成与本项相关的所有事项, 具体做法及其他未尽事宜详见图纸和相关文件	樘	1	2035.00	2035.00	
51	甲级防火双开平开门 FM 甲 1322	三荣	1. 门尺寸:1300*2200, 2. 闭门器、顺位器、防尘筒、五金配件、玻璃安装、后塞口等为完成与本项相关的所有事项, 具体做法及其他未尽事宜详见图纸和相关文件	樘	4	2098.80	8395.20	
52	甲级防火双开平开门 FM 甲 1522	三荣	1. 门尺寸:1500*2200, 2. 闭门器、顺位器、防尘筒、五金配件、玻璃安装、后塞口等为完成与本项相关的所有事项, 具体做法及其他未尽事宜详见图纸和相关文件	樘	1	2365.00	2365.00	
53	乙级防火单开平开门 FM 乙 1022	三荣	1. 门尺寸:1000*2200, 2. 五金配件、玻璃安装、后塞口等为完成与本项相关的所有事项, 具体做法及其他未尽事宜详见图纸和相关文件	樘	20	1452.00	29040.00	
54	医用气密双开手动平开门 M1522-C	川岛	1. 门尺寸:1500*2200, 2. 五金配件、玻璃安装、后塞口等为完成与本项相关的所有事项, 具体做法及其他未尽事宜详见图纸和相关文件	樘	7	3630.00	25410.00	
55	乙级防火窗 FC 乙 1514	嘉豪	1. 不锈钢包边, 双层 5 厚钢化玻璃 2. 五金配件、玻璃安装、橡胶收边条、后塞口等为完成与本项相关的所有事项, 具体做法及其他未尽事宜详见图纸和相关文件	套	5	1219.90	6099.50	
56	乙级防火窗 FC 乙 1014	嘉豪	1. 不锈钢包边, 双层 5 厚钢化玻璃 2. 五金配件、玻璃安装、橡胶收边条、后塞口等为完成与本项相关的所有事项, 具体做法及其他未尽事宜详见图纸和相关文件	套	5	814.00	4070.00	
57	气密窗 C1514	言信	1. 不锈钢包边, 双层 5 厚钢化玻璃 2. 五金配件、玻璃安装、橡胶收边条、后塞口等为完成与本项相关的所有事项, 具体做法及其他未尽事宜详见图纸和相关文件	套	1	2448.60	2448.60	

58	气密窗 C2014	言信	1. 不锈钢包边, 双层 5 厚钢化玻璃 2. 五金配件、玻璃安装、橡胶收边条、后塞口等为完成与本项相关的所有事项, 具体做法及其他未尽事宜详见图纸和相关文件	套	1	3264.80	3264.80	
59	传递窗 C0909	中春	1. 不锈钢包边, 双层 5 厚钢化玻璃 2. 五金配件、玻璃安装、橡胶收边条、后塞口等为完成与本项相关的所有事项, 具体做法及其他未尽事宜详见图纸和相关文件	套	1	495.00	495.00	
60	谈话窗 THC1513	言信	1. 不锈钢包边, 双层 5 厚钢化玻璃 2. 五金配件、玻璃安装、橡胶收边条、后塞口等为完成与本项相关的所有事项, 具体做法及其他未尽事宜详见图纸和相关文件	套	1	1243.00	1243.00	
61	传递窗	中春	1、嵌入式传递窗, 带观察玻璃 2、尺寸 600x600 3、机械双向互锁, 内置紫外线灭菌灯	个	6	2080.00	12480.00	
	小计						278039.80	
	其他							
62	无机预涂板墙体幕墙封堵	地平线	1. 6mm 无机预涂板饰面 2. 12 厚石膏板 3. 75 系列轻钢龙骨@300mm, 60mm 岩棉、容重 100g/m ³ 填充 4. 密封胶收口	m ²	12.5	340.00	4250.00	
63	无机涂料墙体幕墙封堵	龙牌	1. 涂料墙面 (另计) 2. 12 厚双层石膏板 3. 75 系列轻钢龙骨@300mm, 60mm 岩棉、容重 100g/m ³ 填充 4. 密封胶收口	m ²	8	278.00	2224.00	
64	吊顶与幕墙封堵	吉祥	吊顶与幕墙封堵 1. 铝塑板 2. 水泥压力板基层 3. 阻燃板木条框架	m ²	26.15	178.00	4654.70	
65	40*40*1 不锈钢护角	国标	1. 材料品种、规格、颜色: 40*40*1 不锈钢护角 2. 弯边、射钉等为完成与本项相关的所有事项, 具体做法及其他未尽事宜详见图纸和相关文件	m	50.4	34.00	1713.60	
66	窗台板	地平线	窗帘盒 1. 6mm 厚无机预涂板 2. 15mm 厚阻燃夹板 3. 50 系列轻钢覆面龙骨, 50 系列轻钢横撑龙骨 4. 为完成与本项相关的所有事项, 具体做法及其他未尽事宜详见图纸和相关文件	m	32.69	874.15	28575.90	
67	窗帘盒	地平线	窗帘盒 1. 为完成与本项相关的所有事项, 具体做法及其他未尽事宜详见图纸和相关文件	m	32.69	98.80	3229.84	

68	U型输液导轨	凯茂	U型输液导轨 1. 为完成与本项相关的所有事项，具体做法及其他未尽事宜详见图纸和相关文件	m	90.44	60.00	5426.40	
69	L型医用隔帘	芯兰竹	成品医用抗菌阻燃多元脂纤维隔帘采购及安装（含轨道及配件）	m	90.63	115.00	10422.45	
70	150mm宽不锈钢防撞带	国标	1. 线条材料品种、规格、颜色:150mm宽不锈钢防撞带 2. 弯边、射钉等为完成与本项相关的所有事项，具体做法及其他未尽事宜详见图纸和相关文件	m	107.46	45.00	4835.70	
71	成品淋浴隔断	国产优质	1、10mm钢化玻璃	个	3	1210.00	3630.00	
72	卫生间成品隔断	兔宝宝	1、E1级人造板含安装五金	m2	23.13	352.00	8141.76	
73	挡水条	佰图	淋浴处： 1. 人造大理石挡水条，石材六面刷保护液； 2. 粘贴固定 3. 80mm宽*60mm高 4. 其他:符合设计要求	m	6	81.00	486.00	
74	定制检修口	国标	定制检修口 部位：吊顶检修口及墙面检修口	个	48	45.00	2160.00	
75	LC7.5轻骨料陶粒混凝土垫层	国标	卫生间降板区 LC7.5轻骨料陶粒混凝土垫层 1、300mm厚现场搅拌 LC7.5轻骨料陶粒混凝土垫层	m3	2.11	590.00	1244.90	
76	护士台	佰图	ICU护士台 L5770*B600*H800 (按成品考虑)	m	5.77	3120.00	18002.40	
77	茶水间台面	佰图	茶水间L型台面 1、茶水间台面制作安装 6530mm*600B(按成品考虑)	m	6.53	1195.20	7804.66	
78	操作台	佰图	检查包装及灭菌区操作台 1、操作台制作安装 3800mm*600B(按成品考虑)	m	3.8	1369.50	5204.10	
79	操作台	佰图	治疗操作台 1、操作台制作安装 4500mm*600B(按成品考虑)	m	4.5	1369.50	6162.75	
80	操作台	佰图	处置操作台 1、操作台制作安装 2440mm*600B(按成品考虑)	m	2.44	1431.75	3493.47	
81	器械检查打包台	佰图	成品购置及安装	套	3	9600.00	28800.00	
82	遮阳卷帘	芯兰竹	1、成品遮阳卷帘购安（阻燃性能需达B1级，满足环保（甲醛及芳香胺检测合格）、抗菌（通过疾病预防控制中心检测）、遮光率≥90%，含轨道、配件及一切工作）	m2	68.65	115.00	7894.75	
83	消防栓暗门	国标	消防栓暗门 1、面板0.8mm镀锌钢板/芯材12mm厚铝蜂窝 2、暗门卡扣锁、异形铰链 3、门框水泥压力板刷白处理	m2	3.36	450.00	1512.00	
	小计						159869.37	

	措施项目								
84	满堂脚手架	国标	满堂脚手架	m ²	1723	2.00	3446.00		
	合计						2111391.10		
工程名称：给排水工程									
序号	项目名称	品牌	项目特征/规格型号（或具体服务）	计量单位	工程量	单价	合价	备注	
	给排水工程								
1	不锈钢管	均悦	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 冷热水 3. 材质、规格: SUS304（卫生级）薄壁不锈钢管 DN50 4. 连接形式: 卡压或环压连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道水压试验、冲洗	m	32.88	75.00	2466.00		
2	不锈钢管	均悦	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 冷水 3. 材质、规格: SUS304（卫生级）薄壁不锈钢管 DN40 4. 连接形式: 卡压或环压连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道水压试验、冲洗	m	250.21	53.00	13261.13		
3	不锈钢管	均悦	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 冷热水 3. 材质、规格: SUS304（卫生级）薄壁不锈钢管 DN32 4. 连接形式: 卡压或环压连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道水压试验、冲洗	m	76.49	41.00	3136.09		
4	不锈钢管	均悦	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 冷热水 3. 材质、规格: SUS304（卫生级）薄壁不锈钢管 DN25 4. 连接形式: 卡压或环压连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道水压试验、冲洗	m	85.68	34.00	2913.12		
5	不锈钢管	均悦	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 冷热水 3. 材质、规格: SUS304（卫生级）薄壁不锈钢管 DN20 4. 连接形式: 卡压或环压连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道水压试验、冲洗	m	163.19	28.00	4569.32		
6	不锈钢管	均悦	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 冷热水 3. 材质、规格: SUS304（卫生级）薄壁不锈钢管 DN15 4. 连接形式: 卡压或环压连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道水压试验、冲洗	m	364.5	26.00	9477.00		

7	覆塑不锈钢管	均悦	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷热水 3. 材质、规格:覆塑不锈钢管 DN32 4. 连接形式:卡压或环压连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道水压试验、冲洗	m	69.6	42.50	2958.00	
8	覆塑不锈钢管	均悦	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷热水 3. 材质、规格:覆塑不锈钢管 DN20 4. 连接形式:卡压或环压连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道水压试验、冲洗	m	6.12	33.00	201.96	
9	覆塑不锈钢管	均悦	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷热水 3. 材质、规格:覆塑不锈钢管 DN15 4. 连接形式:卡压或环压连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道水压试验、冲洗	m	871.69	26.00	22663.94	
10	橡塑保温管 10mm 厚	中亚	1. 绝热材料品种:B1 级橡塑保温棉 2. 规格: 10mm 厚 3. 介质:给排水管 4. 管道内径: DN15	m	476.2	26.00	12381.20	
11	橡塑保温管 10mm 厚	中亚	1. 绝热材料品种:B1 级橡塑保温棉 2. 规格: 10mm 厚 3. 介质:给排水管 4. 管道内径: DN20	m	163.19	31.00	5058.89	
12	橡塑保温管 10mm 厚	中亚	1. 绝热材料品种:B1 级橡塑保温棉 2. 规格: 10mm 厚 3. 介质:给排水管 4. 管道内径: DN25	m	85.68	33.00	2827.44	
13	橡塑保温管 10mm 厚	中亚	1. 绝热材料品种:B1 级橡塑保温棉 2. 规格: 10mm 厚 3. 介质:给排水管 4. 管道内径: DN32	m	76.49	40.00	3059.60	
14	橡塑保温管 10mm 厚	中亚	1. 绝热材料品种:B1 级橡塑保温棉 2. 规格: 10mm 厚 3. 介质:给排水管 4. 管道内径: DN40	m	250.21	46.00	11509.66	
15	橡塑保温管 10mm 厚	中亚	1. 绝热材料品种:B1 级橡塑保温棉 2. 规格: 10mm 厚 3. 介质:给排水管 4. 管道内径: DN50	m	32.88	51.00	1676.88	
16	橡塑保温管 20mm 厚	中亚	1. 绝热材料品种:B1 级橡塑保温棉 2. 规格: 20mm 厚 3. 介质:给排水管	m	55.77	35.00	1951.95	

			4.管道内径: DN15					
17	螺纹阀门	埃美柯	1.类型:不锈钢截止阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接	个	12	735.00	8820.00	
18	螺纹阀门	埃美柯	1.类型:不锈钢截止阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	2	415.00	830.00	
19	螺纹阀门	埃美柯	1.类型:不锈钢截止阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接	个	5	291.00	1455.00	
20	螺纹阀门	埃美柯	1.类型:不锈钢球阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	7	57.00	399.00	
21	螺纹阀门	埃美柯	1.类型:不锈钢截止阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:螺纹连接	个	1	43.00	43.00	
22	Y型过滤器	埃美柯	1.类型:Y型过滤器 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接	个	4	115.00	460.00	
23	倒流防止器	埃美柯	1.类型:倒流防止器 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接	个	4	135.00	540.00	
24	洗脸盆	恒洁	1.名称:柱式洗手盆 2.材质:陶瓷 3.其他:配感应水龙头	组	65	1299.00	84435.00	
25	洗脸盆	恒洁	1.名称:台式洗手盆 2.材质:陶瓷 3.其他:配感应水龙头	组	91	1099.00	100009.00	
26	化验盆	国标	1.名称:化验盆 2.材质:不锈钢 3.其他:三联化验龙头	组	23	1388.00	31924.00	
27	淋浴器	恒洁	1.名称:淋浴器 2.材质:不锈钢 3.其他:满足设计及使用要求	套	28	688.00	19264.00	

28	大便器	恒洁	1.名称:坐式大便器 2.材质:陶瓷 3.其他:满足设计及使用要求	组	5	1278.00	6390.00	
29	大便器	恒洁	1.名称:蹲式大便器 2.材质:陶瓷 3.其他:满足设计及使用要求	组	21	996.00	20916.00	
30	小便器	恒洁	1.名称:感应式小便器 2.材质:陶瓷 3.其他:配感应龙头,满足设计及使用要求	组	6	1299.00	7794.00	
31	洗手池	天启	1.名称:两位洗手池 2.材质:不锈钢 3.规格、类型:配红外线感应恒温供水龙头(恒温出水35度),并配置独立镜灯、挡水板、感应皂液器等 4.其他:详见设计,满足设计及使用要求	组	4	8660.00	34640.00	
32	清洗槽	天启	1.名称:腔镜清洗槽 2.材质:不锈钢 3.规格、类型:配水龙头 4.其他:详见设计,满足设计及使用要求	组	4	8999.00	35996.00	
33	紧急喷淋	科恩	1.名称:紧急喷淋 2.材质:不锈钢 3.其他:满足设计及使用要求	套	2	5000.00	10000.00	
34	其他成品卫生器具	恒洁	1.名称:拖布池 2.材质:陶瓷 3.其他:配水龙头	组	24	699.00	16776.00	
35	不锈钢管	均悦	1.安装部位:室内 2.介质:纯水 3.材质、规格:SUS304(卫生级)薄壁不锈钢管 DN40 4.连接形式:卡压或环压连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道水压试验、冲洗	m	28.05	53.00	1486.65	
36	不锈钢管	均悦	1.安装部位:室内 2.介质:纯水 3.材质、规格:SUS304(卫生级)薄壁不锈钢管 DN32 4.连接形式:卡压或环压连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道水压试验、冲洗	m	73.42	41.00	3010.22	
37	不锈钢管	均悦	1.安装部位:室内 2.介质:纯水 3.材质、规格:SUS304(卫生级)薄壁不锈钢管 DN25 4.连接形式:卡压或环压连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道水压试验、冲洗	m	150.28	34.00	5109.52	
38	不锈钢管	均悦	1.安装部位:室内 2.介质:纯水 3.材质、规格:SUS304(卫生级)薄壁不锈钢管 DN20	m	178.49	28.00	4997.72	

			4. 连接形式:卡压或环压连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道水压试验、冲洗					
39	不锈钢管	均悦	1. 安装部位:室内 2. 介质:纯水 3. 材质、规格:SUS304 (卫生级) 薄壁不锈钢管 DN15 4. 连接形式:卡压或环压连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道水压试验、冲洗	m	14.8	26.00	384.80	
40	橡塑保温管 10mm 厚	中亚	1. 绝热材料品种:B1 级橡塑保温棉 2. 规格:10mm 厚 3. 介质:给排水管 4. 管道内径:DN20	m	35.13	31.00	1089.03	
41	橡塑保温管 10mm 厚	中亚	1. 绝热材料品种:B1 级橡塑保温棉 2. 规格:10mm 厚 3. 介质:给排水管 4. 管道内径:DN25	m	19.66	33.00	648.78	
42	橡塑保温管 10mm 厚	中亚	1. 绝热材料品种:B1 级橡塑保温棉 2. 规格:10mm 厚 3. 介质:给排水管 4. 管道内径:DN32	m	9.76	40.00	390.40	
43	橡塑保温管 10mm 厚	中亚	1. 绝热材料品种:B1 级橡塑保温棉 2. 规格:10mm 厚 3. 介质:给排水管 4. 管道内径:DN40	m	19.59	46.00	901.14	
44	螺纹阀门	埃美柯	1. 类型:不锈钢阀门 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:螺纹连接	个	2	415.00	830.00	
45	螺纹阀门	埃美柯	1. 类型:不锈钢阀门 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接	个	1	291.00	291.00	
46	螺纹阀门	埃美柯	1. 类型:不锈钢止回阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接	个	1	57.00	57.00	
47	PP 超静音管	中财	1. 名称:PP 超静音排水管 2. 规格:DN100 3. 连接方式:热熔连接 4. 其他:详见设计, 满足设计及使用要求	m	156.48	129.00	20185.92	
48	PP 超静音管	中财	1. 名称:PP 超静音排水管 2. 规格:DN75 3. 连接方式:热熔连接	m	590.85	75.00	44313.75	

			4.其他: 详见设计, 满足设计及使用要求					
49	304 厚壁不锈钢管焊接	均悦	1.名称:304 厚壁不锈钢管焊接排水管 2.规格:DN100 3.连接方式:焊接 4.其他: 详见设计, 满足设计及使用要求	m	78.54	230.00	18064.20	
50	304 厚壁不锈钢管焊接	均悦	1.名称:304 厚壁不锈钢管焊接排水管 2.规格:DN75 3.连接方式:焊接 4.其他: 详见设计, 满足设计及使用要求	m	126.44	182.00	23012.08	
51	304 厚壁不锈钢管焊接	均悦	1.名称:304 厚壁不锈钢管焊接排水管 2.规格:DN50 3.连接方式:焊接 4.其他: 详见设计, 满足设计及使用要求	m	1.1	72.00	79.20	
52	地漏	恒洁	1.名称:快开式密闭地漏 2.规格:DN75 3.连接方式:法兰 4.其他: 详见设计, 满足设计及使用要求	个	23	188.00	4324.00	
53	地漏	恒洁	1.名称:铜质地漏 2.规格:DN50 3.其他: 详见设计, 满足设计及使用要求	个	65	55.00	3575.00	
54	管道支架	国标	1.名称:管道支架制作安装	Kg	147.2	15.43	2271.30	
合计:							615824.89	
工程名称: 电气工程								
序号	项目名称	品牌	项目特征/规格型号 (或具体服务)	计量单位	工程量	单价	合价	备注
	电气工程							
2	配电箱	华通	1.名称:配电箱 fAL021-1 2.安装方式:暗装, 距地 1.0m 3.外壳:满足甲方要求 4.其他:含接线端子安装, 洞口及周边抹灰及修复	台	1	2904.69	2904.69	
3	配电箱	华通	1.名称:配电箱 fAV021-PCR 2.安装方式:暗装, 距地 1.0m 3.外壳:满足甲方要求 4.其他:含接线端子安装, 洞口及周边抹灰及修复	台	1	15439.53	15439.53	
4	配电箱	华通	1.名称:配电箱 FAU-PCR-201 2.安装方式:暗装, 距地 1.0m 3.外壳:满足甲方要求	台	1	11522.26	11522.26	

			4.其他：含接线端子安装，洞口及周边抹灰及修复					
5	配电箱	华通	1.名称：配电箱 fAL021-11 2.安装方式：暗装，距地 1.0m 3.外壳：满足甲方要求 4.其他：含接线端子安装，洞口及周边抹灰及修复	台	1	3736.56	3736.56	
6	配电箱	华通	1.名称：配电箱 fAV021-PCR1 2.安装方式：暗装，距地 1.0m 3.外壳：满足甲方要求 4.其他：含接线端子安装，洞口及周边抹灰及修复	台	1	5954.53	5954.53	
7	配电箱	华通	1.名称：配电箱 fAL021-12 2.安装方式：暗装，距地 1.0m 3.外壳：满足甲方要求 4.其他：含接线端子安装，洞口及周边抹灰及修复	台	1	1868.81	1868.81	
8	配电箱	华通	1.名称：配电箱 fAL021-13 2.安装方式：暗装，距地 1.0m 3.外壳：满足甲方要求 4.其他：含接线端子安装，洞口及周边抹灰及修复	台	1	2202.91	2202.91	
9	配电箱	华通	1.名称：配电箱 fAL021-14 2.安装方式：暗装，距地 1.0m 3.外壳：满足甲方要求 4.其他：含接线端子安装，洞口及周边抹灰及修复	台	1	1868.81	1868.81	
10	配电箱	华通	1.名称：配电箱 m1AV022 2.安装方式：暗装，距地 1.0m 3.外壳：满足甲方要求 4.其他：含接线端子安装，洞口及周边抹灰及修复	台	1	4307.06	4307.06	
11	配电箱	华通	1.名称：配电箱 FAU-JY-201 2.安装方式：暗装，距地 1.0m 3.外壳：满足甲方要求 4.其他：含接线端子安装，洞口及周边抹灰及修复	台	1	9475.08	9475.08	
12	配电箱	华通	1.名称：配电箱 m1AL022 2.安装方式：暗装，距地 1.0m 3.外壳：满足甲方要求 4.其他：含接线端子安装，洞口及周边抹灰及修复	台	1	8987.54	8987.54	
13	配电箱	华通	1.名称：配电箱 m1ALZ021 2.安装方式：暗装，距地 1.0m,含智能照明模块 3.外壳：满足甲方要求 4.其他：含接线端子安装，洞口及周边抹灰及修复	台	1	1658.25	1658.25	
14	配电箱	华通	1.名称：配电箱 m1AL021 2.安装方式：暗装，距地 1.0m 3.外壳：满足甲方要求 4.其他：含接线端子安装，洞口及周边抹灰及修复	台	1	3667.51	3667.51	

15	配电箱	华通	1.名称:配电箱 FAU-JY-202 2.安装方式:暗装,距地 1.0m 3.外壳:满足甲方要求 4.其他:含接线端子安装,洞口及周边抹灰及修复	台	1	10149.62	10149.62	
16	配电箱	华通	1.名称:配电箱 m1AL021-1 2.安装方式:暗装,距地 1.0m 3.外壳:满足甲方要求 4.其他:含接线端子安装,洞口及周边抹灰及修复	台	1	7678.58	7678.58	
17	配电箱	华通	1.名称:配电箱 m1AL021-11 2.安装方式:暗装,距地 1.0m 3.外壳:满足甲方要求 4.其他:含接线端子安装,洞口及周边抹灰及修复	台	1	1613.77	1613.77	
18	配电箱	华通	1.名称:配电箱 m1AL021-12 2.安装方式:暗装,距地 1.0m 3.外壳:满足甲方要求 4.其他:含接线端子安装,洞口及周边抹灰及修复	台	1	3725.73	3725.73	
19	配电箱	华通	1.名称:配电箱 m1AL021-14 2.安装方式:暗装,距地 1.0m 3.外壳:满足甲方要求 4.其他:含接线端子安装,洞口及周边抹灰及修复	台	1	2352.61	2352.61	
20	配电箱	华通	1.名称:配电箱 m1AL021-15 2.安装方式:暗装,距地 1.0m 3.外壳:满足甲方要求 4.其他:含接线端子安装,洞口及周边抹灰及修复	台	1	3200.37	3200.37	
26	配电箱	华通	1.名称:配电箱 m1AV031-JH 2.安装方式:暗装,距地 1.0m 3.外壳:满足甲方要求 4.其他:含接线端子安装,洞口及周边抹灰及修复	台	1	11065.57	11065.57	
27	配电箱	华通	1.名称:配电箱 m1AL031-3 2.安装方式:暗装,距地 1.0m 3.外壳:满足甲方要求 4.其他:含接线端子安装,洞口及周边抹灰及修复	台	1	4389.86	4389.86	
28	配电箱	华通	1.名称:配电箱 m1AL031-4 2.安装方式:暗装,距地 1.0m 3.外壳:满足甲方要求 4.其他:含接线端子安装,洞口及周边抹灰及修复	台	1	4084.07	4084.07	
29	配电箱	华通	1.名称:配电箱 m1AL031-1 2.安装方式:暗装,距地 1.0m 3.外壳:满足甲方要求 4.其他:含接线端子安装,洞口及周边抹灰及修复	台	1	5967.70	5967.70	
30	配电箱	华通	1.名称:配电箱 m1AL032-1 2.安装方式:暗装,距地 1.0m	台	1	4055.57	4055.57	

			3. 外壳: 满足甲方要求 4. 其他: 含接线端子安装, 洞口及周边抹灰及修复					
31	配电箱	华通	1. 名称: 配电箱 m1AL032-2 2. 安装方式: 暗装, 距地 1.0m 3. 外壳: 满足甲方要求 4. 其他: 含接线端子安装, 洞口及周边抹灰及修复	台	1	5222.54	5222.54	
32	配电箱	华通	1. 名称: 配电箱 APE1/2 2. 安装方式: 暗装, 距地 1.0m 3. 外壳: 满足甲方要求 4. 其他: 含接线端子安装, 洞口及周边抹灰及修复	台	2	24108.99	48217.97	
34	配电箱	华通	1. 名称: 配电箱 AHU-SS-301 2. 安装方式: 暗装, 距地 1.0m 3. 外壳: 满足甲方要求 3. 其他: 含接线端子安装, 洞口及周边抹灰及修复	台	1	12643.86	12643.86	
35	配电箱	华通	1. 名称: 配电箱 AHU-SS-302 2. 安装方式: 暗装, 距地 1.0m 3. 外壳: 满足甲方要求 4. 其他: 含接线端子安装, 洞口及周边抹灰及修复	台	1	12643.86	12643.86	
36	配电箱	华通	1. 名称: 配电箱 FAU-SS-301 2. 安装方式: 暗装, 距地 1.0m 3. 外壳: 满足甲方要求 4. 其他: 含接线端子安装, 洞口及周边抹灰及修复	台	1	8980.35	8980.35	
37	配电箱	华通	1. 名称: 配电箱 FAU-SS-302 2. 安装方式: 暗装, 距地 1.0m 3. 外壳: 满足甲方要求 4. 其他: 含接线端子安装, 洞口及周边抹灰及修复	台	1	8491.12	8491.12	
38	配电箱	华通	1. 名称: 配电箱 FAU-SS-303 2. 安装方式: 暗装, 距地 1.0m 3. 外壳: 满足甲方要求 4. 其他: 含接线端子安装, 洞口及周边抹灰及修复	台	1	10077.40	10077.40	
39	配电箱	华通	1. 名称: 配电箱 m2AL031-1 2. 安装方式: 暗装, 距地 1.0m 3. 外壳: 满足甲方要求 4. 其他: 含接线端子安装, 洞口及周边抹灰及修复	台	1	3743.87	3743.87	
40	配电箱	华通	1. 名称: 配电箱 SYAP1 2. 安装方式: 暗装, 距地 1.0m 3. 外壳: 满足甲方要求 4. 其他: 含接线端子安装, 洞口及周边抹灰及修复	台	1	2139.36	2139.36	
41	配电箱	华通	1. 名称: 配电箱 SYAP2 2. 安装方式: 暗装, 距地 1.0m 3. 外壳: 满足甲方要求 4. 其他: 含接线端子安装, 洞口及周边抹灰及修复	台	1	2231.55	2231.55	

42	配电箱	华通	1.名称:配电箱 SYAP3 2.安装方式:暗装,距地 1.0m 3.外壳:满足甲方要求 4.其他:含接线端子安装,洞口及周边抹灰及修复	台	1	2231.55	2231.55	
44	配电箱	华通	1.名称:配电箱 m1AL042 2.安装方式:暗装,距地 1.0m 3.外壳:满足甲方要求 4.其他:含接线端子安装,洞口及周边抹灰及修复	台	1	7014.13	7014.13	
45	配电箱	华通	1.名称:配电箱 m1AL041 2.安装方式:暗装,距地 1.0m 3.外壳:满足甲方要求 4.其他:含接线端子安装,洞口及周边抹灰及修复	台	1	11729.70	11729.70	
46	配电箱	华通	1.名称:配电箱 m1AV041 2.安装方式:暗装,距地 1.0m 3.外壳:满足甲方要求 4.其他:含接线端子安装,洞口及周边抹灰及修复	台	1	4958.36	4958.36	
47	配电箱	华通	1.名称:配电箱 m1ALZ041 2.安装方式:暗装,距地 1.0m(含智能照明模块) 3.外壳:满足甲方要求 4.其他:含接线端子安装,洞口及周边抹灰及修复	台	1	1589.79	1589.79	
48	配电箱	华通	1.名称:配电箱 m1AL042-1 2.安装方式:暗装,距地 1.0m 3.外壳:满足甲方要求 4.其他:含接线端子安装,洞口及周边抹灰及修复	台	1	3813.83	3813.83	
49	配电箱	华通	1.名称:配电箱 m1AL042-3 2.安装方式:暗装,距地 1.0m 3.外壳:满足甲方要求 4.其他:含接线端子安装,洞口及周边抹灰及修复	台	1	3229.45	3229.45	
50	配电箱	华通	1.名称:配电箱 m1AL042-2 2.安装方式:暗装,距地 1.0m 3.外壳:满足甲方要求 4.其他:含接线端子安装,洞口及周边抹灰及修复	台	1	4274.83	4274.83	
51	配电箱	华通	1.名称:配电箱 m1AL042-4 2.安装方式:暗装,距地 1.0m 3.外壳:满足甲方要求 4.其他:含接线端子安装,洞口及周边抹灰及修复	台	1	3940.74	3940.74	
52	配电箱	华通	1.名称:配电箱 m1AL041-1 2.安装方式:暗装,距地 1.0m 3.外壳:满足甲方要求 4.其他:含接线端子安装,洞口及周边抹灰及修复	台	1	4069.73	4069.73	

53	配电箱	深海诺	1.名称:配电箱 IT1~2 2.安装方式:暗装,距地 1.0m 3.外壳:满足甲方要求 4.其他:含接线端子安装,洞口及周边抹灰及修复	台	2	59744.49	119488.98	
54	配电箱	华通	1.名称:配电箱 FAU-ICU-401 2.安装方式:暗装,距地 1.0m 3.外壳:满足甲方要求 4.其他:含接线端子安装,洞口及周边抹灰及修复	台	1	8205.36	8205.36	
55	配电箱	华通	1.名称:FAU-ICU-402 2.安装方式:暗装,距地 1.0m 3.外壳:满足甲方要求 4.其他:含接线端子安装,洞口及周边抹灰及修复	台	1	8763.10	8763.10	
56	配电箱	华通	1.名称:配电箱 FAU-ICU-403 2.安装方式:暗装,距地 1.0m 3.外壳:满足甲方要求 4.其他:含接线端子安装,洞口及周边抹灰及修复	台	1	4861.95	4861.95	
57	配电箱	华通	1.名称:配电箱 FAU-ICU-404 2.安装方式:暗装,距地 1.0m 3.外壳:满足甲方要求 4.其他:含接线端子安装,洞口及周边抹灰及修复	台	1	9416.06	9416.06	
58	配电箱	华通	1.名称:配电箱 FAU-GY-401 2.安装方式:落地安装,下设 10#槽钢 3.外壳:满足甲方要求 4.其他:含接线端子安装,洞口及周边抹灰及修复	台	1	9252.78	9252.78	
59	配电箱	华通	1.名称:配电箱 m2AL042 2.安装方式:暗装,距地 1.0m 3.外壳:满足甲方要求 4.其他:含接线端子安装,洞口及周边抹灰及修复	台	1	4677.40	4677.40	
61	配电箱	华通	1.名称:配电箱 m2AP041 2.安装方式:暗装,距地 1.0m 3.外壳:满足甲方要求 4.其他:含接线端子安装,洞口及周边抹灰及修复	台	1	17699.91	17699.91	
62	配电箱	华通	1.名称:配电箱 m2AV042 2.安装方式:暗装,距地 1.0m 3.外壳:满足甲方要求 4.其他:含接线端子安装,洞口及周边抹灰及修复	台	1	4118.81	4118.81	
63	配电箱	华通	1.名称:配电箱 GYAP1~3 2.安装方式:暗装,距地 1.0m 3.外壳:满足甲方要求 4.其他:含接线端子安装,洞口及周边抹灰及修复	台	3	2139.36	6418.07	
64	配电箱	华通	1.名称:配电箱 FAU-GY-401 2.安装方式:落地安装,下设 10#槽钢	台	1	9252.78	9252.78	

			3. 外壳: 满足甲方要求 4. 其他: 含接线端子安装, 洞口及周边抹灰及修复						
65	配电箱	华通	1. 名称: 配电箱 FAU-GY-402 2. 安装方式: 距地 1.0 米明装 3. 外壳: 满足甲方要求 4. 其他: 含接线端子安装, 洞口及周边抹灰及修复	台	1	10157.29	10157.29		
66	配电箱	华通	1. 名称: 配电箱 FAU-GY-403 2. 安装方式: 落地安装, 下设 10#槽钢 3. 外壳: 满足甲方要求 4. 其他: 含接线端子安装, 洞口及周边抹灰及修复	台	1	5280.87	5280.87		
67	隔离检修箱	华通	1. 名称: 隔离检修箱 2. 安装方式: 落地安装, 设备旁, 防水型, 仅设置一个段路器 3. 外壳: 满足甲方要求 4. 其他: 含接线端子安装, 洞口及周边抹灰及修复	台	33	333.78	11014.85		
40	配电箱	华通	1. 名称: 等电位接地端子箱 2. 型号: LEB	台	58	146.72	8509.64		
41	ISPS 不间断电源设备	艾普诺	1. 名称: 三进单出 12KVA ISPS-30min 自带旁路功能 2. 规格: 应急时间 30min	台	4	63672.80	254691.20	设备 组件 蓄电 池制 造商 为“犀 力”	
42	不间断电源电池柜	艾普诺	1. 名称: 不间断电源电池柜 2. 其他: 详见图纸和相关文件	个	4	3040.00	12160.00		
43	不间断电源主机	艾普诺	1. 名称: 不间断电源主机 2. 其他: 详见图纸和相关文件	个	4	16967.00	67868.00		
44	床头综合医疗带	国进	1. 名称: 床头综合医疗带 2. 其他: 详见图纸和相关文件	个	7	207.01	1449.04		
45	线槽配线	力安	1、名称: 线槽配线 2、规格: RVS-2x1.5 3、材质: 铜芯 4、敷设方式、部位: 沿墙暗敷	m	106.18	4.10	435.41		
46	线槽配线	力安	1、名称: 线槽配线 2、规格: WDZB1-BYJ-16 3、材质: 铜芯 4、敷设方式、部位: 沿墙暗敷	m	48.64	15.27	742.92		
47	线槽配线	力安	1、名称: 线槽配线 2、规格: WDZB1-BYJ-25 3、材质: 铜芯 4、敷设方式、部位: 沿墙暗敷	m	70.98	23.81	1690.28		
48	线槽配线	力安	1、名称: 线槽配线 2、规格: WDZB1-BYJ-2.5	m	17613.13	4.75	83654.00		

			3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：沿墙暗敷					
49	线槽配线	力安	1、名称：线槽配线 2、规格：WDZB1-BYJ-10 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：沿墙暗敷	m	803.53	11.81	9491.84	
50	线槽配线	力安	1、名称：线槽配线 2、规格：WDZB1-BYJ-6 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：沿墙暗敷	m	703.75	7.87	5539.91	
51	线槽配线	力安	1、名称：线槽配线 2、规格：WDZB1-BYJ-50 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：沿墙暗敷	m	283.92	52.65	14948.16	
52	线槽配线	力安	1、名称：线槽配线 2、规格：WDZB1-BYJ-4 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：沿墙暗敷	m	16613.26	5.62	93436.13	
53	JDG 钢管	优耐特	1、名称：套接紧定式镀锌钢导管 2、规格：JDG15 3、配置形式：沿砖、混凝土结构暗敷，含接地	m	95.91	4.53	434.78	
54	JDG 钢管	优耐特	1、名称：套接紧定式镀锌钢导管 2、规格：JDG20 3、配置形式：沿砖、混凝土结构暗敷，含接地	m	5996.89	8.36	50134.00	
55	JDG 钢管	优耐特	1、名称：套接紧定式镀锌钢导管 2、规格：JDG25 3、配置形式：沿砖、混凝土结构暗敷，含接地	m	6588.32	11.59	76358.63	
56	JDG 钢管	优耐特	1、名称：套接紧定式镀锌钢导管 2、规格：JDG32 3、配置形式：沿砖、混凝土结构暗敷，含接地	m	30.42	17.46	531.00	
57	JDG 钢管	优耐特	1、名称：套接紧定式镀锌钢导管 2、规格：JDG40 3、配置形式：沿砖、混凝土结构暗敷，含接地	m	29.25	21.93	641.52	
58	JDG 钢管	优耐特	1、名称：套接紧定式镀锌钢导管 2、规格：JDG50 3、配置形式：沿砖、混凝土结构暗敷，含接地	m	13.29	33.75	448.60	
59	JDG 钢管-明敷	优耐特	1、名称：套接紧定式镀锌钢导管 2、规格：JDG20 3、配置形式：沿砖、混凝土结构明敷，含接地	m	13.68	9.80	134.12	
60	镀锌钢管	天津利达	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：沿砖、混凝土结构暗敷，含接地	m	454.64	17.87	8124.19	

61	镀锌钢管	天津利达	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC25 3、配置形式：沿砖、混凝土结构暗敷，含接地	m	200.74	24.16	4850.17	
62	镀锌钢管	天津利达	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC32 3、配置形式：沿砖、混凝土结构暗敷，含接地	m	27.30	28.34	773.61	
63	镀锌钢管	天津利达	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC40 3、配置形式：沿砖、混凝土结构暗敷，含接地	m	10.75	38.60	414.93	
64	镀锌钢管	天津利达	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC50 3、配置形式：沿砖、混凝土结构暗敷，含接地	m	2.60	44.39	115.42	
65	镀锌钢管-明敷	天津利达	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：沿砖、混凝土结构明敷，含接地	m	259.68	17.87	4640.35	
66	镀锌钢管-明敷	天津利达	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC25 3、配置形式：沿砖、混凝土结构明敷，含接地	m	63.63	24.16	1537.39	
67	镀锌钢管-明敷	天津利达	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC80 3、配置形式：沿砖、混凝土结构明敷，含接地	m	9.39	81.01	760.73	
68	镀锌钢管-明敷	天津利达	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC100 3、配置形式：沿砖、混凝土结构明敷，含接地	m	2.10	96.69	203.05	
69	配线	力安	1、名称：配线 2、规格：RVS-2x1.5 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：沿墙暗敷	m	38.09	4.10	156.19	
70	配线	力安	1、名称：配线 2、规格：RVSP-2x1.0 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：沿墙暗敷	m	95.91	4.66	446.78	
71	配线	力安	1、名称：配线 2、规格：RVSP-2x1.5 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：沿墙暗敷	m	45.83	5.44	249.31	
72	配线	力安	1、名称：配线 2、规格：WDZB1-BYJ-4 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：沿墙暗敷	m	19440.95	5.62	109339.60	
73	配线	力安	1、名称：配线 2、规格：WDZB1-BYJ-10	m	54.72	11.81	646.39	

			3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：沿墙暗敷					
74	配线	力安	1、名称：配线 2、规格：WDZB1-BYJ-50 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：沿墙暗敷	m	45.56	52.65	2398.70	
75	配线	力安	1、名称：配线 2、规格：WDZB1-BYJ-16 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：沿墙暗敷	m	39.87	13.37	533.22	
76	配线	力安	1、名称：配线 2、规格：WDZB1-BYJ-2.5 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：沿墙暗敷	m	17980.03	4.75	85396.60	
77	配线	力安	1、名称：配线 2、规格：WDZB1-BYJ-25 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：沿墙暗敷	m	11.39	23.81	271.24	
78	配线	力安	1、名称：配线 2、规格：WDZB1-BYJ-6 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：沿墙暗敷	m	149.55	7.87	1177.26	
79	电缆	力安	1、名称：电力电缆 2、规格：KVV-10x1.0 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：沿墙暗敷	m	21.98	11.13	244.55	
80	电缆	力安	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZB1-YJY-4x25+1x16 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：沿墙暗敷	m	184.97	126.22	23347.75	
81	电缆	力安	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZB1-YJY-5x6 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：沿墙暗敷	m	67.55	41.65	2813.14	
82	电缆	力安	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZB1-YJY-4*35+1*16 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：沿墙暗敷	m	20.91	172.22	3601.21	
83	电缆	力安	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZB1-YJY-5*10 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：沿墙暗敷	m	161.58	61.97	10013.04	

84	电缆	力安	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZB1-YJY-4x95+1x50 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：沿墙暗敷	m	72.68	423.86	30805.93	
85	电缆	力安	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZB1-YJY-4*50+1*25 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：沿墙暗敷	m	20.16	228.62	4608.91	
86	电缆	力安	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZB1-YJY-4x70+1x35 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：沿墙暗敷	m	57.62	324.83	18716.70	
87	电缆	力安	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZB1-YJY-5*16 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：沿墙暗敷	m	74.16	97.51	7231.42	
88	电缆	力安	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZB1-YJY-4x35+1x16 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：沿墙暗敷	m	256.94	172.22	44251.33	
89	电缆	力安	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZB1-KYJY-4*1.5 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：沿墙暗敷	m	159.94	7.76	1240.99	
90	电缆	力安	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZB1-YJY-4x25+1X16 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：沿墙暗敷	m	46.70	126.22	5894.68	
91	电缆	力安	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZB1-KYJY-6*1.5 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：沿墙暗敷	m	1848.87	16.70	30882.19	
92	电缆	力安	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZB1-YJY-5x10 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：沿墙暗敷	m	354.63	61.97	21976.26	
93	电缆	力安	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZB1-YJY-4x50+1x25 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：沿墙暗敷	m	190.67	228.62	43590.35	
94	电缆	力安	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZB-GYJSYJ(F)-5x10	m	12.52	62.29	779.86	

			3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：沿墙暗敷					
95	电缆	力安	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-KYJY-4*1.5 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：沿墙暗敷	m	208.26	7.76	1615.92	
96	电缆	力安	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-KYJY-6*1.5 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：沿墙暗敷	m	561.70	10.70	6011.81	
97	电缆头	国标	1、名称：电力电缆头 2、规格：25mm ² 以下	个	20.00	32.92	658.35	
98	电缆头	国标	1、名称：电力电缆头 2、规格：35mm ² 以下	个	18.00	73.36	1320.46	
99	电缆头	国标	1、名称：电力电缆头 2、规格：50mm ² 以下	个	12.00	98.75	1185.03	
100	电缆头	国标	1、名称：电力电缆头 2、规格：70mm ² 以下	个	4.00	103.46	413.82	
101	电缆头	国标	1、名称：电力电缆头 2、规格：95mm ² 以下	个	4.00	117.56	470.25	
102	房间多功能控制器	海康威视	1.名称：房间多功能控制器 2.其他：详见图纸和相关文件	个	61.00	1580.04	96382.44	
103	LED壁灯	国产优质	1x18W	个	4.00	76.95	307.80	
104	LED气密性净化平板灯 (1200*300)	聚托	36W	个	151.00	161.50	24386.50	
105	LED气密性净化平板灯 (1300*350)	聚托	48W	个	26.00	332.50	8645.00	
106	LED气密性净化平板灯 (300*300)	聚托	12W	个	94.00	134.90	12680.60	
107	LED气密性净化平板灯 (600*600)	聚托	36W	个	90.00	161.50	14535.00	
108	LED气密性净化平板灯 (600*600)	聚托	28W	个	254.00	161.50	41021.00	
109	LED线条灯	国产优质	1.名称：LED线条灯 2.其他：详见图纸和相关文件	m	13.83	53.20	735.76	
110	T5单管LED灯	三雄极光	1*18W	个	24.00	60.80	1459.20	
111	灯头盒	鸿雁	金属 86 盒	个	1209.00	8.61	10405.86	
112	防爆灯	国产优质	1x30W	个	5.00	529.64	2648.21	

113	格栅灯?	国产优质	规格未知	个	6.00	69.83	418.99	
114	紫外线杀菌灯定时开关	国产优质	1x30W	个	10.00	69.83	698.32	
115	应急照明灯具	聚托	1.名称: 应急照明灯具 2.其他: 详见图纸和相关文件	个	12.00	125.70	1508.37	
116	手术中指示灯	国产优质	1.名称: 手术中指示灯 2.其他: 详见图纸和相关文件	个	2.00	97.76	195.53	
117	紫外线杀菌灯	聚托	1.名称: 紫外线杀菌灯 2.其他: 详见图纸和相关文件	个	75.00	181.56	13617.26	
118	传递窗插座	鸿雁	250V 10A 安全型	个	20.00	50.35	1007.00	
119	单相三孔壁挂式空调插座	鸿雁	250V 16A 安全型	个	3.00	19.00	57.00	
120	单相三孔电热水器插座 (卫生间电热水器用)	鸿雁	250V 16A 安全型 IP54	个	16.00	37.05	592.80	
121	单相三孔电源插座(台柜)	鸿雁	250V 16A 安全型	个	42.00	19.00	798.00	
122	单相三孔防溅型插座 (刷牙池电热水器用)	鸿雁	250V 16A 安全型 IP54	个	4.00	37.05	148.20	
123	单相五孔地面插座	鸿雁	250V 10A 安全型	个	9.00	144.40	1299.60	
124	单相五孔电源插座	鸿雁	250V 10A 安全型	个	755.00	20.90	15779.50	
125	单相五孔电源插座(台柜)	鸿雁	250V 10A 安全型	个	127.00	20.90	2654.30	
126	单相五孔防溅型插座	鸿雁	250V 10A 安全型 IP54	个	73.00	37.05	2704.65	
127	单相五孔防溅型插座 (刷牙池用)	鸿雁	250V 10A 安全型 IP54	个	4.00	37.05	148.20	
128	单联单控开关	鸿雁	250V 10A	个	86.00	15.20	1307.20	
129	单联双控开关	鸿雁	250V 10A	个	24.00	15.20	364.80	
130	防溅单联单控开关	鸿雁	250V 10A	个	34.00	17.10	581.40	
131	防溅三联单控开关	鸿雁	250V 10A	个	3.00	43.70	131.10	
132	防溅双联单控开关	鸿雁	250V 10A	个	16.00	23.75	380.00	

133	开关盒	鸿雁	金属 86 盒	个	1738.00	7.98	13861.31	
134	三联单控开关	鸿雁	250V 10A	个	22.00	19.95	438.90	
135	双联单控开关	鸿雁	250V 10A	个	74.00	21.85	1616.90	
136	四联单控开关	鸿雁	250V 10A	个	1.00	26.60	26.60	
137	不锈钢桥架	桥母	200*100	m	49.46	313.50	15505.71	
138	防水桥架	桥母	300*100	m	149.74	304.00	45520.96	
139	桥架	桥母	100*50	m	146.44	104.50	15302.98	
140	桥架	桥母	100*100	m	78.40	126.35	9905.84	
141	桥架	桥母	200*100	m	632.31	165.30	104520.84	
142	桥架	桥母	300*100	m	335.79	249.85	83897.13	
	合计						2236934.25	
工程名称：智能化工程								
序号	项目名称	品牌	项目特征/规格型号（或具体服务）	计量单位	工程量	单价	合价	备注
DDC 控制系统								
1	防冻开关	宁波铭澳	1.名称：防冻开关 2.其他：详见图纸和相关文件	个	4.00	336.00	1344.00	
2	高效压差开关	塞维索斯	1.名称：高效压差 开关 2.其他：详见图纸和相关文件	个	11.00	388.00	4268.00	
3	压差开关	塞维索斯	1.名称：压差开关 2.其他：详见图纸和相关文件	个	51.00	288.00	14688.00	
4	线槽配线	力安	1、名称：线槽配线 2、规格：WDZ-RVSP-2x1.0 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：沿墙暗敷	m	139.10	5.56	773.40	
5	线槽配线	力安	1、名称：线槽配线 2、规格：WDZ-RVV-2x1.0 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：沿墙暗敷	m	2311.20	3.36	7765.63	

6	线槽配线	力安	1、名称：线槽配线 2、规格：WDZ-RVV-6x1.0 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：沿墙暗敷	m	107.00	8.40	898.80	
7	线槽配线	力安	1、名称：线槽配线 2、规格：WDZ-RVVP-2x1.0 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：沿墙暗敷	m	267.50	3.60	963.00	
8	线槽配线	力安	1、名称：线槽配线 2、规格：WDZ-RVVP-4x1.0 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：沿墙暗敷	m	984.40	5.20	5118.88	
9	线槽配线	力安	1、名称：线槽配线 2、规格：WDZ-RVVP-5x1.0 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：沿墙暗敷	m	74.90	6.60	494.34	
10	JDG 钢管	优耐特	1、名称：套接紧定式镀锌钢导管 2、规格：JDG15 3、配置形式：沿砖、混凝土结构暗敷，含接地	m	1270.00	5.20	6604.00	
11	JDG 钢管	优耐特	1、名称：套接紧定式镀锌钢导管 2、规格：JDG20 3、配置形式：沿砖、混凝土结构暗敷，含接地	m	545.00	8.80	4796.00	
12	配线	力安	1、名称：配线 2、规格：WDZ-RVSP-2x1.0 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：沿墙暗敷	m	65.00	5.56	361.40	
13	配线	力安	1、名称：配线 2、规格：WDZ-RVV-2x1.0 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：沿墙暗敷	m	1080.00	3.36	3628.80	
14	配线	力安	1、名称：配线 2、规格：WDZ-RVV-6x1.0 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：沿墙暗敷	m	50.00	8.40	420.00	
15	配线	力安	1、名称：配线 2、规格：WDZ-RVVP-2x1.0 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：沿墙暗敷	m	125.00	3.60	450.00	
16	配线	力安	1、名称：配线 2、规格：WDZ-RVVP-4x1.0 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：沿墙暗敷	m	460.00	5.20	2392.00	

17	配线	力安	1、名称：配线 2、规格：WDZ-RVVP-5x1.0 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：沿墙暗敷	m	35.00	6.60	231.00	
18	单温度传感器	西门子	1.名称：单温度传感器 2.其他：详见图纸和相关文件	个	16.00	1115.80	17852.80	
19	风道压力传感器	西门子	1.名称：风道压力传感器 2.其他：详见图纸和相关文件	个	15.00	1321.60	19824.00	
20	湿度传感器	西门子	1.名称：湿度传感器 2.其他：详见图纸和相关文件	个	18.00	1136.80	20462.40	
21	水温探头	西门子	1.名称：水温探头 2.其他：详见图纸和相关文件	个	13.00	1121.40	14578.20	
22	微正压传感器	西门子	1.名称：微正压传感器 2.其他：详见图纸和相关文件	个	11.00	1104.60	12150.60	
23	温度传感器	西门子	1.名称：温度传感器 2.其他：详见图纸和相关文件	个	20.00	831.60	16632.00	
	小计						156697.25	
二	医护对讲系统							
1	线槽配线	绿联	1、名称：线槽配线 2、规格：CAT6 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：沿墙暗敷	m	144.59	5.31	767.77	
2	线槽配线	力安	1、名称：线槽配线 2、规格：RVV3*1.0 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：沿墙暗敷	m	615.71	4.77	2936.94	
3	焊接钢管	天津利达	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：沿砖、混凝土结构明敷，含接地	m	176.02	18.81	3310.94	
4	配线	绿联	1、名称：配线 2、规格：CAT6 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：沿墙暗敷	m	29.61	5.31	157.23	
5	病床分机	亚华	1.组网与供电 设备采用双绞线接入系统总线，即电源线、数据线、语音线共用一条两芯线，可不依赖其他任何外接模块，支持独立与主机组网。 供电方式：集中供电便于管理。 最大功率：3.3W 2.数据存储 运行内存不低于 32MB，机身存储不低于 128MB	个	28.00	480.00	13440.00	

			<p>3. 声学要求 扬声器 功率不高于 1W, 单声道, 出音方式: 正出音。</p> <p>4. 外观结构 采用 ABS+PC 材料, 避免金属材质造成的静电隐患。配色医疗白+医疗灰, 支持嵌入式或选配挂板式安装。为匹配设备带, 宽度不可超过 120mm, 安装后厚度不超过 21mm。</p> <p>5. 环境可靠性 工作温度 0℃~40℃ 工作湿度 10%~90% 静电防护等级 ±15KV</p> <p>6. 分机应支持增援呼叫、换药呼叫、呼叫清除、护士定位、新短消息、呼叫存储等语音及弹窗提醒等呼叫信息交互功能。</p> <p>7. 支持显示多种必要图文信息, 包括但不限于病人姓名(支持 隐去单字以保护患者隐私)、年龄、护理等级、护理标识、医护头像、科室介绍、医院介绍等, 内容和背景均可指定显示颜色。</p> <p>8. 床头分机内部菜单指向的表格可以定制样式, 菜单内容可支持 8 万个及以上汉字, 每个表格可以保存 2000 条及以上记录, 支持快速翻页和查看。</p> <p>9. 支持同时展示 5 张及以上病人信息界面, 手动切换查看, 支持设置正常待机默认界面。</p> <p>10. 支持在线调整患者信息界面的样式以及菜单表格样式和内容, 支持文字的滚动显示。</p> <p>11. 呼叫开关(手柄线)通过专用线缆连接至每个床头分机, 采用磁吸式固定, 呼叫开关具有呼叫、换药、取消呼叫、手电 照明 屏幕亮屏开关等功能</p>					
6	呼叫系统工作电脑	联想	<p>1. 数据存储 运行内存不低于 64MB, 机身存储不低于 64MB</p> <p>2. 声学要求 扬声器: 8Ω 1W, 单声道, 出音方式 前出音</p> <p>3. 材质与外观 支持标准机架挂耳安装或通过配件墙面固定。高度不可超过 1U</p> <p>4. 环境可靠性 最大输出功率 200W 输入电压 200~240VAC 50Hz 工作温度 0℃ 40℃ 工作湿度 10%~90% 静电等级 ±10KV</p> <p>5. 支持连接显示屏、点阵屏设备。</p> <p>6. 支持连接医护主机、通用电话机、值班室分机等设备。</p> <p>7. 支持扩展门禁分机, 系统集成病区门口门禁电磁锁控制功能。</p> <p>8. 支持扩展标准 CAN、485 通讯外设, 提供 RS232 接口。</p> <p>9. 具有振铃输出接口, 可用于系统振铃音频信号输出, 用于外接功放。</p>	个	2.00	6000.00	12000.00	

			10. 具有防雷击、防浪涌、短路保护、接地保护、过载保护等多重保护电路系统。 11. 要求支持标准机柜安装，安装于弱电间，不占用护士站空间。					
7	呼叫主机	亚华	1. 组网与供电 以一根 CAT6 线路连接护士站主机（管理端），系统支持接入多台设备，可放置在护士站、值班室等处。 2. 数据存储 运行内存不低于 64MB，机身存储不低于 128MB 3. 声学要求 扬声器：8Ω 0.5W，单声道，出音方式 前出音 4. 材质与外观 采用 ABS+PC 材料，避免金属材质造成的静电隐患。配色医疗白，支持桌面放置或选配挂板式安装。为不占用更多护士站空间，长度不可超过 350mm，宽度不超过 210mm，安装后厚度不超过 60mm。 5. 环境可靠性 工作温度 0℃~40℃ 工作湿度 10%~90% 静电等级 ±15KV 6. 可显示并语音播放呼叫病房号和病床号，播报次数可调，支持循环播报、间隔播报两种播报方式。 7. 可向某一病人终端或值班终端发起语音呼叫，可接收床头分机等各种可对讲分机的呼叫，并与其双向对讲与挂断操作。可接收来自各种分机的增援呼叫。 8. 支持独立广播功能，可通过屏幕选择任意床位或全病区进行话筒广播功能，方便进行各类宣教操作。 9. 可显示床位一览表、在院患者详细信息以及未处理呼叫信息。 10. 支持呼叫对讲、呼叫显示、呼叫未处理提醒与一键清除等功能。 11. 自动调节系统呼叫的振铃音量，提供不少于 4 个时段，每个时间段时间灵活可调。 12. 当有分机呼叫时，可通过“免提”键进行接听。 13. 支持扩展门禁分机可视对讲功能，可以直接控制门锁，也可以与第三方门禁对接，对门禁电磁锁开关进行控制，方便系统对病区门禁集中管理。 14 具有线路检测 故障报警 故障巡检 工作日志记录功能	个	2.00	6300.00	12600.00	
8	开墙槽	国标	DN20	m	7.20	2.20	15.84	
9	走廊液晶显示屏	亚华	吊顶下贴顶吊装	个	6.00	3888.00	23328.00	
	小计						68556.71	
三	综合布线系统							

1	灯头盒	鸿雁	1、名称：金属 86 盒 钢制 暗装	个	52.00	9.66	502.32	
2	单口内网插座（含一个六类模块）	绿联	<p>面板上带二维码图标，结合软件 APP 使用。手机客户端软件扫描二维码后，显示点位的相关信息以及整个链路中的配线架和交换机的相关信息，快速查询链路，提升维护效率。</p> <p>结构：面板采用快速拆卸设计，面板盖板从下方轻按即可打开，使用方便快捷。面板要求采用后嵌入式面框设计，表面无螺丝孔，外型美观。面板表面带嵌入式图表及标签位置，可识别数据和语音端口，并配有防尘滑门用以保护模块、遮蔽灰尘和污物进入。背面使用交叉加强筋使面部安装后更平整，且具有防误插装置。可以垂直或者 45 度安装信息模块，带防尘盖，带电话电脑标记，带有透明标识系统，要求标识条为翻转结构，以方便更换标识条，面板要求与标准 RJ45 模块插座配套，可安装各类符合标准的模块；有单口、双口和四口可供选择，以方便在高密度的不同环境下的灵活选择；</p> <p>材料：所有塑料材料应采用 ABS 材质耐腐塑料，配有电话和网络标签；颜色：乳白色，抗老化，永不变色；</p>	个	52.00	62.79	3265.08	
3	单口外网插座（含一个六类模块）	绿联	<p>面板上带二维码图标，结合软件 APP 使用。手机客户端软件扫描二维码后，显示点位的相关信息以及整个链路中的配线架和交换机的相关信息，快速查询链路，提升维护效率。</p> <p>结构：面板采用快速拆卸设计，面板盖板从下方轻按即可打开，使用方便快捷。面板要求采用后嵌入式面框设计，表面无螺丝孔，外型美观。面板表面带嵌入式图表及标签位置，可识别数据和语音端口，并配有防尘滑门用以保护模块、遮蔽灰尘和污物进入。背面使用交叉加强筋使面部安装后更平整，且具有防误插装置。可以垂直或者 45 度安装信息模块，带防尘盖，带电话电脑标记，带有透明标识系统，要求标识条为翻转结构，以方便更换标识条，面板要求与标准 RJ45 模块插座配套，可安装各类符合标准的模块；有单口、双口和四口可供选择，以方便在高密度的不同环境下的灵活选择；</p> <p>材料：所有塑料材料应采用 ABS 材质耐腐塑料，配有电话和网络标签；颜色：乳白色，抗老化，永不变色；</p>	个	36.00	62.79	2260.44	
4	双孔内网插座	绿联	<p>面板上带二维码图标，结合软件 APP 使用。手机客户端软件扫描二维码后，显示点位的相关信息以及整个链路中的配线架和交换机的相关信息，快速查询链路，提升维护效率。</p> <p>结构：面板采用快速拆卸设计，面板盖板从下方轻按即可打开，使用方便快捷。面板要求采用后嵌入式面框设计，表面无螺丝孔，外型美观。面板表面带嵌入式图表及标签位置，可识别数据和语音端口，并配有防尘滑门用以保护模块、遮蔽灰尘和污物进入。背面使用交叉加强筋使面部安装后更平整，且具有防误插装置。可以垂直或者 45 度安装信息模块，带防尘盖，带电话电脑标记，带有透明标识系统，要求标识条为翻转结构，以方便更换标识条，面板要求与标准 RJ45 模块插座配套，可安装各类符合标准的模块；有单口、双口和四口可供选择，以方便在高密度的不同环境下的灵活选择；</p>	个	25.00	113.99	2849.75	

			材料：所有塑料材料应采用 ABS 材质耐腐塑料，配有电话和网络标签； 颜色：乳白色，抗老化，永不变色；					
5	双口内网插座（含两个六类模块）	绿联	<p>面板上带二维码图标，结合软件 APP 使用。手机客户端软件扫描二维码后，显示点位的相关信息以及整个链路中的配线架和交换机的相关信息，快速查询链路，提升维护效率。</p> <p>结构：面板采用快速拆卸设计，面板盖板从下方轻按即可打开，使用方便快捷。面板要求采用后嵌入式面框设计，表面无螺丝孔，外型美观。面板表面带嵌入式图表及标签位置，可识别数据和语音端口，并配有防尘滑门用以保护模块、遮蔽灰尘和污物进入。背面使用交叉加强筋使面部安装后更平整，且具有防误插装置。可以垂直或者 45 度安装信息模块，带防尘盖，带电话电脑标记，带有透明标识系统，要求标识条为翻转结构，以方便更换标识条，面板要求与标准 RJ45 模块插座配套，可安装各类符合标准的模块；有单口、双口和四口可供选择，以方便在高密度的不同环境下的灵活选择；</p> <p>材料：所有塑料材料应采用 ABS 材质耐腐塑料，配有电话和网络标签； 颜色：乳白色，抗老化，永不变色；</p>	个	47.00	113.99	5357.53	
6	双口内网电话插座（含两个六类模块）	绿联	<p>面板上带二维码图标，结合软件 APP 使用。手机客户端软件扫描二维码后，显示点位的相关信息以及整个链路中的配线架和交换机的相关信息，快速查询链路，提升维护效率。</p> <p>结构：面板采用快速拆卸设计，面板盖板从下方轻按即可打开，使用方便快捷。面板要求采用后嵌入式面框设计，表面无螺丝孔，外型美观。面板表面带嵌入式图表及标签位置，可识别数据和语音端口，并配有防尘滑门用以保护模块、遮蔽灰尘和污物进入。背面使用交叉加强筋使面部安装后更平整，且具有防误插装置。可以垂直或者 45 度安装信息模块，带防尘盖，带电话电脑标记，带有透明标识系统，要求标识条为翻转结构，以方便更换标识条，面板要求与标准 RJ45 模块插座配套，可安装各类符合标准的模块；有单口、双口和四口可供选择，以方便在高密度的不同环境下的灵活选择；</p> <p>材料：所有塑料材料应采用 ABS 材质耐腐塑料，配有电话和网络标签； 颜色：乳白色，抗老化，永不变色；</p>	个	150.00	113.99	17098.50	
7	开关盒	鸿雁	1、名称：开关盒、插座盒 钢制 暗装	个	333.00	9.66	3216.78	
8	弱电桥架	桥母	<p>1、名称：槽式直通电缆桥架 热浸镀锌+喷塑（防火塑粉）</p> <p>2、规格：100*50</p> <p>3、材质：热镀锌</p> <p>4、类型：盘式</p> <p>5、接地配件、附件：含弯头、三通或四通、盖板、隔板、接地跨接、附件等安装</p>	m	54.63	115.24	6295.56	
9	弱电桥架	桥母	<p>1、名称：槽式直通电缆桥架 热浸镀锌+喷塑（防火塑粉）</p> <p>2、规格：200*100</p> <p>3、材质：热镀锌</p> <p>4、类型：盘式</p>	m	438.97	175.44	77012.90	

			5、接地配件、附件：含弯头、三通或四通、盖板、隔板、接地跨接、附件等安装					
10	线槽配线	绿联	1、名称：线槽配线 2、规格：CAT6 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：沿墙暗敷	m	22083.47	5.31	117263.23	
11	焊接钢管	天津利达	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：沿砖、混凝土结构明敷，含接地	m	2562.56	18.81	48201.75	
12	配线	绿联	1、名称：配线 2、规格：CAT6 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：沿墙暗敷	m	4217.54	5.31	22395.14	
13	无线 WIFI	华为	1.名称：无线 WIFI 2.其他：详见图纸和相关文件	个	52.00	62.79	3265.08	
14	开墙槽	国标	DN20	m	1017.80	2.20	2239.16	
15	弱电信息机柜	海康威视	1.名称：12U 2.其他：详见图纸和相关文件	个	2.00	1485.00	2970.00	
16	弱电信息机柜	海康威视	1.名称：42U 2.其他：详见图纸和相关文件	个	4.00	3762.00	15048.00	
17	双口内网电话桌插（含两个六类模块）	绿联	1.名称：双口内网电话桌插（含两个六类模块） 2.其他：详见图纸和相关文件	个	10.00	120.00	1200.00	
18	双口内网桌插（含两个六类模块）	绿联	1.名称：双口内网桌插（含两个六类模块） 2.其他：详见图纸和相关文件	个	10.00	120.00	1200.00	
19	双口外网电话桌插（含两个六类模块）	绿联	1.名称：双口外网电话桌插（含两个六类模块） 2.其他：详见图纸和相关文件	个	3.00	120.00	360.00	
	小计						332001.21	
四	监控系统							
1	灯头盒	鸿雁	1、名称：金属 86 盒 钢制 暗装	个	113.00	9.66	1091.58	
2	开关盒	鸿雁	1、名称：金属 86 盒 钢制 暗装	个	7.00	9.66	67.62	
3	线槽配线	绿联	1、名称：线槽配线 2、规格：CAT6 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：沿墙暗敷	m	2706.98	5.31	14374.06	
4	线槽配线	力安	1、名称：线槽配线 2、规格：RVVP-3x1.0 3、材质：铜芯	m	293.10	4.82	1412.74	

			4、敷设方式、部位：沿墙暗敷					
5	线槽配线	力安	1、名称：线槽配线 2、规格：RVVP-4x1.0 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：沿墙暗敷	m	141.15	5.43	766.44	
6	焊接钢管	天津利达	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：沿砖、混凝土结构明敷，含接地	m	509.67	18.81	9586.89	
7	金属软管	埃美柯	1、名称：金属软管 2、规格：DN20 3、配置形式：沿砖、混凝土结构明敷，含接地	m	33.90	21.50	728.85	
8	配线	绿联	1、名称：配线 2、规格：CAT6 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：沿墙暗敷	m	507.97	5.31	2697.32	
9	配线	力安	1、名称：配线 2、规格：RVVP-3x1.0 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：沿墙暗敷	m	22.65	4.82	109.17	
10	配线	力安	1、名称：配线 2、规格：RVVP-4x1.0 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：沿墙暗敷	m	12.95	6.30	81.59	
11	16口POE网络交换机	海康威视	1.名称：16口POE网络交换机 2.其他：详见图纸和相关文件	个	2.00	6534.00	13068.00	
12	16路网络硬盘录像机	海康威视	输入带宽：256Mbps 16路H.264、H.265混合接入 支持H.265、H.264解码 Smart 2.0/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份	个	2.00	2356.00	4712.00	
13	24口POE网络交换机	海康威视	1、固化10/100/1000M以太网端口≥24，1G SFP光接口≥4个； 2、交换容量≥336Gbps，转发性能≥51Mpps(官网X/Y形式以最小值为准) 3、≥24个电口支持POE和POE+远程供电，整机POE功率输出≥370W； 4、支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议； 5、支持CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作； 6、支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离； 7、支持快速以太网链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能；	个	2.00	8543.00	17086.00	

14	32路网络硬盘录像机	海康威视	1.名称: 32口POE网络交换机 2.其他: 详见图纸和相关文件	个	3.00	3344.00	10032.00	
15	48POE网络交换机	海康威视	1、固化10/100/1000M以太网端口≥48, 1G SFP光接口≥4个; 2、交换容量≥336Gbps, 转发性能≥51Mpps(官网X/Y形式以最小值为准) 3、≥24个电口支持POE和POE+远程供电, 整机POE功率输出≥370W; 4、支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议; 5、支持CPU保护功能, 能限制非法报文对CPU的攻击, 保护交换机在各种环境下稳定工作; 6、支持专门基础网络保护机制, 能够限制用户向网络中发送数据包的速率, 对有攻击行为的用户进行隔离; 7、支持快速以太网链路检测协议, 可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性, 并支持端口下的环路检测功能;	个	1.00	17689.00	17689.00	
16	48口POE网络交换机	海康威视	1.名称: 48口POE网络交换机 2.其他: 详见图纸和相关文件	个	1.00	17689.00	17689.00	
17	64路网络硬盘录像机	海康威视	1.名称: 64路网络硬盘录像机 2.其他: 详见图纸和相关文件	个	1.00	5015.00	5015.00	
18	LED显示器	海康威视	1.名称: LED显示器 2.其他: 详见图纸和相关文件	个	6.00	5220.00	31320.00	
19	开墙槽	国标	DN20	m	21.60	2.20	47.52	
20	拾音器	海康威视	1.名称: 拾音器 2.其他: 详见图纸和相关文件	个	7.00	189.00	1323.00	
21	网络高清红外半球摄像机	海康威视	400万 1/3" CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机	个	113.00	620.00	70060.00	
	合计						218957.79	
五	门禁系统							
1	开关盒	鸿雁	1、名称: 开关盒、插座盒 钢制 暗装	个	101.00	9.66	975.66	
2	线槽配线	绿联	1、名称: 线槽配线 2、规格: CAT6 3、材质: 铜芯 4、敷设方式、部位: 沿墙暗敷	m	1234.13	5.31	6553.23	
3	线槽配线	力安	RVV3x2.5	m	407.70	10.87	4431.70	
4	JDG钢管	优耐特	DN20	m	596.18	8.80	5246.38	
5	配线	绿联	1、名称: 配线 2、规格: CAT6 3、材质: 铜芯	m	176.66	5.31	938.06	

			4、敷设方式、部位：沿墙暗敷					
6	配线	力安	RVV3x2.5	m	80.21	10.87	871.88	
7	配线	力安	RVVP-2x1.0	m	112.25	3.94	442.27	
8	配线	力安	RVVP-4x1.0	m	104.86	5.43	569.39	
9	配线	力安	RVVP-6x1.0	m	122.20	9.22	1126.68	
10	报警按钮	海康威视	紧急按钮（凸出墙面），53.6*53.6*27（mm）/钥匙复位/防火 ABS 阻燃外壳/不适合 86 盒安装, 工作电压：≤250V, 工作电流≤300ma	个	5.00	36.00	180.00	
11	单门电控锁	海康威视	<p>Texas Instrument ARM® Cortex-M3 核 32 位以上的嵌入式处理器 程序记忆：256KB ROM，数据记忆：512KBit MRAM+64MBit Flash，数据保护：数据掉电保存时间为 20 年 卡片容量：不少于 30,000 张感应卡（可扩展至不少于 100,000 张） 事件存储：不少于 100,000 条（可扩展至不少于 200,000 条） 个人密码：不少于 30,000 个（支持 4~8 位个人密码，一卡一密） 通讯： TCP/IP；RS485 总线 读卡器接口：2 个，支持所有 24-72Bits 维康输入设备 1 组 C 型电锁继电器输出（5A 接触电流，带 LED 状态指示；采用可拆卸式的接线端子）； 2 组 C 型辅助继电器输出（5A 接触电流，带 LED 状态指示；采用可拆卸式的接线端子）； 1 组 出门按钮输入（采用可拆卸式的接线端子）； 1 组 门磁/门状态输入（采用可拆卸式的接线端子）； 2 组 辅助输入（采用可拆卸式的接线端子）；</p> <p>支持功能： 1、支持个人密码进入（可设置 4~8 位密码，与卡加密码相同）； 2、多种可编程进入密码控制进入（卡+个人密码、个人密码、门点超级密码）； 3、支持配置多重识别认证； 4、支持配置异地核准开门； 5、支持配置复合识别认证； 6、支持区域控制防重复进入功能； 7、出入授权识别可配置多个特定日期（如法定节假日、特殊的工作日和非工作日）； 8、软件平台具有电子地图功能，并且电子地图可编辑添加建筑平面图，在电子地图上能显示出入口控制点警示信息并有指示 9、多种门状态工作方式（门常开、门常闭、首卡读卡常开、休眠控制、安全状态、开/关切换模式、主卡+副卡控制）；</p>	个	11.00	433.12	4764.32	

			10、任意门点的远程手动控制； 11、24组联动功能，可任意设置，轻松实现银行二道门/三道门互锁功能； 12、多种报警功能（支持辅助继电器输出）；					
12	读卡器	海康威视	通讯格式：Wiegand26/34 工作电压：DC 12V 工作电流：≤ 100mA 待机电流：≤ 80mA 工作频率：13.56MHz 读卡响应时间：20ms 支持卡片：M-1； S50； S70 加密方式：TAP_A 读卡距离：5cm 外观尺寸：125mm×86mm×20mm 数据传输距离：< 80 米 工作指示：蜂鸣器、指示灯（蓝色、绿色） 设备保护：电源反接保护，数据线耐压保护（最高 ±15v） 工作温度：-20. C~60. C 湿度：5%--90% 防护等级：环氧树脂灌胶 IP66（全密封设计，防水防潮防尘）	个	23.00	488.15	11227.45	
13	互锁门控制器	海康威视	1.名称：互锁门控制器 2.其他：详见图纸和相关文件	个	3.00	2032.00	6096.00	
14	开墙槽	国标	DN20	m	278.30	2.20	612.26	
15	可视对讲分机	亚华	硬件要求 1. 安卓操作系统，版本号不低于 Android 7.1；显示屏尺寸不低于 10.0 英寸电容屏，支持多点触控；显示屏分辨率不低于 1920×1200；显示屏亮度不低于 450cd/m²；具备前置摄像头，像素不低于 1300 万 2. CPU 不低于 4 核，主频不低于 1.8GHz；运行内存不低于 4G，机身存储不低于 32G；2.4G/5G 双频 wifi，wifi 协议支持 2.4G/5G 802.11a/b/g/n/ac，MIMO；双模蓝牙，支持蓝牙 4.1 3. 具备刷卡模块，支持识别医护 IC 身份卡 4. 具备 USB2.0（Type C）、3.5mm 耳机插孔等接口，支持外接开挂线接口 5. 支持电源适配器供电、POE 供电、电源箱集中供电三种方式 6. 支持一键关屏、一键复位 软件要求 1、发起呼叫：在床旁分机对医护主机发起呼叫，护士在医护 主机接听后可与床旁分机进行双工对讲； 2、增援呼叫：发生紧急情况时，对医护主机发起增援呼叫，召集其他医护人员紧急赶赴处理； 3、可视对讲：床旁分机发起的视频呼叫请求被医护主机接受 之后，在床旁分机与医护主机进行视频通话；	个	2.00	8341.60	16683.20	

			<p>4、广播播放：医护主机发起话筒广播或音频广播后，床旁分机同步开始播放医护主机的广播内容，广播结束后，床旁分机同步退出；</p> <p>5、患者宣教：展示手术室的各类宣教文章，支持图文、音频、视频、pdf 等各类素材，同时可自动朗读宣教文章的文字内容，方便使用；</p> <p>6、患者床头卡：显示患者的各项信息，如姓名、床号、性别、年龄、入院日期、过敏史、手术时间、麻醉方式、注意事项 等各个字段，可针对性定制，大字体着重展示，患者信息一目了然。</p>					
16	可视对讲门口机	亚华	<p>硬件参数</p> <p>1. 安卓操作系统，版本号不低于 Android 9.0；显示屏尺寸不低于 5 英寸电容屏，支持多点触控；显示屏分辨率不低于 800×480；亮度：250cd/m² (Typ)；视角：80/80/80/80deg (Typ)；前置摄像头像素不低于 800 万；</p> <p>2. CPU 不低于 8 核，主频不低于 1.5GHz；运行内存不低于 1G，机身存储不低于 8G；具备刷卡模块，支持识别医护 IC 身份卡；支持 WiFi、蓝牙、支持 10/100Mbps 以太网。</p> <p>软件功能</p> <p>1.同时支持视频、密码、刷卡、刷脸多种开门方式，方便不同病区不同场景操作。</p> <p>2.视频请求：来访者向医护主机发起单向视频通话，医护主机显示门禁分机摄像头画面，门禁分机屏幕显示本地摄像头画面，护士自主决定是否打开门禁。</p> <p>3.密码开门：输入正确的门禁密码后打开门禁。</p> <p>4.刷卡开门：医护人员可刷卡打开所具备权限的门禁。</p> <p>5.刷脸开门：医护人员通过人脸识别打开所具备权限的门禁。</p>	个	8.00	4775.13	38201.04	
17	门禁控制器	海康威视	<p>Texas Instrument ARM® Cortex-M3 核 32 位以上的嵌入式处理器</p> <p>程序记忆：256KB ROM，数据记忆：512KBit MRAM+64MBit Flash，数据保护：数据掉电保存时间为 20 年</p> <p>卡片容量：30,000 张感应卡（可扩展至 100,000 张）</p> <p>事件存储：100,000 条（可扩展至 200,000 条）</p> <p>个人密码：30,000 个（支持 4~8 位个人密码，一卡一密）</p> <p>通讯：TCP/IP；RS485 总线</p> <p>读卡器接口：2 个，支持所有 24-72Bits 维康输入设备</p> <p>1 组 C 型电锁继电器输出口（5A 接触电流，带 LED 状态指示；采用可拆卸式的接线端子）；</p> <p>2 组 C 型辅助继电器输出口（5A 接触电流，带 LED 状态指示；采用可拆卸式的接线端子）；</p> <p>1 组 出门按钮输入入口（采用可拆卸式的接线端子）；</p> <p>1 组 门磁/门状态输入入口（采用可拆卸式的接线端子）；</p> <p>2 组 辅助输入入口（采用可拆卸式的接线端子）；</p> <p>支持功能：</p> <p>1、支持个人密码进入（可设置 4~8 位密码，与卡加密码相同）；</p>	个	29.00	1800.16	52204.64	

			<p>2、多种可编程进入密码控制进入（卡+个人密码、个人密码、门点超级密码）；</p> <p>3、支持配置多重识别认证；</p> <p>4、支持配置异地核准开门；</p> <p>5、支持配置复合识别认证；</p> <p>6、支持区域控制防重复进入功能；</p> <p>7、出入授权识别可配置多个特定日期（如法定节假日、特殊的工作日和非工作日）；</p> <p>8、软件平台具有电子地图功能，并且电子地图可编辑添加建筑平面图，在电子地图上能显示出入口控制点警示信息并有指示；</p> <p>9、多种门状态工作方式（门常开、门常闭、首卡读卡常开、休眠控制、安全状态、开/关切换模式、主卡+副卡控制）；</p> <p>10、任意门点的远程手动控制；</p> <p>11、24组联动功能，可任意设置，轻松实现银行二道门/三道门互锁功能；</p>					
18	双门电控锁	海康威视	<p>12 多种报警功能（支持辅助继电器输出）；</p> <p>1.名称：双门电控锁</p> <p>2.其他：详见图纸和相关文件</p>	个	24.00	686.78	16482.72	
	小计						167606.89	
六	背景音乐系统							
1	灯头盒	鸿雁	1、名称：灯头盒、插座盒 钢制 暗装	个	93.00	9.06	842.58	
2	开关盒	鸿雁	1、名称：开关盒、插座盒 钢制 暗装	个	41.00	9.66	396.06	
3	焊接钢管	天津利达	<p>1、名称：镀锌钢管</p> <p>2、规格：SC20</p> <p>3、配置形式：沿砖、混凝土结构明敷，含接地</p>	m	1221.58	18.81	22977.92	
4	配线	力安	WDZN-RYJS-2*2.5	m	1711.70	7.60	13008.92	
5	24V 直流供电	鸿雁	<p>1.名称：24V 直流供电</p> <p>2.其他：详见图纸和相关文件</p>	个	6.00	230.00	1380.00	
6	多媒体播放机	海康威视	<p>功能介绍：采用进口数码机芯，具有超强电子抗震功能，设有高亮度动态VFD荧光显示，清晰醒眼。</p> <p>支持CD,VCD,DVD,MP3音频格式，可外接USB盘播放MP3音乐。2路音频信号左右声道输出，输出频响范围为20-20KHz。</p> <p>设有轻触式按键操作，可选择单曲播放、全部播放、单曲循环、全部循环、停止播放等功能。</p> <p>配有遥控控制。</p> <p>2U标准机箱设计，铝合金面板，美观实用。</p>	个	6.00	1888.00	11328.00	

7	呼叫话筒+扩展键盘	海康威视	<p>桌面式话筒设计，美观大方；7英寸真彩LCD显示屏，触控操作，人性化人机操作界面；未操作设备时自动进入休眠状态</p> <p>、低功耗省电设计；具有多个一键呼叫按键，便于呼叫不同的分区；双向对讲功能：双向终端之间实现两两双向对讲；一键接收求助、对讲功能，实现快速连接；支持U盘点播，可点播U盘上的文件到其他终端播放。</p> <p>支持静态IP和DHCP两种方式，跨网段，跨路由，配置使用方便。3.5mm的标准音频接口，可连接专用话筒，便于扩展非免提通话，保证私密性；具有一路立体声声线路输入接口，一路线路输出接口；内置高保真3W/8Ω全频监听喇叭，实现双向通话和网络监听；支持静态IP和DHCP两种方式，跨网段，跨路由，配置使用方便；可以按预先设定的多个分区从中任意选择分区，实现对多个终端讲话；</p> <p>配置了高指向拾音麦克风，保证通话清晰无干扰，麦杆可以随意拆卸；可将终端自带线路等信号，实时编码成高音质音频数据流，播放到目标终端；具有来电铃声提示和广播铃声提示功能；可接收其它广播终端寻呼且多个终端同时寻呼具自动排队等候功能；超强抗干扰性能，避免红外操作的不稳定因素；采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计，支持数字回音消除、音频压缩功能；采用高速工业级芯片，启动时间小于1秒钟；内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，实现网络化传输16位立体声CD音质的音频信号；</p> <p>支持远程点播功能，支持1000级自定义音频优先级静音控制(支持多路信号放大、混音、三级优先控制、音调调节)；授权操作管理功能，支持服务器统一配置管理用户及密码；支持数字音频时光流逝的断点播放功能，确保广播同步效果；支持终端新配置注册时智能语音提示功能(如设备已连接)；支持15KVESD保护，内置网络隔离防雷处理电路；1路PC机下载IP地址串口，用于修改网络解码模块IP地址；支持多种呼叫策略，包括呼叫等待、呼叫转移、无人接听提醒；支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音；内置会议调度管理功能，支持会议讨论模式；扩展方便，不受地理位置限制，无需增加机房管理设备；</p> <p>网络接口：标准RJ45 电源：DC 12V/3AMIC 输入灵敏度：10mV 最大功耗：≤10W 线路输入电平：400mV 显示屏尺寸：7英寸内</p>	个	6.00	2168.00	13008.00	
8	开墙槽	国标	DN20	m	274.20	2.20	603.24	
9	前置四分区定压功放100W	海康威视	<p>高档铝质2U黑色拉丝面板，机柜式安装，美观大方；设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计；采用高速工业级芯片，启动时间小于1s；设有100V、70V定压输出和4~16Ω定阻输出；五路信号输入(三路话筒、二路线路)；</p> <p>1路音频信号辅助输出接口，可扩展外接功率放大器；各通道音量独立可调，具有高音和低音调节；</p>	个	1.00	972.00	972.00	

			<p>MIC1 自动静音设有调节开关, 可调节范围: 0 到-30dB; 具有 5 单元 LED 电平指示, 便于观察信号输出状态; 三线制音控强切输出接口, 不限音控数量; 内置 DC24V 电源输出, 用于强切 4 线制音控器; 1 组短路信号输入, 通过软件设置可触发本机报警; 1 组短路信号触发输出, 用于驱动其它联动设备; 内置 1 路网络硬件音频解码模块, 支持 TCP/IP、UDP、IGMP(组播) 协议; 实现网络化传输 16 位立体声 CD 音质的音频信号; 支持 1000 级自定义音频优先级静音控制; 支持 PSTN 电话广播, 支持短信语音广播; 支持手机 WIFI 点播, 支持无线遥控器 点播; 支持服务器统一授权操作管理功能, 统一配置管理用户及密码; 支持 DHCP, 兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem 、 Internet、2G、3G、4G、组播、单播等任意网络结构; 支持终端新配置注册时智能语音提示功能(如设备已连接); 支持 15KVESD 保护, 内置网络隔离防雷处理电路; 1 路 PC 机下载 IP 地址串口, 用于修改网络解码模块 IP 地址; 数字网络化产品, 扩容方便, 不受地理位置限制, 无需增加机房管理设备; 采用共网免线路施工的设计理念, 安装简便; 散热风扇采用智能温度控制启动; 待机功率小于 3W, 满足国家环保节能认证标准; 具有完善的输出短路保护和超温保护功能; 网络接口: RJ45; 传输速率: 100Mbps; 支持协议: TCP/IP, UDP, IGMP(组播); 音频格 MP3/MP2; 音频模式: 16 位立体声 CD 音质; 采样率: 8K~48K; 比特率: 8K~512Kbps; LINE OUT 输出电平: 775mV, 2 位莲花座; LINE OUT 输出阻抗: 470 Ω; AUX 输入灵敏度: 70mV (非平衡); MIC 输入灵敏度: 5~10mV (非平衡); 高音提升、衰减: ±12dB; 低音提升 衰减: ±12dB;</p>					
10	前置四分区定压功放 150W	海康威视	<p>高档铝质 2U 黑色拉丝面板, 机柜式安装, 美观大方; 设备采用嵌入式计算机技术和 DSP 音频处理技术设计; 采用高速工业级芯片, 启动时间小于 1s; 设有 100V、70V 定压输出和 4~16Ω 定阻输出; 五路信号输入(三路话筒、二路线路); 1 路音频信号辅助输出接口, 可扩展外接功率放大器; 各通道音量独立可调, 具有高音和低音调节; MIC1 自动静音设有调节开关, 可调节范围: 0 到-30dB; 具有 5 单元 LED 电平指示, 便于观察信号输出状态; 三线制音控强切输出接口, 不限音控数量; 内置 DC24V 电源输出, 用于强切 4 线制音控器; 1 组短路信号输入, 通过软件设置可触发本机报警; 1 组短路信号触发输出, 用于驱动其它联动设备; 内置 1 路网络硬件音频解码模块, 支持 TCP/IP、UDP、IGMP(组播) 协议; 实现网络化传输 16 位立体声 CD 音质的音频信号;</p>	个	2.00	1450.00	2900.00	

			<p>支持 1000 级自定义音频优先级静音控制；支持 PSTN 电话广播，支持短信语音广播；支持手机 WIFI 点播，支持无线遥控器点播；支持服务器统一授权操作管理功能，统一配置管理用户及密码；支持 DHCP，兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G、组播、单播等任意网络结构；支持终端新配置注册时智能语音提示功能（如设备已连接）；支持 15KVESD 保护，内置网络隔离防雷处理电路；</p> <p>1 路 PC 机下载 IP 地址串口，用于修改网络解码模块 IP 地址；</p> <p>数字网络化产品，扩容方便，不受地理位置限制，无需增加机房管理设备；</p> <p>采用共网免线路施工的设计理念，安装简便；散热风扇采用智能温度控制启动；待机功率小于 3W，满足国家环保节能认证标准；具有完善的输出短路保护和超温保护功能；</p> <p>网络接口：RJ45；传输速率：100Mbps；支持协议：TCP/IP, UDP, IGMP(组播)；音频格 MP3/MP2；音频模式：16 位立体声 CD 音质；采样率：8K~48K；比特率：8K~512Kbps；LINE OUT 输出电平：775mV，2 位莲花座；</p> <p>LINE OUT 输出阻抗：470 Ω；AUX 输入灵敏度：70mV（非平衡）；MIC 输入灵敏度：5~10mV（非平衡）；高音提升、衰减：±12dB；低音提升 衰减：±12dB；</p>				
11	前置四分区定压功放 250W	海康威视	<p>高档铝质 2U 黑色拉丝面板，机柜式安装，美观大方；设备采用嵌入式计算机技术和 DSP 音频处理技术设计；采用高速工业级芯片，启动时间小于 1s；设有 100V、70V 定压输出和 4~16 Ω 定阻输出；五路信号输入（三路话筒、二路线路）；</p> <p>1 路音频信号辅助输出接口，可扩展外接功率放大器；</p> <p>各通道音量独立可调，具有高音和低音调节；</p> <p>MIC1 自动静音设有调节开关，可调节范围：0 到-30dB；</p> <p>具有 5 单元 LED 电平指示，便于观察信号输出状态；</p> <p>三线制音控强切输出接口，不限音控数量；</p> <p>内置 DC24V 电源输出，用于强切 4 线制音控器；</p> <p>1 组短路信号输入，通过软件设置可触发本机报警；1 组短路信号触发输出，用于驱动其它联动设备；</p> <p>内置 1 路网络硬件音频解码模块，支持 TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议；实现网络化传输 16 位立体声 CD 音质的音频信号；</p> <p>支持 1000 级自定义音频优先级静音控制；支持 PSTN 电话广播，支持短信语音广播；支持手机 WIFI 点播，支持无线遥控器点播；支持服务器统一授权操作管理功能，统一配置管理用户及密码；支持 DHCP，兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G、组播、单播等任意网络结构；支持终端新配置注册时智能语音提示功能（如设备已连接）；支持 15KVESD 保护，内置网络隔离防雷处理电路；</p> <p>1 路 PC 机下载 IP 地址串口，用于修改网络解码模块 IP 地址；</p>	个	2.00	1450.00	2900.00

			<p>数字网络化产品，扩容方便，不受地理位置限制，无需增加机房管理设备；</p> <p>采用共网免线路施工的设计理念，安装简便；散热风扇采用智能温度控制启动；待机功率小于 3W，满足国家环保节能认证标准；具有完善的输出短路保护和超温保护功能；</p> <p>网络接口：RJ45；传输速率：100Mbps；支持协议：TCP/IP，UDP，IGMP(组播)；音频格 MP3/MP2；音频模式：16 位立体声 CD 音质；采样率：8K~48K；比特率：8K~512Kbps；LINE OUT 输出电平：775mV，2 位莲花座；</p> <p>LINE OUT 输出阻抗：470 Ω；AUX 输入灵敏度：70mV（非平衡）；MIC 输入灵敏度：5~10mV（非平衡）；高音提升、衰减：±12dB；低音提升 衰减：±12dB；</p>					
12	前置四分区定压功放 60W	海康威视	<p>高档铝质 2U 黑色拉丝面板，机柜式安装，美观大方；设备采用嵌入式计算机技术和 DSP 音频处理技术设计；采用高速工业级芯片，启动时间小于 1s；设有 100V、70V 定压输出和 4~16Ω 定阻输出；五路信号输入（三路话筒、二路线路）；</p> <p>1 路音频信号辅助输出接口，可扩展外接功率放大器；</p> <p>各通道音量独立可调，具有高音和低音调节；</p> <p>MIC1 自动静音设有调节开关，可调节范围：0 到-30dB；</p> <p>具有 5 单元 LED 电平指示，便于观察信号输出状态；</p> <p>三线制音控强切输出接口，不限音控数量；</p> <p>内置 DC24V 电源输出，用于强切 4 线制音控器；</p> <p>1 组短路信号输入，通过软件设置可触发本机报警；1 组短路信号触发输出，用于驱动其它联动设备；</p> <p>内置 1 路网络硬件音频解码模块，支持 TCP/IP、UDP、IGMP(组播) 协议；实现网络化传输 16 位立体声 CD 音质的音频信号；</p> <p>支持 1000 级自定义音频优先级静音控制；支持 PSTN 电话广播，支持短信语音广播；支持手机 WIFI 点播，支持无线遥控器</p> <p>点播；支持服务器统一授权操作管理功能，统一配置管理用户及密码；支持 DHCP，兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem</p> <p>、Internet、2G、3G、4G、组播、单播等任意网络结构；支持终端新配置注册时智能语音提示功能（如设备已连接）；支持 15KVESD 保护，内置网络隔离防雷处理电路；</p> <p>1 路 PC 机下载 IP 地址串口，用于修改网络解码模块 IP 地址；</p> <p>数字网络化产品，扩容方便，不受地理位置限制，无需增加机房管理设备；</p> <p>采用共网免线路施工的设计理念，安装简便；散热风扇采用智能温度控制启动；待机功率小于 3W，满足国家环保节能认证标准；具有完善的输出短路保护和超温保护功能；</p> <p>网络接口：RJ45；传输速率：100Mbps；支持协议：TCP/IP，UDP，IGMP(组播)；音频格 MP3/MP2；音频模式：16 位立体声 CD 音质；采样率：8K~48K；比特率：8K~512Kbps；LINE</p>	个	1.00	921.00	921.00	

			OUT 输出电平：775mV，2 位莲花座； LINE OUT 输出阻抗：470 Ω；AUX 输入灵敏度：70mV（非平衡）；MIC 输入灵敏度：5~10mV（非平衡）；高音提升、衰减：±12dB；低音提升 衰减：±12dB；					
13	吸顶扬声器	海康威视	额定功率：3W/6W 输入电压：70V/100V 灵敏度：94±3dB 频率响应：150Hz-15kHz 开孔尺寸：Ø165 装饰罩尺寸：Ø185 材质：ABS 重量：0.8kg 构成：5" x1	个	93.00	52.00	4836.00	
14	信号发生器	海康威视	1.名称：信号发生器 2.其他：详见图纸和相关文件	个	6.00	1868.00	11208.00	
15	音量控制器	海康威视	1、设有 10 路输入通道：包括 5 路话筒（MIC）输入，3 路标准线路你好（AUX）输入，2 路紧急线路输入。 2、话筒 1（MIC1）具有最高优先，强行切入优先功能。 3、其次是紧急输入（ENC1、2）为第二级优先，话筒（MIC1、2、3、4、5）与线路（AUX1、2、3）输入为第三级。 4、话筒（MIC）输入通道和线路（AUX）输入通道均可独立调校音量，紧急音频信号输入无音量调节，自动默音至-30dB，设有高音（TREBLE）和低音（BASS）独立调节。 5、2U 标准机箱设计，铝合金面板，美观实用。 6、箱体尺寸 485*88*340mm。 7、电源功耗为 15W。 规格参数： 话筒输入：600ohms (Ω)，10mV (-54dBV)，不平衡 线路输入：10K ohms (Ω)/250mV (-10dBV) 不平衡 频率响应：60Hz~18KHz 非线性失真：THD<0.1%at 1KHz 通信速度：4800bps 信噪比：话筒:65dB 线路:85dB 线路输出：600ohms (Ω)，1V，不平衡 电源：AC220V 240V/50 60Hz 功耗：10-15W 尺寸：485*340*88mm 重量：7.0 kg	个	41.00	31.00	1271.00	
16	开关盒	鸿雁	1、名称：开关盒、插座盒 钢制 暗装	个	61.00	9.66	589.26	
17	焊接钢管	天津利达	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC20	m	336.50	18.81	6329.57	

			3、配置形式：沿砖、混凝土结构明敷，含接地						
18	配线	力安	RVSP4*0.75	m	336.50	4.84	1628.66		
19	房间多功能控制器	海康威视	吊顶内安装	个	61.00	1680.00	102480.00		
20	开墙槽	国标	DN20	m	7.20	2.20	15.84		
21	交换机	海康威视	1.名称：交换机 2.其他：详见图纸和相关文件	个	2.00	1200.00	2400.00		
	小计						201996.04		
	合计						1145815.90		
工程名称：暖通工程									
序号	项目名称	品牌	项目特征/规格型号（或具体服务）	计量单位	工程量	单价	合价	备注	
一	排风系统								
1	排风机-PFJ-PCR-201	越舜	1.名称：离心排风机 PFJ-PCR-201 2.规格：1200m ³ /h；余压：400Pa；电压：220V；功率：0.7kw； 3.安装方式：吊装；静音型； 4.联动控制要求：与机组 FAU-PCR-201 联动； 5.减振底座形式、数量：减振器、支架制作安装、刷油防腐 按设计要求，详见图纸；	台	1.00	2091.43	2091.43		
2	排风机-PFJ-PCR-202	越舜	1.名称：管道式离心排风机 PFJ-PCR-202 2.风量：1500m ³ /h；余压：700Pa；电压：220V；功率：1.5kw； 3.安装方式：落地安装室外型；H13 高效排风箱； 4.联动控制要求：与机组 FAU-PCR-201 联动； 5.减振底座形式、数量：减振器、支架制作安装、刷油防腐 按设计要求，详见图纸；	台	1.00	5248.75	5248.75		
3	排风机-PFJ-PCR-203	越舜	1.名称：离心排风机 PFJ-PCR-203 2.规格：2000m ³ /h；余压：700Pa；电压：380V；功率：1.5kw； 3.安装方式：落地安装室外型；带 H13 高效排风箱； 4.联动控制要求：与机组 FAU-PCR-201 联动； 5.减振底座形式、数量：减振器、支架制作安装、刷油防腐 按设计要求，详见图纸；	台	1.00	5757.95	5757.95		
4	排风机-PFJ-PCR-204	越舜	1.名称：离心排风机 PFJ-PCR-204 2.规格：1400m ³ /h；余压：400Pa；电压：220V；功率：0.7kw 3.安装方式：落地安装室外型 4.联动控制要求：与机组 FAU-PCR-201 联动；	台	1.00	2316.10	2316.10		

			5.减振底座形式、数量 :减振器、支架制作安装、刷油防腐按设计要求, 详见图纸;					
5	排风机-PFJ-PCR-205	越舜	1.名称 :离心排风机 PFJ-PCR-205 2.规格: 1000m3/h; 余压: 400Pa; 电压: 220V; 功率: 0.7kw; ; 3.安装方式: 落地安装室外型 4.联动控制要求: 与机组 FAU-PCR-201 联动; 5.减振底座形式、数量 :减振器、支架制作安装、刷油防腐按设计要求, 详见图纸;	台	1.00	2199.25	2199.25	
6	排风机-PFJ-PCR-206	越舜	1.名称 :离心排风机 PFJ-PCR-206 2.规格: 400m3/h; 余压: 150Pa; 电压: 220V; 功率: 0.15kw; 3.安装方式: 吊装; 静音型; 4.联动控制要求: 独立启动 ; 5.减振底座形式、数量 :减振器、支架制作安装、刷油防腐按设计要求, 详见图纸;	台	1.00	1367.05	1367.05	
7	排风机-PFJ-GY-401-1	越舜	1.名称 :离心排风机 PFJ-GY-401-1 2.规格: 1700m3/h; 余压: 350Pa; 电压: 220V; 功率: 0.75kw 3.安装方式: 落地安装室外型 4.联动控制要求: 与机组 FAU-GY-401 联动; 5.减振底座形式、数量 :减振器、支架制作安装、刷油防腐按设计要求, 详见图纸;	台	1.00	2609.65	2609.65	
8	排风机-PFJ-GY-402-1	越舜	1.名称 :离心排风机 PFJ-GY-402-1 2.规格: 800m3/h; 余压: 350Pa; 电压: 220V; 功率: 0.55kw 3.安装方式: 落地安装室外型 4.联动控制要求: 与机组 FAU-GY-402 联动; 5.减振底座形式、数量 :减振器、支架制作安装、刷油防腐按设计要求, 详见图纸;	台	1.00	4509.65	4509.65	
9	排风机-PFJ-GY-402-2	越舜	1.名称 :管道式离心排风机 PFJ-GY-402-2 2.规格: 600m3/h; 余压: 300Pa; 电压: 220V; 功率: 0.35kw 3.安装方式: 落地安装室外型 4.联动控制要求: 与机组 FAU-GY-402 联动; 5.减振底座形式、数量 :减振器、支架制作安装、刷油防腐按设计要求, 详见图纸;	台	1.00	1206.50	1206.50	
10	排风机-PFJ-GY-402-3	越舜	1.名称 :管道式离心排风机 PFJ-GY-402-3 2.规格: 400m3/h; 余压: 300Pa; 电压: 220V; 功率: 0.245kw 3.安装方式: 落地安装室外型 4.联动控制要求: 与机组 FAU-GY-402 联动; 5.减振底座形式、数量 :减振器、支架制作安装、刷油防腐按设计要求, 详见图纸;	台	1.00	1206.50	1206.50	
11	排风机-PFJ-ICU-401	越舜	1.名称 :离心排风机 PFJ-ICU-401 2.规格: 8000m3/h; 余压: 1000Pa; 电压: 380V; 功率: 4kw 3.安装方式: 落地安装室外型; 带 H13 高效排风箱; 4.联动控制要求: 与机组 FAU-ICU-401 联动; 室外型, 无刷 EC 风	台	1.00	13650.55	13650.55	

			机, 0~10V 控制, 0~100%无极调速, 紫外线灭菌灯 5. 减振底座形式、数量 :减振器、支架制作安装、刷油防腐 按设计要求, 详见图纸;					
12	排风机-PFJ-ICU-401-1	越舜	1. 名称 :离心排风机 PFJ-ICU-401-1 2. 规格: 2000m ³ /h; 余压: 1000Pa; 电压: 380V; 功率: 1.1kw 3. 安装方式: 落地安装室外型; 带 H13 高效排风箱; 4. 联动控制要求: 与机组 FAU-ICU-401 联动; 室外型, 无刷 EC 风机, 0~10V 控制, 0~100%无极调速, 紫外线灭菌灯 5. 减振底座形式、数量 :减振器、支架制作安装、刷油防腐 按设计要求, 详见图纸;	台	1.00	11366.75	11366.75	
13	排风机-PFJ-ICU-402	越舜	1. 名称 :离心排风机 PFJ-ICU-402 2. 规格: 12000m ³ /h; 余压: 1000Pa; 电压: 380V; 功率: 5.5kw; 制冷量(KW): 22.8; 制热量(KW): 25.9; 装机功率(KW): 14.2; 3. 安装方式: 落地安装室外型; 带 H13 高效排风箱; 4. 联动控制要求: 与机组 FAU-ICU-402 联动; 室外型, 无刷 EC 风机, 热泵热回收系统与 FAU-ICU-402 匹配连接, 0 10V 控制, 0 100%无极调速, 紫外线灭菌; 5. 减振底座形式、数量 :减振器、支架制作安装、刷油防腐 按设计要求, 详见图纸;	台	1.00	44887.50	44887.50	
14	排风机-PFJ-ICU-403	越舜	1. 名称 :离心排风机 PFJ-ICU-403 2. 规格: 4000m ³ /h; 余压: 1000Pa; 电压: 380V; 功率: 2.2kw; 制冷量(KW): 12; 制热量(KW): 16; 装机功率(KW): 7.2; 3. 安装方式: 落地安装室外型; 带 H13 高效排风箱; 4. 联动控制要求: 与机组 FAU-ICU-403 联动; 室外型, 无刷 EC 风机, 热泵热回收系统与 FAU-ICU-403 匹配连接, 0 10V 控制, 0 100%无极调速, 紫外线灭菌; 5. 减振底座形式、数量 :减振器、支架制作安装、刷油防腐 按设计要求, 详见图纸;	台	1.00	38926.25	38926.25	
15	排风机-PFJ-ICU-404	越舜	1. 名称 :离心排风机 PFJ-ICU-404 2. 规格: 400m ³ /h; 余压: 250Pa; 电压: 220V; 功率: 0.245kw; 3. 安装方式: 吊装; 静音型, 离心管道机; 4. 联动控制要求: 与机组 FAU-ICU-404 联动; 5. 减振底座形式、数量 :减振器、支架制作安装、刷油防腐 按设计要求, 详见图纸;	台	1.00	1272.05	1272.05	
16	排风机-PFJ-ICU-405	越舜	1. 名称 :离心排风机 PFJ-ICU-405 2. 规格: 400m ³ /h; 余压: 300Pa; 电压: 220V; 功率: 0.245kw; 3. 安装方式: 吊装; 静音型, 离心管道机; 4. 联动控制要求: 独立启动 5. 减振底座形式、数量 :减振器、支架制作安装、刷油防腐 按设计要求, 详见图纸;	台	1.00	1272.05	1272.05	
18	排风机-PFJ-JY-205	越舜	1. 名称 :离心排风机 PFJ-JY-205 2. 规格: 3500m ³ /h; 余压: 800Pa; 电压: 380V; 功率: 2.2kw;	台	1.00	7567.70	7567.70	

			<p>3. 安装方式：落地安装； 室外型, 玻璃钢风机, 带活性炭过滤箱, 带风速传感器, 可调风量;</p> <p>4. 联动控制要求： 与机组 FAU-JY-202 联动</p> <p>5. 减振底座形式、数量 : 减振器、 支架制作安装、 刷油防腐 按设计要求, 详见图纸;</p>					
19	排风机-PFJ-JY-206	越舜	<p>1. 名称 : 离心排风机 PFJ-JY-206</p> <p>2. 规格: 1600m³/h; 余压: 600Pa; 电压: 220V; 功率: 0.75kw;</p> <p>3. 安装方式：落地安装； 室外型, 带 H13 高效排风箱;</p> <p>4. 联动控制要求： 与机组 FAU-JY-202 联动</p> <p>5. 减振底座形式、数量 : 减振器、 支架制作安装、 刷油防腐 按设计要求, 详见图纸;</p>	台	1.00	4391.85	4391.85	
20	排风机-PFJ-SS-301-1	越舜	<p>1. 名称 : 离心排风机 PFJ-SS-301-1</p> <p>2. 规格: 300m³/h; 余压: 650Pa; 电压: 380V; 功率: 1.1kw;</p> <p>3. 安装方式：落地安装； 静音型, 离心管道机, 室外型;</p> <p>4. 联动控制要求： 与 AHU-SS-301 机组联动</p> <p>5. 减振底座形式、数量 : 减振器、 支架制作安装、 刷油防腐 按设计要求, 详见图纸;</p>	台	1.00	3819.00	3819.00	
21	排风机-PFJ-SS-301-2	越舜	<p>1. 名称 : 离心排风机 PFJ-SS-301-2</p> <p>2. 规格: 3200m³/h; 余压: 850Pa; 电压: 380V; 功率: 1.5kw;</p> <p>3. 安装方式：落地安装； 静音型, 离心管道机, 室外型;</p> <p>4. 联动控制要求： 与 AHU-SS-301 机组联动</p> <p>5. 减振底座形式、数量 : 减振器、 支架制作安装、 刷油防腐 按设计要求, 详见图纸;</p>	台	1.00	4648.35	4648.35	
22	排风机-PFJ-SS-302-1	越舜	<p>1. 名称 : 离心排风机 PFJ-SS-302-1</p> <p>2. 规格: 300m³/h; 余压: 650Pa; 电压: 380V; 功率: 1.1kw;</p> <p>3. 安装方式：落地安装； 静音型, 离心管道机, 室外型;</p> <p>4. 联动控制要求： 与 AHU-SS-301 机组联动</p> <p>5. 减振底座形式、数量 : 减振器、 支架制作安装、 刷油防腐 按设计要求, 详见图纸;</p>	台	1.00	3629.95	3629.95	
23	排风机-PFJ-SS-301-3	越舜	<p>1. 名称 : 离心排风机 PFJ-SS-301-3</p> <p>2. 规格: 1200m³/h; 余压: 700Pa; 电压: 220V; 功率: 1.1kw;</p> <p>3. 安装方式：落地安装； 静音型, 离心管道机, 室外型;</p> <p>4. 联动控制要求： 与 AHU-SS-301 机组联动</p> <p>5. 减振底座形式、数量 : 减振器、 支架制作安装、 刷油防腐 按设计要求, 详见图纸;</p>	台	1.00	3629.95	3629.95	
24	排风机-PFJ-SS-302-2	越舜	<p>1. 名称 : 离心排风机 PFJ-SS-302-2</p> <p>2. 规格: 3200m³/h; 余压: 850Pa; 电压: 380V; 功率: 1.5kw;</p> <p>3. 安装方式：落地安装； 静音型, 离心管道机, 室外型;</p> <p>4. 联动控制要求： 与 AHU-SS-302 机组联动</p> <p>5. 减振底座形式、数量 : 减振器、 支架制作安装、 刷油防腐 按设计要求, 详见图纸;</p>	台	1.00	4180.95	4180.95	

25	排风机-PFJ-SS-302-3	越舜	1.名称 :离心排风机 PFJ-SS-302-3 2.规格: 500m3/h; 余压: 650Pa; 电压: 380V; 功率: 1.1kw; 3.安装方式: 落地安装; 静音型,离心管道机,室外型; 4.联动控制要求: 与 AHU-SS-302 机组联动 5.减振底座形式、数量 :减振器、支架制作安装、刷油防腐 按设计要求, 详见图纸;	台	1.00	3629.95	3629.95	
26	排风机-PFJ-SS-303	越舜	1.名称 :离心排风机 PFJ-SS-303 2.规格: 12000m3/h; 余压: 1000Pa; 电压: 380V; 功率: 5.5kw; 3.安装方式: 落地安装; 室外型,无刷 EC 风机,0 10V 控制,0~100%无极调速,紫外线灭菌灯; 4.联动控制要求: 与 FAU-SS-301 机组联动 5.减振底座形式、数量 :减振器、支架制作安装、刷油防腐 按设计要求, 详见图纸;	台	1.00	73387.50	73387.50	
27	排风机-PFJ-SS-304	越舜	1.名称 :离心排风机 PFJ-SS-304 2.规格: 8000m3/h; 余压: 1000Pa; 电压: 380V; 功率: 4kw; 3.安装方式: 落地安装; 室外型,无刷 EC 风机,热泵热回收系统与 FAU-SS-302 匹配连接,0~10V 控制,0~100%无极调速,紫外线灭菌灯; 4.联动控制要求: 与 FAU-SS-301 机组联动 5.减振底座形式、数量 :减振器、支架制作安装、刷油防腐 按设计要求, 详见图纸;	台	1.00	38199.50	38199.50	
28	排风机-PFJ-SS-307	越舜	1.名称 :离心排风机 PFJ-SS-307 2.规格: 600m3/h; 余压: 220Pa; 电压: 220V; 功率: 0.35kw; 3.安装方式: 落地安装; 防爆风机,室外型; 4.联动控制要求: 独立启停 5.减振底座形式、数量 :减振器、支架制作安装、刷油防腐 按设计要求, 详见图纸;	台	1.00	2847.15	2847.15	
29	排风机-PFJ-SX-301	越舜	1.名称 :排风机-PFJ-SX-301 2.规格: 600m3/h; 余压: 300Pa; 电压: 220V; 功率: 0.55kw; 3.安装方式: 落地安装; 静音型,离心管道机,室外型; 4.联动控制要求: 与 FAU-SX-301 联动 5.减振底座形式、数量 :减振器、支架制作安装、刷油防腐 按设计要求, 详见图纸;	台	1.00	2033.00	2033.00	
30	排风机-PFJ-SX-302	越舜	1.名称 :排风机-PFJ-SX-302 2.规格: 1500m3/h; 余压: 500Pa; 电压: 220V; 功率: 0.75kw; 3.安装方式: 落地安装; 静音型,离心管道机,室外型; 4.联动控制要求: 与 FAU-SX-301 联动 5.减振底座形式、数量 :减振器、支架制作安装、刷油防腐 按设计要求, 详见图纸;	台	1.00	2490.90	2490.90	
31	排风机-PFJ-GY-401-2	越舜	1.名称 :排风机-PFJ-GY-401-2 2.规格: 400m3/h; 余压: 350Pa; 电压: 220V; 功率: 0.245kw; 3.安装方式: 落地安装; 静音型,离心管道机,室外型;	台	1.00	2033.00	2033.00	

			4.联动控制要求：与FAU-GY-401机组联动 5.减振底座形式、数量：减振器、支架制作安装、刷油防腐 按设计要求，详见图纸；					
32	排风机-PFJ-GY-403	越舜	1.名称：排风机-PFJ-GY-403 2.规格：1500m ³ /h；余压：300Pa；电压：220V；功率：0.75kw； 3.安装方式：落地安装；静音型，离心管道机，室外型； 4.联动控制要求：与FAU-GY-403机组联动，与灭菌设备启停联动 5.减振底座形式、数量：减振器、支架制作安装、刷油防腐 按设计要求，详见图纸；	台	1.00	2492.80	2492.80	
33	排风机-PFJ-SS-305	越舜	1.名称：排风机-PFJ-SS-305 2.规格：300m ³ /h；余压：300Pa；电压：220V；功率：0.245kw； 3.安装方式：落地安装；静音型，离心管道机，室外型； 4.联动控制要求：与FAU-SS-303机组联动 5.减振底座形式、数量：减振器、支架制作安装、刷油防腐 按设计要求，详见图纸；	台	1.00	2033.00	2033.00	
34	排风机-PFJ-SS-306	越舜	1.名称：排风机-PFJ-SS-306 2.规格：400m ³ /h；余压：300Pa；电压：220V；功率：0.245kw； 3.安装方式：落地安装；静音型，离心管道机，室外型； 4.联动控制要求：独立启停 5.减振底座形式、数量：减振器、支架制作安装、刷油防腐 按设计要求，详见图纸；	台	1.00	2033.00	2033.00	
35	排风机-PFJ-SS-308	越舜	1.名称：排风机-PFJ-SS-308 2.规格：600m ³ /h；余压：220Pa；电压：220V；功率：0.35kw； 3.安装方式：落地安装；静音型，离心管道机，室外型； 4.联动控制要求：与FAU-SS-303机组联动 5.减振底座形式、数量：减振器、支架制作安装、刷油防腐 按设计要求，详见图纸；	台	1.00	2033.00	2033.00	
36	排风机-PFJ-JY-201	越舜	1.名称：排风机-PFJ-JY-201 2.规格：风量1300m ³ /h；静压：250Pa；电压：220V；功率：0.24kw； 3.安装方式：吊装；静音型，离心管道机，室外型； 4.联动控制要求：与机组FAU-JY-201联动 5.减振底座形式、数量：减振器、支架制作安装、刷油防腐 按设计要求，详见图纸；	台	1.00	2185.95	2185.95	
37	排风机-PFJ-JY-202	越舜	1.名称：排风机-PFJ-JY-202 2.规格：风量1600m ³ /h；静压：300Pa；电压：220V；功率：0.35kw； 3.安装方式：吊装；静音型，离心管道机，室外型； 4.联动控制要求：与机组FAU-JY-201联动 5.减振底座形式、数量：减振器、支架制作安装、刷油防腐 按设计要求，详见图纸；	台	1.00	2492.80	2492.80	
38	排风机-PFJ-JY-203	越舜	1.名称：排风机-PFJ-JY-203 2.规格：风量400m ³ /h；静压：150Pa；电压：220V；功率：0.15kw； 3.安装方式：吊装；静音型，离心管道机，室外型；	台	1.00	2033.00	2033.00	

			4.联动控制要求：独立启停 5.减振底座形式、数量：减振器、支架制作安装、刷油防腐 按设计要求，详见图纸；					
39	排风机-PFJ-JY-204	越舜	1.名称：排风机-PFJ-JY-204 2.规格：风量 800m ³ /h；静压：150Pa；电压：220V；功率：0.15kw； 3.安装方式：吊装；静音型，离心管道机，室外型； 4.联动控制要求：与机组 FAU-JY-202 联动 5.减振底座形式、数量：减振器、支架制作安装、刷油防腐 按设计要求，详见图纸；	台	1.00	2033.00	2033.00	
40	排风机-PFJ-JY-205	越舜	1.名称：排风机-PFJ-JY-205 2.规格：风量 3500m ³ /h；静压：800Pa；电压：380V；功率：2.2kw； 3.安装方式：落地安装；室外型，玻璃钢风机，带活性炭过 滤箱，带风速传感器，可调风量； 4.联动控制要求：与机组 FAU-JY-202 联动 5.减振底座形式、数量：减振器、支架制作安装、刷油防腐 按设计要求，详见图纸；	台	1	8179.50	8179.50	
41	排风机-PFJ-JY-206	越舜	1.名称：排风机-PFJ-JY-206 2.规格：风量 1600m ³ /h；静压：600Pa；电压：220V；功率：0.75kw； 3.安装方式：落地安装；室外型，带 H13 高效排风箱； 4.联动控制要求：与机组 FAU-JY-202 联动 5.减振底座形式、数量：减振器、支架制作安装、刷油防腐 按设计要求，详见图纸；	台	1	5339.95	5339.95	
42	天花板管道式换气扇	越舜	1.名称：排风扇 EFP-1 2.风量：80m ³ /h；余压：105Pa；电压：220V；功率：23W 3.联动方式：独立启动 自带止回阀 4.减振底座形式、数量：减振器、支架制作安装、刷油防腐 按设计要求，详见图纸	个	5	842.65	4213.25	
43	天花板管道式换气扇	越舜	1.名称：排风扇 EFP-2 2.风量：150m ³ /h；余压：150Pa；电压：220V；功率：25W 3.联动方式：独立启动 自带止回阀 4.减振底座形式、数量：减振器、支架制作安装、刷油防腐 按设计要求，详见图纸	个	2	885.40	1770.80	
44	天花板管道式换气扇	越舜	1.名称：排风扇 EFP-3 2.风量：250m ³ /h；余压：220Pa；电压：220V；功率：32W 3.联动方式：独立启动 自带止回阀 4.减振底座形式、数量：减振器、支架制作安装、刷油防腐 按设计要求，详见图纸	个	5	1100.10	5500.50	
45	天花板管道式换气扇	越舜	1.名称：排风扇 EFP-4 2.风量：300m ³ /h；余压：220Pa；电压：220V；功率：40W 3.联动方式：独立启动 自带止回阀 4.减振底座形式、数量：减振器、支架制作安装、刷油防腐 按设计要求，详见图纸	个	7	1195.10	8365.70	

46	门铰型单层百叶顶排风口-GP5	越舜	带排风箱,含低阻 H13 高效过滤器,风量 650m3/h	个	2.00	1228.35	2456.70	
47	门铰型单层百叶顶排风口-P5	越舜	含过滤网,风量 650m3/h	个	119.00	351.50	41828.50	
48	门铰型单层百叶顶排风口-P6	越舜	含过滤网,风量 1500m3/h	个	13.00	646.95	8410.35	
49	门铰型竖向百叶下新风口-XF1	越舜	带排风箱,含低阻 F6 中效过滤器,风量 350m3/h	个	2.00	422.75	845.50	
50	门铰型竖向百叶下排风口-ZP1	越舜	带排风箱,含低阻 F6 中效过滤器,风量 350m3/h	个	3.00	549.10	1647.30	
51	门铰型单层百叶顶排风口-ZP5	越舜	带回风箱,含低阻 F6 中效过滤器,风量 650m3/h	个	1.00	694.45	694.45	
52	门铰型竖向百叶下回风口-GP1	越舜	带排风箱,含低阻 H13 高效过滤器,风量 350m3/h	个	1.00	908.20	908.20	
53	门铰型竖向百叶下回风口-P2	越舜	带排风箱,含初效过滤网,风量 550m3/h	个	15.00	312.55	4688.25	
54	门铰型竖向百叶下排风口-GP3	越舜	带排风箱,含低阻 H13 高效过滤器,风量 850m3/h	个	8.00	1031.70	8253.60	
55	门铰型竖向百叶下排风口-ZH3	越舜	带回风箱,含低阻 F6 中效过滤器,风量 850m3/h	个	4.00	866.40	3465.60	
56	门铰型竖向百叶下排风口-ZP2	越舜	带排风箱,含低阻 F6 中效过滤器,风量 550m3/h	个	5.00	621.30	3106.50	
57	门铰型竖向百叶下排风口-ZP3	越舜	带排风箱,含低阻 F6 中效过滤器,风量 850m3/h	个	4.00	864.50	3458.00	
58	门铰型竖向百叶下回风口-P1	越舜	带回风箱,含初效过滤网,风量 350m3/h	个	41.00	440.80	18072.80	
59	门铰型竖向百叶下排风口-GP2	越舜	带排风箱,含低阻 H13 高效过滤器,风量 550m3/h	个	6.00	961.40	5768.40	
60	防雨防虫百叶	越舜	1.名称 :防雨防虫百叶 2.规格 :600*300 3.材质 :铝合金	个	1.00	127.30	127.30	
61	防雨防虫百叶	越舜	1.名称 :防雨防虫百叶 2.规格 :600*400 3.材质 :铝合金	个	3.00	161.50	484.50	
62	防雨防虫百叶	越舜	1.名称 :防雨防虫百叶 2.规格 :600*600 3.材质 :铝合金	个	1.00	247.00	247.00	
63	防雨防虫百叶	越舜	1.名称 :防雨防虫百叶 2.规格 :1000*400 3.材质 :铝合金	个	2.00	272.65	545.30	

64	防雨防虫百叶	越舜	1.名称 :防雨防虫百叶 2.规格 :1200*400 3.材质 :铝合金	个	1.00	326.80	326.80	
65	防雨防虫百叶	越舜	1.名称 :防雨防虫百叶 2.规格 :1200*600 3.材质 :铝合金	个	1.00	490.20	490.20	
66	防雨防虫百叶	越舜	1.名称 :防雨防虫百叶 2.规格 :1200*800 3.材质 :铝合金	个	4.00	653.60	2614.40	
67	防雨防虫百叶	越舜	1.名称 :防雨防虫百叶 2.规格 :1200*1200 3.材质 :铝合金	个	2.00	980.40	1960.80	
68	防雨防虫百叶	越舜	1.名称 :防雨防虫百叶 2.规格 :1600*800 3.材质 :铝合金	个	1.00	872.10	872.10	
69	防雨防虫百叶	越舜	1.名称 :防雨防虫百叶 2.规格 :2000*800 3.材质 :铝合金	个	1.00	1089.65	1089.65	
70	净化通风管道	吉吉通	1.名称 :矩形净化通风管道 2.材质 :镀锌钢板, 镀锌层厚度 100g/m ² 3.规格 :长边长≤1000mm 4.板材厚度 : δ 0.75mm 5.管件、法兰等附件及支架设计要求 :按设计要求, 详见图纸 6.接口形式 :法兰连接 7.支架制作安装, 刷油防腐按设计要求, 详见图纸	m ²	118.38	193.80	22942.04	
71	净化通风管道	吉吉通	1.名称 :矩形净化通风管道 2.材质 :镀锌钢板, 镀锌层厚度 100g/m ² 3.规格 :长边长≤630mm 4.板材厚度 : δ 0.6mm 5.管件、法兰等附件及支架设计要求 :按设计要求, 详见图纸 6.接口形式 :法兰连接 7.支架制作安装, 刷油防腐按设计要求, 详见图纸	m ²	1167.45	187.15	218488.27	
72	净化通风管道	吉吉通	1.名称 :矩形净化通风管道 2.材质 :镀锌钢板, 镀锌层厚度 100g/m ² 3.规格 :长边长≤320mm 4.板材厚度 : δ 0.5mm 5.管件、法兰等附件及支架设计要求 :按设计要求, 详见图纸 6.接口形式 :法兰连接 7.支架制作安装, 刷油防腐按设计要求, 详见图纸	m ²	1894.36	182.40	345531.26	
73	柔性风管	吉吉通	1.名称 :柔性风管 2.材质 :帆布 3.管件、法兰等附件及支架设计要求 :按设计要求, 详见图纸	m ²	7.90	583.02	4605.82	

			4. 接口形式 :法兰连接 5. 支架制作安装, 刷油防腐按设计要求, 详见图纸					
74	70 ° 防火阀	越舜	1. 名称:70℃防烟防火阀 FD 2. 规格 :200*200 3. 材质 :镀锌钢板 4. 支架形式、材质 :支架制作安装、刷油防腐按设计要求	个	7.00	230.14	1610.96	
75	70 ° 防火阀	越舜	1. 名称:70℃防烟防火阀 FD 2. 规格 :200*250 3. 材质 :镀锌钢板 4. 支架形式、材质 :支架制作安装、刷油防腐按设计要求	个	1.00	243.68	243.68	
76	70 ° 防火阀	越舜	1. 名称:70℃防烟防火阀 FD 2. 规格 :250*200 3. 材质 :镀锌钢板 4. 支架形式、材质 :支架制作安装、刷油防腐按设计要求	个	65.00	243.68	15838.88	
77	70 ° 防火阀	越舜	1. 名称:70℃防烟防火阀 FD 2. 规格 :250*250 3. 材质 :镀锌钢板 4. 支架形式、材质 :支架制作安装、刷油防腐按设计要求	个	1.00	257.21	257.21	
78	70 ° 防火阀	越舜	1. 名称:70℃防烟防火阀 FD 2. 规格 :250*320 3. 材质 :镀锌钢板 4. 支架形式、材质 :支架制作安装、刷油防腐按设计要求	个	1.00	276.17	276.17	
79	70 ° 防火阀	越舜	1. 名称:70℃防烟防火阀 FD 2. 规格 :320*250 3. 材质 :镀锌钢板 4. 支架形式、材质 :支架制作安装、刷油防腐按设计要求	个	18.00	276.17	4970.97	
80	70 ° 防火阀	越舜	1. 名称:70℃防烟防火阀 FD 2. 规格 :320*320 3. 材质 :镀锌钢板 4. 支架形式、材质 :支架制作安装、刷油防腐按设计要求	个	3.00	295.12	885.35	
81	70 ° 防火阀	越舜	1. 名称:70℃防烟防火阀 FD 2. 规格 :400*200 3. 材质 :镀锌钢板 4. 支架形式、材质 :支架制作安装、刷油防腐按设计要求	个	5.00	284.29	1421.44	
82	70 ° 防火阀	越舜	1. 名称:70℃防烟防火阀 FD 2. 规格 :400*250 3. 材质 :镀锌钢板 4. 支架形式、材质 :支架制作安装、刷油防腐按设计要求	个	8.00	297.83	2382.60	
83	70 ° 防火阀	越舜	1. 名称:70℃防烟防火阀 FD 2. 规格 :400*320 3. 材质 :镀锌钢板 4. 支架形式、材质 :支架制作安装、刷油防腐按设计要求	个	2.00	316.78	633.56	

84	70 ° 防火阀	越舜	1.名称:70℃防烟防火阀 FD 2.规格 :400*400 3.材质 :镀锌钢板 4.支架形式、材质 :支架制作安装、刷油防腐按设计要求	个	4.00	338.44	1353.75	
85	70 ° 防火阀	越舜	1.名称:70℃防烟防火阀 FD 2.规格 :400*500 3.材质 :镀锌钢板 4.支架形式、材质 :支架制作安装、刷油防腐按设计要求	个	2.00	365.51	731.03	
86	70 ° 防火阀	越舜	1.名称:70℃防烟防火阀 FD 2.规格 :500*320 3.材质 :镀锌钢板 4.支架形式、材质 :支架制作安装、刷油防腐按设计要求	个	5.00	343.85	1719.26	
87	70 ° 防火阀	越舜	1.名称:70℃防烟防火阀 FD 2.规格 :500*400 3.材质 :镀锌钢板 4.支架形式、材质 :支架制作安装、刷油防腐按设计要求	个	12.00	365.51	4386.15	
88	70 ° 防火阀	越舜	1.名称:70℃防烟防火阀 FD 2.规格 :630*320 3.材质 :镀锌钢板 4.支架形式、材质 :支架制作安装、刷油防腐按设计要求	个	2.00	379.05	758.10	
89	70 ° 防火阀	越舜	1.名称:70℃防烟防火阀 FD 2.规格 :800*400 3.材质 :镀锌钢板 4.支架形式、材质 :支架制作安装、刷油防腐按设计要求	个	4.00	446.74	1786.95	
90	70 ° 防火阀	越舜	1.名称:70℃防烟防火阀 FD 2.规格 :800*500 3.材质 :镀锌钢板 4.支架形式、材质 :支架制作安装、刷油防腐按设计要求	个	3.00	473.81	1421.44	
91	70 ° 防火阀	越舜	1.名称:70℃防烟防火阀 FD 2.规格 :1000*500 3.材质 :镀锌钢板 4.支架形式、材质 :支架制作安装、刷油防腐按设计要求	个	6.00	527.96	3167.78	
92	70 ° 防火阀	越舜	1.名称:70℃防烟防火阀 FD 2.规格 : φ 200 3.材质 :镀锌钢板 4.支架形式、材质 :支架制作安装、刷油防腐按设计要求	个	2.00	276.17	552.33	
93	电动密闭阀	越舜	1.名称 :电动密闭阀 2.规格 :400*200 3.材质 :镀锌钢板 4.支架形式、材质 :支架制作安装、刷油防腐按设计要求	只	6.00	349.27	2095.61	
94	对开多页调节阀	越舜	1.名称 :对开多叶调节阀 2.规格 :200*200	只	31.00	97.47	3021.57	

			3. 材质 :镀锌钢板 4. 支架形式、材质 :支架制作安装、刷油防腐按设计要求					
95	对开多页调节阀	越舜	1. 名称 :对开多叶调节阀 2. 规格 :250*160 3. 材质 :镀锌钢板 4. 支架形式、材质 :支架制作安装、刷油防腐按设计要求	只	3.00	109.65	328.96	
96	对开多页调节阀	越舜	1. 名称 :对开多叶调节阀 2. 规格 :250*200 3. 材质 :镀锌钢板 4. 支架形式、材质 :支架制作安装、刷油防腐按设计要求	只	87.00	109.65	9539.88	
97	对开多页调节阀	越舜	1. 名称 :对开多叶调节阀 2. 规格 :320*200 3. 材质 :镀锌钢板 4. 支架形式、材质 :支架制作安装、刷油防腐按设计要求	只	20.00	139.44	2788.73	
98	对开多页调节阀	越舜	1. 名称 :对开多叶调节阀 2. 规格 :320*250 3. 材质 :镀锌钢板 4. 支架形式、材质 :支架制作安装、刷油防腐按设计要求	只	8.00	146.21	1169.64	
99	对开多页调节阀	越舜	1. 名称 :对开多叶调节阀 2. 规格 :400*160 3. 材质 :镀锌钢板 4. 支架形式、材质 :支架制作安装、刷油防腐按设计要求	只	1.00	158.39	158.39	
100	对开多页调节阀	越舜	1. 名称 :对开多叶调节阀 2. 规格 :400*200 3. 材质 :镀锌钢板 4. 支架形式、材质 :支架制作安装、刷油防腐按设计要求	只	4.00	175.99	703.95	
101	对开多页调节阀	越舜	1. 名称 :对开多叶调节阀 2. 规格 :400*250 3. 材质 :镀锌钢板 4. 支架形式、材质 :支架制作安装、刷油防腐按设计要求	只	2.00	194.94	389.88	
102	对开多页调节阀	越舜	1. 名称 :对开多叶调节阀 2. 规格 :500*400 3. 材质 :镀锌钢板 4. 支架形式、材质 :支架制作安装、刷油防腐按设计要求	只	2.00	219.31	438.62	
103	电动对开多叶调节阀	越舜	1. 名称 :电动对开多叶调节阀 2. 规格 :500*400 3. 材质 :镀锌钢板 4. 支架形式、材质 :支架制作安装、刷油防腐按设计要求	只	2.00	219.31	438.62	
104	止回阀	越舜	1. 名称 :风管止回阀 2. 规格 :200*200 3. 材质 :镀锌钢板 4. 支架形式、材质 :支架制作安装、刷油防腐按设计要求	只	1.00	347.91	347.91	

105	止回阀	越舜	1.名称 :风管止回阀 2.规格 :200*250 3.材质 :镀锌钢板 4.支架形式、材质 :支架制作安装、刷油防腐按设计要求	只	1.00	292.41	292.41	
106	止回阀	越舜	1.名称 :风管止回阀 2.规格 :250*200 3.材质 :镀锌钢板 4.支架形式、材质 :支架制作安装、刷油防腐按设计要求	只	16.00	347.91	5566.62	
107	止回阀	越舜	1.名称 :风管止回阀 2.规格 :320*250 3.材质 :镀锌钢板 4.支架形式、材质 :支架制作安装、刷油防腐按设计要求	只	8.00	211.94	1695.54	
108	止回阀	越舜	1.名称 :风管止回阀 2.规格 :400*200 3.材质 :镀锌钢板 4.支架形式、材质 :支架制作安装、刷油防腐按设计要求	只	3.00	223.10	669.29	
109	止回阀	越舜	1.名称 :风管止回阀 2.规格 :400*250 3.材质 :镀锌钢板 4.支架形式、材质 :支架制作安装、刷油防腐按设计要求	只	1.00	241.69	241.69	
110	止回阀	越舜	1.名称 :风管止回阀 2.规格 :400*320 3.材质 :镀锌钢板 4.支架形式、材质 :支架制作安装、刷油防腐按设计要求	只	1.00	267.72	267.72	
111	止回阀	越舜	1.名称 :风管止回阀 2.规格 :400*400 3.材质 :镀锌钢板 4.支架形式、材质 :支架制作安装、刷油防腐按设计要求	只	1.00	297.46	297.46	
112	止回阀	越舜	1.名称 :风管止回阀 2.规格 :400*500 3.材质 :镀锌钢板 4.支架形式、材质 :支架制作安装、刷油防腐按设计要求	只	2.00	334.65	669.29	
113	止回阀	越舜	1.名称 :风管止回阀 2.规格 :500*400 3.材质 :镀锌钢板 4.支架形式、材质 :支架制作安装、刷油防腐按设计要求	只	1.00	334.65	334.65	
114	止回阀	越舜	1.名称 :风管止回阀 2.规格 :630*800 3.材质 :镀锌钢板 4.支架形式、材质 :支架制作安装、刷油防腐按设计要求	只	1.00	531.72	531.72	
115	止回阀	越舜	1.名称 :风管止回阀 2.规格 :800*400	只	2.00	446.20	892.39	

			3. 材质 :镀锌钢板 4. 支架形式、材质 :支架制作安装、刷油防腐按设计要求					
116	止回阀	越舜	1. 名称 :风管止回阀 2. 规格 :800*630 3. 材质 :镀锌钢板 4. 支架形式、材质 :支架制作安装、刷油防腐按设计要求	只	1.00	531.72	531.72	
117	锥形风帽	越舜	1. 名称 :防雨帽 2. 直径 500mm 3. 铝合金	只	10.00	913.33	9133.30	
118	消声器	越舜	1. 名称 :双腔微穿孔板消音器 2. 规格 :250*200, L=1000 3. 材质 :镀锌钢板 4. 形式 :外腔尺寸四周大于内腔尺寸 200 5. 支架形式、材质 :支架制作安装、刷油防腐按设计要求	台	1.00	536.09	536.09	
119	消声器	越舜	1. 名称 :双腔微穿孔板消音器 2. 规格 :250*250, L=1000 3. 材质 :镀锌钢板 4. 形式 :外腔尺寸四周大于内腔尺寸 200 5. 支架形式、材质 :支架制作安装、刷油防腐按设计要求	台	1.00	610.54	610.54	
120	消声器	越舜	1. 名称 :双腔微穿孔板消音器 2. 规格 :400*250, L=1000 3. 材质 :镀锌钢板 4. 形式 :外腔尺寸四周大于内腔尺寸 200 5. 支架形式、材质 :支架制作安装、刷油防腐按设计要求	台	1.00	686.35	686.35	
121	消声器	越舜	1. 名称 :双腔微穿孔板消音器 2. 规格 :400*320, L=1000 3. 材质 :镀锌钢板 4. 形式 :外腔尺寸四周大于内腔尺寸 200 5. 支架形式、材质 :支架制作安装、刷油防腐按设计要求	台	1.00	744.56	744.56	
122	消声器	越舜	1. 名称 :双腔微穿孔板消音器 2. 规格 :400*400, L=1000 3. 材质 :镀锌钢板 4. 形式 :外腔尺寸四周大于内腔尺寸 200 5. 支架形式、材质 :支架制作安装、刷油防腐按设计要求	台	1.00	810.90	810.90	
123	消声器	越舜	1. 名称 :双腔微穿孔板消音器 2. 规格 :400*800, L=1000 3. 材质 :镀锌钢板 4. 形式 :外腔尺寸四周大于内腔尺寸 200 5. 支架形式、材质 :支架制作安装、刷油防腐按设计要求	台	1.00	1143.92	1143.92	
124	消声器	越舜	1. 名称 :双腔微穿孔板消音器 2. 规格 :500*320, L=1000 3. 材质 :镀锌钢板	台	3.00	823.08	2469.24	

			4.形式 :外腔尺寸四周大于内腔尺寸 200 5.支架形式、材质 :支架制作安装、刷油防腐按设计要求					
125	消声器	越舜	1.名称 :双腔微穿孔板消音器 2.规格 :500*400, L=1000 3.材质 :镀锌钢板 4.形式 :外腔尺寸四周大于内腔尺寸 200 5.支架形式、材质 :支架制作安装、刷油防腐按设计要求	台	2.00	893.48	1786.95	
126	消声器	越舜	1.名称 :双腔微穿孔板消音器 2.规格 :630*320, L=1000 3.材质 :镀锌钢板 4.形式 :外腔尺寸四周大于内腔尺寸 200 5.支架形式、材质 :支架制作安装、刷油防腐按设计要求	台	1.00	925.97	925.97	
127	消声器	越舜	1.名称 :双腔微穿孔板消音器 2.规格 :630*500, L=1000 3.材质 :镀锌钢板 4.形式 :外腔尺寸四周大于内腔尺寸 200 5.支架形式、材质 :支架制作安装、刷油防腐按设计要求	台	2.00	1097.89	2195.78	
128	消声器	越舜	1.名称 :双腔微穿孔板消音器 2.规格 :630*800, L=1000 3.材质 :镀锌钢板 4.形式 :外腔尺寸四周大于内腔尺寸 200 5.支架形式、材质 :支架制作安装、刷油防腐按设计要求	台	1.00	526.61	526.61	
129	消声器	越舜	1.名称 :双腔微穿孔板消音器 2.规格 :800*400, L=1000 3.材质 :镀锌钢板 4.形式 :外腔尺寸四周大于内腔尺寸 200 5.支架形式、材质 :支架制作安装、刷油防腐按设计要求	台	2.00	1143.92	2287.84	
130	消声器	越舜	1.名称 :双腔微穿孔板消音器 2.规格 :1000*500, L=1000 3.材质 :镀锌钢板 4.形式 :外腔尺寸四周大于内腔尺寸 200 5.支架形式、材质 :支架制作安装、刷油防腐按设计要求	台	2.00	1424.15	2848.29	
131	消声弯头	越舜	1.名称 :双腔微穿孔板消声弯头 2.规格 :250*200 3.材质 :镀锌钢板 4.支架形式、材质 :支架制作安装、刷油防腐按设计要求	台	3.00	693.12	2079.36	
132	消声弯头	越舜	1.名称 :双腔微穿孔板消声弯头 2.规格 :320*200 3.材质 :镀锌钢板 4.支架形式、材质 :支架制作安装、刷油防腐按设计要求	台	1.00	759.45	759.45	
133	消声弯头	越舜	1.名称 :双腔微穿孔板消声弯头 2.规格 :320*250	台	2.00	810.90	1621.79	

			3. 材质 :镀锌钢板 4. 支架形式、材质 :支架制作安装、刷油防腐按设计要求					
134	消声弯头	越舜	1. 名称 :双腔微穿孔板消声弯头 2. 规格 :320*320 3. 材质 :镀锌钢板 4. 支架形式、材质 :支架制作安装、刷油防腐按设计要求	台	2.00	882.65	1765.29	
135	消声弯头	越舜	1. 名称 :双腔微穿孔板消声弯头 2. 规格 :400*250 3. 材质 :镀锌钢板 4. 支架形式、材质 :支架制作安装、刷油防腐按设计要求	台	1.00	889.41	889.41	
136	消声弯头	越舜	1. 名称 :双腔微穿孔板消声弯头 2. 规格 :400*320 3. 材质 :镀锌钢板 4. 支架形式、材质 :支架制作安装、刷油防腐按设计要求	台	5.00	965.22	4826.12	
137	消声弯头	越舜	1. 名称 :双腔微穿孔板消声弯头 2. 规格 :400*400 3. 材质 :镀锌钢板 4. 支架形式、材质 :支架制作安装、刷油防腐按设计要求	台	4.00	1051.86	4207.46	
138	消声弯头	越舜	1. 名称 :双腔微穿孔板消声弯头 2. 规格 :400*800 3. 材质 :镀锌钢板 4. 支架形式、材质 :支架制作安装、刷油防腐按设计要求	台	1.00	1483.71	1483.71	
139	消声弯头	越舜	1. 名称 :双腔微穿孔板消声弯头 2. 规格 :500*320 3. 材质 :镀锌钢板 4. 支架形式、材质 :支架制作安装、刷油防腐按设计要求	台	2.00	1068.11	2136.22	
140	消声弯头	越舜	1. 名称 :双腔微穿孔板消声弯头 2. 规格 :500*400 3. 材质 :镀锌钢板 4. 支架形式、材质 :支架制作安装、刷油防腐按设计要求	台	2.00	1160.16	2320.33	
141	消声弯头	越舜	1. 名称 :双腔微穿孔板消声弯头 2. 规格 :630*320 3. 材质 :镀锌钢板 4. 支架形式、材质 :支架制作安装、刷油防腐按设计要求	台	1.00	1200.78	1200.78	
142	消声弯头	越舜	1. 名称:双腔微穿孔板消声弯头 2. 规格: 630*500 3. 材质:镀锌钢板 4. 支架形式、材质:支架制作安装、刷油防腐按设计要求	台	1.00	1422.79	1422.79	
143	消声弯头	越舜	1. 名称:双腔微穿孔板消声弯头 2. 规格: 800*500 3. 材质:镀锌钢板 4. 支架形式、材质:支架制作安装、刷油防腐按设计要求	台	1.00	1616.38	1616.38	

144	电动阀互锁	越舜	1.名称 :电动互锁阀 2.规格 :320*250 3.材质 :镀锌钢板 4.支架形式、材质 :支架制作安装、刷油防腐按设计要求	个	2.00	385.74	771.47	
145	电动阀互锁	越舜	1.名称 :电动互锁阀 2.规格 :500*400 3.材质 :镀锌钢板 4.支架形式、材质 :支架制作安装、刷油防腐按设计要求	个	1.00	609.06	609.06	
146	风量调节模块	越舜	1.名称 :风量调节模块 2.风量调节范围 :35~350m3/h 3.电源: 220V	个	30.00	249.54	7486.33	
147	风量调节模块	越舜	1.名称 :风量调节模块 2.风量调节范围 :70~700m3/h 3.电源: 220V	个	15.00	266.46	3996.94	
148	风量调节模块	越舜	1.名称 :风量调节模块 2.风量调节范围 :90~900m3/h 3.电源: 220V	个	6.00	308.76	1852.55	
149	风量调节模块	越舜	1.名称 :风量调节模块 2.风量调节范围 :140~1400m3/h 3.电源: 220V	个	16.00	359.51	5752.21	
150	管道绝热	中亚	1.绝热材料品种 :难燃 B1 级橡塑海绵保温 2.绝热厚度 :详见设计要求 3.其他: 满足设计、规范、使用及验收要求	m3	95.69	1573.06	150526.11	
151	管道支架	国标	1.材质 :型钢 2.管架形式 :一般管架 3.其他: 满足设计、规范、使用及验收要求	kg	2360.58	13.02	30742.01	
	小计						1383594.50	
二	空调风系统							
1	净化通风管道	吉吉通	1.名称 :矩形净化通风管道 2.材质 :镀锌钢板, 镀锌层厚度 100g/m2 3.规格 :长边长≤1000mm 4.板材厚度 : δ 0.75mm 5.管件、法兰等附件及支架设计要求 :按设计要求, 详见图纸 6.接口形式 :法兰连接 7.支架制作安装, 刷油防腐按设计要求, 详见图纸	m2	974.54	204.00	198806.16	
2	净化通风管道	吉吉通	1.名称 :矩形净化通风管道 2.材质 :镀锌钢板, 镀锌层厚度 100g/m2 3.规格 :长边长≤630mm 4.板材厚度 : δ 0.6mm	m2	1236.4	197.00	243570.80	

			5. 管件、法兰等附件及支架设计要求 :按设计要求, 详见图纸 6. 接口形式 :法兰连接 7. 支架制作安装, 刷油防腐按设计要求, 详见图纸					
3	净化通风管道	吉吉通	1. 名称 :矩形净化通风管道 2. 材质 :镀锌钢板, 镀锌层厚度 100g/m ² 3. 规格 :长边长≤320mm 4. 板材厚度 : δ 0.5mm 5. 管件、法兰等附件及支架设计要求 :按设计要求, 详见图纸 6. 接口形式 :法兰连接 7. 支架制作安装, 刷油防腐按设计要求, 详见图纸	m ²	864.32	192.00	165949.44	
4	消声器	越舜	1. 名称 :双腔微穿孔板消音器 2. 规格 :250*250, L=1000 3. 材质 :镀锌钢板 4. 形式 :外腔尺寸四周大于内腔尺寸 200 5. 支架形式、材质 :支架制作安装、刷油防腐按设计要求	台	1.00	602.78	602.78	
5	消声器	越舜	1. 名称 :双腔微穿孔板消音器 2. 规格 :400*250, L=1000 3. 材质 :镀锌钢板 4. 形式 :外腔尺寸四周大于内腔尺寸 200 5. 支架形式、材质 :支架制作安装、刷油防腐按设计要求	台	1.00	722.48	722.48	
6	消声器	越舜	1. 名称 :双腔微穿孔板消音器 2. 规格 :400*320, L=1000 3. 材质 :镀锌钢板 4. 形式 :外腔尺寸四周大于内腔尺寸 200 5. 支架形式、材质 :支架制作安装、刷油防腐按设计要求	台	1.00	783.75	783.75	
7	消声器	越舜	1. 名称 :双腔微穿孔板消音器 2. 规格 :400*400, L=1000 3. 材质 :镀锌钢板 4. 形式 :外腔尺寸四周大于内腔尺寸 200 5. 支架形式、材质 :支架制作安装、刷油防腐按设计要求	台	1.00	853.58	853.58	
8	消声器	越舜	1. 名称 :双腔微穿孔板消音器 2. 规格 :400*800, L=1000 3. 材质 :镀锌钢板 4. 形式 :外腔尺寸四周大于内腔尺寸 200 5. 支架形式、材质 :支架制作安装、刷油防腐按设计要求	台	1.00	1204.13	1204.13	
9	消声器	越舜	1. 名称 :双腔微穿孔板消音器 2. 规格 :500*320, L=1000 3. 材质 :镀锌钢板 4. 形式 :外腔尺寸四周大于内腔尺寸 200 5. 支架形式、材质 :支架制作安装、刷油防腐按设计要求	台	3.00	866.40	2599.20	
10	消声器	越舜	1. 名称 :双腔微穿孔板消音器 2. 规格 :500*400, L=1000	台	2.00	940.50	1881.00	

			3. 材质 :镀锌钢板 4. 形式 :外腔尺寸四周大于内腔尺寸 200 5. 支架形式、材质 :支架制作安装、刷油防腐按设计要求					
11	消声器	越舜	1. 名称 :双腔微穿孔板消音器 2. 规格 :630*320, L=1000 3. 材质 :镀锌钢板 4. 形式 :外腔尺寸四周大于内腔尺寸 200 5. 支架形式、材质 :支架制作安装、刷油防腐按设计要求	台	1.00	974.70	974.70	
12	消声器	越舜	1. 名称 :双腔微穿孔板消音器 2. 规格 :630*500, L=1000 3. 材质 :镀锌钢板 4. 形式 :外腔尺寸四周大于内腔尺寸 200 5. 支架形式、材质 :支架制作安装、刷油防腐按设计要求	台	4.00	1155.68	4622.70	
13	消声弯头	越舜	1. 名称 :双腔微穿孔板消声弯头 2. 规格 :320*200 3. 材质 :镀锌钢板 4. 支架形式、材质 :支架制作安装、刷油防腐按设计要求	台	1.00	617.03	617.03	
14	消声弯头	越舜	1. 名称 :双腔微穿孔板消声弯头 2. 规格 :320*250 3. 材质 :镀锌钢板 4. 支架形式、材质 :支架制作安装、刷油防腐按设计要求	台	1.00	800.85	800.85	
15	消声弯头	越舜	1. 名称 :双腔微穿孔板消声弯头 2. 规格 :320*320 3. 材质 :镀锌钢板 4. 支架形式、材质 :支架制作安装、刷油防腐按设计要求	台	2.00	716.78	1433.55	
16	消声弯头	越舜	1. 名称 :双腔微穿孔板消声弯头 2. 规格 :400*320 3. 材质 :镀锌钢板 4. 支架形式、材质 :支架制作安装、刷油防腐按设计要求	台	5.00	783.75	3918.75	
17	消声弯头	越舜	1. 名称 :双腔微穿孔板消声弯头 2. 规格 :400*400 3. 材质 :镀锌钢板 4. 支架形式、材质 :支架制作安装、刷油防腐按设计要求	台	2.00	853.58	1707.15	
18	消声弯头	越舜	1. 名称 :双腔微穿孔板消声弯头 2. 规格 :400*800 3. 材质 :镀锌钢板 4. 支架形式、材质 :支架制作安装、刷油防腐按设计要求	台	1.00	1204.13	1204.13	
19	消声弯头	越舜	1. 名称 :双腔微穿孔板消声弯头 2. 规格 :500*320 3. 材质 :镀锌钢板 4. 支架形式、材质 :支架制作安装、刷油防腐按设计要求	台	2.00	866.40	1732.80	

20	消声弯头	越舜	1.名称 :双腔微穿孔板消声弯头 2.规格 :630*320 3.材质 :镀锌钢板 4.支架形式、材质 :支架制作安装、刷油防腐按设计要求	台	2.00	974.70	1949.40	
21	消声弯头	越舜	1.名称:双腔微穿孔板消声弯头 2.规格: 630*500 3.材质:镀锌钢板 4.支架形式、材质:支架制作安装、刷油防腐按设计要求	台	1.00	1155.68	1155.68	
22	70 ° 防火阀	越舜	1.名称:70℃防烟防火阀 FD 2.规格 :200*200 3.材质 :镀锌钢板 4.支架形式、材质 :支架制作安装、刷油防腐按设计要求	个	29.00	288.07	8354.04	
23	70 ° 防火阀	越舜	1.名称:70℃防烟防火阀 FD 2.规格 :250*200 3.材质 :镀锌钢板 4.支架形式、材质 :支架制作安装、刷油防腐按设计要求	个	3.00	324.08	972.24	
24	70 ° 防火阀	越舜	1.名称:70℃防烟防火阀 FD 2.规格 :250*250 3.材质 :镀锌钢板 4.支架形式、材质 :支架制作安装、刷油防腐按设计要求	个	12.00	324.08	3888.95	
25	70 ° 防火阀	越舜	1.名称:70℃防烟防火阀 FD 2.规格 :250*320 3.材质 :镀锌钢板 4.支架形式、材质 :支架制作安装、刷油防腐按设计要求	个	1.00	360.09	360.09	
26	70 ° 防火阀	越舜	1.名称:70℃防烟防火阀 FD 2.规格 :320*250 3.材质 :镀锌钢板 4.支架形式、材质 :支架制作安装、刷油防腐按设计要求	个	5.00	405.10	2025.50	
27	70 ° 防火阀	越舜	1.名称:70℃防烟防火阀 FD 2.规格 :320*200 3.材质 :镀锌钢板 4.支架形式、材质 :支架制作安装、刷油防腐按设计要求	个	4.00	373.59	1494.37	
28	70 ° 防火阀	越舜	1.名称:70℃防烟防火阀 FD 2.规格 :400*250 3.材质 :镀锌钢板 4.支架形式、材质 :支架制作安装、刷油防腐按设计要求	个	1.00	468.11	468.11	
29	70 ° 防火阀	越舜	1.名称:70℃防烟防火阀 FD 2.规格 :400*320 3.材质 :镀锌钢板 4.支架形式、材质 :支架制作安装、刷油防腐按设计要求	个	3.00	522.13	1566.38	
30	70 ° 防火阀	越舜	1.名称:70℃防烟防火阀 FD 2.规格 :400*400	个	3.00	576.14	1728.42	

			3. 材质 :镀锌钢板 4. 支架形式、材质 :支架制作安装、刷油防腐按设计要求					
31	70 ° 防火阀	越舜	1. 名称:70℃防烟防火阀 FD 2. 规格 :500*320 3. 材质 :镀锌钢板 4. 支架形式、材质 :支架制作安装、刷油防腐按设计要求	个	2.00	589.64	1179.29	
32	70 ° 防火阀	越舜	1. 名称:70℃防烟防火阀 FD 2. 规格 :500*400 3. 材质 :镀锌钢板 4. 支架形式、材质 :支架制作安装、刷油防腐按设计要求	个	3.00	792.19	2376.58	
33	70 ° 防火阀	越舜	1. 名称:70℃防烟防火阀 FD 2. 规格 :630*320 3. 材质 :镀锌钢板 4. 支架形式、材质 :支架制作安装、刷油防腐按设计要求	个	2.00	684.17	1368.33	
34	70 ° 防火阀	越舜	1. 名称:70℃防烟防火阀 FD 2. 规格 :630*400 3. 材质 :镀锌钢板 4. 支架形式、材质 :支架制作安装、刷油防腐按设计要求	个	1.00	741.78	741.78	
35	70 ° 防火阀	越舜	1. 名称:70℃防烟防火阀 FD 2. 规格 :630*500 3. 材质 :镀锌钢板 4. 支架形式、材质 :支架制作安装、刷油防腐按设计要求	个	6.00	813.80	4882.79	
36	70 ° 防火阀	越舜	1. 名称:70℃防烟防火阀 FD 2. 规格 :800*400 3. 材质 :镀锌钢板 4. 支架形式、材质 :支架制作安装、刷油防腐按设计要求	个	1.00	864.21	864.21	
37	单层可开式格栅回风口-H7	越舜	1. 名称 :单层可开式格栅回风口-H7 2. 规格 :喉径尺寸:540*240, 外框尺寸:600x300 3. 材质 :铝合金 4. 支架形式、材质 :支架制作安装、刷油防腐按设计要求	个	104.00	176.00	18304.00	
38	单层可开式格栅回风口-H7	越舜	1. 名称 :单层可开式格栅回风口-H7 2. 规格 :喉径尺寸:540x540, 外框尺寸:600x600 3. 材质 :铝合金 4. 支架形式、材质 :支架制作安装、刷油防腐按设计要求	个	51.00	342.00	17442.00	
39	电动互锁阀	越舜	1. 名称 :电动互锁阀 2. 规格 :400*320 3. 材质 :镀锌钢板 4. 支架形式、材质 :支架制作安装、刷油防腐按设计要求	个	2.00	584.00	1168.00	
40	电动密闭阀	越舜	1. 名称 :电动密闭阀 2. 规格 :250*250 3. 材质 :镀锌钢板 4. 支架形式、材质 :支架制作安装、刷油防腐按设计要求	只	1.00	354.00	354.00	

41	电动密闭阀	越舜	1.名称 :电动密闭阀 2.规格 :250*400 3.材质 :镀锌钢板 4.支架形式、材质 :支架制作安装、刷油防腐按设计要求	只	1.00	420.00	420.00	
42	电动密闭阀	越舜	1.名称 :电动密闭阀 2.规格 :320*200 3.材质 :镀锌钢板 4.支架形式、材质 :支架制作安装、刷油防腐按设计要求	只	1.00	366.00	366.00	
43	电动密闭阀	越舜	1.名称 :电动密闭阀 2.规格 :320*250 3.材质 :镀锌钢板 4.支架形式、材质 :支架制作安装、刷油防腐按设计要求	只	2.00	379.00	758.00	
44	电动密闭阀	越舜	1.名称 :电动密闭阀 2.规格 :400*400 3.材质 :镀锌钢板 4.支架形式、材质 :支架制作安装、刷油防腐按设计要求	只	3.00	573.00	1719.00	
45	电动密闭阀	越舜	1.名称 :电动密闭阀 2.规格 :500*320 3.材质 :镀锌钢板 4.支架形式、材质 :支架制作安装、刷油防腐按设计要求	只	1.00	447.00	447.00	
46	电动密闭阀	越舜	1.名称 :电动密闭阀 2.规格 :630*320 3.材质 :镀锌钢板 4.支架形式、材质 :支架制作安装、刷油防腐按设计要求	只	1.00	489.00	489.00	
47	电动密闭阀	越舜	1.名称 :电动密闭阀 2.规格 :630*500 3.材质 :镀锌钢板 4.支架形式、材质 :支架制作安装、刷油防腐按设计要求	只	3.00	629.00	1887.00	
48	电动密闭阀	越舜	1.名称 :电动密闭阀 2.规格 :800*400 3.材质 :镀锌钢板 4.支架形式、材质 :支架制作安装、刷油防腐按设计要求	只	1.00	734.00	734.00	
49	机械式定风量阀	越舜	1.名称 :机械式定风量阀 2.规格 :400*400 3.材质 :镀锌钢板 4.支架形式、材质 :支架制作安装、刷油防腐按设计要求	个	1.00	573.00	573.00	
50	机械式定风量阀	越舜	1.名称 :机械式定风量阀 2.规格 :500*320 3.材质 :镀锌钢板 4.支架形式、材质 :支架制作安装、刷油防腐按设计要求	个	1.00	475.00	475.00	
51	风量调节模块	越舜	1.名称 :风量调节模块	个	44.00	310.00	13640.00	

			2. 风量调节范围 :35~350m3/h 3. 电源: 220V					
52	风量调节模块	越舜	1. 名称 :风量调节模块 2. 风量调节范围 :70~700m3/h 3. 电源: 220V	个	12.00	318.00	3816.00	
53	风量调节模块	越舜	1. 名称 :风量调节模块 2. 风量调节范围 :90~900m3/h 3. 电源: 220V	个	2.00	365.00	730.00	
54	风量调节模块	越舜	1. 名称 :风量调节模块 2. 风量调节范围 :140~1400m3/h 3. 电源: 220V	个	3.00	428.00	1284.00	
55	电动对开多页调节风	越舜	1. 名称 :电动对开多页调节风阀 2. 规格 :250*250 3. 材质 :镀锌钢板 4. 支架形式、材质 :支架制作安装、刷油防腐按设计要求	只	1.00	360.00	360.00	
56	对开多页调节阀	越舜	1. 名称 :对开多叶调节阀 2. 规格 :200*120 3. 材质 :镀锌钢板 4. 支架形式、材质 :支架制作安装、刷油防腐按设计要求	只	7.00	109.50	766.50	
57	对开多页调节阀	越舜	1. 名称 :对开多叶调节阀 2. 规格 :200*200 3. 材质 :镀锌钢板 4. 支架形式、材质 :支架制作安装、刷油防腐按设计要求	只	75.00	130.50	9787.50	
58	对开多页调节阀	越舜	1. 名称 :对开多叶调节阀 2. 规格 :250*250 3. 材质 :镀锌钢板 4. 支架形式、材质 :支架制作安装、刷油防腐按设计要求	只	21.00	157.50	3307.50	
59	对开多页调节阀	越舜	1. 名称 :对开多叶调节阀 2. 规格 :320*200 3. 材质 :镀锌钢板 4. 支架形式、材质 :支架制作安装、刷油防腐按设计要求	只	5.00	163.50	817.50	
60	对开多页调节阀	越舜	1. 名称 :对开多叶调节阀 2. 规格 :320*250 3. 材质 :镀锌钢板 4. 支架形式、材质 :支架制作安装、刷油防腐按设计要求	只	3.00	177.00	531.00	
61	对开多页调节阀	越舜	1. 名称 :对开多叶调节阀 2. 规格 :320*320 3. 材质 :镀锌钢板 4. 支架形式、材质 :支架制作安装、刷油防腐按设计要求	只	1.00	195.00	195.00	

62	对开多页调节阀	越舜	1.名称 :对开多叶调节阀 2.规格 :400*250 3.材质 :镀锌钢板 4.支架形式、材质 :支架制作安装、刷油防腐按设计要求	只	4.00	198.00	792.00	
63	对开多页调节阀	越舜	1.名称 :对开多叶调节阀 2.规格 :400*320 3.材质 :镀锌钢板 4.支架形式、材质 :支架制作安装、刷油防腐按设计要求	只	4.00	217.50	870.00	
64	对开多页调节阀	越舜	1.名称 :对开多叶调节阀 2.规格 :400*400 3.材质 :镀锌钢板 4.支架形式、材质 :支架制作安装、刷油防腐按设计要求	只	5.00	238.50	1192.50	
65	对开多页调节阀	越舜	1.名称 :对开多叶调节阀 2.规格 :500*320 3.材质 :镀锌钢板 4.支架形式、材质 :支架制作安装、刷油防腐按设计要求	只	5.00	244.50	1222.50	
66	对开多页调节阀	越舜	1.名称 :对开多叶调节阀 2.规格 :630*320 3.材质 :镀锌钢板 4.支架形式、材质 :支架制作安装、刷油防腐按设计要求	只	3	279.00	837.00	
67	对开多页调节阀	越舜	1.名称 :对开多叶调节阀 2.规格 :630*500 3.材质 :镀锌钢板 4.支架形式、材质 :支架制作安装、刷油防腐按设计要求	只	6	327.00	1962.00	
68	对开多页调节阀	越舜	1.名称 :对开多叶调节阀 2.规格 :800*400 3.材质 :镀锌钢板 4.支架形式、材质 :支架制作安装、刷油防腐按设计要求	只	2	346.50	693.00	
69	铝及铝合金风口、散流器	越舜	1.名称 :散流风口 SL1 2.型号 :SL1 3.规格 :喉径 180x180 4.风量 380m3/h	个	231	91.50	21136.50	
70	铝及铝合金风口、散流器	越舜	4 材质 铝合金 1.名称 :散流风口 SL2 2.型号 :SL2 3.规格 :喉径 300x300 4.风量 950m3/h 4.材质 :铝合金	个	49	144.00	7056.00	
71	铝及铝合金风口、散流器	越舜	1.名称 :散流风口 SL3 2.型号 :SL3 3.规格 :喉径 360x360 4.风量 1400m3/h	个	3	175.50	526.50	

			4. 材质 : 铝合金					
72	铝及铝合金风口、散流器	越舜	1. 名称 : 散流风口 SL4 2. 型号 : SL3 3. 规格 : 喉径 480*480 4. 风量 1900m3/h 4. 材质 : 铝合金	个	41	252.00	10332.00	
73	铝及铝合金风口、散流器	越舜	1. 名称 : 高效送风口-G1 2. 型号 : G1 3. 规格 : 含 H13 过滤器 320x320x150 4. 风量 500m3/h 4. 材质 : 铝合金	个	2	984.00	1968.00	
74	铝及铝合金风口、散流器	越舜	1. 名称 : 高效送风口-G2 2. 型号 : G2 3. 规格 : 含 H13 过滤器 484x484x150 4. 风量 1000m3/h 4. 材质 : 铝合金	个	1	1330.00	1330.00	
75	防雨防虫百叶	越舜	1. 名称 : 防雨防虫百叶 2. 规格 : 600*600 3. 材质 : 铝合金	个	1.00	268.00	268.00	
76	防雨防虫百叶	越舜	1. 名称 : 防雨防虫百叶 2. 规格 : 1200*800 3. 材质 : 铝合金	个	4.00	691.00	2764.00	
77	防雨防虫百叶	越舜	1. 名称 : 防雨防虫百叶 2. 规格 : 1200*1200 3. 材质 : 铝合金	个	1.00	953.00	953.00	
78	防雨防虫百叶	越舜	1. 名称 : 防雨防虫百叶 2. 规格 : 1600*800 3. 材质 : 铝合金	个	1.00	910.00	910.00	
79	防雨防虫百叶	越舜	1. 名称 : 防雨防虫百叶 2. 规格 : 2000*800 3. 材质 : 铝合金	个	1.00	1012.00	1012.00	
80	门铰型竖向百叶下新风口-XF1	越舜	1. 名称 : 门铰型竖向百叶下新风口-XF1 2. 规格 : 含初效过滤网, 风量 850m3/h-400*200 3. 材质 : 铝合金	个	1.00	221.00	221.00	
81	III级手术室层流送风天花	奥玛	1. 名称 : III级手术室层流送风天花 3. 规格 : 2600X1400X550 4. 高效过滤器尺寸 : 610X305X292 5. 高效过滤器额定风量: 2000m3/h 6. 散流罩形式 : 阻尼纱网 7. 材质 : 铝合金	个	2	13294.00	26588.00	

82	管道绝热	中亚	1.绝热材料品种 :难燃 B1 级橡塑海绵保温 2.绝热厚度 :详见设计要求 3.其他: 满足设计、规范、使用及验收要求	m3	92.53	1743.00	161279.79	
	小计						993645.90	
三	空调水系统							
1	新风机组 FAU-PCR-201	天加	1.名称 :新风机组 FAU-PCR-201 2.服务区域:PCR 实验室 3.风量: 7000m3/h; 新风量: 7000m3/h; 余压 300pa; 电机功率: 5.5kw; 4.空调系统形式: 直膨式(含室外机) ; 制冷量: 138kw; 制热量: 46kw; 5.电极式加湿: 加湿量 56kg/h; 电功率: 44kw; 6.过滤器级别: 粗效 C4, 中效 Z3; 7.控制方式: 变频; 电压: 380V; 8.机组段位: 电预热(15.5KW)、粗效、混风、风机、均流、中效、氟盘管、电再热(14)、加湿、出风 9.安装形式 :卧式落地 10.隔振垫(器)、支架形式、材质 :减振器、支架制作安装、刷油防腐按设计要求, 详见图纸	台	1	159759.00	159759.00	
2	空调器	天加	1.名称 :新风机组 FAU-JY-201 2.服务区域 :检验科 3.风量: 2500m3/h; 新风量: 2500m3/h; 余压 300pa; 电机功率: 3kw; 4.空调水系统形式: 机械循环二管制; 冷水供回水温度: 7/12℃ ; 热水供回水温度 45/60℃ ; 制冷量: 37kw; 制热量: 13kw; 5.过滤器级别: 粗效 C4, 中效 Z3; 6.控制方式: 变频; 电压: 380V; 7.机组段位: 电预热(7KW)、粗效、混风、风机、均流、中效、水表冷/水加热、出风 8.安装形式 :卧式落地 9.隔振垫(器)、支架形式、材质 :减振器、支架制作安装、刷油防腐按设计要求, 详见图纸	台	1	33427.17	33427.17	
3	空调器	天加	1.名称 :新风机组 FAU-JY-202 2.服务区域 :检验科 3.风量: 4000m3/h; 新风量: 4000m3/h; 余压 400pa; 电机功率: 4kw; 4.空调水系统形式: 机械循环二管制; 冷水供回水温度: 7/12℃ ; 热水供回水温度 45/60℃ ; 制冷量: 60kw; 制热量: 20kw; 5.过滤器级别: 粗效 C4, 中效 Z3; 6.控制方式: 变频; 电压: 380V; 7.机组段位: 电预热(10.5KW)、粗效、混风、风机、均流、中效、水表冷/水加热、出风	台	1	36680.55	36680.55	

			8. 安装形式 :卧式落地 9. 隔振垫(器)、支架形式、材质 :减振器、支架制作安装、刷油防腐按设计要求, 详见图纸					
4	空调器	天加	1. 名称 :全新风直流式机组 AHU-SS-301 2. 服务区域 :手术部 3. 风量: 3500m3/h; 新风量: 3500m3/h; 余压 650pa; 电机功率: 3kw; 4. 空调水系统形式: 机械循环二管制; 冷水供回水温度: 7/12℃; 热水供回水温度 45/50℃; 制冷量: 69kw; 制热量: 37kw; 电再热 9KW, 电预热: 10KW; 干蒸汽加湿: 31Kg/h; 氟盘管: 14.5KW. 5. 过滤器级别: 粗效 G4, 中效 F8, 亚高效 H10; 6. 控制方式: 变频; 电压: 380V; 7. 机组段位: 初效过滤段+电预热+风机段+均流段+中效、亚高效过滤段+冷/热水盘管+氟盘管+电加热段+加湿段+出风段(配紫外线杀菌灯) 8. 安装形式 :卧式落地 9. 隔振垫(器)、支架形式、材质 :减振器、支架制作安装、刷油防腐按设计要求, 详见图纸	台	1	81231.68	81231.68	
5	空调器	天加	1. 名称 :全新风直流式机组 AHU-SS-302 2. 服务区域 :手术部 3. 风量: 3100m3/h; 新风量: 3100m3/h; 余压 650pa; 电机功率: 3kw; 4. 空调水系统形式: 机械循环二管制; 冷水供回水温度: 7/12℃; 热水供回水温度 45/50℃; 制冷量: 61kw; 制热量: 37kw; 电再热 8KW, 电预热: 9KW; 干蒸汽加湿: 27Kg/h; 氟盘管: 14.5KW. 5. 过滤器级别: 粗效 G4, 中效 F8, 亚高效 H10; 6. 控制方式: 变频; 电压: 380V; 7. 机组段位: 初效过滤段+电预热+风机段+均流段+中效、亚高效过滤段+冷/热水盘管+氟盘管+电加热段+加湿段+出风段(配紫外线杀菌灯) 8. 安装形式 :卧式落地 9. 隔振垫(器)、支架形式、材质 :减振器、支架制作安装、刷油防腐按设计要求, 详见图纸	台	1	80329.58	80329.58	
6	空调器	天加	1. 名称 :新风机组 FAU-SS-303 2. 服务区域 :手术部 3. 风量: 2300m3/h; 新风量: 2300m3/h; 余压 400pa; 电机功率: 2.2kw; 4. 空调水系统形式: 机械循环二管制; 冷水供回水温度: 7/12℃; 热水供回水温度 45/50℃; 制冷量: 37kw; 制热量: 24kw; 电预热: 7KW; 5. 过滤器级别: 粗效 G4, 中效 F8; 6. 控制方式: 变频; 电压: 380V; 7. 机组段位: 初效过滤段+电预热+风机段+均流段+中效过滤段+冷/热盘管+出风段(配紫外线杀菌灯) 8. 安装形式 :卧式落地	台	1	32767.57	32767.57	

			9. 隔振垫（器）、支架形式、材质：减振器、支架制作安装、刷油防腐按设计要求，详见图纸					
7	空调器	字捷	<p>1. 名称：数字化新风空调机组 FAU-SS-301</p> <p>2. 服务区域：手术部</p> <p>3. 风量：6400m³/h；新风量：6400m³/h；余压 450pa； 电机功率：5.5kw；</p> <p>4. 空调水系统形式：机械循环二管制；冷水供回水温度：7/12℃；热水供回水温度 45/50℃；制冷量：102kw；制热量：65kw；电预热：18KW；</p> <p>5. 过滤器级别：粗效 G4，中效 F8，亚高效 H10；</p> <p>6. 控制方式：无刷 EC 直流变频；电压：380V；</p> <p>7. 机组段位：初效过滤段+电预热+风机段+均流段+中效、亚高效过滤器+冷/热盘管段+出风段（配紫外线杀菌灯）</p> <p>8. 安装形式：卧式落地</p> <p>9. 隔振垫（器）、支架形式、材质：减振器、支架制作安装、刷油防腐按设计要求，详见图纸</p>	台	1	50100.50	50100.50	
8	空调器	天加	<p>1. 名称：新风机组 FAU-ICU-404</p> <p>2. 服务区域：ICU</p> <p>3. 风量：1000m³/h；新风量：1000m³/h；余压 400pa； 电机功率：2.2kw；</p> <p>4. 空调水系统形式：机械循环二管制；冷水供回水温度：7/12℃；热水供回水温度 45/50℃；制冷量：16kw；制热量：11kw；电预热：3KW；</p> <p>5. 过滤器级别：粗效 G4，中效 F8；</p> <p>6. 控制方式：变频；电压：380V；</p> <p>7. 机组段位：初效过滤段+电预热+风机段+均流段+中效过滤段+冷/热盘管+出风段（配紫外线杀菌灯）</p> <p>8. 安装形式：吊装</p> <p>9. 隔振垫（器）、支架形式、材质：减振器、支架制作安装、刷油防腐按设计要求，详见图纸</p>	台	1	37626.30	37626.30	
9	空调器	字捷	<p>1. 名称：数字化新风空调机组 FAU-ICU-401</p> <p>2. 服务区域：中心供应室</p> <p>3. 风量：5500m³/h；新风量：5500m³/h；余压 450pa； 电机功率：4kw；</p> <p>4. 空调水系统形式：机械循环二管制；冷水供回水温度：7/12℃；热水供回水温度 45/50℃；制冷量：90kw；制热量：57kw；电预热：16KW；</p> <p>5. 过滤器级别：粗效 G4，中效 F8，亚高效 H10；</p> <p>6. 控制方式：无刷 EC 直流变频；电压：380V；</p> <p>7. 机组段位：初效过滤段+电预热+风机段+均流段+中效、亚高效过滤器+冷/热盘管段+出风段（配紫外线杀菌灯）</p> <p>8. 安装形式：卧式落地</p> <p>9. 隔振垫（器）、支架形式、材质：减振器、支架制作安装、刷油防腐按设计要求，详见图纸</p>	台	1	55280.30	55280.30	

10	空调器	宇捷	<p>1.名称 :数字化新风空调机组 FAU-ICU-402</p> <p>2.服务区域 :中心供应室</p> <p>3.风量: 6000m3/h; 新风量: 6000m3/h; 余压 450pa; 电机功率: 5.5kw;</p> <p>4.空调水系统形式: 机械循环二管制; 冷水供回水温度: 7/12℃ ; 热水供回水温度 45/50℃ ; 制冷量: 100kw; 制热量: 62kw; 电预热: 18KW;</p> <p>5.过滤器级别: 粗效 G4, 中效 F8, 亚高效 H10;</p> <p>6.控制方式: 无刷 EC 直流变频; 电压: 380V;</p> <p>7.机组段位: 初效过滤段+电预热+风机段+均流段+中效、亚高效过滤器+冷/热盘管段+冷热回收段+出风段 (配紫外线杀菌灯)</p> <p>8.安装形式 :卧式落地</p> <p>9.隔振垫 (器) 、支架形式、材质 :减振器、支架制作安装、刷油防腐按设计要求, 详见图纸</p>	台	1	76678.50	76678.50
11	空调器	宇捷	<p>1.名称 :数字化新风空调机组 FAU-ICU-403</p> <p>2.服务区域 :中心供应室</p> <p>3.风量: 2000m3/h; 新风量: 2000m3/h; 余压 450pa; 电机功率: 1.5kw;</p> <p>4.空调水系统形式: 机械循环二管制; 冷水供回水温度: 7/12℃ ; 热水供回水温度 45/50℃ ; 制冷量: 32kw; 制热量: 21kw; 电预热: 6KW;</p> <p>5.过滤器级别: 粗效 G4, 中效 F8, 亚高效 H10;</p> <p>6.控制方式: 无刷 EC 直流变频; 电压: 380V;</p> <p>7.机组段位: 初效过滤段+电预热+风机段+均流段+中效、亚高效过滤器+冷/热盘管段+冷热回收段+出风段 (配紫外线杀菌灯)</p> <p>8.安装形式 :卧式落地</p> <p>9.隔振垫 (器) 、支架形式、材质 :减振器、支架制作安装、刷油防腐按设计要求, 详见图纸</p>	台	1	55532.50	55532.50
12	空调器	天加	<p>1.名称 :空调机组 FAU-SX-301</p> <p>2.服务区域 :输血科</p> <p>3.风量: 2900m3/h; 新风量: 2900m3/h; 余压 400pa; 电机功率: 2.2kw;</p> <p>4.空调水系统形式: 机械循环二管制; 冷水供回水温度: 7/12℃ ; 热水供回水 温度 45/50℃ ; 制冷量: 47kw; 制热量: 30kw; 电预热: 8KW;</p> <p>5.过滤器级别: 粗效 G4, 中效 F8; 6.控制方式: 变频; 电压: 380V;</p> <p>7.机组段位: 初效过滤段+电预热+风机 段+均流段+中效过滤段+冷/热盘管+出风 段 (配紫外线杀菌灯)</p> <p>8.安装形式 :卧式落地</p> <p>9.隔振垫 (器) 、支架形式、材质 :减振 器、支架制作安装、刷油防腐按设计要 求, 详见图纸</p>	台	1	33969.40	33969.40
13	新风空调机组	宇捷	<p>1.名称 :数字化新风空调机组 FAU-SS-302</p> <p>2.服务区域 :手术部</p> <p>3.风量: 4000m3/h; 新风量: 4000m3/h; 余压 450pa; 电机功率:</p>	台	1	48286.60	48286.60

			<p>3kw;</p> <p>4. 空调水系统形式：机械循环二管制； 冷水供回水温度：7/12℃；热水供回水 温度 45/50℃；制冷量：64kw；制热量： 41kw；电预热： 12KW；</p> <p>5. 过滤器级别：粗效 G4， 中效 F8， 亚高 效 H10；</p> <p>6. 控制方式：无刷 EC 直流变频； 电压： 380V；</p> <p>7. 机组段位：初效过滤段+电预热+风机 段+均流段+中效、亚高效过滤器 +冷/热 盘管段+出风段 （配紫外线杀菌灯）</p> <p>8. 安装形式：卧式落地</p> <p>9. 隔振垫（器）、支架形式、材质：减振 器、支架制作安装、刷油防腐按设计要</p>					
14	空调器	天加	<p>1. 名称：新风机组 FAU-GY-401</p> <p>2. 服务区域：中心供应室</p> <p>3. 风量：1200m3/h;新风量：1200m3/h;余压 400pa； 电机功率:0.75kw;</p> <p>4. 空调水系统形式：机械循环二管制；冷水供回水温度：7/12℃；热水供回水温度 45/50℃；制冷量：20kw；制热量： 13kw； 电预热：4KW；</p> <p>5. 过滤器级别：粗效 G4， 中效 F8；</p> <p>6. 控制方式：变频； 电压：380V；</p> <p>7. 机组段位：初效过滤段+电预热+风机段+均流段+中效过滤段+冷/热盘管+出风段（配紫外线杀菌灯）</p> <p>8. 安装形式：卧式落地</p> <p>9. 隔振垫（器）、支架形式、材质：减振器、支架制作安装、刷油防腐按设计要求，详见图纸</p>	台	1	31283.47	31283.47	
15	空调器	天加	<p>1. 名称：新风机组 FAU-GY-402</p> <p>2. 服务区域：中心供应室</p> <p>3. 风量：3000m3/h;新风量：3000m3/h;余压 400pa； 电机功率：2.2kw;</p> <p>4. 空调水系统形式：机械循环二管制；冷水供回水温度：7/12℃；热水供回水温度 45/50℃；制冷量：48kw；制热量： 31kw； 电预热：9KW；</p> <p>5. 过滤器级别：粗效 G4， 中效 F8， 亚高效 H10；</p> <p>6. 控制方式：变频； 电压：380V；</p> <p>7. 机组段位：初效过滤段+电预热+风机段+均流段+中效、亚高效过滤段+冷/热盘管+出风段（配紫外线杀菌灯）</p> <p>8. 安装形式：卧式落地</p> <p>9. 隔振垫（器）、支架形式、材质：减振器、支架制作安装、刷油防腐按设计要求，详见图纸</p>	台	1	39712.77	39712.77	
16	空调器	天加	<p>1. 名称：新风机组 FAU-GY-403</p> <p>2. 服务区域：中心供应室</p> <p>3. 风量：1200m3/h;新风量：1200m3/h;余压 400pa； 电机功率:0.75kw;</p> <p>4. 过滤器级别：粗效 G4， 中效 F8；</p> <p>6. 控制方式：变频； 电压：380V；</p>	台	1	36103.40	36103.40	

			7. 机组段位：初效过滤段+电预热+风机段+均流段+中效过滤段+冷/热盘管+出风段（配紫外线杀菌灯） 8. 安装形式：吊装 9. 隔振垫（器）、支架形式、材质：减振器、支架制作安装、刷油防腐按设计要求，详见图纸					
17	多联机外机 SWJ-JY-201	海尔	1. 名称：多联机室外机 SWJ-JY-201 2. 冷量：85KW；热量：95KW； 3. 电压：380V；功率：23.7kw 4. 冷媒：R410A 5. 减振底座形式、数量：减振器、支架制作安装、刷油防腐按设计要求，详见图纸	台	1	65350.84	65350.84	
18	壁挂机-FTN-PCR-20	海尔	1. 名称：壁挂机-FTN-PCR-201 2. 冷量：5KW；风量：27-19m3/min 3. 电压：220V；功率：1.6kw 4. 室外机噪音值：59dB(A) 5. 减振底座形式、数量：减振器、支架制作安装、刷油防腐按设计要求，详见图纸	台	1	5465.95	5465.95	
19	室外机-FTW-PCR-202	海尔	与室内机配套（二层 PCR）	台	1	4495.95	4495.95	
20	室外机-FTW-JY-201	海尔	与室内机配套（二层检验科）	台	1	4495.95	4495.95	
21	室外机-FTW-JY-202	海尔	与室内机配套（二层检验科）	台	1	4495.95	4495.95	
22	室外机-FTW-JY-203	海尔	与室内机配套（二层检验科）	台	1	4854.85	4854.85	
23	室外机-FTW-JY-204	海尔	与室内机配套（二层检验科）	台	1	5107.05	5107.05	
24	室外机-SWJ-JY-202	海尔	与室内机配套（二层检验科）	台	1	4495.95	4495.95	
25	室外机-FTW-PCR-201	海尔	与室内机配套（二层检验科）	台	1	4495.95	4495.95	
26	室外机-FTW-ICU-401	海尔	与室内机配套（二层检验科）	台	1	14986.50	14986.50	
27	室外机-FTW-SS-301	海尔	与室内机配套（二层检验科）	台	1	14986.50	14986.50	
28	四面出风嵌入式室内机-FTW-JY-201	海尔	1. 名称：室内机-FTW-JY-201 2. 冷量：5KW；风量：27-19m3/min 3. 电压：220V；功率：1.6kw 4. 室外机噪音值：59dB(A) 5. 减振底座形式、数量：减振器、支架制作安装、刷油防腐按设计要求，详见图纸	台	1	4602.65	4602.65	

29	四面出风嵌入式室内机-FTW-JY-202	海尔	1.名称 :室内机-FTW-JY-202 2.冷量: 5KW; 风量: 27-19m3/min 3. 电压: 220V; 功率: 1.6kw 4.室外机噪音值: 59dB(A) 5.减振底座形式、数量 :减振器、支架制作安装、刷油防腐 按设计要求, 详见图纸	台	1	4602.65	4602.65	
30	四面出风嵌入式室内机-FTW-JY-203	海尔	1.名称 :室内机-FTW-JY-203 2.冷量: 7.5KW; 风量: 27-19m3/min 3. 电压: 220V; 功率: 2.4kw 4.室外机噪音值: 59dB(A) 5.减振底座形式、数量 :减振器、支架制作安装、刷油防腐 按设计要求, 详见图纸	台	1	4602.65	4602.65	
31	四面出风嵌入式室内机-FTW-JY-204	海尔	1.名称 :室内机-FTW-JY-204 2.冷量: 12.5KW; 风量: 27-19m3/min 3. 电压: 220V; 功率: 4kw 4.室外机噪音值: 59dB(A) 5.减振底座形式、数量 :减振器、支架制作安装、刷油防腐 按设计要求, 详见图纸	台	1	5674.89	5674.89	
32	两面出风嵌入式室内	海尔	1.名称 :多联机内机 SNJ-28 2.冷量: 2.8KW; 热量: 3.2KW; 3.电压: 220V; 4.减振底座形式、数量 :减振器、支架制作安装、刷油防腐 按设计要求, 详见图纸	台	4	2677.59	10710.35	
33	四面出风嵌入式室内机 SNJ-56	海尔	1.名称 :多联机内机 SNJ-56 2.冷量: 5.6KW; 热量: 6.3KW; 3.电压: 220V; 4.减振底座形式、数量 :减振器、支架制作安装、刷油防腐 按设计要求, 详见图纸	台	1	3247.08	3247.08	
34	四面出风嵌入式室内机 SNJ-80	海尔	1.名称 :多联机内机 SNJ-80 2.冷量: 8.0KW; 热量: 9KW; 3.电压: 220V; 4.减振底座形式、数量 :减振器、支架制作安装、刷油防腐 按设计要求, 详见图纸	台	1	4854.85	4854.85	
35	四面出风嵌入式室内机 SNJ-100	海尔	1.名称 :多联机内机 SNJ-100 2.冷量: 10KW; 热量: 11.2KW; 3.电压: 220V; 4.减振底座形式、数量 :减振器、支架制作安装、刷油防腐 按设计要求, 详见图纸	台	6	4975.52	29853.11	
36	四面出风嵌入式室内机 FTN-PCR-202	海尔	1.名称 :室内机 FTN-PCR-202 2.冷量: 7.5KW; 风量: 27-19m3/min 3. 电压: 220V; 功率: 2.4kw 4.室外机噪音值: 59dB(A)	台	1	4854.85	4854.85	

			5.减振底座形式、数量 :减振器、支架制作安装、刷油防腐 按设计要求, 详见图纸					
37	风机盘管-FP-34	天加	1.名称 :风机盘管 FP-34 2.冷量: 1.62KW; 热量: 2.45KW; 3. 电压: 220V; 风量: 340CMH 带后回风箱 4.减振底座形式、数量 :减振器、支架制作安装、刷油防腐 按设计要求, 详见图纸	台	63	2178.04	137216.39	
38	风机盘管-FP-51	天加	1.名称 :风机盘管 FP-51 2.冷量: 2.45KW; 热量: 3.68KW; 3. 电压: 220V; 风量: 510CMH 带后回风箱 4.减振底座形式、数量 :减振器、支架制作安装、刷油防腐 按设计要求, 详见图纸	台	22	2457.79	54071.29	
39	风机盘管-FP-68	天加	1.名称 :风机盘管 FP-68 2.冷量: 3.24KW; 热量: 4.86KW; 3. 电压: 220V; 风量: 680CMH 带后回风箱 4.减振底座形式、数量 :减振器、支架制作安装、刷油防腐 按设计要求, 详见图纸	台	19	2587.67	49165.71	
40	风机盘管-FP-85	天加	1.名称 :风机盘管 FP-85 2.冷量: 4.05KW; 热量: 6.12KW; 3. 电压: 220V; 风量: 850CMH 带后回风箱 4.减振底座形式、数量 :减振器、支架制作安装、刷油防腐 按设计要求, 详见图纸	台	17	2777.50	47217.47	
41	风机盘管-FP-102	天加	1.名称 :风机盘管 FP-102 2.冷量: 4.85KW; 热量: 7.27KW; 3. 电压: 220V; 风量: 1020CMH 带后回风箱 4.减振底座形式、数量 :减振器、支架制作安装、刷油防腐 按设计要求, 详见图纸	台	20	2957.34	59146.72	
42	风机盘管-FP-136	天加	1.名称 :风机盘管 FP-136 2.冷量: 6.48KW; 热量: 9.98KW; 3. 电压: 220V; 风量: 1360CMH 带后回风箱 4.减振底座形式、数量 :减振器、支架制作安装、刷油防腐 按设计要求, 详见图纸	台	15	3287.04	49305.59	
43	风机盘管-FP-170	天加	1.名称 :风机盘管 FP-170 2.冷量: 7.98KW; 热量: 11.96KW; 3. 电压: 220V; 风量: 1700CMH 带后回风箱 4.减振底座形式、数量 :减振器、支架制作安装、刷油防腐 按设计要求, 详见图纸	台	3	4276.15	12828.44	
44	无缝管道 ND65	天津利达	1.安装部位 :室内 2.介质 :空调冷热供回水 3.规格、压力等级 :热轧无缝钢管 DN65, D76×4.0, 1.6MPa 4.连接形式 :焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求 :按设计要求	m	376.28	98.41	37030.22	

45	无缝管道 DN80	天津利达	1. 安装部位 :室内 2. 介质 :空调冷热供回水 3. 规格、压力等级 :热轧无缝钢管 DN80, D89×4.0, 1.6MPa 4. 连接形式 :焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求 :按设计要求	m	177.28	115.70	20510.55	
46	PDF800 型风机盘管式等离子体空气消毒器	臣工	1. 名称:PDF800 型风机盘管式等离子体空气消毒器 2. 规格: 回风口安装, 800m ³ /h, 等离子体电子密度值≥2.0(±0.6)×10 ⁹ cm ⁻³ , 工作产生臭氧量≤0.10mg/m ³ 3. 支架制作安装、刷油防腐按设计要求, 详见图纸	台	28	3395.00	95060.00	
47	PDF900 型风机盘管式等离子体空气消毒器	臣工	1. 名称:PDF900 型风机盘管式等离子体空气消毒器 2. 规格: 回风口安装, 900m ³ /h, 等离子体电子密度值≥2.0(±0.6)×10 ⁹ cm ⁻³ , 工作产生臭氧量≤0.10mg/m ³ 3. 支架制作安装、刷油防腐按设计要求, 详见图纸	台	12	3395.00	40740.00	
48	PDF1300 型风机盘管式等离子体空气消毒器	臣工	1. 名称:PDF1300 型风机盘管式等离子体空气消毒器 2. 规格: 1300m ³ /h, 等离子体电子密度值≥2.0(±0.6)×10 ⁹ cm ⁻³ , 工作产生臭氧量≤0.10mg/m ³ 3. 支架制作安装、刷油防腐按设计要求, 详见图纸	台	4	3589.00	14356.00	
49	PDX800 型吸顶式等离子体空气消毒器	臣工	1. 名称:PDX800 型吸顶式等离子体空气消毒器 2. 规格: 800m ³ /h, 等离子体电子密度值: 2.0(±0.6)×10 ⁹ cm ⁻³ , 工作产生臭氧量≤0.10mg/m ³ 3. 支架制作安装、刷油防腐按设计要求, 详见图纸	台	1	3492.00	3492.00	
50	无缝管道 DN100	天津利达	1. 安装部位 :室内 2. 介质 :空调冷热供回水 3. 规格、压力等级 :热轧无缝钢管 DN100, D108×4.0, 1.6MPa 4. 连接形式 :焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求 :按设计要求	m	152.86	132.38	20235.72	
51	无缝管道 DN125	天津利达	1. 安装部位 :室内 2. 介质 :空调冷热供回水 3. 规格、压力等级 :热轧无缝钢管 DN125, D133×4.0, 1.6MPa 4. 连接形式 :焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求 :按设计要求	m	6.46	155.66	1005.56	
52	镀锌钢管 DN20	天津利达	1. 安装部位 :室内 2. 介质 :空调冷热供回水 3. 规格、压力等级 :直缝热镀锌焊接钢管 DN20, D25×3, 1.6MPa 4. 连接形式 :螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求 :按设计要求	m	1027.38	18.25	18745.27	
53	镀锌钢管 DN25	天津利达	1. 安装部位 :室内 2. 介质 :空调冷热供回水 3. 规格、压力等级 :直缝热镀锌焊接钢管 DN25, D32×3,	m	411.78	24.67	10158.66	

			1. 6MPa 4. 连接形式 : 螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求 : 按设计要求					
54	镀锌钢管 DN32	天津利达	1. 安装部位 : 室内 2. 介质 : 空调冷热供回水 3. 规格、压力等级 : 直缝热镀锌焊接钢管 DN32, D38×3, 1. 6MPa 4. 连接形式 : 螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求 : 按设计要求	m	383.07	28.93	11083.69	
55	镀锌钢管 DN40	天津利达	1. 安装部位 : 室内 2. 介质 : 冷凝水 3. 规格、压力等级 : 直缝热镀锌焊接钢管 DN40, D45×3, 1. 6MPa 4. 连接形式 : 螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求 : 按设计要求	m	144.15	39.41	5681.05	
56	镀锌钢管 DN50	天津利达	1. 安装部位 : 室内 2. 介质 : 空调冷热供回水 3. 规格、压力等级 : 直缝热镀锌焊接钢管 DN50, D57×3.5, 1. 6MPa 4. 连接形式 : 螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求 : 按设计要求	m	306.15	50.33	15408.05	
57	铜管	海亮	1. 安装部位 : 室内 2. 介质 : R410a 3. 规格、压力等级 : 去氢磷铜无缝铜管 Φ31.8, 1.6MPa 4. 连接形式 : 焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求 : 按设计要求	m	86.3	127.88	11036.46	
58	铜管	海亮	1. 安装部位 : 室内 2. 介质 : R410a 3. 规格、压力等级 : 去氢磷铜无缝铜管 Φ28.6, 1.6MPa 4. 连接形式 : 焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求 : 按设计要求	m	326.54	115.10	37583.55	
59	铜管	海亮	1. 安装部位 : 室内 2. 介质 : R410a 3. 规格、压力等级 : 去氢磷铜无缝铜管 Φ25.4, 1.6MPa 4. 连接形式 : 焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求 : 按设计要求	m	268.2	95.11	25509.66	
60	铜管	海亮	1. 安装部位 : 室内 2. 介质 : R410a 3. 规格、压力等级 : 去氢磷铜无缝铜管 Φ19.1, 1.6MPa 4. 连接形式 : 焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求 : 按设计要求	m	79.68	58.85	4688.93	

61	铜管	海亮	1. 安装部位 : 室内 2. 介质 : R410a 3. 规格、压力等级 : 去氢磷铜无缝铜管 $\Phi 15.88$, 1.6MPa 4. 连接形式 : 焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求 : 按设计要求	m	158.2	50.35	7966.10	
62	铜管	海亮	1. 安装部位 : 室内 2. 介质 : R410a 3. 规格、压力等级 : 去氢磷铜无缝铜管 $\Phi 12.7$, 1.6MPa 4. 连接形式 : 焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求 : 按设计要求	m	345.87	38.77	13407.68	
63	铜管	海亮	1. 安装部位 : 室内 2. 介质 : R410a 3. 规格、压力等级 : 去氢磷铜无缝铜管 $\Phi 9.5$, 1.6MPa 4. 连接形式 : 焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求 : 按设计要求	m	236.5	32.47	7679.33	
64	铜管	海亮	1. 安装部位 : 室内 2. 介质 : R410a 3. 规格、压力等级 : 去氢磷铜无缝铜管 $\Phi 6.35$, 1.6MPa 4. 连接形式 : 焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求 : 按设计要求	m	865.47	27.87	24124.88	
65	电动二通阀	霍尼韦尔	1. 安装部位 : 室内 2. 介质 : R410a 3. 连接形式 : 焊接 4. 压力试验及吹、洗设计要求 : 按设计要求	个	159	559.50	88959.86	
66	软接头(软管)	埃美柯	1. 材质 : 不锈钢软连接 2. 规格 : DN80 3. 连接形式 : 法兰连接	个	6	559.50	3356.98	
67	软接头(软管)	埃美柯	1. 材质 : 不锈钢软连接 2. 规格 : DN65 3. 连接形式 : 法兰连接	个	4	424.62	1698.47	
68	软接头(软管)	埃美柯	1. 材质 : 不锈钢软连接 2. 规格 : DN50 3. 连接形式 : 法兰连接	个	8	371.67	2973.32	
69	软接头(软管)	埃美柯	1. 材质 : 不锈钢软连接 2. 规格 : DN40 3. 连接形式 : 螺纹连接	个	8	313.72	2509.74	
70	软接头(软管)	埃美柯	1. 材质 : 不锈钢软连接 2. 规格 : DN32 3. 连接形式 : 螺纹连接	个	19	271.60	5160.40	
71	软接头(软管)	埃美柯	1. 材质 : 不锈钢软连接 2. 规格 : DN20 3. 连接形式 : 法兰连接	个	320	44.96	14387.04	

72	分岐管	海亮	1. 安装部位 : 室内 2. 介质 : R410a 3. 连接形式 : 焊接 4. 压力试验及吹、洗设计要求 : 按设计要求	个	11	59.95	659.41	
73	螺纹阀门 DN100	埃美柯	1. 材质 : 电动铜闸阀 2. 规格、压力等级 : DN100 , 1.6MPa 3. 连接形式 : 螺纹连接	个	2	2168.92	4337.84	
74	电动阀 DN20	埃美柯	1. 材质 : 铜闸阀 2. 规格、压力等级 : DN20, 1.6MPa 3. 连接形式 : 螺纹连接	个	1	449.60	449.60	
75	电动阀 DN40	埃美柯	1. 材质 : 铜闸阀 2. 规格、压力等级 : DN40, 1.6MPa 3. 连接形式 : 螺纹连接	个	4	679.39	2717.55	
76	电动阀 DN50	埃美柯	1. 材质 : 铜闸阀 2. 规格、压力等级 : DN50, 1.6MPa 3. 连接形式 : 螺纹连接	个	5	889.20	4446.00	
77	电动阀 DN65	埃美柯	1. 材质 : 铜闸阀 2. 规格、压力等级 : DN65, 1.6MPa 3. 连接形式 : 螺纹连接	个	2	1148.97	2297.93	
78	电动阀 DN80	埃美柯	1. 材质 : 铜闸阀 2. 规格、压力等级 : DN80, 1.6MPa 3. 连接形式 : 螺纹连接	个	3	1278.85	3836.54	
79	蝶阀 DN40	埃美柯	1. 材质 : 蝶阀 DN40 2. 规格、压力等级 : DN40, 1.6MPa 3. 连接形式 : 螺纹连接	个	18	194.82	3506.84	
80	蝶阀 DN50	埃美柯	1. 材质 : 蝶阀 DN50 2. 规格、压力等级 : DN50, 1.6MPa 3. 连接形式 : 螺纹连接	个	12	292.74	3512.84	
81	蝶阀 DN65	埃美柯	1. 材质 : 蝶阀 DN65 2. 规格、压力等级 : DN65, 1.6MPa 3. 连接形式 : 螺纹连接	个	12	324.71	3896.49	
82	蝶阀 DN80	埃美柯	1. 材质 : 蝶阀 DN80 2. 规格、压力等级 : DN80, 1.6MPa 3. 连接形式 : 螺纹连接	个	18	364.67	6564.09	
83	截止阀 DN20	埃美柯	1. 材质 : 截止阀 DN20 2. 规格、压力等级 : DN20, 1.6MPa 3. 连接形式 : 螺纹连接	个	6	349.69	2098.11	
84	截止阀 DN40	埃美柯	1. 材质 : 截止阀 DN40 2. 规格、压力等级 : DN40, 1.6MPa 3. 连接形式 : 螺纹连接	个	6	749.33	4495.95	
85	截止阀 DN50	埃美柯	1. 材质 : 截止阀 DN50 2. 规格、压力等级 : DN50, 1.6MPa	个	12	849.24	10190.82	

			3. 连接形式 : 螺纹连接					
86	静态平衡阀 DN100	埃美柯	1. 材质 : 静态平衡阀 DN100 2. 规格、压力等级 : DN100 , 1.6MPa 3. 连接形式 : 螺纹连接	个	1	2978.87	2978.87	
87	铜球阀 DN20	埃美柯	1. 材质 : 铜球阀 DN20 2. 规格、压力等级 : DN20, 1.6MPa 3. 连接形式 : 螺纹连接	个	322	44.96	14476.96	
88	自动排气阀 DN20	埃美柯	1. 材质 : 自动排气阀 DN20 2. 规格、压力等级 : DN20, 1.6MPa 3. 连接形式 : 螺纹连接	个	4	149.87	599.46	
89	自力式压差调节阀 D	埃美柯	1. 材质 : 自力式压差调节阀 DN100 N2. 规格、压力等级 : DN100, 1.6MPa 3. 连接形式 : 螺纹连接	个	1	5455.09	5455.09	
90	压力表(带旋塞)DN2	埃美柯	1. 材质 : 压力表 02. 规格:DN20 3. 连接形式 : 支管接出安装, 需配检修铜闸阀	个	28	189.83	5315.21	
91	温度计 DN20	埃美柯	1. 材质 : 温度表 2. 规格 : DN20 3. 连接形式 : 支管接出安装, 需配检修铜闸阀	个	28	194.82	5455.09	
92	排污阀 DN20	埃美柯	1. 材质 : 排污阀 DN20 2. 规格、压力等级 : DN20, 1.6MPa 3. 连接形式 : 螺纹连接	个	14	859.23	12029.16	
93	铜质 Y 型过滤器 DN20	埃美柯	1. 材质:Y 型铜质过滤器 2. 规格、压力等级 : DN20, 1.6MPa 3. 滤网孔径:14 目 4. 连接形式 : 螺纹连接	个	124	44.96	5574.98	
94	铜质 Y 型过滤器 DN40	埃美柯	1. 材质:Y 型铜质过滤器 2. 规格、压力等级 : DN40, 1.6MPa 3. 滤网孔径:14 目 4. 连接形式 : 螺纹连接	个	4	164.85	659.41	
95	铜质 Y 型过滤器 DN50	埃美柯	1. 材质:Y 型铜质过滤器 2. 规格、压力等级 : DN50, 1.6MPa 3. 滤网孔径:14 目 4. 连接形式 : 螺纹连接	个	4	253.77	1015.09	
96	铜质 Y 型过滤器 DN65	埃美柯	1. 材质:Y 型铜质过滤器 2. 规格、压力等级 : DN65, 1.6MPa 3. 滤网孔径:14 目 4. 连接形式 : 螺纹连接	个	2	497.55	995.10	
97	铜质 Y 型过滤器 DN80	埃美柯	1. 材质:Y 型铜质过滤器 2. 规格、压力等级 : DN80, 1.6MPa 3. 滤网孔径:14 目	个	3	589.47	1768.41	

			4. 连接形式 : 螺纹连接						
98	冷却水箱	国产优质	1. 材质 : 1.2mm 厚 SUS304 不锈钢 2. 规格 : 600X600X400	只	2	6494.15	12988.30		
99	管道绝热	中亚	1. 绝热材料品种 : 难燃 B1 级橡塑海绵保温 2. 绝热厚度 : 详见设计要求 3. 管道外径: 133mm 以内 4. 软木品种 : 衬垫不小于管道绝热层厚度的浸泡过沥青的木块 5. 其他: 满足设计、规范、使用及验收要求	m ³	8.76	1690.71	14810.62		
100	管道绝热	中亚	1. 绝热材料品种 : 难燃 B1 级橡塑海绵保温 2. 绝热厚度 : 详见设计要求 3. 管道外径: 57mm 以内 4. 软木品种 : 衬垫不小于管道绝热层厚度的浸泡过沥青的木块 5. 其他: 满足设计、规范、使用及验收要求	m ³	12.36	1690.71	20897.18		
101	管道支架	国标	1. 材质 : 型钢 2. 管架形式 : 一般管架 3. 其他: 满足设计、规范、使用及验收要求	kg	5800	14.00	81183.18		
102	管道刷油	国标	1. 除锈级别 : 手工除锈 轻锈 2. 油漆品种 : 防锈漆两遍 3. 涂刷遍数、漆膜厚度 : 两遍 4. 其他: 满足设计、规范、使用及验收要求	m ²	350	22.98	8042.76		
103	管道刷油	国标	1. 油漆品种 : 银粉漆两遍 2. 涂刷遍数、漆膜厚度 : 两遍 3. 其他: 满足设计、规范、使用及验收要求	m ²	350	22.98	8042.76		
104	管道刷油	国标	1. 油漆品种 : 调和漆两遍 2. 涂刷遍数、漆膜厚度 : 两遍 3. 其他: 满足设计、规范、使用及验收要求	m ²	350	22.98	8042.76		
	小计						2311844.95		
	合计						4689085.35		
工程名称: 医用气体									
序号	项目名称	品牌	项目特征/规格型号 (或具体服务)	计量单位	工程量	单价	合价	备注	
一	中心供氧系统								
1	脱脂紫铜管	海亮	φ 22*1.5	米	33	159.95	5278.37		
2	脱脂紫铜管	海亮	φ 15*1.2	米	52	102.83	5346.92		

3	脱脂紫铜管	海亮	φ 12*1	米	55	76.71	4219.11	
4	脱脂紫铜管	海亮	φ 10*1	米	206	45.70	9414.24	
5	氧气楼层截止阀	宇峰	φ 22	个	1	348.19	348.19	
6	氧气楼层截止阀	宇峰	φ 15	个	1	251.47	251.47	
7	氧气维修阀	宇峰	φ 10	个	28	125.74	3520.61	
8	二级稳压箱	宇峰	氧气	台	2	5186.61	10373.22	
9	氧气流量计	利华	氧气	台	1	5785.07	5785.07	
10	报警箱	宇峰	五气（氧气、空气、负压、二氧化碳、氮气）	台	1	4388.67	4388.67	
11	报警箱	宇峰	三气（氧气、空气、负压）	台	1	3191.76	3191.76	
12	阀门箱	宇峰	五气（氧气、空气、负压、二氧化碳、氮气）	台	1	3989.70	3989.70	
13	阀门箱	宇峰	三气（氧气、空气、负压）	台	1	2992.28	2992.28	
14	氧气终端	捷高	国标	个	10	169.56	1695.62	
二	负压吸引系统							
1	不锈钢管	均悦	φ 45*2.5	米	69	171.38	11824.93	
2	不锈钢管	均悦	φ 38*2.5	米	16	159.95	2559.21	
3	不锈钢管	均悦	φ 32*2.5	米	21	140.36	2947.66	
4	不锈钢管	均悦	φ 25*2	米	9	110.99	998.88	
5	不锈钢管	均悦	φ 18*2	米	48	93.03	4465.56	
6	不锈钢管	均悦	φ 12*1.5	米	167	60.39	10085.05	
7	不锈钢管	均悦	φ 10*1	米	19	35.91	682.24	
8	负压楼层截止阀	宇峰	φ 45	个	2	309.50	619.01	

9	吸引终端	捷高	国标	个	10	168.00	1680.00	
三	压缩空气系统							
1	脱脂紫铜管	海亮	φ28*1.5	米	37	187.70	6944.80	
2	脱脂紫铜管	海亮	φ22*1.5	米	55	159.95	8797.29	
3	脱脂紫铜管	海亮	φ15*1.2	米	49	102.83	5038.45	
4	脱脂紫铜管	海亮	φ12*1	米	55	76.71	4219.11	
5	脱脂紫铜管	海亮	φ10*1	米	207	45.70	9459.94	
6	空气楼层截止阀	宇峰	φ28	个	1	367.54	367.54	
7	空气楼层截止阀	宇峰	φ22	个	1	348.19	348.19	
8	空气维修阀	宇峰	φ15	个	4	251.47	1005.89	
9	空气维修阀	宇峰	φ10	个	28	125.74	3520.61	
10	二级稳压箱	宇峰	空气	台	2	5029.44	10058.88	
11	空气终端	捷高	国标	个	5	164.42	822.12	
四	二氧化碳							
1	二氧化碳汇流排	宇峰	2*2 瓶组	组	1	33852.00	33852.00	
2	脱脂紫铜管	海亮	φ22*1.5	米	30	159.95	4798.52	
3	脱脂紫铜管	海亮	φ15*1.2	米	10	102.83	1028.25	
4	脱脂紫铜管	海亮	φ12*1	米	29	76.71	2224.62	
5	脱脂紫铜管	海亮	φ10*1	米	54	45.70	2467.81	
6	二氧化碳维修阀	宇峰	φ10	个	8	125.74	1005.89	
五	氮气							

1	脱脂紫铜管	海亮	Φ22*1.5	米	30	159.95	4798.52		
2	脱脂紫铜管	海亮	Φ15*1.2	米	10	102.83	1028.25		
3	脱脂紫铜管	海亮	Φ12*1	米	29	76.71	2224.62		
4	脱脂紫铜管	海亮	Φ10*1	米	54	45.70	2467.81		
5	氮气维修阀	宇峰	Φ10	个	8	125.74	1005.89		
六	麻醉废气								
1	高强度 PVC 管	公元	DN32	米	34.35	39.29	1349.70		
2	高强度 PVC 管	公元	DN20	米	6.15	31.43	193.32		
3	高强度 PVC 管	公元	DN15	米	10.12	23.58	238.58		
4	高强度 PVC 管	公元	DN10	米	83	15.72	1304.51		
5	麻醉废气阀门	宇峰	DN10	个	1	141.45	141.45		
	合计						207370.33		
投标报价（小写）					14490775.18				
投标报价（大写）					壹仟肆佰肆拾玖万零柒佰柒拾伍元壹角捌分				

投标人名称（电子签名）：山东大汉医疗股份有限公司

日期：2024年1月17日

注：

- 1、投标人需按本表格式填写，单位统一均为人民币元。
- 2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无

关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、以上表格要求细分项目及报价，在“规格型号（或服务）”一栏中，货物类项目填写规格型号，服务类项目填写具体服务。

4、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价等予以公示。

5、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。