

天鉴国际工程管理有限公司

# 谈判文件

项目名称：东兰县乡镇卫生院医疗设备采购项目

项目编号：HCZC2020-J1-240314-TJGJ

采购单位：东兰县卫生健康局

采购代理机构：天鉴国际工程管理有限公司

# 天鉴国际工程管理有限公司东兰县乡镇卫生院医疗设备采购项目竞争性谈判公告

项目编号：HCZC2020-J1-240314-TJGJ

## 项目概况

东兰县乡镇卫生院医疗设备采购项目项目已依法获得采购人和评审专家分别书面推荐的供应商应在河池市公共资源交易中心平台（<http://www.hcyjxxw.com>）及政府采购云平台（<http://www.zcygov.cn/>）获取谈判文件，并于2020年12月24日10时30分（北京时间）前提交响应文件。

### 一、项目基本情况

1. 项目编号：HCZC2020-J1-240314-TJGJ（采购计划编号：HJZC2020-J1-01234-001）
2. 项目名称：东兰县乡镇卫生院医疗设备采购项目
3. 采购方式：竞争性谈判
4. 采购预算金额：52万元
5. 采购内容：便携式彩超1台，数字式十二道心电图机1台，全自动五分类血细胞分析仪1台，具体内容详见谈判文件。
6. 合同履行期限：自合同签订之日起30天内安装调试完毕并交付使用。
7. 本项目不接受联合体参与谈判。

### 二、供应商的资格条件：

1. 国内注册（指按国家有关规定要求注册的），生产或经营本次采购货物，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件；

#### 2. 本项目的特定资格要求：

①已经依法获得采购人和评审专家分别书面推荐的供应商并在规定时间内获取采购文件的供应商才有资格参与谈判；

②竞标人须具有国家主管部门颁发的有效的医疗器械生产许可证，或按《医疗器械经营监督管理办法》（国家食品药品监督管理总局第8号令）医疗器械分类管理要求具有有效的医疗器械经营许可证或具有有效的医疗器械经营备案凭证。

③在“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动；

④单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

⑤本项目不接受未在河池市公共资源交易中心网（<http://www.hcyjxxw.com/gxhczbw/>）及政府采购云平台（<http://www.zcygov.cn/>）注册的供应商参与谈判；

### 三、谈判文件的获取

1. 时间：2020年12月18日本公告发布之时起至响应文件递交截止时间。
2. 河池市公共资源交易中心网（<http://www.hcyjxxw.com/gxhczbw/>）及政府采购云平台（[https://www.zcygov.cn](https://www.zcygov.cn/)）。（注：河池市公共资源交易中心交易平台和政府采购云平台均要下载文件，否则将不接收竞标人递交的响应文件）

3. 方式：在电子交易平台注册，并在系统上下载谈判文件，逾期下载无效

4. 售价：0 元

备注：为配合采购人进行政府采购项目执行和备案，未在政府采购云平台 (<https://www.zcygov.cn>) 注册的供应商登录政采云进行注册，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

#### 四、响应文件提交

1. 首次响应文件提交起止时间：2020 年 12 月 24 日 10 时 00 分至 10 时 30 分（北京时间）

2. 首次响应文件提交截止时间：2020 年 12 月 24 日 10 时 30 分（北京时间）

3. 首次响应文件提交地点：河池市公共资源交易中心（地址：河池市金城江区城东新区肯旺桥西侧北面市工人文化宫办公大楼五楼）

注：供应商应当在首次响应文件提交截止时间前，将响应文件密封送达首次响应文件提交地点。在首次响应文件提交截止时间后送达的响应文件为无效文件，采购代理机构应当拒收。

#### 五、开启

1. 时间：2020 年 12 月 24 日 10 时 30 分后。

2. 地点：河池市公共资源交易中心（地址：河池市金城江区城东新区肯旺桥西侧北面市工人文化宫办公大楼五楼）

#### 六、公告期限：

自本公告发布之日起 3 个工作日。

#### 七、其他补充事宜

##### 1. 谈判保证金

谈判保证金：人民币伍仟元整（¥5000.00）。

谈判保证金交纳方式：支票、汇票、本票、保函、转账等形式。供应商必须将谈判保证金从供应商的银行基本账户以转账或电汇形式转出，并于响应文件递交截止时间前到达指定账户（账户名称：河池市公共资源交易中心，开户银行：供应商自行在河池市公共资源交易中心系统内查询相应本的保证金账户信息，银行账号：供应商自行在河池市公共资源交易中心系统内查询相应本的保证金账户信息），否则视为无效谈判保证金。本项目不接受现金形式或从个人账户转出的谈判保证金。

##### 2. 公告媒体

中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）

广西壮族自治区政府采购网（[zfcg.gxzf.gov.cn](http://zfcg.gxzf.gov.cn)）

河池市公共资源交易中心网（<http://www.hc.jyxxw.com/gxhczbw/>）

##### 3. 交易服务机构：河池市公共资源交易中心

联系方式：0778-2302718（交易服务部）、0778-2303798（开标评标部）、0778-2301278（财务部）

##### 4. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

①政府采购促进中小企业发展；

②政府采购支持采用本国产品的政策；

③强制采购、优先采购环境标志产品、节能产品；

④根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68 号），监狱企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。

#### 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

##### 1. 采购人信息

名称：东兰县卫生健康局

地址：东兰县东兰镇龙头街 18 号

联系人：陈锋

电话：0778-6326196

2. 采购代理机构：天鉴国际工程管理有限公司

联系人：韦方璐

联系电话：0778-2259851

传真：0778-2259802

地址：河池市金城江区金城中路 2-4 号铜鼓园写字楼八楼

# 目 录

第一章 竞标人须知及前附表 .....	5
竞标人须知 .....	8
一、总 则 .....	8
二、谈判文件（以下简称条件书） .....	8
三、响应文件的编制格式 .....	9
四、响应文件的递交 .....	12
五、竞争性谈判（简称谈判）与评标 .....	12
特别说明： .....	15
六、签订合同 .....	16
七、其他事项 .....	17
第二章 采购项目需求表 .....	19
采购项目需求表 .....	20
第三章 合同基本条款及合同书（格式） .....	25
第四章 评定成交的标准 .....	33
评定成交的标准 .....	34
第五章 响应文件（格式） .....	35
封面格式 .....	36
一、竞 标 函 .....	38
二、竞标保证金交纳证明 .....	40
三、竞标报价表 .....	41
五、售后服务承诺书 .....	43
六、资格证明文件 .....	44
七、竞标人认为有必要提供的其他有关材料 .....	46

# 第一章 竞标人须知及前附表

## 竞标人须知前附表

项号	内 容
1	<p>项目名称：东兰县乡镇卫生院医疗设备采购项目</p> <p>项目编号：HCZC2020-J1-240314-TJGJ</p>
2	<p>竞标人资格：</p> <p>1. 国内注册（指按国家有关规定要求注册的），生产或经营本次采购货物，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件；</p> <p>2. 本项目的特定资格要求：</p> <p>①已经依法获得采购人和评审专家分别书面推荐的供应商并在规定时间内获取采购文件的供应商才有资格参与谈判；</p> <p>②竞标人须具有国家主管部门颁发的有效的医疗器械生产许可证，或按《医疗器械经营监督管理办法》（国家食品药品监督管理总局第8号令）医疗器械分类管理要求具有有效的医疗器械经营许可证或具有有效的医疗器械经营备案凭证。</p> <p>③在“信用中国”网站（<a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a>）、中国政府采购网（<a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a>）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动；</p> <p>④单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；</p> <p>⑤本项目不接受未在河池市公共资源交易中心网（<a href="http://www.hcyjxxw.com/gxhczbw/">http://www.hcyjxxw.com/gxhczbw/</a>）及政府采购云平台（<a href="http://www.zcygov.cn/">http://www.zcygov.cn/</a>）注册的供应商参与谈判；</p>
3	<p>竞标报价：竞标人必须就《货物需求一览表》中的所有内容作完整唯一报价，否则，其竞标将被拒绝。</p>
4	<p>竞标有效期：竞标截止日期之日起 60 天。</p>
5	<p>响应文件：正本一套、副本三套，共四套。</p>
6	<p>竞标保证金：<b>人民币伍仟元整（¥5000.00）</b>；</p> <p>谈判保证金应在响应文件有效期内保持有效。</p> <p>竞标人必须于竞标截止时间前将竞标保证金从竞标人的基本账户转入并到达以下账户：</p> <p>账户名称：河池市公共资源交易中心</p> <p>开户银行：供应商自行在河池市公共资源交易中心系统内查询相应本的保证金账户信息</p> <p>银行账号：供应商自行在河池市公共资源交易中心系统内查询相应本的保证金账户信息</p> <p>交纳形式：转账、电汇的形式；竞标保证金必须从竞标人银行基本账户转出到指定银行账户，竞标保证金到达指定账户时间不得迟于响应文件递交截止时间。</p> <p>谈判保证金退还：</p> <p>1、谈判保证金的退还均以转账形式退回到竞标人银行账户。</p> <p>2、竞标人人在缴纳谈判保证金时，需在进账凭证上明确资金用途和竞标项目名称（或项目</p>

	<p>编号), 并注明联系人及电话, 以便查对核实。</p> <p>注:</p> <p>1、谈判保证金的退还均以转账形式退回到供应商银行账户。</p> <p>1.1 未成交供应商的谈判保证金在成交通知书发出后五个工作日内退还。</p> <p>1.2 成交供应商的谈判保证金在成交供应商与采购人签订合同并送合同给代理机构存档后五个工作日内退还。</p> <p>2、有下列情形之一的, 谈判保证金的不退还。</p> <p>2.1 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的;</p> <p>2.2 供应商在响应文件中提供虚假材料的;</p> <p>2.3 除因不可抗力或谈判文件认可的情形以外, 成交供应商不与采购人签订合同的;</p> <p>2.4 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的;</p> <p>2.5 法律法规规定的其他情形。</p>
7	<p>响应文件以密封形式递交至: 河池市公共资源交易中心(地址: 河池市金城江区城东新区肯旺桥西侧北面市工人文化宫办公大楼五楼)</p> <p>响应文件递交截止时间: 2020年12月24日10时30分</p>
8	<p>竞争性谈判时间: 2020年12月24日10时30分整截标后</p> <p>谈判地点: 河池市公共资源交易中心(地址: 河池市金城江区城东新区肯旺桥西侧北面市工人文化宫办公大楼五楼)</p>
9	<p>评标方法: 见谈判文件第四章一评定成交的标准。</p>
10	<p>履约保证金: 无要求</p>
11	<p>采购代理服务费: 本项目采购代理服务费按桂价费字【2011】55号文件货物类规定收取, 由成交人向采购代理机构一次性支付。</p>
12	<p>签订合同携带的资格证件: 营业执照副本复印件、单位授权委托书及被授权人身份证原件等其它资格证件。</p>
	<p>政府采购合同公告:</p> <p>根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定, 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内, 将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告, 但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。</p>
	<p>1、本文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定, 用供应商法定主体行为名称制作的印章, 除本文件有特殊规定外, 供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、竞标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。</p> <p>2、本文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或被授权人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为, 私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。</p>

# 竞标人须知

## 一、总 则

### 1. 项目名称及项目编号

1.1 项目名称及项目编号详见本须知前附表第 1 项。

### 2. 竞标人资格

2.1 参加本项目的竞标人必须满足本须知前附表第 2 项要求的资格；

2.2 符合竞标人资格的竞标人应承担竞标及履约中应承担的全部责任与义务。

### 3. 竞标费用

3.1 竞标人应自行承担所有与本次竞标有关的全部费用。

## 二、谈判文件（以下简称条件书）

### 4. 条件书的构成

4.1 条件书包括：

- (1) 竞标公告；
- (2) 竞标人须知及前附表；
- (3) 货物需求一览表；
- (4) 合同基本条款及合同（格式）；
- (5) 评标方法和成交标准；
- (6) 响应文件（格式）。

### 5. 条件书的澄清和修改

5.1 任何要求澄清条件书的竞标人，均应在竞标截止日期的 1 天前以传真、电报等书面形式通知采购代理机构，同时认定其他澄清方式为无效。采购代理机构将以书面形式予以答复。

5.2 如果竞标人认为本条件书中存在有倾向性、排他性的内容或条款的，可以在竞标截止日期 1 天前，以书面形式并附上相关证明材料向本采购项目联系人反映。

5.3 任何竞标人对条件书的澄清要求，均应在竞标截止时间 1 天前的正常工作时间以传真或电报等书面形式通知采购代理机构，同时认定其他形式为无效。采购代理机构将答复以发布公告的形式予发布至采购公告相应媒体上，该答复不指明答复问题的来源。为确保项目的如期完成，采购代理机构将可能对竞标人在规定时间之后提出的澄清问题不予答复。

5.4 采购代理机构对已发出的条件书进行必要修改的，在条件书要求提交响应文件截止时间 1 天前，在竞标公告发布媒体上发布更正公告。

5.5 请竞标人自行在相关媒体上查询以上澄清答复（或补充通知），或电话咨询。该澄清或修改的内容为采购文件的组成部分。

5.6 采购代理机构可视具体情况，延长竞标截止日期和开标时间，至少于竞标截止时间 1 天前以发布公告的形式在相关媒体上发布通知。已发布在媒体上的澄清答复（或补充通知）均视为竞标人已签收。

### 三、响应文件的编制格式

#### 6. 响应文件编写的注意事项

6.1 竞标人应认真阅读条件书，按照条件书的要求编制响应文件。如果没有按照条件书要求提交响应文件，该竞标将被拒绝。如果没有对条件书提出的实质性要求和条件作出完全响应的，在评标时谈判小组将以谈判文件和响应文件为评定依据，在符合采购需求，质量和服务相等的前提下，根据货物质量、施工和组织实施计划方案及售后服务的价格要素对其竞标报价进行调整。

6.2 条件书提出的实质性要求和条件是指本竞标项目所涉及的价格、技术参数及性能配置、数量、售后服务及其它要求、合同条款等内容。

#### 7. 响应文件的构成

7.1 响应文件（按条件书要求的格式及顺序自行填写并装订）：

- （1）竞标函；
- （2）竞标保证金交纳证明；
- （3）竞标报价表；
- （4）技术规格偏离表；
- （5）售后服务承诺书；
- （6）竞标人资格证明文件；
- （7）竞标人认为有必要提供的其他有关材料。

#### 8. 响应文件的文字及计量单位

8.1 竞标人的响应文件以及竞标人与采购代理机构的所有来往的函电统一使用中文（另有规定的除外）。

8.2 响应文件中使用的计量单位除条件书中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

#### 9. 响应文件格式

9.1 竞标人应按条件书第五章中“响应文件（格式）”详细完整地填写各项内容。

9.2 在竞标报价表中，竞标人应详细标明所提供的货物及部件名称、品牌型号、技术参数、配置、产地、生产厂家、数量及产品所执行的标准及标准号等。

9.3 响应文件必须编制目录及页码，目录与页码必须保持一致，否则因此造成的一切后果由竞标人自行承担。

#### 10. 竞标报价

10.1 竞标人必须就《货物需求一览表》中的所有内容作完整唯一报价，否则其竞标将被拒绝。如果竞标人所填报的内容与条件书及谈判记录相比较有存在漏项的状况且在评标时被接受，则将被认为该遗漏项目已包含在谈判后的最终竞标价中，成交人在供货时应严格按条件书及谈判要求的内容完整提供，不得要求采购人对其漏报的货物追加支付货款。

10.2 竞标人应在竞标报价表上标明单价和总价。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果因竞标人原因引起的报价失误，并在谈判时被接受，其后果由竞标人自负。

10.3 为确保采购质量和维护公平的竞争，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条和中华人民共和国反不正当竞争法第十一条，经营者不得以排挤对手为目的，以低于成本的价格销售货物。采购人不能接受报价人的恶意低价的竞争。谈判小组认为，某竞标报价明显低于其他通过符合性审查竞标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，报价人必须提供本项目成本分析报告，同时提供以下支撑证明材料：

①提供项目成本组成明细（成本价中必须包括各类税收、人员成本等），其中：人力成本必须根据报价人所在省（自治区、直辖市）政府部门或人力资源社会保障部门公布的关于 2019 年 1 月份至 12 月份竞标人所在地最低工资标准相关文件要求编制（新设立公司按实际情况提供，原件备查）；

②2019 年企业所得税 1-12 月份申报表复印件（新设立公司按实际情况提供，原件备查）。

③提供至少 2 个类似项目业绩的费用成本组成明细（提供该业绩合同复印件，原件现场核查）。

如不提供或谈判小组认定其资料不能详尽合理说明其成本的，则视为低于供应商成本价报价，报价无效。

10.4 竞标报价包含货物、随配附件、备品备件（详细清单由竞标人提供）、易损件、专用工具、运杂费、运抵指定交货地点施工（含设计）、安装、调试、验收、保险费、售后服务、税金费用的总和。

## 11. 竞标货币

### 11.1 竞标应以人民币报价。

## 12. 竞标人资格证明文件

12.1 下述资格证明文件中注明必须提交的文件必须提交完备。如提供的材料不完备或未按规定加盖单位公章的，将被当作资格审查不合格而取消竞标资格：

(1)有效的竞标保证金缴纳证明复印件；（必须提交，加盖公章）；

(2)竞标人有效的营业执照副本内页复印件；（必须提交，加盖公章）；

(3)法定代表人资格证明书或由国家质量技术监督局颁发的中华人民共和国组织机构代码证复印件（如已办理“三证合一”的单位不需提供组织机构代码证）；（必须提交，加盖公章）

(4)有效的法定代表人身份证复印件；（必须提交，加盖公章）

(5)派委托人时还须提供法定代表人授权委托书原件（委托书必须明确委托权限及时间）、委托代理人有效的身份证正反面复印件；（必须提交，加盖公章）

(6)竞标人须具有国家主管部门颁发的有效的医疗器械生产许可证，或按《医疗器械经营监督管理办法》（国家食品药品监督管理总局第 8 号令）医疗器械分类管理要求具有有效的医疗器械经营许可证或具有有效的医疗器械经营备案凭证复印件；（必须提交，加盖公章）

(7)竞标人在“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）查询相关供应商信用记录，同时须将查询结果打印加盖单位公章。①“信用中国”查询内容包括：基本信息、失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录共五个网页打印，网页打印须显示竞标人名称以及查询结果。其中基本信息页面打印时间为本项目谈判公告发布之日起至竞标截止时间止。②“中国政府采购网”的查询内容包括：政府采购严重违法失信行为信息记录网页打印，网页打印须显示竞标人名称以及查询结果。页面中的处罚日期查询起止时间

为响应文件递交截止时间前三年内。本项目谈判公告发布之日起至竞标截止时间止，竞标人应按上述查询时间的要求打印出响应的查询页面，并加盖单位公章（必须提交，加盖公章）

(8)竞标人认为必要提供的证明其满足本项目竞标资格的声明及文件资料。

### **13. 货物合格和符合条件书规定的证明文件[注明“必须提供”的文件均必须提供，否则其竞标无效]**

13.1 按照本须知第 7 条规定，竞标人还应提交根据本项目要求提供证明货物和手续合格性的文件及资料。它们可以是：

(1)生产厂家的有关资格和生产许可证（实行生产许可证制度的产品必须提供）、产品强制标准认证证书（凡实行强制标准认证的产品必须提供）、产品质量检验证，以上均为复印件并加盖公章，于供货时提供（如有）；

(2)产品样本、使用说明书等技术资料及产品近三年获得的质量获奖荣誉证书(复印件,如有请提供)；

(3)设备或产品保证供货有效证明(指由竞标货物生产厂家针对本项目出具的保证按响应文件承诺的时间、数量、价格供应货物的证明，如有请提供)；

(4)产品销售授权书或代理证书{如有，请提供原件或复印件（加盖单位公章），若《货物需求一览表》要求提供原件的，必须提供原件}；

(5)竞标产品生产厂家对技术性能及配置证明文件{如有，若《货物需求一览表》要求提供原件的，必须提供原件}。

### **14. 竞标的有效期**

14.1 响应文件有效期详见本须知前附表第 4 项规定。

14.2 在特殊情况下，采购代理机构可与竞标人协商延长响应文件的有效期。

### **15. 响应文件书写及签名、盖章要求**

15.1 响应文件正副本必须用不褪色的墨水书写或打印，且正本需加盖骑缝章，修改处应由法定代表人或委托代理人签名和盖公章，否则其竞标无效（副本可以用正本复印，但要求盖章的必须在复印后加盖单位公章）。

15.2 字迹潦草、表达不清或未按要求填写的响应文件可能将被认定为无效的竞标。

15.3 响应文件应由法定代表人或委托代理人在凡规定签章处签名和盖公章并逐页签名，否则其竞标无效。

15.4 响应文件的份数：响应文件的份数详见本须知前附表第 5 项规定。并在每份文件左上角注明“正本”、“副本”字样，一旦正本和副本不符，以正本为准。

15.5 竞标人提供的竞标材料（正、副本），属竞标条件书要求必须提供的材料，竞标人必须加盖单位公章。

### **16. 竞标保证金**

16.1 竞标保证金应用人民币。金额按竞标人须知前附表第 6 项规定。

16.2 交款方式： 转账、电汇的形式，竞标人采用转账、电汇形式的，竞标保证金必须从竞标人银行基本账户转出到指定银行账户，其他形式认定为无效竞标保证金。

16.3 竞标人应按本须知前附表的要求提交竞标保证金，并将账单复印件按要求放入响应文件中。若在规定时间内没有收到竞标人缴纳的竞标保证金，则取消竞标人的竞标资格。

16.4 办理竞标保证金手续时，必须以竞标单位名义递交保证金，且必须在银行进账单或电汇单的用途或备注栏上注明项目名称、项目编号、参加竞标的分标号（办理手续时必须督促银行写明），以免耽误竞标。

16.5 对未按本条件书要求交纳竞标保证金的响应文件，采购代理机构将视其为不响应竞标条件而予以拒绝。

16.6 竞标人的竞标保证金，将在成交通知书发出后5个工作日内退还所有竞标人，不计利息。

#### 四、响应文件的递交

##### 17. 响应文件的密封与标记

17.1 响应文件正本装入“响应正本文件袋”并加以密封，再将“竞标正本文件袋”和响应文件副本一并装入“响应文件袋”中并加以密封；所有封贴处必须密封后签字（法定代表人或其委托代理人签字均可，当为代理人签字时由代理人在开标会上随身携带授权书原件以备核验）或盖法定代表人公章。

17.2 内层正本文件袋及外层的响应文件袋上都应写明：

(1) 采购代理机构：天鉴国际工程管理有限公司

(2) 项目名称：\_\_\_\_\_

(3) 竞标编号：\_\_\_\_\_

(4) 竞标单位：\_\_\_\_\_

(5) 注明“开标时才能启封”（响应文件袋上注明“二〇一 年 月 日 时 分前不得拆封”）

17.3 竞标人可按上述要求和文件袋样式进行包装。

17.4 响应文件的密封以响应文件袋无明显缝隙暴露袋内文件且封口处有密封签章为合格。

17.5 竞标人在递交响应文件时未按本须知要求密封、标记的，采购代理机构有权拒收，拒收所产生的后果由竞标人自负。

##### 18. 竞标截止时间

18.1 响应文件的递交不得迟于本须知前附表第7项规定的截止时间。

18.2 竞标人必须在规定时间内将响应文件送到本须知前附表第7项规定地点，超过竞标截止时间送达的响应文件将不予受理。

#### 五、竞争性谈判（简称谈判）与评标

##### 19. 谈判

19.1 谈判小组确认竞争性谈判文件。

19.2 谈判小组对竞标资格条件及响应文件进行评审，并从符合竞争性谈判文件规定的相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加谈判。资格条件不符合的供应商或未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。

##### 19.3 第一轮谈判

谈判小组按已确定的谈判顺序，谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人（或负责人）人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

采购代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。

谈判小组一致确定响应供应商符合谈判文件要求的，按谈判文件设定的方法和标准确定成交候选人。第一轮谈判谈判小组未能确定成交候选人的，对谈判文件修正后进行第二轮谈判。

#### 19.4 谈判文件修正

(1)、第一轮谈判结束后，各响应供应商退场等候，谈判小组进行合议。根据第一轮谈判掌握的情况，可以对谈判文件进行修改，确定采购内容的详细规格或具体要求，优化采购方案。

(2)、采购代理机构通知响应供应商集中，谈判小组强调调整后的采购要求，将谈判文件的修改结果以书面形式通知响应供应商，向响应供应商提供较充分的修正时间。

(3)、响应供应商根据第一轮谈判情况和谈判文件修改书面通知，对原响应文件进行修正，并将修正文件签字（盖公章）后密封送交谈判小组。逾时不交的，视同放弃谈判。修正文件与响应文件同具法律效力。

#### 19.5 第二轮谈判

谈判小组就修正后的谈判文件与响应供应商分别进行谈判。采购代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。谈判小组按谈判文件设定的方法和标准确定成交候选人。

第二轮谈判谈判小组未能确定成交候选人的，对谈判文件修正后进行第三轮谈判。以此类推。

#### 19.6 最后报价

19.6.1 谈判文件能够详细列明采购标的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内密封提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

19.6.2 谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内密封提交最后报价。

19.6.3 最后报价是供应商竞争性谈判响应文件的有效组成部分。

19.6.4 已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。采购人、采购代理机构将退还退出谈判的供应商的保证金。

19.6.5 小型和微型企业最终报价扣除计算

按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），响应供应商认定为小型和微型企业（以响应文件提供的符合规定的有关证明材料为准）且所投产品均为小型和微型企业产品的，对最后报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=最终报价×（1-10%）。

竞标产品提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

19.6.6 谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的竞标人中，按照最终报价/评标报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人（报价相同时，依次按节能环保产品优先、技术指标高优先、质量保证期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列），并编写评审报告。

19.7 响应供应商的报价均超过了政府采购控制价，采购人不能支付的，谈判活动终止；终止后，采购人需要采取调整采购预算或项目配置标准等，或采取其他采购方式的，应当在采购活动开始前获得财政部门批准。

19.8 在评标过程中出现法律法规和谈判文件均没有明确规定的情形时，由谈判小组现场协商解决，协商不一致的，由全体谈判小组投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

19.9 特别说明：

（1）同一品牌同一型号产品只能由一家供应商参加。采购内容包含多项货物，如其中两家或两家以上供应商所投产品均为同一品牌同一型号产品的，应当按一个供应商认定。多家供应商参加竞标，如其中两家或两家以上供应商的，法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的应当按一个供应商认定。评审时，取其中通过资格审查后的最后报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以售后服务最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会集体决定。

多家代理商或经销商参加竞标，如其中两家或两家以上供应商存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理同一品牌同一型号产品的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。

同一家原生产厂商授权多家代理商参加同一品牌同一型号产品竞标的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。

（2）竞标人竞标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。竞标人竞标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

（3）竞标人应仔细阅读竞争性谈判文件的所有内容，按照竞争性谈判文件的要求提交竞争性谈判响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

（4）竞标人在竞标活动中提供任何虚假材料，其竞标无效，并报监管部门查处；成交后发现的，成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法竞标人的行政与刑事责任。

## 20. 评标

20.1 本采购项目是以政府采购控制价为最高限价，超出政府采购控制价的最终竞标报价，采购人不能支付时，评标委员会将不予以评审。

20.2 本项目的评标依据为条件书和响应文件。

20.3 本项目采用的评标方法按本须知前附表第9项规定执行，“谈判与评标委员会”成员、有关工作人员及其他知情人不得透露对响应文件的评审、比较和成交候选供应商的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

20.4 竞标人在评标过程中，所进行的力图影响评标结果公正性的活动，将可能导致其成交资格被取

消。

20.5 评标方法：在质量和服务均能满足谈判文件要求的前提下，按竞标人报价从低到高排列成交候选人。

## 21. 无效的响应文件

21.1 响应文件如有下列情况之一，将会在评标中按照无效响应文件处理（(11) - (16) 视为竞标人串通竞标）：

- (1) 竞标人所提供材料不足以证明其具备本项目要求的资格；
- (2) 竞标人未按规定向采购代理机构购买本项目竞标条件书；
- (3) 未按本竞标条件书要求交纳竞标保证金的；
- (4) 竞标人未就所竞标段的所有内容作完整唯一报价；
- (5) 未按竞标条件书的要求密封、签署、盖章的及要求提供的响应文件份数的；
- (6) 超出政府采购控制价的最终竞标报价；
- (7) 不符合竞标条件书中规定的实质性要求并且在谈判规定的时间内无法说明和补充的；
- (8) 竞标人无法在规定时间内提供资格证明材料进行核对，或应谈判与评标委员会要求提供的有关材料原件与其在响应文件中所提供的材料复印件不一致的；
- (9) 竞标人递交两份或多份内容不同的响应文件，或在一份响应文件中对同一采购货物报有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的，按竞标条件书规定提交备选竞标方案的除外；
- (10) 不符合法律、法规和竞标条件书规定的其他实质性要求和条件的。
- (11) 不同竞标人的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同竞标人报名的 IP 地址一致的；
- (12) 不同竞标人委托同一单位或者个人办理竞标事宜；
- (13) 不同的竞标人的响应文件载明的项目管理员为同一人；
- (14) 不同竞标人的响应文件异常一致或竞标报价呈规律性差异；
- (15) 不同竞标人的响应文件相互混装；
- (16) 不同竞标人的竞标保证金从同一单位或者个人账户转出。

### 特别说明：

1. 出现下列情形之一的，评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以售后服务最优一家为有效供应商；当报价和售后服务均相同时，则由谈判小组集体决定。

(1) 若同一项目或同一分标的采购内容只有一项设备的，同一品牌同一型号产品只能由一家供应商参加。

(2) 若同一项目或同一分标的采购内容包含多项设备的，如其中两家或两家以上供应商所投产品均为同一品牌同一型号产品的，应当按一个供应商认定。

(3) 多家供应商参加同一项目或同一分标的竞标时，如其中两家或两家以上供应商的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，应当按一个供应商认定。

(4) 多家代理商或经销商参加同一项目或同一分标的竞标时，如其中两家或两家以上供应商存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理同一品牌同一型号产品的，应当按一个供应商认定。

(5) 同一竞标人不能重复成交同一规格、同一品种的标段。

(6) 非单一产品采购项目中，多家竞标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

2. 竞标人竞标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法定代表人所拥有。

3. 竞标人应仔细阅读谈判文件的所有内容，按照谈判文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4. 竞标人在竞标活动中提供任何虚假材料，其竞标无效，并报监管部门查处；成交后发现的，成交人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第 49 条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法竞标人的行政与刑事责任。

## 22. 废标

22.1 竞标采购过程中出现下列情形之一的，将予以废标：

(1) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(2) 竞标人的最终报价均超过了采购控制价，采购人不能支付的；

(3) 因重大变故，采购任务取消的。

22.2 废标后，采购代理机构将把废标理由通知所有竞标人。

## 六、签订合同

### 23. 成交结果及公告

23.1 采购代理机构在谈判工作完成后 2 个工作日内将谈判报告送采购人，采购人确认后，成交结果将在竞标公告发布媒体上公告。

23.2 竞标人如对成交公告有异议，可以在成交公告发布后七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构将在收到竞标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

23.3 质疑竞标人必须首先经过质疑程序，质疑材料必须符合《广西壮族自治区政府采购供应商质疑处理办法》（桂财采[2006]11 号）的规定，在对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向同级人民政府财政部门投诉。

### 24. 成交通知

24.1 在发布成交公告的同时，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。

24.2 采购人或采购代理发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并确定排名第二的成交候选供应商为成交供应商。

排名第二的成交候选供应商因前款规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以确定排名第三的成交候选供应商为成交供应商。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

24.3 采购代理机构无义务向落标的竞标人解释落标原因和退还响应文件。

24.4 采购人或采购代理发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、严重违法失信行为记录名单及其他不符合相关法律条件的供应商，取消其成交资格，并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原

因被取消成交资格的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

## 25. 合同授予标准

25.1 合同将授予被确定为实质上响应条件书要求，评标认为具备履行合同能力，评标价最低的竞标人。

25.2 采购人应按照评标报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商，也可以事先授权评标委员会直接确定成交供应商。

25.3 成交供应商因不可抗力或者自身原因，不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，以此类推。

## 26. 签订合同

26.1 成交供应商收到成交通知书后，按成交通知书中规定的时间、地点与采购人签订合同。

26.2 如成交供应商不按成交通知书的规定签订合同，则按成交供应商违约处理，采购代理机构对成交供应商竞标的全部竞标保证金将不予退还。

26.3 采购代理机构如遇成交供应商违约，有权从成交候选供应商中确定成交供应商，并组织成交供应商与采购人签订合同，或重新组织采购。

## 27. 履约保证金

27.1 成交供应商须于签订合同前按本须知前附表规定的金额以支票、汇票、本票、保函、转账等非现金形式缴纳。否则，不予签订合同。

27.2 签订合同后，如成交供应商不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

27.3 履约保证金在成交供应商按合同约定交货验收合格后自行转为货物的质保金，质保期满后由采购人如数退还（不计利息）给成交供应商。

27.4 在质保金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知采购人，否则由此产生的后果由成交供应商自负。

## 七、其他事项

### 28. 招标代理服务费率

28.1 签订合同前，成交供应商向天鉴国际工程管理有限公司一次付清招标代理服务费，其金额详见本须知前附表第 11 项规定。否则，采购代理机构将视之为违约，并上报监督管理部门同意后没收成交供应商这次参加竞标的全部竞标保证金。

#### 28.2 桂价费（2011）55 号文件规定的代理服务收费标准：

费率 中标金额	货物招标	服务招标	工程招标
100 万元以下	1.5%	1.5%	1.0%
100~500 万元	1.1%	0.8%	0.7%
500~1000 万元	0.8%	0.45%	0.55%
1000~5000 万元	0.5%	0.25%	0.35%

5000 万元~1 亿元	0.25%	0.1%	0.2%
1~5 亿元	0.05%	0.05%	0.05%
5~10 亿元	0.035%	0.035%	0.035%
10~50 亿元	0.008%	0.008%	0.008%
50~100 亿元	0.006%	0.006%	0.006%
100 亿以上	0.004%	0.004%	0.004%

## 29. 解释权

29.1 本条件书是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理有关规定和参照国际惯例编制，解释权属本采购代理机构。

## 30. 有关事宜

30.1 所有与本条件书有关的函电请按下列通讯地址联系：

### 天鉴国际工程管理有限公司

通讯地址：河池市金城江区金城中路 2-4 号铜鼓园写字楼八楼

邮政编码：547000

电 话：0778-2259851

传 真：0778-2259802

### 交纳招标代理服务费专用账户

单位名称：天鉴国际工程管理有限公司河池分公司

开户行信息：中国农业银行河池东江分理处

账 号：20506001040006758

## 第二章 采购项目需求表

## 采购项目需求表

说明：

1、本一览表中的品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，竞标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

2、本一览表中参考品牌型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或竞标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数性能（配置）同时填写竞标报价表和技术规格偏离表。

3、凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，竞标人应在竞标报价表中将其标配参数详细列明，否则该竞标无效。

4、竞标人必须自行为其竞标产品侵犯其他竞标人或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的竞标人应在其响应文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目竞标过程中被侵权问题提出异议。

5、本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有此类产品参与竞标的做无效标处理。

### 一、货物需求一览表

序号	货物名称	数量	技术参数及配置要求
1	便携式彩超	1 台	1、设备用途：外围血管、小器官、肌肉骨骼、腹部、产科、妇科、泌尿科常规超声筛查及穿刺引导 2、显示屏≥10 英寸，电容触摸屏 3、超声图像有效显示区域≥800×600 4、数字化二维灰阶成像单元 5、脉冲反相谐波成像技术 6、斑点噪声抑制技术 7、系统开机时间≤20s 8、全屏图像显示功能 9、二维灰阶≥256 10、凸阵探头探测深度≥180mm，线阵探头探测深度≥60mm 11、灰阶图≥8 种，伪彩≥8 种 12、可配探头频率 2—10MHz 13、二维成像速率最高帧频≥15 帧/秒； 14、增益≥100dB 15、可选配导管置管辅助功能 16、电影回放≥80 帧

序号	货物名称	数量	技术参数及配置要求
			17、具备彩色多普勒功能 18、具备频谱多普勒功能 19、具备 M 型功能 20、整机重量：≤2kg，平板电池供电连续扫描时间≥3 小时 21、配置主机一套，腹部探头和浅表探头各一把，随身出诊包装箱一个
2	数字式十二道心电图机	1 台	<b>一、工作条件：</b> 1.1 产品可在电源交流 100 伏~240 伏，50/60 赫兹，室温 5—40℃和相对湿度 25%~80%的环境下正常工作 1.2 产品的电源插头符合中国标准，无需适配器 <b>二、 ECG 输入</b> 2.1 ECG 输入通道：标准 12 导联心电信息同步采集 2.2 导联选择：手动/自动可选,支持国际 Cabrera 导联体系 2.3 输入阻抗：≥50MΩ（10Hz） 2.4 频率响应：0.05-150Hz（-3db） 2.5 定标电压：1mV±2% 2.6 耐极化电压：±600mV 2.7 内部噪声：≤12.5μVp-p 2.8 时间常数：≥3.2s（0,+20%） 2.9 共模抑制比：≥121dB（AC 滤波开启）≥115dB（AC 滤波关闭） 2.10 输入电流：≤0.01μA 2.11 除颤保护：具有抗除颤电击保护功能 2.12 导联线：导联线内附抗除颤电击保护功能 2.13 中文输入及中文操作提示和中文报告语言 <b>三、波形处理：</b> 3.1 A/D 转换：24bit 3.2 采样率：1000Hz/秒/通道 3.3 灵敏度选择：1.25、2.5、5、10、20、10/5mm/mV、自动（AGC） 3.4 抗干扰滤波：具有交流滤波、肌电滤波、基线漂移滤波、低通滤波功能 3.5 自动分析功能：具有 12 导联同步自动分析以及 RR 间期、ST 段分析功能 3.6 自诊断功能：具有设备自诊断及故障提示功能 <b>四、存储器</b> 4.1 设备内置存储器，存储病历≥780 例 4.2 数据可通过 USB 口导入导出 4.3 支持外接 U 盘扩展存储空间

序号	货物名称	数量	技术参数及配置要求
			<p><b>五、显示器：</b></p> <p>5.1 彩色高清液晶显示屏<math>\geq 5.7</math>英寸；分辨率：<math>\geq 320*240</math></p> <p>5.2 显示信息：同屏显示 12 导同步心电波形</p> <p>5.3 显示内容：包含波形、心率、导联、走纸速度、增益、滤波器、时间、电池电量指示、输入法、文件、信息提示区、中文患者信息等</p> <p>5.4 支持屏幕背景网格显示，方便医生在屏诊断</p> <p>5.5 可显示导联连接指导图，方便护士及实习医生使用。</p> <p><b>六、记录器：</b></p> <p>6.1 热敏式点阵打印机</p> <p>6.2 走纸速度：5、6.25、10、12.5、25、50 mm/s <math>\pm 3\%</math></p> <p>6.3 记录通道：3<math>\times</math>4、3<math>\times</math>4+1R、3<math>\times</math>4+3R、6<math>\times</math>2、6<math>\times</math>2+1R、12<math>\times</math>1</p> <p>6.4 记录纸规格：支持卷纸和折叠纸两种规格，210mm 或 215mm</p> <p>6.5 打印方式：实时同步或连续 12 道心电波形，分段打印</p> <p>6.6 记录内容：心电波形、分析结果、明尼苏达码、平均模板以及导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、患者信息、标记等</p> <p>6.7 可直接外接 USB 打印机，通过 A4 纸打印 12 道心电波形和报告</p> <p>6.8 可设置打印报告测量信息显示自由配置功能</p> <p>6.9 具备在无网格纸上打印网格功能</p> <p><b>七、外部输入接口：</b></p> <p>7.1 RS232 端口，USB 接口，网络接口</p> <p>7.2 可以直接输出 DAT \FDA-XML\SCP\PDF\DICOM 格式标准协议，满足医院日后联网需求（DAT、PDF 及选配文件格式 SCP/FDA-XML/DICOM）</p> <p><b>八、机器功能</b></p> <p>8.1 手动、自动、节律、R-R 等多种工作模式可供选择</p> <p>8.2 病历管理功能，可进行病历查询、预览、修改、传输、打印，方便医生调阅病人信息</p> <p>8.3 具有心律失常延长打印功能</p> <p>8.4 具有预约下载功能，可以和心电数据管理软件/心电网络连接，直接将病人预约下载到心电图机上，减少医生工作量</p> <p>8.5 支持二维码和二维码条码扫描仪，支持支持社保卡阅读器和身份证阅读器，可对病人信息进行快速输入，减少医生工作</p> <p>8.6 具有导联脱落指示，具有信号检测功能，对于信号质量不佳的导联做出指示，保证波形采集的质量</p>

序号	货物名称	数量	技术参数及配置要求
			<p><b>九、便携：</b>外部隐藏式提手，方便机器移动</p> <p><b>十、电源：</b>交直流两用 自动转换</p> <p>10.1 交流电源：交流 100V~240V 50/60Hz</p> <p>10.2 直流电源：内置可充电锂离子电池（配置额定容量为2500mAh 时），充足后可正常工作时间 3.5 小时以上</p>
3	全自动五分类血细胞分析仪	1 台	<p>1、产品名称及检测原理：全自动五分类细胞分析仪，采用半导体激光散射流式细胞分析法+结合细胞化学染色法（WBC DIFF）、鞘流电阻抗法（WBC/RBC/PLT）、无氰化物比色法（HGB）的检测原理</p> <p>2、测量参数：≥33 项参数（含散点图，直方图等）</p> <p>3、分析模式：CBC、CBC+DIFF</p> <p>4、分析速度及进样方式：≥80 样本/小时，支持手动进样及自动进样两种方式，自动进样装载架单次可装载≥59 样本/次</p> <p>5、血样模式：静脉全血、末梢全血、预稀释血</p> <p>6、样本量：全血模式≤17u1；预稀释模式≤20u1</p> <p>7、试剂种类：≤4 种</p> <p>8、校准质控：可提供同品牌校准品、质控品，可溯源至国际参考方法</p> <p>9、LIS 功能：支持 LIS 双向传输通讯功能；支持院内及区域信息化升级需求，设备生产制造商可提供同品牌 LIS 软件系统（提供证明材料）</p> <p>10、操作语言：全中文操作语言和界面</p> <p>11、报告打印：可选择全部参数打印，也可选择部分参数打印，并可设置多种报告格式。</p> <p>12、质控方式：L-J 质控、质控、-R 质控和 X-B 浮动均值法质控。</p> <p>13、异常样本提示功能：对异常样本，给出对应的提示，辅助医生诊断</p> <p>14、采样针有防抵死功能，可以减少堵孔及提高吸样准确性</p> <p>15、排堵方式：浓缩液浸泡，正反压冲洗，高压灼烧</p> <p>16、维护功能：提供一键维护功能，并支持远程维护和升级，仪器出现故障时，提供的辅助故障排除手段</p> <p>17、支持条码扫描功能</p> <p>18、测量精度：WBC≤2.3%，RBC≤1.5%，HGB≤1.5%，MCV≤1.2%，PLT≤4.0%</p> <p>19、携带污染率：WBC≤0.5%，RBC≤0.5%，HGB≤0.8%，PLT≤1.0%</p> <p>20、本底要求：WBC≤0.3×10<sup>9</sup>/L，RBC≤0.03×10<sup>12</sup>/L，HGB</p>

序号	货物名称	数量	技术参数及配置要求
			$\leq 1\text{g/L}$ , $\text{PLT} \leq 10 \times 10^9/\text{L}$ 21、工作环境：温度 $15^\circ\text{C} - 30^\circ\text{C}$ ；湿度 30%-90%
<p>采购、安装、验收、售后及其他要求：</p> <p><b>一、质量保证期：</b>按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期除特别注明外，质量保质期1年（自项目验收合格之日起计算）。</p> <p><b>二、售后服务及其他要求</b></p> <p>1、售后服务要求：要求竞标产品是全新的、满足本项目需要的技术参数及性能（配置）要求的产品；质量保证期以竞标人承诺为准，但不得低于1年质量保证期，按厂家承诺实行“三包”。</p> <p>2、其它要求：</p> <p>（1）配置必须适合医院信息管理系统，以实现数据自动上传到《桂妇儿系统》进行追踪管理、使用管理。</p> <p>（2）必须无偿赠送中联系统端口费用，完成与医院病历系统对接。</p> <p>（3）所有配置设备均纳入单位固定资产专项管理备查，落实设备管理人员，保持完好工作状态，充分发挥设备效能作用。</p> <p>（4）免费送货上门，免费安装调试，免费培训操作人员，直至用户熟练使用为止，提供产品彩图或说明书（含技术参数），免费培训维修人员2名。</p> <p>3、免费培训技术人员，自接到客户故障报告2小时内（节假日除外）响应，48小时内到达用户现场；质保期内出现故障，如无法修复的，必须包换新机，并由成交人承担所发生的全部费用。质保期内不收取任何费用，质保期外，本厂家仍将提供终身维修服务，只收取合理的费用并提供零配件优惠服务方案，公司将对客户定期进行回访。</p> <p>4、在质保期内，成交人应对货物出现的质量及安全问题负责处理，如更换新机、维修仍不能解决问题的，采购人将从成交人交纳的质量保证金中直接扣除足够的货款，不足部分成交人应依据采购人列出的货物款项清单予以全额补足。</p> <p>5、为保证产品质量及服务，供货时成交人必须提供生产厂家针对此项目的授权书及售后服务承诺书原件盖公章。</p> <p>6、交货期：自签订合同后30个日历日内交货并验收合格完毕。</p> <p>7、交货地点：东兰县采购人指定地点。</p> <p>8、竞标报价指包含货物、随配附件、安装、备品备件、货物运抵指定交货地点的各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。</p> <p>9、付款方式：货物验收合格正常使用后3个月内采购单位向成交人付合同总金额的97%，余下的3%待质保期满后一次性付清（不含利息）。</p>			

### 第三章 合同基本条款及合同书（格式）

# 《广西壮族自治区政府采购合同》

## (试行) 文本

合同编号：

采购单位（甲方）\_\_\_\_\_ 采购计划号\_\_\_\_\_

供应商（乙方）\_\_\_\_\_ 项目名称和编号\_\_\_\_\_

签订地点\_\_\_\_\_ 签订时间\_\_\_\_\_

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照谈判文件规定条款和成交供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

### 第一条 合同标的

#### 1、供货一览表

序号	产品名称	商标品牌	规格型号	数量	单位	单价 (元)	金额 (元)
1							
2							
3							
人民币合计金额（大写）				（小写）			

2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如采购文件对其另有规定的，从其规定。

### 第二条 质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与采购文件和承诺相一致。乙方提供的自主创新产品、节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

### 第三条 权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。乙方应按谈判文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

### 第四条 包装和运输

1、乙方提供的货物均应按采购文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单

元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：\_\_\_\_\_。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：\_\_\_\_\_。

### 第五条 交付和验收

1、交货时间：\_\_\_\_\_、地点： 采购人指定地点。

2、乙方提供不符合采购文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、采购人委托政府采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后\_\_\_\_日内及时予以解决。

### 第六条 安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：\_\_\_\_\_。

### 第七条 售后服务、保修期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及采购文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物保修期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

### 第八条 付款方式和保证金

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2、资金性质：\_\_\_\_\_。

3、付款方式：

货物验收合格正常使用后3个月内采购单位向成交人付合同总金额的97%，余下的3%待质保期满后一次性付清（不含利息）。

### 第九条 质量保证金

签订合同前中标供应商向采购方交纳中标价\_\_\_\_%的履约保证金，货物验收合格之日起，\_\_\_\_%履约保证金自动转为质量保证金，质保期满且中标供应商按要求提交相关材料后15个工作日内无息返还。

### 第十条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

### 第十一条、质量保证及售后服务

1. 乙方应按谈判文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在\_\_\_\_小时内到达甲方现场处理。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4. 上述的货物免费保修期为\_\_\_\_年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

## **第十二条 违约责任**

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5% 违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额 3%违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5%，超过\_\_天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 3%滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5%。

5、乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5% 向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7、其它违约行为按违约货款额 5%收取违约金并赔偿经济损失。

## **第十三条、调试和验收**

1. 甲方对乙方提交的货物依据谈判文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合谈判文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

## **第十四条、货物包装、发运及运输**

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以

保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。
4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

#### **第十五条 不可抗力事件处理**

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

#### **第十六条 合同争议解决**

- 1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。
- 2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
- 3、诉讼期间，本合同继续履行。

#### **第十七条 诉讼**

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

#### **第十八条 合同生效及其它**

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。
2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。
3. 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

#### **第十九条 合同的变更、终止与转让**

- 1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。
- 2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

#### **第二十条 签订本合同依据**

- 1、政府采购谈判文件；
- 2、乙方提供的响应（或应答）文件；
- 3、竞标承诺书；
- 4、成交或成交通知书。

**第二十一条** 本合同一式四份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构



## 合同附件

1、供应商承诺具体事项：	
2、售后服务具体事项：	
3、保修期责任：	
4、其他具体事项：	
甲方（章）	乙方（章）
年 月 日	年 月 日

注：售后服务事项填不下时可另加附页

## 政府采购项目合同验收报告（格式）

根据政府采购合同（采购合同编号：\_\_\_\_\_）的约定，我单位对（项目名称）\_\_\_\_\_政府采购项目成交（或成交）供应商（公司名称）\_\_\_\_\_提供的货物（或服务）进行了验收，验收情况如下：

验收方式：		<input type="checkbox"/> 自行验收		<input type="checkbox"/> 联合验收
序号	名 称	货物型号规格、标准及配置 (或服务内容、标准)	数量	与合同约定 是否一致
实际供货日期			合同交货验收日期	
验收具体内容	（按招标采购文件、竞标响应文件及验收方案等。可附件）			
验收小组意见				
验收小组成员签字：				
参与验收其他或监督人员签字：				
供应商签字或盖章： 联系方式：_____年 月 日			采购单位盖章： _____年 月 日	

备注：本报告单一式4份（采购单位1份、供应商1份、采购监督部门备案1份、采购代理机构1份）。

## 第四章 评定成交的标准

# 评定成交的标准

## 一、评标原则：

（一）谈判小组的构成：本采购项目的谈判小组分别由依法组成的评审专家、采购人代表等三人以上单数组成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：以采购文件、响应文件为评定依据。

（三）评标方法：在质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的前提下，按评标报价由低到高排列成交候选供应商顺序（报价相同时，依次按节能环保产品优先、技术指标高优先、质量保证期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列），并依照次序确定成交供应商。

（四）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），谈判供应商认定为小型和微型企业的（以响应文件提供的符合规定的有关证明材料为准），对竞标价给予 10% 的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=最终竞标报价×（1-10%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体竞标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30% 以上的，联合体竞标价给予 2% 的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=最终竞标报价×（1-2%）；除上述情况外，评标报价=最终竞标报价。

## 二、成交候选供应商推荐原则：

（一）在质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的前提下，按评标报价由低到高排列成交候选供应商顺序（报价相同时，依次按节能环保产品优先、技术指标高优先、质量保证期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列），并依照次序确定 3 名成交候选供应商。采购单位应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选供应商为成交供应商。排名第一的成交供应商放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的成交候选供应商为成交供应商。排名第二的成交供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选供应商为成交供应商，其余以此类推。

（二）谈判小组认为，某谈判供应商的有效竞标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，谈判小组可以取消该谈判供应商的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选人递补，以此类推。

## 第五章 响应文件（格式）

{ 响应文件正、副本（正本一份、副本三份）分别按以下顺序装订成册，在每个文本封面上标明“正本”或“副本”}

封面格式

\_\_\_\_\_本

××××× (竞标人名称)

响 应 文 件

项目名称：东兰县乡镇卫生院医疗设备采购项目

项目编号：HCZC2020-J1-240314-TJGJ

竞 标 人： \_\_\_\_\_

地 址： \_\_\_\_\_

联 系 人： \_\_\_\_\_

联系电话： \_\_\_\_\_

(至\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_时\_\_\_\_分以前不得开封)

# 目 录

## 竞标人简介

- (1) 竞标函；
- (2) 竞标保证金交纳证明；
- (3) 竞标报价表；
- (4) 技术规格偏离表；
- (5) 售后服务承诺书；
- (6) 竞标人资格证明文件；
- (7) 竞标人认为有必要提供的其他有关材料。



9、若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额 5%以上 10%以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；涉嫌犯罪的，移送司法机关处理：

- (1) 提供虚假材料谋取成交、成交的；
- (2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- (3) 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- (4) 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
- (5) 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

三、与本竞标有关的正式通讯地址为：

地址：\_\_\_\_\_ 邮政编码：\_\_\_\_\_

电话、电报、传真或电传：\_\_\_\_\_

开户名称：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

账号：\_\_\_\_\_

法定代表人或委托代理人签名：\_\_\_\_\_

竞标人（公章）：\_\_\_\_\_

竞标日期：\_\_\_\_\_

注：竞标人必须加盖公章并签字，若此函由多页构成的，应逐页加盖竞标人公章并由法定代表人（或委托代理人）签字，无签字、盖公章的竞标无效。

## 二、竞标保证金交纳证明

### 三、竞标报价表

1、货物（本表内容对照《货物需求》填写）							
序号	货物名称	数量①	货物全称、品牌、生产厂家及国别	规格型号	单价（元） ②	单项合价（元） ③=①×②	备注
1							
2							
...							
货物部分小计		(大写)人民币_____ (¥_____元)					
交付使用期: _____							
交货地点: _____							
备注: 竞标报价包含货物、随配附件、备品备件（详细清单由竞标人提供）、易损件、专用工具、运杂费、运抵指定交货地点施工（含设计）、安装、调试、验收、保险费、售后服务、税金费用的总和。							

竞标人（公章）: \_\_\_\_\_

法定代表人或委托代理人签字: \_\_\_\_\_

日 期: \_\_\_\_\_

竞标说明:

1、竞标人必须加盖公章并签字，若此表由多页构成的，应逐页加盖竞标人公章并由法定代表人（或委托代理人）签字，无签字、盖公章的竞标无效。

2、在竞标报价表中，竞标人必须详细标明所提供的货物及部件名称、品牌型号规格、技术参数、配置、产地、生产厂家、数量及产品所执行的标准及标准号；否则，竞标无效。

3、凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，竞标人应在竞标报价表中将其标配参数详细列明，否则该竞标无效。

## 四、技术规格偏离表

请按所竞标产品的实际品牌型号及其技术参数性能（配置），逐条对应该谈判文件《货物需求一览表》中的要求认真填写本表（本表仅指谈判文件《货物需求一览表》中货物技术参数不明确或有误，以及竞标人选用其它品牌型号替代的）。若出现与谈判文件要求有正偏离情况的，须提供相关有效证明材料。

项号	货物名称或技术条款	发标要求	竞标规格	偏离说明

竞标人（公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人或委托代理人签字：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

说明：竞标人必须加盖公章并签字，若此表由多页构成的，应逐页加盖公章并由法定代表人（或委托代理人）签字，无签字、盖公章的竞标无效。

## 五、售后服务承诺书

## 六、资格证明文件

(按照第一章“竞标人须知”第 12 条要求提供，均需加盖单位公章)

# 法定代表人授权委托书

兹授权\_\_\_\_\_同志为我方参加天鉴国际工程管理有限公司东兰县乡镇卫生院医疗设备采购项目（项目编号：HCZC2020-J1-240314-TJGJ）的竞标代理人，其代理权限为：\_\_\_\_\_

---

---

代理期限从\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日至\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日止

委托单位：\_\_\_\_\_（公章）                    法定代表人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）

签发日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

---

附：1、代理人工作单位：

职务：

身份证号码：

性别：

年龄：

2、委托人营业执照号码：

地址：

经营范围：

注册资金：

说明：

- 1、法定代表人授权委托书所签发的代理期限必须涵盖代理人所有签字为有效的时间。
- 2、委托书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。
- 3、委托书不得转借、转让，不得买卖。
- 4、代理人根据授权范围，以委托单位的名义签订合同，并将此委托书提交给对方作为合同附件。
- 5、当竞标方由联合体构成时，联合体各方的法定代表人均应出具授权委托书。

## 七、竞标人认为有必要提供的其他有关材料

(由竞标人根据自己实际情况如实提供)