

广州市新誉工程咨询有限公司

# 询价通知书

项目名称：里雍镇卫生院医疗设备采购

项目编号：LZZC2020-X1-030033-XYGC

采购代理机构：广州市新誉工程咨询有限公司

2020年12月

# 目录

第一章	询价采购公告 .....	1
第二章	供应商须知 .....	3
第三章	采购需求 .....	13
第四章	报价文件格式 .....	27
第五章	政府采购合同 .....	42
第六章	评审方法和评审标准 .....	49

# 第一章 询价采购公告

## 项目概况

里雍镇卫生院医疗设备采购项目的潜在供应商应在广州市新誉工程咨询有限公司广西分公司（柳州市海关南路6号东堤新都商业楼4栋二层2-9号）获取采购文件，并于2020年12月11日上午9时30分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况：

项目编号：LZZC2020-X1-030033-XYGC（采购计划文号：YFQ[2020]2354号-001）

项目名称：里雍镇卫生院医疗设备采购

采购方式：询价

预算金额//最高限价：¥441500.00

采购需求：尿液分析仪2台，心电图机、手提黑白B超、电解质分析仪、黄疸测试仪、多普勒胎心仪、骨密度测试仪、胎心监护仪、视力测试仪各1台（含安装、调试），具体内容详见采购需求。

合同履行期限：自合同签订之日起15日历日内安装调试完毕，验收合格并交付使用。

本项目不接受联合体。

## 二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、国内注册（指按国家工商管理有关规定要求核准登记的）经营范围达到本次采购货物要求，具有合法资格的供应商；

4、具有有效的医疗器械经营许可证或备案证；

5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

## 三、获取采购文件：

时间：2020年12月7日~2020年12月10日，每天上午8时30分至12时00分，下午14时30分至17时30分（北京时间，法定节假日除外）。

地点：广州市新誉工程咨询有限公司广西分公司（柳州市海关南路6号东堤新都商业楼4栋二层2-9号）。

方式：现场购买询价通知书，须提供的资料如下：

①主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书等）副本复印件（须加盖单位公章）；

②法定代表人（负责人、自然人）或委托代理人携带有效的二代身份证原件及复印件加盖单位公章；

③非法定代表人（负责人、自然人）携带法定代表人（负责人、自然人）授权委托书原件及委托双方身份证复印件并加盖单位公章；

备齐上述证件（资料）方可购买询价通知书，已购买询价文件不等于满足本项目申请人资格要求。

售价：每本人民币250元，售后不退。

## 四、响应文件提交：

截止时间：2020年12月11日上午9时30分（北京时间）。

地点：广州市新誉工程咨询有限公司广西分公司评标室（柳州市海关南路6号东堤新都商业楼4栋二层2-9号）。

## 五、公告期限：

自本公告发布之日起3个工作日。

## 六、其他补充事宜：

1、报价保证金应用人民币交纳：金额为捌仟元整，应在报价有效期内保持有效。

供应商应于本项目截标时间前将报价保证金，以转账、电汇等非现金形式交至广州市新誉工程咨询有限公司保证金专户。开户名称：广州市新誉工程咨询有限公司广西分公司，开户银行：中国银行柳州市东环大道支行，银行账号：6236 7504 3849，并将缴款凭据复印件按要求装订于报价文件中。

办理报价保证金手续时，请务必在银行进账单或电汇单的用途或空白栏上注明项目编号及项目名称。

2、本项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78号）等。

#### **七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：**

##### 1、采购人信息

名称：柳州市鱼峰区卫生健康局

地址：柳州市西江路北二巷鱼峰区司法楼综合办公楼二楼

联系方式：0772-3162460

##### 2、采购代理机构

名称：广州市新誉工程咨询有限公司

地址：柳州市海关南路6号东堤新都商业楼4栋二层2-9号

联系方式：0772-2128096

##### 3、政府采购监督管理部门

名称：柳州市鱼峰区财政局

联系方式：0772-3160352

##### 4、项目联系方式

项目联系人：韦思竹

电话：0772-2128096

广州市新誉工程咨询有限公司

2020年12月7日

## 第二章 供应商须知

### 前附表

序号	内 容
1	<b>项目名称：</b> 里雍镇卫生院医疗设备采购 <b>项目编号：</b> LZZC2020-X1-030033-XYGC
2	<b>供应商资格：</b> 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； 3、国内注册(指按国家工商管理有关规定要求核准登记的)经营范围达到本次采购货物要求，具有合法资格的供应商； 4、具有有效的医疗器械经营许可证或备案证； 5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
3	<b>报价要求：</b> 1、供应商须就第三章《采购需求》中的货物和服务内容作完整唯一报价； 2、如项目中设置分标，供应商可就本项目所有分标的货物和服务内容按分标分别作完整唯一报价，也可对某个分标或几个分标的货物和服务内容按分标分别作完整唯一报价，但不能只对部分内容进行报价； 3、对于本询价通知书中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。
4	<b>报价文件有效期：</b> 报价文件递交截止之日起 <u>60</u> 天。
5	<b>报价保证金：</b> 应用人民币交纳，金额为捌仟元整，应在报价有效期内保持有效。 供应商应于本项目截标时间前将报价保证金，以转账、电汇等非现金形式交至广州市新誉工程咨询有限公司保证金专户。开户名称：广州市新誉工程咨询有限公司广西分公司，开户银行：中国银行柳州市东环大道支行，银行账号：6236 7504 3849，并将缴款凭据复印件按要求装订于报价文件中。 办理报价保证金手续时，请务必在银行进账单或电汇单的用途或空白栏上注明项目编号及项目名称。
6	<b>报价文件组成：</b> 价格部分、商务技术部分合并装订，正本一份，副本三份和电子文档（word格式，光盘或U盘形式，恕不退还）一份。
7	<b>报价文件递交时间：</b> 2020年12月11日上午9时00分—9时30分； <b>报价文件递交截止时间：</b> 2020年12月11日上午9时30分； <b>报价文件递交地点：</b> 广州市新誉工程咨询有限公司广西分公司评标室（柳州市海关南路6号东堤新都商业楼4栋二层2-9号）。
8	<b>本项目采购预算：</b> 人民币肆拾肆万壹仟伍佰元整（¥441500.00），对于超过预算金额的报价将作无效报价处理。

9	<p><b>代理服务收费标准:</b> 成交服务费按国家发展计划委员会《招标代理服务收费暂行办法》(计价格[2002]1980号) 货物类收费标准向成交人收取。签订合同前, 成交人应向采购代理机构一次付清成交服务费。</p> <table border="1" data-bbox="304 327 1225 499"> <tr> <td data-bbox="304 327 632 439"> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="304 327 632 439">成交金额 (万元)</td> <td data-bbox="632 327 1225 439">服务类型 费率</td> </tr> <tr> <td data-bbox="304 439 632 499">100 以下</td> <td data-bbox="632 439 1225 499">货物招标 1.5%</td> </tr> </table> </td> <td data-bbox="632 327 1225 499"> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="632 327 1225 439">货物招标</td> </tr> <tr> <td data-bbox="632 439 1225 499">1.5%</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="304 327 632 439">成交金额 (万元)</td> <td data-bbox="632 327 1225 439">服务类型 费率</td> </tr> <tr> <td data-bbox="304 439 632 499">100 以下</td> <td data-bbox="632 439 1225 499">货物招标 1.5%</td> </tr> </table>	成交金额 (万元)	服务类型 费率	100 以下	货物招标 1.5%	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="632 327 1225 439">货物招标</td> </tr> <tr> <td data-bbox="632 439 1225 499">1.5%</td> </tr> </table>	货物招标	1.5%
<table border="1"> <tr> <td data-bbox="304 327 632 439">成交金额 (万元)</td> <td data-bbox="632 327 1225 439">服务类型 费率</td> </tr> <tr> <td data-bbox="304 439 632 499">100 以下</td> <td data-bbox="632 439 1225 499">货物招标 1.5%</td> </tr> </table>	成交金额 (万元)	服务类型 费率	100 以下	货物招标 1.5%	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="632 327 1225 439">货物招标</td> </tr> <tr> <td data-bbox="632 439 1225 499">1.5%</td> </tr> </table>	货物招标	1.5%		
成交金额 (万元)	服务类型 费率								
100 以下	货物招标 1.5%								
货物招标									
1.5%									
10	<p><b>评审方法:</b> 最低评标价法 (详见第六章内容)。</p>								

# 供应商须知

## 一、总 则

### 1. 适用范围

1.1 本文件仅适用于本文件中所叙述的货物类政府采购项目。

### 2. 定义

2.1 “采购人”是指柳州市鱼峰区卫生健康局。

2.2 “政府采购代理机构”是指广州市新誉工程咨询有限公司。

2.3 “供应商”系指响应本文件要求，参加询价采购活动的法人、其他组织或者自然人。如果该供应商在本次询价采购活动中成交，即成为“成交供应商”。

2.4 “货物”系指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5 “报价文件”系指供应商根据本文件要求，编制包含价格、商务、技术和服务等所有内容的文件。

2.6 询价通知书中除标明“不作为实质性响应要求”的内容外，供应商均须对相应条款作实质性响应。

2.7 “▲”系指本次采购的实质性商务、技术或服务要求，须满足或响应，若无法完全满足，将会被认定为无效报价。

### 3. 供应商的基本条件

3.1 供应商资格：详见供应商须知前附表

3.2 供应商须承担参加询价采购活动及履约中的全部责任与义务。

### 4. 询价费用

4.1 供应商应自行承担所有与编写和提交报价文件有关费用，不论结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

## 二、报价文件的编制

### 5. 报价文件编制基本要求

5.1 供应商对报价文件的编制应按要求装订和封装。

5.2 供应商提交的报价文件以及供应商与广州市新誉工程咨询有限公司和采购人就有关政府采购活动的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释报价文件时以翻译文本为主。

5.3 供应商应认真阅读、并充分理解本询价通知书的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本询价通知书中各项条款规定及要求。

5.4 报价文件必须按本询价通知书的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

5.5 如因供应商只填写和提供了本询价通知书要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果和责任由供应商自行承担。

#### 5.6 报价文件的组成

报价文件应由价格部分、商务技术部分两个部分组成（要求合并装订成一本）。

##### 5.6.1 价格部分、商务技术部分（合并装订，正本一份，副本三份）

###### 5.6.1.1 价格部分

**▲注：**以下各项均要求加盖供应商公章，并由法定代表人（负责人、自然人）或委托代理人在规定处签字，否则视为无效响应。

- （1）报价声明函（格式见第四章，必须提供）；
- （2）报价表（格式见第四章，必须提供）；
- （3）分项报价表（格式见第四章，必须提供）；
- （4）中小企业声明函（如有，格式见第四章）；
- （5）监狱企业声明函（如有，格式见第四章）；
- （6）残疾人福利性单位声明函（如有，格式见第四章）。

###### 5.6.1.2 商务技术部分

**▲注：**以下各项均要求加盖供应商公章，第（3）由法定代表人（负责人、自然人）签字，（4）项必须由法定代表人（负责人、自然人）和委托代理人签字，其余各项由法定代表人（负责人、自然人）或委托代理人在规定处签字，否则视为无效响应。

- （1）供应商有效主体资格证明（如营业执照副本、事业单位法人证书副本、执业许可证、个体工商户营业执照、个体工商户税务登记证、自然人身份证等）复印件（必须提供）；
- （2）供应商有效的医疗器械经营许可证或备案证复印件（必须提供）；
- （3）法定代表人（负责人、自然人）身份证明书（格式见第四章，必须提供）；
- （4）法定代表人（负责人、自然人）授权委托书（委托代理时必须提供，格式见第四章）；
- （5）供应商依法缴纳 2020 年 9 月至报价文件递交截止时间前其中任意一个月的税收证明复印件；无缴纳税收记录的，应提供由供应商所在地主管部门出具的依法免税证明复印件（上述月份均为零申报时，须提供企业税务申报表）（必须提供）；
- （6）供应商依法缴纳 2020 年 9 月至报价文件递交截止时间前其中任意一个月的社会保障资金证明复印件；无缴费记录的，应提供由供应商所在地主管部门出具的依法免缴社保费证明复印件（必须提供）；
- （7）供应商 2019 年度财务状况报告或 2020 年 9 月至报价文件递交截止时间前其中任意一个月的财

务报表复印件（必须提供）；

（8）信用声明函（格式见第四章，必须提供）；

（9）参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（**重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚**）（格式见第四章，必须提供）；

（10）技术（商务）响应、偏离情况说明表（格式见第四章，必须提供）；

（11）售后服务承诺书（格式见第四章，必须提供）；

（12）询价通知书中要求必须提供的其他资料（如有，格式自拟）。

## 6. 计量单位

6.1 除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

## 三、响应报价要求

### 7. 响应报价基本要求及规范

7.1 供应商须就第三章《采购需求》中的货物和服务内容作完整唯一报价。

7.2 如项目中设置分标，供应商可就本项目所有分标的货物和服务内容按分标分别作完整唯一报价，也可对某个分标或几个分标的货物和服务内容按分标分别作完整唯一报价，但不能只对部分内容进行报价。

7.3 对于本询价通知书中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

7.4 成交供应商负责本项所需货物的制造、运输、售后服务等全部工作。

7.5 供应商应在报价表及分项报价表上标明单价和总价。报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。修正后的内容经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

## 四、报价文件有效期

### 8. 有效期的说明

8.1 报价截止之日起 60 天报价文件保持有效。有效期不足的报价文件将被拒绝。

8.2 在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长报价文件的有效期限，这种要求和答复均以书面形式进行。

8.3 同意延长有效期的供应商不能修改报价文件其它内容。

8.4 供应商的报价文件自递交报价文件之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

## 五、报价保证金

### 9. 报价保证金的说明

9.1 本项目报价保证金：详见供应商须知前附表。

## 六、报价文件的签署、份数、盖章和递交

### 10. 报价文件的签署、份数、盖章和递交的具体要求

10.1 供应商应按本询价通知书中规定的格式和顺序编制、装订报价文件并标注页码，报价文件内容不完整、编排混乱导致报价文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，所引起的后果由供应商负责。

10.2 供应商须将报价文件合并装订成册，其中正本一份，副本三份和电子文档一份（报价正、副本文件应有独立完整封面并注明“正本”、“副本”字样，未按要求装订、活页装订的报价文件将被拒绝）。

10.3 供应商须将报价正、副本文件以及电子文档一并装入报价文件袋中加以密封，并在封贴处密封签章（供应商公章、法定代表人（负责人、自然人）或其委托代理人签字均可），报价文件包装封面上应按本询价通知书中报价文件封面格式要求注明相关信息，未按规定密封或标记的报价文件将被拒绝。

10.4 供应商在递交报价文件截止时间之前，可以对已提交的报价文件进行修改或撤回，并书面通知采购人或代理机构；递交报价文件截止时间后，供应商不得撤回、修改报价文件。修改后重新递交的报价文件应当按本询价通知书的要求签署、盖章和密封。

10.5 报价文件的正本须用 A4 纸打印或用不褪色的墨水填写，报价文件正本除《供应商须知》中规定可提供复印件以外的均须提供原件。副本可为正本的复印件。

10.6 报价文件须由供应商在规定签字、盖章位置由法定代表人（负责人、自然人）或法定代表人（负责人、自然人）的授权委托代理人签署并加盖公章。

10.7 报价文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖公章或者法定代表人（负责人、自然人）或授权委托代理人签字。报价文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

### 11. 报价文件的递交

11.1 报价文件递交截止时间：详见供应商须知前附表

报价文件递交地点：详见供应商须知前附表

11.2 所有报价文件应于询价通知书中规定的递交报价文件截止时间前递交到广州市新誉工程咨询有限公司广西分公司评标室（柳州市海关南路6号东堤新都商业楼4栋二层2-9号）。

### 12. 迟交的报价文件

按《中华人民共和国政府采购法》的规定，采购代理机构将拒绝在询价通知书中规定的递交报价文件截止时间之后的任何报价文件。

### 13. 特别说明：

在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的，采购代理机构将按《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第 74 号）第五十条的规定处理。

## 七、评审程序

### 13. 评审专家的组成及评审

13.1 评审专家组成：采购代理机构根据询价采购项目的特点依法组建“询价小组”，“询价小组”由采购单位代表和评审专家共 3 人或 3 人以上单数组成，其中专家的人数不得少于询价小组成员总数的 2/3。在整个询价采购过程中，“询价小组”将负责对全部报价文件进行审查、评审工作。

#### 13.2 资格性与符合性检查

13.2.1 按“供应商须知”检查报价文件的合格性、完整性及检查响应的货物合格性；

13.2.2 按《采购需求》对询价项目的技术要求响应性进行检查。

## 八、询价的步骤

### 14. 询价的步骤说明

供应商一次报出不得更改的价格，采购人从询价小组提出的成交候选人中确定成交供应商。

### 15. 无效响应：

15.1 关联供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。

15.1.1 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

15.1.2 生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

15.2 询价小组根据确认后的询价通知书对供应商的报价文件进行资格及符合性审查。对有下列情况之一的报价文件，将会按照无效响应处理。

15.2.1 超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

15.2.2 资格证明文件不全的，或者不符合询价通知书标明的资格要求的；

15.2.3 报价文件未按询价通知书规定要求密封、签署、盖章的；

15.2.4 递交报价文件的代表人未能出具身份证明或与法定代表人（负责人、自然人）授权的委托代理人身份不符的；

15.2.5 对询价通知书实质性要求不能完全响应或者内容虚假的；

15.2.6 经询价小组评定，允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离的项数达 5 项（含）以上的；

15.2.7 未采用人民币报价或者未按照询价通知书标明的币种报价的；

15.2.8 报价超过询价通知书中规定的预算金额的；

15.2.9 报价文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合询价通知书要求的（经询价小组认定并允许进行澄清的笔误除外）；

15.2.10 报价文件附有采购人不能接受的条件；

15.2.11 不符合法律、法规相关规定的。

15.3 被拒绝的报价文件为无效报价。

## 九、确定成交供应商办法

### 16. 确定方法及原则

16.1 采购代理机构应当在评审结束后 2 个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后 5 个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权询价小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最终报价最低的供应商为成交供应商。

16.2 采购代理机构应当在成交供应商确定后 2 个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

成交结果将在广西壮族自治区政府采购网、柳州市政府采购网公布。

16.3 采购代理机构无义务向供应商退还询价报价文件。

## 十、质疑和投诉

### 17. 质疑的说明

17.1 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。权益受到损害之日是：

17.1.1 对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

17.1.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

17.1.3 对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商对采购人或者采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

17.2 采购人或采购代理机构（采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项）在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

17.3 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑函、投诉书均应明确阐述询价通知书、询价过程、成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、

答复和处理。

#### 17.4 质疑书面要求

17.4.1 质疑人质疑时须提交质疑函和必要的证明材料，供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑函至少包括下列主要内容：

- (1) 供应商的姓名或名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- (2) 质疑项目的名称、编号；
- (3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (4) 事实依据；
- (5) 必要的法律依据；
- (6) 提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

17.5 接收质疑函的方式：质疑人必须以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，质疑人至我中心递交质疑函时必须出示有效证件，法定代表人（负责人、自然人）凭身份证，委托代理人凭法定代表人（负责人、自然人）授权委托书原件（委托授权书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

#### 17.6 投诉的书面要求

17.6.1 符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）要求。

### 十一、签订合同

18. 成交供应商在收到成交通知书后，按规定与采购人签订政府采购合同。

### 十二、适用法律

19. 采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》及相关规定。

### 十三、其他事项

#### 20.1 联系方式

广州市新誉工程咨询有限公司广西分公司

地址：柳州市海关南路6号东堤新都商业楼4栋二层2-9号

电话：0772-2128096

#### 20.2 交纳成交服务费账户

开户名称：广州市新誉工程咨询有限公司广西分公司

开户银行：柳州银行股份有限公司文昌支行  
银行账号：7031 0500 0000 0000 6047

### 第三章 采购需求

说明：

（一）本一览表中的品牌、型号和图片仅起参考作用，供应商可选用其他品牌型号替代，但这些替代的产品要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求，否则可视为未对采购文件要求进行实质性响应。

（二）本一览表中参考品牌、型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或供应商选用其他品牌型号替代的，请说明品牌型号和详细、正确的技术参数性能（配置）同时填写分项报价表和技术响应、偏离情况说明表。

（三）评审时，询价小组发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关规定的，要停止评审工作并向采购人或采购代理机构书面说明情况，采购人或采购代理机构应当修改采购文件后重新组织采购活动；发现供应商提供虚假材料、串通等违法违规行为的，要及时向采购人或采购代理机构报告。

（四）提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下报价的，以其中通过资格审查、符合审查且报价最低的参加评审；报价相同的，由采购人自主选择确定一个参加评审的供应商，其他报价为无效报价；非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

（五）本项目包括以下设备，根据财办库〔2008〕248号文件有关规定，本项目不允许进口产品参加报价。

（六）供应商必须为其报价产品侵犯其他供应商或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的供应商应在其报价文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目报价过程中被侵权问题提出异议。

（七）根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）和《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，供应商报价时必须在报价文件中提供符合上述规定证书，否则将会被认定为无效报价。

（八）本货物需求一览表的技术参数要求中未特别列明的技术要求参照国家相关技术标准执行。带“▲”的条款为本次采购的实质性商务、技术或服务要求，供应商须满足或响应，若无法完全满足，将会被认定为无效报价。

货物需求一览表

一、项目技术规格、参数及要求						
序号	货物名称	参考型号	单位	数量	设备技术参数	备注
1	心电图机		台	1	<p>一、工作条件：</p> <p>1.1 产品可在电源交流 100 伏~240 伏,50/60 赫兹,室温 5—40℃和相对湿度 25%RH~80%RH的环境下正常工作；</p> <p>1.2 产品的电源插头符合中国标准,无需适配器。</p> <p>二、ECG 输入</p> <p>2.1 ECG 输入通道:标准 12 导联心电信号同步采集;</p> <p>2.2 导联选择:手动/自动可选,(支持 Nehb、Cabrera 导联体系);</p> <p>2.3 输入阻抗: <math>\geq 100M \Omega</math> (10Hz);</p> <p>2.4 频率响应: 0.01Hz ~ 300Hz (+0.4dB ~ -3.0dB);</p> <p>2.5 定标电压: 1mV <math>\pm 2\%</math>;</p> <p>2.6 耐极化电压: <math>\pm 900mV</math> (<math>\pm 5\%</math>);</p> <p>2.7 内部噪声: <math>\leq 12.5\mu V_{p-p}</math>;</p> <p>2.8 时间常数: <math>\geq 3.2 s</math>;</p> <p>2.9 共模抑制比: <math>\geq 140dB</math> (AC 滤波开启); <math>\geq 123dB</math> (AC 滤波关闭);</p> <p>2.10 输入电流: <math>\leq 0.01\mu A</math>;</p> <p>2.11 除颤保护: 具有抗除颤电击保护功能;</p> <p>2.12 导联线: 导联线内附抗除颤电击保护功能;</p> <p>2.13 中文输入及中文操作提示和中文报告语言。</p> <p>三、波形处理:</p> <p>3.1 A/D 转换: 24bit;</p> <p>3.2 采样率: 16kHz, 每导联;</p> <p>3.3 灵敏度选择: 1.25、2.5、5、10、20、10/5、自动 (AGC) mm/mV;</p> <p>3.4 抗干扰滤波: 具有交流滤波、肌电滤波、基线漂移滤波、低通滤波功能;</p> <p>3.5 自动分析功能: 具有 12 导联同步自动分析以及 RR 分析功能;</p> <p>3.6 自诊断功能: 具有设备自诊断及故障提示功能。</p> <p>四、存储器</p> <p>4.1 设备内置存储器, 存储病历 800 例;</p> <p>4.2 数据可通过 SD 卡、USB 口导入导出;</p> <p>4.3 支持外接 U 盘和 SD 卡可扩展存储空间。</p> <p>五、显示器:</p> <p>5.1 7 英寸彩色液晶显示屏, 倾斜角设计, 支持显示背景网格;</p>	

				<p>5.2 显示信息：同屏显示 12 导同步心电波形；</p> <p>5.3 显示内容应包含波形、心率、导联、走纸速度、增益、滤波器、时间、电池电量指示、输入法、文件、信息提示区、中文患者信息等。</p> <p>六、记录器：</p> <p>6.1 热敏式点阵打印机；</p> <p>6.2 走纸速度：5、6.25、10、12.5、25、50 mm/s（±3%）；</p> <p>6.3 记录通道：3×4、3×4+1R、3×4+3R、6×2、6×2+1R、12×1；</p> <p>6.4 记录纸规格：支持折叠纸打印，打印纸宽度为：210mm；</p> <p>6.5 打印方式：实时同步或连续 12 道心电波形，分段打印；</p> <p>6.6 记录内容：心电波形、分析结果、明尼苏达码、平均模板以及导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、中文患者信息、标记等；</p> <p>6.7 可直接外接打印机，通过 A4 纸打印 12 道心电波形和报告；</p> <p>6.8 具备在无网格纸上打印网格功能。</p> <p>七、功能</p> <p>7.1 具有性别、年龄组快速切换键，减少医生手工输入，提高工作效率；</p> <p>7.2 可准确判定接触不良的电极并予以指示；</p> <p>7.3 拥有自动测量功能和自动诊断功能；</p> <p>7.4 手动、自动、节律、R-R 四种工作模式可供选择；</p> <p>7.5 自动模式下可以支持 10-60s 时间的采集，记录，存储，传输；</p> <p>7.6 支持实时采样、触发采样、周期采样模式，支持心律失常检测自动延时打印报告；</p> <p>7.7 长时间波形冻结功能，方便医生对所需区间的波形进行更好的观察、分析、并选择所需要的时间段进行记录；</p> <p>7.8 具有病历管理功能，可进行病历查询、预览、修改、传输、打印，方便医生调阅病人信息；</p> <p>7.9 可以选配心电向量功能；</p> <p>7.10 可以通过使用有线、无线方式和心电网络相连，实现病人预约信息的下载，检查数据自动上传，实现全方位信息化管理，优化医院工作流程，减少医生工作量。</p> <p>八、外部输入接口：</p> <p>8.1 USB 接口，网络接口功能，外部输入输出端口，SD 卡接口；</p> <p>8.2 支持内置 WIFI（选配），支持使用有线、无线的方式进行联网；</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>8.3 支持 DAT、PDF、SCP(选配)、FDA-XML(选配)、DICOM(选配)格式, 满足医院信息化需求;</p> <p>8.4 支持一维码, 二维码扫描仪获取病人信息。</p> <p>九、便携: 外部隐藏式提手可方便机器移动;</p> <p>十、电源: 交直流两用 自动转换;</p> <p>10.1 交流电源: 交流 100V~240V 50Hz/60Hz;</p> <p>10.2 直流电源: 内置可充电锂离子电池, 充足后可正常工作时间 4 小时。</p> <p>标配:</p> <p>1、主机 1 台;</p> <p>2、心电导联线 1 根;</p> <p>3、胸电极 1 盒(6 只);</p> <p>4、肢电极 1 盒(4 只);</p> <p>5、记录纸 1 本;</p> <p>6、锂电池 1 个;</p> <p>7、保险管 2 个;</p> <p>8、电源线 1 根;</p> <p>9、产品说明书, 速查卡, 保修卡, 验收单, 合格证, 自动诊断与分析使用说明书, 三证文件 各 1 份。</p> <p>▲本产品生产许可证或备案证复印件加盖报价供应商公章。</p>	
2	手提黑白 B 超	台	1	<p>1.1 应用范围: 可用于腹部、妇产科、浅表器官、外周血管等检查和诊断。</p> <p>1.2 系统参数</p> <p>1.2.1 监视器<math>\geq</math>12 英寸 LCD 高清晰液晶显示器, 角度可调<math>\geq</math>30 度;</p> <p>1.2.2 灰阶<math>\geq</math>256 灰阶;</p> <p>1.2.3 成像技术: 全数字成像技术;</p> <p>1.2.4 具有组织谐波成像技术;</p> <p>1.2.5 具有斑点噪声抑制成像技术;</p> <p>1.2.6 具有 TSI 组织优化成像技术;</p> <p>1.2.6 电影回放<math>\geq</math>1024 帧;</p> <p>1.2.8 TGC<math>\geq</math>8 段;</p> <p>1.2.9 伪彩功能;</p> <p>1.2.10 iZoom 智能一键放大功能, 最大超声扫查图像显示区域<math>\geq</math>12 英寸;</p> <p>1.2.11 内置存储空间<math>\geq</math>4G;</p> <p>1.2.12 智能一键优化技术;</p> <p>1.2.13.1 DICOM 基本功能包括: 任务管理, DICOM 存储, DICOM 打印, DICOM 存储委托, DICOM 介质存储(含 DICOM DIR 等);</p> <p>1.2.13.2 DICOM 工作列表;</p> <p>1.2.14 机器重量<math>\leq</math>5.5KG。</p> <p>1.3 技术要求</p>	

				<p>1.3.1 显示模式: B、B+B、B+M、M、4B、(2B+2M 可加);</p> <p>1.3.2 扫描模式: 电子凸阵、电子线阵;</p> <p>1.3.3 扫描深度<math>\geq 24\text{cm}</math>;</p> <p>1.3.4 扫描角度: 凸阵<math>\geq 80^\circ</math>, 腔内探头<math>\geq 140^\circ</math>, 可实时调节改变;</p> <p>1.3.5 图像调整: 左右、上下可调;</p> <p>▲1.3.6 图像动态范围<math>\geq 180\text{db}</math>, 屏幕可视, 最少调节<math>5\text{dB}</math>;</p> <p>▲1.3.7 图像帧频: 最大帧频<math>\geq 200</math> 帧/秒以上;</p> <p>1.3.8 图像快速调节及多种参数预置功能: 8 种效果;</p> <p>1.3.9 图像放大<math>\geq 10</math> 倍, 10 级可调, 并可实时动态下放大图像;</p> <p>1.3.10 体位标记<math>\geq 100</math> 种以上;</p> <p>1.3.11 声功率输出调节<math>\geq 32</math> 级以上;</p> <p>1.3.12 总增益: 0-100Db;</p> <p>1.3.13 大凸探头图像帧频: 18 厘米深度下最大帧频<math>\geq 39</math> 帧/秒以上。</p> <p>1.4 凸阵探头: 变频+宽频, <math>\geq 5</math> 段, 频率: 2.0-6.0MHz, 具备谐波功能, 线阵探头最高频率 10MHz 以上;</p> <p>1.4.1 扫描方式: 电子凸阵扫描, 电子线阵扫描。</p> <p>1.5 测量</p> <p>1.5.1 一般 B 型测量: 距离、面积、体积、周长、狭窄比、心率、斜率;</p> <p>1.5.2 妇产科测量: 卵泡测量, 子宫/宫颈;</p> <p>1.5.2.1 胎儿重量计算: 需要;</p> <p>1.5.2.2 胎儿颈项透明层厚度测量: 需要;</p> <p>1.5.2.3 胎儿生长发育曲线: 需要;</p> <p>1.5.2.4 胎儿生理评分: 需要;</p> <p>1.5.2.5 胎龄自动计算: 需要;</p> <p>1.5.2.6 四胞胎测量软件: 需要;</p> <p>1.5.2.7 预产期计算: 需要;</p> <p>1.5.3 完整产科测量报告: 需要;</p> <p>1.5.4 矫形外科测量: 需要;</p> <p>1.5.5 前列腺测量软件及 PSAD 自动生成报告: 需要;</p> <p>1.5.6 心功能测量软件: 需要;</p> <p>1.5.7 介入功能及穿刺引导线可调节: 需要;</p> <p>1.5.8 一般 M 测量: 时间、距离、斜率、心率;</p> <p>1.5.9 支持在实时状态下进行一般测量和各种高级应用测量, 如距离、面积、周长、妇产科、矫形外科、心功能测量等。</p> <p>配置清单:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;">中文特征描述</td> <td style="width: 33%;">中文特性值描述</td> <td style="width: 33%;">是否标配</td> </tr> <tr> <td>机器型号</td> <td></td> <td>标配</td> </tr> </table>	中文特征描述	中文特性值描述	是否标配	机器型号		标配	
中文特征描述	中文特性值描述	是否标配									
机器型号		标配									

				销售机/退换机 销售机 标配 主机 主机 标配 探头接口 单探头接口(不支持电池) 标配 电源线 国标电源线 标配 超声探头 3.5MHz 腹部凸阵探头-35C50EB 标配 基本附件包 基本附件包 标配 ▲本产品生产许可证或备案证复印件加盖报价供应商公章。	
3	尿液分析仪		台	2	一、技术要求： 1、测定原理：反射光电比色法； 2、光源系统：采用冷光源测定系统； 3、测定速度： $\geq 510$ 条/h； 4、试纸项目选择：兼容 14 项、13 项、11 项、10 项； 5、可测项目：白细胞、酮体、亚硝酸盐、尿胆原、胆红素、尿蛋白、葡萄糖、比重、隐血、pH、维生素 C、肌酐、尿钙、微白蛋白； 6、工作方式：可选择单条测试或连续测试； 7、显示： $\geq 5.7$ 英寸触摸液晶显示屏； 8、仪器能准确感应尿试纸条的数量； 9、自动卸条功能：能自动将测试过的试纸条卸到废料盒内； 10、稳定性：分析仪开机 8h 内，反射率测试结果的变异系数 $\leq 1.0\%$ ； 11、重复性：分析仪反射率测试结果的变异系数 $\leq 1.0\%$ ； 12、携带污染：检测除比重和 PH 外各测试项目最高浓度结果的阳性样本，随后检测阴性样本，阴性样本的结果不得出阳性； 13、打印：内置热敏打印机打印测试结果； 14、仪器能自动感应试纸条，将感应到得试纸条送入仪器内部； 15、故障识别功能：能自动识别打印机错误、测试项目不正确等故障； 16、存储功能： $\geq 8000$ 个测量结果； 17、校准功能：仪器配有试纸条校准功能； 18、输出接口：仪器有串口，并口、USB 端口； 19、电源：可在 100V—240V 下工作。 配置清单： 1、主机 1 台； 2、使用说明书 1 本； 3、简明使用指南 1 张； 4、售后服务手册 1 本； 5、有毒有害物资表 1 张； 6、产品注册证 1 份；

				<p>7、校验试纸条 2 条；</p> <p>8、打印纸 1 卷；</p> <p>9、电源线 1 根；</p> <p>10、熔断器 2 个；</p> <p>11、拨动杆 2 个；</p> <p>12、移动台板 1 个；</p> <p>13、固定平台 1 个；</p> <p>14、废料盒 2 个；</p> <p>15、合格证 1 张。</p> <p>▲本产品生产许可证或备案证复印件加盖报价供应商公章。</p>																									
4	电解质分析仪		台 1	<p>一、技术要求：</p> <p>1、测量方法：离子选择性电极法；</p> <p>2、适用样品：血清、血浆、全血、尿液；</p> <p>3、分析项目：K<sup>+</sup>、Na<sup>+</sup>、Cl<sup>-</sup>、Ca<sup>2+</sup>、pH，计算项目：nCa<sup>2+</sup>、TCa<sup>2+</sup>；</p> <p>4、自动进样：≥35 位进样系统；</p> <p>5、显示器：≥5.0 英寸 TFT 触摸屏；</p> <p>6、分析速度：50 个样本/小时；</p> <p>7、样本量：100μ L --150μ L；</p> <p>8、存储量：10000 个，存满后可自动刷新；</p> <p>9、定标方式：手动、自动两点定标；</p> <p>10、急诊功能：急诊样品可以优先测试；</p> <p>11、智能化检测：样品气泡检测；</p> <p>12、质控功能：≥3 个水平的质控设置和测试；</p> <p>13、打印方式：内置热敏打印机；可选配针式打印机；</p> <p>14、通讯接口：RS232 通讯接口、USB 接口、无线蓝牙；</p> <p>15、试剂类型：专用试剂包，废液不外排，提高生物安全；</p> <p>16、仪器性能指标</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>参数</th> <th>精密度 (CV)</th> <th>稳定性 (R)</th> <th>携带污染率 (C)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>K<sup>+</sup></td> <td>≤1.0%</td> <td>≤2.0%</td> <td>≤1.0%</td> </tr> <tr> <td>Na<sup>+</sup></td> <td>≤1.0%</td> <td>≤2.0%</td> <td>≤1.0%</td> </tr> <tr> <td>Cl<sup>-</sup></td> <td>≤1.0%</td> <td>≤2.0%</td> <td>≤1.0%</td> </tr> <tr> <td>Ca<sup>2+</sup></td> <td>≤1.0%</td> <td>≤3.0%</td> <td>≤2.0%</td> </tr> <tr> <td>pH</td> <td>≤0.5%</td> <td>≤1.0%</td> <td>≤2.0%</td> </tr> </tbody> </table> <p>▲本产品生产许可证或备案证复印件加盖报价供应商公章。</p>	参数	精密度 (CV)	稳定性 (R)	携带污染率 (C)	K <sup>+</sup>	≤1.0%	≤2.0%	≤1.0%	Na <sup>+</sup>	≤1.0%	≤2.0%	≤1.0%	Cl <sup>-</sup>	≤1.0%	≤2.0%	≤1.0%	Ca <sup>2+</sup>	≤1.0%	≤3.0%	≤2.0%	pH	≤0.5%	≤1.0%	≤2.0%	
参数	精密度 (CV)	稳定性 (R)	携带污染率 (C)																										
K <sup>+</sup>	≤1.0%	≤2.0%	≤1.0%																										
Na <sup>+</sup>	≤1.0%	≤2.0%	≤1.0%																										
Cl <sup>-</sup>	≤1.0%	≤2.0%	≤1.0%																										
Ca <sup>2+</sup>	≤1.0%	≤3.0%	≤2.0%																										
pH	≤0.5%	≤1.0%	≤2.0%																										
5	黄疸测试仪		台 1	<p>1、测量方式：正反光；蓝、绿光比较；</p> <p>2、精密度（重复性）：&lt;2% ；</p> <p>3、测量精度：±1mg/dl 或±17μ mol/L；</p> <p>4、测量范围：0.0~25.0mg/dl 或 0.0~425μ mol/L；</p> <p>5、光源：氙闪光灯；</p>																									

				<p>6、具有自动校准功能；</p> <p>7、显示：真彩色大屏幕 LCD 显示，方便夜间检测；</p> <p>8、单位：可同时显示 mg/dl 和 <math>\mu\text{mol/L}</math> 的当前值和平均值；</p> <p>9、数值：3 位数字直接读取，无需对照表换算；平均值计算：自动计算 2-5 次的平均值，当前值和平均值同时显示；</p> <p>10、校验盘：对白色屏显示 0.0 或 0.1，对黄色显示 <math>20.0 \pm 1</math>；</p> <p>11、可存储 3000 条测量记录；数据可随时删除重测及回放功能；</p> <p>12、可通过 USB 接口与电脑进行数据传输。强大的数据管理软件，可进行数据分析、统计、打印等；</p> <p>13、快速充电：充电时间 1.5 小时，测量次数：一次充电可测量 1000 次以上；</p> <p>14、适用于 7 号可充电通用品牌电池，利于更换，方便操作，不存在充电安全隐患。省电模式；5 分钟无操作自动休眠，10 分钟无操作自动关机；</p> <p>15、仪器轻巧：含电池组仅重 152g；</p> <p>16、具有紫外线滤除功能，避免对婴儿皮肤的伤害。</p> <p>配置清单：</p> <p>1、主机 1 台；</p> <p>2、校验盘 1 个；</p> <p>3、充电器 1 个；</p> <p>4、说明书 1 份；</p> <p>5、装箱单 1 份；</p> <p>6、合格证 1 份；</p> <p>7、数据线 1 根。</p> <p>▲本产品生产许可证或备案证复印件加盖报价供应商公章。</p>	
6	多普勒胎心仪		台 1	<p>1、手持式紧凑设计，一手掌握；</p> <p>2、高亮度 OLED 屏幕显示胎心数字，探头工作状态及探头工作频率自动识别显示；</p> <p>3、轻巧机身设计，整机不到 300g；</p> <p>4、超声工作频率 标配 <math>3\text{MHz} \pm 10\%</math>，可选配 <math>2\text{MHz} \pm 10\%</math>；</p> <p>5、高灵敏度超声探头，可检测 9 周小孕周胎儿心率；</p> <p>6、探头与主机分体设计，探头可更换；</p> <p>7、超声输出强度：<math>\text{ISATA} \leq 20\text{mW/cm}^2</math>；</p> <p>8、胎心率检测范围 50-240bpm，心率检测精度：<math>\pm 2\text{bpm}</math>；分辨率：1bpm；</p> <p>9、在探头表面 200mm 的距离处，灵敏度 <math>\geq 90\text{dB}</math>；</p> <p>10、具有电量低提示功能；</p> <p>11、无信号 1 分钟自动关机功能；</p>	

				<p>12、电源：可采用标准 AA 电池或镍氢充电电池供电，连续工作时间<math>\geq 10</math> 小时；</p> <p>13、内置扬声器；</p> <p>14、具有音频输出接口，可接驳耳机或有音频输入的录音机。</p> <p>标配：</p> <p>1、主机（含 3MHz 防水探头） 1 台；</p> <p>2、耦合剂 1 瓶；</p> <p>3、镍氢电池充电器 1 个；</p> <p>4、拉链包 1 个；</p> <p>5、镍氢充电电池 1 个；</p> <p>6、中文用户文件（合格证，保修卡，装箱单，说明书，速查卡各 1） 1 套。</p> <p>▲本产品生产许可证或备案证复印件加盖报价供应商公章。</p>	
7	骨密度测试仪（核心产品）	台	1	<p>检测项目：</p> <p>T 值、Z 值、声速（SOS）、预期发生骨质疏松的年龄、相对骨折风险、检测值与正常值的比值，骨龄和预测身高；</p> <p>测量部位</p> <p>超声波桡骨测量，无创伤，无辐射，避免交叉感染；</p> <p>测量时间</p> <p>单次检测时间为 40 秒<math>\pm 2</math> 秒。</p> <p>硬件参数</p> <p>1、探头：产品主频声工作频率为 0.5MHZ，充分保证探头频率的灵敏度和稳定性；</p> <p>2、准确度&amp;精度：测量准确度为 <math>RMS CV=0.35\pm 0.05</math>，探头精度<math>\leq 0.25\%</math>；</p> <p>3、探头双收双发技术，轴向超声波传导技术，双晶体发射双晶体接收，自动消除软组织干扰，单次检查获取大于 35000 组数据，确保数据的高准确度、高重复性；</p> <p>4、脉冲发射频率：100~3000Hz；</p> <p>5、声速测量范围：2300m/s~4700m/s；</p> <p>6、配备专业的便携式校验模块（带温度指示条）：用于检测前设备的校验，确保检测数据准确性；</p> <p>7、推车一体化设计，仪器可前后左右推动，灵活便捷；</p> <p>8、显示：21.5 英寸高分辨率液晶显示屏和控制主板，正版 Windows 7 操作系统，具备 2 个 USB 数据接口；</p> <p>9、打印设备：内置标准计算机打印机；</p> <p>10、安全标准：GB9706.1，GB9706.9，GB9706.15 安全分类：I 类 BF 型 执行企业标准附录 A；</p> <p>11、防水泼溅防护类型：IP<math>\times 7</math> 运行类别：连续运行；</p>	

				<p>12、消毒或灭菌方法：探头表面向下 5mm 内可做探头常规消毒处理；</p> <p>13、操作环境：湿度：30%至 85% 非冷凝 温度：5-40℃；</p> <p>14、存储与运输条件：温度贮存在温度-25~+50℃，湿度不大于 90%，无腐蚀气体和通风良好的室内；</p> <p>15、使用电源：AC 220±22V 50Hz±1Hz 输入功率：180VA；</p> <p>16、主机体积：长 宽 高 600mm×480mm×900mm 主机重量：≤ 28kg。</p> <p>软件功能</p> <p>1、自主专业分析软件（儿童+成人），儿童青少年检测软件检测年龄范围 0-20 岁，成人检测软件检测年龄范围 21-99 岁；</p> <p>2、数据库优势：通过专业机构采集中国健康人群数据，更适合中国人检测；</p> <p>3、基本信息可进行档案的新增和修改；</p> <p>4、数据查询：可对数据进行多条件搜索、编辑、导出等管理；多功能刷卡系统，可刷身份证、医院 ID 卡等，可通过多种方式检索病案管理监测数据；并可对磁卡进行设置，实现磁卡计时、计次、计时计次等分类管理；</p> <p>5、数据存储：海量存储，可实时查询、编辑及导出数据备份保存；</p> <p>6、数据查询系统，提供电话号码、微信号、身份证号等多种查询方法，供用户查询以往数据。</p> <p>装箱清单：</p> <p>1、台车 1 台；</p> <p>2、计算机主机 1 台；</p> <p>3、液晶显示器 1 台；</p> <p>4、鼠标、键盘、鼠标垫 1 套；</p> <p>5、骨密度专用探头 1 个；</p> <p>6、保险管 2 个；</p> <p>7、电源线 1 条；</p> <p>8、耦合剂 1 瓶；</p> <p>9、接地线 1 个；</p> <p>10、资质 1 份；</p> <p>11、合格证 1 份；</p> <p>12、保修卡 1 份；</p> <p>13、装箱清单 1 份；</p> <p>14、使用说明书 1 本；</p> <p>15、售后装机培训重点表 1 份；</p> <p>16、仪器安装培训客户反馈单 1 份；</p> <p>17、蝶形螺杆 1 个。</p> <p>▲本产品生产许可证或备案证复印件加盖报价供应商</p>	
--	--	--	--	---	--

				公章。	
8	胎心监护仪		台	1	<p>1、监护参数：胎心率（FHR），宫缩压力（TOCO），胎动（FM）；</p> <p>2、多晶片 1MHz 超声胎心探头，超声波束声强：<math>I_{ob} &lt; 10 \text{ mW/cm}^2</math>，胎心率范围：30~240bpm 分辨率：1bpm，精度：<math>\pm 2 \text{ bpm}</math>；</p> <p>3、无凸点设计的宫缩探头，0-100 相对单位，分辨率 1，非线性误差<math>\leq \pm 10\%</math>，归零方式：自动/手动；</p> <p>4、胎动：手动/自动胎动检测，显示并打印胎儿活动图；</p> <p>5、<math>\geq 5.6</math> 英寸高清 TFT 液晶屏，<math>90^\circ</math> 角度内任意翻转；</p> <p>6、多种监护界面，显示胎儿监护曲线及数字，支持大字体显示；</p> <p>7、监护曲线显示支持 30 ~ 240(美标)和 50 ~ 210(国际)两种标准；</p> <p>8、一体化探头架设计，支持挂墙放置探头、移动放置探头；</p> <p>9、飞梭和硅胶按键操作；</p> <p>10、易装纸打印结构设计，一键式纸仓开关；</p> <p>11、隐藏式提手，方便移动；</p> <p>12、内置式 152mm(或 150mm) 宽行打印，符合国际标准，连续准确记录胎心率、宫缩压曲线及胎儿活动曲线；</p> <p>13、打印机走纸速度 1、2、3cm/min 可调，支持缺纸缓存打印，选段打印和定时长打印功能，定时时长范围：10-90min；</p> <p>14、胎心率报警范围可调，当胎心率过缓或过速时自动报警，报警内容中文显示，报警持续时间可调；</p> <p>15、具有超声传感器信号质量指示功能，以得到准确和稳定的胎心参数值和曲线；</p> <p>16、双胎心率重合报警(SOV)；</p> <p>17、回顾报警功能，可回顾最近的 100 条报警信息；</p> <p>18、具有查找监护记录功能；</p> <p>19、中英文操作界面；</p> <p>20、可选配大容量锂电池供电；</p> <p>21、可外接胎儿刺激器，刺激标识与胎心宫缩曲线同步显示并描记打印；</p> <p>22、内置通讯接口，可与中央站组成网络系统。</p> <p>标配：</p> <p>1、主机 1；</p> <p>2、胎心探头 1；</p> <p>3、宫缩压力探头 1；</p> <p>4、打标器 1；</p>

				<p>5、绑带 2；</p> <p>6、耦合剂 1；</p> <p>7、打印纸 1；</p> <p>8、内置宽行打印机 1；</p> <p>9、电源线 1；</p> <p>10、保险管 2；</p> <p>11、中文用户文件（合格证、保修卡、装箱单、说明书、胎心监护手册、速查卡、用户验收单、三证文件各 1）；</p> <p>12、接地线 1。</p> <p>▲本产品生产许可证或备案证复印件加盖报价供应商公章。</p>		
9	视力测试仪（核心产品）		台	1	<p>1、适用范围：从小儿到成人全年龄段，自动检测出屈光度问题（包括近视、远视、散光和不等视），可检查任何瞳孔大小的眼睛；</p> <p>▲2、测量范围：球镜度：+8.0D ~ -6.0D，柱镜度：+3.0 ~ -3.0D，散光轴：1° ~ 180°；</p> <p>▲3、屈光度间隔宽：0.25D（可根据使用习惯调节为 0.1D）；</p> <p>4、检测距离检控：超声波自动检控，通过声音频率以及注视靶的颜色来提示，操作时可在屏幕上显示当前操作距离；</p> <p>5、目镜：发光十字靶便于瞄准，十字靶可根据距离远近变换颜色以便于操作者调整距离；</p> <p>6、测量模式：可根据受测者的具体情况设置为婴幼儿、成人等测量模式；</p> <p>7、引导注视：通过多种颜色交替的灯光闪烁引导受测者注视；</p> <p>8、操作界面：使用全中文操作界面；</p> <p>9、存储：主机可以存储 420 个检查结果；</p> <p>10、导出：主机可与电脑连接导出结果；</p> <p>11、打印格式：打印报告单包括测量模式、日期、时间和测量结果；</p> <p>12、可充电池：11.1V 聚合物锂离子电池，电池电量不小于 2000mAh；持续使用时间大于 6 个小时；电量不足时自动发出可视和可听报警；</p> <p>13、安全标准及配置：一类激光产品，光源中心波长&gt;800nm；配置含视力筛查仪主机一套，锂离子电池一套，便携箱一套，视力筛查仪系统软件一套。</p> <p>配置清单：</p> <p>1、主机 1；</p> <p>    锂离子电池 1；</p> <p>2、红外热敏打印机 1；</p> <p>3、便携箱 1；</p>	

				4、视力筛查仪系统软件 1。 ▲本产品生产许可证或备案证复印件加盖报价供应商公章。	
<b>二、商务要求</b>					
报价要求	1、响应报价包括货物及货物运抵指定交付地点的各种费用、随配附件、备品备件、易损件、专用工具、安装调试、技术培训、技术资料、包装、售后服务、保险费、税金、验收检验及其他所有成本费用的总和； 2、供应商应保证报价产品涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律責任均由供应商承担。				
质量保证期	1、要求提供的货物必须是全新产品，产品质量须符合国家相关标准及安全规范； 2、须按国家规定实行“三包”； 3、质量保证期：自产品验收合格交付使用之日起不少于 1 年。				
售后服务要求	1、产品交付使用过程中（质量保证期内）产品发生质量问题，成交供应商必须按采购人的要求无偿更换全新的符合国家质量标准的产品； 2、在使用过程中（质量保证期内）发生故障 <u>2</u> 小时响应， <u>24</u> 小时内到达现场处理，一般故障处理时限不超过 <u>24</u> 小时内修复，重大故障处理时限不超过 <u>48</u> 小时内修复，如出现 <u>48</u> 小时内无法修复系统问题或设备故障的，免费更换相同规格型号的设备作为备用机供采购人使用，直到修复完成； 3、免费提供不少于 3 天的技术、操作培训。				
交付使用时间及地点	1、交付使用期：自合同签订之日起 <u>15</u> 日历日内安装调试完毕，验收合格并交付使用； 2、交货地点：采购人指定地点。				
付款方式	合同签订后 7 个工作日内预付 30% 合同款，设备验收合格后 7 个工作日，采购人向成交人支付剩余全部合同款，成交人开具全额正规发票给采购人。				
<b>三、安装、验收</b>					
安装、验收要求	1、国家强制性标准及有关规定； 2、交货验收时，采购人根据《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》的规定，由采购人及成交供应商双方共同进行验收，采购人可委托国家认可的质量检测机构开展采购项目履约验收工作，验收费用由成交供应商承担；对不符合要求的产品，采购人有权拒绝接受，由此产生的一切后果，均由成交供应商承担。由此造成的不能按时、按质、按量完成项目要求的，将按照政府采购相关法规、合同相关条款进行处理； 3、必须严格按照国家有关安装技术标准规范及安全规程进行施工及安装，成交供应商自行担负安装人员人身及设备的安全责任； 4、安装调试过程中，成交供应商应派专业技术人员对安装进行同步指导，并负责全套设备的调试运行，直至达到验收要求。				
<b>四、其他要求</b>					
采购人对项目的特殊要求及说明	本项目核心产品为第 <u>7</u> 、 <u>9</u> 项，核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下报价的，按一家供应商计算，评审后报价最低的同品牌供应商获得成交人推荐资格；由采购人或者采购人委托询价小组按照《评审方法和评审标准》中的推荐原则确定一个供应商获得				

	成交人推荐资格，其他同品牌供应商不作为成交候选人。
--	---------------------------

## 第四章 报价文件格式

# 报价文件外包装封面

一、报价文件的外包装封面格式：

## 报 价 文 件 袋

项目名称： \_\_\_\_\_

项目编号： \_\_\_\_\_

供应商名称（加盖公章）： \_\_\_\_\_

地址： \_\_\_\_\_

在递交报价文件截止时间前不得启封

年 月 日

二、报价文件封面格式（不可缺）：

（正/副本）

# 报 价 文 件

项目名称： \_\_\_\_\_

项目编号： \_\_\_\_\_

供应商名称（加盖公章）： \_\_\_\_\_

联系人： \_\_\_\_\_ 联系电话： \_\_\_\_\_

地址： \_\_\_\_\_

年 月 日

## 报价声明函

致：广州市新誉工程咨询有限公司：

根据贵方\_\_\_\_\_项目的询价采购公告（项目编号：\_\_\_\_\_），签字代表\_\_\_\_（全名）经正式授权并代表我方\_\_\_\_\_（供应商名称）提交报价文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 我方已详细审查全部询价通知书，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于询价通知书、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2. 我方在报价之前已经完全理解并接受询价通知书的各项规定和要求，对询价通知书的合理性、合法性不再有异议。

3. 本项目报价有效期自报价文件递交截止之日起\_\_\_\_\_天（日历天）。

4. 如成交，本报价文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按询价通知书及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5. 我方同意按照贵方要求提供与响应本项目有关的一切数据或资料。

6. 与本次项目报价有关的一切正式往来信函请寄：

地址：\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_ 电话：\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_ 供应商代表姓名：\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_

供应商名称(全称)：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_ 账号：\_\_\_\_\_

法定代表人（负责人、自然人）或委托代理人(签字)：\_\_\_\_\_

供应商名称（加盖公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 报价表

项目名称	
项目编号	
总报价	人民币（大写）_____元（¥ _____）
交付使用期	自合同签订之日起____日历日内安装调试完毕，验收合格并交付使用。

法定代表人（负责人、自然人）或委托代理人（签字）：\_\_\_\_\_

供应商名称（加盖公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

注：1、报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者由法定代表人（负责人、自然人）或授权委托代理人签字，否则将视为无效报价；

2、此表为完成本采购项目所需的全部报价总价。

## 分项报价表

项 号	货 物 名 称	品 牌、 型 号	生 产 厂 家	技 术 参 数	数 量 ①	单 价 (元) ②	单 项 合 价 (元) ③=①×②	小 微 企 业	其 它
1									
2									
...									
N									
总报价：人民币（大写）_____元（¥_____）									

- 注：1. 分项报价总计价格必须与报价表一致；
2. 如果不提供详细的分项报价表将被视为没有对询价通知书的实质性要求作出响应；
3. 报价包括货物及货物运抵指定交付地点的各种费用、随配附件、备品备件、易损件、专用工具、安装调试、技术培训、技术资料、包装、售后服务、保险费、税金、验收检验及其他所有成本费用的总和；
4. 小微企业是指制造厂商为“小型企业”或者“微型企业”；
5. 必须按此表格式中的对应栏目内容填写，若需增加栏目，请在栏目“其它”中填写，并作详细说明。

法定代表人（负责人、自然人）或委托代理人(签字)：\_\_\_\_\_

供应商名称（加盖公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

## 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人（负责人、自然人）或委托代理人(签字)：\_\_\_\_\_

供应商名称（公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

## 监狱企业声明函（格式）

本单位郑重声明，根据财政部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本单位为符合条件的监狱企业，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他监狱企业制造的货物（不包括使用非监狱企业注册商标的货物/服务）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人（负责人、自然人）或委托代理人(签字)：\_\_\_\_\_

供应商名称（公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

**注：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件。**

## 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库(2017) 141 号)的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人（负责人、自然人）或委托代理人(签字)： \_\_\_\_\_

供应商名称（公章）： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

## 信用声明函

致： 广州市新誉工程咨询有限公司

我方愿意参加贵方组织的\_\_\_\_\_（项目名称）\_\_\_\_\_（项目编号：\_\_\_\_\_）项目的询价，为便于贵方公正、择优地确定成交人及其采购服务成果和服务，我方就本次采购有关信用事项郑重声明如下：

1、我方未在“信用中国”和“中国政府采购网”等网站被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

### 说明：

1、对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，将被拒绝参与本项目政府采购活动。

2、两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，所有联合体成员都应当提交信用声明函，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

法定代表人（负责人、自然人）或委托代理人(签字)： \_\_\_\_\_

供应商名称（公章）： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

## 参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致： 广州市新誉工程咨询有限公司

我方郑重声明 参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录。

1、重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人（负责人、自然人）或委托代理人(签字)： \_\_\_\_\_

供应商名称（公章）： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

## 法定代表人（负责人、自然人）身份证明书

单位名称：\_\_\_\_\_

经济性质：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_

成立时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

经营期限：\_\_\_\_\_

姓名：\_\_\_\_\_性别：\_\_\_\_年龄：\_\_\_\_职务：\_\_\_\_\_

系\_\_\_\_\_（供应商名称）\_\_\_\_\_的法定代表人（负责人、自然人）。

特此证明。

供应商名称（加盖公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

法定代表人（负责人、自然人）第二代居民身份证复  
印件  
(正面)

法定代表人（负责人、自然人）第二代居民身份证复  
印件  
(反面)

法定代表人（负责人、自然人）（签字）：\_\_\_\_\_

## 法定代表人（负责人、自然人）授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_同志代表本公司为\_\_\_\_\_（项目名称及项目编号）\_\_\_\_\_项目的代理人，其权限如下：1. 代理参与政府采购“询价采购”活动；2. 代理签署我方的报价文件；3. 负责我方报价文件的递交、确认、解释；4. 负责成交项目合同的签署。在代理有效期限、有效范围内代理人所签署的文件具有同等法律效力。

代理期限从\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日至\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日止。

代理人无转委托权。

委托单位名称（加盖公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（负责人、自然人）（签字）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

委托代理人第二代居民身份证复印件  
(正面)

委托代理人第二代居民身份证复印件  
(反面)

委托代理人（签字）：\_\_\_\_\_

## 技术（商务）响应、偏离情况说明表

项目名称：\_\_\_\_\_

项目编号：\_\_\_\_\_

序号	询价通知书要求	具体响应内容	偏离说明
1			
2			
3			
4			
...			

说明：1、应对照询价通知书第三章《采购需求》项目技术规格参数及要求及商务要求，逐条说明所提供货物和服务已对询价通知书的技术规格及商务要求做出了实质性的响应，并申明与技术规格的偏离说明。具体响应内容优于询价通知书要求的请在“偏离说明”一栏填写“正偏离”，具体响应内容满足询价通知书要求的填写“无偏离”，具体响应内容低于询价通知书要求的填写“负偏离”；

2、各供应商所响应的货物和服务要实质上相当于或优于询价通知书中要求的参考品牌型号、技术参数性能（配置）要求及商务要求，否则视为未对询价通知书要求进行实质性响应。

法定代表人（负责人、自然人）或委托代理人（签字）：\_\_\_\_\_

供应商名称（加盖公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

## 售后服务承诺书

我公司在参与政府采购活动期间，对本公司所提供的货物（或工程、服务）做出以下承诺：

**第 1 条** 有合法的、经生产厂家认可的销售渠道，所提供的货物保证是全新原厂正品，且得到生产厂家提供的在中国大陆标准的技术支持和售后服务。（必须列明）

**第 2 条** 对合同条款、付款方式响应。（按询价通知书合同格式及合同条款签订政府采购合同，合同履行中，如需修改或补充合同内容，由双方协商另签署书面修改或补充协议并经柳州市鱼峰区财政局政府采购管理办公室确认后作为主合同不可分割的一部分）（必须列明）

**第 3 条**（由供应商按采购需求自行填写，所作的承诺作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信，如提供虚假承诺或在中标、成交后不按其承诺履行的，将依法追究违约责任，并按《中华人民共和国政府采购法》规定予以处罚）

法定代表人（负责人、自然人）或授权委托代理人（签字）：\_\_\_\_\_

供应商名称（加盖公章）：\_\_\_\_\_

日期：    年    月    日

注：以上为售后服务承诺书格式，供应商必须对第 1 条、第 2 条内容做出实质承诺，其余条款各供应商可根据实际情况一一列明。

## 第五章 政府采购合同

# 柳州市政府采购合同

(一般货物类)

合同编号:

采购单位(甲方): \_\_\_\_\_

采购计划文号: YFQ[2020]2354号-001

供应商(乙方): \_\_\_\_\_

项目名称及编号: \_\_\_\_\_

签订地点: \_\_\_\_\_ 签订时间: \_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定,按照招标文件(采购及响应文件)规定条款和中标(成交)供应商承诺,甲乙双方签订本合同。

## 第一条 合同标的

### 1、供货一览表

序号	产品名称	商标品牌	规格型号	生产厂家	数量	单位	单价(元)	金额(元)
1								
2								
.....								
N								

人民币合计金额(大写): \_\_\_\_\_ 元 (小写): ¥ \_\_\_\_\_

2、合同合计金额包括货物价款,备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招标文件(采购及响应文件)对其另有规定的,从其规定。

## 第二条 质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品,且在正常安装、使用和保养条件下,其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

## 第三条 权力保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意,乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供,也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

## 第四条 包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装,每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式: 不限。

3、乙方负责货物运输,货物运输合理损耗及计算方法: 不接受损耗。

## 第五条 交付和验收



用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

### **第十三条 货物包装、发运及运输**

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

### **第十四条 违约责任**

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额 3%违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5%，超过\_\_\_天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失；甲方延期付款的，每天向乙方偿付延期货款额 3%滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5%。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7、其它违约行为按违约货款额 5%收取违约金并赔偿经济损失。

### **第十五条 不可抗力事件处理**

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

### **第十六条 合同争议解决**

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向柳州仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

### **第十七条 诉讼**

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如果协商不能解决，可向柳州仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

### **第十八条 合同生效及其它**

1、合同经双方法定代表人（负责人、自然人）或授权代表签字并加盖单位公章后生效。





## 广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：\_\_\_\_\_）的约定，我单位对（项目名称）政府采购项目中标（或成交）供应商（公司名称）提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

验收方式：		<input type="checkbox"/> 自行验收 <input type="checkbox"/> 委托验收		
序号	名 称	货物型号规格、标准及配置等 (或服务内容、标准)	数 量	金 额
合 计				
合计大写金额：    仟    佰    拾    万    仟    佰    拾    元				
实际供货日期			合同交货验收日期	
验收具体内容	（应按采购合同、采购文件、投标报价文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件）			
验收小组意见	验收结论性意见：			
	有异议的意见和说明理由：			
签字：				
验收小组成员签字：				
监督人员或其他相关人员签字：				
或受邀机构的意见（盖章）：				
中标或者成交供应商负责人签字或盖章：			采购人或受托机构的意见（盖章）：	
联系电话：		年    月    日	联系电话：	
				年    月    日

**备注：本验收书一式三份（采购人一份、成交供应商一份、采购代理机构一份）**

## 第六章 评审方法和评审标准

### 一、评审原则

(一) 询价小组成员组成：本询价采购项目的询价小组由采购人代表和评审专家共三人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于询价小组成员总数的三分之二。

(二) 评审依据：以询价通知书和询价报价文件为依据。

### 二、评审方法

对资格性和符合性检查合格的询价报价文件，采用最低评标价法进行评审。

询价小组将以询价通知书、询价报价文件为评审依据，在质量和服务均能满足询价通知书实质性响应要求的供应商中，以报价（价格扣除后）最低的供应商作为成交供应商。

符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）规定条件且按该办法中规定的格式提供了《中小企业声明函》的小型 and 微型企业参与响应，对其报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评审报价，即评审报价=总报价×（1-10%）；除上述情况外，评审报价=总报价。[供应商须如实填写中小企业声明函（按第四章要求格式填写），并对该声明函的真实性负责，否则不予价格扣除]。

响应产品提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件。

响应产品提供企业按《中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

(一) 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

(二) 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

(三) 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

(四) 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

(五) 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务(以下简称产品)，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本文件规定的《残疾人福利性单位声明函》(见第四章报价文件格式)，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的声明函与事实不符的，将依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

### 三、成交候选人推荐原则

(一) 询价小组应当从质量和服务均能满足询价通知书实质性响应要求的供应商中，按照价格扣除(如有)后的报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人(报价相同时，由询价小组根据广西工业产品所占比重、技术、服务性能优劣等由高到低的原则确定排序，并推荐成交候选人)。采购人应当确定询价小组推荐排名第一的成交候选人为成交供应商；排名第一的成交候选人拒绝签订政府采购合同的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商；排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商，其余以此类推；采购人也可以决定重新采购。

(二) 询价小组认为，某响应供应商的有效报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料，否则，询价小组将不推荐该供应商成为成交候选人。