

项目名称：凌云县妇幼保健院建设项目特装工程配套设备采购

项目编号：BSZC2023-G1-270025-GXYW

分标：无分标

投标人名称：南宁贵粤商贸有限公司



序号	货物名称	货物规格型号	品牌 (如有)	数量 ①	单价 (元)②	单项合价 (元) ③=①×②	备注
1	手术无影灯	CreLed5700/5500	山东力文	4	170000	680000	
2	成品分娩床	CreLife3000	山东力文	3	85000	255000	
3	电动手术床	CreBle1000	山东力文	4	80000	320000	
4	医用吊塔	CrePort3700	山东力文	4	65000	260000	
5	医用桥式吊塔	CrePort3900	山东力文	4	75000	300000	
6	保温柜	FYL-YS-150L	北京福意联	4	40000	160000	
7	保冷柜	FYL-YS-150L	北京福意联	4	40000	160000	
8	定制中央实验台	现场定制 3500*1200*750mm	广西优利娜	5	10000	50000	
9	定制中央实验台	现场定制 5000*1200*750mm	广西优利娜	1	15000	15000	
10	定制中央实验台	现场定制 1550*1200*750mm	广西优利娜	1	7000	7000	
11	成品洗婴池	1200*650*800mm	广州铭瑞	7	8640	60480	
12	成品传递窗	600*600*600mm	广州铭瑞	10	4500	45000	
13	成品不锈钢污洗池	600*500*800mm	广州铭瑞	9	5500	49500	
14	成品大泳池	现场定制	广州铭瑞	1	10800	10800	
15	成品小泳池	现场定制	广州铭瑞	10	7200	72000	
16	成品紧急淋浴花洒	304 不锈钢带洗眼型	广州铭瑞	2	3500	7000	

17	不锈钢刷手池（2位）	现场定制，304 不锈钢	广州铭瑞	5	19000	95000	
18	六联观片灯	1200*1040*140mm	广州铭瑞	4	2750	11000	
19	医疗气体面板	现场定制款含终端箱款	广州铭瑞	4	3000	12000	
20	手术室液晶情报操作触控面板	液晶触摸平板式	广州铭瑞	4	24300	97200	
21	成品不锈钢嵌入式电脑柜	700*350*1700mm	广州铭瑞	4	12800	51200	
22	成品不锈钢嵌入式药品柜	900*350*1700mm	广州铭瑞	4	12800	51200	
23	成品不锈钢嵌入式器械柜	900*350*1700mm	广州铭瑞	4	12800	51200	
24	成品不锈钢嵌入式书写柜	600*450*300mm	广州铭瑞	4	6720	26880	
25	成品不锈钢嵌入式麻醉柜	900*350*1700mm	广州铭瑞	4	12800	51200	
26	组合式插座电源箱	304 不锈钢版	广州铭瑞	12	1200	14400	
27	医用 UPS 不间断电源 30KVA 30min	NR33. 30K	沃康能源	3	37000	111000	
28	医用 UPS 不间断电源 50KVA 30min	NR33. 60K 改	沃康能源	2	75000	150000	
29	医用 UPS 不间断电源 200KVA 30min	NR33. 200K	沃康能源	1	178500	178500	



30	多联机空调室外机 K-1-1	TIMS335CSREA 1、制冷量：33.5KW；制热量：37.5KW； 2、制冷输入功率：8.25KW；制热输入功率：7.95KW 3、设备重量：175kg；噪声：60dB；制冷剂：R410A 4、风量=11300m ³ /h. IPLV=6.5. 5、机组为侧出风。 6、压缩机采用全直流变频压缩机。	南京天加	1	28000	28000	
31	多联机空调室外机 K-1-2	TIMS335CSREA 1、制冷量：14KW；制热量：16KW； 2、制冷输入功率：3.76KW；制热输入功率：3.87KW 3、设备重量：84kg；噪声：56dB；制冷剂：R410A 4、风量=6000m ³ /h. IPLV=6.6. 5、机组为侧出风。 6、压缩机采用全直流变频压缩机。	南京天加	1	16229	16229	
32	“云”变频冷凝热回收 K-2-1	TSAV0140CRCR 1、制冷量：40KW；制热量：45KW；额定热回收量：14.9KW 2、额定输入功率：13.6KW 3、制冷剂：R410A 4、变频式压缩机，容量输出10%-100%可调节 5、运行模式：1 制冷热回收运行,2 全制热运行 6、机组可实现云端远程调试，云端数据采集，预警，存储，传输及运维处理功能	南京天加	1	82500	82500	
33	“云”变频冷凝热回收 K-2-2	TSAV0200CRCR*2 1、制冷量：112KW；制热量：126KW；额定热回收量：41.6KW 2、额定输入功率：2*18.5kw 3、制冷剂：R410A 4、变频式压缩机，容量输出10%-100%可调节 5、运行模式：1 制冷热回收运行,2 全制热运行 6、机组可实现云端远程调试，云端数据采集，预警，存储，传输及运维处理功能	南京天加	1	21000	210000	

34	多联机空调室外机 K-2-3	1、制冷量：18KW；制热量：20KW；型号：TMS180CHT 2、制冷输入功率：4.8KW；制热输入功率：4.6KW 3、设备重量：112kg；噪声：57dB；制冷剂：R410A 4、风量=7200m ³ /h. IPLV=6.5. 5、机组为侧出风。 6、压缩机采用全直流变频压缩机。	南京天加	1	21000	21000
35	多联机空调室外机 X-2-1	1、制冷量：28.5KW；制热量：31.5KW；型号：TMS285CSREA 2、制冷输入功率：7.65KW；制热输入功率：7.45KW 3、设备重量：175kg；噪声：59dB；制冷剂：R410A 4、风量=11300m ³ /h. IPLV=6.9 5、机组为侧出风。 6、压缩机采用全直流变频压缩机。	南京天加	1	24000	24000
36	多联机空调室外机 X-5-1	1、制冷量：56KW；制热量：63KW；型号：TMS200CST 2、制冷输入功率：15.77KW；制热输入功率：15.5KW 3、设备重量：345kg；噪声：62dB；制冷剂：R410A 4、风量=25800m ³ /h. IPLV=8.95. 5、机组为独立式顶出风机型。 6、压缩机采用全直流变频涡旋式喷气增焓压缩机。	南京天加	1	48800	48800
37	多联机空调室外机 k-5-1	1、制冷量：95.2KW；制热量：106KW；型号：TMS340DSA 2、制冷输入功率：25.75KW；制热输入功率：25.6KW 3、设备重量：465kg；噪声：65dB；制冷剂：R410A 4、风量=27000m ³ /h. IPLV=8.4. 5、机组为独立式顶出风机型。 6、压缩机采用全直流变频涡旋式喷气增焓压缩机。	南京天加	1	73000	



38	变频循环风净化型外机 k-5-2	TSAV0080BRXC 1、制冷量：22KW；制热量：23KW； 2、制冷输入功率：8KW；制热输入功率：8.3KW 3、制冷剂：R410A 4、直流变频风机电机，10-100%无极调节容量输出	南京天加	1	54000	54000	
39	多联机空调室外机 X-6-1	TMS140CSREC 1、制冷量：14KW；制热量：16KW； 2、制冷输入功率：3.76KW；制热输入功率：3.87KW 3、设备重量：84kg；噪声：56dB；制冷剂：R410A 4、风量=6000m ³ /h IPLV=7.2. 5、机组为侧出风。 6、压缩机采用全直流变频压缩机。	南京天加	1	15500	15500	
40	变频循环风净化型外机 k-6-1	TSAV0160BRXC 1、制冷量：45KW；制热量：49.5KW； 2、制冷输入功率：14KW；制热输入功率：13.2KW 3、制冷剂：R410A 4、采用直流变频风机电机，10-100%无极调节容量输出	南京天加	1	74000	74000	
41	变频循环风净化型外机 k-6-2	TSAV0080BRXC 1、制冷量：22KW；制热量：23KW； 2、制冷输入功率：8KW；制热输入功率：8.3KW 3、制冷剂：R410A 4、采用直流变频风机电机，10-100%无极调节容量输出	南京天加	1	60000	60000	
42	变频循环风净化型外机 k-6-3	TSAV0060BRXC 1、制冷量：15KW；制热量：16KW； 2、制冷输入功率：6.27KW；制热输入功率：6.86KW 3、制冷剂：R410A 4、采用直流变频风机电机，10-100%无极调节容量输出	南京天加	1	48500	48500	
43	风冷净化机组室外机 k-6-4	TSAX008BR 1、制冷量：8KW；制热量：8KW； 2、额定输入功率：2.4kw 3、制冷剂：R410A	南京天加	1	33000	33000	



44	数码变容直膨空调室外机 k-6-5	TIMV160V6H4ACD*2 1、制冷量: 2*47KW; 制热量: 2*51KW; 2、额定输入功率: 2*15.6kw 3、制冷剂: R410A 4、机组采用全封闭涡旋式压缩机, 采用制冷剂变容量技术, 变容量压缩机 10%-100%能量调节	南京天加	1	155000	155000	
45	多联机空调室外机 K-6-6	1、制冷量: 40KW; 制热量: 45KW; 型号: TIMS400CSRYA 2、制冷输入功率: 10.4KW; 制热输入功率: 10.35KW 3、设备重量: 277kg; 噪声: 60dB; 制冷剂: R410A 4、风量=13980m ³ /h. IPLV=9.2. 5、机组为独立式顶出风机型。 6、压缩机采用全直流变频压缩机。	南京天加	1	95000	95000	
46	多联机空调室外机 K-2-4	1、制冷量: 112KW; 制热量: 126KW; 型号: TIMS400CXT (TIMS200CXT+TIMS200CXT) 2、制冷输入功率: 31.54KW; 制热输入功率: 31.0KW 3、设备重量: 690kg; 噪声: 62dB; 制冷剂: R410A 4、风量=51600m ³ /h. IPLV=8.95. 5、本机组采用2个模块进行组合。 6、压缩机采用全直流变频涡旋式喷气增焓压缩机。	南京天加	1	94000	94000	
47	变频循环风净化型外机 k-7-1	TSAV0160BRGX 1、制冷量: 45KW; 制热量: 49.5KW; 2、制冷输入功率: 14KW; 制热输入功率: 13.2KW 3、制冷剂: R410A 4、采用直流变频风机电机, 10-100%无极调节容量输出	南京天加	1	74000	74000	
48	空调机组自动控制系统	按照图纸要求定制, 智能化控制柜, 控制空调机组外机系统运行, 控制水温、水压、流速、显示出水温度、回水温度等功能。	南京天加	14	3200	44800	
49	吊顶式换气扇 V09	BPT10-215 参数: 风量=144/h; 静压=100Pa; 供电要求: 电量: 20W; 电压: 220V, 噪声: 33dB(A), 自带止回装置	广东爱美信	40	200	8000	



50	吊顶式换气扇 V40	BPT15-32S 参数: 风量=420/h; 静压=150Pa; 供电要求: 电量: 40W; 电压: 220V, 噪声: 37dB(A), 自带止回装置	广东爱美信	11	450	4950	
51	医用洁净空调机组 2AHU-01	TAC016020BHC 1、风机数据: 机组送风量: 4000m ³ /h, 新风量: 2000m ³ /h, 2、机外余压: 650Pa, 风机类型: 离心式 3、制冷量: 40.0KW, 制热量: 45.0KW 4、加湿量: 25kg/h, 电加热量: 6KW 5、回风段+初效过滤 G4+中效过滤 F7+表冷段+冷凝热回收段+电加热段+加湿段+风机出风段	南京天加	1	29000	29000	
52	医用洁净空调机组 2AHU-02	TAC026034BHC 1、风机数据: 机组送风量: 5500m ³ /h, 新风量: 5500m ³ /h, 2、机外余压: 650Pa, 风机类型: 离心式 3、制冷量: 112.0KW, 制热量: 126.0KW 4、加湿量: 56kg/h, 电加热量: 10KW 5、回风段+初效过滤 G4+中效过滤 F7+表冷段+冷凝热回收段+电加热段+加湿段+风机出风段	南京天加	1	7000	7000	
53	医用洁净空调机组 5AHU-01	TAC014021BHV 1、风机数据: 机组送风量: 2400m ³ /h, 新风量: 800m ³ /h, 2、机外余压: 650Pa, 风机类型: 离心式 3、制冷量: 22.0KW, 制热量: 23.0KW 4、加湿量: 8kg/h, 电加热量: 12KW 5、进风段+初效过滤 G4+中效过滤 F7+表冷段+电加热段+加湿段+风机段+均流段+亚高效过滤 H10+出风段 6、风机和外机双变频	南京天加	1	23000	23000	



54	医用洁净 空调机组 6AHU-01	TAC016024BHV 1、风机数据：机组送风量：6000m ³ /h， 新风量：2000m ³ /h 2、机外余压：650Pa，风机类型：离心 式 3、制冷量：32.0KW，制热量：35.0KW 4、加湿量15kg/h,电加热量：20KW 5、进风段+初效过滤 G4+中效过滤 F7+ 表冷段+电加热段+加湿段+风机段+均流 段+亚高效过滤 H10+出风段 6、风机和外机双变频	南京天加	1	19000	19000
55	医用洁净 空调机组 6AHU-02	TAC014021BHV 1、风机数据：机组送风量：4000m ³ /h， 新风量：1000m ³ /h。 2、机外余压：650Pa，风机类型：离心 式 3、制冷量：22.0KW，制热量：23.0KW 4、加湿量8kg/h,电加热量：12KW 5、进风段+初效过滤 G4+中效过滤 F7+ 表冷段+电加热段+加湿段+风机段+均流 段+亚高效过滤 H10+出风段 6、风机和外机双变频	南京天加	1	16500	16500
56	医用洁净 空调机组 6AHU-03	TAC012017BHV 1、风机数据：机组送风量：3000m ³ /h， 新风量：1100m ³ /h。 2、机外余压：650Pa，风机类型：离心 式 3、制冷量：15.0KW，制热量：16.0KW 4、加湿量10kg/h,电加热量：10KW 5、进风段+初效过滤 G4+中效过滤 F7+ 表冷段+电加热段+加湿段+风机段+均流 段+亚高效过滤 H10+出风段 6、风机和外机双变频	南京天加	1	12000	12000
57	医用洁净 空调机组 6AHU-04	TAC012014BHV 1、风机数据：机组送风量：1400m ³ /h， 新风量：400m ³ /h。 2、机外余压：650Pa，风机类型：离心 式 3、制冷量：8.0KW，制热量：8.0KW 4、加湿量5kg/h,电加热量：8KW 5、进风段+初效过滤 G4+中效过滤 F7+ 表冷段+电加热段+加湿段+风机段+均流 段+亚高效过滤 H10+出风段	南京天加	1	44000	44000



58	医用洁净 空调机组 7AHU-01	TAC020024RHV 1、风机数据：机组送风量：6500m ³ /h， 新风量：2000m ³ /h， 2、机外余压：650Pa，风机类型：离心 式 3、制冷量：45.0KW，制热量：49.5KW 4、加湿量15kg/h,电加热量：28KW 5、进风段+初效过滤 G4+中效过滤 F7+ 表冷段+电加热段+加湿段+风机段+均流 段+亚高效过滤 H10+出风段 6、风机和外机双变频	南京天加	1	27000	27000
59	深度除湿 新风预处 理机组 6PAU-01	TBC020028DHD 1、风机数据：机组送风量：4500m ³ /h， 新风量：4500m ³ /h， 2、机外余压：650Pa，风机类型：离心 式 3、制冷量：94.0KW，制热量：102.0KW， 4、进风段+初效过滤 G4+中效过滤 F7+ 表冷段+风机段+均流段+亚高效过滤 H10+出风段	南京天加	1	45000	45000
60	医用洁净 空调机组 自动控制 系统	定制智能化控制柜，控制空调机组外机 系统运行，控制水温、水压、流速、显 示出水温度、回水温度等功能。（净化 机组部分）	南京天加	9	5300	47700
61	低噪声离 心风机	DFT25-A25L 参数：风量：750m ³ /s；全 压：180Pa；风机类型：离心式；启动方 式：直接；电源：220V/0.15KW	广东爱美 信	4	3393	13572
62	低噪声离 心风机	B7K 参数：风量：1620m ³ /s；全压：580Pa； 风机类型：离心式；启动方式：直接； 电源：380V/1.5KW	广东爱美 信	3	6525	19575
63	低噪声离 心风机	DFT25-A25L 参数：风量：600m ³ /s；全 压：200Pa；风机类型：离心式；启动方 式：直接；电源：220V/0.25KW	广东爱美 信	5	3393	16965
64	低噪声离 心风机	B3K 参数：风量：1000m ³ /s；全压：330Pa； 风机类型：离心式；启动方式：直接； 电源：380V/0.32KW	广东爱美 信	4	3654	14616
65	低噪声离 心风机	B3K 参数：风量：1500m ³ /s；全压：250Pa； 风机类型：离心式；启动方式：直接； 电源：380V/0.32KW	广东爱美 信	1	6525	3625
66	低噪声离 心风机	B2K 参数：风量：1060m ³ /s；全压：250Pa； 风机类型：离心式；启动方式：直接； 电源：380V/0.18KW	广东爱美 信	1	4176	4176



67	低噪声离心风机	B4K 参数: 风量: 1620m ³ /s; 全压: 350Pa; 风机类型: 离心式; 启动方式: 直接; 电源: 380V/0.55KW	广东爱美信	2	6525	16050	
68	低噪声离心风机	B8K 参数: 风量: 6500m ³ /s; 全压: 450Pa; 风机类型: 离心式; 启动方式: 直接; 电源: 380V/1.8KW	广东爱美信	1	16008	16008	
69	低噪声离心风机	B4K 参数: 风量: 900m ³ /s; 全压: 400Pa; 风机类型: 离心式; 启动方式: 直接; 电源: 380V/0.55KW	广东爱美信	6	3750	22500	
70	低噪声离心风机	B8K 参数: 风量: 1200m ³ /s; 全压: 650Pa; 风机类型: 离心式; 启动方式: 直接; 电源: 380V/1.5KW	广东爱美信	2	4785	9570	
71	低噪声离心风机	B4K 参数: 风量: 2400m ³ /s; 全压: 260Pa; 风机类型: 离心式; 启动方式: 直接; 电源: 380V/0.55KW	广东爱美信	2	7835	15670	
72	风机盘管 340	TCR300J5 设备型式: 卧式暗装 冷量: 3.2KW, 风量: 510m ³ /h, 机外余压: 50Pa, 电量: 64W, 电压: 220V, 风量、 冷量均为最高档, 配后回风箱	南京天加	9	1800	16200	
73	风机盘管 510	TCR400J5 设备型式: 卧式暗装 冷量: 4.15KW, 风量: 680m ³ /h, 机外余压: 50Pa, 供电要求: 电量: 75W, 电压: 220V 风量、冷量均为最高档, 配后回风箱	南京天加	2	2400	4800	
74	风机盘管 680	TCR500J5 设备型式: 卧式暗装 冷量: 5KW, 风量: 850m ³ /h, 机外余压: 50Pa, 供电要求: 电量: 91W, 电压: 220V 风量、冷量均为最高档, 配后回风箱	南京天加	2	2650	5300	
75	风机盘管 850	TCR600J5 设备型式: 卧式暗装 冷量: 5.95KW, 风量: 1020m ³ /h, 机外余压: 50Pa, 供电要求: 电量: 114W, 电压: 220V 风量、冷量均为最高档, 配后回风箱	南京天加	3	2740	8220	
76	风机盘管 1020	TCR600J5 设备型式: 卧式暗装 冷量: 5.95KW, 风量: 1020m ³ /h, 机外余压: 50Pa, 供电要求: 电量: 114W, 电压: 220V 风量、冷量均为最高档, 配后回风箱	南京天加	4	3400	13600	
77	风机盘管 1360	TCR800J5 设备型式: 卧式暗装 冷量: 8.1KW, 风量: 1360m ³ /h, 机外余压: 50Pa, 供电要求: 电量: 165W, 电 压: 220V 风量、冷量均为最高档, 配后回风箱	南京天加	6	4500	27000	

78	多联空调系统室内机 022AE	TMDN022AC 设备形式: 天花风管式 1、参数: 冷量: 2.2KW; 热量: 2.5KW; 风量(高档): 500m ³ /h; 机外静压: 30PA; 供电要求: 电量: 54W, 电压: 220V 2、不配置电辅热。 3、配置冷凝水提升泵, 扬程=1200mm 4、机身高度: =200MM	南京天加	35	4900	171500	
79	多联空调系统室内机 025AE	TMDN025AC 设备形式: 天花风管式 1、参数: 冷量: 2.5KW; 热量: 2.8KW; 风量(高档): 500m ³ /h; 机外静压: 30PA; 供电要求: 电量: 54W, 电压: 220V 2、不配置电辅热。 3、配置冷凝水提升泵, 扬程=1200mm 4、机身高度: =200MM	南京天加	3	4200	12600	
80	多联空调系统室内机 028AE	TMDN028AC 设备形式: 天花风管式 1、参数: 冷量: 2.8KW; 热量: 3.2KW; 风量(高档): 500m ³ /h; 机外静压: 30PA; 供电要求: 电量: 54W, 电压: 220V 2、不配置电辅热。 3、配置冷凝水提升泵, 扬程=1200mm 4、机身高度: =200MM	南京天加	12	4500	54000	
81	多联空调系统室内机 032AE	TMDN032AC 设备形式: 天花风管式 1、参数: 冷量: 3.2KW; 热量: 3.6KW; 风量(高档): 560m ³ /h; 机外静压: 30PA; 供电要求: 电量: 55W, 电压: 220V 2、不配置电辅热。 3、配置冷凝水提升泵, 扬程=1200mm 4、机身高度: =200MM	南京天加	3	5000	15000	
82	多联空调系统室内机 040AE	TMDN040AC 设备形式: 天花风管式 1、参数: 冷量: 4.0KW; 热量: 4.5KW; 风量(高档): 560m ³ /h; 机外静压: 30PA; 供电要求: 电量: 55W, 电压: 220V 2、不配置电辅热。 3、配置冷凝水提升泵, 扬程=1200mm 4、机身高度: =200MM	南京天加	6	6000	36000	
83	多联空调系统室内机 063AE	TMDN063AC 设备形式: 天花风管式 1、参数: 冷量: 6.3KW; 热量: 7.1KW; 风量(高档): 920m ³ /h; 机外静压: 30PA; 供电要求: 电量: 100W, 电压: 220V 2、不配置电辅热。 3、配置冷凝水提升泵, 扬程=1200mm 4、机身高度: =200MM	南京天加	7	6400	44800	



84	多联空调系统室内机 071AE	TMDN071AC 设备形式: 天花风管式 1、参数: 冷量: 7.1KW; 热量: 8.0KW; 风量(高档): 1000m ³ /h; 机外静压: 30PA; 供电要求: 电量: 105W, 电压: 220V 2、不配置电辅热。 3、配置冷凝水提升泵, 扬程=1200mm 4、机身高度: ≈200MM	南京天加	12	6800	81600	
85	多联空调系统室内机 080AE	TMDN080AE 设备形式: 天花风管式 1、参数: 冷量: 8KW; 热量: 9KW; 风量(高档): 1300m ³ /h; 机外静压: 100PA; 供电要求: 电量: 130W, 电压: 220V 2、不配置电辅热。 3、配置冷凝水提升泵, 扬程=1200mm 4、机身高度: ≈270MM	南京天加	2	8700	17400	
86	多联空调系统室内机 112AE	TMDN112AE 设备形式: 天花风管式 1、参数: 冷量: 11.2KW; 热量: 12.5KW; 风量(高档): 1600m ³ /h; 机外静压: 100PA; 供电要求: 电量: 160W, 电压: 220V 2、不配置电辅热。 3、配置冷凝水提升泵, 扬程=1200mm 4、机身高度: ≈270MM	南京天加	1	9200	9200	
87	多联空调系统室内机 120A-020	TMDF120A-020 设备形式: 天花风管式 1、参数: 冷量: 14.0KW; 热量: 10.0KW; 风量: 1200m ³ /h; 机外静压: 200PA; 供电要求: 电量: 330W, 电压: 220V 2、不配置电辅热。	南京天加	3	12500	37500	
88	多联空调系统室内机 250A-030	TMDF250A-030 设备形式: 天花风管式 1、参数: 冷量: 28.0KW; 热量: 17.4KW; 风量: 2500m ³ /h; 机外静压: 300PA; 供电要求: 电量: 790W, 电压: 220V 2、不配置电辅热。	南京天加	2	16000	32000	
89	液晶屏温控器	TE300A00 液晶有线空调控制器	南京天加	113	360	40680	
报价合计(包含税费等所有费用): (大写)人民币伍佰陆拾陆万陆千陆佰陆拾陆元整 (¥566666.00元)							
无分标(此处有分标时填写具体分标号, 无分标时填写“无”)							



验收标准:

- 1、我公司提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场签收，外观、说明书、及软件各项功能符合采购文件技术要求的，给予签收，不合格的不予签收。
- 2、我公司交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。中标人不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。
- 3、中标人需负责安装、调试（测试），并培训采购人的使用操作人员，直到设备、软件运行符合技术要求，采购人方可验收。
- 4、采购人组织验收，中标人必须到场配合，验收合格后双方签署验收合格凭证。
- 5、其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理暂行办法的通知》[桂财采（2015）22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库（2016）205号]规定执行。
6. 验收产生的费用我公司负责。

优惠及其它：质保期叁年（自验收合格之日起计），质保期内负责免费上门维修及更换配件。终身维修（质保期后维修只收配件费，且配件费给予市场价7折及以下优惠）。

注：

1、 投标人需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空，如有多分标，按分标分别提供开标一览表，必须加盖投标人有效电子公章，**否则其投标作无效标处理。**

2、 本表内容均不能涂改，**否则其投标作无效标处理。**

3、 如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，**否则其投标作无效标处理。**

4、 以上表格要求细分项目及报价，在“具体货物内容”一栏中，填写具体货物，**否则其投标作无效标处理。。**

5、 特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、货物要求等予以公示。

6、 符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。

注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人名称(电子签章) 南宁贵岑商贸有限公司



日期：2023年3月20日