

一、采购内容概况				
序号	货物名称	数量	单位	简要规格描述或项目基本概况 (带▲号的条款均为实质性要求条款, 必须满足)
1	宫腔镜系统	1	套	一、宫腔镜检查 1. 内窥镜 (1) 广角, 30 度, 直径约 4 mm, 长度约 30cm (2) 柱状晶体光学镜, 保证图像无变形和扭曲 (3) 双层外管设计, 可增加光亮度 (4) 可高温高压消毒 2. 内鞘 (1) 规格约 5.4mm (2) 带工作通道, 可使用 5Fr. 半硬性器械 3. 外鞘 (1) 规格约 6 mm (2) 具有连续灌流功能 二、超广角宫腔镜(冷刀) 1. 内窥镜 ▲(1) 一体化柱状晶体镜, 保证图像无变形和扭曲; (2) 超广角设计, 带平行目镜, 6 度, 长度约 20cm; (3) 整合工作通道和灌流通道; (4) 含光导纤维; (5) 可高温高压消毒。 2. 操作鞘 ▲(1) 规格$\leq 24\text{Fr.}$, 有利于减少扩宫; (2) 可旋转, 带 LUER-Lock 接口, 可实现连续灌流。 3. 鞘芯 (1) 可与操作鞘配套使用; (2) 中空设计。 4. 手术器械 (1) 剪刀, 可旋转, 可拆卸, 绝缘, 带单极电凝连接头, 带锯齿, 带 LUER 锁清洁灌流连接口。双动钳头, 规格约 3 mm, 长度约 36 cm; (2) 分离抓钳, 可旋转, 可拆卸, 带虎齿, 带 LUER 锁清洁灌流连接口, 双动钳口, 直径$\leq 3\text{ mm}$, 长度约 36 cm; (3) 宫颈活检抓钳, 可拆卸, 单动钳夹, 包括金属手柄和硬性内芯; (4) 电凝电极, 双极, 工作长度约 317mm; (5) 双极高频, 带圆形接口, 长度$\geq 300\text{cm}$;

				(6) 配置密封帽 10 个/包； (7) 配置消毒盒，用于内窥镜及器械的存放及消毒。 三、设备配置清单（包含但不限于）： 1. 宫腔检查镜：1 套 (1) 30 ° 宫腔镜：1 支； (2) 内鞘：1 把； (3) 外鞘：1 把； 2. 超广角宫腔镜（冷刀）：1 套 (1) 6° 宫腔镜：1 支； (2) 中空鞘芯：1 把； (3) 操作鞘：1 把； (4) 剪刀：1 把； (5) 分离抓钳：1 把； (6) 宫颈活检抓钳：1 把； (7) 电凝电极：1 把； (8) 双极高频电缆：1 条； (9) 密封帽：1 包； (10) 消毒盒：1 个。
--	--	--	--	---