



四川德鑫招标代理有限公司  
Sichuan Dexin Tendering Agency Co., Ltd

以德为本 追求卓越

## 成都市青白江区市场监督管理局 2021 年强制检定计量器具检定技术服务采购项目 资格审查表

项目编号：510113202100054

协商时间：2021 年 7 月 1 日 11:00

序号	供应商名称	审查内容	是否通过审查	
			是	否
1	成都市计量检定测试院	按照采购文件要求提供资格证明材料	✓	

注：审查内容满足要求的，在相应栏目划“√”；不满足要求的，在相应的栏目注明原因。是否通过审查在相应栏目划“√”。

协商小组组长签字： *姚*

协商小组成员签字： *姚*、*谭念合*、*姚*

监督代表签字： *邱*



成都市青白江区市场监督管理局  
2021 年强制检定计量器具检定技术服务采购项目

协  
商  
情  
况  
记  
录

项目编号：510113202100054

四川·成都

四川德鑫招标代理有限公司

2021 年 7 月 1 日



## 一、采购活动基本情况介绍

### （一）采购项目基本情况介绍

本次政府采购项目共一个包件（采购数量及要求详见单一来源文件）。

### （二）采购过程基本情况介绍

1. 成都市青白江区市场监督管理局对“成都市青白江区市场监督管理局 2021 年强制检定计量器具检定技术服务采购项目”进行单一来源采购，本次采购委托四川德鑫招标代理有限公司代理。

2. 单一来源采购公告于 2021 年 6 月 25 日在四川政府采购网上发布。

3. 出售（提供）采购文件时间为：2021 年 6 月 28 日至 2021 年 6 月 29 日上午 9：00—12:00，下午 14:00—17：00。

## 二、协商日期和地点

（一）协商日期：2021 年 7 月 1 日 11:00

（二）协商地点：四川德鑫招标代理有限公司

## 三、供应商提供的采购标的成本

成本价。（成本构成说明见供应商响应文件）

## 四、价格商定情况

（一）根据《中华人民共和国政府采购法》及其他有关规定，成立了由 3 人组成的协商小组，其中评审专家 2 人和采购人代表 1 人。



(二) 成都市青白江区市场监督管理局监督代表进行现场监督。

(三) 协商过程中，由采购人代表和监督人员对响应文件的密封性和完整性进行了检查。

(四) 协商过程顺利。

(五) 未通过本项目实质性要求的供应商：

未通过理由： /

(六) 报价

第一轮报价： 下浮 50 %。

最终报价： 下浮 50 %。

## 五、合同主要条款

(一) 服务内容及要求

### 1. 强制检定项目清单

序号	一级目录	二级目录	监管方式	强检方式	强检范围及说明
1	体温计	体温计	型式批准 强制检定	玻璃体温计只做型式批准和首次强制检定，失准报废；其他体温计周期检定	用于医疗卫生：医疗机构对人体温度的测量
2	非自动衡器	非自动衡器	型式批准 强制检定	周期检定	用于贸易结算：商品、包裹、行李、粮食等的称



					重
3	自动衡器	动态汽车衡 (车辆总重 计量)	型式批准 强制检定	周期检定	用于安全防护: 车辆超限超载的 称重 用于贸易结算: 商品的称重
4	轨道衡	轨道衡	型式批准 强制检定	周期检定	用于贸易结算: 商品的称重
5	计量罐	铁路计量罐 (车)	强制检定	周期检定	用于贸易结算: 液体容积的测量
		船舶液货计 量舱(供油 船舶计量 舱、船舶污 油舱、污水 舱、运输船 舶计量舱 5000 载重 吨以下)	强制检定	周期检定	用于贸易结算: 原油、成品油及 其他液体或固体 容积的测量
		立式金属罐	强制检定	周期检定	用于贸易结算: 液体容积的测量
6	称重传感器	称重传感器	型式批准	——	——
7	称重显示器	称重显示器	型式批准	——	——
8	加油机	燃油加油机	型式批准 强制检定	周期检定	用于贸易结算: 成品油流量的测 量
9	加气机	液化石油气 加气机	型式批准 强制检定	周期检定	用于贸易结算: 石油气流量的测 量
		压缩天然气 加气机	型式批准 强制检定	周期检定	用于贸易结算: 天然气流量的测 量
		液化天然气 加气机	型式批准 强制检定	周期检定	用于贸易结算: 天然气流量的测

✓



					量
10	水表	水表 DN15~DN50	型式批准 强制检定	工业用：周期检定 生活用：首次强制检定，限期使用，到期轮换	用于贸易结算： 用水量的测量
11	燃气表	燃气表 G1.6~G16	型式批准 强制检定	工业用：周期检定 生活用：首次强制检定，限期使用，到期轮换	用于贸易结算： 煤气（天然气） 用量的测量
12	热能表	热能表 DN15~DN50	型式批准 强制检定	周期检定	用于贸易结算： 用热量的测量
13	流量计	流量计（口径范围 DN300 及以下）	型式批准 强制检定	周期检定	用于贸易结算： 液体、气体、蒸汽流量的测量
14	血压计(表)	无创自动测量血压计	型式批准 强制检定	周期检定	用于医疗卫生： 医疗机构对人体 血压的测量
		无创非自动测量血压计	型式批准 强制检定	周期检定	用于医疗卫生： 医疗机构对人体 血压的测量
15	眼压计	眼压计	型式批准 强制检定	周期检定	用于医疗卫生： 医疗机构对人体 眼压的测量
16	压力仪表	指标类压力表、显示类 压力表	型式批准 强制检定	周期检定	用于安全防护： 1. 电站锅炉主气包和给水压力的 测量；2. 固定式 空压机风仓及总管压力的测量； 3. 发电机、气轮机 油压及机车压



					力的测量；4. 带报警装置压力的测量；5. 密封增压容器压力的测量；6. 有害有毒、腐蚀性严重介质压力的测量
17	机动车测速仪	机动车测速仪	型式批准强制检定	周期检定	用于安全防护：机动车行驶速度的监测
18	出租汽车计价器	出租汽车计价器	型式批准强制检定	周期检定	用于贸易结算：出租汽车计时计里程的测量
19	电能表	电能表	型式批准强制检定	工业用：周期检定 生活用：首次强制检定，限期使用，到期轮换或根据表计状态延期	用于贸易结算：用电量的测量
20	声级计	声级计	型式批准强制检定	周期检定	用于环境监测：噪声的测量
21	听力计	纯音听力计	型式批准强制检定	周期检定	用于医疗卫生：医疗机构对人体听力的测量
		阻抗听力计	型式批准强制检定	周期检定	用于医疗卫生：医疗机构对人体听力的测量
22	焦度计	焦度计	型式批准强制检定	周期检定	用于医疗卫生：医疗机构、眼镜制配场所对眼镜镜片焦度的测量
23	验光仪器	验光仪、综合验光仪	型式批准强制检定	周期检定	用于医疗卫生：医疗机构、眼镜





					制配场所对验光使用
		验光镜片箱	型式批准 强制检定	周期检定	用于医疗卫生： 医疗机构、眼镜 制配场所对验光 使用
		角膜曲率计	型式批准 强制检定	周期检定	用于医疗卫生： 医疗机构、眼镜 制配场所测量角 膜曲率使用
24	糖量计	糖量计	型式批准 强制检定	周期检定	用于贸易结算： 制糖原料含糖量 的测量
25	烟尘粉尘测 量仪	烟尘采样器	型式批准	——	——
		粉尘采样器	型式批准	——	——
		粉尘浓度测 量仪	型式批准	——	——
26	颗粒物采样 器	颗粒物采样 器	型式批准	——	——
27	大气采样器	大气采样器	型式批准	——	——
28	透射式烟度 计	透射式烟度 计	型式批准 强制检定	周期检定	用于环境监测： 柴油发动机排放 污染物的测量
29	水分测定仪	烘干法水分 测定仪	型式批准 强制检定	周期检定	用于贸易结算： 水分的测量
		电容法和电 阻法谷物水 分测定仪	型式批准 强制检定	周期检定	用于贸易结算： 谷物水分的测量
		原棉水分测 定仪	型式批准 强制检定	周期检定	用于贸易结算： 水分的测量
30	呼出气体酒 精含量检测 仪	呼出气体酒 精含量检测 仪	型式批准 强制检定	周期检定	用于安全防护： 对机动车司机是 否酒后开车的监 测







31	谷物容重器	谷物容重器	强制检定	周期检定	用于贸易结算： 谷物收购时定等 定价每升重量的 测量
32	乳汁计	乳汁计	强制检定	周期检定	用于贸易结算： 乳汁浓度和密度 的测量
33	电动汽车充 电桩	电动汽车交 (直)流充电 桩/非车载 直流充电机	强制检定	周期检定	用于贸易结算： 向社会提供充电 服务的电动汽车 充电桩充电量的 测量
34	放射治疗用 电离室剂量 计	放射治疗用 电离室剂量 计	强制检定	周期检定	用于医疗卫生： 医疗机构对人体 放射剂量的测量
35	医用诊断 X 射线设备	医用诊断 X 射线设备	强制检定	周期检定	用于医疗卫生： 医疗机构对人体 进行辐射诊断和 治疗
36	医用活度计	医用活度计	强制检定	周期检定	用于医疗卫生： 医疗机构以放射 性核素进行诊断 和治疗的核素活 度的测量
37	心脑电测量 仪器	心电图仪	强制检定	周期检定	用于医疗卫生： 医疗机构对人体 心电位的测量
		脑电图仪	强制检定	周期检定	用于医疗卫生： 医疗机构对人体 脑电位的测量
		多参数监护 仪	强制检定	周期检定	用于医疗卫生： 医疗机构对人体 心电、脉搏、血 氧饱和等测量



38	电力测量用互感器	电力测量用互感器	500kv (含) 以下型式批准、强制检定； 500kv 以上型式批准	周期检定	用于贸易结算： 作为电能表的配套设备，对用电量的测量
39	测绘仪器	手持式激光测距仪	型式批准	---	---
		全站仪	型式批准	---	---
		测地型 GNSS 接收机	型式批准	---	---
40	有毒有害、易燃易爆气体检测（报警）仪	二氧化硫气体检测仪	型式批准	---	---
		硫化氢气体分析仪	型式批准	---	---
		一氧化碳检测报警器	型式批准	---	---
		一氧化碳二氧化碳红外线气体	型式批准	---	---
		烟气分析仪	型式批准	---	---
		化学发光法氮氧化物分析仪	型式批准	---	---
		甲烷测定器	型式批准	---	---

## 2. 服务量

领域	行业	单位数（家）	器具数（台件）
三医项目	制药厂	2	59
	大型医院	52	4764
	区级医院		





	卫生院		
	卫生站		
	社会医院		
	医学检测		
	眼镜店	48	186
	药店	59	135
	学校	1	5
	食品卫生	40	694
商品零售	集贸市场	17	3673
	超市	164	551
	加油、加气站	47	1423
	水电气三表	3	41421
	出租车	2	112
交通物流	高速公路	3	28
	石油化工	38	2015
	汽车	10	1547
工业企业	轻工业制造	45	2367
	检测机构	4	60
	餐饮	21	31
其他服务	其他	191	3753
合计		747	62824

注：由于本项目强检计量器具数量具有不确定性，以上数据仅作为报价时参考，最终结算时以实际完成检定量为基数，成交供应商提供详细结算清单由采购人审核确认为准。

### 3. 工作范围

青白江区行政区域内的社会公用计量标准器具；部门和企业、事业单位使用的最高计量标准器具；用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测方面，并列入《实施强制管理的计量器具目录》且监管方式为“强制检定”和“型式批准、强制检定”的工作计量器具（详见《实施强制管理的计量器具目录》）。



#### 4. 服务内容

为采购人搭建好计量检定技术平台，并为其开展以下服务：

4.1 负责采购人行政区域内所有强制检定计量器具的检定工作。

4.2 负责汇总采购人行政区域内强制检定计量器具备案表并及时上报给采购人，采购人对上报的备案表进行审核。

4.3 每月上报采购人区域内强制检定计量器具的检定工作情况。

4.4 每月向采购人提供辖区内强制检定计量器具检定不合格情况，形成书面上报材料（需包含检定情况及不合格检定情况、检定不合格情况原因分析、改进建议等）。

4.5 负责提供采购人在行政区域内的实施计量监督管理需要的计量技术支撑。

4.6 负责协助采购人完成在行政区域内的实施计量监督管理需要的宣传培训工作。

#### 5. 服务要求

5.1 供应商在提供强制检定计量器具服务时不得向受检方收取费用。

5.2 供应商应符合 JJF1069《法定计量机构考核规范》、JJF1033《计量标准考核规范》的要求；

5.3 供应商的检定工作应依据相关的计量检定规程并出具计量检定证书，按照检定周期和计划，周密组织实施；

5.4 供应商须每月汇总强制检定计量器具检定情况，提交检定不合格企业名单及计量器具信息报采购人；



5.5 供应商须配合采购人进行计量器具的监督检查工作；

5.6 供应商须搭建合理的信息交流平台，保证检定数据的信息畅通，数据共享。

## 6. 其他要求

6.1 成交后设立强制检定计量器具检定业务受理大厅，安排不少于4名专职人员办理采购人辖区内企业的强制检定计量器具检定业务。

6.2 为采购人辖区内企业提供强制检定计量器具的上门检定服务。

6.3 根据采购人安排，在采购人辖区内开展计量惠民宣传活动，具体活动内容和时间由采购人与成交供应商另作商定。

6.4 根据采购人安排，为采购人管辖范围内企业进行相关计量法律法规或计量管理等方面的培训，具体活动内容、时间和方式由采购人与成交供应商另作商定。

## 7. 成果要求

7.1 供应商在检定工作完成后，应在15日内通知强制检定计量器具使用单位领取检定证书（或检定结果通知书），并做好记录备查。供应商每月初向采购人提交上一月完成的强制检定计量器具检定工作量产值报表（电子版）等材料，以便采购人监督和考核。

7.2 交付内容：强制检定计量器具备案表（电子或纸质）、强制检定计量器具检定情况统计表（电子、纸质）、强制检定情况分析报告（电子、纸质）等。



### (三) 商务要求

1. 服务期限：2021年12月31日前完成当年全部强制检定工作。
2. 付款方式：成交供应商在完成全年检定任务后，向采购人报送纸质版检定证书，经采购人验收合格后，支付检定费用（采购人付款前供应商须出具合法有效完整的完税发票及相关凭证资料，采购人在收到相关资料后30个工作日内支付）。
3. 验收办法：成交供应商与采购人应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）并参照《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》（川财采〔2015〕32号）的要求进行验收。
4. 验收标准：采购人和成交供应商按国家相关标准、行业标准、单一来源文件的相关要求和供应商响应文件进行验收。

### 六、协商小组成员有不同意见的说明

本成员对协商过程和协商结果有不同意见，特说明如下：

无。

协商小组组长签字： 姚东

协商小组成员签字： 谭金金 陈朝翔

监督代表签字： 邱兵

2021年7月1日