

# 成都石油化学工业园区水气土协同预警体系建设项目（第二次） 更正公告（1）

致各潜在供应商：

成都石油化学工业园区水气土协同预警体系建设项目（第二次）（项目编号：  
510101202101130）采购文件作如下更正：

（一）、【原】招标文件第六章 二、技术、服务要求 P160

表 氨氮水质在线自动监测仪基本检测范围性能指标

▲14 实际水样比对实验	COD <sub>Cr</sub> <2.0mg/L	≤0.2mg/L
	COD <sub>Cr</sub> ≥2.0mg/L	≤10%

【更正为】： 二、技术、服务要求 P160

表 氨氮水质在线自动监测仪基本检测范围性能指标

▲14 实际水样比对实验	NH <sub>3</sub> -N<2.0mg/L	≤0.2mg/L
	NH <sub>3</sub> -N≥2.0mg/L	≤10%

（二）、投标截止时间和开标时间更正为：2021年9月22日10时00分（北京时间）

（三）、招标文件其他内容不变。招标文件以最后发出的更正后的招标文件为准。

由此带来的不便请各潜在供应商谅解。



成都千一工程项目咨询有限公司

2021年09月03日