

## 更正公告（1）

致各潜在投标人：

1、将投标文件第一章投标邀请第八条投标截止时间和开标时间更正如下：原投标截止时间和开标时间：2022年2月21日10:00（北京时间）更正为：投标截止时间和开标时间：2022年2月21日10:00（北京时间）。

2、将投标文件第二章投标人须知 第一、投标人须知附表中第11项投标截止时间更正如下：原投标截止时间：2022年2月18日10:00（北京时间）更正为：投标截止时间：2022年2月21日10:00（北京时间）。

3、将投标文件第八章采购项目技术、服务及其他商务要求中的第二 服务要求及考核标准中第（五）条现有在线检测设备数量更正如下：

序号	设备名称	数量	计量单位
1	COD水质在线自动监测仪	24	台
2	氨氮水质在线自动监测仪	29	台
3	总磷水质在线自动监测仪	5	台
4	总氮水质在线自动监测仪	0	台
5	超声波明渠流量计	22	台
6	数据采集传输仪	25	台
合计		105	台

更正为:

序号	设备名称	数量	计量单位
1	COD 水质在线自动监测仪	24	台
2	氨氮水质在线自动监测仪	29	台
3	总磷水质在线自动监测仪	5	台
4	总氮水质在线自动监测仪	0	台
5	超声波明渠流量计	22	台
6	数据采集传输仪	25	台
合计		105	台

备注：上述设备目前正在运营中，中标人**进场前**应对现有设备进行**检查**，**检查结果**合格的由采购人移交给中标人投入本项目运营；若**检查结果**不满足相关规范及行业标准要求的，由现有维护单位负责维修及更换零部件，满足使用功能要求后，移交中标人投入本项目运营。

4、磋商文件其他内容不变。

采购招标代理：中硕工程项目管理（成都）有限公司

2022年2月14日

