

# 成都市公安局 2021 年度 DNA 实验室试剂耗材采购项目

## 变更函

各投标人：

四川联投招标代理有限公司受成都市公安局的委托，对成都市公安局 2021 年度 DNA 实验室试剂耗材采购项目（采购编号：510101202101325）以公开招标采购方式组织政府采购，于 2021 年 10 月 22 日在四川政府采购网上发布了项目采购公告。现根据项目具体情况，对本项目做出如下更正：

一、将第六章第一包案件试剂耗材（一）采购清单第 34、35 项补充数量单位为“盒”；

二、将第六章第一包案件试剂耗材（二）技术参数要求 1、STR 复合扩增试剂盒（一）中“★9、试剂盒型号已加入全国公安机关 DNA 数据库数据（导入界面，试剂盒型号选择菜单须提供截图证明）”变更为“试剂盒型号已加入全国公安机关 DNA 数据库。（数据导入界面，试剂盒型号选择菜单须提供截图证明）”；

三、将第六章第一包案件试剂耗材（二）技术参数要求 3、STR 复合扩增试剂盒（二）中“▲1、单管同时扩增至少 30 个基因座，试剂盒必须包含如下位点：D18S51、D21S11、D3S1358、FGA、D8S1179、vWA、CSF1P0、D16S539、D7S820、D13S317、D5S818、D2S1338、D19S433、TH01、TPOX、D6S1043、PentaD、PentaE、D12S391、D1S1656、D2S441、D22S1045、D10S1248、D8S1132、D15S659、D3S3045、D19S253、D6S477、D10S1435、Amelogenin，试剂盒符合“全国公安机关查找被拐卖/失踪儿童 DNA 数据库”基因座的最新要求”变更为“▲1、单管同时扩增至少 30 个基因座，试剂盒必须包含如下位点：D18S51、D21S11、D3S1358、FGA、D8S1179、vWA、CSF1P0、D16S539、D7S820、D13S317、D5S818、D2S1338、D19S433、TH01、TPOX、D6S1043、PentaD、PentaE、D12S391、D1S1656、D2S441、D22S1045、D10S1248、D8S1132、D15S659、D3S3045、D19S253、D6S477、D10S1435、Amelogenin，试剂盒符合“全国公安机关查找被拐卖/失踪儿童 DNA 数据库”基因座的要求”；



四、将第六章第一包案件试剂耗材（二）技术参数要求 11、Y STR 复合扩增试剂盒（三）中“★7、试剂盒型号已加入全国公安机关 DNA 数据库数据（导入界面，试剂盒型号选择菜单须提供截图证明）”变更为“★7、试剂盒型号已加入全国公安机关 DNA 数据库。（数据导入界面，试剂盒型号选择菜单须提供截图证明）”；

五、将第六章第二包建库试剂耗材（二）技术参数要求 1、STR 复合扩增试剂盒（1）中“★5、试剂盒型号已加入全国公安机关 DNA 数据库数据（导入界面，试剂盒型号选择菜单须提供截图证明）”变更为“★5、试剂盒型号已加入全国公安机关 DNA 数据库。（数据导入界面，试剂盒型号选择菜单须提供截图证明）”；

六、将第六章第二包建库试剂耗材（二）技术参数要求 18、STR 复合扩增试剂盒（2）中“★4、试剂盒型号已加入全国公安机关 DNA 数据库数据（导入界面，试剂盒型号选择菜单须提供截图证明）”变更为“★4、试剂盒型号已加入全国公安机关 DNA 数据库。（数据导入界面，试剂盒型号选择菜单须提供截图证明）”；

七、招标文件其余内容不变，特此通知。

四川联投招标代理有限公司

2021年10月28日

