

成都市双流区黄水镇卫生院2021年医疗设备采购项目（第二次）采购项目资格审查表

项目编号：双流政采（2021）B0461号

采购项目编号（川网）：510122202100325

包件号1

序号	投标人名称	1.1 具有独立承担民事责任的能力。（注：①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证的营业执照”；②若事业法人：提供“统一社会信用代码法人证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若其他组织：提供“对应主管部门颁发的执业证明文件或营业执照”）	1.2 具备良好的商业信誉证明（可承诺函，详见第三章）注：供应商在参加政府采购活动前，被纳入工商、税务部门、银行、认定的失信名单且在有效期内，或在政府采购合同履约过程中其他经营活动中依法被有关部门（处理）的，本项目不具有	1.3 具备健全的财务会计制度的证明材料；注：①可提供2019或2020年度经审计的财务报告（审计报告和审计中所涉及的财务报表和附注），②也可提供2019或2020年度供应商内部的财务报表（至少资产负债表），③也可提供截至投标文件递交日一年内出具的资信证明（复印件），④供应商注册时截至投标文件递交日一	1.4 具有依法缴纳税收和社会保障的良好记录（可承诺函，详见第三章）；	1.5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（可承诺函，详见第三章）；	1.6 参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录（格式详见第三章）；注：“参加本政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录”即因违法经营受到刑事处罚或者责令停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚中，较大数额是指：采购项目所属行业主管部门对大额罚款标准规定的，以行业主管部门规定的较大数额罚款	1.7 具备法律法规规定的其他条件（可承诺函，详见第三章）；	4、采购人/采购代理机构通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在公告发布前信用记录并截图保存，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加本项目的采购活动（以联合体形式参加本项采购活动，联合体成员存在信用	2.1 若投标产品中有医疗器械的，医疗器械注册证、医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证/备案证。2.2 投标产品属于消毒产品、消毒产品，产品须具备《消毒产品安全评价》案（投	评审结论
----	-------	---	--	---	-------------------------------------	--------------------------------------	---	--------------------------------	---	---	------

		照”； ④若为人 ：提供 “身份 证明材 料”。 以上均 提供复 印件） ；	好的商 业信 誉。 。	，也供 工案部 章司复 印的， 可加盖 主管部 门的公 章印 件。}			金额标 准；若 项目行 政主管 部门对 较多数 额标准 未明文 规定的 ，以四 省人民 政府规 定的行 政处罚 听证金 额标准 为准。		录的， 视同联 存不良 记录） 。（此 由采购 人或代 理机构 查询， 投不证 明材料 提供材 料）	、产新 品生产 须提供 有效生 卫许可 件）。	
1	四川正 上泰成 贸易有 限公司	√	√	√	√	√	√	√	√	√	符合
2	成都益 丹医药 有限公 司	√	√	√	√	√	√	√	√	√	符合
3	成都芸 牧医疗 器械有 限公司	√	√	未提供 有效的 年度财 务报表 。	√	√	√	√	√	1、除 颤仪开 览规格 与注册 证不符 。 2、未 提供医 疗器械 经营许 可证或 备案凭 证。 3、壁 挂式空 气消毒 机、移 动式空 气消毒 机未提 供的产 品卫生 安全报 告。	不符合
4	成都圆 浩贸易 有限责任 公司	√	√	√	√	√	√	√	√	√	符合

注：审查内容符合规定的，在相应栏目划“√”；不符合规定的，在相应的栏目注明原因。是否通过审查在相应栏目划“√”。

签字：

支祥弘 黄隆

资格审查记录表

项目编号	双流政采(2021) B0461号	项目名称	成都市双流区黄水镇卫生院2021年医疗设备采购项目（第二次）
采购方式	公开招标	开标时间	2021-11-24 14:30:00
资格审查人员	资格审查小组	开标地点	开标室3开标室3
序号	供应商	资格审查情况	情况说明
1	四川正上泰成贸易有限公司	符合	
2	成都益丹医药有限公司	符合	
3	成都芸牧医疗器械有限公司	不符合	3. 未提供有效的年度财务报表。;9. 1、除颤仪开标一览表规格型号与注册证不符。 2、未提供医疗器械经营许可证或备案凭证。 3、壁挂式空气消毒机、移动式空气消毒机未提供完整的消毒产产品卫生安全评价报告。 3. 未提供年度财务报表;9. 1.除颤仪型号与注册证不一致 2.未提供医疗器械经营许可/备案凭证 3.壁挂式空气消毒机、移动式空气消毒机未提供完整的消毒产品卫生安全评价报告
4	成都圆浩贸易有限责任公司	符合	

签名：

支祥弘 黄德

成都市双流区黄水镇卫生院2021年医疗设备采购项目（第二次）采购项目符合性审查表

项目编号：双流政采（2021）B0461号

采购项目编号（川网）：510122202100325

包件号1

									5.2 利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人					16.1 本项目投标有效期为投标截止时间届满后90天（投标有效期从提交投标文件的截止之日起算）。投标人投标文件									
												13.1 投标											

评标委员会认为投标人



3 8. 投标人有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：（1）不同投标人的投

2 8. 合同转包本采购项目严禁中标人

2 7. 1 本项目合同

中必须载明投标有效期，投标文件中载明的投标有效期可以长于招标文件规定的期限，但不得短于招标文件规定的期限。否则，其投标文件将作为无效投标处理。1 6. 2 因不可抗力

2、本次招标报价要求

人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它

为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能由供应商确定其中一家符合条件的供应商参加后续的政府采购活动，否则，其投标文件作为无效处理

5. 1 提供相同品牌产品处理。5. 1. 1 非单一产品采购项目中，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。多家投标人提供的任一核心

一、节能、环保产品政府采购政策：根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财

的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标

评审结论

(一) 投标文件组成明显不符合招标文件的规定要求, 影响评标委员会评判的; (二) 投标文件未按招标文件第二章17.2条

2、本次招标报价要求: (2) 投标人每种货物只允许有一个报价, 并且在合同履行过程中是固定不变的, 任何有选择或可调整的报价将

所有商务要求

国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准、资质条件等有强制性规定的, 必须符合其要求

30.1 中标人应在合同签订之前交纳招标文件规定数额的履约保证金。30.2 如果中标人在规定的合同签订时间内, 没有按照招标文件的规定交纳履约保

事件, 采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的, 不得再参与该项目后续采购活动, 但由此给投标人造成的损失, 采购人可以自

本次招标项目的投标均以人民币报价。

除招标文件中另有规定外, 本次采购项目所有合同项下的投标均采用国家法定的计量单位。

5.3 前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商, 不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构

投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。

☒ 本项目不允许联合体参加

☒ 本项目不接受合同分包。

库(2019)9号)相关要求, 依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目采购的产品属于品目清单范围的, 依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之

本项目采购预算为44.07万元超过采购预算的投标为无效投标。本项目最高限价详见招标文件第一章“招标项目简介”超过任意设备品

供应商名称

序号

求盖电子印章的；

以标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（5）不同投标人的投标文件相互混装；（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。予以接受，并按无效投标处理。

证金，且又无正当理由的，将视为放弃中标。

府采购合同的另一方当事人的行为。中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

用章等）或下属单位印章代替。

主决定是否可以给予适当补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。1.6.3 因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标品牌同一型号相同配置的产品报价与其在中国境内其他地方的最低报价比例不得高于20%。

成果，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。1.3.4 如采用投标

机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等。投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人

内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。本项目采购的产品属于品目清单强制采购范围的，供应商应按上述要求提供产品认证证书口产品”的产品，不限制国产产品参与竞争。

以会要求的时间通过政府采购云平台进行递交，否则无效（给予供应商澄清、说明的时间不得少于30分钟，供应商已明确表示澄清、说明完毕的除外）。如因系统故障（包括组如取高限价的报价为无效投标。

有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人应当予以赔偿或者合理补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

实质性内容条款的，视为为采购项目提供规范编制。5.4 利害关系代理人处理。2 家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

复印件并加盖供应商单位公章，否则投标无效。

场所停电、断网等）导致系统无法使用的，由投标人按评标委员会的要求进行澄清或者说明。

[Handwritten signature]

符合性评审汇总表

项目编号	双流政采(2021)B0461号	项目名称	成都市双流区黄水镇卫生院 2021年医疗设备采购项目(第二次)
采购方式	公开招标	开标时间	2021-11-24 14:30:00
符合性审查人员		开标地点	开标室3开标室3
序号	供应商	符合性情况	情况说明
1	四川正上泰成贸易有限公司	符合	
2	成都益丹医药有限公司	符合	
3	成都圆浩贸易有限责任公司	符合	

签名:



技术商务资信评分明细（唐棣）

项目名称：成都市双流区黄水镇卫生院2021年医疗设备采购项目（第二次）（双流政采（2021）B0461号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	四川正上泰成贸易有限公司	成都益丹医药有限公司	成都圆浩贸易有限责任公司
----	------	--------	------	--------------	------------	--------------

1	技术	<p>1、投标人针对一般技术参数条款的响应得分规则如下：（一般技术参数条款是指：标注“★”的条款除外）</p> <p>一般技术参数条款响应得分=（投标人满足一般技术参数条款的数量÷对应包件中一般技术参数条款的总数量）×10分。其中一般参数共167条。</p> <p>2、投标人针对“★”技术参数条款的响应得分规则如下：</p> <p>“★”技术参数条款响应得分=（投标人满足“★”技术参数条款的数量÷对应包件中“★”技术参数条款的总数量）×50分，“★”技术参数条款共15条。</p> <p>注：</p> <p>①针对“★”条款的技术响应，投标人需提供技术支撑材料（如产品检测报告复印件或制造厂家参数证明复印件或产品厂家官网最新参数证明截图等），但如果“★”技术条款对技术支撑材料有要求，应按要求提供，否则对应技术参数条款将视为不满足。</p> <p>②针对一般条款的技术响应，如果技术条款对技术支撑材料有要求，应按要求提供，否则对应技术参数条款将视为不满足。</p> <p>③得分保留小数点后两位小数，四舍五入。投标人须认真核实所有技术支持资料，并对其在投标文件中提供的技术支持资料的真实性负责，并承担由此带来的一切法律责任和后果。</p>	0-60	42.61 5项重点参数负偏离，12项一般参数负偏离	60	47.9 3项重点参数负偏离，35项一般参数负偏离
---	----	---	------	-------------------------------	----	------------------------------

2	其他(共同评审)	投标人2018年1月1日至投标文件递交截止之时，每具有一个与本项目类似的项目业绩得2分，最多得8分。 注：提供中标（成交）通知书或合同复印件，并加盖投标人鲜章，否则不予认定。	0-8	0 无有效业绩	8	2 1项业绩
合计			0-68	42.61	68	49.9

专家（签名）：



技术商务资信评分明细（陈联平）

项目名称：成都市双流区黄水镇卫生院2021年医疗设备采购项目（第二次）（双流政采（2021）B0461号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	四川正上泰成贸易有限公司	成都益丹医药有限公司	成都圆浩贸易有限责任公司
----	------	--------	------	--------------	------------	--------------



1	技术	<p>1、投标人针对一般技术参数条款的响应得分规则如下：（一般技术参数条款是指：标注“★”的条款除外）</p> <p>一般技术参数条款响应得分=（投标人满足一般技术参数条款的数量÷对应包件中一般技术参数条款的总数量）×10分。其中一般参数共167条。</p> <p>2、投标人针对“★”技术参数条款的响应得分规则如下：</p> <p>“★”技术参数条款响应得分=（投标人满足“★”技术参数条款的数量÷对应包件中“★”技术参数条款的总数量）×50分，“★”技术参数条款共15条。</p> <p>注：</p> <p>①针对“★”条款的技术响应，投标人需提供技术支撑材料（如产品检测报告复印件或生产厂家参数证明复印件或产品厂家官网最新参数证明截图等），但如果“★”技术条款对技术支撑材料有要求，应按要求提供，否则对应技术参数条款将视为不满足。</p> <p>②针对一般条款的技术响应，如果技术条款对技术支撑材料有要求，应按要求提供，否则对应技术参数条款将视为不满足。</p> <p>③得分保留小数点后两位小数，四舍五入。投标人须认真核实所有技术支持资料，并对其在投标文件中提供的技术支持资料的真实性负责，并承担由此带来的一切法律责任和后果。</p>	0-60	42.61 5个“★”技术条款负偏离，12个非“★”技术条款负偏离。	60	47.9 3个“★”技术条款负偏离，35个非“★”技术条款负偏离。
---	----	---	------	---------------------------------------	----	--------------------------------------

2	其他(共同评审)	投标人2018年1月1日至投标文件递交截止之时，每具有一个与本项目类似的项目业绩得2分，最多得8分。 注：提供中标（成交）通知书或合同复印件，并加盖投标人鲜章，否则不予认定。	0-8	0 无有效业绩。	8	2 1个业绩。
合计			0-68	42.61	68	49.9

专家（签名）：



技术商务资信评分明细（沈丹丽）

项目名称：成都市双流区黄水镇卫生院2021年医疗设备采购项目（第二次）（双流政采（2021）B0461号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	四川正上泰成贸易有限公司	成都益丹医药有限公司	成都圆浩贸易有限责任公司
----	------	--------	------	--------------	------------	--------------

1	技术	<p>1、投标人针对一般技术参数条款的响应得分规则如下：（一般技术参数条款是指：标注“★”的条款除外） 一般技术参数条款响应得分=（投标人满足一般技术参数条款的数量÷对应包件中一般技术参数条款的总数量）×10分。其中一般参数共167条。</p> <p>2、投标人针对“★”技术参数条款的响应得分规则如下： “★”技术参数条款响应得分=（投标人满足“★”技术参数条款的数量÷对应包件中“★”技术参数条款的总数量）×50分，“★”技术参数条款共15条。</p> <p>注： ①针对“★”条款的技术响应，投标人需提供技术支撑材料（如产品检测报告复印件或制造厂家参数证明复印件或产品厂家官网最新参数证明截图等），但如果“★”技术条款对技术支撑材料有要求，应按要求提供，否则对应技术参数条款将视为不满足。 ②针对一般条款的技术响应，如果技术条款对技术支撑材料有要求，应按要求提供，否则对应技术参数条款将视为不满足。 ③得分保留小数点后两位小数，四舍五入。投标人须认真核实所有技术支持资料，并对其在投标文件中提供的技术支持资料的真实性负责，并承担由此带来的一切法律责任和后果。</p>	0-60	42.61 5个*负偏，12个非*负偏五角星	60	47.9 3个*负偏，35个非*负偏
---	----	---	------	---------------------------	----	-----------------------

2	其他(共同评审)	投标人2018年1月1日至投标文件递交截止之时，每具有一个与本项目类似的项目业绩得2分，最多得8分。 注：提供中标（成交）通知书或合同复印件，并加盖投标人鲜章，否则不予认定。	0-8	0 无有效业绩	8	2 1个业绩
合计			0-68	42.61	68	49.9

专家（签名）： 

技术商务资信评分明细（杨利）

项目名称：成都市双流区黄水镇卫生院2021年医疗设备采购项目（第二次）（双流政采（2021）B0461号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	四川正上泰成贸易有限公司	成都益丹医药有限公司	成都圆浩贸易有限责任公司
----	------	--------	------	--------------	------------	--------------

1	技术	<p>1、投标人针对一般技术参数条款的响应得分规则如下：（一般技术参数条款是指：标注“★”的条款除外）</p> <p>一般技术参数条款响应得分=（投标人满足一般技术参数条款的数量÷对应包件中一般技术参数条款的总数量）×10分。其中一般参数共167条。</p> <p>2、投标人针对“★”技术参数条款的响应得分规则如下：</p> <p>“★”技术参数条款响应得分=（投标人满足“★”技术参数条款的数量÷对应包件中“★”技术参数条款的总数量）×50分，“★”技术参数条款共15条。</p> <p>注：</p> <p>①针对“★”条款的技术响应，投标人需提供技术支撑材料（如产品检测报告复印件或制造厂家参数证明复印件或产品厂家官网最新参数证明截图等），但如果“★”技术条款对技术支撑材料有要求，应按要求提供，否则对应技术参数条款将视为不满足。</p> <p>②针对一般条款的技术响应，如果技术条款对技术支撑材料有要求，应按要求提供，否则对应技术参数条款将视为不满足。</p> <p>③得分保留小数点后两位小数，四舍五入。投标人须认真核实所有技术支持资料，并对其在投标文件中提供的技术支持资料的真实性负责，并承担由此带来的一切法律责任和后果。</p>	0-60	42.61 5★12非★	60	47.9 3个★35个★
---	----	---	------	-----------------	----	-----------------

2	其他(共同评审)	<p>投标人2018年1月1日至投标文件递交截止之时，每具有一个与本项目类似的项目业绩得2分，最多得8分。</p> <p>注：提供中标（成交）通知书或合同复印件，并加盖投标人鲜章，否则不予认定。</p>	0-8	0 wu	8	2 1个业绩
合计			0-68	42.61	68	49.9

专家（签名）：




技术商务资信评分明细（喻梅）

项目名称：成都市双流区黄水镇卫生院2021年医疗设备采购项目（第二次）（双流政采（2021）B0461号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	四川正上泰成贸易有限公司	成都益丹医药有限公司	成都圆浩贸易有限责任公司
2	其他(共同评审)	<p>投标人2018年1月1日至投标文件递交截止之时，每具有一个与本项目类似的项目业绩得2分，最多得8分。</p> <p>注：提供中标（成交）通知书或合同复印件，并加盖投标人鲜章，否则不予认定。</p>	0-8	0 无有效业绩	8	2 1个
3	政策合同	<p>投标人所投产品中每有一项属于节能产品政府采购品目清单中优先采购范围的得0.5分；每有一项属于环境标志产品政府采购品目清单中优先采购范围的得0.5分；每有一项为无线局域网产品政府采购清单中的产品的得0.5分。本项共2分。</p> <p>注：</p> <p>1、可重复计分；</p> <p>2、本项目采购的产品中属于节能产品或环境标志产品政府采购品目清单中强制采购范围的，不属于本项评分范围。</p> <p>3、投标人所投产品属于节能产品或环境标志产品政府采购品目清单中优先采购范围的，应当在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书复印件并加盖供应商公章（鲜章），否则不予给分。</p> <p>4、投标人所投产品属于优先采购范围内的无线</p>	0-2	0 无	0 无	0 无

	<p>局域网产品的，需提供《中国政府采购网》公布的无线局域网产品政府采购清单封面及对应页并加盖供应商单位公章（鲜章）。</p> <p>注：节能产品、环境标志产品优先采购范围以品目清单为准。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。无线局域网产品优先采购范围以中国政府采购</p>				
合计		0-10	0	8	2

专家（签名）：



技术商务资信评分汇总表

项目名称：成都市双流区黄水镇卫生院2021年医疗设备采购项目（第二次）（双流政采（2021）B0461号）

序号	投标人名称	评审委员会评审						法律类评审			技术类评审					总得分		
		唐棣	杨利	陈联平	喻梅	沈丹丽	评委评审得分	评委评审平均分	喻梅	法律类评审得分	法律类评审平均分	唐棣	杨利	陈联平	沈丹丽	技术类评审得分	技术类评审平均分	
1	成都浩圆贸易有限责任公司	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	10.00 000 0	2.000 0	0.0	0.000 00 0	0.000 0	47.9	47.9	47.9	47.9	191.6 0000 00	47.90 00	78.35
2	成都益医药有限公司	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	40.00 000 0	8.000 0	0.0	0.000 00 0	0.000 0	60.0	60.0	60.0	60.0	240.0 0000 00	60.00 00	98.0
3	四川正上泰成贸易有限公司	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000 00 0	0.000 0	0.0	0.000 00 0	0.000 0	42.61	42.61	42.61	42.61	170.4 4000 00	42.61 00	70.71

评审专家（签名）：



得分汇总表

项目名称：成都市双流区黄水镇卫生院2021年医疗设备采购项目（第二次）（双流政采（2021）B0461号）

序号	供应商	投标总价(万元)	技术商务资信得分	报价分	总得分	排名	是否推荐成交
1	成都益丹医药有限公司	40.41万元	68.0	30.0	98.0	1	√
2	成都圆浩贸易有限责任公司	42.61万元	49.9	28.45	78.35	2	√
3	四川正上泰成贸易有限公司	43.145万元	42.61	28.1	70.71	3	√

评审专家（签名）：
   2021年11月24日

政府采购项目评审报告

一、采购项目基本情况

- 1、采购组织机构：四川国际招标有限责任公司
- 2、项目名称：成都市双流区黄水镇卫生院2021年医疗设备采购项目（第二次）
- 3、项目编号：双流政采（2021）B0461号
- 4、采购内容：成都市双流区黄水镇卫生院医疗设备
- 5、开标地点：开标室3开标室3
- 6、采购单位：成都市双流区黄水镇卫生院
- 7、预算执行确认书编号：(2021)0887号
- 8、采购预算金额：44.07(万元)
- 9、采购方式：公开招标
- 10、发布采购公告时间：2021-10-15
- 11、公告采购发布网站：四川省政府采购网
- 12、采购响应截止时间：2021-11-24 14:30:00
- 13、供应商报名情况：成都芸牧医疗器械有限公司,成都圆浩贸易有限责任公司,四川正上泰成贸易有限公司,成都益丹医药有限公司,四川梵洛建筑工程有限公司5家供应商报名
- 14、供应商投标（响应）情况：成都芸牧医疗器械有限公司,成都益丹医药有限公司,成都圆浩贸易有限责任公司,四川正上泰成贸易有限公司4家供应商投标
- 15、更正公告发布时间：2021-11-08
- 16、更正公告发布网站：四川省政府采购网

二、评审小组组成

- 1、采购人及采购组织机构按政府采购法律、法规、文件的规定组建评审小组，通过省厅随机抽取的方式确定评审专家，其中采购人代表 1 人，评审专家 4 人，分别如下：

姓名	单位	职称/身份	备注
唐棣		临时专家	组长
杨利		临时专家	
陈联平		临时专家	
喻梅		临时专家	
沈丹丽		采购人代表	

- 2、经核对，评审人员身份与上表名单一致。
- 3、评审小组成员均签署《政府采购评审小组成员廉洁自律承诺书》。
- 4、评审小组其他情况说明：无

三、评审方法和标准

本项目采用 综合评分法 ，具体评分标准详见采购文件“评审办法”（竞争性谈判和询价采购原则上应采用最低评标价法）。



四、评审情况及说明

1、资格性审查情况说明：

成都芸牧医疗器械有限公司,不符合,说明:3. 未提供有效的年度财务报表。;9. 1、除颤仪开标一览表规格型号与注册证不符。 2、未提供医疗器械经营许可证或备案凭证。 3、壁挂式空气消毒机、移动式空气消毒机 未提供完整的消毒产产品卫生安全评价报告。 3. 未提供年度财务报表;9. 1.除颤仪型号与注册证不一致 2.未提供医疗器械经营许可/备案凭证 3.壁挂式空气消毒机、移动式空气消毒机未提供完整的消毒产品卫生安全评价报告

2、符合性审查情况说明：

符合

3、无效响应供应商名称、原因及现场确认情况：

成都芸牧医疗器械有限公司,不符合,说明:3. 未提供有效的年度财务报表。;9. 1、除颤仪开标一览表规格型号与注册证不符。 2、未提供医疗器械经营许可证或备案凭证。 3、壁挂式空气消毒机、移动式空气消毒机 未提供完整的消毒产产品卫生安全评价报告。 3. 未提供年度财务报表;9. 1.除颤仪型号与注册证不一致 2.未提供医疗器械经营许可/备案凭证 3.壁挂式空气消毒机、移动式空气消毒机未提供完整的消毒产品卫生安全评价报告

4、提请澄清供应商名称、澄清问题及其说明情况：

无

5、比较和评价（包括技术和商务偏离情况，重点比较和评价候选供应商的优劣）：

第一中标候选人：成都益丹医药有限公司，报价40.41万元；第二中标候选人：成都圆浩贸易有限责任公司，报价42.61万元；第三中标候选人：四川正上泰成贸易有限公司，报价43.145万元。

6、供应商得分排序表

序号	供应商	投标总价(万元)	商务/技术得分	价格得分	最终得分	排序
1	成都益丹医药有限公司	40.41万元	68.0	30.0	98.0	1
2	成都圆浩贸易有限责任公司	42.61万元	49.9	28.45	78.35	2
3	四川正上泰成贸易有限公司	43.145万元	42.61	28.1	70.71	3

7、推荐的中标（或成交）候选人

综上，现推荐中标候选人：

第一中标候选人：成都益丹医药有限公司

第二中标候选人：成都圆浩贸易有限责任公司

第三中标候选人：四川正上泰成贸易有限公司

8、其他需说明的评审情况：

无

评审小组成员签字：



2021年11月24日

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'S. S. S.', with a long horizontal stroke extending to the left.