

二、投标分项报价表

项目名称：喀什地区第二人民医院 2025 年医疗设备购置项目（国产）

项目编号：ksbj[2025]4626 号

包号：标项二

序号	货物名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商实际控制人性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
1	医用臭氧冲洗机	大连 大可医疗设备有限公司	大连/中国	91210231 71692264 1H	微型企业	杨宇坤/男	内资	大连可尔	型号：DC-2000 一、用途： 1. 用于妇科（阴道炎）、肿瘤科（放疗后）、口腔科（牙周炎）、外科（伤口感染）、皮肤科（溃疡）等。 2. 治疗类型：创面冲洗、腔道消炎、术后抗感染等。 二、技术参数 1. 臭氧浓度范围在 5~90 μg/mL（或 ppm）。 2 氧气源，流量 0.10-0.20m ³ /h，浓度不低于 90%。 3. 臭氧生成方式为高压放电法或紫外线法。 4. 工作模式：支持连续/脉冲式输出。 5. 工作时间：单次治疗时间可设定（如 5~30 分钟），支持定时关闭。	63000	1	63000



付小兰

								<p>6. 功率：1000W。</p> <p>7. 气体源：内置制氧机，氧气纯度 $\geq 90\%$。</p> <p>8. 浓度监测：实时显示臭氧浓度，超限自动报警或停机。</p> <p>9. 漏气保护：配备气体泄漏检测及自动切断功能。</p> <p>10. 过滤系统：内置高效细菌/病毒过滤器。</p> <p>11. 操作界面：触摸屏或按键控制，可预设治疗方案。</p> <p>12. 台式设备，尺寸约 $30*30*50\text{cm} \pm 5\text{cm}$。</p> <p>13. 安全标准：符合 ISO 13485 医疗器械质量管理体系。</p> <p>14. 环境温度范围为 $+10^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$；</p> <p>相对湿度范围：30%~75%</p> <p>电源电压为 AC 220V、50Hz。</p> <p>加热温度控制范围在 $28^{\circ}\text{C} \sim 38^{\circ}\text{C}$ 之间，调节步长 1°C，误差不大于 3°C。</p> <p>冲洗头出水流量：400-600mL/min，连续可调节，水桶容量 ≥ 5 升。</p> <p>18. 配置要求：安全保护功能，治疗模式包括消毒模式和治疗模式，触摸大屏、恒温加热、电动加水、有尾气回收、超温保护、缺水报警、漏电保护、压力可调、多种治疗模</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--



付小兰

								式、自动停止加热和冲洗功能、温度显示、液面缺水报警。 19、设备所涉及的耗材及检验试剂需为新疆维吾尔自治区中选产品。 20、所涉及的端口费、检测费由中标方负责。 21、所用性能验证、校准及仪器设备试运行的耗材（试剂）由中标方提供。 22、整机质保5年			
2	内窥镜用送水装置	杭安思学科技有限公司	杭州 / 中国	913301105660667546	中型企业	张勇 / 男	内资	安杰思 型号：UW 600-II 1. 使用于无菌水 2. 适用泵管内径：3.2mm~4.8mm（壁厚1.6mm） 3. 最大输出压强≤350kPa 4. 最大输出流量 270±40ml/min（3.2mm 内径泵管）600±60ml/min（4.8mm 内径泵管） 5. 定时时间 20S 6. 定时精度 ±3S 7. 流量可调 十段流量设置显示；自动流量设置记忆 8. 能耗（额定输入功率）100-240V~50/60Hz 60VA 9. 智能控制 20S 自动停止送水；泵头松脱中断运行 10. 通过电脚踏开关可安全控制液体输送启停	18500	2	37000



付小兰

									11. 供水组件≥2L 专用水壶 12 设备所涉及的耗材及检验试剂需为新疆维吾尔自治区中选产品。 13 仪器设备所涉及的端口费、检测费由中标方负责。 14、所用性能验证、校准及仪器设备试运行的耗材（试剂）由中标方提供。 15、整机质保5年。			
3	# 新生儿培养箱	宁波戴维医疗器械股份有限公司	宁波 / 中国	91330200610257495J	中型企业	陈再宏 / 男	内资	戴维	型号：YP-90AC 1. 配置：主机（包括婴儿舱、机箱、控制仪、输液架及托盘），皮肤温度传感器, 机柜，上黄疸治疗装置（光源为LED），下黄疸治疗装置（光源为LED）。 2. 升降式机柜，机脚， >37℃ 温度跨越模式。 3. 输入功率：≤1000W 4. 控制方式：箱温和肤温两种温度控制 5. 箱温控制范围：25~37℃，跨越模式设置时，可以设置到 39℃。 6. 皮肤温度控制范围：34~37℃，跨越模式设置时，可以设置到 38℃。 7. 箱温和肤温显示温度范围：5~65℃ 9. 升温时间：≤30min 10. 培养箱温度与平均培养箱温度	43000	6	258000



付小兰

								<p>之差：$\leq 0.5^{\circ}\text{C}$</p> <p>11. 平均培养箱温度与控制温度之差：$\leq \pm 1.0^{\circ}\text{C}$</p> <p>12. 温度均匀性（床垫处于水平位置）：$\leq 0.8^{\circ}\text{C}$</p> <p>13. 温度均匀性（床垫处于倾斜位置）：$\leq 1.0^{\circ}\text{C}$</p> <p>14. 皮肤温度传感器精度：$\pm 0.2^{\circ}\text{C}$内</p> <p>15. 婴儿床倾斜角度：$\pm 12^{\circ}$ 无级可调</p> <p>★16. 婴儿舱内噪声：$\leq 45\text{dB (A)}$（稳定温度状态下）</p> <p>17. 故障报警：断电、传感器、偏差、超温、风道循环、缺水、水箱位置、系统等</p> <p>18. 水箱采用 PES 塑料制作，整体水箱可以直接采用“高温高压”法消毒</p> <p>19. 湿度显示范围：$0\%RH \sim 99\%RH$</p> <p>20. 湿度控制范围：$0\%RH \sim 90\%RH$</p> <p>21. 湿度控制精度：$\pm 10\%RH$</p> <p>22. 重量显示精度：$\pm 1\%$（配置称重装置）</p> <p>23. 床面上有效表面内的胆红素总辐照度均匀性：> 0.4</p> <p>24. 黄疸治疗光源主波长：$400\text{nm} \sim 550\text{nm}$</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



付小兰

							<p>26. 床面上有效表面内的总辐照度： ≥1.7mW/cm²</p> <p>27. 床面上有效表面内的胆红素总辐照度平均值：≥1.3mW/cm²</p> <p>28. 有效表面内的最高胆红素总辐照度：3.5mW/cm²</p> <p>29. 床面上有效表面内的总辐照度： ≥0.8mW/cm²</p> <p>30. 床面上有效表面内的胆红素总辐照度平均值：≥0.8mW/cm²</p> <p>31. 有效表面内的最高胆红素总辐照度：1.3mW/cm²</p> <p>32、设备所涉及的耗材及检验试剂需为新疆维吾尔自治区中选产品。</p> <p>33、所涉及的端口费、检测费由中标方负责。</p> <p>34、所用性能验证、校准及仪器设备试运行的耗材（试剂）由中标方提供。</p> <p>35、整机质保5年。</p>			
4	血氧饱和度检测仪	圳理邦精密仪器股份有限公司	 <p>深圳 / 中国 91440300 19236720 10 大型 企业</p>	张浩 / 男	内资	理邦精密仪器	<p>型号：H100B</p> <p>1. 高清液晶显示</p> <p>2. 双工作模式：监护和点测</p> <p>3. 数字显示与体积描记图显示</p> <p>4. 趋势回顾、脉搏调制音、可调音频和视觉报警</p> <p>5. 强大的数据存储容量（300小时）</p> <p>6. PC 端数据管理：支持病人监护数</p>	 <p>5000</p>	3	15000

付小兰

									据导出 7. 可充电电池及蓄电池 8. 配外置充电底座 9. 防水等级 IP×2 10、所用性能验证、校准及仪器设备试运行的耗材（试剂）由中标方提供。 11、整机质保5年。			
5	床单位消毒机	四川奥洁消毒设备有限公司	四川/中国	91510114749715446J	小型企业	任玉林/男	内资	奥洁	型号：AJ/CDX-600 1、消毒后对床单元内的大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠球菌等杀灭对数值>3.0;消毒后对物体表面自然菌的平均杀灭对数值>1.0（提供具有CMA标识的第三方检测报告）； 2、机身采用全金属外壳独立开模成型，防阻燃、低碳环保，配置万向和定向各二个脚轮，带刹车片，单手移动方便，安全系数高，机身自带二个可拆卸式储物盒，便于放置床罩等配件。 3、核心部件采用自主研发的臭氧发生器，具有臭氧浓度高，性能稳定，使用寿命长等优点，获国家专利。 4、110mm*66mm 液晶显示，全中文操作；具有触摸及红外线遥控两种控制方式，“抽真空-消毒-保持-解析”	10000	1	10000



付小兰

									<p>自动完成；各个程序阶段的时间均可根据实际需求预先手动设置，设置范围为0~999min，可同时消毒床位≥2床；</p> <p>6、具有抽真空及臭氧还原功能；</p> <p>7、臭氧浓度：≥1300mg/m³（提供具有CMA标识的第三方检测报告）；</p> <p>8、消毒中臭氧泄漏浓度：≤0.003mg/m³（提供具有CMA标识的第三方检测报告）；</p> <p>9、消毒后臭氧残留浓度：≤0.003mg/m³（提供具有CMA标识的第三方检测报告）；</p> <p>10、臭氧产量：5000mg/h</p> <p>11、输入功率：240W</p> <p>12、噪声≤55dB；</p> <p>13、外形尺寸：345×350×940mm；</p> <p>14、提供制造商的ISO 9001质量管理体系认证证书；</p> <p>15、生产厂家具有ISO 14001环境管理体系认证，ISO 45001职业健康安全管理体系认证。</p> <p>16、所用性能验证、校准及仪器设备试运行的耗材（试剂）由中标方提供。</p> <p>17、整机质保5年。</p>			
6	超声	山东新华	山东 / 中	9137000026717135	中型企业	王玉权 / 男	内资	新华医疗	<p>型号：CS-90-A</p> <p>1.用途：主要用于消毒供应中心、</p>	100000	1	100000



付小兰

波清洗机	医疗器械股份有限公司	国	1C				<p>手术室、口腔科、眼科、实验室以及其他各科室的器械、器具、器皿等的清洗，特别是含有盲孔、凹凸槽的物品具有极佳的清洗效果。</p> <p>2. 容积：90L，提供内槽尺寸。</p> <p>3. 开门方式：电动升降开门，双阻尼结构，开门助力，关门防夹手</p> <p>4. 材质：2.0mm 厚 304 不锈钢</p> <p>5. 变频电源：三频，40/80/100KHZ，变频功能，运行过程中频率可以切换。</p> <p>6. 灌流系统：带管腔灌流口 6 个，管腔对接口可以实现 3-8mm 直径管腔的对接。</p> <p>7. 多级水位控制：自动模式可切换高/低液位，手动状态液位任意可调。</p> <p>8. 自动进酶：设备具有自动上酶功能，可根据进水量自动加注酶液。</p> <p>9. 多程序选择：一键操作，全自动运行，包含 4 种程序，清洗、重洗、精密器械清洗、官腔器械清洗。</p> <p>10. 控制方式：触摸按键操作，一键启动，具有故障自动检测功能，独立的电源控制模块。</p> <p>12. 界面显示：液晶显示屏；内带汉字库，任意显示汉字及字符；具有报警信息显示和存储功能。</p>			
------	------------	---	----	--	--	--	---	---	--	--



付小兰

								<p>13. 温度指示器：数字式温度控制方式。</p> <p>14. 安全保护：水位低保护功能，水位低时自动停止加热管加热和超声；超时保护功能，进水超过设定时间，停止进水。</p> <p>15. 运行时间：0-99min，时间可调。</p> <p>16. 清洗温度：40℃（推荐温度）30℃~80℃可调。</p> <p>17. 功率：11.5kw</p> <p>18. 耗水量：70L</p> <p>19. 使用寿命：8年</p> <p>20. 标准配置：主机1台、器械清洗篮框3个、合格证、说明书1套</p> <p>21. 售后服务： (1) 在喀什地区有2名以上厂家维修工程师，并提供详细用户名单及联系方式。 (2) 终身维护，如设备出现问题，供货方维修人员在接到通知24小时内，到达现场进行维修。提供全套的操作手册及维修手册、光盘等，如有密码，则密码开放，免费现场培训操作及维修人员。 (3) 售后服务客户满意度：提供≥5份加盖终端用户公章的售后服务客户满意度调查表。</p> <p>23. 所用性能验证、校准及仪器设</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--



付小兰

									备试运行的耗材（试剂）由中标方提供。 24. 所涉及的端口费、检测费由中标方负责。 25. 整机质保6年。			
7	塑脂双层平板车	新疆澳疗设备有限公司	新疆 / 中国	91650102773477476N	小型企业	陈东彬 / 男	内资	华奥	型号：华奥塑脂双层平板车 1. 材质蓝色聚丙烯塑钢双层单把手 2. 高度98cm, 长度105cm以上, 宽度80cm以上, 两层之间间隔50cm以上。 3. 万向轮有锁扣, 静音车轮加厚车板可承重≥250KG。 4. 整机质保5年。	1000	5	5000
8	器械清洗喷枪（高压水枪）	山东新华医疗器械股份有限公司	山东 / 中国	91370000267171354C	中型企业	王玉权 / 男	内资	新华医疗	型号：MAC-1 1. 用途：主要用于各医院中心供应室、手术室等需要对注射器、导管、各种玻璃仪器进行高效清洗并吹干的场合 2. 枪体采用不锈钢, 防止内腔腐蚀生锈, 避免二次污染, 配备8个螺旋式清洗喷嘴, 清洗喷嘴与枪体之间可以任意更换, 适合不同类型的内镜管道, 对内镜管道及手术器械管壁进行。彻底冲洗; 耐受压力0-0.75MPa。 3. 开、关、水压、气压的调节完全由喷枪扳手控制, 带有八个常用喷头、可分别用于水冲洗和压缩空气	5000	3	15000

付小兰

									干燥。 4、整机质保5年。			
9	医用封口机	山东新华医疗器械股份有限公司	山东/中国	91370000267171351C	中型企业	王玉权/男	内资	新华医疗	型号：XH 1. 用途：用于高温/低温纸塑包装袋的封口处理 2. 封口速度：10±0.5米/分钟 3. 封口温度：80-220℃，可调节 4. 微处理控制压印设备 5. 带时钟和日历功能，关机状态下数据存储和日期更新功能。 6. 自带封口温度、封口压力和封口速度等系统性能测试功能。 8. 触摸显示屏，具有打印功能，可打印灭菌日期、时效日期、操作人员、科室名称、锅次号等相关信息。 9. 可在操作屏幕内可录入科室名称、人员信息等内容。 10. 内置色带打印机，有独立更换色带口。 12. 售后服务： 售后服务客户满意度：提供≥5份加盖终端用户公章的售后服务客户满意度调查表。 13. 所涉及的端口费、检测费由中标方负责。 14. 整机质保5年。	37500	1	37500
10	碳纤维	广州蓝仕	广州/中国	9144010166590408	中型企业	林小梅/女	内资	蓝仕威克	型号：CS03B 1、尺寸：展开尺寸约	22000	2	44000



付小兰

	维铲式担架	威克医疗科技有限公司	国	X8				200*43*83cm ; 折叠尺寸约163.4*43*83cm。 2、重量: ≤ 5kg。 3、承重: ≥180kg。 4、材质特性: 采用整体碳纤维工艺, 可透 X 射线, 能进核磁共振室。 5、调节功能: 长度可进行三档调节, 能适配不同身高的病人。 6、配置要求: (1) 离合装置: 两端设有离合装置, 可以分离成左右两部分, 方便在不移动病人的情况下, 迅速将病人铲入或从病人体下抽出担架。 (2) 安全绑带: 配备 8 根安全绑带, 保证病人在转运过程中的安全。 (3) 伸缩杆与定位装置: 有伸缩杆, 可调节长度, 并且配有定位块和定位销, 能将伸缩杆固定在所需长度档位。 7、整机质保 5 年。				
11	真空固定夹板套件	广州仕克医疗科技有限公司	广州 / 中国	91440101 66590408 X8	中型企业	林小梅 / 女	内资	蓝仕威克 型号: MA-0A00、VSA-3A00、VSA-4A00、MA-1A00 (套件) 1、材质: 外部通常采用环保的 TPU 材料, 内部为真空囊多腔结构。 2、适用温度范围: 能在 - 40℃ 至 80℃ 的温度范围内正常使用。 3、真空性能: 真空状态时一般需能在 0.3-0.5Mpa 大气压状态下 48		18000	2	36000

付小兰

							<p>小时无漏气。</p> <p>4、射线兼容性：不影响 X 线和磁共振检查。</p> <p>5、配置要求：</p> <p>（1）六件套组成：通常包含躯干夹板 1 件、上肢夹板 2 件、下肢夹板 2 件、正负压气泵 1 只。</p> <p>（2）其他配件：配有气嘴 10 只、便携软包 4 只。</p> <p>（3）质量与耐用性：夹板需质地柔软，抽真空后可快速贴合人体体型实现塑形；负重后在无尖锐（4）金属物的地面拖行 40 次以上，各部位使用功能正常，无损坏。</p> <p>6、所用性能验证、校准及仪器设备试运行的耗材（试剂）由中标方提供。</p> <p>7、整机质保 5 年。</p>				
12	医用升温毯	佛山市奇汇医疗器械有限公司	佛山/中国	 <p>91440605 74708476 7P</p> <p>小型企业</p>	彭加凡/男	内资	奇汇	<p>型号：KPW310</p> <p>1. 升温毯垫采用直流安全低压工作，无触电风险；</p> <p>2. 正常状态下升温垫（毯）接触表面温度应不超过 40℃，单一故障状态下升温垫（毯）的表面温度应不超过 41℃；</p> <p>▲3. 升温毯垫内置微处理器芯片，自动存储毯垫的控制参数，接通主机时，屏幕对应区域自动显示毯垫</p>	 <p>10000</p>	2	20000

付小兰

									的颜色，易于使用者读取对应的参数； ▲4. 加温毯垫分布温度传感器 8 个，整个毯面的温度都能实时监测； 5. 加温毯垫密封防水，可清洗消毒，可重复使用； 6. 加温垫内置多层弹性减压材料能有效预防褥疮； ▲7. 加温毯垫生物相容性符合 GB/T 16886 标准； 8. 整机质保 5 年。			
13	医用电动可升降输液架	山东欣辰医疗设备股份有限公司	山东 / 中国	913708815652043932	小型企业	王广冰 / 男	内资	欣雨辰	型号：YC-32 一、功能要求说明 1. 适用于：手术室、ICU、急诊科等相关科室 2. 电动升降冲洗液加压器：可悬挂手术用冲洗液，电动升降。 3. 手动输液架：可悬挂患者输液袋及小型仪器。 4. 承载托盘：3 个承载托盘可存放各种设备并根据设备不同调节托盘高度。 5. 收纳抽屉：1 个收纳抽屉可存放物品。 6. 接口：2 个氧气输出端口保障患者氧气需求。2 个负压吸引端口保障液体回收；2 个压缩空气端口保障设备供气；1 个网络端口可供设备联网；	10000	2	20000



付小兰

								<p>1 个通讯端口可接通讯设备；1 个接地端口保障设备安全；10 个电源插座可满足手术室内设备的供电需求。</p> <p>7. 各个体端口标配为：“国标”，根据客户要求选配，德标、英标、美标终端。</p> <p>8. 主体型材：医用级高品质铝镁合金（无磁性、防腐蚀性、加工性能优良、密度小、重量轻）表面处理采用静电喷塑。</p> <p>9. 升降杆选材：不锈钢。</p> <p>10. 托盘及抽屉：医用级铝镁合金。</p> <p>11. 脚轮：可锁静音大脚轮。</p> <p>12. 单个承载托盘：60Kg。</p> <p>13. 电动升降盐水架高度可调节范围：1570mm-2470mm。</p> <p>14. 手动升降输液架高度可调节范围：1400mm-2800mm。</p> <p>15. 所涉及的端口费、检测费由中标方负责。</p> <p>16. 整机质保 5 年。</p>				
14	铅防护屏风	山东宸禄医疗器械有限公司	山东 / 中国	913706813444876331 31012400488933	小型企业	田晶 / 女	内资	宸禄	<p>型号：山东宸禄铅防护屏风</p> <p>1. 规格：1900*800（铅层厚度和屏风尺寸、视窗尺寸可按照实际防护要求定制）</p> <p>2. 主屏：宽 800mm，高 1900mm</p> <p>3. 铅当量：6mmpb</p>	10000	2	20000



付小兰

									4. 材质:门体表面采用优质不锈钢, 内置钢龙骨。 5. 观察窗:150*200mm 6. 铅玻璃: 2mmpb 7. 配件:屏风*1, 三角支架*4, 脚轮*4, 铅玻璃*1, 螺丝若干。 8. 适用范围:于 X 射线拍片、牙科拍片、病床边摄影及手术摄影时作屏蔽防护。 9. 整机质保 5 年			
15	多功能打包台	山东新华医疗器械股份有限公司	山东 / 中国	91370000267171351C	中型企业	王玉权 / 男	内资	新华医疗	型号: CSSD-DBT-L (定制款) 一、功能要求 1、不锈钢材质、万向静音轮。 2. 用途: 用于辅助纸塑包装带的切割、封口、存放等 3. 台上结构: 台面顶部带置物架, 中间放置切割机, 可放置 ≥3 种纸塑包装袋 (高温、低温均可)。 4. 台面: 尺寸, 长 110cm 宽 60cm 高 175cm, 台面可放置全自动封口机 1 台, 滚轴 1 台, 台面下方带置物搁板, 用于放置物品。 5. 整机质保 5 年	30000	1	30000
16	器械打包台	山东新华医疗器械股份有限公司	山东 / 中国	91370000267171351C	中型企业	王玉权 / 男	内资	新华医疗	型号: CSSD-QMTD (定制款) 一、功能要求 1. 用途: 用于污染物品的分类、清点 2. 全不锈钢, 桌面前后边缘大圆角	10000	1	10000



付小兰

		有限公司							过渡，可随意移动 3. 尺寸规格：长 190 cm 宽 51 cm 高 90cm±2cm 二、整机质保 5 年			
17	治疗车	新疆澳医疗设备有限公司	新疆 / 中国	91650102 77347747 6N	小型企业	陈东彬 / 男	内资	华澳	型号：T-064 1. 产品名称：ABS 小推车 2. 产品规格：640*460*900mm 3. 产品说明： （1）整体材质采用 ABS 材料制作而成，车身采用米白色，整体美观大方。二层板，层板底部增加加强筋，配有抽屉 2 个。 （2）静音脚轮：Φ100mm，通过了 SGS 环保认证标准，带自刹车装置。 4. 备一套轮子 5. 整机质保 3 年	500	30	15000
18	TDP	重庆庆国医疗器械有限公司	重庆 / 中国	91500109 62219541 2B	小型企业	戴新云 / 女	内资	贝佳伦	型号：TDP-L-1-9A 技术参数： 1. 电源电压：220V 频率：50Hz 安全类型：I 型 2. 功耗：250W 3. 运行方式：连续工作 4. 定时控制范围：0-90min。 5. 支臂伸缩范围：立式：俯仰角：≥90°，转角：360°。 6. 治疗板寿命：1000 小时，治疗板直径：166mm。 7. 治疗器内置放倾倒开关，治疗器	500	20	10000

付小兰

									发生倾斜或摔倒时自动切断电源。 8. 整机质保 1 年			
19	病历车	新华医疗设备有限公司	新疆 / 中国	91650102773477476N	小型企业	陈东彬 / 男	内资	华澳	型号: T-074 1. 产品名称: 病历车 (≥50 人份) 2. 产品规格: 840 *410*880 3. 产品参数: 材质: 车体由 ABS 工程塑料、塑钢组成 4. 病历车台面为 ABS 材质, 四柱塑钢承重。 5. 配万向静音轮, 其中两只带刹车功能, 脚轮材料为高强度聚氨酯, 配有安全锁。 6. 备一套轮子 7. 整机质保 2 年	1500	5	7500
20	便携式吸引器	天津市科技发展有限公司	天津 / 中国	9112011610306594XF	小型企业	翟贵生 / 男	内资	同业	型号: MC-600C 1. 主机尺寸: 360*180*300 mm 2. 主机重量: 4.3kg 3. 输入电源: 内部: DC12V, 5A; 外部: 220V~ 50Hz 4. 瞬时抽气速率: ≥20L/min 5. 极限负压值: ≥80kPa 6. 负压精度: ±5kPa 7. 电源类别: 电池驱动 (内置电池), 也可外接 220v 电源 8. 负压指示器: 表盘指针显示 9. 过滤器: 滞留颗粒物的装置 10. 收集罐: 1 L, (配 2 个)。 11. 噪音值: ≤60dB	2000	3	6000

付小兰

									12. 内置锂电池：电池能够持续工作 ≥1 小时 13. 整机质保 3 年				
21	亚低温治疗仪	吉林省成用子材有限公司	林日医电器有限公司	吉林 / 中国	91220104 72710281 7C	小型企业	张国财 / 男	内资	日成	RC-2000III 1、可降温也可升温，具有一机两用功能 2、采用微机自动控制系统 3、手动模式可设置时间、温度（同时有自动控制模式） 4、采用测温芯片和防溢水的快速拔插接头 5、≥7 寸液晶触摸屏显示，全中文提示， 6、采用低噪音磁力水泵和风扇。 7、具有一键自动工作及断电自动恢复功能 8、具有缺水、超温、探头离体故障报警语音提示功能 9、双向 5 通道 10 个接口可同时使用两个水毯两个水帽。 10. 水毯采用 TPU 材质蜂高状水道；耐臭氧，耐低温，耐酸碱腐蚀；蜂窝状设计，水循环通畅。表面柔软，可任意折叠、卷曲、清洗、消毒，并配有同规格毯罩，易拆洗。 11. 采用体温和毯温双重自动控制系统，可分别控制主机降温、升温工作。降温时，毯面最低温度-2℃，	48000	5	240000



付小兰

