

克孜勒苏职业技术学院富硒微藻绿色生物制造研发实训中心项目中标
(成交)结果公告

一、项目编号：KZZB-2025105

二、项目名称：克孜勒苏职业技术学院富硒微藻绿色生物制造研发实训
中心项目

三、中标（成交）信息

1. 中标结果：

序号	供应商名称	供应商地址	中标（成交）金额	评审报价
1	新疆昱科科技有限公司	新疆喀什地区喀什经济开发区深喀大道总部经济区深圳城1号楼第8层3-6号	报价：1491200 (元)	1491200.0 元

2. 废标结果：

序号	标项名称	废标理由	其他事项
----	------	------	------

四、主要标的信息

货物类主要标的信息：

序号	标项名称	标的名称	品牌	规格型号	数量	单价 (元)
1	克孜勒苏职业技术学院富硒微藻绿色生物制造研发实训中心项目	玻璃管道光生物反应器(20t)	西仪服	1、高硼硅玻璃管：外径 60±0.5mm，壁厚 2.2±0.1mm，长度 2500±1mm，透光率≥95%； 2、双排立柱：高度 2400mm，厚度 2.5mm，挂钩厚度 2.0mm，每侧 20 个挂钩，挂	7	14300 0

				钩间距 95mm，双层喷漆； 3、连接件：定制食品级硅胶连接套，不锈钢喉箍固定； 4、循环罐：316L 级不锈钢，直径 1.2m，高度 3.4m，循环体积 2.7m ³ ； 4、反应器长度：105m，宽度 3.6m，高度 2.4m；总培养体积：22 立方米； 5、变频循环泵（流量 170t/h，扬程 14 m，功率 15kw，泵头材质 316L 不锈钢，定制四叶半开放式叶轮，末端剪切力小于 1200N）； 6、配套管路、阀门以及控制电柜一套。		
2	克孜勒苏职业技术学院富硒微藻绿色生物制造研发实训中心项目	大型空压机	西仪服	•15KW，永磁变频螺杆式空压机；1m ³ 储气罐；冷冻式干燥机；压缩空气过滤器 •排气量：2.0-2.3 立方米每分钟。 •排气压力：0.6-0.8MPa •外形尺寸：15 千瓦变频螺杆空压机外形尺寸为 800mm×510mm×800mm •电机转速：2900r/min。 •噪音水平：60-68dB •设备重量：170-250kg。	1	28000
3	克孜勒苏职业技术学院富硒微藻绿色生物制造研发实训中心项目	板滤机	西仪服	•过滤面积：滤板及滤布 500*500mm23 块。 •过滤速度：单位时间内通过过滤面积的滤液体积，100 立方米/小时 •滤室容积：滤板闭合时，滤板与滤板之间形成的室腔容积，用于容纳滤饼。10 升。 •过滤压力：过滤过程中，物料在进料泵的作用下进入滤室所承受的压力，一般以 10 兆帕（MPa） •滤板尺寸：800mm×800mm。滤板厚度一般有 60mm。 •滤板数量：23 块。 •电机功率：5 千瓦（kW）。 •外形尺寸：2500*700*800mm。 •配电箱一台，电动液压站 1 套，水嘴 4 6 个。	1	18000
4	克孜勒苏职业技术学院富硒微藻绿色生物制造研发实训	水净化设备	西仪服	1. 纯水箱和软水箱各一个；材质 304 不锈钢；体积 40m ³ 。 •过滤精度：超滤在 0.001-0.1 微米。 •出水水质：纯水设备产水电导率小于 2	1	10000 0

	中心项目			0 μ S/cm •通量：1 吨/小时。 •产水量：如 0.5 吨每小时单级反渗透设备，每小时产纯水 0.5 吨。超纯水设备有 200 升/小时、300 升/小时等不同产水量型号。 2. 压力相关参数 •工作压力：全自动排污过滤器工作压力 ≤1.6MPa。 •进水压力：一体化净水器进水压力 ≥0.05MPa。 •反冲水压力：一体化净水器反冲水压力为 0.15-0.20MPa。 •废水比：制造净水和产出废水的比例 1:1。 •滤芯级数：滤芯精度五级。 •电源与功率：220 伏特/50 赫兹电源，总功率 150 瓦。 •外形尺寸与重量：860 毫米×900 毫米×2000 毫米，满载重量 420 千克。		
5	克孜勒苏职业技术学院富硒微藻绿色生物制造研发实训中心项目	P 柜	西仪服	•长 6m，宽 20cm，高 1.2m； •材质：热镀锌方管； •每套配防水 LED 灯 24 根，二氧化碳、空气流量计各一套。	54	4300
6	克孜勒苏职业技术学院富硒微藻绿色生物制造研发实训中心项目	CO2 供气设备	西仪服	•20 公斤储罐 •输出二氧化碳气体额定压强：450kPa±40kPa •输出二氧化碳气体额定流量：8.5L/min ±1L/min	20	800
7	克孜勒苏职业技术学院富硒微藻绿色生物制造研发实训中心项目	采藻桶	西仪服	20 立方，锥底，桶身 PE 材质 600kg，配套底座。	2	15000
8	克孜勒苏职业技术学院富硒微藻绿色生物制造研发实训中心项目	移动终端	西仪服	1、处理器：≥酷睿 i5-13500H 标压处理器 2、内存：≥16GBDDR5 内存，插槽≥2 个，最大可扩展 32G。 3、硬盘：≥1TB 固态硬盘；具备硬盘减震设计功能。 4、接口：数据接口 USB3.0，视频接口	5	5000

				HDMI, 音频接口有耳机输出接口等。 5、网络: 1000M 自适应以太网, 支持有线网络 (RJ45 接口) 和无线网络 (Wi-Fi) 连接。 6、配套无线鼠标, 与主机同品牌。 7、显示器: 16 吋 2.5K, 180° 开合 8、win11 操作系统 9、售后服务: 3 年整机原厂质保, 所有部件原厂原配。		
9	克孜勒苏职业技术学院富硒微藻绿色生物制造研发实训中心项目	8 联排低速离心机	海门其林贝尔	• 转速: 12000rpm • 相对离心力: 9700g • 转速步增: 500rpm • 定时范围: 1-59sec • 转速偏差: $\pm 5\%$ • 驱动方式: ABSON 直流永磁电机 • 操作方式: 触摸式按键操作 • 转子配置: SG-B 为 0.2/0.5/1.5/2ml*120.2ml*8*440mm*12(毛细血管) • 尺寸: 190×230×120mm	1	3000
10	克孜勒苏职业技术学院富硒微藻绿色生物制造研发实训中心项目	卧式冰柜	医然	• 双压缩机智能控温, -25°C, 容积 2245 L, 功率 850W. • 箱内温度: 4°C 至 -23°C。 • 额定电压/频率: $\sim 220\text{V}/50\text{Hz}$。 • 外形尺寸: 3600mm×1170mm×910mm。 • 内部尺寸: 3450mm×950mm×685mm。	2	1000
11	克孜勒苏职业技术学院富硒微藻绿色生物制造研发实训中心项目	藻种保存柜	医然	• 风冷, 温度范围 $2-20^{\circ}\text{C}$, • 尺寸: 50cm*60cm*190cm, 容积 400L	5	1200
12	克孜勒苏职业技术学院富硒微藻绿色生物制造研发实训中心项目	显微镜	腾飞	1. 放大倍数: 40X-1600X。 2. 目镜: 大视野平场目镜 PL10X22mm, 16X13mm。 3. 观察筒: 铰链式观察筒, 30° 倾斜; 瞳距调节范围 50-75mm。 *4. 转换器: 内倾式 4 孔转换器。 5. 载物台: 双层复合式机械移动载物台, 面积约 2180×150mm, 移动范围约 76×55 (mm) 最小读数 0.1mm, 片夹带有缓冲装置。 *6. 物镜: 平场消色差物镜 4X、10X、40X (S)、100X (S、O); 4X 物镜清晰圆	2	5000

				直径不小于 15.5mm, 10X 物镜清晰圆直径不小于 15.3mm, 40X 物镜清晰圆直径不小于 15.2mm, 100X 物镜清晰圆直径不小于 15mm。 7. 聚光镜: 使用阿贝聚光镜, 齿轮齿条升降, 带可变孔径光阑。 8. 照明系统: 100V-240V 宽电压输入; 单颗大功率高亮度 3WLED, 预定中心, 亮度连续可调。 9. 调焦机构: 低手位粗微调同轴调焦手轮, 行程约 37.7mm, 微调精度 0.001mm, 具有调节松紧装置, 防止平台下滑。 (剩余部分详见投标参数)		
13	克孜勒苏职业技术学院富硒微藻绿色生物制造研发实训中心项目	卧式灭菌锅	江阴滨江医疗设备有限公司	外形尺寸: 2050×1120×1160mm (长×宽×高)。 • 灭菌室尺寸: 1600×690×690mm。 • 工作压力 0.14MPa • 设计压力 0.17MPa • 工作温度 121-126℃。 • 设计温度 129℃ • 功率 AC380V, 36KW • 全容积 0.8m³ • 主要受压元件材质 S30408 • 安全保护装置安全联锁装置、安全阀超压自动泄压 • 程序选择用户自行设定 • 容器类别一类 • 灭菌周期: 35 分钟。 • 加热周期: 25 分钟。	1	2000
14	克孜勒苏职业技术学院富硒微藻绿色生物制造研发实训中心项目	超净工作台	腾飞	1、类别: 双人单面垂直单向流。 2、*送风系统: Airtech 技术高效率、低能耗的风量可调送风系统。 3、控制系统: 高清 LCD 彩色人机对话界面, 轻触键操作。 4、设备尺寸: 外形尺寸(宽×深×高) 1300×825×1775mm。 5、工作尺寸(宽×深×高) 1140×650×720mm。 6、*过滤技术: HPLA 高效过滤器采用 H V 滤芯制作而成, 过滤效率 99.995% (≥ 0.3 μm 颗粒), 高效过滤器规格及数量 610×610×50mm×②。 7、洁净度: ISO5 级 (美联邦 209E100	2	9000

				级)。 8、电源：AC220V, 50HZ。 9、噪音：≤62dB(A)。 10、照度：≥300Lx。 11、平均风速：0.33m/s±0.03m/s； 12、菌落数：≤0.5 个/皿·0.5 时（直径 90mm 培养皿）。 13、结构：前端圆弧一体成型的优质 304 不锈钢作业台面，易清洁，操作舒适，减轻作业疲劳。 箱体采用优质冷轧钢板静电涂装抗腐蚀能力强，流线型的整机造型, 使作业区气流受扰动最少。 （剩余部分详见投标参数）		
--	--	--	--	---	--	--

五、评审专家（单一来源采购人员）名单：

祖力皮亚·哈力普江，秦占科（第 1 标项采购人代表），雍婷

六、代理服务收费标准及金额：

- 1. 代理服务收费标准：按标准收取
- 2. 代理服务收费金额（元）：21498

七、公告期限

自本公告发布之日起 1 个工作日。

八、其他补充事宜

无

九、对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

- 1. 采购人信息

名称：克孜勒苏职业技术学院

地址：阿图什市

联系方式：15505199315



郝国祥

2. 采购代理机构信息

名称：新疆融联通达工程项目管理有限公司

地址：新疆阿图什市友谊北路23号

联系方式：13909955772



3. 项目联系方式

项目联系人：张先生

电话：13909955772

