



五矿国际招标有限责任公司

Minmetals International Tendering Co.,Ltd.

成都市妇女儿童中心医院临床检验设备（3）采购项目评审情况汇总表

项目编号：510101202102170

第01包：桌面胚胎培养箱、负压吸引器

供应商名称	是否通过 资格性审查	原因
成都宁赛商贸有限公司	通过	无
成都市淞民兴辰医疗器械有限公司	通过	无
四川省明泽医疗器械有限公司	未通过	所提供的产品均为二类医疗器械，未提供二类医疗器械备案表。报价明细表中台式培养箱的生产厂家为广州华粤行仪器有限公司，但未提供该厂家的医疗器械注册证。



五矿国际招标有限责任公司

Minmetals International Tendering Co.,Ltd.

成都市妇女儿童中心医院临床检验设备（3）采购项目评审情况汇总表

项目编号：510101202102170

第02包：生物安全柜等

废标原因

截止到开标时间止，在政府采购云平台成功解密投标文件的供应商不足三家。



五矿国际招标有限责任公司

Minmetals International Tendering Co.,Ltd.

成都市妇女儿童中心医院临床检验设备（3）采购项目评审情况汇总表

项目编号：510101202102170

第03包：液氮罐

供应商名称	是否通过 资格性审查	是否通过 符合性审查	技术类 (55分)		共同评分类 (45分)					平均分 汇总得分
			技术指标 和配置 (55分)	4位技术类 专家平均分	报价 (30分)	商务部分 (10分)	业绩 (3分)	节能、环 境标志、 无线局域 网产品 (2分)	5位评审 合计平均分	
四川川之韵医疗器械有限公司	通过	通过	180.00	45.00	106.16	45.00	0.00	0.00	30.23	75.23
广州市华粤行仪器有限公司	通过	通过	220.00	55.00	95.95	50.00	15.00	0.00	32.19	87.19
成都正明达科技有限公司	通过	通过	140.00	35.00	150.00	50.00	0.00	0.00	40.00	75.00
四川科默威斯科技有限公司	截止至开标时间止，未在政府采购云平台解密投标文件。									



五矿国际招标有限责任公司

Minmetals International Tendering Co.,Ltd.

成都市妇女儿童中心医院临床检验设备（3）采购项目评审情况汇总表

项目编号：510101202102170

第04包：液氮罐（1）、液氮罐（2）

废标原因

截止到开标时间止，在政府采购云平台上传标书供应商家数不足三家。



五矿国际招标有限责任公司

Minmetals International Tendering Co.,Ltd.

成都市妇女儿童中心医院临床检验设备（3）采购项目评审情况汇总表

项目编号：510101202102170

第05包：医用冰箱等

供应商名称	是否通过 资格性审查	是否通过 符合性审查	技术类 (55.50分)		共同评分类 (44.50分)					平均分 汇总得分
			技术指标 和配置 (55.50分)	4位技术类 专家平均分	报价 (30分)	商务部分 (9分)	业绩 (4.5分)	节能、环 境标志、 无线局域 网产品 (1分)	5位评审 合计平均分	
成都万昇伟德科技有限公司	通过	通过	222.00	55.50	115.60	45.00	22.50	0.00	36.62	92.12
成都宏智医疗设备有限公司	通过	通过	200.00	50.00	111.80	45.00	0.00	0.00	31.36	81.36
成都腾翼医疗器械有限公司	未通过	资格性审查未通过原因：提供无行贿犯罪承诺函与招标文件要求的时间不一致。								
四川科默威斯科技有限公司	截止至开标时间止，未在政府采购云平台解密投标文件。									
成都正明达科技有限公司	通过	通过	222.00	55.50	150.00	45.00	0.00	0.00	39.00	94.50



五矿国际招标有限责任公司

Minmetals International Tendering Co.,Ltd.

成都市妇女儿童中心医院临床检验设备（3）采购项目评审情况汇总表

项目编号：510101202102170

第06包：蛋白电泳转印系统等

供应商名称	是否通过 资格性审查	原因
四川景瑞吉商贸有限公司	未通过	所投产品手提式高压灭菌锅及-80℃超低温冰箱投标产品型号与医疗器械注册证型号不符
四川川之韵医疗器械有限公司	通过	无
江西碧珂玉贸易有限公司	通过	无