

表 1

## 政府采购进口产品申请表

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 申请单位       | 沙雅县人民医院                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 申请文件名<br>称 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 采购项目名<br>称 | 非接触眼压计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 采购项目金<br>额 | 18.0 万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 项目使用单<br>位 | 眼科                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 项目组织单<br>位 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 申请理由       | <p><b>医疗方面：</b></p> <p>进口非接触眼压计已在各大医院普及，结合目前科室设备配置情况，需购买一台进口非接触眼压计。进口产品优于同类国内产品的主要技术指标和性能比较，目前国产设备在压力测试范围较宽，3D 和操作手柄进行对焦，在三重对焦、报警功能上较进口产品稳定性差，其精确测量等也待改进。且进口非接触眼压计维修率低，进口非接触眼压计分辨率及性能优于国产设备。</p> <p>为确保购入设备的先进性和可靠性，经过详细调研对比得出：国产同类设备无法达到相关技术要求、不能满足临床工作需要，市场占有率低，也缺少技术和学术上的支持，因此申请购置进口设备</p> <p><b>教学、科研方面：</b>可以观察患者眼压是否正常，预防继发性青光眼，根据眼压数值报表，统计大数据，预估人群青光眼发作情况；对于眼病较多地带，可以很好的利用，并尽早解除病痛为科室开展相关方面的研究提供了前提条件，对推动科室学术发展至关重要，利用先进技术进行学科建设的同时也能为医院带来良好的社会效益。</p> <p><b>人才培养方面：</b>非接触眼压计可以开展青光眼预防，为本院培养属于自己的青光眼专科医生，增加本院眼科软实力，同时为眼科梯队建设打下良好的基础，也提高医院在患者中的口碑及影响力。</p> <p>综上所述，为满足临床需求，学科发展，提高我院眼科知名度，能更好的服务于患者，特此申请购买进口非接触眼压计。</p> |



2023年1月8日

表 2

## 政府采购进口产品所属行业主管部门意见

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 一、基本情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
| 申请单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 沙雅县人民医院 |
| 拟采购产品名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 非接触眼压计  |
| 拟采购产品金额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 18.0 万元 |
| 二、申请理由                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
| <input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取：                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
| <input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取：                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| <input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他。                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| <p>原因阐述：</p> <p>进口非接触眼压计已在各大医院普及，结合目前科室设备配置情况，需购买一台进口非接触眼压计。进口产品优于同类国内产品的主要技术指标和性能比较，目前国产设备在压力测试范围较宽，3D 和操作手柄进行对焦，在三重对焦、报警功能上较进口产品稳定性差，其精确测量等也待改进。且进口非接触眼压计维修率低，进口非接触眼压计分辨率及性能优于国产设备。</p> <p>为确保购入设备的先进性和可靠性，经过详细调研对比得出：国产同类设备无法达到相关技术要求、不能满足临床工作需要，市场占有率极低，也缺少技术和学术上的支持，因此申请购置进口设备</p> <p>综上所述，目前国内同类产品无法满足采购人临床工作需求，且缺乏可靠性和安全性，建议采购进口产品。</p> |         |
| 三、进口产品所属行业主管部门意见                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| <div style="text-align: right;">  </div> <p style="text-align: right;">2023 年 12 月 15 日</p>                                                                                                                                                               |         |

表 3

## 政府采购进口产品专家论证意见

|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 一、基本情况                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
| 申请单位                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 沙雅县人民医院 |
| 拟采购产品名称                                                                                                                                                                                                                                                                                | 非接触眼压计  |
| 拟采购产品金额                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| 二、申请理由                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
| <input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取:                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
| <input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取:                                                                                                                                                                                                                                              |         |
| <input type="checkbox"/> 3. 其他:                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
| <p>原因阐述:</p> <p>进口非接触眼压计已在各大医院普及,结合目前科室设备配置情况,需购买一台进口非接触眼压计。进口产品优于同类国内产品的主要技术指标和性能比较,目前国产设备在压力测试范围较宽,3D和操作手柄进行对焦,在三重对焦、报警功能上较进口产品稳定性差,其精确测量等也待改进。且进口非接触眼压计维修率低,进口非接触眼压计分辨率及性能优于国产设备。</p> <p>为确保购入设备的先进性和可靠性,经过详细调研对比得出:国产同类设备无法达到相关技术要求、不能满足临床工作需要,市场占有率低,也缺少技术和学术上的支持,因此申请购置进口设备。</p> |         |
| 三、专家论证意见                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| <p>此类设备,国内外生产厂家较多。目前国内市场上主流产品是进口产品,其压力测试范围较宽,对焦、报警功能上较齐全,精确测量准确,故障率低。其分辨率和稳定性优于国产设备。故建议购买进口产品。</p> <p>专家签字: 王世峰</p> <p>2023 12 12<br/>年 月 日</p>                                                                                                                                        |         |

表 3

## 政府采购进口产品专家论证意见

|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 一、基本情况                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
| 申请单位                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 沙雅县人民医院 |
| 拟采购产品名称                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 非接触眼压计  |
| 拟采购产品金额                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
| 二、申请理由                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
| <input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取：                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| <input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取：                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| <input type="checkbox"/> 3. 其他：                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
| <p>原因阐述：</p> <p>进口非接触眼压计已在各大医院普及，结合目前科室设备配置情况，需购买一台进口非接触眼压计。进口产品优于同类国内产品的主要技术指标和性能比较，目前国产设备在压力测试范围较宽，3D 和操作手柄进行对焦，在三重对焦、报警功能上较进口产品稳定性差，其精确测量等也待改进，且进口非接触眼压计维修率低，进口非接触眼压计分辨率及性能优于国产设备。</p> <p>为确保购入设备的先进性和可靠性，经过详细调研对比得出：国产同类设备无法达到相关技术要求、不能满足临床工作需要，市场占有率低，也缺少技术和学术上的支持，因此申请购置进口设备。</p> |         |
| 三、专家论证意见                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| <p>市场上进口产品具有测量时间短，操作更方便等特点，主流产品多为进口品牌，国产设备在技术上与进口产品还存在一定差距，市场占有率低，售后服务网点不完善，故建议购买进口设备。</p> <p>专家签字：王瑞夫</p> <p>2013 年 12 月 14 日</p>                                                                                                                                                      |         |

表3

## 政府采购进口产品专家论证意见

|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 一、基本情况                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
| 申请单位                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 沙雅县人民医院 |
| 拟采购产品名称                                                                                                                                                                                                                                                                                | 非接触眼压计  |
| 拟采购产品金额                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| 二、申请理由                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
| <input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取:                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
| <input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取:                                                                                                                                                                                                                                              |         |
| <input type="checkbox"/> 3. 其他。                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
| <p>原因阐述:</p> <p>进口非接触眼压计已在各大医院普及,结合目前科室设备配置情况,需购买一台进口非接触眼压计。进口产品优于同类国内产品的主要技术指标和性能比较,目前国产设备在压力测试范围较宽,3D和操作手柄进行对焦,在三重对焦、报警功能上较进口产品稳定性差,其精确测量等也待改进。且进口非接触眼压计维修率低,进口非接触眼压计分辨率及性能优于国产设备。</p> <p>为确保购入设备的先进性和可靠性,经过详细调研对比得出:国产同类设备无法达到相关技术要求、不能满足临床工作需要,市场占有率低,也缺少技术和学术上的支持,因此申请购置进口设备。</p> |         |
| 三、专家论证意见                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| <p>进口非接触眼压计性能优越,稳定性高,使用寿命长,操作快捷,新型图像识别系统设计,成像清晰,如接触眼压计。</p> <p>专家签字: 李勇峰</p> <p>2013年12月12日</p>                                                                                                                                                                                        |         |

表3

## 政府采购进口产品专家论证意见

|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 一、基本情况                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
| 申请单位                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 沙雅县人民医院 |
| 拟采购产品名称                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 非接触眼压计  |
| 拟采购产品金额                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
| 二、申请理由                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
| <input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取:                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| <input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取:                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| <input type="checkbox"/> 3. 其他:                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
| <p>原因阐述:</p> <p>进口非接触眼压计已在各大医院普及,结合目前科室设备配置情况,需购买一台进口非接触眼压计。进口产品优于同类国内产品的主要技术指标和性能比较,目前国产设备在压力测试范围较宽,3D和操作手柄进行对焦,在三重对焦、报警功能上较进口产品稳定性差,其精确测量等也待改进。且进口非接触眼压计维修率低,进口非接触眼压计分辨率及性能优于国产设备。</p> <p>为确保购入设备的先进性和可靠性,经过详细调研对比得出:国产同类设备无法达到相关技术要求、不能满足临床工作需要,市场占有率极低,也缺少技术和学术上的支持,因此申请购置进口设备。</p> |         |
| 三、专家论证意见                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| <p>进口产品性能优越,使用寿命长,维护方便;测量准确,稳定性高,观察方便,性价比高,进口产品性能优越,故障率低,精度高,建议采购进口非接触眼压计。</p> <p>专家签字: 杨伟</p> <p>2013 年 12 月 12 日</p>                                                                                                                                                                  |         |

表 3

## 政府采购进口产品专家论证意见

|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 一、基本情况                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
| 申请单位                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 沙雅县人民医院 |
| 拟采购产品名称                                                                                                                                                                                                                                                                                | 非接触眼压计  |
| 拟采购产品金额                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| 二、申请理由                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
| <input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取:                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
| <input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取:                                                                                                                                                                                                                                              |         |
| <input type="checkbox"/> 3. 其他:                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
| <p>原因阐述:</p> <p>进口非接触眼压计已在各大医院普及,结合目前科室设备配置情况,需购买一台进口非接触眼压计。进口产品优于同类国内产品的主要技术指标和性能比较,目前国产设备在压力测试范围较宽,3D和操作手柄进行对焦,在三重对焦、报警功能上较进口产品稳定性差,其精确测量等也待改进。且进口非接触眼压计维修率低,进口非接触眼压计分辨率及性能优于国产设备。</p> <p>为确保购入设备的先进性和可靠性,经过详细调研对比得出:国产同类设备无法达到相关技术要求、不能满足临床工作需要,市场占有率低,也缺少技术和学术上的支持,因此申请购置进口设备。</p> |         |
| 三、专家论证意见                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| <p>该设备属于国家计划内进口产品,符合国家政府采购政策,且该设备在国内市场占有率低,无法在国内采购,且该设备在国内市场占有率低,无法在国内采购,且该设备在国内市场占有率低,无法在国内采购。</p> <p>专家签字: 王军</p> <p>2023 年 12 月 12 日</p>                                                                                                                                            |         |

表 4

政府采购进口产品论证专家联系方式

| 专家类别 | 专家姓名 | 工作单位及部门  | 职称/职务    | 联系方式        | 身份证号               |
|------|------|----------|----------|-------------|--------------------|
| 技术专家 | 王瑞峰  | 赤峰市红山区医院 | 副主任医师/主任 | 15999881935 | 650103197007299015 |
| 技术专家 | 王瑞峰  | 赤峰市红山区医院 | 主任医师     | 1319881697  | 650103196603019018 |
| 技术专家 | 张永峰  | 赤峰市红山区医院 | 副主任医师    | 1336965369  | 650201197704111916 |
| 技术专家 | 张永峰  | 赤峰市红山区医院 | 主任医师     | 13579455756 | 65030119590420111X |
| 法律专家 | 王冬年  | 赤峰市红山区法院 | 审判员      | 18219906670 | 650408197610141935 |

注：专家组应当由五人以上的单数组成，其中必须包括一名法律专家，产品技术专家应当为非本单位并熟悉该产品的专家；采购人代表不得作为专家组成员参与论证；参与论证的专家不得作为采购评审专家（即评标专家）参与同一项目工作的采购评审工作

姓名 张雪峰

性别 男 民族 汉

出生 1973年7月20日

住址 乌鲁木齐市沙依巴克区  
跃进路55号301室

公民身份号码 650103197307209015



中华人民共和国  
居民身份证



2010.08.19-2020.05.3


非接触眼压计进口论证使用

仅供沙雅县人民医院波切—非接触广角镜

|      |          |                                                                                                                                                                  |
|------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 姓名   | 张昆峰      |                                                                               |
| 性别   | 男        |                                                                                                                                                                  |
| 出生年月 | 1970.07  |                                                                                                                                                                  |
| 学历   | 大学本科医学工程 |                                                                                                                                                                  |
| 专业   | 工程       | <br>证书编号(总) 0257000<br>证书编号(分) 01100109<br>发证日期 2008.08.25<br>有效期至 2011.08.25 |
| 职称   | 助理工程师    |                                                                                                                                                                  |
| 工作单位 | 波切人民医院   |                                                                                                                                                                  |

仅供沙雅县人民医院波切

眼压计进口论证使用



仅供沙雅县人民医院波切一体机、非接触式读卡器使用



كەسپىي ئاتىسى  
姓名

王臻夫

جىنسى  
性别

男

كىملىك نومۇرى  
身份证号

650104196603019018

مەھەللىسى نومۇرى  
证书编码

110650100005085

ئىمزا قىلىنغان  
تارىخى  
签发日期

2019年03月28日

كەسپىي كاتىپى  
مەھەللىسى نومۇرى  
医师资格  
证书编码

199887110650104196  
603019018

كەسپىي تۈرى  
执业类别

临床  
眼耳鼻喉咽喉科专业

كەسپىي دائىرىسى  
执业范围

新疆维吾尔自治区

ئورۇن  
执业地点

乌鲁木齐爱尔眼科医院

مەھەللىسى تەستىق قىلغان  
发证机关

乌鲁木齐市卫生健康委员会

ئىمزا قىلىنغان  
签发人

刘永生

依照《中华人民共和国  
执业医师法》及有关规定，经  
审核合格，取得执业医师资  
格，特发此证。



发证机关兰州军区联勤部卫生部

签发人侯小松

证书编号998871106501041  
96603019018

发证日期1999年5月1日

姓 名 王瑞夫  
性 别 男  
出生日期 1966年3月1日  
身份证号 650104196603019018  
学 历 本科  
毕业学校 第四军医大学  
专 业 临床医学  
类 别 临床

### 使用说明

- 一、本证书只适用于1998年6月26日前按照国家有关规定已取得医学专业技术职称(职务)的人员。
- 二、本证书仅作为注册依据。未经注册,并取得医师执业证书者,不得从事医疗、预防、保健活动。
- 三、本证书不得出借、出租、抵押、转让、涂改、故意损毁。
- 四、本证书由卫生部统一印制,任何单位或个人不得擅自印制。

姓名: 王瑞天

性别: 男

民族: 汉



出生年月: 1966.5.2

新职证字 0800105123

물

专业名称: 应用化学

资格名称: 主任医师


授予时间: 2008.12

批准文号: 新和粉2007120

审批部门



仅供沙雅县人民医院波切一体机、非接触广角镜、非接触眼压计进口论证使用



仅供沙雅县人民医院波切

姓名: 李祥

性别: 男

民族: 汉

出生年月: 1977.1

新身份证号: 20101101189



非原厂角镜

姓名: 刘国栋

授予时间: 2010.12.21

身份证号: 360821197712011465



姓名 杨 炜  
性别 男 民族 汉  
出生 1959 年 4 月 20 日  
住址 新疆石河子第三十二小区  
19幢楼321号



公民身份号码 65030019590420121X



中华人民共和国  
居民身份证

签发机关 石河子市公安局  
有效期限 2006.1.21 - (3)

仅供沙雅县人民医院波切一体机

非接触眼压计进口论证使用



证书使用

姓名：郭...  
性别：男  
出生年月：1959.12  
职称：主治医师

经 全国卫生系列正高级专业技术职务  
评审委员会评审通过  
通知文字：人卫发[2001] 21号  
通知日期：2001.10.30



证书编号 A210055

执业机构

新疆维吾尔自治区司法厅

执业证类别

专职律师

执业证号

16501201410309169

法律职业资格  
或律师资格证号

C201126527220408

发证机关

新疆维吾尔自治区司法厅

发证日期

2021 年 03 月 10 日



持证人

王毅军

性

男

身份证号

650102197610141935

非接触式验证使用

# 律师年度考核备案

|      |                                                                                    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 考核年度 | 22 4 10<br>23 5 31                                                                 |
| 考核结果 |                                                                                    |
| 备案机关 |  |
| 备案日期 |                                                                                    |

# 律师年度考核备案

|      |                                                                                      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 考核年度 | 24 6 26<br>24 5 31                                                                   |
| 考核结果 |                                                                                      |
| 备案机关 |  |
| 备案日期 |                                                                                      |

仅供沙雅县人民医院波切一体机、非接触式角镜、非接触式压计进口论证使用