

符合性审查记录表

项目编号	XJZFZB[2025]142号	项目名称	沙湾市人民医院血透中心诊治能力提升及设备购置建设项目
采购方式	公开招标	开标时间	2025-07-03 11:00:00
开标地点	乌鲁木齐水磨沟区南湖南路66号水清木华A座4楼		
序号	供应商	符合性情况	情况说明
1	新疆聚鑫益信息科技有限公司	符合	
2	新疆中宸永泰健康产业发展有限公司	符合	
3	新疆沐森商贸有限公司	符合	
4	陕西瑞疆源商贸有限公司	不符合	6. 投标文件的项目编码不符合招标文件要求。;8. 投标文件的质保期不符合招标文件的要求。 6. 投标文件项目编码不符合招标文件要求;8. 质保期不符合招标文件要求 6. 投标文件项目编码不符合招标文件要求;8. 质保期不满足要求 6. 投标公司项目编码错误。;8. 高端心脏彩色多普勒超声诊断仪质保三年，投标公司质保两年。便携式彩色多普勒超声诊断仪质保五年，投标公司两年。人体成分分析仪质保两年，投标公司质保一年。质保不符合文件要求。 6. 项目编码不符合招标文件;8. 质保期不能满足招标文件要求
5	新疆普惠医疗器械有限公司	符合	

签名: