

新源县妇幼保健院医疗设备采购项目

招标文件

采购人：新源县妇幼保健计划生育服务中心(新源县妇幼保健院) (盖章)

联系人：迪力达尔 联系电话：15299243394

采购代理机构：新疆霖鼎工程管理服务有限公司 (盖章)

联系人：余嘉懿 联系电话：18699399882

2024年12月

目 录

第一部分招标公告	5
一、设备采购项目招标公告	6
第二部分投标人须知	9
一、说明	17
1. 适用范围及资金来源	17
2. 定义	17
3. 投标人资格要求、开标时间及地点	17
4. 踏勘现场及答疑会	17
5. 合格的货物	17
6. 知识产权	18
7. 投标费用	18
二、招标文件	18
8. 招标文件的组成	18
9. 招标文件的澄清或修改	18
三、投标文件的编制	19
10. 投标报价说明	19
11. 投标文件的语言及度量衡单位	20
12. 投标文件的组成	20
13. 投标文件编制	20
14. 投标有效期	20
15. 投标保证金	21
16. 投标文件的签署及规定	21
四、投标文件的递交	22
17. 投标文件的密封和标记	22
18. 投标截止期	22
19. 投标文件的补充、修改与撤回	22
五、无效标、废标条款	22
20. 无效投标条款	22
21. 废标条款	23
22. 取消成交候选人资格条款	23
六、开标与评标	23
23. 开标	23
24. 评标小组与评标方法	23
25. 投标文件的评审	24
26. 纪律和保密事项	33
六、授予合同	34

27. 中标公告及中标通知书	34
28. 履约保证金	34
29. 合同签订	35
七、询问或质疑	35
30. 询问	35
31. 质疑	35
八、其他	36
32. 中标服务费	36
第三部分采购需求	37
第四部分合同文本	80
第五部分投标文件格式	85
一、投标文件格式	86
1. 报价一览表格式	87
2. 报价一览明细表格式	88
3. 小型和微型企业（货物、承担的工程或者服务）列价表格式	89
4. 索引表	90
二、投标保证金说明	111
保证金退款说明	112
三、质疑函格式（如有需要）	113
四、担保函格式（可选）	115
五、进口产品制造厂家的授权书格式（如有需要）	117

电子交易须知

1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应注册成为政府采购云平台供应商。编制电子投标文件前还需申领 CA 证书并绑定帐号，CA 获取地址请查看招标公告下方附件《[新疆服务机构联系表](#)》。

2、供应商编制电子投标文件应安装“电子招投标供应商客户端”软件，并按照本招标文件和电子招投标供应商客户端的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，将被电子招投标供应商客户端拒收。“电子招投标供应商客户端”请供应商自行前往“新疆政府采购网—下载专区—新疆维吾尔自治区全流程电子招投标项目管理系统--电子招投标供应商客户端”版块获取。

3、供应商应当在投标截止时间前，将“电子招投标供应商客户端”生成的“电子加密投标文件”上传电子交易平台。

4、服务与支持。各政府采购代理机构（含集采机构）及供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过 <https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding> 自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：<https://service.zcygov.cn/#/help>，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。

第一部分 招标公告

项目概况：

新源县妇幼保健院医疗设备采购项目的潜在供应商应在政采云平台线上获取招标文件，并于 2025 年 01 月 14 日 11 点 00 分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：XJLD-2024-075

项目名称：新源县妇幼保健院医疗设备采购项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）：1784000.00

最高限价（元）：1400000，250000，134000

采购需求：

标项一

标项名称：新源县妇幼保健院医疗设备采购项目一标段

数量：1

预算金额（元）：1400000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：磁刺激治疗仪 1 台，无绳胎儿心率仪（工作站）1 台，双极宫腔电切镜手术系统 1 套；

备注：

标项二

标项名称：新源县妇幼保健院医疗设备采购项目二标段

数量：1

预算金额（元）：250000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：全自动粪便分析系统 1 套，全自动酶标仪检测系统（全自动酶标仪）1 套；

备注：

标项三

标项名称：新源县妇幼保健院医疗设备采购项目三标段

数量：1

预算金额（元）：134000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：动态血压仪 1 台，体重秤 2 台，

治疗车 5 张，病床 30 张；

备注：

合同履行期限：标项 1、2、3，双方合同签订之日起 15-20 天内交货并完成设备的供货、安装与调试。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：标项 1：/，标项 2、3：供应商为中小企业；

3. 本项目的特定资格要求：【标项 1、2、3】投标人所投产品属于第三类医疗器械的，须提供医疗器械经营许可证，同时提供制造商医疗器械生产许可证、医疗器械注册证(含注册登记表)，所有证件均应在有效期内；投标人所投产品属于第二类医疗器械的，须提供医疗器械经营许可证（或第二类医疗器械经营备案凭证），同时提供制造商医疗器械生产许可证、医疗器械注册证(含注册登记表)；投标人所投产品属于第一类医疗器械的，提供第一类医疗器械生产备案凭证、产品备案表。

三、获取招标文件

时间：2024 年 12 月 24 日至 2024 年 12 月 31 日，每天上午 00:00 至 12:00，下午 12:00 至 23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：新疆政采云平台线上获取

方式：供应商登录政采云平台 <https://www.zcygov.cn/> 在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件），或者点击采购公告底部潜在供应商“获取采购文件”，页面跳转后登陆，直接获取采购文件。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025 年 01 月 14 日 11:00（北京时间）

投标地点：请登录政采云投标客户端投标

开标时间：2025 年 01 月 14 日 11:00（北京时间）

开标地点：投标人登录政采云平台 <https://www.zcygov.cn/>，进入“项目采购-开标评标-右边选择对应项目点击“进入项目”进入开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1. 本项目采用全流程不见面电子开评标，投标供应商需要使用 CA 加密设备，供应商可通过新疆数字证书认证中心官网(<https://www.xjca.com.cn/>)或下载“新疆政务通”APP 自行进行申领。
2. 本项目实行网上投标，采用加密电子投标文件(供应商须使用 CA 加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件)。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。
3. 各供应商在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商(已在政府采购云平台其他省份入驻的供应商无须重复注册)，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。
4. 供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用 WIN7+64 位及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网(<http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/>)下载专区查看。
5. 供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的 CA 锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器(建议使用谷歌浏览器)，以便开标时解锁。
6. 供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过(<https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding>)自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：<https://service.zcygov.cn/#/help>，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南。
7. 为了保证开评标顺利进行，政采云线上开标功能完全实现，供应商开标所使用的电脑设备须具有视频及语音功能。

特别提示：

- 1、采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。
- 2、超过 200 万元的货物和服务采购项目，预留该部分采购项目预算总额的 30% 以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。
- 3、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的 40% 以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。
- 4、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予 10%~20%（工程项目为 3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格

分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 3%~5%作为其价格分。

5、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 4%~6%（工程项目为 1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 1%~2%作为其价格分。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称：新源县妇幼保健计划生育服务中心（新源县妇幼保健院）

地址：新源县卡普河路 18 号

联系方式：15299243394

2、采购代理机构信息

代理机构名称：新疆霖鼎工程管理服务有限公司

地址：新疆伊犁州伊宁市经济合作区 313 线以西、新华西路以北西城天街 A-E#商业楼 C405 室

联系人：余嘉懿

联系方式：18699399882

注：本项目采购公告发布截止日后，请持续关注本项目后续网上发布变更、答疑澄清等内容。

第二部分 投标人须知

投标人须知前附表

序号	条款名称	内 容			
1	项目名称	名称	新源县妇幼保健院医疗设备采购项目		
		编号	XJLD-2024-075		
2	采 购 人	名称	新源县妇幼保健计划生育服务中心(新源县妇幼保健院)		
		联系人	迪力达尔	联系电话	15299243394
		地址	新源县卡普河路 18 号		
3	采购代理 机构	名称	新疆霖鼎工程管理服务有限公司		
		联系人	余嘉懿	联系电话	18699399882
		地址	新疆伊犁州伊宁市经济合作区 313 线以西、新华西路以北西城天街 A-E#商业楼 C405 室		
4	采购内容	标项一：磁刺激治疗仪 1 台，无绳胎儿心率仪（工作站）1 台，双极宫腔电切镜手术系统 1 套； 标项二：全自动粪便分析系统 1 套，全自动酶标仪检测系统（全自动酶标仪）1 套； 标项三：动态血压仪 1 台，体重秤 2 台，治疗车 5 张，病床 30 张；			
5	资金来源 及采购预 算金额	资金来源：单位自筹			
		本次项目采购预算为：1784000 元人民币（大写：壹佰柒拾捌万肆仟元整） 其中：标项一：1400000 元 标项二：250000 元 标项三：134000 元			
6	最高限价	标项一：1400000 元（壹佰肆拾万元整） 标项二：250000 元（贰拾伍万元整） 标项三：134000 元（壹拾叁万肆仟元整）			
		1、各投标人的投标报价不得高于最高限价，否则将否决其投标。 2、上述产品报价必须准确唯一且应包含完成本项目的全部费用。			
7	交货期	双方合同签订之日起 15-20 天内交货并完成设备的供货、安装与调试。			
8	交货地点	采购人指定地点			
9	付款方式	具体以甲乙双方合同约定为准。			

10	<p>保修及售后服务</p>	<p>保修期：≥3 年。 其他：保修期自验收合格之日起计算。设备接口要求：能够与医院现行信息系统及数据平台无缝对接（本次招标费用含接口费用及第三方接口费），检验设备如需配备工作站及 UPS 电源，详见配置参数。</p>
	<p>质量要求</p>	<p>符合国家及行业现行规范和标准。</p>
11	<p>投标人资格</p>	<p>满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定</p> <p>（1）如法人亲自参加投标，需提供法定代表人的身份证；如系委托代理人参加，应当提供《授权委托书》和受托人身份证及受托人投标截止日前半年内任意一个月的社保证明文件。</p> <p>（2）具有独立承担民事责任的能力【企业（包括合伙企业）、个体工商户等提供有效的营业执照；事业单位提供事业单位法人证书；非企业专业服务机构提供执业许可证等证明文件；自然人提供有效的自然人身份证明。】。【标项 1 须提供此项】</p> <p>（2）具有独立承担民事责任的能力【投标人提供有效期内营业执照】。【标项 2、3 须提供此项】</p> <p>（3）投标人所投产品属于第三类医疗器械的，须提供医疗器械经营许可证，同时提供制造商医疗器械生产许可证、医疗器械注册证(含注册登记表)，所有证件均应在有效期内； 投标人所投产品属于第二类医疗器械的，须提供医疗器械经营许可证（或第二类医疗器械经营备案凭证），同时提供制造商医疗器械生产许可证、医疗器械注册证(含注册登记表)； 投标人所投产品属于第一类医疗器械的，提供第一类医疗器械生产备案凭证、产品备案表。</p> <p>（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录【投标人须提供投标截止日前半年内任意一个月的纳税及社保缴纳的证明材料（如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税；如依法不需要缴纳社会保险费的，应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保险费）】。</p> <p>（5）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【投标人提供 2023 年度经第三方审计的财务会计报告（新成立未满一年公司提供银行资信证明）】；</p> <p>（6）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录【须提供投标人诚信声明】。</p>

		<p>(7) 在“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn) 未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单查询结果截图 (采购公告发布之日起至投标截止时间内从上述网站中打印并加盖企业公章)；</p> <p>(8) 投标保证金缴纳凭证或投标保函；</p> <p>(9) 中小企业声明函。【标项 2、3 须提供此项】</p> <p>(10) 本项目不接受联合体投标。</p> <p>注：政府采购的竞争是指符合采购人采购需求的不同品牌或者不同生产制造商之间的竞争，原则上同一品牌同一型号产品只能有 1 家投标人，如出现同一品牌同一型号产品有多家投标人，则依据政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部令 87 号）《第三章投标（第三十一条）》执行。</p> <p>说明：1、上述 1-9 条资料为开标时资格审查的必备条件，如果缺项或不符合要求则视为对招标文件资格审查内容的不响应，投标将被拒绝（电子版投标文件内所有资格证明文件，投标人须逐页加盖电子签章）。</p> <p>2、开标前，请各投标人将上述有效证件的扫描件上传到“政采云”平台待开标时查验，上述证件的公证件本次采购不予认可。</p>
12	信用情况	<p>信用记录查询时间及方式：</p> <p>(1) 查询时间：自招标公告发布日期起至开标日期止，超出此时间范围将被视为无效投标。</p> <p>(2) 查询方式：投标人自行通过“信用中国”及“中国政府采购网”查询，并按招标文件要求提供网页材料。被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，其投标文件将被视为无效投标。未提供证明材料的视为不响应招标文件。</p> <p>(3) 投标人参加政府采购活动时，应当就自己的诚信情况在响应性文件中进行承诺。</p> <p>本项目不接受失信企业投标。</p>
13	投标保证金	<p>投标保证金的金额：标项一：20000.00 元，大写：贰万元整；</p> <p>标项二：4000.00 元，大写：肆仟元整；</p>

		<p>标项三：2000.00 元，大写：贰仟元整；</p> <p>缴纳方式：投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。</p> <p>账户名称：新疆霖鼎工程管理服务有限公司</p> <p>开户行：中国工商银行股份有限公司伊宁新华中路支行</p> <p>账号：3006 0223 0920 0056 029</p> <p>行号：102898002272</p> <p>递交时间：投标截止时间之前（提交投标保证金应充分考虑资金在途时间、跨行等因素导致的延迟到账情况，由此导致的保证金不能按时到账其责任由投标人单位自行承担。各投标人缴纳投标保证金时需在附加信息及用途栏内注明“投标保证金、项目名称及标项号”，以投标保证金接收方银行到账信息为准）</p> <p>友情提示：1、新疆政府采购电子保函操作流程：登录新疆政府采购网，进入“政采贷/电子保函”模块，即可在线完成电子保函的申请。若有任何问题，可以联系政采云金融服务专属客服，电话：400-903-9583。</p> <p>2、潜在供应商可以自主选择以上任一种递交方式提交投标保证金。</p> <p>3、银行法定节假日不办理公对公账户电汇业务，请提前办理。投标保证金是否在规定截止时间前到户的风险由投标单位承担，投标保证金在银行的划转需要一定时间，望投标单位尽早缴纳！</p>
14	履约保证金	<p><input checked="" type="checkbox"/>不需要</p> <p><input type="checkbox"/>需要，履约保证金的金额：成交合同金额的 10%（履约保证金须以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交）。</p>
15	投标有效期	90日历天（自投标截止时间起开始计算）
16	标前准备	<p>1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若投标人参与投标，自行承担投标一切费用。</p> <p>2、各投标人应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。</p> <p>3、投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密</p>

		码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（ http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/ ）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。
17	开标时间及地点	开标时间： 2025年01月14日11:00 时 地点：政采云开标大厅（ https://www.zcygov.cn ）
18	提交电子投标文件截止时间及地点	电子投标文件递交截止时间： 2025年01月14日11:00 时
		电子投标文件递交地点：投标人应于 2025年01月14日11:00 时之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。 注：1、在开标时间开始后，待采购代理机构发出解密通知 30 分钟内解密投标文件； 2、投标人未能在投标截止时间前成功上传电子加密投标文件的投标无效； 3、投标人成功上传电子加密投标文件后，可自行打印投标文件接收回执。
19	评标办法	综合评分法
20	投标文件份数	电子加密投标文件一份(.jmb格式)在新疆政府采购网指定位置上传
21	投标文件解密时间	开标时间后 30 分钟内（ 2025年01月14日11:00 时- 11:30 时前）投标人可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若投标人在规定时间内（ 2025年01月14日11:00 时- 11:30 时前）未按时解密的，视为无效投标。
22	评标小组组成	小组成员由 <u>5</u> 人组成，其中采购方代表 <u>1</u> 人，从政采云评标专家库中随机抽取的方式确定 <u>4</u> 人。
23	中标（成交）结果公告发布媒介	新疆政府采购网 http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/
		公示期不少于1个工作日，公示期内无异议将向第一中标候选人发出成交通知书。
24	中标通知	中标（成交）结果公告 1 个工作日无异议后发放。

	书	
25	签订合同时间	中标通知书发出之日起 30 日内。
26	代理服务费	本项目招标代理服务费由 中标人 支付（按实际中标金额为基准计取，由中标人在领取中标通知书时一并支付）。
27	低于成本价不正当竞争预防措施	<p>在评标过程中，当评标小组认为通过符合性审查的投标人的报价明显低于成本价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料。投标人书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。</p> <p>投标人书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，投标人为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；投标人为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；投标人为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。</p> <p>投标人提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人书面说明进行审查评价。投标人拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。</p>
28	投标人开标现场要求	投标单位不用现场投标，按规定时间上传电子投标书即可。
29	政府采购政策	<p>1、执行促进中小型（监狱、残疾人福利）企业发展相关政策；</p> <p>2、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；</p> <p>3、《财政部、国家环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）。</p> <p>4、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。</p> <p>工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）。</p>

		<p>从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中大型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。</p>
30	重要说明	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本项目采用全流程不见面电子开评标，投标投标人需要使用 CA 加密设备，投标人可通过新疆数字证书认证中心官网 (https://www.xjca.com.cn/) 或下载“新疆政务通”APP 自行进行申领。 2. 本项目实行网上投标，采用加密电子投标文件(投标人须使用 CA 加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件)。若投标人参与投标，自行承担投标一切费用。 3. 各投标人在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。 4. 投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用 WIN7+64 位及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网 (http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/) 下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线 95763 进行咨询。 5. 投标人在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的 CA 锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用谷歌浏览器），以便开标时解锁。 6. 投标人对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过 https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding 自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。供应商钉钉群号：供应商钉钉群号：政采云新疆供应商服务十群：33132402、十一群：30213207（如已加入 1-9 群，无需重复加入，十一个群联动直播），钉钉工具软件具有回放功能，直播培训结束后可在钉钉群中回放观看学习。

一、说 明

适用范围及资金来源

- 1.1. 本次采购为：新源县妇幼保健院医疗设备采购项目，详细要求见第三部分《采购需求》。
- 1.2. 资金来源：单位自筹。

定义

- 1.3. 采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人：新源县妇幼保健计划生育服务中心(新源县妇幼保健院)。
- 1.4. 投标人：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
- 1.5. 采购代理机构：新疆霖鼎工程管理服务有限公司。
- 1.6. 评标小组：评标小组是依据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等组建的专门负责本次招标其评标工作的临时性机构。
- 1.7. 日期：指公历日。
- 1.8. 时间：指北京时间。
- 1.9. 合同：指由本次招标所产生的合同或合约文件。
- 1.10. 招标文件中所规定“书面形式”，是指任何手写的、打印的或印刷的方式；通讯方式包括专人递交或传真发送。

投标人资格要求、开标时间及地点

- 1.11. 投标人应当符合**投标须知前附表**中规定的资格条件要求，具体要求详见本招标文件：《第二部分》投标人须知前附表（序号 11）要求（**电子版投标文件内所有资格证明文件，投标人须逐页加盖电子签章**）。
- 1.12. 本项目开标的时间、地点已在投标人须知前附表列清。
- 1.13. 所有资格证明文件必须满足招标文件的要求，否则将拒绝其投标。

踏勘现场及答疑会

- 1.14. 该项目不组织集中踏勘现场和答疑会。

合格的货物

- 1.15. 货物是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求（货物为进口的必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明）。
- 1.16. 货物验收。
 - 1.16.1. 验收工作由采购人（或采购人指定的单位）和中标人共同进行。
 - 1.16.2. 在验收时，投标人应向采购人提供货物的出厂合格证书、出厂检测报告、厂家

装箱清单、使用说明、操作手册、随机附件及其他相关资料，严格按采购人提出的方式验收。

- 1.16.3. 由采购人对货物的质量、规格和数量及其他进行检验。如发现质量、规格和数量等任何一项与招标要求规定不符，采购人有权拒绝接受。

知识产权

- 1.17. 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，采购人免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。
- 1.18. 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。
- 1.19. 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。投标报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

投标费用

- 1.20. 投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用，不论投标的结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。招标文件所提供的资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

二、招标文件

招标文件的组成

- 1.21. 招标文件包括：

第一部分：招标公告；

第二部分：投标人须知；

第三部分：采购需求；

第四部分：拟签订的合同文本；

第五部分：投标文件格式；

在提交投标文件截止时间前由采购人发出的对招标文件澄清或者修改内容、补充文件等，为招标文件的组成部分。

- 1.22. 投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为**无效投标**或被确定为**投标无效**。

招标文件的澄清或修改

-
- 1.23. 投标人在获取到招标文件后，若有疑问需要澄清的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出在政采云平台向采购人、采购代理机构提出，采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并在政采云平台答复质疑投标人和其他有关投标人。
 - 1.24. 采购代理机构视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，在提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间在指定的媒体上发布更正公告；
 - 1.25. 采购人、采购代理机构或者评标小组可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次投标文件截止时间至少**15**日前，在新疆政府采购网 (<http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn>) 以公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将相应顺延提交首次投标文件截止时间。
采购人、采购代理机构对招标文件的澄清、修改，澄清申请的回复等，一旦发布即视为以书面形式通知所有潜在投标人，招标期间投标人有义务上网查看，请各投标人应自行关注、及时阅知本次招标项目相关信息的变更情况，否则所造成的一切后果由投标人自负。
 - 1.26. 招标文件的澄清或修改是招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
 - 1.27. 《招标文件补充》作为招标文件的组成部分，对投标人具有同等约束力。如果招标文件补充内容与在此招标文件补充发出之前的招标文件等其他材料中相关内容相冲突，请投标人执行招标文件补充的相关内容，先前发出的招标文件等书面材料中相关内容自动废止。

三、投标文件的编制

投标报价说明

- 1.28. 本次招标，投标人的投标报价应符合《中华人民共和国价格法》的有关规定，必须按招标文件所投包组采购需求中所有内容进行报价，少报、漏报将被认定为**投标无效**。
- 1.29. 投标价格应包括投标人为完成本合同所约定的《招标及合同文件》规定的全部责任和义务所发生的各种开支。并认为此项费用已包含在投标报价中并按《报价一览表》及《报价一览明细表》（如适用）的要求报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，被视为包含在投标报价中。
- 1.30. **本项目最高限价为：**
标项一：1400000 元（壹佰肆拾万元整）
标项二：250000 元（贰拾伍万元整）
标项三：134000 元（壹拾叁万肆仟元整）

各投标人的投标报价总价不得高于最高限价，否则将否决其投标。

1. 31. 投标人报价中必须包括设备采购全部内容的费用（如设备、材料、人员、安装调试、验收、培训、检测、不可预见的费用及税金等），费用不管是否在投标人报价书中单列，均视为投标总价中已包括该费用。投标人须根据本项目的实际情况以及自身的实际情况对本项目进行报价。
1. 32. 若报价小写与大写存在差异，以大写为准。
1. 33. 投标人的投标报价在合同执行期间是固定不变的，不得以任何理由予以变更。投标报价不固定的其投标将被认定为**投标无效**。
1. 34. 投标人提供的货物或服务价格必须用人民币报价，以其它货币报价的投标将被认定为**投标无效**。
1. 35. 中标后开出的所有发票都须与中标人的名称一致。
1. 36. 最低报价不能作为成交的唯一保证。

投标文件的语言及度量衡单位

1. 37. 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关采购活动的所有来往函电均应使用中文书写。投标人提交的支持资料和已印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文的翻译本，在解释投标文件时以翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。
1. 38. 投标文件中及所有投标人与采购代理机构往来文件中的计量单位，除招标文件中特别说明外，均采用中华人民共和国法定的计量单位。

投标文件的组成

1. 39. 投标人编写的投标文件应包括下列部分：
 1. 39. 1. 商务技术投标文件（编制目录）
 1. 39. 2. 报价一览表
1. 40. 投标人认为需要提供的其他资料。

投标文件编制

1. 41. 投标人应按招标文件的规定以及附件要求的内容和格式完整地填写（表格可以按同样格式扩展）和提供资料，投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

投标有效期

1. 42. 投标文件应根据投标人须知的规定在递交投标文件截止日后的 90 天内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为**投标无效**。
1. 43. 特殊情况下，在原有投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，此要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝采购代理机构的上述要求，其投标保证金将可退还。接受投标有效期延长的投标人将不会被要求和允许修正其投标文件，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在此情况下，根据投标人须知投标保证金的有关规定将在延长了的有效期内继续有效。

投标保证金

- 1.44. 为保证采购项目工作的顺利进行，各投标人应向采购代理缴纳不少于投标须知前附表规定数额的投标保证金，投标保证金缴费凭证或投标保函作为其投标文件的一部分。投标保证金金额及缴纳方式见招标文件《第二部分》投标人须知前附表（序号 13）要求：

序号	项目名称	保证金
1	新源县妇幼保健院医疗设备采购项目一标段	¥20000.00.00 元人民币 (大写：贰万元整)
2	新源县妇幼保健院医疗设备采购项目二标段	¥4000.00 元人民币 (大写：肆仟元整)
3	新源县妇幼保健院医疗设备采购项目三标段	¥2000.00 元人民币 (大写：贰仟元整)

- 1.45. 投标保证金是为了保护采购代理机构和采购人免遭因投标人的行为而蒙受损失，投标人的行为让采购代理机构、采购人受到损害时，其投标保证金可不予退还。
- 1.46. 如投标人发生下列情况之一时，投标保证金将不予退还：
- 1.46.1. 投标有效期内投标人撤销招标文件的；
- 1.46.2. 经政府采购监督管理部门审查认定投标人有违反《中华人民共和国政府采购法》等有关法规的行为。
- 1.47. 投标人应按要求提交投标保证金，投标人必须采用保函、银行转账、电汇形式缴纳，不可以采用现金方式（包括以存现方式）提交。
- 1.48. 投标保证金以银行划账形式提交，应符合下列规定：
- 1.48.1. 采用银行转账、电汇方式提交的，账户信息如下：

账户名称：新疆霖鼎工程管理服务有限公司

开户行：中国工商银行股份有限公司伊宁新华中路支行

账号：3006 0223 0920 0056 029

行号：102898002272

- 1.48.2. 投标人必须保证资金以其投标人的名称（以分公司或子公司汇款无效）汇入到保证金专用账户（以银行到账为准）。
- 1.48.3. 如项目出现分包情况的，投标人必须按包号分别提交投标保证金。
- 1.49. 对于未能按要求提交投标保证金的投标，将被认定为**投标无效**。
- 1.50. 未中标投标人的投标保证金自中标通知书发出后 5 个工作日内退还（不计利息）。
- 1.51. 中标的投标人的投标保证金，将在其签署合同后，采购代理机构在 5 个工作日内退还（不计利息）。逾期办理的，采购代理机构不承担延迟退款责任。

投标文件的签署及规定

- 1.52. 电子投标文件使用政采云平台投标文件制作工具以及招标文件要求进行制作编制。投标文件制作时，按照招标文件中明确的投标文件目录和格式进行编制，保证目

录清晰、内容完整。

1. 53. 电子投标文件须使用投标人电子公章及法定代表人的电子签名。若无电子签章和签名，则视为无效响应。
1. 54. 电子招投标文件具有法律效力，与其他形式的招投标文件在内容和格式上等同，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响成交结果时，责任由投标人自行承担。投标人递交的电子响应文件因投标人自身原因而导致无法导入电子辅助评标系统，该响应文件视为无效响应文件，将导致其响应被拒绝。

四、投标文件的递交

投标文件的密封和标记

1. 55. 加密的电子投标文件（. jmbs 格式）应在投标文件递交截止时间前通过政采云平台上传完成。
1. 56. 逾期上传或者未上传指定地点的投标文件，采购人不予受理。
1. 57. “电子加密响应文件”成功上传递交后，投标人可自行打印响应文件接收回执。

投标截止期

1. 58. 投标人应在招标文件规定的截止日期和时间前，将电子投标文件上传到“政采云”平台。
1. 59. 采购代理机构可按本须知第 9 款规定以澄清或修改通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。
1. 60. 投标截止后投标人不足 3 家的，采购代理机构将依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（第 87 号令）等相关规定执行。

投标文件的补充、修改与撤回

1. 61. 投标人在上传投标文件以后，在规定的上传投标文件截止时间之前，可以撤回已上传的投标文件。如要修改，必须在撤回并修改后在规定的投标文件递交截止时间之前将修改后的投标文件再重新上传。在投标文件递交截止时间之后，投标人不得对上传的投标文件撤销或修改。

五、无效标、废标条款

无效投标条款

- 1、投标人资格不符合招标文件规定或未按规定提交资质证件的；
- 2、投标人未在规定的时间内提交投标保证金的；
- 3、投标文件签署、盖章不符合招标文件要求的；

-
- 4、投标文件出现重大偏差，未对招标文件进行实质性响应
 - 6、评标小组认为有必要取消的投标；
 - 7、法律、法规规定的其他情况；
 - 8、评审小组认为其他不合理的情况的投标文件。

废标条款

- 1、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
- 2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 3、投标人的报价均超过了采购预算，招标人不能支付的；
- 4、因重大变故，采购任务取消的。

取消成交候选人资格条款

- 1、提供虚假材料谋取成交的；
- 2、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
- 3、与招标人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
- 4、向招标人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
- 5、在规定的时间内未与招标人签订采购合同的；
- 6、法律、法规规定的其他情况。

六、开标与评标

开标

1. 62. 采购代理机构按本招标文件所规定的时间和地点开标，采购单位代表及有关工作人员参加，采购监管部门视情况参与。
1. 63. 开标程序：
 1. 63. 1. 开标由招标人或招标代理机构主持，邀请监督部门人员现场全过程监督，并做好录音、录像工作；录音录像应当清晰可辨，音像资料作为招标文件一并存档。
 1. 63. 2. 招标机构将会同采购人按“投标人须知前附表”中指定的地址和时间开标。参加开标的代表应签名报到，以示其出席开标会议；
 1. 63. 3. 投标人不足 3 家的，不得开展开标活动。

评标小组与评标方法

1. 63. 4. 评标小组
1. 63. 5. 本次采购依法组建评标小组。
1. 63. 6. 评标小组会将按照招标文件确定的评标方法进行评审、提交评标报告并推荐中标候选人。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标小组会有权按法律、法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于各投标人。
1. 63. 7. 评审专家（不含采购人代表）有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避：
 1. 63. 7. 1. 三年内在参加该采购项目投标人中任职（包括一般工作）或担任顾问；

- 1.63.7.2. 配偶或直系亲属在参加该采购项目的投标人中任职或担任顾问；
- 1.63.7.3. 与参加该采购项目投标人发生过法律纠纷，以及其他可能影响公正评标的情况；
- 1.63.7.4. 就该采购项目招标文件征询过意见的。
- 1.64. 评标原则和评标方法
- 1.64.1. 评标基本原则：评标工作应依据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律、法规的规定，遵循“公平、公正、客观、审慎”的原则进行。评标小组将按照规定只对通过初步评审的投标文件进行评审和比较。评标小组不保证最低投标报价中标。
- 1.64.2. 评标方法：本次采购的评标方法采用综合评分法，综合评分法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
- 1.64.3. 评标办法：按照评标程序的规定和依据评分标准，各评委就每个投标人的商务状况、技术状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，独立评出其商务评分和技术评分。对各评委的评分算术平均值即为该投标人的商务评分和技术评分。然后，评出价格得分。将商务评分、技术评分和价格评分相加得出综合得分（保留小数点后两位数）。
- 1.64.4. 评标步骤：先进行唱标，再进行初步评审，最后进行商务、技术及价格评审。

投标文件的评审

- 1.65. 投标文件初步评审
- 1.65.1. 资格性审查。采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，未通过资格性审查的投标人，不进入符合性审查。

资格审查评审表

项目	序号	评审内容	评审方法	
			通过	未通过
资格 审 查	1	如法人亲自参加投标，需提供法定代表人的身份证；如系委托代理人参加，应当提供《授权委托书》和受托人身份证及受托人投标截止日前半年内任意一个月的社保证明文件。		
	2	具有独立承担民事责任的能力【企业（包括合伙企业）、个体工商户等提供有效的营业执照；事业单位提供事业单位法人证书；非企业专业服务机构提供执业许可证等证明文件；自然人提供有效的自然人身份证明。】。【标项1须提供此项】		
	2	具有独立承担民事责任的能力【投标人提供有效期内营业执照】。		

		【标项 2、3 须提供此项】		
3		<p>投标人所投产品属于第三类医疗器械的,须提供医疗器械经营许可证,同时提供制造商医疗器械生产许可证、医疗器械注册证(含注册登记表),所有证件均应在有效期内;</p> <p>投标人所投产品属于第二类医疗器械的,须提供医疗器械经营许可证(或第二类医疗器械经营备案凭证),同时提供制造商医疗器械生产许可证、医疗器械注册证(含注册登记表);</p> <p>投标人所投产品属于第一类医疗器械的,提供第一类医疗器械生产备案凭证、产品备案表。</p>		
4		具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 【投标人提供 2023 年度经第三方审计的财务会计报告(新成立未满一年公司提供银行资信证明)】 ;		
5		有依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录 【投标人须提供投标截止日前半年内任意一个月的纳税及社保缴纳的证明材料(如依法免税的,应提供相应文件证明其依法免税;如依法不需要缴纳社会保险费的,应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保险费)】 ;		
6		参加采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录 【须提供投标人诚信声明】 ;		
7		在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单查询结果截图(采购公告发布之日起至投标截止时间内从上述网站中打印并加盖企业公章);		
8		投标保证金缴纳凭证或投标保函;		
9		中小企业声明函。 【标项 2、3 须提供此项】		

以上有一项未通过的投标人不得进入下阶段评审

投标人须将以上有效证件的扫描件上传到“政采云”平台查验,如果提供不全则视为对招标文件资格审查内容的不响应,其投标作为无效标,不进入后期评审阶段,经审查证件齐全有效的投标人为合格的投标人。

1.65.2. 符合性审查。评标小组依据招标文件规定对通过资格性审查的投标人进行符合性审查,从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查,未通过符合性审查的投标人,不进入技术、商务和价格评审。

符合性审查评审表

项目	序号	评审内容	评审方法	
			通过	未通

				过
响应 评审	1	投标文件是否有投标单位法定代表人或其委托代理人（签字或签章）和加盖了投标单位的盖章		
	2	投标人是否对同一招标项目做出两个以上报价而未明确效力。		
	3	交货期是否符合招标文件要求。		
	4	各投标人的投标报价不得高于最高限价。		
	5	保修期是否满足招标文件要求。		
	6	投标文件是否附有采购人不能接受的条件。		
以上有一项未通过的投标人不得进入下阶段评审				

1. 65. 3. 初步审查完毕后，评标小组按招标文件中规定的评标方法和标准，对初审合格的投标文件进行技术、商务及价格的评估，综合比较与评价。各分项评分因素和分值分配：见本章节《评分细则》。

注：1、政府采购的竞争是指符合采购人采购需求的不同品牌或者不同生产制造商之间的竞争，原则上同一品牌同一型号产品只能有 1 家投标人，如出现同一品牌同一型号产品有多家投标人，则依据政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部令 87 号）《第三章投标（第三十一条）》执行。

1. 66. 投标文件的澄清和补正

1. 66. 1. 在开标过程中，如评审小组对评标文件有疑问，评审组长将组员的询标内容汇总后，发起询标函，也可由代理机构代替评审组长发起询标函，由投标人对询标函内容进行澄清回复。

1. 66. 2. 投标人对询标函内容的澄清回复不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

1. 67. 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正

1. 67. 1. 投标文件中报价一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以报价一览表为准；

1. 67. 2. 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

1. 67. 3. 单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

1. 67. 4. 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

1. 67. 5. 同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价按照本须知 24. 2. 2 的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效

1. 67. 6. 投标文件中的缺漏项将按以下方法更正：若投标人的投标报价中有缺漏项内容，评标小组将视为其投标总价已包括缺漏项内容，若其中标，有关该内容的合同价格不予调整。如果投标人不接受对其缺漏项的更正，其投标将被拒绝。

1. 67. 7. 在评标过程中，当评标小组认为通过符合性审查的投标人的报价明显低于成本价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料（详见投标人须知前附

表序号 26 要求)。投标人不能证明其报价合理性的,评标小组应当将其作为**无效投标**处理。

1.68. 投标文件的比较与评价

评标小组按招标文件中规定的评标方法和标准,对资格性审查和符合性审查合格的投标文件进行商务、技术和价格评估,综合比较与评价。

1.68.1. 商务评分:评标小组对投标人的商务状况及响应程度进行评议和比较,并依据评分标准,评出其商务评分。

1.68.2. 技术评分:评标小组对投标人的技术状况及响应程度进行评议和比较,并依据评分标准,评出其技术评分。

1.68.3. 价格评分:本项目的价格分采用低价优先法计算,即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价,其价格分为满分,高于评标基准价的报价得分公式如下:

$$\text{投标报价得分} = (Y/X) \times 30\% \times 100$$

X: 进入价格评比的某投标人的报价;

Y: 评标基准价(满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价)。

1.68.4. 评标小组对各投标人技术商务部分进行评审并打分,按照评审得分由高到低的顺序推荐 3 名以上中标候选人。评审得分相同的,按照报价由低到高的顺序推荐。评审得分且报价相同的,按照技术指标优劣顺序推荐;

1.68.5. 评标小组认为,排在前面的中标候选人报价或者某些分项报价明显不合理,有可能存在质量问题或不能诚信履约的,应当要求其在规定时间内提供书面文件予以解释说明,并提供相关证明材料;否则,评标小组可以取消该投标人的中标候选人资格。

1.68.6. 对小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位投标的扶持

根据财政部、工业和信息化部制定了《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定,对小型或微型企业产品的价格给予一定比例扣除,用扣除后的价格参与评审(注:参加政府采购活动的小型或微型企业应按照招标文件中投标文件格式提出《小型或微型企业声明函》)。

根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号),监狱企业参加政府采购活动时,视同小型、微型企业,可享受小型、微型企业相等的政府扶持政策及待遇。(注:参加政府采购活动的监狱企业必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的监狱企业证明文件)。

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会印发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定,符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时,视同小型、微型企业,可享受小型、微型企业相等的政府扶持政策及待遇。(参加政府采购活动的残疾人福利性单位应按照招标文件中投标文件格式提出《残疾人福利性单位声明函》)

下述情形,不享受中小企业优惠政策:①、投标产品为进口产品的;②、组成

联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间存在投资关系的；③、小型、微型企业将获得政府采购合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业分包或转包给大型企业的；④、中型企业不享受该项优惠政策。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。⑤、投标产品为使用大型企业注册商标的货物的。

投标人同时为小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。

1.68.6.1. 符合小型或微型企业划分标准

应当符合小型或微型企业划分标准；提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小型或微型企业的制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位划分标准：

(1) 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

(2) 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

(3) 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

(4) 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

(5) 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

1.68.6.2. 投标人为小型、微型企业且投标产品含小型、微型企业产品时，其小型、微型企业产品的价格给予 10% 的扣除，即评标价=投标报价-小型、微型或监狱企业产品投标报价×10%。

1.68.6.3. 大中型企业与小型、微型或监狱企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总额 30% 以上的，其价格给予 4% 的扣除，即评标价=联合体投标报价-联合体投标报价×4%。联合体各方均为小型、微型企业的按照 25.4.6.2 条规定给予其价格扣除。

1.68.7. 评分标准

(1) 价格部分（满分 30 分）

(2) 商务技术部分 (满分 70 分)

评分细则表【标项 1、2】

分项	评分内容	分值	评分标准
报价分	报价分	30	<p>价格分计算方法：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价) × (价格权重 30%) × 100。</p> <p>根据新财购（2022）22 号文，【标项一】对小型和微型企业的价格给予 10% 的扣除，用扣除后的价格参与评审。（货物制造商为小微企业的，需提供《中小企业声明函》等证明文件）。</p>
技术部分	投标产品性能和质量	40	<p>所投产品性能指标、商务要求完全满足（无负偏离）并优于（有正偏离）招标文件指标得 36-40 分；所投产品性能指标完全满足招标文件指标、无偏离得 35 分；所投产品性能指标优于招标文件要求出现正偏离的一项指标加 1 分；所投产品性能指标低于招标文件要求出现负偏离的一项指标扣 3 分（基准分 35 分，最高得 40 分，最低得 0 分。）</p> <p>（说明：1. 以投标人提供响应招标文件的国家法定检测机构出具的关于本次招标主要产品的检测报告中的检测结果数据及产品宣传彩页、产品说明书及相关体系证书、商务要求是否响应符合；2. 技术参数中具有单独售后服务要求、质量保证、质保期要求、保修期要求、交货时间要求、附检测检验报告、附白皮书证明、附图等的按照技术参数中的要求提供并单独承诺说明。根据以上提供相关证明等材料为依据进行评分）</p>
	产品设备符合性	2	<p>1. 投标产品技术的先进性、实用性、操作功能的方便性、与采购需求的符合程度高得 2 分；</p> <p>2. 投标产品技术的先进性、实用性、操作功能的方便性、与采购需求的符合程度一般 1 分；不提供不得分。</p>
	安装调试方案及实施方案	8	<p>安装调试方案及实施方案：项目实施方案（包括货物的生产/采购方案、货物质量保证措施、装卸方案、运输方案、供货方案等）完整可行。</p> <p>1. 安装调试方案及实施技术方案可行，得 8 分；</p> <p>2. 安装调试方案及实施技术方案基本可行，得 5 分；</p> <p>3. 安装调试方案及实施技术方案一般、不完善，得 2 分。不提供不得分。</p>

	质量保证措施	3	评标专家根据各投标供应商提供的产品质量保障措施进行综合比较打分（应包含质量保障目标、质量保障措施、质量保障制度等内容）：方案内容全面、完整得3分；方案内容基本全面、基本完整得2分；方案内容较全面、较完整得1分；不提供不得分。
	培训方案	2	为使用单位培训操作维护人员，并保证使用单位能熟练操作维护和正常使用投标产品，从①培训内容、②培训方式、③培训覆盖面、④预期培训效果、⑤培训地点等方面对供应商提供的培训方案进行评价，方案完整合理、针对性强的得2分；方案基本合理、针对性强的得1分；不提供不得分。
	应急服务响应与处理方案	3	1. 应急服务响应与处理方案内容详尽、有条理、可实施性强得3分； 2. 应急服务响应与处理方案内容基本详尽、可实施性较强得2分； 3. 应急服务响应与处理方案内容较详尽、可实施性一般的得1分； 不提供不得分。
商务要求	售后方案	3	根据供应商针对本项目制定完善的售后服务方案（包括但不限于服务计划、维护能力、响应时限、质保（维保）期过后的维护方案及费用情况等）进行打分。 1. 方案内容清晰合理、内容详尽、有条理、可实施性强得3分； 2. 方案内容基本清晰合理、内容基本详尽、可实施性较强得2分； 3. 方案内容较清晰合理、内容较详尽、可实施性一般的得1分。 不提供不得分。
		1	提供所有所投产品生产企业出具的售后承诺书得1分。少提供或不提供不得分。
	企业的承诺及优惠条件	3	1. 有非常满意的承诺和优惠条件得3分； 2. 有较好的承诺和优惠条件得2分； 3. 承诺较差、优惠条件一般得1分。
	近三年类似业绩	5	投标产品制造商近三年（2021年1月至今）类似业绩复印件加盖公章（以中标（成交）通知书或合同为得分依据）每项计2.5分，最高不超过5分。未附业绩证明资料的不得分。

评分细则表【标项 3】

分项	评分内容	分值	评分标准
报价分	报价分	30	价格分计算方法：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价) × (价格权重 30%) × 100。
技术部分	投标产品性能和质量	30	<p>所投产品性能指标、商务要求完全满足（无负偏离）并优于（有正偏离）招标文件指标得 26-30 分；所投产品性能指标完全满足招标文件指标、无偏离得 25 分；所投产品性能指标优于招标文件要求出现正偏离的一项指标加 1 分；所投产品性能指标低于招标文件要求出现负偏离的一项指标扣 2 分（基准分 25 分，最高得 30 分，最低得 0 分。）</p> <p>（说明：1. 以投标人提供响应招标文件的国家法定检测机构出具的关于本次招标主要产品的检测报告中的检测结果数据及产品宣传彩页、产品说明书及相关体系证书、商务要求是否响应符合；2. 技术参数中具有单独售后服务要求、质量保证、质保期要求、保修期要求、交货时间要求、附检测检验报告、附白皮书证明、附图等的按照技术参数中的要求提供并单独承诺说明。根据以上提供相关证明等材料为依据进行评分）</p>
	产品设备符合性	5	<p>1. 投标产品技术的先进性、实用性、操作功能的方便性、与采购需求的符合程度高得 5 分；</p> <p>2. 投标产品技术的先进性、实用性、操作功能的方便性、与采购需求的符合程度一般 2 分；不提供不得分。</p>
	安装调试方案及实施方案	8	<p>安装调试方案及实施方案：项目实施方案（包括货物的生产/采购方案、货物质量保证措施、装卸方案、运输方案、供货方案等）完整可行。</p> <p>1. 安装调试方案及实施技术方案可行，得 8 分；</p> <p>2. 安装调试方案及实施技术方案基本可行，得 5 分；</p> <p>3. 安装调试方案及实施技术方案一般、不完善，得 2 分。不提供不得分。</p>
	质量保证措施	5	<p>评标专家根据各投标供应商提供的产品质量保障措施进行综合比较打分（应包含质量保障目标、质量保障措施、质量保障制度等内容）：方案内容全面、完整得 5 分；方案内容基本全面、基本完整得 3 分；方案内容较全面、较完整得 1 分；不提供不得分。</p>
	培训方案	3	<p>为使用单位培训操作维护人员，并保证使用单位能熟练操作维护和正常使用投标产品，从①培训内容、②培训方式、③培训覆盖</p>

			面、④预期培训效果、⑤培训地点等方面对供应商提供的培训方案进行评价，方案完整合理、针对性强的得3分；方案基本合理、针对性强的得2分；不提供不得分。
	应急服务响应与处理方案	3	1. 应急服务响应与处理方案内容详尽、有条理、可实施性强得3分； 2. 应急服务响应与处理方案内容基本详尽、可实施性较强得2分； 3. 应急服务响应与处理方案内容较详尽、可实施性一般的得1分； 不提供不得分。
商务要求	售后方案	5	根据供应商针对本项目制定完善的售后服务方案（包括但不限于服务计划、维护能力、响应时限、质保（维保）期过后的维护方案及费用情况等）进行打分。 1. 方案内容清晰合理、内容详尽、有条理、可实施性强得5分； 2. 方案内容基本清晰合理、内容基本详尽、可实施性较强得3分； 3. 方案内容较清晰合理、内容较详尽、可实施性一般的得1分。 不提供不得分。
		3	提供所有所投产品生产企业出具的售后承诺书得3分。少提供或不提供不得分。
	企业的承诺及优惠条件	3	1. 有非常满意的承诺和优惠条件得3分； 2. 有较好的承诺和优惠条件得2分； 3. 承诺较差、优惠条件一般得1分。
	近三年类似业绩	5	投标产品制造商近三年（2021年1月至今）类似项目业绩复印件加盖公章（以中标（成交）通知书或合同为得分依据）每项计2.5分，最高不超过5分。未附业绩证明资料的不得分。

1. 69. 推荐中标候选人名单

1. 69. 1. 评标小组根据评标情况写出评标报告，按综合得分高低次序排出名次，并向采购人推荐3名中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列排序。

1. 69. 2. 排名第一的中标候选人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为成交人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为成交人。

1. 70. 开标后通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，采购代理机构将依据《政府采购非招标采购方式管理办法》（第74号令）及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（第87号令）等相关规定执行。

纪律和保密事项

-
- 1.71. 凡参与招标工作的有关人员均应自觉接受有关主管部门的监督，不得向他人透露已获得招标文件的潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况。
 - 1.72. 开标后，直至向中标人发出《中标通知书》时止，凡与审查、澄清、评审和比较投标的有关资料以及授标意见等，参与招标工作的有关人员均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。
 - 1.73. 从开标之日起至授予合同期间，在投标文件的审查、澄清、比较和评价阶段，投标人试图对评标小组和采购代理机构施加任何影响或对采购人的比较及授予合同的决定产生影响，都可能导致其投标文件被拒绝。
 - 1.74. 投标人不得串通作弊，以不正当的手段妨碍、排挤其他投标人，扰乱招标市场，破坏公平竞争原则。否则将严肃处理，并保留追究其责任的权利。
 - 1.75. 获得本招标文件的投标人，应对文件进行保密，不得用作本次投标以外的任何用途。若有要求，开标后，投标人应归还招标文件中保密的文件和资料。

六、授予合同

中标公告及中标通知书

- 1.76. 采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在新疆政府采购网 <http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/>上发布中标结果。
- 1.77. 采购代理机构在发布中标公告1个工作日无异议后，向中标人发出《中标通知书》，《中标通知书》将是合同的一个组成部分，对中标人和采购人均具有法律效力。采购人违法改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标，应当承担相应的法律责任。

履约保证金

- 1.78. 中标人领取中标通知书后十日内须递交履约保证金（如提交履约保函的，时间延至合同签订之前），履约保证金担保金额为中标价的%，否则采购人可拒签采购合同。中标人应在汇入履约保证金时在汇款单备注中注明：项目编号。
- 1.79. 履约保证金可以采用下列任何一种形式：
 - 1.79.1. 银行履约保函：应是合法经营的银行机构出具的银行保函，非项目所在地范围内银行出具的履约保函必须附上当地公证部门出具的公证文件。履约保函的内容，应符合招标文件、投标文件和采购合同的要求。履约保函应在采购合同有效期满后28天内继续有效。
 - 1.79.2. 采用保证金（银行转账、电汇）方式：中标人必须保证资金在签订合同前到账（在发出中标通知书后的十个日历日内，以银行收到为准）。**履约保证金账户采购人另行通知**，到期后无息退还。

-
1. 80. 中标人须将履约保证金的汇款凭证（注明中标通知书或项目编号）或履约保函（采购人注明原件已收到并盖章）用 A4 纸复印一式四份并加盖中标人的公章送至采购代理机构。
 1. 81. 履约保证金退回：履约保证金在项目验收合格后，中标人向采购人提交退回履约保证金的申请（格式自拟）、履约保证金汇款凭证复印件、采购合同、采购项目验收报告原件、中标通知书复印件，前往采购人办理履约保证金退还手续。
 1. 82. 发生下列情况之一的，履约保证金将被没收：
 1. 82. 1. 中标人将本项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的，采购人可依法没收其履约保证金；
 1. 82. 2. 中标人在履行采购合同期间，违反有关法律法规的规定及合同约定的条款，损害了采购人的利益，采购人可依法没收其履约保证金。

合同签订

1. 83. 采购人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
1. 84. 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。
1. 85. 采购人应当自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，将政府采购合同在在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。中标人在合同签订之日起 3 个工作日内，须将所签订的合同原件交至归档。
1. 86. 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
1. 87. 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交人，也可以重新开展政府采购活动。
1. 88. 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

七、询问或质疑

询问

1. 89. 投标人对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购代理机构或采购人提出询问，采购代理机构或采购人在 3 个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。

质疑

-
1. 90. 潜在投标人已依法获取招标文件，且满足参加投标活动基本条件的，可以对该文件提出质疑；对招标文件提出质疑的，应当在招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。
 1. 91. 提出质疑的投标人应当在规定的时限内，以书面形式一次性地向采购人/招标代理公司递交质疑函和必要的证明材料。
 1. 92. 以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有投标人共同提出。

八、其他

中标服务费

1. 93. 中标方须向采购代理机构交纳中标服务费。
1. 94. 中标服务费经与委托人（采购人）协商约定，本项目招标代理服务费由中标人支付（按实际中标金额计取）。
1. 95. 中标服务费的货币为人民币。
- 1. 96.** 中标服务费以转账或现金的形式支付。

第三部分 采购需求

标项一

磁刺激治疗仪

- 1、适用范围:用于人体中枢神经和外周神经功能的检测、辅助评定和治疗。
- 2、产品应符合 YY/T0994-2015 标准。
- 3、产品组成至少包括控制电脑、刺激发生器、液冷循环系统和盆底刺激线圈。
- 4、最大磁感应强度 $\geq 6T$ 。输出脉冲刺激频率范围 $\geq 0-80Hz$ 。(提供注册检验报告并加盖厂家公章)。
- 5、磁感应强度的最大变化率范围 $\geq 40kT/s \sim 80kT/s$ 。(提供注册检验报告并加盖厂家公章)。
- 6、脉冲上升时间调节范围 $\leq 50 \mu s \pm 10 \mu s$ 。(提供注册检验报告并加盖厂家公章)。
- 7、独立外置分体式刺激发生器，内置微电脑，并配置显示屏，可脱离上位电脑单独工作。可直接在显示屏内选择所需磁刺激治疗方案开启治疗。(提供说明书截图并加盖厂家公章)
- 8、独立外置分体式液体冷却主机，采用智能液体冷却，配置液晶屏实时监控温度和循环状态。(提供说明书截图并加盖厂家公章)。
- 9、具有体外压力生物反馈评估功能，自动生成评估报告，快速检测盆底肌肉肌力和耐力。
- 10、具有体外压力生物反馈训练功能。

-
- 11、刺激线圈与刺激发生器采用外部插拔式连接,可自行手动更换刺激线圈,可切换使用。
 - 12、配置触屏一体机,治疗座椅背靠可在 90° -180° 范围内调节。
 - 13、有多种刺激模式包括:单脉冲刺激模式、重复脉冲刺激模式、阶梯脉冲刺激模式和爆发脉冲刺激模式。
 - 14、内置多种盆底疾病及骶神经调控方案,包括尿失禁、膀胱过度活动、盆腔器官脱垂、便秘、性功能障碍、神经源性膀胱等。
 - 15、有智能方案和固定方案两种疗程方案类型,根据治疗次数自动调用当前治疗方案,治疗过程中参数可调。
 - 16、可根据盆底功能评估结果自动生成个性化磁电疗程治疗方案,智能调节刺激频率、刺激时间等参数。
 - 17、支持疗程方案及单个方案自定义,可对刺激频率、刺激时间、休息时间以及治疗时间等进行编辑,支持多个阶段不同方案组合。
 - 18、支持运动阈值(MT)、运动诱发电位(MEP)、中枢神经传导时间(CMCT)检查功能,并生成 MEP 报告。
 - 19、支持治疗数据查看、导出、导入、删除等操作,可进行多条件数据检索及工作量统计。
 - 20、支持与同品牌电刺激生物反馈设备之间数据共享,包括患者基本信息、病史信息、诊疗记录等。

无绳胎儿心率仪

一、整机

- 1、监护参数:胎心率(EHR)，宫缩压力(TOCO)，胎动(FM)。
- 2、无线探头技术:采用无线探头进行监护，通过无线技术将胎心率、宫缩压、胎动等监护信息传输到工作站进行管理，免除线缆对孕妇的束缚。
- 3、采用集成化多床位无线胎心监护工作站，统一注册，并提供相关证明文件。
- 4、多床位监护:一套工作站标配同时监护8床单胎孕妇:同时配置16个无线探头。
- 5、配置 ≥ 19 英寸液晶显示器，支持全触摸屏和键盘输入;中英文操作界面。
- 6、参数报警，报警界限可调，声光报警。
- 7、SOV(信号重合)报警功能。
- 8、具有超声传感器信号质量、电池电量指示功能，以得到准确和稳定的胎心参数值和曲线。
- 9、掉电保护功能;每分钟自动暂存。
- 10、具有强大的数据库，海量存储，全程CTG浏览，便于快速了解整体监护情况，并可选段诊断、打印。
- 11、工作站的扩展性强，可将床边机胎监以无线wifi的方式接入，一套工作站采用无线探头+床边机胎监混合应用最多可监护12床，实现数据的统一管理。

二、胎儿监护指标

无线探头

- 1、胎心:1MHz 宽波束脉冲探头, 自适应追踪
- 2、探头: 防水探头
- 3、支持单胎、双胎。
- 4、无线探头内置锂电池, 充电时间 ≤ 7 小时, 使用时间 ≥ 8 小时, 电池寿命循环充放电次数 ≥ 500 次。
- 5、无线探头显示屏是彩屏显示, 显示探头类型、电池电量、信号质量、窗口号、孕妇姓名、胎心数值、宫缩数值。

基本配置(含配件): 主机1台; 鼠标、键盘各1个; 无线胎心探头8个; 无线宫缩压力探头8个; 探头绑带32根; 打印机1台。

双极宫腔电切镜手术系统

一、双极电切镜技术参数

- 1、内窥镜镜体采用进口不锈钢管材质及进口光纤、柱状透镜材料, 图像清晰, 视场明亮, 带有方向标, 蓝宝石镜头, 视向角: 30° , 直径 $\leq 4\text{mm}$, 长度 $\geq 302\text{mm}$, 可低温等离子、高温高压、气体熏蒸消毒
- 2、视场角 $\geq 60^\circ$
- 3、内窥镜分辨率: $\geq 9.36\text{Ip/mm}$, 内窥镜照度: $\geq 1500\text{lX}$
- 4、内窥镜景深范围 $3\text{mm}--50\text{mm}$

-
- 5、最大插入部外径 $\leq \Phi 9\text{mm}$
 - 6、工作长度 $\geq 180\text{mm}$ ，双极手术电极行程 $\geq 24\text{mm}$
 - 7、 30° 直管宫腔检查镜 1 支，直径 $6.2*206\text{mm}$ ； 360° 可旋转循环水外鞘套直径 26Fr,1 支；内鞘套及闭孔器直径 24Fr 的 1 套，采用耐高温高强度陶瓷；可视鞘 1 个；双极手术电极 2 支；双极针状 1 支；纤维导光束 1 条，直径 4mm；长度 2.5m；专用消毒盒 1 个
 - 8、光束接口可连接 Karl Stoss、OLYMPUS、Stryker、WOLF 及国产各品牌光源及摄像系统。
 - 9、等离子射频手术系统技术参数
 - (1) 具有内镜下消融切割和止血功能。
 - (2) 具有等离子和射频双重效应，可封闭 7mm 血管，可选配专用的止血钳夹，可最大闭合 10mm 血管。
 - (3) 所提供等离子电极必须与主机相匹配，标配双极粗、细环、小环、钩型、铲型、针型、柱型、钳型电极，具有加长 570mm 针型、柱型、钳型电极各一套。
 - (4) 电极在注册证附页和产品技术要求中明确可通过内镜钳道进行内镜下手术。
 - (5) 切割消融时间可控精确控制在佰毫秒内，设置时间到后自动切断输出，确保精准、瞬时切割消融等。
 - (6) 工作频率 $\geq 100\text{kHz}$ ，低频超脉冲等离子 LSP 模式，实现生理盐水下精准薄切，热渗透控制在 $100\ \mu\text{m}$ 。

(7) 100 μm 内精准切割，可有效防止伤及包膜，适用于 TUR-Bt 术式。

(8) 主机面板可显示切割消融、凝固止血、时间、指示、警示等；故障显示红色，正常显示绿色。

(9) 根据组织情况需要自动交替进行切割和凝血；

(10) 手术时反馈组织阻抗、温度、热损程度、出血等情况，并据此自动调整功率输出和调整切割消融或凝血的比例，具有热损伤保护系统功能。

(11) 脚踏开关控制切割消融和凝固止血，可选脚踏开关调节档位功能。

(12) 自动检测和识别附件及刀头故障，根据刀头型号自动设定最佳档位。

(13) 出现瞬间超高峰值电流自动暂停能量输出，如电极靠近或接触到金属将自动停止能量输出，电极恢复到安全距离则恢复能量输出。

(14) 故障报警提示功能，输出正常提示功能。

注：以上所有设备自验收合格之日起计保修期，保修服务≥3年。

标项二

全自动粪便分析系统

- 1、检测速度：检测速度 ≥ 80 个标本/小时（提供 CFDA 检测报告证明仪器速度达到此标准）
- 2、计数池检测通道：流动石英计数池，通道数 ≥ 2 通道
- 3、样本稀释方式： ≥ 5 种以上稀释方式
- 4、报告格式：可定性和半定量报告模式
- 5、显微镜物镜：显微镜物镜 ≥ 2 个，开机自动对焦，全自动一键对焦功能
- 6、金标卡孵育检测通道： ≥ 18 个独立检测单控孵育通道位，立体式多通道设计
- 7、混匀方式：旋转混匀，混匀旋转速度可调
- 8、预设拍摄图片数量：可预设拍摄 ≥ 176 视野，亦可自定义拍摄视野数目
- 9、有形成分检测：检测红细胞、白细胞、真菌、脂肪球、虫卵等成分
- 10、隐血化学物质检测：粪便金标隐血仪器可自动定性识别检测，无需人工判读。
- 11、金标检测项目：仪器可同时一次性吸样检测项目 ≥ 6 个（FOB、转铁蛋白、HP、轮状病毒、腺病毒、钙卫蛋白）
- 12、金标项目孵育时间：标本一次吸样后仪器主机能满足同时 ≥ 3 个具有不同时间点的检测功能：包括粪便隐血，轮、腺病毒检测，

HP 检测，以上项目可以在多个不同反应时间点同时检测，使免疫学的结果更准确

- 13、金标试剂卡加载量：总加载量 ≥ 150 个试剂卡
- 14、标本送样量：待检区容纳标本数 ≥ 50 个，轨道式进样
- 15、进样装置：自动进样，进、出样位有密封罩全密封
- 16、急诊功能：仪器主机进样特设独立急诊位，急诊标本随到随测，不占用试管架位，不影响批量处理
- 17、金标检测功能： ≥ 5 个卡盒，试剂位 ≥ 5 个，批量标本间仪器可同时设定并检测 ≥ 3 个不同反应时间的项目，根据免疫学反应的特性，可以对粪便隐血，轮、腺病毒，幽门螺杆菌进行时间分段设定。
- 18、图像拍摄方式：能对同一视野进行多层多焦距采集高清晰图像
- 19、粪便有形成分质控品：注册仪器相同厂家的粪便有形成分质控品（提供注册证）
- 20、FOB 和转铁蛋白多水平非定值质控品：配套与仪器相同厂家 FOB 和转铁蛋白多水平非定值质控品
- 21、质控功能模块：软件自带功能质控功能模块，直接上机进行质控操作
- 22、通信功能：真正具有双向通讯双工功能，能通过主机内扫码自动检测同一标本的多个反应时间点的金标项目（例如粪便隐血、转铁蛋白、轮、腺病毒、幽门螺旋杆菌等项目应设定不同反应时间），不需人工扫码，实现无人值守

23、条码功能：仪器主机具有内置条码仪及外置条码枪，实现仪器主机自动扫码功能

配套设备：电脑 2 台、打印机 1 台、UPS 电源 1 台、HIS 或 LIS 端口免费连接。

全自动酶标仪检测系统（全自动酶标仪）

一、基本参数

- 1、波长：400-750nm，8 个滤光片位置（标配 405、450、492、630nm；选配 414、546、578、690nm）
- 2、测量范围：0.0-4.0
- 3、检测通道： ≥ 8 通道。
- 4、测量方式：单波长、双波长等。
- 5、计算方式：吸光度法、系数浓度法、标准浓度法、标准曲线法、单限检测、双限检测、列减法。需要提供检测报告证明文件。
- 6、测试速度： ≤ 96 孔/3 秒（完成一次 96 孔板读数）。需要提供检测报告文件。 稳定性： ≤ 0.005
- 7、重复性： ≤ 0.005
- 8、存储容量：可存储 ≥ 450 个检测程序和 ≥ 800 次 96 孔板检测结果
- 9、打印功能：标准外接打印机（不接受内置打印机），打印 A4 纸张报告单。

10、配套耗材：具有同品牌配套免疫试剂，至少具有乙肝五项，丙肝、梅毒、艾滋项目，需要提供注册证。

二、配套设备：

1、主机一台，2、电恒温水浴箱 1 台，3、电脑 1 台，4、打印机 1 台，5、洗板机一套（8 道和 12 道清洗头各一个），6、HIS 或 LIS 端口免费连接。

注：以上所有设备自验收合格之日起计保修期，保修服务 \geq 3 年。

标项三

动态血压仪参数

一、记录仪部分：

1. 屏幕显示：液晶屏
2. 记录时间：24 小时
3. 测量数据存储： ≥ 512 条
4. 测量方法：振荡法（示波法）
5. 测量间隔：5~240 分钟可任意设定
6. 示值范围：0~300mmHg
7. 测量范围：收缩压：50~255mmHg；舒张压：30~200 mmHg
8. 测量精度：误差 ≤ 3 mmHg
9. 存储方式：内存存储芯片
10. 数据传输：无线红外通讯
11. 电池：2 节 5 号（AA）碱性电池
12. 重量： ≤ 200 g

二、分析软件：

1. 血压全信息技术，记录血压测量结果，同时记录“血压脉动波形”，能够编辑每条血压数据，并为数据添加注解。
2. 软件具有趋势图、圆饼图、波形图、雷达图、差分表、标准差、分类直方图和散点图汇总窗口。
3. 软件可以分析出血压负荷值、昼夜血压变化节律、标准差、血压变异系数、晨峰血压、动脉硬化指数指标。
4. 调整判定阈值，满足特殊病人类型。
5. 有病例管理功能，可根据不同的需求进行搜索和归类数据。
6. 支持医生电子签名，支持医生登录密码设置。
7. 首页自定义报告模板和抬头，可以自行设计各自抬头。

体重秤参数

- 1、款式：机械式身高体重秤
- 2、测高范围： $\geq 70-190\text{CM}$
- 3、测重范围： $\geq 0-160\text{KG}$
- 4、分度值： $\leq 0.5\text{KG}$
- 5、重量： $\leq 10\text{KG}$
- 6、材质：优质钢材

治疗车参数

- 1、材质：加厚不锈钢材质
- 2、尺寸： $800*480*860\text{mm} \pm 20\text{mm}$
- 3、款式：上方配双抽屉，静音滑道；三层，台面均带不锈钢围栏；加厚推手；带方向轮及刹车，方向轮耐磨、静音；带2个污物桶，可拆卸安装。

病床

- 1、产品外形尺寸：长： $2080\text{mm} \pm 20\text{mm}$ 、宽： $1000\text{mm} \pm 20\text{mm}$ 、高： $640\text{mm} \pm 20\text{mm}$ ，背部升降角度范围： $0-75^\circ$ 曲腿角度范围 $0-25^\circ$ 。
- 2、产品材料：床体钢管 $60 \times 40\text{mm}$ 。床面板一次性冲压板材，结构牢固，受力均衡，抗压力强，兼防滑功能；下面焊接钢管加强，坚实耐用。
- 3、床体静态可承载 $\geq 260\text{Kg}$ ；背部床面采用双支撑结构，加强背板的承重力，摇杆承受压力小。
- 4、侧面扶手长 1975mm ，D型铝合金扶手，侧面立柱间距在 60mm 。

侧面护栏可三档调节高度为：73-96—116

5、两组摇杆；摇柄为折叠式设计。摇杆牢固灵活，无噪音，操作方便；可灵活调节患者背。外套 ABS 塑料防尘套，耐磨使用寿命长。

6、床头 ABS 卡通床头、床尾、床围，易清洁，不变形，稳定可靠。

7、5 寸高档脚轮，内置全封闭自润滑轴承，独立刹车。

8、整床采用磷化+静电粉体涂装处理。床体涂料抗酸碱腐蚀涂料，耐褪色，延长使用寿命。

9、床垫产品尺寸：要与床大小匹配。床套牛津防水布拉链设置，防变形处理床垫总体厚度为 40mm。

注：以上所有设备自验收合格之日起计保修期，保修服务≥3 年。

第四部分 合同文本

设备采购合同

合同编号：

甲方：

负责人： ， 联系电话：

地址：

乙方：

法定代表人： 职务： ， 统一社会信用代码： 负责人： ，

联系电话： 地址：

甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》的规定，按照公平、公正、平等自愿和诚实信用、协商一致的原则。

甲、乙双方授权代表就所供设备的购销、安装、调试和售后服务等事宜达成如下条款：

一、货物名称、型号、数量及价格单价：万元

序号	货物名称（注册证名称）	生产厂家	规格型号	单位	数量	单价	总价
1							
2							
备注：							
合计：	小写： 大写：						

二、 合同总价

1、本合同总中标金额为：**大写：整；（RMB小写：万元）**合同总金额中包含货物购置价及其运输、税金、保险、组装、服务等所有的费用。

2、本合同正式签订后，若无重大变更，价格不再做任何调整，甲方为此项目不再支付任何费用。

三、付款方式：

四、交货日期：

五、交货地点：

采购人指定地点，乙方负责安排运输并承担运费，运输前和甲方联系，在甲方指定地点进行安装、调试。

六、产品质量保证

1、乙方所提供的产品必须符合各项参数标准

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质里、规格和性能。货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。货物最终验收后，在质量保证期内，对由于设计、工艺或材料缺陷而发生任何不足或故障，乙方应负责更换或负责维修，并承担一切费用。

3、甲乙双方在验收单对产品外观、规格型号、数量进行确认，确认无误后在验收单上签字并加盖公章。

4、乙方提供产品检验标准附合同后。

5、乙方应严格按照投标、投标文件中规定的产品技术规格、型号名称、数量和质量提供相应的产品及服务，否则将视为乙方违约，并按合同总价款的20%承担违约金。乙方提供设备如达不到招标文件规定设备要求，由乙方负责包换，并承担调换

或退货而支付的实际费用。乙方不能调换的，甲方有权终止合同。

七、验收

1、验收标准：满足本合同约定的相关要求及甲方招标文件中规定的型号、技术参数、数量，进行现场验收并出具验收合格报告。

2、货物送到甲方指定地点后2个工作日内，乙方须通知并且组织甲方共同对货物的数量、型号、外观标识、包装、配套附件、各种技术资料文件等进行清点。若发现数量不足、货物损坏，乙方应当及时补足。待乙方安装调试完成，甲方能够正常使用，甲方出具验收合格报告。

八、质量保证期

全部的交付设备货物质保期为_____，自甲方验收合格之日起算。

九、售后服务及培训

1、甲方指定作为本项目的联系人。乙方指定联系人，联系电话作为本项目联系人。后期如有变更，应以书面通知甲方，否则以合同约定为准。

2、乙方提供设备整机免费全保_____（设备名称）
，验收合格后进入保修期。

3、乙方提供货物组装和维修所需的工具一套。

4、乙方维修响应时间：接到甲方故障通知后（以邮箱、微信发出时间为准）2小时内响应，12—24小时内到达现场，48小时内解决问题，费用由乙方负责。保修期间产品的一切质量问题，更换部件及产品本身质量原因造成的直接和间接经济损失全部由乙方自行负责，有责任向甲方说明故障的解决方法。在质保期内由乙方负责更换或维修，甲方不承担任何

何费用，配件到达日期：不超过2—7天到达现场，每超过1天，按设备合同总价的1%赔偿。

5、乙方完成修复的时间：乙方维修工程师在接到甲方维修咨询电话后，会和甲方了解设备的详细使用情况和故障现象，以便于乙方工程师离厂前带足维修配件；乙方保证维修可在48小时内维修完成。

6、乙方提供的质保期内措施：售后服务应满足以下要求：上门安装、调试，人员操作培训；设备配件供应有保障，易买易装；免费提供设备软件升级和安装（包括后期再次安装）；乙方疆内设有维修机构或配备专业维修人员，质量保修期内所有故障免费进行维修及零部件的更换。

7、乙方提供的质保期外措施：保修期外终身维修，只收取差旅费、配件费，维修配件按成本价收取。保证零配件的及时供应，免费提供涉及该仪器的软件升级和相关的最新资料，确保仪器的正常运行延长使用寿命，减少用户在使用上的后顾之忧。

8、乙方提供保修期后无偿技术支持。

9、乙方有义务对甲方相关技术人员和使用人员进行相关培训，使其能对设备进行日常维护和一般性故障的查找及故障的排除，并能熟练掌握设备的各项功能和操作。

10、乙方每年要对设备进行不定期的维护保养，每季度一次，形式为预约上门，服务内容为定期保养检修，检查设备及系统运行状况，处理使用过程中出现的故障等问题。

11、在保修期内负责整理、装订医疗设备修护保养记录并归档成册。

十、技术资料

乙方需向甲方提供下述资料：

乙方所提供的设备必须有生产厂家的产品合格检验证书、出厂检验报告、使用说明书、操作指南等相关技术资料。

十一、包装及验收

1、乙方提供的全部货物均按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方完全承担。设备包装物不回收，拆箱、安装后包装物由乙方无偿进行处理（不能随意堆放）。

2、每件包装箱内附一份详细装箱单和质量合格标识。

十二、乙方的权利及义务

1、若甲方对订购的货物有任何更改，包括货物的型号、品种、规格、数量、颜色、交货期等事宜，必须在双方签订合同后七天内书面通知乙方，交货期相应从变更之日起顺延，若超过七天乙方不予更改。由于变更引起的合同总额的增减，则由甲乙双方友好协商后，多退少补。

2、若乙方在交货时，由于甲方的原因或要求，不能及时将货物送达指定地点和验收时，则甲方负责承担与仓储及再次运输相关的费用，并给予乙方书面确认书，视为乙方已按期交付货物。

3、若甲方在验收后的质量保证期内，发现货物内有部分出现质量问题，应及时通知乙方，若需要更换时，乙方应在接到通知10天内给予更换。

4、乙方须按合同要求提供质量合格的货物，如期交付甲方指定的交货地点，按照本合同要求进行免费安装调试。

5、乙方对售予甲方的货物提供的质量保证期的质量保证范围，不包括意外事件、不可抗力原因及违规使用。

十三、合同变更、违约

1、乙方必须在本合同规定的时间内按时交货和提供服务，每延误一日，每日按合同总金额的千分之五支付违约金，延误超过15日，甲方有权单方解除合同，乙方按合同总金额的20%向甲方承担违约责任。

2、乙方应严格按照投标、投标文件中规定的产品技术规格、型号名称、数量和质量提供相应的产品及服务，否则将视为乙方违约，甲方有权解除合同，并按合同总价款的2%承担违约金。

3、合同文本不得涂改，如需修改应在合同附件中注明。经甲、乙双方协商达成一致修改意见，需经甲、乙双方代表共同签署此附件，方能生效。合同所有附件，均与合同具有同等法律效力。

4、乙方未按合同约定提供培训服务，按合同总价款20%向甲方承担违约责任。

5、合同经甲、乙双方签字盖章后即行生效。合同生效后，乙方中途废止合同（不可抗力原因除外），应按实际损失向甲方支付赔偿金，并向甲方支付合同总金额2%的违约金；甲方中途废止合同（不可抗力原因除外），甲方中途解除合同（不可抗力原因除外），向乙方支付合同总金额的2%的违约金。

6、本合同依照《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》等相关法律法规制定。未尽事项皆受上述法律法规约束。甲、乙双方发生争议时，应先协商解决，经协商在30天内不能达成协议时，提交甲方所在地法院诉讼解决，诉讼费用由败诉方承担，文书送达地址以合同约定的信息为准，如发生纠纷邮寄至该地址即视为送达。本合同中乙方的电话、地址为发生纠纷法院的送达地址，如有变更，应书面通知甲方，否则不发生改变合同任何条款的效力。

十四、其他

1、合同一式伍份，甲方执肆份，乙方执壹份。

2、本合同自签字盖章之日起生效，质量保证期满后终止。

3、合同签订地点：

甲方：

乙方：

公 章：

法人或授权代表签字：

法人或授权代表签字： 单位地址： 工程师电话：

开户银行：

账 号：

日 期：

日 期：

注：合同条款可根据采购人及成交人签订合同时的实际情况进行修改调整。

第五部分 投标文件格式

一、投标文件格式

设备采购项目

(项目编号: XJLD-2024-075)

投标文件

(封面格式仅供参考)

投标人全称 (盖章):

法人或委托代理人 (签章):

投标人地址:

联系人:

联系电话:

邮 编:

日 期: 年 月

1. 报价一览表格式

报价一览表

单位：元/（人民币）

项目名称	总报价	交货期	质量要求	保修期	备注 (其它补充说明)
合计（大写）：					

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日期：年月日

注：投标总价栏须用文字和数字两种方式表示的投标总价。投标总价大小写不一致，以大写为准。投标总价必须准确唯一且应包含完成本项目的费用。

2. 报价一览表格式

报价一览表

项目名称：

项目编号：

货物明细表：

单位：元/（人民币）

序号	货物名称	品牌型号	产品备案 证号	数量	单价	分项总价
					
	合计					

其他费用明细表：

序号	项目	内容和标准	报价	备注
			
	合计			

明细报价汇总表：

报价总计（货物报价合计+其他费用合计）（人民币/元）	大写： 小写：
----------------------------	------------

注：1. 此表为报价总表的明细表，详细报价可另附页说明。

2. 如果单价和总价不符时，以单价为准，修正总价。

3. 报价要求：报价应包含货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及合同实施过程中的不可预见费用等全部费用。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日期：

3、小型和微型企业（货物、承担的工程或者服务）列价表格式

小型和微型企业（货物、承担的工程或者服务）列价表

项目名称：

项目编号：

序号	货物名称	品牌及原产地	规格型号	数量	单价	总价	备注
1							
2							
3							
.....							
总计		¥元（大写人民币元整）					

注：1、投标人在“货物（服务）分项报价表”中的报价内容中，如有属于小型和微型企业产品（货物、承担的工程或者服务）的，必须在此表单独列明，否则在计算价格得分时不予以相应的扣除；
2、投标人应该如实填写，如投标人所投产品中无小型和微型企业产品的，请留空或删除此表！

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日 期：

4、索引表

一、资格性审查索引表格式

资格性审查索引表

序号	招标文件要求	证明资料
1	如法人亲自参加投标，需提供法定代表人的身份证；如系委托代理人参加，应当提供《授权委托书》和受托人身份证及受托人投标截止日前半年内任意一个月的社保证明文件。	请见投标文件第（）页
2	具有独立承担民事责任的能力【企业（包括合伙企业）、个体工商户等提供有效的营业执照；事业单位提供事业单位法人证书；非企业专业服务机构提供执业许可证等证明文件；自然人提供有效的自然人身份证明。】。【标项1须提供此项】	请见投标文件第（）页
2	具有独立承担民事责任的能力【投标人提供有效期内营业执照】。【标项2、3须提供此项】	请见投标文件第（）页
3	投标人所投产品属于第三类医疗器械的，须提供医疗器械经营许可证，同时提供制造商医疗器械生产许可证、医疗器械注册证(含注册登记表)，所有证件均应在有效期内； 投标人所投产品属于第二类医疗器械的，须提供医疗器械经营许可证（或第二类医疗器械经营备案凭证），同时提供制造商医疗器械生产许可证、医疗器械注册证(含注册登记表)； 投标人所投产品属于第一类医疗器械的，提供第一类医疗器械生产备案凭证、产品备案表。	请见投标文件第（）页
4	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【投标人提供2023年度经第三方审计的财务会计报告（新成立未满一年公司提供银行资信证明）】；	请见投标文件第（）页
5	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录【投标人须提供投标截止日前半年内任意一个月的纳税及社保缴纳的证明材料(如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税；如依法不需要缴纳社会保险费的，应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保险费)】；	请见投标文件第（）页
6	参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录【须提供投标人诚信声明】；	请见投标文件第（）页
7	在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单查询结果截图（采购公告发布之日起至投标截止时间内从上述网站中打印并加盖企业公章）；	请见投标文件第（）页

8	投标保证金缴纳凭证或投标保函；	请见投标文件第（）页
9	中小企业声明函。【标项 2、3 须提供此项】	请见投标文件第（）页

备注：以上材料将作为投标人资格审核的重要内容，投标人必须严格按照其内容要求在投标文件中对应如实提供。

二、评分索引表格式

评分索引表

序号	评分内容	分值	评分标准	证明资料
商务评分				
				请见 P ()
				请见 P ()
				请见 P ()
				请见 P ()
技术评分				
				请见 P ()
				请见 P ()
				请见 P ()
				请见 P ()
				请见 P ()

第一章 商务文件（编制目录，结合评分细则商务部分相应评审内容编制文件）

- 1、投标函（附件 1）
- 2、法定代表人身份证明书格式（附件 2）
- 3、投标授权委托书格式（附件 3）
- 4、投标人基本情况（包括但不限于下述资料）
 - 4.1 投标人基本情况说明（附件 4）
 - 4.2 投标人资格证明文件（包括但不限于营业执照或事业单位法人证书、财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件）
 - 4.3 投标人资质、认证、信誉、获奖情况、财务状况等（如有）
- 5、商务差异表（附件 5）
- 6、承诺书格式（附件 6）
- 7、资格申明函（附件 7）
- 8、业绩表（附件 8）
- 9、在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式（附件 9）
- 10、投标人认为需要提供的其他商务资料

第二章 技术文件（编制目录，结合评分细则技术部分相应评审内容编制文件）

- 1、技术参数响应表（附件 10）
- 2、“▲”号条款响应表（附件 11）
- 3、货物详细说明（附件 12）
- 4、产品先进性及适用性(投标人自行编写)
- 5、交货事项（附件 13）
- 6、专业技术能力情况表（附件 14）
- 7、履行合同所必需的设备表（附件 15）
- 8、服务（投标人自行编写）
- 9、对招标文件的响应程度（以附件 5 及附件 10 的响应情况为准）
- 10、中小企业申明函（附件 16）
- 11、残疾人福利性单位申明函（附件 17）
- 12、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件（附件 18）
- 13、投标人认为需要提供的其他资料

附件 2. 法定代表人身份证明书格式

法定代表人身份证明书

致：

投标人名称：

单 位 性 质：

地 址：

成 立 时 间：年月日

经 营 期 限：

姓 名：性 别：年 龄：职 务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人名称（加盖公章）

法定代表人（签名或盖私章）：

身份证号码：

日 期：年月日

须附：法定代表人身份证复印件

正面	背面
----	----

附件 3. 投标授权委托书格式

投标授权委托书

致：

本人_____(姓名) 系_____(投标人名称)_____的法定代表人，现委托_____(姓名)_____为我方合法代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____(项目名称)_____ [项目编号：_____]投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

本委托书于_____年___月___日签字生效，特此证明。

代理人无转委托权

投标人名称（加盖公章）

法定代表人（签名或盖私章）：

身份证号码：

受托代理人（签名或盖私章）：

身份证号码：

日 期：年月日

须附：授权代理人身份证复印件

正面	背面
----	----

附件 4. 投标人基本情况格式

投标人基本情况说明

一、投标人基本情况

- 1、投标人名称：
- 2、地 址：
- 3、电话号码： 传 真：
- 4、注册资金： 经济性质：
- 5、投标人开户银行名称及账号：
- 6、营业注册执照（或事业单位法人证书）号：
- 7、投标人简介：
- 8、投标人财务情况（须提供财务报告或基本开户银行出具的资信证明）：

【价格单位：（人民币）元】

年 度	总资产（元）	资产负债率（%）	年营业额（元）	年净利润（元）

9、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。（提供投标截止日前 6 个月内任意 1 个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，须提供相应证明材料）

二、投标人获得国家有关部门颁发的资质证明或荣誉：（如有）

证书名称	发证单位	证书等级	证书有效期	备注

备注：以上资质或荣誉必须提供相关证明材料。

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我方同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日 期：

附件 5. 商务差异表格式

商务差异表

项目名称：

项目编号：

序号	招标文件商务条款	投标文件商务条款	响应情况	偏离情况	说明

注：根据招标文件商务条款、合同条款内容等要求作出全面响应。偏离情况项填写“正”、“负”或“无”，说明项中填写原因。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受托人（签名或盖私章）：

日期：

附件 6. 承诺书格式

承诺书

我方已完整阅读了项目（项目编号：）招标文件的所有内容（包括澄清，以及所有已提供的参考资料和有关附件），并完全理解上述文件所表达的意思，该项目递交投标文件时间截止后，我方承诺不再对上述文件内容进行询问或质疑。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日 期：

附件 7. 资格申明函格式（可选）

资格申明函

：

我方愿响应贵方关于（项目名称）（项目编号）的投标邀请，参与投标，提供采购需求中规定的货物及相关服务，并按招标文件要求提交所附资格文件且声明和保证如下：

我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，已清楚招标文件所有要求及有关规定；并承诺参加本次政府采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我方承担。

投标人

授权签字人

名称：

姓名：

地址：

职务：

邮编：

签名：

传真：

电话：

附件 8. 业绩表格式

业绩表

项目名称：

项目编号：

序号	项目名称	合同金额	签约时间	联系人、 联系方式	完成 情况	备注

注：须提供证明资料，内容详见招标文件评分标准相对应条款。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日 期：

附件 9. 在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式

无重大违法记录声明函

致（采购代理机构）：

我方参加项目项目编号：_____的政府采购活动，并声明：

我方参加本采购项目政府采购前 3 年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日 期：

附件 10. 技术参数响应表格式

技术参数响应表

项目名称：

项目编号：

序号	名称	招标技术参数	投标技术参数	响应情况	偏离情况	说明
					

注：1、偏离情况项填写“正”、“负”或“无”，说明项中填写原因。

2、投标人应按照招标文件要求，根据“采购需求”内容作出全面响应。对响应有偏离的，则说明偏离的内容。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日期：

附件 11. “▲”号条款响应表格式

“▲”号条款响应表

项目名称：

项目编号：

序号	“▲”号条款要求	投标文件响应内容	响应情况	页码范围
1				
2				
3				
.....				

注：

- 1、投标人根据自身实际情况如实填写本表格，响应表所提供的材料应为真实准确。
- 2、如项目无“▲”号条款，则不需要提供此表格。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日 期：

附件 12. 投标货物详细说明格式

投标货物详细说明

项目名称:

项目编号:

序号	货物名称	数量	品牌型号	性能及技术参数	备注
1					
2					
3					
4					
5					
.....					

- 1、投标人按采购需求的要求，详细列出产品的各项技术要求、技术措施或处理。
- 2、须提供所投主要产品彩页原件或原厂商的公开网址链接或原厂商所作的技术参数说明或者原厂商提供的证明资料或采购需求中要求提供的证明资料等。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日期：

附件 13. 交货事项格式

交货事项

我方按照招标文件中关于交货事项相关内容作出全面响应，内容如下：

1、交货时间：

我方保证签订合同后内交货。

2、交货地点：

(或采购人指定地点)

3、交货方案：

4、验收方案：

5、……

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日 期：

附件 14. 专业技术能力情况表格式

(一) 项目人员配置情况表

项目名称:

项目编号:

序号	姓名	职务	执业或职业资格证明				经验 年限
			证书名称	证号	级别	专业	

(二) 主要人员简历表

项目名称:

项目编号:

姓名		性别		年龄	
职务		职称		学历	
参加工作时间				相关经验年限	
资格证书名称、编号					
目前在任及以往服务项目情况					
采购人	类似项目名称	项目规模	所任职务	起止时间	

我方承诺上述材料真实有效且具备履行合同所必需的专业技术能力。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日 期：

注：上述表格如与相关评分标准要求共用，还须提供招标文件评分标准相对应的证明资料。

附件 16. 中小企业声明函格式（所投产品为国产产品时提供）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（单位名称）（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为 万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情况，也不存在与大企业的负责人为同一人的情况。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称（盖章）：

日期：

附件 17. 残疾人福利性单位声明函格式（所投产品为国产产品时提供）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：此函随同价格文件和商务技术文件一起装订，非残疾人福利性单位投标时**不需要提供此声明函**。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日 期：

附件 18 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件（所投产品为国产产品时提供，格式自拟）

二、投标保证金说明

投标保证金汇入情况说明（适用于转账、电汇方式）

:

本单位已按____（项目名称）____（项目编号：_____）的招标文件要求，于年月日前以（付款形式）方式汇入指定账户（账户名称：，账号：，开户银行：）。

投标人投标保证金的汇款情况：（详见附件一投标保证金进账单）汇出时间：年月日；

汇款金额：（大写）人民币_____元整

（小写）¥元。

汇款账户名称：____（必须是投标时使用的单位名称）____

账 号：____（必须是投标时使用的账号）____

开户银行：____ 银行 省 市 _____（分行/支行）____

本单位谨承诺上述资料是正确、真实的，如因上述证明与事实不符导致的一切损失，本单位保证承担赔偿责任等一切法律责任。

投标保证金退回时，按上述资料退回。

附件：投标保证金汇款凭证复印件（加盖公章）

（单位公章）

年 月 日

单位名称：

单位地址：

联系人：

单位电话：

联系人手机：

注：1、本说明的所有内容（包括所填写内容）均需打印；

2、本说明后附此项目汇款凭证；

3、本说明后附开户行许可证。

三、质疑函格式（如有需要）

质疑函

:

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

招标文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项 2

.....

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：

公章：

日期：

证据目录清单

序号	证据名称	证据来源	证明对象

质疑函制作说明：

1. 投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

四、担保函格式（可选）

政府采购履约担保函

编号：

（采购人）：

鉴于你方与（以下简称投标人）于年月日签定编号为 的《政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，投标人应在年月日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应投标人的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1. 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2. 主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形：

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的%，数额为元（大写：元整），币种为人民币。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至投标人按照主合同约定的供货/完工期限届满后日内。

如果投标人未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1. 你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明投标人违约事实的证明材料。

如果你方与投标人因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供有资质的质量检测部门出具

的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的判决书、调解书，本保证人即按照检测结果或判决书、调解书决定是否承担保证责任。

2. 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在个工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1. 保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2. 我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3. 按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4. 你方与投标人修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与投标人修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1. 因你方违反主合同约定致使投标人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3. 因不可抗力造成投标人不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年 月 日

五、进口产品制造厂家的授权书格式（如有需要）

进口产品制造厂家的授权书

致：采购代理机构

我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（经销商地址）的（经销商名称）作为我方真正的合法的代理人进行下列有效的活动：

- （1）代表我方办理贵方____（招标编号）__投标邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。
- （2）作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。
- （3）我方兹授予____（经销商名称）__全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认____（经销商名称）__或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。
- （4）我方于____年____月____日签署本文件，____（经销商名称）__于____年____月____日接受此件，以此为证。

制造商名称：（盖章）

签字人职务和部门：

签字人姓名：

签字人签名：