

竞争性磋商文件

(货物类)

项目名称：2024年自治区动物防疫补助资金仪器采购项目(二次)

项目编号：XHYJCS2024-037-2

采购人：阿拉山口市农业农村局

2024年09月

目 录

第一章	邀请函
第二章	磋商须知
第三章	采购需求
第四章	评审办法及评审标准
第五章	合同书（格式）
第六章	响应文件格式

第一章 邀请函

阿拉山口市农业农村局拟对以下项目进行采购，欢迎符合条件的供应商参加。

1	采购项目	名称	2024年自治区动物防疫补助资金仪器采购项目（二次）		
		编号	XHYJCS2024-037-2		
2	采购人	名称	阿拉山口市农业农村局		
		联系人	李晓路	联系电话	19990944687
3	代理机构	名称	新疆新华远景工程造价咨询有限公司		
		地址	新疆博乐市唯美品格小区14-16号楼商铺		
4	采购内容	采购内容		采购预算（元）	
		2024年自治区动物防疫补助资金仪器采购项目（二次）		700000.00	
5	采购方式	竞争性磋商			
6	评审办法	综合评分法（其中：报价 <u>30</u> 分，技术和商务 <u>70</u> 分）			
7	质疑与答复	供应商对采购文件中的采购需求（包括资质要求、技术参数、付款方式、完工期限、售后服务和质保期等）有异议的，应当自合法渠道获取磋商文件之日起3个工作日内，以书面方式向采购人提出，采购人在收到供应商的质疑函后3个工作日内予以答复。供应商在法定质疑期内针对采购文件的质疑必须一次性提出，在规定时间内未对采购文件提出质疑的，则视为供应商完全同意采购文件的所有内容。			
8	磋商保证金	本项目免收保证金			
9	磋商响应文件组成	电子磋商响应文件和资格审查资料			
10	磋商响应文件有效期	自磋商开始之日起90天			
11	采购文件取得	2024年09月07日至2024年09月13日			

	时间	
12	采购文件取得方式	持 CA 锁登录政采云平台下载
13	报价截止及磋商开始时间	2024 年 09 月 18 日 16:30（北京时间）
14	供应商资质审查时间	2024 年 09 月 18 日 16:30（北京时间）
15	开标方式	不见面开标，投标供应商不需要到达现场
16	磋商地点（网址）	将投标文件上传至政采云平台 https://www.zcygov.cn/ 对应位置（逾期未上传的或不符合规定的投标文件将被拒绝接收）。
17	公告发布媒体	《新疆政府采购网》（ http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn ） 《博州公共资源交易网》（ http://ggzy.xjyl.gov.cn ）
18	成交通知书	公告成交结果的同时发出
19	签订合同时间	中标人自接到成交通知书后7日内签订合同
20	项目完成时间	签订合同后30日内货物送达甲方指定地点并通过验收
21	代理服务费	本项目代理服务费：由成交供应商向采购代理机构支付，以成交通知书确定的成交总金额作为收费的计算基数，采购代理服务费按国家计委 2002 [1980] 号文件和发改价格[2003]857号文件的有关服务招标收费标准计算。供应商在谈判报价时综合考虑代理服务费，不单独列项。成交供应商在领取成交通知书时向采购代理机构一次性付清代理服务费。

第二章 磋商须知

一、供应商资格条件

1、磋商资格条件

1.1 符合政府采购法规定的条件和本项目特定资格要求

- (1) 法人代表授权委托书原件扫描件；
- (2) 被授权人《居民身份证》原件扫描件；
- (3) 具有独立承担民事责任的能力【提供有效期内营业执照副本原件扫描件】；
- (4) 供应商为生产制造商时需具备所投对应产品有效的《医疗器械生产许可证》；供应商为经销商时需具备所投对应产品有效的《医疗器械经营备案凭证》或《医疗器械经营许可证》，并提供所投对应产品生产厂家有效的《医疗器械生产许可证》，上述证书经营范围需涵盖本项目供货范围且证书在有效期内。
- (5) 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录【供应商提供《无重大违法记录声明函》原件（格式附后）扫描件】；
- (6) 本项目专门面向中小企业，需提供《中小企业声明函》；

说明：以上（1）-（6）内容为资格审查时的必备条件，随投标文件上传，如提供不全或未按要求提供则视为对采购文件资格审查内容的不响应，磋商将被拒绝（不接受二次提供）。

1.2 拒绝下述供应商参加本次采购活动：

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动； 供应商处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内。

1.3 本项目不接受联合体或分公司参与磋商。

2、政府采购政策

2.1 需要落实的政府采购政策

《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕09号）、《财政部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

2.2 支持中小企业政府采购政策功能落实

本采购项目面向中小企业。

该项目对应的中小企业划分标准所属行业：工业。【行业划分标准按《国民经济行业分类》执行。中小企业划分标准按《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定执行。】

2.2.1 小微企业价格扣除

- (1) 本项目对小型和微型企业给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
- (2) 供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。
- (3) 企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

2.2.2 残疾人福利单位价格扣除

(1) 本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予 10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

(2) 残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

(3) 残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）。

2.2.3 监狱和戒毒企业价格扣除

(1) 本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予 10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

(2) 监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

(3) 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）。

2.2.4 残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2.3 节能产品、环境标志产品政府采购政策执行

2.3.1 根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）相关要求，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目采购的产品属于品目清单范围的，应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

2.3.2 采购标的属于《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》中优先采购产品类别产品，须提供由《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》、《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》中确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书或环境标志产品认证证书（扫描件加盖供应商公章）。

二、总 则

1. 适用范围

1.1 本文件仅适用于本文件中所叙述的货物、服务类政府采购项目。

2. 定义

2.1 “采购人”是指：阿拉山口市农业农村局。

2.2 “监管机构”是指：阿拉山口市财政局

2.3 “采购代理机构”是指：新疆新华远景工程造价咨询有限公司。

2.4 “磋商小组”是指：代理机构依法组建的竞争性磋商小组。

2.5 “磋商文件”是指：竞争性磋商文件。

2.6 “供应商”是指：获得该项目竞争性磋商小组确定参加竞争性磋商的法人、其他组织或者自然人。如果该供应商在本次竞争性磋商中成交,即成为“成交供应商”。

2.7 “货物”是指：按本文件规定，成交供应商须向采购人提供的一切货物、手册及其他资料 and 材料。

2.8 “服务”是指：按本文件规定提供的所有服务。

2.9 “响应文件”是指：供应商根据本文件要求编制包含资格证明文件、价格构成、商务、技术和服务、其他供应商认为必须提交的资料等所有内容的文件。

3. 供应商的基本条件

3.1 本文件第一章第五条的要求。

3.2 如经营、开发或承担本类项目的货物和服务，国家有相关资质要求的，供应商必须已经取得并出具相应的资质证书。

3.3 供应商必须具有履行合同所必需的财务、技术、人员和服务能力,并能按本文件的要求提供技术及相关服务。

3.4 供应商应具有本项目采购服务的经验，并提供相关的证明文件和资料。

3.5 若本项目采购的技术服务国家有强制性规范或行业标准要求的，供应商必须提供能实施该种服务的认证证书。

3.6 供应商不得与采购人和采购机构有任何隶属关系或其他利益关系。

4. 费用

4.1 供应商应自行承担所有与编写和提交响应文件有关费用，不论磋商结果如何，采购人和集中采购机构在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

4.2 集中采购机构不向成交供应商收取服务费。

三、响应文件的编制

5. 响应文件编制基本要求

5.1 响应文件以及与集中采购机构和采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用简体中文。

5.2 供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

5.3 响应文件须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

5.4 如因供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可

能导致的结果和责任由商供应商自行承担。

5.5 响应文件的组成

不限于以下内容, 应该有的必须提供, 如未提供, 磋商小组有权拒绝其响应文件:

- 1) 磋商函 (附件 1) ;
- 2) 开标一览表(附件 2) ;
- 3) 商务服务响应、偏离情况说明表(附件 3);
- 4) 合同条款响应、偏离情况说明表(附件 4);
- 5) 法人代表授权书(附件 5);
- 6) 资格证明文件资料等 (附件 6) ;
- 7) 项目技术方案
- 8) 其他证明文件资料 and 需要说明的情况 (附件 7) 。

6. 磋商保证金

本项目不收取保证金

7. 计量单位

7.1 除技术要求中另有规定外, 本文件所使用的计量单位均应采用中国国家法定计量单位。

四、响应文件有效期

8. 本项目磋商内容自磋商之日算起九十个日历日内保持有效。磋商结束后, 在有效期内供应商不得改变磋商报价、服务期及承诺的全部义务。磋商有效期比本文件规定短的, 磋商小组将视响应文件无效予以拒绝。

9. 在特殊情况下, 在原磋商有效期满之前, 集中采购机构可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均采用书面形式。供应商可以拒绝集中采购机构的要求, 其保证金不会被没收, 但其响应文件在原有效期期满后将不再有效。同意延长磋商有效期的供应商不允许修改其响应文件。

五、报价要求

10. 报价以人民币报价。

11. 对于本文件中未列明, 而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时, 采购人不予支付成交供应商没有列入的项目费用, 并认为此项目的费用已包括在总报价中。

12. 成交供应商负责本项目所需的售后服务等全部工作, 文件另有规定的除外。

六、投标文件的制作应满足以下

13. 电子版投标文件制作要求:

13.1 磋商响应文件的组成

严格按照本磋商文件“第五部分磋商响应文件范本格式”的顺序和格式要求编制响应文件,如未按要求编制及提交电子版响应文件的,报价无效。

13.2、磋商响应文件的格式

供应商应按采购文件的范本格式中提供的磋商响应文件格式认真填写。(为便于评委审阅,递交的磋商响应文件每页必须编写目录和页码)。

13.3、磋商响应文件的编写及递交

供应商应按照本项目磋商文件和政采云平台的要求编制电子响应文件,于报名截止时间之前将制作好的加密的电子响应文件上传到“政采云”平台。未在响应文件递交截止时间前完成上传的电子响应文件视为逾期送达,逾期上传或未按规定方式上传的电子响应文件,采购机构不予受理。本项目采用不见面方式组织采购,供应商在使用系统进行报价的过程中遇到涉及平台使用的任何问题,可致电政采云平台技术支持热线咨询,联系方式:95763。

13.4、磋商响应文件的加密

磋商响应文件的内容通过数字证书进行加密并签章,投标截止时间前通过政采云平台上传到指定位置。未按要求加密和数字证书认证的电子响应文件,电子评标系统将无法接受,代理机构及采购方不予受理。

七、磋商小组的组成

14. 磋商小组成员由采购人代表1名和外聘专家2名及以上(技术、经济、法律等方面)人员组成,外聘专家从博州政府采购专家库中随机抽取。

14.1 磋商小组负责修正磋商文件、确定响应文件的评审、磋商谈判、商务服务评议并评分以及合同草案条款、根据综合评分情况编写评审报告,协助处理质疑、投诉等工作。

八、磋商的步骤

15. 供应商授权代表及其项目相关的商务技术人员按要求参加本项目磋商过程。

16. 对投标文件的初审

16.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

16.1.1 资格审查:磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定,对响应文件中的资格证明文件是否齐全、以及证件有效性进行审查,以确定供应商是否具备合格供应商资格:

开标结束后，采购人或采购机构依法通过电子投标文件对投标人的资格进行线上审查。

采购人或采购机构依据法律法规和招标文件的规定，对供应商的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

资格审查标准为本“磋商文件”中“第二章、磋商须知”载明的磋商资格条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

(1) 不具备招标文件中规定的资格要求的：(注：“政采云”平台已与“信用中国”平台做接口，审查专家可直接在线查询)；

(2) 投标文件未提供任一项资格审查表内规定的文件资料的；

(3) 投标文件提供的资格证明文件出现任一项不符合资格审查表规定的文件资料要求或者无效的。

16.1.2 符合性审查：磋商小组根据磋商文件规定对供应商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。审查内容包括供应商资格条件、是否足额缴纳保证金、实质性响应的情况等。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，并告知有关供应商。下述内容凡有一项不合格的投标即作为无效磋商处理，不再进入下一步评审：

(1) 供应商没有经过正常渠道获取磋商文件或供应商的名称与报名登记领取磋商文件单位的名称不符；

(2) 投标文件中未按磋商文件的要求加盖投标单位公章；法定代表人或被授权代表未按磋商文件要求签字的；

(3) 投标文件数量、文件内容未按磋商文件规定的格式填写（相同格式可扩展）；

(4) 投标单位未按照磋商文件要求提供保证金或保证金金额不足、磋商保证金缴纳形式不符合磋商文件要求的；

(5) 提供虚假证明、虚假资质；

(6) 投标报价超过采购预算的。

(7) 投标内容的技术方案达不到磋商文件要求，降低了质量或影响项目进度；评委会二分之一以上专家认为项目实施服务方案不满足招标人需求的。

16.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将以适当方式向其授权代表告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

16.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要

求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留的投标。

所谓重大负偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

16.3 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

- (1) 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

16.4 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过适当方式告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金不予退还（如果收取）。

16.5 评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

16.6 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

17、无效投标条款和废标条款

17.1 无效投标条款

17.1.1 未按要求交纳投标保证金的。

17.1.2 投标人未成功解密电子投标文件的（开标系统试用期除外）。

17.1.3 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的（开标系统试用期除外）。

17.1.4 投标人在报价时采用选择性报价的。

17.1.5 投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

17.1.6 投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

17.1.7 未通过符合性检查的。

17.1.8 不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。

17.1.9 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。

17.1.10 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

17.1.11 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在合理的时间内作出说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

17.1.12 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。

17.1.13 因供应商自身原因导致解密失败的，将导致其响应被拒绝且响应文件被退回或投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

17.1.14 其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

17.2 废标条款：

17.2.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

17.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

17.2.3 因重大变故，采购任务取消的。

17.2.4 评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

17.2.5 因“新疆政府采购网”系统故障原因造成开标不成功的。

17.3 投标截止时间后参加投标的供应商不足三家的处理：

17.3.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

18. 响应文件的澄清和说明

18.1 磋商小组可要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

19. 第一轮磋商

19.1 磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

19.2 磋商小组对照磋商文件与供应商的响应文件分别就采购需求、质量和服务等进行磋商，并了解其报价组成情况。磋商中，磋商的任何一方不得透露与竞争性磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

19.3 磋商小组按磋商文件设定的方法和标准确定供应商符合磋商文件要求的，该供应商即为合格的供应商。

19.4 第一轮磋商后，合格的供应商超过三家的，磋商小组可根据采购项目的特点、采购人的实际需求及与各供应商的磋商情况对磋商文件作出实质性变动，并进行下一轮竞争性磋商，或直接进入最后报价。变动后的磋商文件至少有 3 家供应商满足。

19.5 合格的供应商不足三家的，磋商小组、采购人在降低采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款后进行下一轮磋商。否则，本次磋商终止。

20. 磋商文件修正

20.1 磋商小组可根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分。

20.2 对无法详细描述需求，需要供应商提供设计或者解决方案的项目，磋商小组可以根据采购人对需求确认情况，进行多轮磋商，直至采购人代表最终确认需求为止。

21. 第二轮磋商

21.1 磋商小组就修正后的磋商文件与供应商分别进行磋商。

21.2 第二轮磋商结束后，实质性响应磋商文件及变动后磋商文件要求的供应商超过或不足三家的，按照上一轮磋商程序办理，以此类推。

22. 最后报价

22.1 磋商小组对磋商文件中能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，在磋商结束后，所有继续参加磋商合格的供应商应在规定时间内提交最后报价。

22.2 磋商小组对磋商文件中不能详细描述和列明采购标的的技术、服务要求，需通过磋

商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，在磋商结束后，磋商小组按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上合格供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

22.3 供应商的报价均超过了政府采购预算或报价未超过采购预算的供应商不足三家的，磋商活动终止。

在磋商文件及程序符合法律规定的前提下，递交响应文件或对磋商文件做出实质响应的供应商只有 2 家的，竞争性磋商采购活动可以继续；如果只有 1 家时，应终止磋商，重新组织采购。

22.4 最终磋商报价以供应商在线签章确认的为准，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分（请在线上填写最终报价的同时上传附件：最终报价分项明细表）。

22.5 在提交最后报价之前，供应商可以根据磋商情况退出磋商。

23. 综合评议

23.1 磋商小组将按照磋商文件确定的评审办法对各供应商的响应文件进行商务服务评议和价格评议。

23.2 本次评审采用综合评分法，满分 100 分，其中价格占 30%、技术、商务占 70%。具体见“第四章 评审办法及评审标准”。

23.3 价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分计算公式：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100。

23.4 算术错误将按以下方法更正：报价一览表应写明投标货物的单价和总价，开标时，投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

如果供应商不接受对其错误的更正，其响应文件将被拒绝。

23.5 磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据，但响应文件有不真实不正确的内容时除外。

九、确定成交供应商

24. 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐 3 名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后

报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

25. 采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

十、成交公告和质疑

26. 采购人或者采购机构自成交人确定之日起 2 个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。公告期限为 1 个工作日。

27. 供应商认为成交结果使自己的权益受到损害的，可以在成交公告期限届满之日（或采购程序环节结束之日）起七个工作日内，以书面形式向集中采购机构提出质疑。质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实依据，不得进行虚假、恶意质疑。属于虚假、恶意质疑的将列入不良行为记录名单，必要时予以网上公布。质疑书应当包括下列主要内容：

- 1) 质疑人的名称、地址、电话及联系人（法人授权代表）等；
- 2) 质疑人法人签章和单位公章；
- 3) 具体的质疑事项及事实依据；
- 4) 明确的请求和必要的证明材料；
- 5) 以联合体形式参与磋商的，则必须联合体各方共同签署、盖章；
- 6) 提起质疑的日期。

十一、合同签订时间：成交供应商在收到成交通知书后，七日内与采购人签订供货（货物）合同。

十二、付款方式：按合同约定付款。

十三、交货时间

28. 签订合同后 30 日内货物送达甲方指定地点并通过验收。

28.1 验收方式：设备到场后应由采购人、供应商共同清点、检验。

28.2 运输、交货地点：由中标人负责办理运输及装卸，直接送至用户所在地并负责安装调试。

十四、适用法律

29. 采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》及相关法规。

十五、违约责任及争议解决方式：合同双方应通过友好协商解决因解释、执行本合同所发生的和本合同有关的一切争议。

十六、签订合同

30. 成交供应商应按成交通知书中规定的时间与采购人签订合同，否则按违约处理。

31. 磋商文件、成交供应商的响应报价文件及评审过程中有关澄清文件均应作为合同附件，并与合同具有相同的法律效力。

第三章 采购需求

本项目设备采购清单及参数要求表

序号	设备名称	数量	规格参数
1	单道可调量程移液器 A	2	<ol style="list-style-type: none">1. 可调式移液器量程 0.1-2.5ul,2. 轻便且设计符合人机功效学。3. 数字视窗, 所设量程一目了然。4. 使用附件工具, 能方便快捷的进行校准和维修。5. 精确分液, 每支移液器都遵照 EN/ISO8655 标准进行校准, 并且精确度和精密度均优于 ISO8655.6. 下半只可高温高压消毒。7. 可拆卸式组件便于维护。8. 管嘴连件具有高化学稳定性。9. 可拆卸式组件便于维护。10. 方便在实验室校准, 提供网上在线校准软件。11、量程: 0.1-2.5ul; 增量: 0.05ul

2	单道可调量程移液器 B	2	<ol style="list-style-type: none"> 1. 手动可调式移液器量程 0.5-10ul 2. 轻便且设计符合人机功效学。 3. 数字视窗，所设量程一目了然。 4. 使用附件工具，能方便快捷的进行校准和维修。 5. 精确分液，每支移液器都遵照 EN/ISO8655 标准进行校准，并且精确度和精密度均优于 ISO8655. 6. 下半只可高温高压消毒。 7. 可拆卸式组件便于维护。 8. 管嘴连件具有高化学稳定性。 9. 可拆卸式组件便于维护。 10. 方便在实验室校准，提供网上在线校准软件。 11、量程：0.5-10ul；增量：0.1ul
3	单道可调量程移液器 C	2	<ol style="list-style-type: none"> 1. 手动可调式移液器量程 2-20ul， 2. 轻便且设计符合人机功效学。 3. 数字视窗，所设量程一目了然。 4. 使用附件工具，能方便快捷的进行校准和维修。 5. 精确分液，每支移液器都遵照 EN/ISO8655 标准进行校准，并且精确度和精密度均优于 ISO8655. 6. 下半只可高温高压消毒。 7. 可拆卸式组件便于维护。 8. 管嘴连件具有高化学稳定性。 9. 可拆卸式组件便于维护。 10. 方便在实验室校准，提供网上在线校准软件。 11、量程：2-20ul；增量：0.5ul

4	单道可调量程移液器 D	2	<ol style="list-style-type: none"> 1. 手动可调式移液器量程 10-100ul, 2. 轻便且设计符合人机功效学。 3. 数字视窗，所设量程一目了然。 4. 使用附件工具，能方便快捷的进行校准和维修。 5. 精确分液，每支移液器都遵照 EN/ISO8655 标准进行校准，并且精确度和精密度均优于 ISO8655. 6. 下半只可高温高压消毒。 7. 可拆卸式组件便于维护。 8. 管嘴连件具有高化学稳定性。 9. 可拆卸式组件便于维护。 10. 方便在实验室校准，提供网上在线校准软件。 11、量程：10-100ul；增量：1ul
5	单道可调量程移液器 E	2	<ol style="list-style-type: none"> 1. 手动可调式移液器量程 20-200ul 2. 轻便且设计符合人机功效学。 3. 数字视窗，所设量程一目了然。 4. 使用附件工具，能方便快捷的进行校准和维修。 5. 精确分液，每支移液器都遵照 EN/ISO8655 标准进行校准，并且精确度和精密度均优于 ISO8655. 6. 下半只可高温高压消毒。 7. 可拆卸式组件便于维护。 8. 管嘴连件具有高化学稳定性。 9. 可拆卸式组件便于维护。 10. 方便在实验室校准，提供网上在线校准软件。 11、量程：20-200ul；增量：1ul

6	单道可调量程移液器 F	2	<ol style="list-style-type: none"> 1. 手动可调式移液器量程 100-1000ul 2. 轻便且设计符合人机功效学。 3. 数字视窗，所设量程一目了然。 4. 使用附件工具，能方便快捷的进行校准和维修。 5. 精确分液，每支移液器都遵照 EN/ISO8655 标准进行校准，并且精确度和精密度均优于 ISO8655. 6. 下半只可高温高压消毒。 7. 可拆卸式组件便于维护。 8. 管嘴连件具有高化学稳定性。 9. 可拆卸式组件便于维护。 10. 方便在实验室校准，提供网上在线校准软件。 11. 量程：100-1000ul；增量：5 ul
7	8 道可调量程移液器 A	2	<ol style="list-style-type: none"> 1. 轻松地旋转活塞按钮选择分液量。 2. 整个枪体符合色彩美学设计。 3. 人机工效学设计的指掌，便于全手轻松控制，可减少手部疲劳。 4. 数字视窗，令所设定量程一目了然。 5. 量程范围广（0.1-5000ul）。 6. 使用附件工具，能方便快捷地进行校准和维修。 7. 快捷轻便的管嘴推出器。 8. 可拆卸式管嘴连件，具有高性能的化学防腐性，且可以高温高压消毒。 9. 管嘴推出器可同时推出 8 道吸咀，高效省力。 10. 各种量程的 8 道移液器适用于标准 96 孔板。 11. 液头可 360 度旋转，以方便移液。 12. 每道管嘴连件都有独立的活塞装置，使维修保养十分容易。 13. 特别的管嘴连件设计，易于观察吸咀的密封状况。 14. 量程：50-300ul；增量：5ul

8	8道可调量程移液器 B	2	<ol style="list-style-type: none"> 1. 轻松地旋转活塞按钮选择分液量。 2. 整个枪体符合色彩美学设计。 3. 人机工效学设计的指掌，便于全手轻松控制，可减少手部疲劳。 4. 数字视窗，令所设定量程一目了然。 5. 量程范围广（0.1-5000ul）。 6. 使用附件工具，能方便快捷地进行校准和维修。 7. 快捷轻便的管嘴推出器。 8. 可拆卸式管嘴连件，具有高性能的化学防腐性，且可以高温高压消毒。 9. 管嘴推出器可同时推出8道吸咀，高效省力。 10. 各种量程的8道移液器适用于标准96孔板。 11. 液头可360度旋转，以方便移液。 12. 每道管嘴连件都有独立的活塞装置，使维修保养十分容易。 13. 特别的管嘴连件设计，易于观察吸咀的密封状况。 14. 量程：0.5-10ul；增量：0.1ul
9	8道电动移液器	2	<ol style="list-style-type: none"> 1. 可充电锂电池。 2. 可编程移液容量：30-300ul。 3. 超轻设计，流线造型，符合人体工程力学。 3. 大液晶屏位于枪身部分，完全还原手动移液器的操作和显示方式。 4. 组合旋钮设计，所有操作均可通过组合旋钮来完成，操作简便。 5. 吸液和排液速度可调。 6. 精密度和准确度高，保证移液的准确性和平行性。 7. 功能：吸排液，连续混匀，连续分配，稀释功能。 8. 高精度步进电机。 9. 支持座充和线充两种充电方式 10. 活塞部分零件支持高温高压消毒 11. 自动校准，仅需配备带USB接口天平，连上电脑后可自行校准。 12. 量程：8道30-300ul；增量：1ul
10	电动连续分液器	2	<ol style="list-style-type: none"> 1. 移液操作简单、高效，单手轻松控制，人体工程学设计，抗疲劳高效的连续移液； 2. 轻量级的大容量电动移液器，可适用于玻璃或者塑料血清移液管（0.1-100mL）； 3. 适用0.1-100ml，移液管顶端口径小于8mm，都可适配； 4. 动力强劲，运行安静5s内吸取25mL液体； 5. 可更换的锂电池使用时间长，可间歇工作8小时，充电时间2-3小时； 6. 液晶大显示屏显示6个速度档和电量信息； 7. 指尖控制的吸液和分液按钮，保证了移液的准确性； 8. 采用PVDF材料，耐腐蚀； 9. 有电力不足时警告功能。 10. 吸液速度 25mL<5s（6档）

11	连续手动分液器	2	<p>1. 连续手动分液器 2. 轻便并符合人机工效学设计； 3. 量程范围: 10 μL~5mL； 4. 具备锁定分配器管嘴功能； 5. 具有 7 种不同规格的聚丙烯分配器管嘴可供选择，量程从 0.5mL 到 50mL；</p> <p>配置</p> <table border="0"> <tr> <td>连续手动分液器主机</td> <td>1 个</td> </tr> <tr> <td>2.5ml 分配器管嘴</td> <td>10 支</td> </tr> <tr> <td>5ml 分配器管嘴</td> <td>20 支</td> </tr> <tr> <td>25ml 分配器管嘴（含 1 个适配器）</td> <td>6 支</td> </tr> <tr> <td>50ml 分配器管嘴（含 1 个适配器）</td> <td>6 支</td> </tr> </table>	连续手动分液器主机	1 个	2.5ml 分配器管嘴	10 支	5ml 分配器管嘴	20 支	25ml 分配器管嘴（含 1 个适配器）	6 支	50ml 分配器管嘴（含 1 个适配器）	6 支
连续手动分液器主机	1 个												
2.5ml 分配器管嘴	10 支												
5ml 分配器管嘴	20 支												
25ml 分配器管嘴（含 1 个适配器）	6 支												
50ml 分配器管嘴（含 1 个适配器）	6 支												
12	高速冷冻离心机	1	<p>1、用途：主要用于 DNA、蛋白等生物活性物质离心分离 2. 采用终生免维护、高扭矩、无碳刷变频式马达 3. 可调速控制系统：9 种加速，9 种减速选项可供选择 4. 采用马达驱动式安全门锁，安全可靠 5. 转子不平衡检测系统：转子检测到重量不平衡时，机器将自动停止运行 6. 转子自动识别功能，并可自动检测速度并对速度进行微调和控制，确保速度稳定 7. 过速和过热保护系统：当速度和温度超出安全限后，离心机停止运行并报警 8. 大 LCD 屏，能清晰地显示运行状况，包括转子型号、离心力、速度、温度和时间等，并可根据故障原因，提供错误代码； 9. 采用按键加大旋钮的控制方式，实现参数的快速设定，节省操作时间 10. 有至少 9 个等级的声音大小可供设置于运行结束提醒和按键声 11. 离心机腔室的侧面板和底板采用一次性冲压成型技术，由一块钢板构成。光滑无死角，易清洁，并能有效减少污染物附着。 12. 外表面喷涂抗菌涂层，在 24 小时内消除柜体表面 99.9% 的滋生细菌。确保更健康、更安全、更洁净的实验室环境，提供第三方检测证明文件。 13. 运转模式：瞬时离心、持续离心和定时离心可供选择 14. 快速预冷功能：温度从室温降到 4℃，耗时不超过 10min 15. 最大离心力：≥24300xg 16. 最大转速：≥15900rpm 17. 最大容量：≥6*250ml（角转子，转速≥8000rpm，离心机≥10000xg） 18. 可选转头数量：≥11 个，可离心各种微孔板、深孔板、PCR 板、细胞培养板等 19. 转速范围：200-16000rpm 20. 温度控制范围：-20℃—40℃ 21. 程序存储容量：≥99 个 22. 时间设定：≥99h 23. 符合国际 CE 安全标准及 ISO9001 质量认证 24. 机器盖中心含有玻璃观察孔，便于离心机的转速校准 25. 具有紧急开关装置，可在遭遇断电的情况下，打开门盖，取出样本 26. 额定功率≤790W 27. 噪音：≤65dB 28. 铝制转子，耐化学腐蚀 29. 转子和适配器可高温、高压灭菌(20min, 121 ° C) 23. 配置</p>										

			<ol style="list-style-type: none"> 1、主机 1 台 2、角转子 24x1/5/2.0ml 1 个（转速\geq15900 rpm；相对离心力\geq24,300 x g） 3、水平转子 4*250ml 1 个（转速\geq4,500 rpm；相对离心力\geq3,720 x g），适配器 10*15ml（尖底管） 2 个，适配器 4*50ml（尖底管） 2 个 4、MiniSpin 掌上高速离心机[最大相对离心力可达 12,100 xg (13,400 rpm)；最大容量：12 x 1.5 mL/ 2.0 mL 离心管] 1 台
13	迷你离心机	2	<ol style="list-style-type: none"> 1. 马达输入 / 输出功率：12 / 8 W 2. 转速：6,000 rpm（固定） 3. 离心加速度：1950G 4. 最大动能：20Nm 5. 通量：8*1.5/2.0ml；4*八联管*0.2 ml 6. 配套适配器：0.2/0.4/0.5ml，以及 8 联管转头 7. 定时功能：1-99 min 8. 定时显示：数显 9. 工作制式：100% 10. 开盖快速停机 11. 更换转子免工具
14	荧光定量 PCR 仪	1	<ol style="list-style-type: none"> 1. 采用全光谱大功率 LED，以及光电倍增管，提高最低检测灵敏度。 2. 高精度控温，温度准确度 0.1℃，温度均匀性 0.1℃。 3. 梯度控温范围 30-100℃，最大温差 40℃。 4. 电动平移开仓门方式。 5. 无需联机，通过触摸屏可完成检测。 6. 10 英寸触摸屏 7. 灵活的程序设定，全面的分析功能，全部的参数均可储存。 8. 断电保护功能，重新通电后可恢复 9. 完善的软件功能模块，进入相对应模块，有相应的实验预设程序，方便操作者简单快速地设置实验程序。 10. 检测通量：96 孔（12×8） 11. 适用耗材：PCR 单管、联管、96 孔板 12. 动力学范围：1-10¹⁰copies 13. 检测位置：顶部检测 14. 激发光波长：400-800nm 15. 检测波长：500-800nm 16. 荧光通道数：6 通道 17. 适用荧光染料： 18. 通道 1:FAM/SYBP Green I 19. 通道 2:JOE/HEX/TET/VIC 20. 通道 3:NED/TAMRA/Cy3 21. 通道 4:ROX/Texas Red 22. 通道 5: Cy5 23. 通道 6: Cy5.5 24. 激发光源：发光二极管（LED） 25. 检测器：光电倍增管（PMT） 26. 控温范围：4-105℃ 27. 温度准确度：$\leq \pm 0.1^\circ\text{C}$ 28. 温度精度：$\leq \pm 0.1^\circ\text{C}$ 29. 温度均匀性：$\leq \pm 0.1^\circ\text{C}$ 30. 最大升降温速率：$\geq 6^\circ\text{C/s}$ 31. 梯度温度差：1-40℃

			<p>32. 模块控温模式：Block 模式、模拟 Tube 模式</p> <p>33. 加液量：5-100 μ L</p> <p>34. 热盖温度范围：30$^{\circ}$C-110$^{\circ}$C（默认 105$^{\circ}$C）</p> <p>35. 荧光强度检测重复性：CV\leq3%</p> <p>36. 扫描模式：全板扫描、指定行扫描</p> <p>37. 软件功能：绝对定量、相对定量、熔解曲线、SNP、HRM、快速运行等</p> <p>38. 操作系统：10 寸触摸屏或 PC 机软件，双操作模式</p> <p>39. 配置要求：满足参数要求的荧光定量 PCR 仪 1 套 电脑打印机 1 套</p>
15	梯度 PCR 仪	1	<p>1、外形尺寸：\leq390 x 310 x 300 mm（长 x 宽 x 高）</p> <p>2、反应孔数：96 孔微孔板</p> <p>3、控温模式：两种温控模式可选，Block 模式和模拟 Tube 模式</p> <p>4、升降温速度：最高可达 2.8$^{\circ}$C/秒</p> <p>5、温控范围：4~105$^{\circ}$C</p> <p>6、温控准确性：\pm0.2$^{\circ}$C</p> <p>7、温控均一性：\pm0.2$^{\circ}$C</p> <p>8、热盖温度范围：30$^{\circ}$C~110$^{\circ}$C 温度可调</p> <p>9、内存容量：最多可存 99 个反应程序文件</p> <p>10、显示屏：图形化 LCD 显示屏</p> <p>11、数据接口：RJ45 和 U 盘接口</p> <p>12、梯度范围：配梯度模块，温度范围 1$^{\circ}$C-30$^{\circ}$C</p> <p>13、程序控制：自动识别模块，根据模块类型可独立运行两个不同的实验程序</p> <p>14、热盖功能：可调压力及高度的热盖，保证可靠的无油循环，并防止交叉污染</p> <p>15、断电保护：断电记忆功能，来电后可自动完成实验</p> <p>16、程控软件：彩色触摸屏控制，中、英文系统，图形文字界面，快速编程</p> <p>17、反应模块：多种模块更换便捷，自动识别，无需人工设置</p> <p>18、软件升级：操作软件可通过网络系统升级</p> <p>19、配置：主机 1 台；8 道 reference 移液器（0.5-10μl；30-300μl）2 套；8 道 Xplorer plus（15-300μl）电动移液器 2 支；电源线 1 根；技术文件 1 套。</p>
16	生物样本快速制备系统	1	<p>技术参数</p> <p>1、采用 4D 破碎，冷冻、离心一体化技术，快速、高效、高通量的生物样本预处理系统；</p> <p>*2、低温控温范围：0$^{\circ}$C-37$^{\circ}$C，内置压缩机制冷和加热恒温系统，适于 RNA 提取，无需额外的液氮冷却和辅助加热设备；</p> <p>*3、内置高温灭活功能，控温范围 37$^{\circ}$C-95$^{\circ}$C；可用于病原灭活，保障生物安全；也可用于孵育反应；</p> <p>*4、灭活功能可编程，自动完成升温灭活、样品制备和离心过程，中间无需开盖等人为操作；</p> <p>5、破碎速度：2-6 m/s 可调，步进调速设定：0.05m/s；长片段基因组 DNA 提取连续低转速运行功能设计；</p> <p>*6、一体化离心功能，速度：最大离心转速 6000rpm，样品破碎后可直接离心，无需取出；</p> <p>7、采用安全、可靠的 ARM 系统，5 英寸彩色触摸屏；</p> <p>*8、单次最长破碎时间：99 分 59 秒，最大循环 99 次；</p> <p>9、安全性：电磁锁定设计保证运行安全；</p> <p>10、具备透明观察窗口，可在运行时观察内部样品运行状态；</p> <p>11、整体不锈钢内腔设计，易清洁、防污染；</p>

		<p>12、低噪音：≤54db</p> <p>13、卡扣压盖固定结构，可快速固定和开启样品；</p> <p>14、免维护性：整机无易损件；</p> <p>15、PICC 全球承保。</p> <p>16、样本适配器 24×2ml，适合样本量较少的粉碎需求</p> <p>17、最高可设置保存 99 个程序，满足不同样本的粉碎需求</p> <p>18、样品数量：24×2ml</p> <p>19、振荡方式：4D 振荡</p> <p>20、速度：2.00–6.50m/s，0.05m/s 设置调节</p> <p>21、制冷功能：有</p> <p>22、控温范围：0–90℃</p> <p>23、离心功能：有</p> <p>24、离心速度：最大 6000rpm</p> <p>25、程序数：90</p> <p>26、循环数：最大 99 次</p> <p>27、单次最长时间：99 分 59 秒</p> <p>28、噪音等级≤54dB</p> <p>29、显示方式：触摸屏</p> <p>30、耗损件：无</p> <p>31、开盖运行保护：电磁锁定</p> <p>32、配置：主机 1 台；样本适配器 24×2ml；E3x 电动连续分液器 2 支；M4 连续分液器 2 支；电源线 1 根；技术资料 1 套。</p>
--	--	---

第四章 评审办法及评分标准

一、评审方法

本次评审采用综合评分法。

二、评审步骤

磋商小组对响应文件的评审分为资格性符合性检查、商务服务评议、技术评议和价格评议；

（一）资格性符合性检查表

磋商小组验证各供应商代表或委托授权人的身份。供应商代表或委托授权人身份与响应文件不符的、响应文件未按要求加盖印章和签字的，磋商小组有权拒绝该供应商参加磋商。

（二）商务服务评议

磋商小组依据“商务服务评分表”中的分值及标准进行评分。

（三）技术评议

磋商小组依据“技术评分表”中的分值及标准进行评分。

（四）价格评议

价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格分

（五）推荐成交候选供应商

评磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐 3 名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

评分因素	评分点	评分标准	评审意见	
			是	否
	授权委托书	提供法定代表人资格证明或法定代表人授权委托书		
	资格要求	<p>(1) 须具备合法有效的营业执照，具有独立承担民事责任的能力，并在人员、设备、资金、专业技术、售后等方面具有相应服务能力。(2) 供应商为生产制造商时需具备所投对应产品有效的《医疗器械生产许可证》；供应商为经销商时需具备所投对应产品有效的《医疗器械经营备案凭证》或《医疗器械经营许可证》，并提供所投对应产品生产厂家的《医疗器械生产许可证》，上述证书经营范围需涵盖本项目供货范围且证书在有效期内。(3) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。(4) 凡拟参加本次采购项目的供应商，如在“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn)、国家企业信用信息公示系统 (http://www.gsxt.gov.cn) 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的(尚在处罚期内的)、经营异常名录的，拒绝其参与本次采购活动。(5) 本项目专门面向中小企业，供应商需提供《中小企业声明函》。</p>		
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	提供上一年度经审计的财务报告或基本户开户行近 3 个月开具的资信证明；		
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	根据项目需求提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的加盖单位公章的书面承诺函（格式自拟）		
	具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	<p>1、提供开标前近半年内任意一个月依法缴纳税收的纳税证明 或完税证明；依法免税的供应商应提供相关文件证明；</p> <p>2、提供近半年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单 据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关文件证明。</p>		
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录	提供参加政府采购活动近三年无重大违法记录承诺函。		

符合性检查	供应商名称	是否与营业执照一致		
	响应文件签署	符合磋商文件要求在规定区域加盖单位电子公章、供应商法定代表人或其授权代表签字（章）		
	磋商有效期	符合供应商须知前附表的规定		
	报价唯一	其报价未超过采购预算金额，且只有一个有效报价，不得提交选择性报价		
	商务要求	响应文件未附有采购人不能接受或不符合磋商文件的商务要求。		
	技术要求	响应文件未附有采购人不能接受或不符合磋商文件的技术要求。		
	其他要求	法律、法规和招标文件规定的其他无效情形		

序号	评审项目	评分依据	分值 (100分)
价格部分 (30分)	投标报价	投标报价得分：满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格 为磋商基准价，其价格分为满分。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=(磋商基准价/最后磋商报价)×30（得分保留两位小数，项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价）	30分
商务和技术部分(70分)	类似业绩	投标截止日前三年内类似项目业绩，业绩证明材料须提供中标通知书复印件加盖公章或合同关键页复印件加盖公章，关键页包括体现合同标的、服务时间、合同金额、签字盖章页；每提供1个类似业绩证明材料得2分，满分6分。	6分
	技术服务团队	1. 技术服务团队：投标人是否具有专业的技术人员（至少满足一名专业工程师）负责本次项目设备安装、调试及技术服务，得2分。 2. 针对服务团队，组织管理科学、人员配备合理，且人员分工明确，专业岗位配备齐全的得3分；	5分
	技术评分标准	1、评标委员会根据各投标人提供的所投产品的技术偏离表与技术参数、产品检验报告复印件、说明书、产品彩页等对应事项为准进行评审，投标人对技术参数要求仅作出响应而未提供证明文件的视为无效响应且不得分。投标产品的全部技术参数无偏离的，得30分。 2、投标产品的参数优于采购文件规定的相应技术指标、参数的，每出现一项加1分，直至加至满分。	40分
	实施方案	根据投标人提供的项目实施方案打分，方案包含（1）实施计划（2）实施进度（3）实施保障措施（4）质量管理措施（5）履约能力等方面，实施方案完善，具有针对性和可行性，表述全面详细、有利于采购人及项目的实施得5分（每缺少一小项扣1分；未提供不得分）	5分
	培训方案	制定完善全面的培训计划，满足本项目的培训服务及项目实施。方案包含1）培训计划；（2）培训对象（3）培训目的（4）培训方式等方面。要求培训方案完善，具有针对性和可行性，表述全面详细、有利于采购人及项目的实施得4分（每缺少一小项扣1分；未提供不得分）	4分
	售后服务	依据投标人响应采购人服务周期要求、人员安排、服务标准流程及故障响应时间等，对其售后服务的专业性、可能性、快捷性及维修响应时间、维修方式、备品备件、质保期后维修服务的项目及费用承诺等角度对售后服务方案打分。在满足采购文件要求的基础上，有详细的安装、调试、验收方案、各项方案完善、保障措施详细、部署合理、表述清晰、完整、严谨针对性强，具备积极响应售后服务人员、方案非常全面、合理、可行的，得10分（每缺少一小项扣1分；未提供不得分）	10分

政府采购货物买卖合同

(甲乙双方以最终签订为准，此合同格式只作为参考)

项目名称：_____

合同编号：_____

甲 方：_____

乙 方：_____

签订时间：_____

第五章 合同书（参考格式）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。

项目名称：

合同编号：

签订日期：

签订合同地点：

本合同由（以下简称“需方”）与（以下简称“供方”）签订。

供方以总金额万元人民币（用大写数字书写）向需方提供如下货物：

经双方协商，同意按下列条文执行：

1. 本合同供、需双方必须遵守国家颁布的《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》，并各自履行应负的全部责任和义务。

2. 需方保证按合同条款规定的时间和方式付给供方到期应付的货款，并承担应负的责任和义务。

3. 供方保证全部按合同条款规定的内容和交货期向需方提供合格的货物，并承担应负的责任和义务。

4. 合同文件

下列文件为本合同不可分割的部分：

4.1 竞争性磋商文件（编号： ）；

4.2 供方成交的响应文件（副本）；

4.3 合同书；

4.4 合同条款；

4.5 采购代理机构发出的成交通知书；

4.6 在商洽本合同时，双方澄清、确认并共同签字的补充文件、技术协议。

5. 合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容相一致。

6. 货物及数量

本合同所提供的货物及数量详见磋商文件的要求及供方响应文件中的承诺。

7. 付款条件

本合同的付款条件在磋商文件的磋商书中有明确规定。

8. 合同金额

合同总金额见合同书，分项价格在供方的投标报价表中有明确规定。

9. 交货时间和交货地点

本合同中货物的交货时间、交货地点在竞争性磋商文件中有明确规定。

10. 合同生效

本合同经供、需双方授权代表签字和加盖公章（或合同专用章）后生效。如招标申请公证的，合同需经公证机构公证后生效。

11. 合同的份数

本合同正本一式 份，需方执 份，供方执 份；副本一式 份，需方执 份，供方执 份，博州财政局政府采购管理处壹份备案。

需 方： 供 方：

单位名称（盖章）： 单位名称（盖章）：

单位地址： 单位地址：

法人代表授权人(签字)： 法人代表授权人(签字)：

联系人：

联系人：

电 话：

电 话：

传 真：

传 真：

邮政编码：

邮政编码：

开户银行：

开户银行：

帐 号：

帐 号：

税 号：

税 号：

第六章 响应文件格式

(一) 封面

正本/副本

_____项目

磋商响应文件

项目名称：_____

项目编号：_____

报价人名称：_____（加盖公章）

报价人地址：_____

法人/被授权人：_____

联系电话：_____

年 月 日

（二）磋商响应文件目录

（请各投标（响应）人严格按照以下顺序编制电子投标文件，如未按要求编制及提交电子投标文件的，将影响中标结果）

- 1、磋商函
- 2、资格证明文件资料等
- 3、法定代表人身份证明、授权委托书
- 4、磋商一览表
- 5、报价明细表
- 6、服务功能偏离表
- 7、投标人售后服务机构及服务承诺详述；
- 8、类似业绩（以中标通知书或合同复印件为准）
- 9、履约声明函
- 10、无重大违法记录声明函；
- 11、政府采购诚信承诺书
- 12、社保机构出具的投标人为其员工缴纳社保资金证明（扫描件）；
- 13、税务机关出具的投标人依法纳税证明（扫描件）；
- 14、经审计的最近一个年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）或其基本开户银行出具的资信证明或财务报表；
- 15、“信用中国”网站（<http://www.creditchina.gov.cn/>）无违法违规行为的查询纪录【扫描件】
- 16、其它有利于投标的资料。

1、磋商函

致：阿拉山口市农业农村局

根据贵方的_____项目（编号：_____号）磋商文件，现正式授权下述签字人_____（姓名）代表我方_____（供应商的全称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

1、按照磋商文件中规定各项要求，我方愿以《磋商（二次）最终报价》所填报价进行响应。

2、我方同意磋商文件规定的磋商有效期。在此期间，本响应文件将始终对我们具有约束力。如果我们成交，本响应文件在此期间之后将继续保持有效，直到合同生效。如果在磋商后规定的磋商有效期内撤回响应文件，我们的磋商保证金可被贵方没收。

3、我方同意向贵方提供可能要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。

4、如果我方成交，为执行合同，我们将按照磋商文件要求提交履约保证金。并按照磋商文件的规定和响应文件的承诺，严格履行合同的 responsibility 和义务，并保证在合同规定的时间内进场提供服务。

5、与本投标有关的正式通讯地址为：

地 址：

邮 编：

电 话：

传 真：

开 户 行：

账 户：

日 期：_____年___月___日

2、资格证明文件：

符合政府采购法规定的条件和本项目特定资格要求

(1) 具有独立承担民事责任的能力【提供有效期内营业执照副本原件扫描件】；

(2) 供应商为生产制造商时需具备所投对应产品有效的《医疗器械生产许可证》；
供应商为经销商时需具备所投对应产品有效的《医疗器械经营备案凭证》或《医疗器械经营许可证》，并提供所投对应产品生产厂家有效的《医疗器械生产许可证》，上述证书经营范围需涵盖本项目供货范围且证书在有效期内。

(3) 本项目专门面向中小企业，需提供《中小企业声明函》；

3、法定代表人身份证明、授权委托书

法定代表人身份证明书

单位名称：_____

地 址：_____

姓 名：_____性别：_____年龄：_____职务：_____

身 份 证 号 码 ；

系_____的法定代表人，为具有参加_____（项目名称）的投标、

签

署上述响应文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务权利的供应
商。特此证明。

附：法定代表人身份证正反面彩色扫描件。

法定代表人（签字或盖章）：

供应商名称（电子签章）：

日期： 年 月 日

法人代表授权书

本授权书声明:我(姓名)_____系注册于(地区的名称)_____(供应
商名称)_____的法定代表人,现授权(姓名)_____为我
公司被授权人,以本公司的名义参加_____项目_____(编号:
号)的政府采购磋商活动。被授权人在本次政府采购磋商过程中所签署的一切文件和处理与
之有关的一切事务,我均予以承认。

本授权书于 20____年____月____日签字生效,被授权人无转让权,特此授权。

法人代表签字:_____ 联系电话:_____

被授权人签字:_____ 联系电话:_____

供应商名称(电子签章):_____

授权日期: 20____年____月____日

法定代表人身份证复印件

正面	背面
----	----

被授权人身份证复印件

正面	背面
----	----

4、磋商一览表（报价表）

供应商名称（公章）： 磋商文件编号： 号

序号	项目名称	投标报价（万元）	服务期限	备注

单位法人授权代表签字（盖章）：

报价日期： 年 月 日

5、报价明细表

供应商名称（公章）： 磋商文件编号： 号

序号	货物（服务）内容	数量	总价	服务期限
总价	大写：		小写：	

单位法人授权代表签字（盖章）：

注：此表可向下延伸

6、服务功能偏离表

供应商名称（公章）： 磋商文件编号： 号

序号	服务内容	招标文件 要求部分	投标服务 响应部分	偏离 (正/无/负)	偏离说明
1					
2					

单位法人授权代表签字：

注：此表可延伸。

8、类似业绩表

供应商名称（公章）：

磋商文件编号：

号

地 区	项目名称	中标（成交） 金额（万元）	验收结果	备 注

供应商法人授权代表签字：

以中标通知书或合同为准。此表可向下延伸。

9、履约声明函

阿拉山口市农业农村局：

我公司自愿参与招标文件编号为_____项目的政府采购活动，我公司郑重声明：我方具有履行该项目合同的设备和专业技术能力，胜任本项目的服务工作。如本声明失实，我方自愿承担被取消中标资格等责任。

主要设备有：

主要专业技术能力有：

特此声明

供应商名称：(盖章)

法人代表或授权委托人：(签字)

年 月 日

10、无重大违法记录声明函

阿拉山口市农业农村局：

我公司参与磋商文件编号为_____项目的政府采购磋商活动，我公司郑重声明：我公司参加本次政府采购磋商活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录（**重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者营业执照、200 万元以上的罚款等行政处罚**），具备《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》中规定的投标供应商资格条件。我公司对此声明负全部法律责任。

特此声明。

承诺单位：

公司（公章）

法人代表：（签字）

法人代表身份证号：

年 月 日

11、政府采购诚信承诺书

阿拉山口市农业农村局：

我公司自愿参与贵单位的_____项目政府采购活动, 严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定, 坚守公平竞争, 并无条件地遵守本次采购活动各项规定。我们郑重承诺: 如果在本次招标活动中有以下情形的, 愿接受政府采购监管等部门给予相关处罚并承担法律责任。

- (一) 提供虚假材料谋取中标的;
- (二) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的;
- (三) 与招标采购单位、其他投标人恶意串通的;
- (四) 向招标采购单位或提供其他不正当利益的;
- (五) 在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和投标文件的内容订立合同, 或者与采购人另立背离合同实质性内容协议的;
- (六) 开标后擅自撤销投标或离开招标现场, 影响招标继续进行的;
- (七) 中标后无正当理由, 在规定时间内不与采购单位签订合同的;
- (八) 将中标项目转让给他人或非法分包他人的;
- (九) 无正当理由, 拒绝履行合同义务的;
- (十) 无正当理由放弃中标(成交)项目的;
- (十一) 擅自或与采购人串通或接受采购人要求, 在约合同中通过减少服务数量, 更换品牌, 降低配置、技术要求、质量和服务标准等, 却仍按原合同进行虚假验收或终止政府采购合同的;
- (十二) 与采购人串通, 对尚未履约完毕的采购项目出具虚假验收报告的;
- (十三) 无不可抗力因素, 拒绝提供售后服务、售后服务态度恶劣、故意提高维修配件价格(高于市场平均价)的;
- (十四) 开标后对招标文件的相关内容再进行质疑的;
- (十五) 质疑经查无实据的、捏造事实或者提供虚假质疑材料的;
- (十六) 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的;
- (十七) 财政、监察部门认定的其他不诚信行为。

公司名称:(盖章)

法人代表或授权委托人:(签字)

年 月 日

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1、单道可调量程移液器 A(标的名称)，属于工业行业；制造商为（企业名称）_____，从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、单道可调量程移液器 B(标的名称)，属于工业行业；制造商为（企业名称）_____，从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3、单道可调量程移液器 C(标的名称)，属于工业行业；制造商为（企业名称）_____，从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

4、单道可调量程移液器 D(标的名称)，属于工业行业；制造商为（企业名称）_____，从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 背肌训练器、

5、单道可调量程移液器 E(标的名称)，属于工业行业；制造商为（企业名称）_____，从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

6、单道可调量程移液器 F(标的名称)，属于工业行业；制造商为（企业名称）_____，从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 蹲起训练器、

7、8道可调量程移液器 A(标的名称)，属于工业行业；制造商为（企业名称）_____，从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

8、8道可调量程移液器 B(标的名称)，属于工业行业；制造商为（企业名称）_____，从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、

微型企业)；

9、8道电动移液器(标的名称)，属于工业行业；制造商为(企业名称)_____，从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

10、电动连续分液器(标的名称)，属于工业行业；制造商为(企业名称)_____，从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

11、连续手动分液器(标的名称)，属于工业行业；制造商为(企业名称)_____，从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

12、高速冷冻离心机(标的名称)，属于工业行业；制造商为(企业名称)_____，从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

13、迷你离心机(标的名称)，属于工业行业；制造商为(企业名称)_____，从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

14、荧光定量PCR仪(标的名称)，属于工业行业；制造商为(企业名称)_____，从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

15、梯度PCR仪(标的名称)，属于工业行业；制造商为(企业名称)_____，从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

16、生物样本快速制备系统(标的名称)，属于工业行业；制造商为(企业名称)_____，从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

- 1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
- 2、报价人为中小企业时需提供本声明函，并完整填写从业人员、营业收入、资产总额等内容，否则评审时不能享受相应的价格扣除。

附表：大中小微型企业划分标准

行业名称	指标名称	计量单位	大型	中型	小型	微型
农、林、牧、渔业	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$50 \leq Y < 500$	$Y < 50$
工业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 40000$	$2000 \leq Y < 40000$	$300 \leq Y < 2000$	$Y < 300$
建筑业	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 80000$	$6000 \leq Y < 80000$	$300 \leq Y < 6000$	$Y < 300$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 80000$	$5000 \leq Z < 80000$	$300 \leq Z < 5000$	$Z < 300$
批发业	从业人员(X)	人	$X \geq 200$	$20 \leq X < 200$	$5 \leq X < 20$	$X < 5$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 40000$	$5000 \leq Y < 40000$	$1000 \leq Y < 5000$	$Y < 1000$
零售业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$50 \leq X < 300$	$10 \leq X < 50$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$100 \leq Y < 500$	$Y < 100$
交通运输业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$3000 \leq Y < 30000$	$200 \leq Y < 3000$	$Y < 200$
仓储业*	从业人员(X)	人	$X \geq 200$	$100 \leq X < 200$	$20 \leq X < 100$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$1000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
邮政业	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$2000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
住宿业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
餐饮业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
信息传输业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 2000$	$100 \leq X < 2000$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 100000$	$1000 \leq Y < 100000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
软件和信息技术服务业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$1000 \leq Y < 10000$	$50 \leq Y < 1000$	$Y < 50$
房地产开发经营	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 200000$	$1000 \leq Y < 200000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 10000$	$5000 \leq Z < 10000$	$2000 \leq Z < 5000$	$Z < 2000$
物业管理	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$100 \leq X < 300$	$X < 100$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 5000$	$1000 \leq Y < 5000$	$500 \leq Y < 1000$	$Y < 500$
租赁和商务服务业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 120000$	$8000 \leq Z < 120000$	$100 \leq Z < 8000$	$Z < 100$
其他为列明行业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$

残疾人福利性单位声明函（可选）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加采购文件编号为_____的项目采购活动提供本单位制造的服务或产品（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的服务或产品（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的服务或产品）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）圆整（¥：_____）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日 期：

监狱企业证明（可选）

注：1. 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，并加盖单位公章。

2. 监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。